

<b>CLAVE</b>	<b>CANASTILLA (GRADILLA) DE COLORACIÓN DE 20 LÁMINAS</b>
<b>D-234</b>	

<b>ESPECIFICACIONES TÉCNICAS</b>
----------------------------------

**DEFINICIÓN DEL EQUIPO**

APARATO PARA COLOCACIÓN DE LAMINAS DE EXÁMENES Y SU TRANSPORTE CERCANO.

**REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS**

**A      GENERALES**

- A01    GRADILLA PARA 20 LÁMINAS
- A02    DE MATERIAL: PLEXIGLÁS O ACERO INOXIDABLE
- A03    CON PLAZAS CONTINUAMENTE SEPARADAS
- A04    CON REFERENCIA NUMÉRICA PARA RÁPIDA IDENTIFICACIÓN DE MUESTRAS
- A05    PARA PORTAOBJETOS O LÁMINAS DE 76 mm X 26 mm APROXIMADAMENTE
- A06    CON BASE PLANA Y FIJA
- A07    CON SOPORTE PARA SUMERSIÓN DE MUESTRAS

*Nota: Se precisa que las características técnicas a ser acreditadas con la documentación requerida son las siguientes: Desde A01 hasta A07.*