

CLAVE	ESTETOSCOPIO NEONATAL
D-123	

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

DEFINICIÓN DEL EQUIPO

EQUIPO DISPOSITIVO MÉDICO UTILIZADO PARA LA AUSCULTACION O PARA OIR LOS SONIDOS INTERNOS DEL CUERPO, GENERALMENTE SE USA EN LOS RUIDOS CARDIACOS O RUIDOS RESPIRATORIOS, ES USADO EN MEDICINA, CARDIOLOGIA, ENFERMERIA, ETC.

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS

A GENERALES

- A01 PARA USO EN PACIENTES NEONATALES.
- A02 CONSTA DE: CABEZAL DUAL, TUBO DE TRANSMISIÓN ACÚSTICA, ARCOS CON FLEJE DE SOPORTE Y JUEGO DE OLIVAS.
- A03 CABEZAL NEONATAL CONSTRUIDA EN ACERO INOXIDABLE O ALEACION DE CROMO, CON DOS RECEPTÁCULOS: UNO PLANO PARA DIAFRAGMA Y EL OTRO DE FORMA DE CAMPANA. AMBOS CABEZALES CON BORDE RECUBIERTO DE JEBE.
- A04 ARCO SOPORTE DE OLIVAS DE MATERIAL INOXIDABLE CON FLEJE INCORPORADO O EXTERNO RESISTENTE A LA TRACCIÓN.
- A05 EL TUBO, QUE CONECTA LA CABEZA DEL ESTETOSCOPIO CON EL ARCO SOPORTE DE AURICULARES, SERÁ FLEXIBLE Y RESISTENTE A LA TRACCIÓN.
- A06 AURICULARES CON OLIVAS BLANDAS INTERCAMBIABLES, FÁCILMENTE ADAPTABLES A LA ABERTURA DEL PABELLÓN AURICULAR DE LA PERSONA.
- A07 ALTA SENSIBILIDAD ACÚSTICA PARA FRECUENCIA BAJAS Y ALTAS.

B ACCESORIOS

- B01 UN (01) DIAFRAGMA DE REPUESTO (SOLO EN CASO DE NO CONTAR CON CAPSULA HERMETICA).
- B02 CUATRO (04) OLIVAS DE REPUESTO.
- B03 OPCIONAL: UN (01) ESTUCHE PARA GUARDAR EL EQUIPO Y ACCESORIOS.

Nota: Se precisa que las características técnicas a ser acreditadas con la documentación requerida son las siguientes: Desde A01 hasta B03