

CLAVE	SET INSTRUMENTAL PARA EXAMEN GINECOLOGICO I
I-22	

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

DEFINICIÓN DEL EQUIPO

CONJUNTO DE PIEZAS DE INSTRUMENTAL DE ACERO INOXIDABLE RESISTENTES Y ESTERILIZABLES. PARA USO EN TÓPICOS.

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS

A GENERALES

- A01 CONJUNTO DE PIEZAS DE INSTRUMENTAL FABRICADO EN ACERO QUIRÚRGICO INOXIDABLE.
- A02 TENDRÁ UN ACABADO SATINADO O MATE.
- A03 QUE PERMITA SER LAVADO CON DETERGENTES ENZIMÁTICOS CON PH NEUTRO BACTERIOSTÁTICOS.

B COMPONENTES

- B01 UN (01) SEPARADOR VAGINAL SIMS 60X25/70X30 MM. (125 MM. APROXIMADAMENTE)
- B02 UN (01) SEPARADOR VAGINAL SIMS 70X30/70X35 MM. (150 MM. APROXIMADAM.)
- B03 UN (01) SEPARADOR VAGINAL SIMS 85X35/90X40 MM. (175MM. APROXIMADAMENTE)
- B04 UN (01) JUEGO DE SEPARADORES HEANEY 45X25 MM., 73X28 MM. Y 82x28 MM. (270 MM. APROXIMADAMENTE)
- B05 UN (01) FORCEPS OBSTETRICO SIMPSON (300 MM. APROXIMADAMENTE)
- B06 UN (01) HISTEROMETRO SIMS MALEABLE CON GRADUACIONES (300 MM. APROX.)
- B07 UN (01) ESPECULO VAGINAL JACKSON DE 90X38 MM. (170 MM. APROX.)
- B08 UNA (01) PINZA PARA BIOPSIA THOMS-GAYLOR (240 MM. APROX.)
- B09 UNA (01) CURETA ASPIRADORA UTERINA NOVACK 4 MM.Ø (230 MM. APROX.)
- B10 UNA (01) PINZA COGER EL CUELLO DEL UTERO MUSEUX, 2X2 DIENTE 8MM. (240 MM. APROXIMADAMENTE.)
- B11 UNA (01) PINZA PARA COGER EL CUELLO DEL UTERO SCHROEDER, 1X1 GARFIO (250 MM. APROXIMADAMENTE)
- B12 DOS (02) PINZA DE CAMPO BACKHAUS (130 MM. APROX.)
- B13 UN (01) CONTENEDOR CON TAPA Y ASAS DE ACERO QUIRÚRGICO INOXIDABLE, CALIDAD 304 2B, CON CAPACIDAD PARA LA TOTALIDAD DEL INSTRUMENTAL SOLICITADO.

Nota: Se precisa que las características técnicas a ser acreditadas con la documentación requerida son las siguientes: Desde A01 hasta B13.