

CLAVE	RELOJ CRONÓMETRO PARA LABORATORIO
D-156	

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

DEFINICIÓN DEL EQUIPO

INSTRUMENTO O DISPOSITIVO DE APOYO QUE SIRVE PARA CRONOMETRAR TIEMPO PARA LAS PRUEBAS DIAGNÓSTICAS EN LOS LABORATORIOS Y OTROS.

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS

A GENERALES

- A01 MODELO DE SOBREMESA
- A02 PANTALLA CON DISPLAY LCD
- A03 PROGRAMACION DE CRONOMETRO CON AL MENOS 03 MEMORIAS.
- A04 TIEMPO CRONOMETRADO DESDE 1 HORA A MAS CON VISUALIZACION DE MINUTOS Y/O SEGUNDOS
- A05 ALARMA AUDIBLE.
- A06 FUNCIONAMIENTO CON PILAS RECARGABLES CON CARGADOR Y/O ADAPTADOR DE RED DE 220-230 VAC / 60 HZ.

Nota: Se precisa que las características técnicas a ser acreditadas con la documentación requerida son las siguientes: Desde A01 hasta A06.