

<b>CLAVE</b>	<b>LINTERNA PARA EXAMEN CLÍNICO</b>
<b>D-128</b>	

<b>ESPECIFICACIONES TÉCNICAS</b>
----------------------------------

**DEFINICIÓN DEL EQUIPO**

DISPOSITIVO CON FUENTE DE LUZ, DISEÑADO PARA EL EXAMEN DEL PACIENTE ADULTO Y PEDIÁTRICO.

**REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS**

**A GENERALES**

- A01 TIPO LAPICERO, PORTÁTIL.
- A02 DEBERA SER DE MATERIAL DESINFECTABLE.
- A03 INTERRUPTOR DE ENCENDIDO Y APAGADO.
- A04 LUZ DIRIGIDA NO DIFUSA, BLANCA.
- A05 FUNCIONAMIENTO A PILAS Ó BATERIAS.

**B ACCESORIOS**

- B01 UN (01) LAMPARA ADICIONAL. (NO APLICA SI LA LAMPARA ES TIPO LED)
- B02 UN (01) JUEGO DE PILAS O BATERIAS

**C IMAGEN DE REFERENCIA**



*Nota: Se precisa que las características técnicas a ser acreditadas con la documentación requerida son las siguientes: Desde A01 hasta B02.*