

CLAVE	LAMPARA DE FOTOCURADO
D-449	

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

DEFINICIÓN DEL EQUIPO

EQUIPO PARA PROCEDIMIENTOS DE FOTOPOLIMERIZACIÓN DE RESINA Y COMPUESTOS SIMILARES EN OBTURACIÓN DENTAL.

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS

A GENERALES

- A01 LÁMPARA DE LED
- A02 LONGITUD DE ONDA DE LUZ ENTRE 400 A 500 nm
- A03 POTENCIA MAYOR O IGUAL A 400 mW/cm²
- A04 CON TEMPORIZADOR DE 40 s O MAYOR
- A05 GUÍA DE LUZ DESMONTABLE Y AUTOCLAVABLE
- A06 GUÍA DE LUZ CON DIÁMETRO MAYOR O IGUAL A 9mm.

B ACCESORIOS

- B01 PROTECTOR OCULAR O CÁPSULA PROTECTORA
- B02 DOS (02) LENTES PROTECTORES.

C REQUERIMIENTO

- C01 PARA TRABAJO EN 220V / 60HZ. SIN TRANSFORMADOR EXTERNO.

Nota: Se precisa que las características técnicas a ser acreditadas con la documentación requerida son las siguientes: Desde A01 hasta C01.