

CLAVE	BALANZA DIGITAL CON TALLIMETRO, NEONATAL
D-326	

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

DEFINICIÓN DEL EQUIPO

EQUIPO ELÉCTRICO PORTÁTIL PARA MEDICIÓN DEL PESO Y ESTATURA DEL PACIENTE NEONATAL.

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS

A GENERALES

- A01 BALANZA DE SOBREMESA CON PANTALLA DIGITAL PARA PACIENTES NEONATAL.
- A02 PLATAFORMA HORIZONTAL INTEGRADA AL EQUIPO, CON LATERALES CONTORNEADOS, FABRICADA DE MATERIAL ABS Y/O SIMILAR
- A03 LECTURA DEL PESO EXPRESADA EN KILOGRAMOS O GRAMOS.

B PARAMETROS DE OPERACIÓN Y/O MEDICION

- B01 CAPACIDAD: 10 KG. O MÁS.
- B02 RESOLUCION DE 10 GRAMOS O MENOR, EXACTITUD +/-5 GRAMOS
- B03 CON FUNCIÓN TARA O PUESTA CERO O AJUSTE AUTOMATICA

C TALLIMETRO DE MEDICION

- C01 PARA MEDICIONES SOBRE MESA PEDIATRICA Y/O SER MONTADA SOBRE LA BALANZA
- C02 CON TOPES DE PIES Y CABEZA
- C03 RANGO DE MEDICION HASTA 80 CM. APROXIMADAMENTE
- C04 CON DIVISIONES DE 1 CM O MENOR.

D REQUERIMIENTO DE ENERGIA

- D01 VOLTAJE DE ALIMENTACION DE 220VAC, 60HZ O CON BATERIA RECARGABLE.

Nota: Se precisa que las características técnicas a ser acreditadas con la documentación requerida son las siguientes: Desde A01 hasta D01