

<b>CLAVE</b>	<b>SET INSTRUMENTAL PARA EXTRACCION DE CUERPO EXTRAÑO</b>
<b>I-12</b>	

<b>ESPECIFICACIONES TÉCNICAS</b>
----------------------------------

**DEFINICIÓN DEL EQUIPO**

CONJUNTO DE PIEZAS DE INSTRUMENTAL MÉDICO DE ACERO INOXIDABLE RESISTENTES Y ESTERILIZABLES.

**REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS**

**A GENERALES**

- A01. CONJUNTO DE PIEZAS DE INSTRUMENTAL FABRICADO EN ACERO QUIRÚRGICO INOXIDABLE.
- A02. TENDRÁ UN ACABADO SATINADO O MATE.
- A03. QUE PERMITA SER LAVADO CON DETERGENTES ENZIMÁTICOS CON PH NEUTRO BACTERIOSTÁTICOS.

**B ACCESORIOS**

- B01 UNA (01) PINZA PARA EXTRACCION DE NCUERPOS EXTRAÑOS NASO OTICA MODELO HARTMMANN DE 160 mm. APROXIMADAMENTE.
- B02 UNA (01) PINZA PARA EXTRACCIÓN DE CUERPO EXTRAÑO OROFARINGEO MODELO MAGILL, DE 250 mm. APROXIMADAMENTE.
- B03 UNA (01) PINZA PARA EXTRACCIÓN DE CUERPO EXTRAÑO OROFARINGEO MODELO MAGILL DE 160 mm, APROXIMADAMENTE.
- B04 UNA (01) PINZA DE DISECCIÓN MODELO CUSHING RECTA SIN DIENTE, CON INSERCIÓN DE TUNGTEÑO-CARBURO, DE 170 mm, APROXIMADAMENTE.
- B05 UNA (01) CUBETA CON TAPA DE ACERO INOXIDABLE, SEGÚN NORMA AISI, CALIDAD 304-2B, CON CAPACIDAD PARA LA TOTALIDAD DEL INSTRUMENTAL SOLICITADO.

*Nota: Se precisa que las características técnicas a ser acreditadas con la documentación requerida son las siguientes: Desde A01 hasta B05.*