

CLAVE	HEMOGLOBINOMETRO
D-271	

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

DEFINICIÓN DEL EQUIPO APARATO PARA DETERMINAR, POR COLORIMETRÍA, EL CONTENIDO DE LA HEMOGLOBINA DE LA SANGRE.

<p>REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS</p> <p>A GENERALES</p> <p>A01 PANTALLA DIGITAL PARA VISUALIZACION DE RESULTADOS.</p> <p>A02 RANGO DE MEDICIÓN DE 1 A 20 G/DL O RANGO MAS AMPLIO</p> <p>A03 TAMAÑO DE LA MUESTRA, MENOR A 50 µL</p> <p>A04 TIEMPO DE ANÁLISIS, MENOR O IGUAL A 60 SEGUNDOS</p> <p>A05 EXACTITUD MENOR O IGUAL 2%.</p> <p>A06 MEMORIA PARA UN MINIMO DE QUINIENTOS (500) DATOS</p> <p>B ACCESORIOS E INSUMOS</p> <p>B01 DOSCIENTAS (200) UNIDADES MICROCUBETAS DESECHABLES.</p> <p>B02 DOSCIENTAS (200) UNIDADES DE LANCETAS DE PUNCION</p> <p>B03 SET LIMPIADOR PARA HEMOGLOBINOMETRO (UNIDAD OPTICA)</p> <p>B04 MALETIN O ESTUCHE RIGIDO PARA TRANPORTE DEL EQUIPO.</p> <p>C REQUERIMIENTO DE ENERGIA</p> <p>C01 FUNCIONAMIENTO CON RED ELECTRICA 220-230 VAC / 60 Hz., CABLE DE PODER Y ENCHUFE CON LINEA A TIERRA.</p> <p><i><u>Nota:</u> Se precisa que las características técnicas a ser acreditadas con la documentación requerida son las siguientes: Desde A01 hasta C01</i></p>
