

CLAVE	SET DE RIÑONERAS
D-145	

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

DEFINICIÓN DEL EQUIPO

CONJUNTO DE CONTENEDORES OVALADOS DE ACERO QUIRÚRGICO. ALMACENAMIENTO ASÉPTICO PARA CIRUGÍAS O PROCEDIMIENTOS MENORES.

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS

A GENERALES

- A01 RIÑONERA FABRICADA EN ACERO QUIRÚRGICO INOXIDABLE 304-2B o 18/8 SEGÚN NORMA ISO 7153-1 Ó EQUIVALENTE.
- A02 TENDRÁ UN ACABADO SATINADO O MATE.
- A03 QUE PERMITA SER LAVADO CON DETERGENTES ENZIMÁTICOS CON PH NEUTRO BACTERIOSTÁTICOS.
- A04 ACABADO SANITARIO (SIN FILOS NI REBABAS)

B SET COMPUESTO POR:

- B01 UNA (01) RIÑONERA DE 170 MM. X 35 MM. ALTO (MEDIDAS APROX.)
- B02 UNA (01) RIÑONERA DE 250 MM. X 40 MM. ALTO (MEDIDAS APROX.)
- B03 UNA (01) RIÑONERA DE 270 MM. X 45 MM. ALTO (MEDIDAS APROX.)

C IMAGEN DE REFERENCIA



Nota: Se precisa que las características técnicas a ser acreditadas con la documentación requerida son las siguientes: Desde A01 hasta B03.