

CLAVE	GESTOGRAMA
O-26	

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

DEFINICIÓN DEL EQUIPO

DISPOSITIVO QUE SIRVE PARA MONITORIZAR EL PERIODO DEL EMBARAZO.

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS

A GENERALES CONTENIDO

A01 CALENDARIO OBSTETRICO

PARAMETROS

A02 CALCULO DE AMENORREA, VIGILANCIA DEL CRECIMIENTO Y VITALIDAD FETAL, ESTIMAR LA EDAD DEL EMBARAZO, LA EDAD DEL RECIEN NACIDO Y VERIFICAR LA NORMALIDAD DEL INCREMENTO DE PESO MATERNO, DE LA PRESION ARTERIAL, LA CONTRACTIBILIDAD UTERINA, COMO MINIMO

DISCO MOVIL

A03 GIRO SOBRE UN CALENDARIO, HACIENDO COINCIDIR LA FLECHA ROJA CON EL PRIMER DIA DE LA ULTIMA MENSTRUACION, OBTENIENDOSE LA AMENORREA EN SEMANAS CUMPLIDAS, LOS VALORES A COMPARAR SE ENCONTRARAN A LA IZQUIERDA DE LA SEMANA ENCONTRADA; PERCENTILES 90 Y 10 DE ALTURA UTERINA, PERCENTILES 90 Y 25 DE LA GANANCIA DE PESO MATERNO, PERCENTILES 95 Y 5 DEL PERIMETRO ABDOMINAL FETAL, PERMITE DETECTAR CASOS CON RESTRICCION DEL CRECIMIENTO FETAL O MACROSOMIA, ALTERACIONES DE LA DURACION DEL EMBARAZO, O CONTRACTIBILIDAD MAYOR QUE LA CORRESPONDIENTE A LA EDAD GESTACIONAL.

DISCO FIJO

A04 PERMITE ESTIMAR LA AMENORREA CON UN ERROR CONOCIDO A PARTIR DE MEDIDAS ECOGRAFICAS EMBRIO-FETALES, A PARTIR DE LA SEMANA 20. SE PRESENTAN LOS VALORES DE PERCENTILES 10 Y 90 DEL PESO FETAL Y PERCENTIL 50 DE LA TALLA CORRESPONDIENTE A CADA SEMANA.

B GRAFICO



Nota: Se precisa que las características técnicas a ser acreditadas con la documentación requerida son las siguientes: Desde A01 hasta A04.