

CLAVE	BOMBA DE INFUSIÓN DE 1 CANAL
D-104	

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

DEFINICIÓN DEL EQUIPO

EQUIPO UTILIZADO PARA ADMINISTRACIÓN DOSIFICADA Y CONTROLADA DE UNA AMPLIA VARIEDAD DE SUSTANCIAS TERAPÉUTICAS Y COMPONENTES SANGUÍNEOS POR VÍA INTRAVENOSA

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS

A GENERALES

- A01 PORTÁTIL.
- A02 DE UN (01) CANAL DE INFUSIÓN.
- A03 MECANISMO DE BOMBEO PERISTÁLTICO LINEAL.
- A04 VISUALIZACIÓN DIGITAL DE PARAMETROS PROGRAMADOS Y MONITOREADOS (VOLUMEN DE INFUSION, FLUJO DE INFUSION)
- A05 CON SISTEMA ANTIFLUJO LIBRE. (SISTEMA QUE ACTÚA EN FORMA AUTOMÁTICA CERRANDO HERMÉTICAMENTE LA LÍNEA DE INFUSIÓN CUANDO ES RETIRADA DEL EQUIPO)
- A06 VOLUMEN REGULABLE Y OPCION DE SILENCIO DE ALARMAS.
- A07 USO DE LINEAS INTRAVENOSAS UNIVERSALES O DE LA MARCA DEL EQUIPO.
- A08 PUERTO (S) DE TRANSMISION DE DATA.

B PARÁMETROS DE OPERACIÓN Y/O MEDICION

- B01 VOLUMEN DE INFUSIÓN MAXIMO DE 9999 ml/h o MÁS.
- B02 FLUJO DE INFUSIÓN DESDE 0.5 ml/h o menor a 999 ml/h o MAS.
- B03 KVO (KEEP VENOUS OPEN) DE 0.1 A 3 ml/h o RANGO MAS AMPLIO.
- B04 CAPACIDAD DE MEMORIA O REGISTRO DE EVENTOS

ALARMAS AUDIOVISUALES

- B05 ALARMAS AUDIOVISUALES DE OCLUSION DE VIA.
- B06 AIRE EN LINEA, ERROR DE FLUJO
- B07 PUERTA (O CLAVIJA) ABIERTA, DE SER EL CASO.
- B08 INFUSION COMPLETA
- B09 FALLA DEL EQUIPO Y BATERÍA BAJA

C REQUERIMIENTO DE ENERGIA:

- C01 FUNCIONAMIENTO CON RED ELECTRICA 220VAC / 60 Hz.
- C02 BATERIA RECARGABLE INCORPORADA CON AUTONOMIA MINIMA DE 2.5 HORAS O MÁS.

D ACCESORIOS Y/O INSUMOS ADICIONALES

(EL POSTOR DEBERA ADJUNTAR COPIA SIMPLE DEL REGISTRO O CERTIFICADO DE REGISTRO SANITARIO DEL ACCESORIO OFERTADO QUE CORRESPONDA, VIGENTE A LA FECHA DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS)

- D01 CINCUENTA (50) SETS DE INFUSION INTRAVENOSO, LIBRE DE DEHP (20 LÍNEAS ESTÁNDAR, 20 LÍNEAS CON BURETA Y 10 LÍNEAS PARA MEDICAMENTOS FOTOSENSIBLES)

Nota: Se precisa que las características técnicas a ser acreditadas con la documentación requerida son las siguientes: Desde A01 hasta D01