

CLAVE	CONTADOR DIGITAL DE CÉLULAS SANGUÍNEAS
D-235	

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

DEFINICIÓN DEL EQUIPO

EQUIPO PARA USO EN LABORATORIO, PARA REALIZAR EL CONTEO DIFERENCIAL DE CÉLULAS EN ANÁLISIS DE SANGRE (LEUCOCITOS, RETICULOCITOS Y ERITROCITOS).

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS

A GENERALES

- A01 PERMITE REALIZAR LA CUENTA DIFERENCIAL DE LEUCOCITOS, RETICULOCITOS, ERITROCITOS O CUALQUIER OTRA CÉLULA.
- A02 EQUIPO DE SOBREMESA, LECTURA EN DISPLAY DIGITAL
- A03 CON REGISTRO DE CUENTA TOTAL
- A04 REGISTRO DIFERENCIAL DE GLÓBULOS BLANCOS.
- A05 SISTEMA DE ALARMA AUDIBLE CADA 100 CUENTAS.
- A06 CALCULO AUTOMÁTICO Y RELACIÓN DE PORCENTAJES DEL TOTAL DE CADA UNA DE LAS CÉLULAS
- A07 TONO PARA TECLA O SEGÚN DISEÑO DEL FABRICANTE.
- A08 TECLAS PARA TOTAL DE PARCIALES Y PARA BORRAR DÍGITOS.
- A09 CONTROL ELECTRÓNICO DE 8 TECLAS.

B REQUERIMIENTO DE ENERGÍA

- B01 SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 220VAC, 60Hz.

Nota: Se precisa que las características técnicas a ser acreditadas con la documentación requerida son las siguientes: Desde A01 hasta B01