




**ACTA DE APERTURA, EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE LAS OFERTAS:**  
**ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 8-2025-HRA/OEC-1**  
**(PRIMERA CONVOCATORIA)**

2 de 2



HOSPITAL

REGIONAL DE AYACUCHO


SEGUIR A MARSHALL TORRES

HOSPITAL REGIONAL DE AYACUCHO

ACTA DE OTORGAMIENTO DE BUENA PRO:

ADJUDICACION SIMPLIFICADA Nº 8-2025-HRA/OEC-1

(PRIMERA CONVOCATORIA)

|   |   |   |
|---|---|---|
| 1 | NÚMERO DE ACTA  |   |
| 2 | SOBRE LA INFORMACIÓN GENERAL  |   |
|   | En la ciudad de Ayacucho, el día 03 del mes de abril del año 2025, en la Oficina de Logística, siendo las 18:30 horas, el Órgano Encargado de Contrataciones, responsable de conducir y desarrollar el procedimiento de selección de Adjudicación Simplificada Nº 8-2025-HRA/OEC-1 (Primera Convocatoria), cuyo objeto de convocatoria es la ADQUISICIÓN DE DETERGENTE ENZIMÁTICO CON 4 ENZIMASX 4L, PARA LA ATENCIÓN EN EL HOSPITAL REGIONAL DE AYACUCHO, se reúne, a fin de OTORGAR LA BUENA PRO. |   |
| 3 | SOBRE EL QUORUM Y LOS MIEMBROS PARTICIPANTES DE LA SESIÓN (DE CORRESPONDER)   |   |
|   | El quorum necesario que exige la normativa de contratación del Estado se logró con la presencia de los siguientes miembros:   |   |
|   | OEC   | Lic. Adm. EUSEBIO ZACARÍAS FLORES<br>BERAUN<br>Dependencia: UNIDAD DE LOGÍSTICA |
| 4 | OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO  |   |
|   | De acuerdo con los resultados de la calificación, el postor ganador de la buena pro es:   |   |
|   | Nombre o razón social del postor ganador  | Monto adjudicado  |
|   | SINTEC VIRGEN DE COPACABANA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA<br>RUC Nº 20568021267  | S/ 103,750.00   |
| 5 | BASE LEGAL  |   |
|   | Artículo 56 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado: "Luego de la calificación de las ofertas, el comité de selección debe otorgar la buena pro, mediante su publicación en el SEACE".  |   |
| 6 | ACUERDO ADOPTADO  |   |
|   | El órgano encargado de contrataciones, según resultados de evaluación se se otorga la buena pro al postor mencionado en el numeral 4 de la presente acta.   |   |
| 7 | <div><div><div><div>HOSPITAL REGIONAL DE AYACUCHO</div><div>DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD</div><div>UNIDAD DE LOGÍSTICA</div></div></div><div>Lic. Adm. FAVIO HUAYCHA CAYLLAHUA</div><div>JEFE DE LOGISTICA</div></div> <div>Órgano Encargado de Contrataciones</div>  |   |

# Acta de Evaluación de Muestra de Detergente 10:57 Enzimático en el servicio de Enfermería en Central de Esterilización.

Siendo los 19:05 hrs. del día 31 de Marzo del 2025, en el servicio de Enfermería en central de Esterilización se procede a evaluar la muestra del detergente enzimático de 4 onzimas x 4 Lts, de marca ENDORIME PREMIUM CON A.P.A del postor: SINTEC DE COPACABANA EIREL, en el cual se observa: que el envase es de polietileno frías, de alta densidad con presintos de seguridad externos e internos, rotulado impreso en el envase, con indicaciones de uso en idioma español, de pH Neutro. Se procede a quitar los presintos de seguridad luego se diluye el detergente enzimático 3ml en 1 Lta de agua, donde se evidencia que el producto se encuentra libre de impurezas, no emana olores desagradables, no hay presencia de espuma, no hay rastros de finta del producto, luego de verificar las características se procede a remover material Quirúrgico "un pegm. curvo y una Kelly curva" utilizados en una Intervención Quirúrgica en Centro Quirúrgico, se espera 2 minutos luego se procede a lavar y secar, para pasar al área de inspección donde se le realiza la prueba de bioluminiscencia de ATP (Trifosfato de Adenosina), el cual nos dio como resultado "0" URL (Unidades relativas de Luz) en el luminómetro al cual se considera como aprobado (con Limpieza), se pasa a registrar el resultado. Se puede observar y llegar a la conclusión de que el producto reúne las condiciones y cumple con las especificaciones técnicas requerido. Siendo los 19:35 am. se termina todo el

proceso de la evaluación de muestra del detergente  
enzimático, estando presentes el personal turno  
quien firmó al pie del acta.

B. Barros


Betty Cuadros


DNI: 28284256

Nuff

Nelsy Norales Q.


DNI: 71489036


  
Lic. en Enfermería  
C.E.P. N° 50583

  
Lic. en Enfermería  
C.E.P. N° 50583

Wilber Augusto Aranca


DNI: 48536928




  
Gladys Paeico P.

DNI: 28736166



HOSPITAL DIRECCION REGIONAL DE SALUD AYACUCHO  
DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA  
SERVICIO CENTRAL DE ESTERILIZACION

  
INDIRA CONCA TERRES  
ESP. ENFERMERIA EN CENTRO QUIRURGICO  
ESP. GESTION EN CENTRAL DE ESTERILIZACION  
CEP. 49979 REE. 028153  
JEFE

HOSPITAL DIRECCION REGIONAL DE SALUD AYACUCHO  
DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA  
SERVICIO CENTRAL DE ESTERILIZACION  
  
INDIRA CONCA TERRES  
ESP. ENFERMERIA EN CENTRO QUIRURGICO  
ESP. GESTION EN CENTRAL DE ESTERILIZACION  
CEP. 49979 REE. 028153  
JEFE



# EVALUACIÓN DE MUESTRA DE DETERGENTE ENZIMATICO EN EL SERVICIO DE ENFERMERIA EN CENTRAL DE ESTERILIZACION



Se procede a evaluar la muestra de detergente enzimático con 4 enzimas x 4 litros, marca ENDOZINE PREMIUM CON A.P.A del postor: SINTEC VIRGEN DE COPACABANA EIRL, en el cual se observa:


- Envase de Polietileno traslucido de alta densidad, con precinto de seguridad externos e internos.
- Rotulado impreso en el envase, con las indicaciones de uso en idioma español, de PH neutro.



Se procede a quitar los precintos de seguridad luego se diluye el detergente enzimático 3 ml. Por litro de agua



HOSPITAL REGIONAL DE AYACUCHO  
DIRECCION REGIONAL DE SALUD AYACUCHO  
DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA  
SERVICIO CENTRAL DE ESTERILIZACION  
INDIRA CONGA TERRES  
E.S.P. ENFERMERA EN CENTRO QUIRURGICO  
E.S.P. GESTION EN CENTRAL DE ESTERILIZACION  
CEP. 49979 REE. 028153  
JEFE

31/03/25



Se puede evidenciar que el producto tiene las siguientes características:

Se encuentra libre de impurezas, no emana olores desagradables, no hay presencia de espuma, no hay rastros de tinte, se procede a remojar el instrumental quirúrgico por 2 minutos, luego se procede a enjuagar y secar.



El material lavado pasa al área de inspección donde se realiza la validación de la limpieza del instrumental mediante la prueba de bioluminiscencia de ATP (Trifosfato de Adenosina), el cual nos dio como resultado de 0 URL (Unidades Relativas de Luz) en el luminómetro el cual se considera como aprobado (en limpieza), se pasa a registrar el resultado.

"POR TODO LO MENCIONADO ANTERIORMENTE SE CONSIDERA QUE EL PRODUCTO REÚNE LAS CONDICIONES Y CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SOLICITADAS"

HOSPITAL DIRECCION REGIONAL DE SALUD AYACUCHO  
DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA  
SERVICIO CENTRAL DE ESTERILIZACION

INDIRA CONGA TERRES  
ESP. ENFERMERIA EN CENTRO QUIRURGICO  
ESP. GESTION EN CENTRAL DE ESTERILIZACION  
EP. 49670 REG. 028153  
JEFE

31/03/25