



ACTA DE ADMISIÓN, EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE OFERTAS

AS-HOMOLOGACIÓN N° 004-2023-HRDMIEC/CS-2

“ADQUISICIÓN DE OXIMETRO DE MESA DEL IOARR: “ADQUISICIÓN DE VENTILADOR MECÁNICO, INCUBADORA NEONATAL, MAQUINA DE ANESTESIA Y MONITOR MULTIPARAMETROS; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL (LA) EESS REGIONAL DOCENTE MATERNO INFANTIL “EL CARMEN” – HUANCAYO, DISTRITO DE HUANCAYO, PROVINCIA DE HUANCAYO, DEPARTAMENTO DE JUNÍN” con CUI: 2521456”

En, Huancayo, a los 14 días del mes de agosto del año 2023, en el Área de Procesos de la Oficina de Logística del HRDMIEC, a las 08:30 horas, se reunieron los miembros del comité de selección designados mediante RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA N° 284-2023-GRJ-DRSJ-HRDMI-EC-OL, encargado de la preparación, conducción y realización del procedimiento de selección de ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA-HOMOLOGACIÓN Nro. 020-2023-HRDMIEC-CS, cuyo objeto de convocatoria es la "ADQUISICIÓN DE OXIMETRO DE MESA DEL IOARR: “ADQUISICIÓN DE VENTILADOR MECÁNICO, INCUBADORA NEONATAL, MAQUINA DE ANESTESIA Y MONITOR MULTIPARAMETROS; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL (LA) EESS REGIONAL DOCENTE MATERNO INFANTIL “EL CARMEN” – HUANCAYO, DISTRITO DE HUANCAYO, PROVINCIA DE HUANCAYO, DEPARTAMENTO DE JUNÍN” con CUI: 2521456", a fin de efectuar la ADMISIÓN, EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS presentadas y CALIFICACIÓN de la oferta correspondiente según orden de prelación.

El quorum necesario que exige la normativa de contrataciones del Estado, se logró con la presencia de los siguientes miembros:

Presidente	CPC. SHIRLEY TANIA CONDOR CARHUACUSMA	Titular	X	Dependencia: Oficina de Logística
		Suplente		
Primer Miembro	LIC. ENF. GLORIA JANETH ROCHA ALLASI	Titular	X	Dependencia: Servicio de Neonatología
		Suplente		
Segundo Miembro	FRANCISCO JESÚS GUILLEN QUINTO	Titular	X	Dependencia: Oficina de Servicios Generales y Mantenimiento
		Suplente		

De acuerdo con el cronograma establecido en el SEACE, se registraron a través de la plataforma como participantes los siguientes proveedores:

Nro.	Tipo proveedor	RUC/Código	Nombre o Razón Social	Estado	Fecha de registro
1	Proveedor con RUC	20100262291	COMERC. E IND DENT TARRILLO BARBA S.A.C	Válido	2023-08-02 16:49:24.0
2	Proveedor con RUC	20101337261	ROCA S.A.C.	Válido	2023-08-03 20:40:03.0
3	Proveedor con RUC	20208310730	MEDELCO SRL	Válido	2023-08-02 10:17:09.0
4	Proveedor con RUC	20465722119	GLOBAL SUPPLY S.A.C.	Válido	2023-08-02 12:07:57.0
5	Proveedor con RUC	20477671561	RICAF MEDICAL E.I.R.L	Válido	2023-08-02 22:14:52.0
6	Proveedor con RUC	20486988755	EMPRESA CONSTRUCTORA SAN ANTONIO S.A.C.	No válido	2023-08-02 00:47:25.0
7	Proveedor con RUC	20501645517	VITALTEC S.A.C.	Válido	2023-08-02 09:02:05.0



8	Proveedor con RUC	20505423942	HC MEDICAL SAC	Válido	2023-08-02 09:49:31.0
9	Proveedor con RUC	20520987186	CARDIOMED DEL PERU SAC	Válido	2023-08-07 12:14:45.0
10	Proveedor con RUC	20529457554	CORPORACION DACMAR S.A.C.	Válido	2023-08-02 10:44:58.0
11	Proveedor con RUC	20536847180	CONSULTORA, MULTISERVICIOS Y AUTOMOTORES VEYRA S.A.C	Válido	2023-08-03 09:42:44.0
12	Proveedor con RUC	20545792177	CHAPOLAB SAC	Válido	2023-08-03 18:48:09.0
13	Proveedor con RUC	20545804795	GOLDEN MEDICAL TECH S.A.C	Válido	2023-08-07 08:31:20.0
14	Proveedor con RUC	20557041631	INTECWELD IMPORT S.A.C.	Válido	2023-08-03 11:59:17.0
15	Proveedor con RUC	20565935861	IMPORTACIONES VASMED S.A.C.	Válido	2023-08-02 10:45:49.0
16	Proveedor con RUC	20601105994	MEDICALAB SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Válido	2023-08-08 14:41:21.0
17	Proveedor con RUC	20601286808	VIAL MEDIC E.I.R.L.	Válido	2023-08-07 12:08:07.0
18	Proveedor con RUC	20601325153	VAN REPRESENTACIONES GENERALES E.I.R.L.	Válido	2023-08-02 08:21:26.0
19	Proveedor con RUC	20601571065	JK MEDICAL EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - JK MEDICAL E.I.R.L.	Válido	2023-08-07 12:16:58.0
20	Proveedor con RUC	20603355289	CPB MEDICAL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - CPB MEDICAL S.A.C.	Válido	2023-08-02 17:22:37.0
21	Proveedor con RUC	20604249989	PERFECT ENTERPRISE DEL PERU S.A.C.	Válido	2023-08-04 08:41:38.0
22	Proveedor con RUC	20604523282	CORP. SANCHEZ Y CIA S.A.C.	Válido	2023-08-03 14:23:30.0
23	Proveedor con RUC	20604537372	NOVAMED PERU S.A.C.	Válido	2023-08-07 15:47:58.0
24	Proveedor con RUC	20605853553	BOSON TEC S.A.C.	Válido	2023-08-02 13:27:33.0
25	Proveedor con RUC	20608573667	IREMAX INDUSTRIES S.A.C.	Válido	2023-08-02 10:04:14.0
26	Proveedor con RUC	20609607123	MANUFACTURA CAPITALMEDIC S.A.C.	Válido	2023-08-08 11:10:37.0

Acto seguido se procedió a la revisión de propuestas en el sistema donde se evidencia, que los siguientes postores presentaron sus propuestas:

Nº	Nombre o razón social del postor	Fecha de presentación	Hora de presentación
1	MEDELCO SRL	09/08/2023	13:42:59
2	COMERC. E IND DENT TARRILLO BARBA S.A.C	09/08/2023	14:39:11
3	CARDIOMED DEL PERU SAC	09/08/2023	17:54:33



4	GOLDEN MEDICAL TECH S.A.C	09/08/2023	19:00:41
5	VIAL MEDIC E.I.R.L.	09/08/2023	19:26:48
6	CHAPOLAB SAC	09/08/2023	19:49:54
7	BOSON TEC S.A.C.	09/08/2023	20:22:15
8	CORPORACION DACMAR S.A.C.	09/08/2023	22:44:45
9	MEDICALAB SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	09/08/2023	23:08:40
10	CONSULTORA, MULTISERVICIOS Y AUTOMOTORES VEYRA S.A.C	09/08/2023	23:50:19

El Comité de Selección, procede a revisar el cumplimiento de los documentos de presentación obligatoria y determinar si las ofertas responden a las características y/o requisitos funcionales y condiciones de las Especificaciones Técnicas previstas en las bases.

De acuerdo con la revisión efectuada, las siguientes ofertas fueron admitidas por lo que se procederá con su evaluación:

Nº	Nombre o razón social del postor	Documentos de Presentación Obligatoria	Condición
1	MEDELCO SRL	<p>PRESENTA – NO CUMPLE</p> <ul style="list-style-type: none"> - El postor presenta en su propuesta, los documentos requeridos en el CAPITULO II DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN, numeral 2.2.1.1. Documentos para la admisión de la oferta, se adjunta ANEXO N° 01. Sin embargo no acredita correctamente lo solicitado: ❖ En el folio 31 el postor presenta el Anexo N° 04, declaración jurada de plazo de entrega, sin embargo no detalla el PLAZO DE ENTREGA, SU INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO. 	NO ADMITIDO
2	COMERC. E IND DENT TARRILLO BARBA S.A.C	<p>PRESENTA – CUMPLE</p> <ul style="list-style-type: none"> - El postor presenta en su propuesta, los documentos requeridos en el CAPITULO II DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN, numeral 2.2.1.1. Documentos para la admisión de la oferta, se adjunta ANEXO N° 01. 	ADMITIDO
3	CARDIOMED DEL PERU SAC	<p>PRESENTA – CUMPLE</p> <ul style="list-style-type: none"> - El postor presenta en su propuesta, los documentos requeridos en el CAPITULO II DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN, numeral 2.2.1.1. Documentos para la admisión de la oferta, se adjunta ANEXO N° 01. 	ADMITIDO
4	GOLDEN MEDICAL TECH S.A.C	<p>PRESENTA – CUMPLE</p> <ul style="list-style-type: none"> - El postor presenta en su propuesta, los documentos requeridos en el CAPITULO 	ADMITIDO

		II DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN, numeral 2.2.1.1. Documentos para la admisión de la oferta, se adjunta ANEXO N° 01.	
5	VIAL MEDIC E.I.R.L.	<p>PRESENTA – CUMPLE</p> <p>- El postor presenta en su propuesta, los documentos requeridos en el CAPITULO II DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN, numeral 2.2.1.1. Documentos para la admisión de la oferta, se adjunta ANEXO N° 01.</p>	ADMITIDO
6	CHAPOLAB SAC	<p>PRESENTA – NO CUMPLE</p> <p>- El postor presenta en su propuesta, los documentos requeridos en el CAPITULO II DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN, numeral 2.2.1.1. Documentos para la admisión de la oferta, se adjunta ANEXO N° 01. Sin embargo presenta en el folio 7 y 8 el FORMATO N° 01 HOJA DE PRESENTACIÓN DEL EQUIPO/SUSTENTO DE CUMPLIMIENTO DE LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS sin embargo no cumple con presentar dicho formato conforme se solicita que indica que: <i>La propuesta del postor debe indicar lo señalado en el Formato N° 01, <u>indicando claramente el número de folio(s) que sustenta el cumplimiento de las especificaciones técnicas, como sustento y respaldo de la información indicada. Para el número de folios no deberá colocarse rangos de números, sino números individuales.</u></i> Sin perjuicio de ello no acredita correctamente lo siguiente:</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ El postor no cumple con acreditar el numeral 04 de las características técnicas de la Ficha homologada, capacidad de medición durante el movimiento. ❖ El postor no cumple con acreditar el numeral 14 de las características técnicas de la Ficha homologada, los sensores de oximetría reusables NEONATALES. ❖ El postor no cumple con acreditar el numeral 14 de las características técnicas de la Ficha homologada, los sensores de oximetría reusables NEONATALES. ❖ El postor no cumple con acreditar el numeral 17 de las características técnicas de la Ficha homologada, 	NO ADMITIDO



		ya que no se observa la autonomía mínima de 4 horas.	
7	BOSON TEC S.A.C.	<p>PRESENTA – NO CUMPLE</p> <ul style="list-style-type: none"> - El postor presenta en su propuesta, los documentos requeridos en el CAPITULO II DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN, numeral 2.2.1.1. Documentos para la admisión de la oferta, se adjunta ANEXO N° 01. Sin embargo adjunta en el folio 38 y en el folio 69 el ANEXO N° 04 – DECLARACIÓN JURADA DE PLAZO DE ENTREGA, señalando en el folio 38, que el plazo de entrega se realizará en el plazo de 12 días calendarios (según la modalidad llave en mano) y en el folio 69 señala que el plazo de entrega se realizará en 20 días calendarios. Por lo que existe incongruencia en la información presentada. 	NO ADMITIDO
8	CORPORACION DACMAR S.A.C.	<p>PRESENTA – NO CUMPLE</p> <ul style="list-style-type: none"> - El postor presenta en su propuesta, los documentos requeridos en el CAPITULO II DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN, numeral 2.2.1.1. Documentos para la admisión de la oferta, se adjunta ANEXO N° 01. Sin embargo no acredita correctamente lo siguiente: <ul style="list-style-type: none"> ❖ El postor no cumple con acreditar el numeral 01 de las características técnicas de la Ficha homologada, ya que no señala que dicho equipo sea de sobremesa. Solo indica que cuenta con soporte para colocar el equipo sobre un escritorio, lo que no acredita lo requerido. 	NO ADMITIDO
9	MEDICALAB SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	<p>PRESENTA – NO CUMPLE</p> <ul style="list-style-type: none"> - El postor presenta en su propuesta, los documentos requeridos en el CAPITULO II DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN, numeral 2.2.1.1. Documentos para la admisión de la oferta, se adjunta ANEXO N° 01. Sin embargo no acredita correctamente lo siguiente: <ul style="list-style-type: none"> ❖ El postor presenta en el folio 10 y 11, documentos que el Comité de selección advierte que no corresponden a catálogos, manual de uso y operación, manual de servicio técnico, folletos, data sheets o brochure de los fabricantes o dueños de la marca y modelos de las partes correspondiente al cumplimiento de especificaciones 	NO ADMITIDO



		técnicas establecidas. Ya que se ha visualizado la oferta de otros postores con la misma marca y dicho documento es diferente, en mérito a ello se ha verificado otras fuentes para garantizar el cumplimiento de las características según lo señalado y se advierte que es una transcripción de lo señalado en la ficha homologada.	
10	CONSULTORA, MULTISERVICIOS Y AUTOMOTORES VEYRA S.A.C	PRESENTA - CUMPLE - El postor presenta en su propuesta, los documentos requeridos en el CAPITULO II DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN, numeral 2.2.1.1. Documentos para la admisión de la oferta, se adjunta ANEXO N° 01.	ADMITIDO

Se procede a la evaluación de la oferta del postor que cumple con los documentos de presentación obligatoria, considerando que los **FACTORES DE EVALUACIÓN** son los siguientes:

N°	Nombre o razón social del postor	Precio	Plazo de entrega	Garantía Comercial del Postor	Total	Bonificación MYPE	Total	Orden de prelación
1	COMERC. E IND DENT TARRILLO BARBA S.A.C	S/ 58,923.00	13 días calendarios	37 meses	100 puntos	NO	100 puntos	1°
		80 puntos	10 puntos	10 puntos				
2	CARDIOMED DEL PERU SAC	S/ 72,600.00	13 días calendarios	38 meses	84.93 puntos	NO	84.93 puntos	4°
		64.93 puntos	10 puntos	10 puntos				
3	GOLDEN MEDICAL TECH S.A.C	S/ 69,800.00	13 días calendarios	38 meses	87.53 puntos	SI	91.91 puntos	2°
		67.53 puntos	10 puntos	10 puntos				
4	VIAL MEDIC E.I.R.L.	S/ 70,650.00	13 días calendarios	38 meses	86.72 puntos	SI	91.06 puntos	3°
		66.72 puntos	10 puntos	10 puntos				
5	CONSULTORA, MULTISERVICIO S Y AUTOMOTORES VEYRA S.A.C.	S/ 78,000.00	13 días calendarios	37 meses	80.43 puntos	SI	84.46 puntos	5°
		60.43 puntos	10 puntos	10 puntos				

Luego de culminada la evaluación, el COMITÉ DE SELECCIÓN determinó si el postor que obtuvo el primer lugar y segundo según el orden de prelación cumple con los requisitos de calificación detallados en las bases, se adjunta ANEXO N° 02:

N°	Nombre o razón social del postor	Requisitos de Calificación	Observación	Condición
1°	COMERC. E IND DENT TARRILLO BARBA S.A.C	A. CAPACIDAD LEGAL HABILITACIÓN	El postor presenta copia simple de la Autorización Sanitaria de Funcionamiento expedida por DIGEMID o	CUMPLE CALIFICADO





			autoridad competente de acuerdo a la Ley N°29459 y el Reglamento de Establecimientos Farmacéuticos D.S. N° 014-2011- SA		
		B. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD	El postor acredita S/ 603,350.00 con contrato y constancia de cumplimiento de la prestación, superando el monto solicitado en las bases integradas.	CUMPLE	
		C. EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE	El postor acredita correctamente al personal clave solicitado como Responsable de la instalación del equipo y Responsable del soporte técnico.	CUMPLE	
2°	GOLDEN MEDICAL TECH S.A.C	D. CAPACIDAD LEGAL HABILITACIÓN	El postor presenta copia simple de la Autorización Sanitaria de Funcionamiento expedida por DIGEMID o autoridad competente de acuerdo a la Ley N°29459 y el Reglamento de Establecimientos Farmacéuticos D.S. N° 014-2011- SA	CUMPLE	CALIFICADO
		E. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD	El postor acredita S/ 1,479,513.20 con comprobante de pago y reporte de estado de cuenta, superando el monto solicitado en las bases integradas.	CUMPLE	
		F. EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE	El postor acredita correctamente al clave solicitado como Responsable de la instalación del equipo y Responsable del soporte técnico.	CUMPLE	

Los integrantes del Comité de Selección, por unanimidad, dan por aprobados los resultados de la evaluación de las ofertas y calificación, de acuerdo con el análisis efectuado y a los cuadros de Evaluación de Ofertas y Calificación adjuntas que forman parte del Acta.

No existiendo observación a la presenta acta, da por terminado el acto siendo las **12:00 horas** del mismo día firmando todos los presentes en señal de conformidad.



CPC. SHIRLEY TANIA CONDOR CARHUACUSMA
 Presidente del Comité de Selección



LIC. ENP. GLORIA JANETH ROCHA ALLASI
 Miembro del Comité de Selección



FRANCISCO JESÚS GUILLÉN QUINTO
 Miembro del Comité de Selección



ACTA DE OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

AS-HOMOLOGACIÓN N° 004-2023-HRDMIEC/CS-2

“ADQUISICIÓN DE OXIMETRO DE MESA DEL IOARR: “ADQUISICIÓN DE VENTILADOR MECÁNICO, INCUBADORA NEONATAL, MAQUINA DE ANESTESIA Y MONITOR MULTIPARAMETROS; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL (LA) EESS REGIONAL DOCENTE MATERNO INFANTIL “EL CARMEN” – HUANCAYO, DISTRITO DE HUANCAYO, PROVINCIA DE HUANCAYO, DEPARTAMENTO DE JUNÍN” con CUI: 2521456”

En, Huancayo, a los 14 días del mes de **agosto** del año **2023**, en el Área de Procesos de la Oficina de Logística del HRDMIEC, a las **12:05 horas**, se reunieron los miembros del comité de selección designados mediante **RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA N° 284-2023-GRJ-DRSJ-HRDMI-EC-OL**, encargado de la preparación, conducción y realización del procedimiento de selección de **ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA-HOMOLOGACIÓN Nro. 020-2023-HRDMIEC-CS**, cuyo objeto de convocatoria es la **“ADQUISICIÓN DE OXIMETRO DE MESA DEL IOARR: “ADQUISICIÓN DE VENTILADOR MECÁNICO, INCUBADORA NEONATAL, MAQUINA DE ANESTESIA Y MONITOR MULTIPARAMETROS; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL (LA) EESS REGIONAL DOCENTE MATERNO INFANTIL “EL CARMEN” – HUANCAYO, DISTRITO DE HUANCAYO, PROVINCIA DE HUANCAYO, DEPARTAMENTO DE JUNÍN” con CUI: 2521456”**, a fin de OTORGAR LA BUENA PRO.

El quorum necesario que exige la normativa de contrataciones del Estado, se logró con la presencia de los siguientes miembros:

Presidente	CPC. SHIRLEY TANIA CONDOR CARHUACUSMA	Titular	X	Dependencia: Oficina de Logística
		Suplente		
Primer Miembro	LIC. ENF. GLORIA JANETH ROCHA ALLASI	Titular	X	Dependencia: Servicio de Neonatología
		Suplente		
Segundo Miembro	FRANCISCO JESÚS GUILLEN QUINTO	Titular	X	Dependencia: Oficina de Servicios Generales y Mantenimiento
		Suplente		

De acuerdo con los resultados de la calificación, el postor ganador de la Buena Pro es:

Nombre o Razón Social	Monto Adjudicado
COMERC. E IND DENT TARRILLO BARBA S.A.C	S/ 58,923.00 (Cincuenta y Ocho Mil Novecientos Veintitrés con 00/100 soles)

Acto seguido y de conformidad con el Artículo 76 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado: "Definida la oferta ganadora, el comité de selección otorga la buena pro, mediante su publicación en el SEACE."

Los integrantes del **COMITÉ DE SELECCIÓN**, por **UNANIMIDAD**, otorgan la buena pro al postor mencionado en líneas anteriores.


No existiendo observación a la presenta acta, da por terminado el acto siendo las **12:10 horas** del mismo día firmando todos los presentes en señal de conformidad.



CPC. SHIRLEY TANIA CONDOR CARHUACUSMA
 Presidente del Comité de Selección



LIC. ENF. GLORIA JANETH ROCHA ALLASI
 Miembro del Comité de Selección



FRANCISCO JESÚS GUILLEN QUINTO
 Miembro del Comité de Selección

ANEXO N° 02
CALIFICACIÓN DE OFERTAS
AS-Homologación-SM-4-2023-HRDMIEC/CS-2

ADQUISICIÓN DE OXÍMETRO DE MESA DEL IOARR: " ADQUISICIÓN DE VENTILADOR MECÁNICO, INCUBADORA NEONATAL, MAQUINA DE ANESTESIA Y MONITOR MULTIPARAMETROS; ADemás DE OTROS ACTIVOS EN EL (LA) ESS REGIONAL DOCENTE MATERNO INFANTIL "EL CARMEN" - HUANCAYO, DISTRITO DE HUANCAYO, PROVINCIA DE HUANCAYO. DEPARTAMENTO DE JUNIN" con CUI: 2521456

3.2. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN		CALIFICADO/DESCALIFICADO	
N°	REQUISITO DE CALIFICACIÓN	DETALLE	CA
A.	CAPACIDAD LEGAL-HABILITACIÓN	<p>Autorización Sanitaria de Funcionamiento De acuerdo a la Ley N° 29459 y el Reglamento de Establecimientos Farmacéuticos D.S. N° 014-2011-SA, los participantes deberá contar con el citado documento emitido por la DIGEMID.</p> <p>El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/ 243,524.58 (Doscientos Cuarenta y Tres Mil Quinientos Veinticuatro con 58/100 soles), por la venta de bienes iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los ocho (8) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda.</p> <p>En el caso de postores que declaren en el Anexo N° 1 tener la condición de micro y pequeña empresa, se acredita una experiencia de S/ 20,293.71 (Veinte Mil Doscientos Noventa y Tres con 71/100 soles), por la venta de bienes iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los ocho (8) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda. En el caso de consorcios, todos los integrantes deben contar con la condición de micro y pequeña empresa.</p> <p>Se consideraron bienes similares a los siguientes DEFINICIÓN DE PRESTACIÓN SIMILAR Oxímetro de Pulsos Neonatal Oxímetro Oxímetro de pulsos para Adultos Oxímetro Pediátrico Oxímetro de Mesa Oxímetro de Pulsos adulto – pediátrico Oxímetro de Pulso de Sobremesa Oxímetro de Pulsos Pediátrico – Neonatal Monitor de Funciones Vitales</p>	<p>COMERC. E IND DENT FARRILLO BARBA S.A.C 20100242291</p> <p>GOLDEN MEDICAL TECH S.A.C 20529457554</p>
B.	EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD	<p>Profesional:</p> <p>Cantidad: 01 Responsable de la instalación y capacitación del equipo. Con cuatro (04) años de experiencia en instalación y/o implementación y/o capacitación y/o mantenimiento de los equipamientos médicos ofertados. La experiencia se contabilizará de la fecha de colegiatura en adelante.</p> <p>Personal Técnico:</p> <p>Cantidad: 01 Responsable del mantenimiento del equipo. Con cuatro (04) años o más de experiencia en el mantenimiento y/o reparación de los equipamientos médicos. La experiencia se contabilizará para el caso de personal técnico, de la fecha de obtención del título en adelante y para el caso de bachiller en ingeniería, fecha de grado de bachiller en adelante.</p> <p>También el personal profesional colegiado de ingeniería podrá participar como encargado del mantenimiento, siempre que cumpla con el número de años de experiencia solicitados en el mantenimiento y/o reparación de los equipos médicos ofertados.</p>	
C.	EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE		



CALIFICADO CALIFICADO

