

**FORMATO**  
**RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS**  
**(BIENES)**

1. DATOS GENERALES								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	30/10/2023						
1.2	ÁREA USUARIA	ÁREA DE ALMACÉN DE LA RED ASISTENCIAL HUARAZ						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y PRUEBA OPERATIVA DE TUBO DE RAYOS X PARA TOMOGRAFÍA HELICOIDAL COMPUTARIZADO DE 16 CORTES						
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	OPERATIVIZAR EQUIPOS DE ALTA COMPLEJIDAD						
1.5	Nº DE REFERENCIA DEL PAC	2724						
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	-					
		Documento que declaró la viabilidad	-					
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO								
DATOS DEL REQUERIMIENTO		Documento de requerimiento	NOTA N° 401-DADYTO-HII-HZ-RAHZ-ESSALUD-2023		Fecha de recepción	13/10/2023		
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión	25/10/2023	De oficio		Con motivo de observaciones	OBSERVACIÓN DE POSTOR	
		Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI		NO		X		
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.						
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI	X	NO				
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI		NO		X		
		Documento de aprobación de la estandarización				Fecha de aprobación		
2.6	SEÑALAR SI EL BIEN OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI		NO		X		
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación				Fecha de inicio de vigencia		
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	Nº Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
	1	1				1	Vía Correo Institucional	25/10/2023
<p>EL POSTOR MANIFIESTA QUE APARTIR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2023 LAS CONDICIONES DE GARANTÍA DEL TUBO DE RX DE 4MHU HAN SIDO ESTABLECIDAS: 100,000 DISPAROS O 12 MESES.</p>								
<p>Consignar una síntesis de las observaciones</p>								
<p>Consignar una síntesis de las observaciones</p>								



**FORMATO**  
**RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS**  
**(BIENES)**

**2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA**


Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
1	1				1	Vía Correo Institucional	25/10/2023
EL ÁREA USUARIA ACCEDE A CAMBIAR LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL BIEN Y LA GARANTÍA COMERCIAL MÍNIMA.							
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							

**2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO**

Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento
1	6.1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL BIEN - 6.5. GARANTÍA COMERCIAL MÍNIMA

**3 INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO**

3.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	23/10/2023	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	27/10/2023
3.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	NO	X
Se hace la observación que, durante la presente indagación de mercado, solo se obtuvo la cotización de la empresa CYMED MEDIAL S.A.C.; el cual es DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO en Perú de la empresa CANON MEDICAL SYSTEMS CORPORATION - Japón.				
3.3	PLURALIDAD DE MARCAS QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	NO	X
Se hace la observación que, durante la presente indagación de mercado, solo se obtuvo la cotización de la empresa CYMED MEDIAL S.A.C.; el cual es DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO en Perú de la empresa CANON MEDICAL SYSTEMS CORPORATION - Japón.				
3.4	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO	SI	NO	X
En caso de existir la posibilidad de distribuir la buena pro, sustentar.				
3.5	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI	NO	X
En caso de obtenerse información que se puede utilizar para determinar los factores de evaluación, detallarla.				
3.6	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI	NO	X
En caso de obtenerse información de otros aspectos que tengan incidencia en la eficiencia de la contratación, detallarla.				

4	 HECTOR MIGUEL GRADOS BAUTISTA
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES	