

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(BIENES)

1. DATOS GENERALES							
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	24.07.2023					
1.2	ÁREA USUARIA	Servicio de Cardiología Intervencionista del Instituto Nacional Cardiovascular – INCOR.					
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	Contratación de Suministro de Material Médico: Prótesis Valvular Aortica Percutánea para el Instituto Nacional Cardiovascular Carlos Alberto Peschiera Carrillo – INCOR.					
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	BRINDAR A LOS ASEGURADOS ACCESO OPORTUNO A PRESTACIONES INTEGRALES Y DE CALIDAD ACORDE A SUS NECESIDADES					
1.5	Nº DE REFERENCIA DEL PAC	471 - 2023					
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	NO APLICA				
		Documento que declaró la viabilidad	NO APLICA				
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO							
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	Memorando N°153-DIDAEC-DIR-INCOR-ESSALUD-2023	Fecha de recepción	22.06.2023		
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión	Memorando N°58SCI-DIDAEC-DIR-INCOR-ESSALUD-2023	De oficio	-	Con motivo de observaciones	X
		Fecha de la tercera versión	-	De oficio	-	Con motivo de observaciones	-
		Fecha de la cuarta versión	-	De oficio	-	Con motivo de observaciones	-
		Fecha de la quinta versión	-	De oficio	-	Con motivo de observaciones	-
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI	-	NO	X		
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.					
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI	-	NO	X		
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI	-	NO	X		
		Documento de aprobación de la estandarización		-	Fecha de aprobación	-	
2.6	SEÑALAR SI EL BIEN OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI	-	NO	X		
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación		-	Fecha de inicio de vigencia	-	
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.					

Vº 2.8

OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO

Nº Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
1	3	-	Memorando N°551-OL-OA-DIR-INCOR-ESSALUD-2023	04.07.2023	3	Memorando N°551-OL-OA-DIR-INCOR-ESSALUD-2023	04.07.2023

FORMATO

RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(BIENES)

En la especificación Técnica del ítem requerido, numeral 9 - Dimensiones: solicitan Diámetro de la prótesis: 21mm, 23mm, 25mm, 26mm, 27mm, 29mm y 31mm.

Teniendo en cuenta que cada empresa que comercializa este tipo de producto maneja sus propias medidas y tomando en consideración los diámetros de los anillos valvulares nativos. Como es el caso de nuestra empresa que comercializa dicha válvula en tres medidas diferentes (S, M, L) con rangos de diámetro de anillo que oscilan entre 21mm y 27 mm, los cuales cubren la mayoría de diámetros nativos de la población del país por lo que, solicitamos acepten diámetro de anillo nativo de 21mm \pm 0.5 mm al 27mm \pm 0.5mm.

Ofertamos Balón de predilatación no complaciente de poliamida que tiene el mismo desempeño y funcionalidad de tereftalato de polietileno (PET)

Nuestras prótesis valvular aórtica percutánea cuentan con una vigencia de 12 meses, el cual rige a partir de su fecha de fabricación, sin embargo, por el tiempo que demora la importación llegan a nuestro país aproximadamente con una vigencia de 9 meses; motivo por el cual, solicitamos acepten nuestros dispositivos con la vigencia de entrega de 9 meses con carta de compromiso de canje, en caso de que el producto no sea utilizado antes de su fecha de vencimiento

2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA

Nº Ítem	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
1	3	—	Memorando N°58-SCI-DIDAEC-DIR-INCOR-ESSALUD-2023	10.07.2023	3	Memorando N°58-SCI-DIDAEC-DIR-INCOR-ESSALUD-2023	10.07.2023

Con relación a la primera consulta realizada por la empresa BOSTON SCIENTIFIC SAC, el área usuaria opina: "...en su folletería tabla 1, menciona: Número de catálogo SYM SV23-004; denominación ACURATE neo2 Aortic Valve S; diámetros del anillo aórtico nativo 21mm \leq annulus diameter \leq 23mm, por lo tanto, ACOGE la consulta..."

Con relación a la segunda consulta el área usuaria opina: "...ofrecen un balón de predilatación no complaciente de poliamida, se ACOGE la consulta

Respecto a la vigencia del producto el área usuaria opina que: "...se ACEPTA que el material tenga una vigencia mínima de nueve (9) meses, siempre y cuando el postor presente la documentación, en la cual demuestre de manera fehaciente que el producto cuenta con la vigencia mínima de doce (12) meses, al momento de salir del almacén del fabricante..."

2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO

Nº Ítem	Ajustes realizados al requerimiento
1	<p>Ante lo descrito en el Memorando N°058-SCI-DIDAEC-DIR-INCOR-ESSALUD-2023, por esta área usuaria, se precisa que, también se podrá participar con medidas de: 30.5mm a 32mm, o 34mm, ya que son equivalentes a la medida 31mm.</p> <p>Respecto al material del catéter balón de predilatación no complaciente de tereftalato de polietileno (PET) también se podrá participar con el material de poliamida, ya que son plásticos similares.</p> <p>Se precisa que se permitirá que el material cuente con una vigencia mínima de nueve (9) meses, siempre y cuando el postor presente la documentación donde demuestre de manera fehaciente que el producto cuenta con la vigencia mínima de doce (12) meses al momento de salir del almacén del fabricante.</p>

3 INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO

3.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	26/06/2023	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	17/07/2023
3.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO
	MULTIMED PERU SAC. - COVIDIEN PERÚ SA. - BOSTON SCIENTIFIC PERU SA - MIRET MEDICAL ASOCIADOS SAC.			
3.3	PLURALIDAD DE MARCAS QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI		NO
	ST. JUDE MEDICAL - COREVALVE EVOLUT- BOSTON SCIENTIFIC. - MYVAL TRANSCATHETER HERT VALVE.			
	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO	SI	X	NO
	Existe la posibilidad de distribuir la buena pro, ya que en el mercado actual existe un postor que ofrece 30.5mm a 32mm, y otro postor ofrece 34mm.			
3.5	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDE UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI	-	NO
	En caso de obtenerse información que se puede utilizar para determinar los factores de evaluación, detallarla.			

FORMATO

RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(BIENES)

3.6	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI	-	NO	X
En caso de obtenerse información de otros aspectos que tengan incidencia en la eficiencia de la contratación, detallarla.					

4


 Lic. SADY SOLARI
 Jefe de la Oficina de Logística

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES

A. ARMAO C.
 ESPECIALISTA EN
 CONTRATACIONES