

# PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA CENTRO

Nomenclatura : LP-SM-4-2023-DIRIS LC.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVOS DE HEMOGRAMA AUTOMATIZADO CON EQUIPO AUTOMATIZADO EN CESION DE USO DE 3 Y 5 ESTIRPES PARA LOS SERVICIOS DE LABORATORIO DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA DIRIS LIMA CENTRO

Ruc/código : 20423555182

Fecha de envío : 25/08/2023

Nombre o Razón social : CIA IMPORTADORA AMERICANA S.A.

Hora de envío : 11:46:42

**Consulta:** Nro. 1

## **Consulta/Observación:**

### **HEMOGRAMA AUTOMATIZADO ESTIRPES**

Se solicita que los reactivos hematológicos incluyan: Lisante, Diluyente, Limpiador de Sonda de acuerdo a cada fabricante y que los Lisante, Diluyente y reactivos en general deben ser de la misma marca del equipo y las características que cada fabricante oferte.

Solicitamos al comite de seleccion , en coordinacion con el area usuaria, se precise que los reactivos hematológicos incluyan: Lisante, Diluyente, Limpiador de Sonda de acuerdo a cada fabricante y que los Lisante, Diluyente y reactivos en general deben ser de la misma marca y/o fabricante del equipo y las características que cada fabricante oferte, ya que como sabemos cada fabricante asegura que los reactivos mantengan la estandarización entre modelo de equipo, reactivo usado y todos los componentes que requiera para el procesamiento analítico con calidad.

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico

**Numeral:** 3.1

**Literal:** III

**Página:** 22

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

## **Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se está requiriendo III. CARACTERISTICAS TECNICAS HEMOGRAMA AUTOMATIZADO DIFERENCIAL 5 ESTIRPES:

Se acepta que los reactivos hematológicos incluyan: Lisante, Diluyente, Limpiador de Sonda de acuerdo a cada fabricante y que los Lisante, Diluyente y reactivos en general deben ser de la misma marca del equipo y las características que cada fabricante oferte, y el participante solicita que se acepta que los reactivos hematológicos incluyan: Lisante, Diluyente, Limpiador de Sonda de acuerdo a cada fabricante y que los Lisante, Diluyente y reactivos en general deben ser de la misma marca y/o fabricante del equipo y las características que cada fabricante oferte. Se aceptara Lisante, Diluyente y reactivos en general deben ser de la misma marca y/o fabricante del equipo y las características que cada fabricante oferte y de esta manera permitir la mayor pluralidad de postores.

## **Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

Con ocasión de la integración de Bases se modificará el siguiente párrafo: III. CARACTERISTICAS TECNICAS HEMOGRAMA AUTOMATIZADO DIFERENCIAL 5 ESTIRPES: se acepta que los reactivos hematológicos incluyan: Lisante, Diluyente, Limpiador de Sonda de acuerdo a cada fabricante y que los Lisante, Diluyente y reactivos en general deben ser de la misma marca y/o fabricante del equipo y las características que cada fabricante oferte.

Entidad convocante : DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA CENTRO

Nomenclatura : LP-SM-4-2023-DIRIS LC.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVOS DE HEMOGRAMA AUTOMATIZADO CON EQUIPO AUTOMATIZADO EN CESION DE USO DE 3 Y 5 ESTIRPES PARA LOS SERVICIOS DE LABORATORIO DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA DIRIS LIMA CENTRO

Ruc/código :	20423555182	Fecha de envío :	25/08/2023
Nombre o Razón social :	CIA IMPORTADORA AMERICANA S.A.	Hora de envío :	11:46:42

**Consulta:** Nro. 2

**Consulta/Observación:**

Seccion VIII. PRESTACIONES ACCESORIAS a) EQUIPAMIENTO EN SECIÓN DE USO, solicitan:

¿Se ACLARA que los controles de primera opinión deben ser de la misma marca que el reactivo y equipo ofertado¿, respetuosamente solicitamos al comité especial precise:

¿Se ACLARA que los controles de primera opinión deben ser de la misma marca y/o fabricante que el reactivo y equipo ofertado¿ ya que como sabemos cada fabricante asegura que los reactivos mantengan la estandarización entre modelo de equipo, reactivo usado y todos los componentes que requiera para el procesamiento analítico con calidad

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** 3.1      **Literal:** III      **Página:** 24

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se está requiriendo VIII. PRESTACIONES ACCESORIAS a) EQUIPAMIENTO EN SECIÓN DE USO: El contratista, deberá entregar en cesión de uso VEINTE (20) Equipos Analizadores Hematológicos Automatizados de 05 Estirpes (para los establecimientos de salud según cuadro adjunto), Con las siguientes características: (Se ACLARA que los controles de primera opinión deben ser de la misma marca que el reactivo y equipo ofertado) y el participante solicita que sea (Se ACLARA que los controles de primera opinión deben ser de la misma marca y/o fabricante que el reactivo y equipo ofertado) por lo que se aceptara que los controles de primera opinión deben ser de la misma marca y/o fabricante que el reactivo y equipo ofertado y de esta manera permitir la mayor pluralidad de postores.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

Con ocasión de la integración de Bases se modificará el siguiente párrafo: VIII. PRESTACIONES ACCESORIAS a) EQUIPAMIENTO EN SECIÓN DE USO: El contratista, deberá entregar en cesión de uso (...) (Se ACLARA que los controles de primera opinión deben ser de la misma marca y/o fabricante que el reactivo y equipo ofertado).

Entidad convocante : DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA CENTRO

Nomenclatura : LP-SM-4-2023-DIRIS LC.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVOS DE HEMOGRAMA AUTOMATIZADO CON EQUIPO AUTOMATIZADO EN CESION DE USO DE 3 Y 5 ESTIRPES PARA LOS SERVICIOS DE LABORATORIO DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA DIRIS LIMA CENTRO

Ruc/código :	20423555182	Fecha de envío :	25/08/2023
Nombre o Razón social :	CIA IMPORTADORA AMERICANA S.A.	Hora de envío :	11:46:42

**Observación: Nro. 3**

**Consulta/Observación:**

k) Copia simple de insertos, catálogos y/o documentación técnica, emitida por el fabricante, se aceptará catálogos o manuales o folletos o instructivos o brochures o insertos u otros documentos técnicos emitidos por el fabricante para sustentar determinadas características. las cuales deberán encontrarse en idioma español o de encontrarse en idioma diferente al español deberá presentarse con la traducción correspondiente de acuerdo a lo establecido en la normativa de contrataciones vigentes; el postor deberá acreditar las siguientes características: PARA LOS REACTIVOS DE HEMOGRAMA: Presentación, muestra biológica, almacenamiento. Linealidad, en el caso de los CONTROL, la documentacion debiera acreditar el uso, composicion, conservacion y valores asignados - limites.

Del texto se desprende que requieren se acredite la ¿Linealidad¿, sin embargo no se observa en la base requerimiento específico vinculado a la linealidad de los parámetros hematológicos, asumimos se trata de una omisión involuntaria, dado que la linealidad es un importante indicador de la calidad de los equipos, por ello solicitamos se aclare el requisito y respetuosamente sugerimos al Comité especial considerar lo siguientes linealidades como mínimo:

WBC:  $0.00-300 \times 10^9/L$

RBC:  $(0.00 \text{¿} 8.50) \times 10^{12}/L$

HGB:  $0 \text{¿} 250g/L$

PLT:  $0 \text{¿} 3000 \times 10^9/L$

HCT:  $0.0 \text{¿} 67\%$ .

Por otro lado en el parrafo donde solicitan PARA LOS EQUIPOS EN CESION DE USO: Dimensiones, Metodos de Ensayo, Principio, Fuente de Luz, Rango Fotometrico, Longitud de Onda, Velocidad de proceso, capacidad de bandeja de muestras, capacidad de bandeja de reactivos, volumen de muestra, volumen de reactivo, unidad de lavado, fecha de fabricacion. No se ha brindado informacion sobre lo qe se debe acreditar, salvo (volumen de muestra, fecha de fabricacion).

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: III Página: 25

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Según la presente observación, IX. REQUISITOS DEL PROVEEDOR Y/O PERSONAL k) Copia simple de insertos, catálogos y/o documentación técnica, emitida por el fabricante, PARA LOS REACTIVOS DE HEMOGRAMA: Presentación, muestra biológica, almacenamiento. Linealidad, en el caso de los CONTROL, la documentación deberá acreditar el uso, composición, conservación y valores asignados - limites. debe tenerse en cuenta que se está solicitando que se elimine LINEALIDAD que por error de tipeo se considero, por lo que se ACOGE la observación y se eliminará PARA LOS REACTIVOS DE HEMOGRAMA: Presentación, muestra biológica, almacenamiento. Linealidad, en el caso de los CONTROL, la documentación deberá acreditar el uso, composición, conservación y valores asignados - limites.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

Con ocasión de la integración de Bases se modificará el siguiente párrafo: PARA LOS REACTIVOS DE HEMOGRAMA: Presentación, muestra biológica, almacenamiento, en el caso de los CONTROL, la documentación deberá acreditar el uso, composición, conservación y valores asignados - limites.

Entidad convocante : DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA CENTRO

Nomenclatura : LP-SM-4-2023-DIRIS LC.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVOS DE HEMOGRAMA AUTOMATIZADO CON EQUIPO AUTOMATIZADO EN CESION DE USO DE 3 Y 5 ESTIRPES PARA LOS SERVICIOS DE LABORATORIO DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA DIRIS LIMA CENTRO

Ruc/código :	20505110651	Fecha de envío :	25/08/2023
Nombre o Razón social :	W.P. BIOMED SOCIEDAD ANONIMA	Hora de envío :	17:17:37

**Observación: Nro. 4**

**Consulta/Observación:**

De acuerdo a bases solicitan acreditar:

HEMOGRAMA AUTOMATIZADO DIFERENCIAL 3 ESTIRPES

El kit para 1000 pruebas, debe incluir:

- Diluyente: 02 cajas x 20 litros o menor equivalente;
- Solución Lisante: 02 frascos x 500 ml o menor equivalente; y
- Solución de lavado: 02 frasco x 50 ml o menor equivalente.

Teniendo en consideración que cada fabricante diseña su producto, solicitamos que acepten la presentación del kit de reactivos de acuerdo a cada fabricante. En virtud al principio de libertad de concurrencia.

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** 2.2.1.1

**Literal:** e

**Página:** 16

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

Art 2 LCE

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

SE ACLARA, III. CARACTERISTICAS TECNICAS:

PRESENTACIÓN:

reactivo para hemograma automatizado 3 estirpes y 19 parámetros

El kit para 1000 pruebas, debe incluir:

- Diluyente: 02 cajas x 20 litros o menor equivalente;
- Solución Lisante: 02 frascos x 500 ml o menor equivalente; y
- Solución de lavado: 02 frasco x 50 ml o menor equivalente.

Deben permitirán el procesamiento total de las pruebas solicitadas. Y el estudio de mercado evidencia que hay pluralidad de postores, y asimismo una distribución equitativa para los 29 establecimientos DIRIS LIMA CENTRO por lo que NO SE ACOGE LA OBSERVACION y el postor debe ceñirse a las Bases administrativas.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA CENTRO

Nomenclatura : LP-SM-4-2023-DIRIS LC.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVOS DE HEMOGRAMA AUTOMATIZADO CON EQUIPO AUTOMATIZADO EN CESION DE USO DE 3 Y 5 ESTIRPES PARA LOS SERVICIOS DE LABORATORIO DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA DIRIS LIMA CENTRO

Ruc/código :	20505110651	Fecha de envío :	25/08/2023
Nombre o Razón social :	W.P. BIOMED SOCIEDAD ANONIMA	Hora de envío :	17:17:37

**Observación: Nro. 5**  
**Consulta/Observación:**

De acuerdo a bases solicitan acreditar:

**HEMOGRAMA AUTOMATIZADO DIFERENCIAL 5 ESTIRPES**

El kit para 1000 pruebas, debe incluir:

- Diluyente: 01 o 02 cajas x 20 litros c/u (menor o equivalente)
- Lisante: En 01 o 02 frascos x 5 litros (menor o equivalente)
- Solución de lavado: 02 frasco x 50 ml o menor equivalente.

Teniendo en consideración que cada fabricante diseña su producto, solicitamos que acepten la presentación del kit de reactivos de acuerdo a cada fabricante. En virtud al principio de libertad de concurrencia.

**Acápite de las bases :** Sección: Específico **Numeral:** 2.2.1.1 **Literal:** e **Página:** 16

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

Art 2 LCE

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

SE ACLARA, III. CARACTERISTICAS TECNICAS:

**PRESENTACIÓN:**

reactivo para hemograma automatizado 5 estirpes y 24 parámetros

El kit para 1000 pruebas, debe incluir como mínimo (el postor debe presentar un cuadro de presentación de sus componentes):

- Diluyente: 01 o 02 cajas x 20 litros c/u (menor o equivalente)
- Lisante: En 01 o 02 frascos x 5 litros (menor o equivalente)
- Solución de lavado: 02 frasco x 50 ml o menor equivalente.

Deben permitirán el procesamiento total de las pruebas solicitadas.

d. Otros componentes de manera opcional, según las presentaciones del fabricante. Y el estudio de mercado evidencia que hay pluralidad de postores, y asimismo una distribución equitativa para los 20 establecimientos DIRIS LIMA CENTRO por lo que NO SE ACOGE LA OBSERVACION y el postor debe ceñirse a las Bases administrativas.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA CENTRO

Nomenclatura : LP-SM-4-2023-DIRIS LC.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVOS DE HEMOGRAMA AUTOMATIZADO CON EQUIPO AUTOMATIZADO EN CESION DE USO DE 3 Y 5 ESTIRPES PARA LOS SERVICIOS DE LABORATORIO DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA DIRIS LIMA CENTRO

Ruc/código :	20505110651	Fecha de envío :	25/08/2023
Nombre o Razón social :	W.P. BIOMED SOCIEDAD ANONIMA	Hora de envío :	17:17:37

**Consulta:** Nro. 6

**Consulta/Observación:**

De acuerdo a bases solicitan :

6 parámetros de investigación: ALY#, ALY%, LIC# LIC%, NRBC# NRBC%

En virtud al principio de libertad de concurrencia solicitamos que consideren como opcional: NRBC# NRBC% y permitir la participación de nuestra representada.

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      Numeral: 3.1      Literal: se      **Página:** 24

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se está requiriendo para VIII. PRESTACIONES ACCESORIAS:

a) EQUIPAMIENTO EN SECIÓN DE USO: El contratista, deberá entregar en cesión de uso VEINTE (20) Equipos Analizadores Hematológicos Automatizados de 05 Estirpes (para los establecimientos de salud según cuadro adjunto), Con las siguientes características:

- 6 parámetros de investigación: ALY#, ALY%, LIC#, LIC%, NRBC#, NRBC%.

y el participante solicita que sea 4 parámetros de investigación: ALY#, ALY%, LIC#, LIC%, y opcional para NRBC#, NRBC%. por lo que se aceptara que se opcional para NRBC#, NRBC% y de esta manera permitir la mayor pluralidad de postores.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

Con ocasión de la integración de Bases se modificará el siguiente párrafo:

VIII. PRESTACIONES ACCESORIAS:

a) EQUIPAMIENTO EN SECIÓN DE USO: El contratista, deberá entregar en cesión de uso VEINTE (20) Equipos Analizadores Hematológicos Automatizados de 05 Estirpes (para los establecimientos de salud según cuadro adjunto), Con las siguientes características:

- 4 parámetros de investigación: ALY#, ALY%, LIC#, LIC%, y opcional para NRBC#, NRBC%.

Entidad convocante : DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA CENTRO

Nomenclatura : LP-SM-4-2023-DIRIS LC.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVOS DE HEMOGRAMA AUTOMATIZADO CON EQUIPO AUTOMATIZADO EN CESION DE USO DE 3 Y 5 ESTIRPES PARA LOS SERVICIOS DE LABORATORIO DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA DIRIS LIMA CENTRO

Ruc/código :	20505110651	Fecha de envío :	25/08/2023
Nombre o Razón social :	W.P. BIOMED SOCIEDAD ANONIMA	Hora de envío :	17:17:37

**Consulta:** Nro. 7

**Consulta/Observación:**

De acuerdo a bases solicitan :

Tres diagramas de dispersión DIFF y un diagrama de dispersión BASO para la diferenciación de glóbulos blancos.

Teniendo en consideración que cada fabricante diseña sus equipos de acuerdo a los principios que utiliza y en virtud al principio de libertad de concurrencia solicitamos que consideren como OPCIONAL: diagrama de dispersión BASO para la diferenciación de glóbulos blancos y permitir la participación de nuestra representada.

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** 3.1      **Literal:** se      **Página:** 24

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

SE ACLARA está requiriendo para VIII. PRESTACIONES ACCESORIAS:

a) EQUIPAMIENTO EN SECIÓN DE USO: El contratista, deberá entregar en cesión de uso VEINTE (20) Equipos Analizadores Hematológicos Automatizados de 05 Estirpes (para los establecimientos de salud según cuadro adjunto), Con las siguientes características:

- Tres diagramas de dispersión DIFF y un diagrama de dispersión BASO para la diferenciación de glóbulos blancos. y el participante solicita que sea - Tres diagramas de dispersión DIFF y opcional un diagrama de dispersión BASO para la diferenciación de glóbulos blancos. Dando información en una disminución en la cantidad de basófilos puede ser el resultado de una reaccion alergica o infecciones, mientras una cantidad mayor puede deberse a ciertos tipos de cáncer en la sangre u otros transtornos. los escatergramas nos ayuda a tener una mejor identificación de estos importantes elementos de la sangre por lo que son indispensables que estan dentro diagrama de dispersión BASO para la diferenciación de glóbulos blancos.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA CENTRO

Nomenclatura : LP-SM-4-2023-DIRIS LC.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVOS DE HEMOGRAMA AUTOMATIZADO CON EQUIPO AUTOMATIZADO EN CESION DE USO DE 3 Y 5 ESTIRPES PARA LOS SERVICIOS DE LABORATORIO DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA DIRIS LIMA CENTRO

Ruc/código :	20505110651	Fecha de envío :	25/08/2023
Nombre o Razón social :	W.P. BIOMED SOCIEDAD ANONIMA	Hora de envío :	17:17:37

**Consulta: Nro. 8**

**Consulta/Observación:**

De acuerdo a bases solicitan :

Equipos Analizadores Hematológicos Automatizados de 05 Estirpes:

Almacenamiento de 100,000 más resultados

En virtud al principio de libertad de concurrencia solicitamos que consideren la siguiente característica: 40,000 resultados y así permitir la participación de nuestra representada.

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** 3.1    **Literal:** se    **Página:** 24

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se está requiriendo para VIII. PRESTACIONES ACCESORIAS:

a) EQUIPAMIENTO EN SECCIÓN DE USO: El contratista, deberá entregar en cesión de uso VEINTE (20) Equipos Analizadores Hematológicos Automatizados de 05 Estirpes (para los establecimientos de salud según cuadro adjunto), Con las siguientes características:

- Almacenamiento de 100,000 a más resultados.

y el participante solicita que sea - Almacenamiento de 40,000 a más resultados. por lo que se aceptara que sea - Almacenamiento de 40,000 a más resultados. y de esta manera permitir la mayor pluralidad de postores.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

Con ocasión de la integración de Bases se modificará el siguiente párrafo: VIII. PRESTACIONES ACCESORIAS:

a) EQUIPAMIENTO EN SECCIÓN DE USO: El contratista, deberá entregar en cesión de uso VEINTE (20) Equipos Analizadores Hematológicos Automatizados de 05 Estirpes (para los establecimientos de salud según cuadro adjunto), Con las siguientes características:

- Almacenamiento de 40,000 a más resultados.



Entidad convocante : DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA CENTRO

Nomenclatura : LP-SM-4-2023-DIRIS LC.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVOS DE HEMOGRAMA AUTOMATIZADO CON EQUIPO AUTOMATIZADO EN CESION DE USO DE 3 Y 5 ESTIRPES PARA LOS SERVICIOS DE LABORATORIO DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA DIRIS LIMA CENTRO

Ruc/código :	20505110651	Fecha de envío :	25/08/2023
Nombre o Razón social :	W.P. BIOMED SOCIEDAD ANONIMA	Hora de envío :	17:30:21

**Consulta:** Nro. 9

**Consulta/Observación:**

De acuerdo a bases solicitan :

Equipos Analizadores Hematológicos Automatizados de 05 Estirpes:

Comunicación: con puerto USB, impresora externa, escáner de código de barras, ratón, teclado.

Teniendo en consideración que actualmente los analizadores modernos cuentan con pantallas táctiles, no es necesario el uso de ratón o teclado.

En virtud al principio de libertad de concurrencia solicitamos que consideren la siguiente característica:

Comunicación: con puerto USB, impresora externa, escáner de código de barras, OPCIONAL: ratón, teclado y así permitir la participación de nuestra representada.

**Acápite de las bases :** Sección: Específico **Numeral:** 3.1 **Literal:** se **Página:** 24

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se está requiriendo para VIII. PRESTACIONES ACCESORIAS:

a) EQUIPAMIENTO EN SECCIÓN DE USO: El contratista, deberá entregar en cesión de uso VEINTE (20) Equipos Analizadores Hematológicos Automatizados de 05 Estirpes (para los establecimientos de salud según cuadro adjunto), Con las siguientes características:

- Comunicación: con puerto de USB, Impresora externa, escáner de código de barra, ratón, teclado.

y el participante solicita que sea opcional: ratón, teclado actualmente los analizadores modernos cuentan con pantallas táctiles, no es necesario el uso de ratón o teclado. por lo que siempre y cuando el equipo cuente con pantalla táctil y no se dificulte la operación del equipo y de esta manera permitir la mayor pluralidad de postores.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

Con ocasión de la integración de Bases se modificará el siguiente párrafo: VIII. PRESTACIONES ACCESORIAS:

a) EQUIPAMIENTO EN SECCIÓN DE USO: El contratista, deberá entregar en cesión de uso VEINTE (20) Equipos Analizadores Hematológicos Automatizados de 05 Estirpes (para los establecimientos de salud según cuadro adjunto), Con las siguientes características:

- Comunicación: con puerto de USB, Impresora externa, escáner de código de barra, (opcional ratón, teclado si el equipo es pantalla táctil )

Entidad convocante : DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA CENTRO

Nomenclatura : LP-SM-4-2023-DIRIS LC.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVOS DE HEMOGRAMA AUTOMATIZADO CON EQUIPO AUTOMATIZADO EN CESION DE USO DE 3 Y 5 ESTIRPES PARA LOS SERVICIOS DE LABORATORIO DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA DIRIS LIMA CENTRO

Ruc/código :	20602409385	Fecha de envío :	25/08/2023
Nombre o Razón social :	FARAH GROUP S.R.L.	Hora de envío :	19:30:59

**Observación: Nro. 10**

**Consulta/Observación:**

En las características técnicas del hemograma automatizado diferencial 3 estirpes indica:

**PRESENTACIÓN:**

reactivo para hemograma automatizado 3 estirpes,

El kit para 1000 pruebas, debe incluir:

- Diluyente: 02 cajas x 20 litros o menor equivalente;
- Solución Lisante: 02 frascos x 500 ml o menor equivalente.

Se solicita al comité especial en coordinación con el área usuaria, acepten el kit para 1000 o mas pruebas dependiendo a cada fabricante; ya que actualmente en el mercado existen distintas marcas que tienen diferentes componentes y volúmenes y la cantidad que rinden cada reactivo depende mucho del fabricante.

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico **Numeral:** CAPITULO 2 **Literal:** 2.2.1 **Página:** 16

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

SE ACLARA, III. CARACTERISTICAS TECNICAS:

**PRESENTACIÓN:**

reactivo para hemograma automatizado 3 estirpes y 19 parámetros

El kit para 1000 pruebas, debe incluir:

- Diluyente: 02 cajas x 20 litros o menor equivalente;
- Solución Lisante: 02 frascos x 500 ml o menor equivalente; y
- Solución de lavado: 02 frasco x 50 ml o menor equivalente.

Deben permitirán el procesamiento total de las pruebas solicitadas. NO SE ACOGE LA OBSERVACION, en vista que en el estudio de mercado se evidencia que hay pluralidad de postores de acuerdo a cada fabricante, máximo para Kit 1000 pruebas, considerando que la distribución sea equitativamente para los 29 establecimientos designados.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA CENTRO

Nomenclatura : LP-SM-4-2023-DIRIS LC.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVOS DE HEMOGRAMA AUTOMATIZADO CON EQUIPO AUTOMATIZADO EN CESION DE USO DE 3 Y 5 ESTIRPES PARA LOS SERVICIOS DE LABORATORIO DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA DIRIS LIMA CENTRO

Ruc/código :	20602409385	Fecha de envío :	25/08/2023
Nombre o Razón social :	FARAH GROUP S.R.L.	Hora de envío :	19:30:59

**Observación: Nro. 11**

**Consulta/Observación:**

En las características técnicas del hemograma automatizado diferencial 5 estirpes indica:

**PRESENTACIÓN:**

reactivo para hemograma automatizado 5 estirpes y 24 parámetros

El kit para 1000 pruebas, debe incluir como mínimo:

a. Diluyente: 01 o 02 cajas x 20 litros c/u (menor o equivalente)

b. Lisante: En 01 o 02 frascos x 5 litros (menor o equivalente)

Se solicita al comité especial en coordinación con el área usuaria, acepten el kit de pruebas dependiendo a cada fabricante; ya que actualmente en el mercado existen distintas marcas que tienen diferentes componentes y volúmenes y la cantidad que rinden cada reactivo depende mucho del fabricante.

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** CAPITULO 2    **Literal:** 2.2.1    **Página:** 16

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

SE ACLARA, III. CARACTERISTICAS TECNICAS:

**PRESENTACIÓN:**

reactivo para hemograma automatizado 5 estirpes y 24 parámetros

El kit para 1000 pruebas, debe incluir como mínimo (el postor debe presentar un cuadro de presentación de sus componentes):

a. Diluyente: 01 o 02 cajas x 20 litros c/u (menor o equivalente)

b. Lisante: En 01 o 02 frascos x 5 litros (menor o equivalente)

c. Solución de lavado: 02 frasco x 50 ml o menor equivalente.

Deben permitirán el procesamiento total de las pruebas solicitadas.

d. Otros componentes de manera opcional, según las presentaciones del fabricante. NO SE ACOGE LA OBSERVACION, en vista que en el estudio de mercado se evidencia que hay pluralidad de postores de acuerdo a cada fabricante (máximo para Kit 1000 pruebas), considerando que la distribución sea equitativamente para los 20 establecimientos designados.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA CENTRO

Nomenclatura : LP-SM-4-2023-DIRIS LC.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVOS DE HEMOGRAMA AUTOMATIZADO CON EQUIPO AUTOMATIZADO EN CESION DE USO DE 3 Y 5 ESTIRPES PARA LOS SERVICIOS DE LABORATORIO DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA DIRIS LIMA CENTRO

Ruc/código : 20602409385

Nombre o Razón social : FARAH GROUP S.R.L.

Fecha de envío : 25/08/2023

Hora de envío : 19:30:59

**Consulta:** Nro. 12

**Consulta/Observación:**

En las bases indica en:

Embalaje, empaque y rotulado:

Los reactivos de Bioquímica deben estar en Frascos con cierre hermético, envase original no reenvasados.

Podría el comité especial en coordinación con el área usuaria aclarar si este párrafo pertenece a otro proceso, no el que está en proceso.

**Acápito de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** CAPITULO 3      **Literal:** 3.1      **Página:** 23

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Según la presente consulta, Embalaje, empaque y rotulado:

Los reactivos de Bioquímica deben estar en Frascos con cierre hermético, envase original no reenvasados. se está solicitando que se elimine BIOQUIMICA que por error de tipeo se considero, por lo que se eliminará y corregir Embalaje, empaque y rotulado:

Los reactivos de Bioquímica hematología deben estar en Frascos con cierre hermético, envase original no reenvasados.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

Con ocasión de la integración de Bases se modificará el siguiente párrafo:

Embalaje, empaque y rotulado:

Los reactivos de hematología deben estar en Frascos con cierre hermético, envase original no reenvasados.

Entidad convocante : DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA CENTRO

Nomenclatura : LP-SM-4-2023-DIRIS LC.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVOS DE HEMOGRAMA AUTOMATIZADO CON EQUIPO AUTOMATIZADO EN CESION DE USO DE 3 Y 5 ESTIRPES PARA LOS SERVICIOS DE LABORATORIO DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA DIRIS LIMA CENTRO

Ruc/código : 20602409385

Nombre o Razón social : FARAH GROUP S.R.L.

Fecha de envío : 25/08/2023

Hora de envío : 19:30:59

**Observación: Nro. 13**

**Consulta/Observación:**

En las bases solicitan lo siguiente en las especificaciones técnicas del equipo de 5 diferenciales: 6 parámetros de investigación: ALY#, ALY%, LIC#, LIC%, NRBC#, NRBC%.

se solicita al comité especial en coordinación con el área usuaria, acepten analizadores de 5 diferenciales con 25 parámetros reportables y 4 a mas parámetros de investigación. Para mayor pluralidad y garantizar la libre concurrencia de postores, ya que esta característica se acomodan a una sola marca en específico, además no afectaría la veracidad del resultados, a la vez también los parámetros de investigación no son reportables.

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** CAPITULO 3      **Literal:** 3.1.VIII      **Página:** 24

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

literal c) del artículo 2 del T.U.O.

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se está requiriendo para VIII. PRESTACIONES ACCESORIAS:

a) EQUIPAMIENTO EN SECIÓN DE USO: El contratista, deberá entregar en cesión de uso VEINTE (20) Equipos Analizadores Hematológicos Automatizados de 05 Estirpes (para los establecimientos de salud según cuadro adjunto), Con las siguientes características:

- 6 parámetros de investigación: ALY#, ALY%, LIC#, LIC%, NRBC#, NRBC%.

y el participante solicita que sea 4 parámetros de investigación: ALY#, ALY%, LIC#, LIC%, y opcional para NRBC#, NRBC%. por lo que SE ACOGE la observación y se aceptara que se opcional para NRBC#, NRBC% y de esta manera permitir la mayor pluralidad de postores

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

Con ocasión de la integración de Bases se modificará el siguiente párrafo:

VIII. PRESTACIONES ACCESORIAS:

a) EQUIPAMIENTO EN SECIÓN DE USO: El contratista, deberá entregar en cesión de uso VEINTE (20) Equipos Analizadores Hematológicos Automatizados de 05 Estirpes (para los establecimientos de salud según cuadro adjunto), Con las siguientes características:

- 4 parámetros de investigación: ALY#, ALY%, LIC#, LIC%, y opcional para NRBC#, NRBC%.

Entidad convocante : DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA CENTRO

Nomenclatura : LP-SM-4-2023-DIRIS LC.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVOS DE HEMOGRAMA AUTOMATIZADO CON EQUIPO AUTOMATIZADO EN CESION DE USO DE 3 Y 5 ESTIRPES PARA LOS SERVICIOS DE LABORATORIO DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA DIRIS LIMA CENTRO

Ruc/código :	20604921938	Fecha de envío :	25/08/2023
Nombre o Razón social :	MAZA MEDICAL & LABORATORIOS E.I.R.L.	Hora de envío :	19:31:59

**Consulta:** Nro. 14

**Consulta/Observación:**

En las bases solicitan: Registro sanitario o certificado de registró sanitario. se solicita al comité especial en coordinación con el área usuaria, acepte certificado de registro sanitario a nombre de un tercero pero que la empresa postora cumpla con todo los certificados de buenas practicas de almacenamiento (BPA), buenas practicas de distribución y transporte (BPDT).

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** CAPITULO 2      **Literal:** 2.2.1      **Página:** 17

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Al respecto SE ACLARA que es correcta su apreciación por lo que se procederá a incluir en el literal a) Registro Sanitario o Certificado de Registro Sanitario (copia simple).

Otorgado por la Autoridad Nacional de Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios ANM (DIGEMID). Además, las resoluciones de modificación o autorización, en tanto éstas tengan por finalidad acreditar la correspondencia entre la información registrada ante la Autoridad Nacional de Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios (ANM) y el dispositivo médico ofertado. Así mismo se aceptará certificado de registro sanitario a nombre de un tercero pero que la empresa postora cumpla con todo los certificados de buenas practicas de almacenamiento (BPA), buenas practicas de distribución y transporte (BPDT). No se aceptarán productos cuyo Registro Sanitario esté suspendido o cancelado (...)

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

Con ocasión de la integración de Bases se modificará el siguiente párrafo:

a) Registro Sanitario o Certificado de Registro Sanitario (copia simple).

Otorgado por la Autoridad Nacional de Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios ANM (DIGEMID). Además, las resoluciones de modificación o autorización, en tanto éstas tengan por finalidad acreditar la correspondencia entre la información registrada ante la Autoridad Nacional de Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios (ANM) y el dispositivo médico ofertado. Así mismo se aceptará certificado de registro sanitario a nombre de un tercero pero que la empresa postora cumpla con todo los certificados de buenas practicas de almacenamiento (BPA), buenas practicas de distribución y transporte (BPDT).

No se aceptarán productos cuyo Registro Sanitario esté suspendido o cancelado (...)

Entidad convocante : DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA CENTRO

Nomenclatura : LP-SM-4-2023-DIRIS LC.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVOS DE HEMOGRAMA AUTOMATIZADO CON EQUIPO AUTOMATIZADO EN CESION DE USO DE 3 Y 5 ESTIRPES PARA LOS SERVICIOS DE LABORATORIO DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA DIRIS LIMA CENTRO

Ruc/código :	20501887286	Fecha de envío :	25/08/2023
Nombre o Razón social :	DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C.	Hora de envío :	20:36:24

**Consulta:** Nro. 15

**Consulta/Observación:**

En el numeral 1.9 en relación con el plazo de entrega se indica lo siguiente:

Los bienes materia de la presente convocatoria se entregarán en el plazo de sesenta (60) días calendario.

Sin embargo, en el numeral X de la página 26 de las Bases se indica lo siguiente en relación con el plazo de entrega para la primera entrega: La entrega se realizará hasta los diez (10) días calendario, a partir del día siguiente de notificada la orden de compra.

Al respecto, es evidente una incongruencia en relación con el plazo de entrega que podría conllevar a posibles vicios de nulidad, por lo que es importante que se pueda esclarecer el plazo que se deberá contar para llevar a cabo la primera entrega que conlleva una gran cantidad de equipos a internar en diversos centros de salud.

En ese sentido, consideramos que resulta importante tener en cuenta los plazos de importación, desaduanaje, nacionalización y traslado de los productos y equipos que se necesitarán para el presente procedimiento de selección, por ello, solicitamos que el plazo a considerar para la primera entrega sea de SESENTA (60) DIAS CALENDARIOS CONTABILIZADOS A PARTIR DEL DIA SIGUIENTE DE LA RECEPCION DE LA ORDEN DE COMPRA. (Acorde a lo indicado en el numeral 1.9 de la página 14 de las Bases)

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** I      **Literal:** 1.9      **Página:** 14

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

SE ACLARA - Lo solicitado por el área usuaria X. LUGAR Y PLAZO DE EJECUCION PLAZO DE ENTREGA:

Primera entrega: La entrega se realizará hasta los diez (10) días calendario, a partir del día siguiente de notificada la orden de compra.

Segunda entrega: La segunda entrega se realizará hasta los sesenta (60) días calendario, contados a partir del día siguiente de notificada la primera y única orden de compra, y el participante solicita que sea el plazo a considerar para la primera entrega sea de SESENTA (60) DIAS CALENDARIOS CONTABILIZADOS a partir del día siguiente de la recepción de la orden de compra. Por la necesidad a los pacientes de primer nivel en atención a los establecimientos de la jurisdicción de la DIRIS Lima Centro y el postor debe ceñirse a las Bases administrativas.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA CENTRO

Nomenclatura : LP-SM-4-2023-DIRIS LC.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVOS DE HEMOGRAMA AUTOMATIZADO CON EQUIPO AUTOMATIZADO EN CESION DE USO DE 3 Y 5 ESTIRPES PARA LOS SERVICIOS DE LABORATORIO DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA DIRIS LIMA CENTRO

Ruc/código :	20501887286	Fecha de envío :	25/08/2023
Nombre o Razón social :	DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C.	Hora de envío :	20:36:24

Consulta: Nro. 16

Consulta/Observación:

En la página 28 de las Bases se indica que para el presente procedimiento de selección habrá dos entregas.

Respecto a ello, en la página 26 de las Bases se indica lo siguiente en relación con la segunda entrega: La segunda entrega se realizará hasta los sesenta (60) días calendario, contados a partir del día siguiente de notificada la primera y única orden.

Al respecto, a fin de que quede todo claro en relación con el plazo de entrega para la segunda entrega, considerando que en el numeral 2.5 de la página 20 se indica que los pagos se realizarán de forma periódica, solicitamos al Comité de Selección que establezca el plazo de entrega de la siguiente manera:

-A los DIEZ (10) DIAS CALENDARIOS CONTABILIZADOS A PARTIR DEL DIA SIGUIENTE DE LA RECEPCION DE LA SEGUNDA ORDEN DE COMPRA. (Entendiendo que la segunda orden de compra se notificará al postor ganador sesenta días después de la primera entrega).

Solicitamos al Comité de Selección ACOGER la presente solicitud.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: -- Página: 28

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA - usuario solicita, página 28 de las Bases indica CRONOGRAMA DE ENTREGA en base a la página 26 de las Bases se indica X. LUGAR Y PLAZO DE EJECUCION PLAZO DE ENTREGA:

Primera entrega: La entrega se realizará hasta los diez (10) días calendario, a partir del día siguiente de notificada la orden de compra.

Segunda entrega: La segunda entrega se realizará hasta los sesenta (60) días calendario, contados a partir del día siguiente de notificada la primera y única orden de compra. y el participante solicita que sea a los DIEZ (10) DIAS CALENDARIOS CONTABILIZADOS A PARTIR DEL DIA SIGUIENTE DE LA RECEPCION DE LA SEGUNDA ORDEN DE COMPRA. (Entendiendo que la segunda orden de compra se notificará al postor ganador sesenta días después de la primera entrega). Por la necesidad a los pacientes de primer nivel en atención a los establecimientos de la jurisdicción de la DIRIS Lima Centro y el postor debe ceñirse a las Bases administrativas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null



Entidad convocante : DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA CENTRO

Nomenclatura : LP-SM-4-2023-DIRIS LC.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVOS DE HEMOGRAMA AUTOMATIZADO CON EQUIPO AUTOMATIZADO EN CESION DE USO DE 3 Y 5 ESTIRPES PARA LOS SERVICIOS DE LABORATORIO DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA DIRIS LIMA CENTRO

Ruc/código :	20501887286	Fecha de envío :	25/08/2023
Nombre o Razón social :	DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C.	Hora de envío :	20:36:24

**Consulta:** Nro. 17

**Consulta/Observación:**

En el literal a) de la página 17 de las Bases se indica que se debe adjuntar el siguiente documento:

a) Registro Sanitario o Certificado de Registro Sanitario (copia simple)

Solicitamos al comité de selección que, en el apartado de la exigencia señalada, se incorpore lo siguiente:

¿En caso algún producto no requiera Registro Sanitario deberá adjuntar el documento emitido por la ANM en el cual acredita que no requiere dicho documento; caso contrario deberá adjuntar el listado publicado por DIGEMID en su página de internet (indicando la fecha de publicación) en el que se indique el producto ofertado¿

**Acápite de las bases :** Sección: Específico      **Numeral:** II      **Literal:** a)      **Página:** 17

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

En relación a la consulta del literal a) de la página 17 de las bases a) Registro Sanitario o Certificado de Registro Sanitario (copia simple) y el participante solicita que se incorpore en siguiente párrafo: En caso algún producto no requiera Registro Sanitario deberá adjuntar el documento emitido por la ANM en el cual acredita que no requiere dicho documento; caso contrario deberá adjuntar el listado publicado por DIGEMID en su página de internet (indicando la fecha de publicación) en el que se indique el producto ofertado, por lo que se procederá a incluir en el literal a) Registro Sanitario o Certificado de Registro Sanitario (copia simple) En caso de que algún producto no requiera Registro Sanitario deberá adjuntar el documento emitido por la ANM en el cual acredita que no requiere dicho documento; en caso contrario deberá adjuntar el listado publicado por DIGEMID en su página de intranet (indicando la fecha de publicación) en el que figure el producto ofertado.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

Con ocasión de la integración de Bases se modificará el siguiente párrafo:

a) Registro Sanitario o Certificado de Registro Sanitario (copia simple):

En caso de que algún producto no requiera Registro Sanitario deberá adjuntar el documento emitido por la ANM en el cual acredita que no requiere dicho documento; en caso contrario deberá adjuntar el listado publicado por DIGEMID en su página de intranet (indicando la fecha de publicación) en el que figure el producto ofertado.

Entidad convocante : DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA CENTRO

Nomenclatura : LP-SM-4-2023-DIRIS LC.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVOS DE HEMOGRAMA AUTOMATIZADO CON EQUIPO AUTOMATIZADO EN CESION DE USO DE 3 Y 5 ESTIRPES PARA LOS SERVICIOS DE LABORATORIO DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA DIRIS LIMA CENTRO

Ruc/código :	20501887286	Fecha de envío :	25/08/2023
Nombre o Razón social :	DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C.	Hora de envío :	20:36:24

**Consulta:** Nro. 18

**Consulta/Observación:**

En el literal e) de la página 17 de las Bases se indica que se debe adjuntar la siguiente documentación:

e) Copia Simple de Certificado de Análisis o Protocolo de Análisis, del bien ofertado de acuerdo a la farmacopea vigente o metodología declarada en el registro sanitario del bien ofertado, según legislación y normatividad vigente de acuerdo al formato del fabricante y no del proveedor.

En ese sentido, ENTENDEMOS que se aceptará copia simple del Protocolo y/o Certificado de Análisis emitidos por los fabricantes con la información que éstos declaren en el mismo y en sus propios formatos.

En ese sentido, solicitamos al comité de selección sirva indicar si nuestro entender es correcto, de ser así se precise EXPRESAMENTE en las bases administrativas.

**Acápite de las bases :** Sección: Específico      **Numeral:** II      **Literal:** e)      **Página:** 17

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

SE PRECISA que en literal e) Copia Simple de Certificado de Análisis o Protocolo de Análisis, del bien ofertado de acuerdo a la farmacopea vigente o metodología declarada en el Registro Sanitario del bien ofertado, según legislación y normatividad vigente; de acuerdo al formato del fabricante (Formatos propios).

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA CENTRO

Nomenclatura : LP-SM-4-2023-DIRIS LC.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVOS DE HEMOGRAMA AUTOMATIZADO CON EQUIPO AUTOMATIZADO EN CESION DE USO DE 3 Y 5 ESTIRPES PARA LOS SERVICIOS DE LABORATORIO DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA DIRIS LIMA CENTRO

Ruc/código :	20501887286	Fecha de envío :	25/08/2023
Nombre o Razón social :	DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C.	Hora de envío :	20:36:24

**Consulta:** Nro. 19

**Consulta/Observación:**

En el literal e) de la página 15 de las Bases se indican una serie de documentos que servirán para acreditar las especificaciones técnicas de los reactivos y de los equipos, sin embargo, visualizando las especificaciones técnicas en la página 16 SE PUEDE IDENTIFICAR QUE NO SE HAN COLOCADO CORRECTAMENTE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS QUE DEBEN SER ACREDITADAS DEBIDO QUE SE INDICAN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS QUE NO SE ENCUENTRAN DENTRO DEL CUADRO DE LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SEÑALADAS EN LAS PÁGINAS 16 Y 24 DE LAS BASES LO QUE PUEDE REPERCUTIR NEGATIVAMENTE PARA LA ACREDITACIÓN DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA LA PRESENTACIÓN DE OFERTAS.

Por ejemplo, en relación a los reactivos se indica que se debe acreditar lo siguiente: Linealidad, en el caso de los control, la documentación deberá acreditar el uso, composición, conservación y valores asignados ¿ límites.

En relación a los equipos en cesión de uso se indica que se debe acreditar lo siguiente: dimensiones, métodos de ensayo, principio, fuente de luz, rango fotométrico, longitud de onda, velocidad de proceso, capacidad de bandeja de muestras, capacidad de bandeja de reactivos, volumen de reactivo, unidad de lavado y fecha de fabricación.

Sobre lo expuesto, a fin de evitar posibles vicios y ambigüedades que puedan repercutir negativamente para la acreditación de las especificaciones técnicas en la presentación de ofertas, solicitamos al Comité de Selección establecer que las especificaciones técnicas a acreditar sean las siguientes:

REACTIVOS: Presentación y Muestra Biológica (descritas en la página 16 de las Bases)

PARA LOS EQUIPOS: Tipo, Metodología y Performance (Descritas en las páginas 24 de las Bases)

(Entendiendo que las demás especificaciones técnicas se darán por acreditadas mediante la presentación del ANEXO N° 3).

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** 2.2.1.1      **Literal:** e)      **Página:** 15  
**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Según lo solicitado por el área usuaria en el III. CARACTERISTICAS TECNICAS: presentacion, uso, muestra biologica, almacenamiento. y k) Copia simple de insertos, catálogos y/o documentación técnica, emitida por el fabricante,(...)

PARA LOS REACTIVOS DE HEMOGRAMA: Presentación, muestra biológica, almacenamiento. Linealidad, en el caso de los CONTROL, la documentación deberá acreditar el uso, composición, conservación y valores asignados - limites. Asimismo, VIII. PRESTACIONES ACCESORIAS:

a) EQUIPAMIENTO EN SECIÓN DE USO: El contratista, deberá entregar en cesión de uso VEINTI NUEVE (29) Equipos Analizadores Hematológicos Automatizados de 03 Estirpes (para los establecimientos de salud según cuadro adjunto), con las siguientes características: (...).

El contratista, deberá entregar en cesión de uso VEINTE (20) Equipos Analizadores Hematológicos Automatizados de 05 Estirpes (para los establecimientos de salud según cuadro adjunto), Con las siguientes características: (...)

ANTIGÜEDAD:(...).

PARA LOS EQUIPOS EN CESIÓN DE USO: Dimensiones, Métodos de Ensayo, Principio, Fuente de Luz, Rango Fotométrico, Longitud de Onda, Velocidad de proceso, capacidad de bandeja de muestras, capacidad de bandeja de reactivos, volumen de muestra, volumen de reactivo, unidad de lavado, fecha de fabricación, y el participante solicita que sea REACTIVOS: Presentación y Muestra Biológica. PARA LOS EQUIPOS: Tipo, Metodología y Performance por lo que SE ACEPTA PARCIALMENTE la consulta y se aceptara que para los PARA

Entidad convocante :	DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA CENTRO
Nomenclatura :	LP-SM-4-2023-DIRIS LC.-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Bien
Descripción del objeto :	ADQUISICION DE REACTIVOS DE HEMOGRAMA AUTOMATIZADO CON EQUIPO AUTOMATIZADO EN CESION DE USO DE 3 Y 5 ESTIRPES PARA LOS SERVICIOS DE LABORATORIO DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA DIRIS LIMA CENTRO

Específico

2.2.1.1

e)

15

#### Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

#### Análisis respecto de la consulta u observación:

LOS REACTIVOS DE HEMOGRAMA: Presentación, muestra biológica, almacenamiento. Linealidad, y opcionalmente en el caso de los CONTROL, la documentación deberá acreditar el uso, composición, conservación y valores asignados - límites.

PARA LOS EQUIPOS EN CESIÓN DE USO: Métodos de Ensayo o Principio, volumen de muestra. (descritas en la pagina 24, VIII. PRESTACIONES ACCESORIAS a) EQUIPAMIENTO EN SECCIÓN DE USO: El contratista, deberá entregar en cesión de uso VEINTI NUEVE (29) Equipos Analizadores Hematológicos Automatizados de 03 Estirpes (para los establecimientos de salud según cuadro adjunto), con las siguientes características: (...) y Dimensiones, Fuente de Luz, Rango Fotométrico, Longitud de Onda, Velocidad de proceso, capacidad de bandeja de muestras, capacidad de bandeja de reactivos, volumen de reactivo, unidad de lavado, fecha de fabricación.

#### Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Con ocasión de la integración de Bases se modificará el siguiente párrafo: PARA LOS REACTIVOS DE HEMOGRAMA: Presentación, muestra biológica, almacenamiento, y opcionalmente en el caso de los CONTROL, la documentación deberá acreditar el uso, composición, conservación y valores asignados - límites.

PARA LOS EQUIPOS EN CESIÓN DE USO: Métodos de Ensayo o Principio, volumen de muestra. (descritas en la pagina 24, VIII. PRESTACIONES ACCESORIAS a) EQUIPAMIENTO EN SECCIÓN DE USO: El contratista, deberá entregar en cesión de uso VEINTI NUEVE (29) Equipos Analizadores Hematológicos Automatizados de 03 Estirpes (para los establecimientos de salud según cuadro adjunto), con las siguientes características: (...)

Entidad convocante : DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA CENTRO

Nomenclatura : LP-SM-4-2023-DIRIS LC.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVOS DE HEMOGRAMA AUTOMATIZADO CON EQUIPO AUTOMATIZADO EN CESION DE USO DE 3 Y 5 ESTIRPES PARA LOS SERVICIOS DE LABORATORIO DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA DIRIS LIMA CENTRO

Ruc/código :	20501887286	Fecha de envío :	25/08/2023
Nombre o Razón social :	DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C.	Hora de envío :	20:36:24

**Observación: Nro. 20**

**Consulta/Observación:**

En la página 24 de las Bases se indica lo siguiente en relación con la ANTIGÜEDAD:

-Los equipos en cesión de uso deberán ser del año 2020 en adelante, sustentado con documento emitido por el fabricante y la antigüedad será demostrada con una declaración jurada de la importación que será entregado en la presentación de oferta.

Al respecto, cabe señalar que esta documentación NO CORRESPONDE presentar en la etapa de presentación de ofertas, SINO QUE DEBERÁ SER ENTREGADA POR EL POSTOR GANADOR DE LA BUENA PRO EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL, pues se convierte en una limitante a la pluralidad de postores si se tuviese como documentación obligatoria en la etapa de presentación de ofertas, pues implicaría que los postores ya cuenten con los equipos, sin embargo, ello se convierte en un gasto excesivo y oneroso para esta etapa, en ese orden de ideas, solo los portores que cuenten con los equipos podrán presentar su oferta generando una limitante a la pluralidad y concurrencia de postores.

Aunado a ello, es preciso señalar que el OSCE en diversos pronunciamientos ha señalado que no se puede exigir que los postores en la presentación de ofertas presenten el número de serie, fecha de fabricación o documentos de importación, toda vez, que es una exigencia desproporcional y poco razonable para dicha etapa.

**PRONUNCIAMIENTO N° 202- 2022/OSCE-DGR**

¿De esta manera, se puede apreciar que, si bien la Entidad estaría solicitando determinada información para la suscripción de contrato que permita conocer el equipo que se estaría ofertando, exigir para la suscripción de contrato documentos otorgados por el fabricante donde indique datos, entre otros, como ¿fecha de fabricación¿ y ¿número de serie¿ del equipo ofertado, así como la copia de la Declaración Única de Aduana (DUA) que se utiliza para solicitar que las mercancías sean sometidas a los regímenes y operaciones aduaneros; RESULTARÍAN REQUISITOS IRRAZONABLES Y EXCESIVOS, TODA VEZ QUE, PODRÍA IMPLICAR QUE SÓLO LOS POSTORES QUE YA CUENTAN CON LOS EQUIPOS EN STOCK PUEDAN CONTAR CON DICHOS DOCUMENTOS (¿). De ahí que, la documentación otorgada por el fabricante (casa matriz) que indique la fecha de fabricación, marca, modelo y número de serie del equipo ofertado, así como la copia de la Declaración Única de Aduana (DUA) donde acredite la fecha de ingreso del equipo al país; debería ser presentados por el ¿CONTRATISTA¿ AL MOMENTO DEL INTERNAMIENTO DE LOS BIENES EN LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

En ese sentido, solicitamos al Comité de Selección ELIMINAR este requerimiento señalado en este extremo de las Bases amparados en la Ley de Contrataciones del Estado que ha establecido lo siguiente: ¿Las Entidades promueven el libre acceso y participación de proveedores en los procesos de contratación que realicen, debiendo evitarse exigencias y formalidades costosas e innecesarias. Se encuentra prohibida la adopción de prácticas que limiten o afecten la libre concurrencia de proveedores¿. (Artículo 2, literal a); ¿Todos los proveedores deben disponer de las mismas oportunidades para formular sus ofertas, encontrándose prohibida la existencia de privilegios o ventajas y en consecuencia, el trato discriminatorio manifiesto o encubierto¿. (Artículo 2, literal b). Señalando que dicha documentación, de requerirse debe ser al INTERNAMIENTO DE LOS BIENES.

(Considerar la misma solicitud para lo indicado en la página 16 cuando hacen referencia a que se debe acreditar fecha de fabricación para los equipos)

**Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III**  
**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Literal: --**

**Página: 24**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

En las Especificaciones técnicas del equipo a presentar

Entidad convocante : DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA CENTRO

Nomenclatura : LP-SM-4-2023-DIRIS LC.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVOS DE HEMOGRAMA AUTOMATIZADO CON EQUIPO AUTOMATIZADO EN CESION DE USO DE 3 Y 5 ESTIRPES PARA LOS SERVICIOS DE LABORATORIO DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA DIRIS LIMA CENTRO

Específico

III

--

24

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

**VIII. PRESTACIONES ACCESORIAS.**

ANTIGÜEDAD: Los equipos en cesión de uso deberán ser del año 2020 en adelante, sustentado con documento emitido por el fabricante y la antigüedad será demostrada con una declaración jurada de la importación que será entregado en la presentación de oferta.

y el participante solicita ELIMINAR este requerimiento señalado en este extremo de las Bases amparados en la Ley de Contrataciones del Estado que ha establecido lo siguiente: Las Entidades promueven el libre acceso y participación de proveedores en los procesos de contratación que realicen, debiendo evitarse exigencias y formalidades costosas e innecesarias. por lo que SE ACOGE PARCIALMENTE la observacion y se aceptará presentar

ANTIGÜEDAD: Los equipos en cesión de uso deberán ser del año 2020 en adelante, sustentado con documento emitido por el fabricante y la antigüedad será demostrada con una declaración jurada de la importación que será entregado en la presentación de oferta. Los equipos en cesión de uso deberán sustentarse mediante DECLARACIÓN JURADA y sera entregado en la presentacion de la oferta.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

Con ocasión de la integración de Bases se modificará el siguiente párrafo:

ANTIGÜEDAD: Los equipos en cesión de uso deberán sustentarse mediante DECLARACIÓN JURADA y será entregado en la presentación de la oferta

Entidad convocante : DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA CENTRO

Nomenclatura : LP-SM-4-2023-DIRIS LC.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVOS DE HEMOGRAMA AUTOMATIZADO CON EQUIPO AUTOMATIZADO EN CESION DE USO DE 3 Y 5 ESTIRPES PARA LOS SERVICIOS DE LABORATORIO DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA DIRIS LIMA CENTRO

Ruc/código :	20501887286	Fecha de envío :	25/08/2023
Nombre o Razón social :	DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C.	Hora de envío :	20:36:24

Consulta: Nro. 21

Consulta/Observación:

En relación al HEMOGRAMA AUTOMATIZADO DIFERENCIAL 3 ESTIRPES, entendemos que el requerimiento es para Reactivo y Hemograma diferencial de 3 estirpes, sin embargo no todos los fabricantes cuentan con reactivos y/o analizadores de 5 estirpes, por lo que consultamos se acepte también OFERTAS con Reactivos y Equipos de HEMOGRAMA AUTOMATIZADO DIFERENCIAL 3 ESTIRPES A MAS, esto con el fin de permitir la participación con Analizadores y reactivos de 5 estirpes.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA - Lo solicitado por el área usuaria es ADQUISICIÓN DE INSUMOS, REACTIVO DE HEMOGRAMA AUTOMATIZADO DE DIFERENCIAL DE 3 Y 5 ESTIRPES PARA LOS SERVICIOS DE LABORATORIO DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA DIRIS LIMA CENTRO y considerando que el estudio de mercado evidencia que hay pluralidad de postores por lo que el postor debe ceñirse a las bases administrativas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA CENTRO

Nomenclatura : LP-SM-4-2023-DIRIS LC.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVOS DE HEMOGRAMA AUTOMATIZADO CON EQUIPO AUTOMATIZADO EN CESION DE USO DE 3 Y 5 ESTIRPES PARA LOS SERVICIOS DE LABORATORIO DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA DIRIS LIMA CENTRO

Ruc/código :	20501887286	Fecha de envío :	25/08/2023
Nombre o Razón social :	DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C.	Hora de envío :	20:36:24

**Consulta:** Nro. 22

**Consulta/Observación:**

En relación a PRESENTACIÓN, INDICAN REACTIVO AUTOMARTIZADO 3 ESTIRPES Y 19 PARAMETROS, al respecto consultamos se acepte también OFERTA CON PRESENTACIÓN de Reactivo Automatizado de 3 estirpes mas y 19 parámetros a mas. Solicitamos se acepte nuestra consulta con el fin de permitir nuestra participación en la presente convocatoria.

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** III      **Literal:** 3.1      **Página:** 21

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

SE ACLARA - Lo solicitado por el área usuaria es El contratista, deberá entregar en cesión de uso VEINTI NUEVE (29) Equipos Analizadores Hematológicos Automatizados de 03 Estirpes (para los establecimientos de salud según cuadro adjunto), con las siguientes características: Performance: 19 a más parámetros, por lo que el postor debe ceñirse a las bases administrativas.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null



Entidad convocante : DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA CENTRO

Nomenclatura : LP-SM-4-2023-DIRIS LC.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVOS DE HEMOGRAMA AUTOMATIZADO CON EQUIPO AUTOMATIZADO EN CESION DE USO DE 3 Y 5 ESTIRPES PARA LOS SERVICIOS DE LABORATORIO DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA DIRIS LIMA CENTRO

Ruc/código :	20501887286	Fecha de envío :	25/08/2023
Nombre o Razón social :	DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C.	Hora de envío :	20:36:24

Consulta: Nro. 23

Consulta/Observación:

En relación con PRESENTACIÓN DE HEMOGRAMA DE 5 ESTIRPES, indican que deberá presentar reactivo para hemograma automatizado 5 estirpes y 24 parámetros, al respecto consultamos se acepte también REACTIVO PARA HEMOGRAMA AUTOMATIZADO 5 ESTIRPES Y 21 A MAS PARAMETROS. Solicitamos se acepte nuestra consulta con el fin de permitir nuestra participación del proceso de selección.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA - Lo solicitado por el área usuaria es El contratista, deberá entregar en cesión de uso VEINTE (20) Equipos Analizadores Hematológicos Automatizados de 05 Estirpes (para los establecimientos de salud según cuadro adjunto), Con las siguientes características: 25 parámetros reportables: WBC, Neu#, Lym#, Mon#, Eos#, Bas#, Neu%, Lym%, Mon%, Eos%, Bas%, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW-SD, RDW-CV, PLT, MPV, PDW, PCT, P-LCR, P-LCC. por lo que el postor debe ceñirse a las bases administrativas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA CENTRO

Nomenclatura : LP-SM-4-2023-DIRIS LC.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVOS DE HEMOGRAMA AUTOMATIZADO CON EQUIPO AUTOMATIZADO EN CESION DE USO DE 3 Y 5 ESTIRPES PARA LOS SERVICIOS DE LABORATORIO DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA DIRIS LIMA CENTRO

Ruc/código :	20501887286	Fecha de envío :	25/08/2023
Nombre o Razón social :	DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C.	Hora de envío :	20:36:24

Consulta: Nro. 24

Consulta/Observación:

En relación al Equipo Analizador Hematológicos automatizados de 03 Estirpes , consultamos se acepte que en el caso el analizador no realice los parámetros mediana%, Gran%, Gran numeral y mediana numeral, se acepte la oferta con resultados de NEU%, NEU#, EOS%, EOS#, BASO%, BASO#. Solicitamos se acepte nuestra consulta con el fin de permitir nuestra participación en el presente procedimiento de selección

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA - Lo solicitado por el área usuaria VIII. PRESTACIONES ACCESORIAS

a) EQUIPAMIENTO EN SECIÓN DE USO: El contratista, deberá entregar en cesión de uso VEINTI NUEVE (29) Equipos Analizadores Hematológicos Automatizados de 03 Estirpes (para los establecimientos de salud según cuadro adjunto), con las siguientes características:

Los parámetros: WBC, LYM#, GRAN#, MID#, LYM%, GRAN%, MID%,RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW-CV, RDW-SD, PLT, MPV, PDW y PCT. por lo que el postor debe ceñirse a las bases administrativas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA CENTRO

Nomenclatura : LP-SM-4-2023-DIRIS LC.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVOS DE HEMOGRAMA AUTOMATIZADO CON EQUIPO AUTOMATIZADO EN CESION DE USO DE 3 Y 5 ESTIRPES PARA LOS SERVICIOS DE LABORATORIO DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA DIRIS LIMA CENTRO

Ruc/código :	20501887286	Fecha de envío :	25/08/2023
Nombre o Razón social :	DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C.	Hora de envío :	20:36:24

Consulta: Nro. 25

Consulta/Observación:

En relación al parámetro de PDW, consultamos se acepte esta característica como OPCIONAL, solicitamos se acepte nuestra consulta con el fin de permitir nuestra participación en el presente procedimiento de selección.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA - Lo solicitado por el área usuaria VIII. PRESTACIONES ACCESORIAS

a) EQUIPAMIENTO EN SECCIÓN DE USO: El contratista, deberá entregar en cesión de uso VEINTI NUEVE (29) Equipos Analizadores Hematológicos Automatizados de 03 Estirpes (para los establecimientos de salud según cuadro adjunto), con las siguientes características: Los parámetros: WBC, LYM#, GRAN#, MID#, LYM%, GRAN%, MID%, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW-CV, RDW-SD, PLT, MPV, PDW y PCT, y el participante solicita que sea OPCIONAL PDW. por lo que se explica PDW es el indicador de la dispersión de las plaquetas lo que permite valorar los efectos de proceso inflamatorios e infecciosos y el postor debe ceñirse a las bases administrativas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA CENTRO

Nomenclatura : LP-SM-4-2023-DIRIS LC.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVOS DE HEMOGRAMA AUTOMATIZADO CON EQUIPO AUTOMATIZADO EN CESION DE USO DE 3 Y 5 ESTIRPES PARA LOS SERVICIOS DE LABORATORIO DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA DIRIS LIMA CENTRO

Ruc/código :	20501887286	Fecha de envío :	25/08/2023
Nombre o Razón social :	DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C.	Hora de envío :	20:36:24

Consulta: Nro. 26

Consulta/Observación:

En relación al numero de Histogramas, se están solicitan 3 , al respecto consultamos que para ofertas que ofrezcan Hemograma de 5 estirpes, se acepte 2 histogramas y 1 dispersogramas, solicitamos se acepte nuestra consulta con el fin de permitir nuestra participación del proceso de selección.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA - Lo solicitado por el área usuaria El contratista, deberá entregar en cesión de uso VEINTE (20) Equipos Analizadores Hematológicos Automatizados de 05 Estirpes (para los establecimientos de salud según cuadro adjunto), Con las siguientes características:

- 3 histogramas para WBC, RBC y PLT.
- Tres diagramas de dispersión DIFF y un diagrama de dispersión BASO para la diferenciación de glóbulos blancos.y el participante solicita que sea 2 histogramas y 1 dispersogramas por lo que son de vital importancia para los profesionales del laboratorio clínico dando información de la morfología de los componentes sanguíneos y el postor debe ceñirse a las bases administrativas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA CENTRO

Nomenclatura : LP-SM-4-2023-DIRIS LC.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVOS DE HEMOGRAMA AUTOMATIZADO CON EQUIPO AUTOMATIZADO EN CESION DE USO DE 3 Y 5 ESTIRPES PARA LOS SERVICIOS DE LABORATORIO DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA DIRIS LIMA CENTRO

Ruc/código :	20501887286	Fecha de envío :	25/08/2023
Nombre o Razón social :	DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C.	Hora de envío :	20:36:24

**Consulta:** Nro. 27

**Consulta/Observación:**

En relación Volumen de muestra: Mínimo 9 uL, al respecto consultamos se ACEPTE ofertas con analizadores con volumen de aspiración de 12 uL, solicitamos se acepte nuestra consulta con el fin de permitir nuestra participación del proceso de selección. En caso se acepte nuestra consulta solicitamos se modifique el requerimiento de Volumen de muestra de igual o menor de 12 uL.

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** III      **Literal:** 3.1      **Página:** 24

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Lo solicitado por el área usuaria VIII. PRESTACIONES ACCESORIAS

a) EQUIPAMIENTO EN SECCIÓN DE USO: El contratista, deberá entregar en cesión de uso VEINTI NUEVE (29) Equipos Analizadores Hematológicos Automatizados de 03 Estirpes (para los establecimientos de salud según cuadro adjunto), con las siguientes características:

- Volumen de muestra: Mínimo 9 uL. y el participante solicita que sea Volumen de muestra: de igual o menor de 12 uL. se aceptara que
- Volumen de muestra: 9 uL a más y de esta manera permitir la mayor pluralidad de postores.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

Con ocasión de la integración de Bases se modificará el siguiente párrafo:VIII. PRESTACIONES ACCESORIAS

a) EQUIPAMIENTO EN SECCIÓN DE USO: El contratista, deberá entregar en cesión de uso VEINTI NUEVE (29) Equipos Analizadores Hematológicos Automatizados de 03 Estirpes (para los establecimientos de salud según cuadro adjunto), con las siguientes características:

- Volumen de muestra: 9 uL a más.

Entidad convocante : DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA CENTRO

Nomenclatura : LP-SM-4-2023-DIRIS LC.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVOS DE HEMOGRAMA AUTOMATIZADO CON EQUIPO AUTOMATIZADO EN CESION DE USO DE 3 Y 5 ESTIRPES PARA LOS SERVICIOS DE LABORATORIO DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA DIRIS LIMA CENTRO

Ruc/código :	20501887286	Fecha de envío :	25/08/2023
Nombre o Razón social :	DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C.	Hora de envío :	20:36:24

**Consulta:** Nro. 28

**Consulta/Observación:**

En relación a la capacidad de almacenamiento de 50,000 resultados, consultamos se acepte también OFERTAS con Almacenamiento de 30,000 a mas resultados. Solicitamos se acepte nuestra consulta con el fin de permitir nuestra participación del proceso de selección.

**Acápites de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** III      **Literal:** 3.1      **Página:** 24

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Lo solicitado por el área usuaria VIII. PRESTACIONES ACCESORIAS

a) EQUIPAMIENTO EN SECCIÓN DE USO: El contratista, deberá entregar en cesión de uso VEINTI NUEVE (29) Equipos Analizadores Hematológicos Automatizados de 03 Estirpes (para los establecimientos de salud según cuadro adjunto), con las siguientes características:

- Almacenamiento de 50,000 resultados a más. y el participante solicita que sea Almacenamiento de 30,000 a mas resultados. Se aceptara que -- Almacenamiento de 30,000 a mas resultados y de esta manera permitir la mayor pluralidad de postores.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

Con ocasión de la integración de Bases se modificará el siguiente párrafo:VIII. PRESTACIONES ACCESORIAS

a) EQUIPAMIENTO EN SECCIÓN DE USO: El contratista, deberá entregar en cesión de uso VEINTI NUEVE (29) Equipos Analizadores Hematológicos Automatizados de 03 Estirpes (para los establecimientos de salud según cuadro adjunto), con las siguientes características:

- Almacenamiento de 30,000 a mas resultados

Entidad convocante : DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA CENTRO

Nomenclatura : LP-SM-4-2023-DIRIS LC.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVOS DE HEMOGRAMA AUTOMATIZADO CON EQUIPO AUTOMATIZADO EN CESION DE USO DE 3 Y 5 ESTIRPES PARA LOS SERVICIOS DE LABORATORIO DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA DIRIS LIMA CENTRO

Ruc/código :	20501887286	Fecha de envío :	25/08/2023
Nombre o Razón social :	DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C.	Hora de envío :	20:36:24

**Consulta:** Nro. 29

**Consulta/Observación:**

En 5 estirpes

En relación a la característica ¿citometría de flujo mas dispersión laser para diferencial y conto de WBC y basófilos¿ entendemos que estas son las metodología, al respecto consultamos se acepte también la tecnología de CITOMETRIA DE FLUJO DE MEDICIÓN OPTICA DIRECTA.

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** III      **Literal:** 3.1      **Página:** 24

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

SE ACLARA Lo solicitado por el área usuaria El contratista, deberá entregar en cesión de uso VEINTE (20) Equipos Analizadores Hematológicos Automatizados de 05 Estirpes (para los establecimientos de salud según cuadro adjunto), Con las siguientes características:

- Citometría de flujo más dispersión laser para diferencial y conteo de WBC y basófilos. y el participante solicita que sea CITOMETRIA DE FLUJO DE MEDICIÓN OPTICA DIRECTA. El postor debe ceñirse a las bases administrativas.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA CENTRO

Nomenclatura : LP-SM-4-2023-DIRIS LC.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVOS DE HEMOGRAMA AUTOMATIZADO CON EQUIPO AUTOMATIZADO EN CESION DE USO DE 3 Y 5 ESTIRPES PARA LOS SERVICIOS DE LABORATORIO DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA DIRIS LIMA CENTRO

Ruc/código :	20501887286	Fecha de envío :	25/08/2023
Nombre o Razón social :	DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C.	Hora de envío :	20:36:24

**Consulta:** Nro. 30

**Consulta/Observación:**

En relación a la cantidad de parámetros reportables, solicitan 25 parámetros reportárteles, al respecto consultamos se acepte también OFRTAS con Analizadores con 21 PARAMETROS REPORTABLES, solicitamos se acepte nuestra consulta con el fin de permitir nuestra participación del proceso de selección.

**Acápites de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** III      **Literal:** 3.1      **Página:** 24

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

SE ACLARA - Lo solicitado por el área usuaria El contratista, deberá entregar en cesión de uso VEINTE (20) Equipos Analizadores Hematológicos Automatizados de 05 Estirpes (para los establecimientos de salud según cuadro adjunto), Con las siguientes características:

- 25 parámetros reportables: WBC, Neu#, Lym#, Mon#, Eos#, Bas#, Neu%, Lym%, Mon%, Eos%, Bas%, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW-SD, RDW-CV, PLT, MPV, PDW, PCT, P-LCR, P-LCC. y el participante solicita que sea 21 PARAMETROS REPORTABLES . 25 parámetros reportables nos da mayor informacion en la morfología en componentes sanguíneas en beneficio del paciente y el postor debe ceñirse a las bases administrativas.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null



Entidad convocante : DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA CENTRO

Nomenclatura : LP-SM-4-2023-DIRIS LC.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVOS DE HEMOGRAMA AUTOMATIZADO CON EQUIPO AUTOMATIZADO EN CESION DE USO DE 3 Y 5 ESTIRPES PARA LOS SERVICIOS DE LABORATORIO DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA DIRIS LIMA CENTRO

Ruc/código :	20501887286	Fecha de envío :	25/08/2023
Nombre o Razón social :	DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C.	Hora de envío :	20:36:24

Consulta: Nro. 31

Consulta/Observación:

En relación con los parámetros indican que se deberá ofertar PDW, P-LCR, P-LCC, entendemos que cada fabricante establece sus propios parámetros adicionales de acuerdo a sus metodologías propias de cada fabricante, por lo que solicitamos se acepte estos parámetros como OPCIONAL, esto con el fin de permitir nuestra participación del PROCESO DE SELECCIÓN.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA - Lo solicitado por el área usuaria El contratista, deberá entregar en cesión de uso VEINTE (20) Equipos Analizadores Hematológicos Automatizados de 05 Estirpes (para los establecimientos de salud según cuadro adjunto), Con las siguientes características:

- 25 parámetros reportables: WBC, Neu#, Lym#, Mon#, Eos#, Bas#, Neu%, Lym%, Mon%, Eos%, Bas%, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW-SD, RDW-CV, PLT, MPV, PDW, PCT, P-LCR, P-LCC. y el participante solicita que sea opcionalmente PDW, P-LCR, P-LCC por lo que son parámetros de análisis avanzados para palquetas por lo que el postor debe ceñirse a las bases administrativas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA CENTRO

Nomenclatura : LP-SM-4-2023-DIRIS LC.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVOS DE HEMOGRAMA AUTOMATIZADO CON EQUIPO AUTOMATIZADO EN CESION DE USO DE 3 Y 5 ESTIRPES PARA LOS SERVICIOS DE LABORATORIO DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA DIRIS LIMA CENTRO

Ruc/código :	20501887286	Fecha de envío :	25/08/2023
Nombre o Razón social :	DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C.	Hora de envío :	20:36:24

Consulta: Nro. 32

Consulta/Observación:

En relación con los 6 parámetros de investigación ALY#, ALY%, LIC#, LIC%, NRBC#, NRBC%, entendemos que son parámetros de investigación, y como tales no son exámenes que cuenten con respaldo de certificación como FDA para uso clínico, por lo que solicitamos se considere estos parámetros como OPCIONALES, solicitamos se acepte nuestra consulta con el fin de permitir nuestra participación del proceso de selección.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El usuario está requiriendo para VIII. PRESTACIONES ACCESORIAS:

a) EQUIPAMIENTO EN SECCIÓN DE USO: El contratista, deberá entregar en cesión de uso VEINTE (20) Equipos Analizadores Hematológicos Automatizados de 05 Estirpes (para los establecimientos de salud según cuadro adjunto), Con las siguientes características:

- 4 parámetros de investigación: ALY#, ALY%, LIC#, LIC%, y opcional para NRBC#, NRBC%.

y el participante solicita que sea opcional parámetros de investigación: ALY#, ALY%, LIC#, LIC%, NRBC#, NRBC%. por lo que se quiere lograr la mayor participacion y pluralidad de postores.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA CENTRO

Nomenclatura : LP-SM-4-2023-DIRIS LC.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVOS DE HEMOGRAMA AUTOMATIZADO CON EQUIPO AUTOMATIZADO EN CESION DE USO DE 3 Y 5 ESTIRPES PARA LOS SERVICIOS DE LABORATORIO DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA DIRIS LIMA CENTRO

Ruc/código :	20501887286	Fecha de envío :	25/08/2023
Nombre o Razón social :	DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C.	Hora de envío :	20:36:24

Consulta: Nro. 33

Consulta/Observación:

En relación con la característica de ¿Tres diagramas de dispersión DIFF¿ y ¿un diagrama de dispersión BASO¿, entendemos que algunas tecnologías requieren de dos tipos de gráficos para poder diferencia 5 estirpes, esto debido a que en un dispersograma las células están agrupadas y en otro grafica diferencia a los basófilos. Al respecto consultamos se acepte también DISPERSOGRAMA QUE MUESTRE LAS 5 ESTIRPES DIFERENCIADAS, solicitamos se acepte nuestra consulta con el fin de permitir nuestra participación del proceso de selección.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA - Lo solicitado por el área usuaria El contratista, deberá entregar en cesión de uso VEINTE (20) Equipos Analizadores Hematológicos Automatizados de 05 Estirpes (para los establecimientos de salud según cuadro adjunto), Con las siguientes características:  
- Tres diagramas de dispersión DIFF y un diagrama de dispersión BASO para la diferenciación de glóbulos blancos y el participante solicita que DISPERSOGRAMA QUE MUESTRE LAS 5 ESTIRPES DIFERENCIADAS.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA CENTRO

Nomenclatura : LP-SM-4-2023-DIRIS LC.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVOS DE HEMOGRAMA AUTOMATIZADO CON EQUIPO AUTOMATIZADO EN CESION DE USO DE 3 Y 5 ESTIRPES PARA LOS SERVICIOS DE LABORATORIO DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA DIRIS LIMA CENTRO

Ruc/código :	20501887286	Fecha de envío :	25/08/2023
Nombre o Razón social :	DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C.	Hora de envío :	20:36:24

**Consulta:** Nro. 34

**Consulta/Observación:**

En relación al Volumen de Muestra, solicitan 20 uL, al respecto consultamos se acepte también Volumen de muestra igual o menor de 20 uL, esto con el fin de permitir nuestra participación del proceso de selección, ya que el analizador que ofertará nuestra representada tiene volumen de aspiración de 17 uL.

**Acápites de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** III      **Literal:** 3.1      **Página:** 24

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Lo solicitado por el área usuaria VIII. PRESTACIONES ACCESORIAS

El contratista, deberá entregar en cesión de uso VEINTE (20) Equipos Analizadores Hematológicos Automatizados de 05 Estirpes (para los establecimientos de salud según cuadro adjunto), Con las siguientes características:

- Volumen de Muestra: 20uL. Sangre Completa, Sangre Completa Capilar, y modos pre Diluidos y el participante solicita que volumen de aspiración de 17 uL. Se aceptara que Volumen de Muestra: 17uL a más. Sangre Completa, Sangre Completa Capilar, y modos pre Diluidos y de esta manera permitir la mayor pluralidad de postores.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

Con ocasión de la integración de Bases se modificará el siguiente párrafo:VIII. PRESTACIONES ACCESORIAS

El contratista, deberá entregar en cesión de uso VEINTE (20) Equipos Analizadores Hematológicos Automatizados de 05 Estirpes (para los establecimientos de salud según cuadro adjunto), Con las siguientes características:

- Volumen de Muestra: 17uL a más Sangre Completa, Sangre Completa Capilar, y modos pre Diluidos.

Entidad convocante : DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA CENTRO

Nomenclatura : LP-SM-4-2023-DIRIS LC.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVOS DE HEMOGRAMA AUTOMATIZADO CON EQUIPO AUTOMATIZADO EN CESION DE USO DE 3 Y 5 ESTIRPES PARA LOS SERVICIOS DE LABORATORIO DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA DIRIS LIMA CENTRO

Ruc/código :	20501887286	Fecha de envío :	25/08/2023
Nombre o Razón social :	DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C.	Hora de envío :	20:36:24

**Consulta:** Nro. 35

**Consulta/Observación:**

En relación al PROTOCOLO HL7, entendemos que es un lenguaje de comunicación, sin embargo el lenguaje de comunicación estará definido por el tipo de sistema de gestión de laboratorio, por lo que solicitamos se acepte en caso de no ofertar PROTOCOLO HL7 se acepte Puerto RS232

**Acápites de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** III      **Literal:** 3.1      **Página:** 24

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

SE ACLARA - Lo solicitado por el área usuaria El contratista, deberá entregar en cesión de uso VEINTE (20) Equipos Analizadores Hematológicos Automatizados de 05 Estirpes (para los establecimientos de salud según cuadro adjunto), Con las siguientes características:

- 1 puerto internet, protocolo HL7, Lis bilateral. y el participante solicita que se acepte Puerto RS232 por lo que el postor debe ceñirse a las bases administrativas.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA CENTRO

Nomenclatura : LP-SM-4-2023-DIRIS LC.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVOS DE HEMOGRAMA AUTOMATIZADO CON EQUIPO AUTOMATIZADO EN CESION DE USO DE 3 Y 5 ESTIRPES PARA LOS SERVICIOS DE LABORATORIO DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA DIRIS LIMA CENTRO

Ruc/código :	20501887286	Fecha de envío :	25/08/2023
Nombre o Razón social :	DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C.	Hora de envío :	20:36:24

Consulta: Nro. 36

Consulta/Observación:

En relación con la Puesta en Marcha del Equipo, solicitan informe de instalación, al respecto consultamos si este deberá incluir una prueba de EP 15 A3 como parte de los procedimiento para puesta en marcha y verificación del equipo

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA - Lo solicitado por el área usuaria VIII. PRESTACIONES ACCESORIAS

ANTIGÜEDAD: Los equipos en cesión de uso deberán ser del año 2020 en adelante, sustentado con documento emitido por el fabricante y la antigüedad será demostrada con una declaración jurada de la importación que será entregado en la presentación de oferta. DECLARACIÓN JURADA de entrega de equipos dentro de la fecha establecida hasta los diez (10) días calendarios contados desde el día de emitida la orden de compra.

INSTALACION Y CALIBRACION:

- ¿ El proveedor suministrará los consumibles requerido para la emisión de resultados (papel, tintas, etc.)
- ¿ Deberán de ser calibrados y puesta en operatividad para su utilización
- ¿ Las operatividades de los equipos en cesión de uso deberán estar a cargo del proveedor.

y el participante solicita que si este deberá incluir una prueba de EP 15 A3 por lo que el protocolo EP 15 A3 de la CLSI permite verificar con facilidad las especificaciones de desempeño y precisión establecidas por los fabricantes y se aceptara OPCIONALMENTE y de esta manera permitir la mayor pluralidad de postores.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Con ocasión de la integración de Bases se modificará el siguiente párrafo:

INSTALACION Y CALIBRACION:

- ¿ El proveedor suministrará los consumibles requerido para la emisión de resultados (papel, tintas, etc.)
- ¿ Deberán de ser calibrados y puesta en operatividad para su utilización y opcionalmente incluir EP15 A3.
- ¿ Las operatividades de los equipos en cesión de uso deberán estar a cargo del proveedor.

Entidad convocante : DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA CENTRO

Nomenclatura : LP-SM-4-2023-DIRIS LC.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVOS DE HEMOGRAMA AUTOMATIZADO CON EQUIPO AUTOMATIZADO EN CESION DE USO DE 3 Y 5 ESTIRPES PARA LOS SERVICIOS DE LABORATORIO DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA DIRIS LIMA CENTRO

Ruc/código :	20501887286	Fecha de envío :	25/08/2023
Nombre o Razón social :	DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C.	Hora de envío :	20:36:24

**Consulta:** Nro. 37

**Consulta/Observación:**

Para CONSUMIBLES, CALIBRADORES, CONTROLES, COMPLEMENTOS Y ACCESORIOS consultamos en CONTROL DE CALIDAD INTERNO si este deberá contar con capacidad de Reporte de Control Interno interlaboratorial para todos los parámetros a ofertar, solicitamos se acepte nuestra consulta con el fin que la entidad cumpla con las exigencias de la Resolución Ministerial N° 627-2008 MINSA, en la que indica que los laboratorios deberán contar con Control de Calidad Interno Interlaboratorial o Control de Calidad interlaboratorial de tercera opinión, Por lo expuesto solicitamos se precise este punto con el fin de evitar confusiones durante la fase contractual y existan posteriores inspecciones de entidades externas de control de laboratorios clínicos. Así mismo consultamos que esta característica deberá acreditarse a través de la presentación de un reporte de control interno interlaboratorial de un cliente local (territorio nacional)

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** III      **Literal:** 3.1      **Página:** 24

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

SE ACLARA - Lo solicitado por el área usuaria VIII. PRESTACIONES ACCESORIAS

El contratista, deberá entregar en cesión de uso VEINTE (20) Equipos Analizadores Hematológicos Automatizados de 05 Estirpes (para los establecimientos de salud según cuadro adjunto), Con las siguientes características:

- Control L-J, y opcionalmente el control de calidad interno deberá contar con capacidad de Reporte de Control Interno interlaboratorial y el participante solicita que si este deberá acreditarse a través de la presentación de un reporte de control interno interlaboratorial de un cliente local (territorio nacional) por lo que se aceptara que
- Control L-J, y opcionalmente el control de calidad interno deberá contar con capacidad de Reporte de Control Interno interlaboratorial y esta acreditarse, de esta manera permitir la mayor pluralidad de postores.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

Con ocasión de la integración de Bases se modificará el siguiente párrafo:VIII. PRESTACIONES ACCESORIAS

El contratista, deberá entregar en cesión de uso VEINTE (20) Equipos Analizadores Hematológicos Automatizados de 05 Estirpes (para los establecimientos de salud según cuadro adjunto), Con las siguientes características:

- Control L-J, y opcionalmente el control de calidad interno deberá contar con capacidad de Reporte de Control Interno interlaboratorial y esta acreditarse.

Entidad convocante : DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA CENTRO

Nomenclatura : LP-SM-4-2023-DIRIS LC.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVOS DE HEMOGRAMA AUTOMATIZADO CON EQUIPO AUTOMATIZADO EN CESION DE USO DE 3 Y 5 ESTIRPES PARA LOS SERVICIOS DE LABORATORIO DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA DIRIS LIMA CENTRO

Ruc/código :	20556662887	Fecha de envío :	25/08/2023
Nombre o Razón social :	ALYTECH MEDIC S.A.C.	Hora de envío :	21:11:54

Consulta: Nro. 38

Consulta/Observación:

En las bases indican que se debe de entregar 2 kits mensuales de controles sin embargo solicitamos que la entrega sea a corde a cada fabricante, pues segun entendemos la entidad se basa a que todos los fabricantes tienen controles validos solo por 15 dias, sin embargo existen controles y fabricantes que tienen una fecha de duración distinta a 15 dias, por tanto esta característica debe se ser considera de acuerdo a cada fabricante y se tendra que corresponder con el inserto del control,

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 2 Literal: D Página: 16

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA - Lo solicitado por el área usuaria III. CARACTERISTICAS TECNICAS  
HEMOGRAMA AUTOMATIZADO DIFERENCIAL 3 ESTIRPES: d. 2 kit de controles mensuales por equipo en uso. (hasta el término de los reactivos).  
HEMOGRAMA AUTOMATIZADO DIFERENCIAL 5 ESTIRPES: e. 2 kit de controles mensuales por equipo en uso. (hasta el término de los reactivos) y el participante solicita que existen controles y fabricantes que tienen una fecha de duración distinta a 15 dias por lo que los controles son fundamental y una estabilidad sensible y el postor debe ceñirse a las bases administrativas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null



Entidad convocante : DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA CENTRO

Nomenclatura : LP-SM-4-2023-DIRIS LC.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVOS DE HEMOGRAMA AUTOMATIZADO CON EQUIPO AUTOMATIZADO EN CESION DE USO DE 3 Y 5 ESTIRPES PARA LOS SERVICIOS DE LABORATORIO DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA DIRIS LIMA CENTRO

Ruc/código :	20556662887	Fecha de envío :	25/08/2023
Nombre o Razón social :	ALYTECH MEDIC S.A.C.	Hora de envío :	21:11:54

**Observación: Nro. 39**

**Consulta/Observación:**

En las bases solicitan que se presente el rotulado mediato e inmediato de los reactivos, entendemos que estos deben de presentarse a en la etapa de presentación de ofertas, para corroborar que sea acorde al registro sanitario, es correcto nuestro entender?

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** 2    **Literal:** D    **Página:** 23

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

SE ACLARA - De acuerdo a lo solicitado por el área usuaria: Los rotulados de los envases mediato e inmediato, deben corresponder al dispositivo médico terminado de acuerdo a lo autorizado en su Registro Sanitario; debe ser impresa con tinta indeleble y resistente a la manipulación. Tratándose del número de lote y fecha de expiración, éstos también podrán ser impresos en alto o bajo relieve con la finalidad de contar con productos con buena trazabilidad, por lo que se PUNTUALIZA que todos los productos.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA CENTRO

Nomenclatura : LP-SM-4-2023-DIRIS LC.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVOS DE HEMOGRAMA AUTOMATIZADO CON EQUIPO AUTOMATIZADO EN CESION DE USO DE 3 Y 5 ESTIRPES PARA LOS SERVICIOS DE LABORATORIO DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA DIRIS LIMA CENTRO

Ruc/código : 20556662887

Nombre o Razón social : ALYTECH MEDIC S.A.C.

Fecha de envío : 25/08/2023

Hora de envío : 21:11:54

**Observación: Nro. 40**

**Consulta/Observación:**

En las bases solicitan que el equipo cuente con el parametro mediana numeral , gran numeral, y mediana %, solicitamos se nos aclare a que paremetros trata se hacer referencia pues no existen esos parámetros en terminología de hematología de 3 diferenciales, entendemos que es un error de digitación

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** 2      **Literal:** D      **Página:** 24

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Según la presente observación, VIII. PRESTACIONES ACCESORIAS

a) EQUIPAMIENTO EN SECCIÓN DE USO: El contratista, deberá entregar en cesión de uso VEINTI NUEVE (29) Equipos Analizadores Hematológicos Automatizados de 03 Estirpes (para los establecimientos de salud según cuadro adjunto), con las siguientes características:

Los parámetros: WBC, LYM%, mediana numeral, Gran numeral, LYM%, mediana%, Gran%, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW-CV, RDW-SD, PLT, MPV, PDW y PCT. se está solicitando que se elimine mediana numeral , gran numeral, y mediana % que por error de tipeo se considero, por lo que SE ACOGE la observación y se procede a corregir Los parámetros:

WBC, LYM#, , GRAN#, MID#, LYM%, GRAN%, MID%,RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW-CV, RDW-SD, PLT, MPV, PDW y PCT.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

Con ocasión de la integración de Bases se modificará el siguiente párrafo: VIII. PRESTACIONES ACCESORIAS

a) EQUIPAMIENTO EN SECCIÓN DE USO: El contratista, deberá entregar en cesión de uso VEINTI NUEVE (29) Equipos Analizadores Hematológicos Automatizados de 03 Estirpes (para los establecimientos de salud según cuadro adjunto), con las siguientes características:

Los parámetros: WBC, LYM#, GRAN#, MID#, LYM%, GRAN%, MID%,RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW-CV, RDW-SD, PLT, MPV, PDW y PCT.

Entidad convocante : DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA CENTRO

Nomenclatura : LP-SM-4-2023-DIRIS LC.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVOS DE HEMOGRAMA AUTOMATIZADO CON EQUIPO AUTOMATIZADO EN CESION DE USO DE 3 Y 5 ESTIRPES PARA LOS SERVICIOS DE LABORATORIO DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA DIRIS LIMA CENTRO

Ruc/código :	20556662887	Fecha de envío :	25/08/2023
Nombre o Razón social :	ALYTECH MEDIC S.A.C.	Hora de envío :	21:11:54

**Observación: Nro. 41**

**Consulta/Observación:**

En las bases solicitan que el equipo cuente con 6 parámetros de investigación, al respecto solicitamos aclarar que los controles de calidad también deberán de contar con esos parámetros, toda vez que la unica forma de usarlo y confiar en esos parámetros es que se puedan controlar , en caso no se puedan controlar no tendría ninguna validez su reporte, por tanto solicitamos se aclare se aceptarán estos parámetros siempre que se puedan controlar, caso contrario solicitamos sea considerado como opcional para evitar vicios de nulidad

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** 2    **Literal:** D    **Página:** 24

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

El usuario está requiriendo para VIII. PRESTACIONES ACCESORIAS:

a) EQUIPAMIENTO EN SECIÓN DE USO: El contratista, deberá entregar en cesión de uso VEINTE (20) Equipos Analizadores Hematológicos Automatizados de 05 Estirpes (para los establecimientos de salud según cuadro adjunto), Con las siguientes características:

- 4 parámetros de investigación: ALY#, ALY%, LIC#, LIC%, y opcional para NRBC#, NRBC%.

y el participante solicita que sea opcional parámetros de investigación: ALY#, ALY%, LIC#, LIC%, NRBC#, NRBC%.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA CENTRO

Nomenclatura : LP-SM-4-2023-DIRIS LC.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVOS DE HEMOGRAMA AUTOMATIZADO CON EQUIPO AUTOMATIZADO EN CESION DE USO DE 3 Y 5 ESTIRPES PARA LOS SERVICIOS DE LABORATORIO DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA DIRIS LIMA CENTRO

Ruc/código :	20556662887	Fecha de envío :	25/08/2023
Nombre o Razón social :	ALYTECH MEDIC S.A.C.	Hora de envío :	21:11:54

**Observación: Nro. 42**

**Consulta/Observación:**

En las bases solicitan 20 equipos de hematología de 5 estirpes , solicitamos que debido a la demanda de hemogramas y al contar con establecimientos materno infantil la entidad requiere equipos que cuenten con autocargador es correcto nuestro entender?

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** 2    **Literal:** D    **Página:** 24

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

SE ACLARA - De acuerdo a lo solicitado por el área usuaria:

**VIII. PRESTACIONES ACCESORIAS**

a) EQUIPAMIENTO EN SECIÓN DE USO: El contratista, deberá entregar en cesión de uso VEINTE (20) Equipos Analizadores Hematológicos Automatizados de 05 Estirpes (para los establecimientos de salud según cuadro adjunto) y el postor debe ceñirse a las bases administrativas. NO SE ACOGE LA OBSERVACION.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA CENTRO

Nomenclatura : LP-SM-4-2023-DIRIS LC.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVOS DE HEMOGRAMA AUTOMATIZADO CON EQUIPO AUTOMATIZADO EN CESION DE USO DE 3 Y 5 ESTIRPES PARA LOS SERVICIOS DE LABORATORIO DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA DIRIS LIMA CENTRO

Ruc/código : 20537139120

Nombre o Razón social : DELTALAB PERU S.A.C.

Fecha de envío : 25/08/2023

Hora de envío : 22:28:16

**Consulta: Nro. 43**

**Consulta/Observación:**

REQUERIMIENTO

CARACTERISTICAS TECNICAS

DICE:

Reactivo para hemograma automatizado 3 estirpes y 19 parámetros el kit para 1000 pruebas, deben incluir:

- Diluyente: 02 cajas x 20 litros o menor equivalente;
- Solución Lisante: 02 frascos x 500 mls o menor equivalente;
- Solución de Lavado: 01 frasco x 50mls o menor equivalente.

Deben permitir el procesamiento total de las pruebas solicitadas,

- 2 kit de controles mensuales por equipo en uso. (hasta el término de los reactivos).

Se precisa que aceptará que los proveedores realicen las entregas en base a los reactivos y presentaciones, pero deberán entregar las cantidades o equivalencias según el cuadro adjunto para ser distribuidos y entregados a los establecimientos de salud de nuestra jurisdicción.

Solicitamos ACLARAR si es correcta nuestra apreciación de que según lo descrito en la pagina 22, se aceptara la presentación de reactivo de cada fabricante siempre y cuando se entregue el cuadro de equivalencia correspondiente y se suministre el numero total de pruebas, para no impedir la participación de los postores.

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** III      **Literal:** 3.1      **Página:** 22

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

SE ACLARA - El área usuaria solicita III. CARACTERISTICAS TECNICAS

PRESENTACIÓN:

reactivo para hemograma automatizado 3 estirpes y 19 parámetros

El kit para 1000 pruebas, debe incluir:

- Diluyente: 02 cajas x 20 litros o menor equivalente;
- Solución Lisante: 02 frascos x 500 ml o menor equivalente; y
- Solución de lavado: 02 frasco x 50 ml o menor equivalente.

Deben permitirán el procesamiento total de las pruebas solicitadas.

- 2 kit de controles mensuales por equipo en uso. (hasta el término de los reactivos). Asimismo, deben estar compuesto por 3 frascos: alto, normal y bajo. Adjuntar cronograma de entrega del kit de controles al internamiento de los reactivos.

MUESTRA BIOLÓGICA: Sangre heparinizada o con EDTA

ALMACENAMIENTO: Temperatura Ambiente.

Nota. - Se precisa que aceptará que los proveedores realicen las entregas en base a los reactivos y presentaciones, pero deberán entregar las cantidades o equivalencias según el cuadro adjunto para ser distribuidos y entregados a los establecimientos de salud de nuestra jurisdicción. por lo que se EXPLICA que se presente el cuadro de equivalencia así la distribución equitativa para los 29 establecimientos de salud de la jurisdicción DIRIS Lima Centro por lo que el postor debe ceñirse a las bases administrativas.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA CENTRO

Nomenclatura : LP-SM-4-2023-DIRIS LC.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVOS DE HEMOGRAMA AUTOMATIZADO CON EQUIPO AUTOMATIZADO EN CESION DE USO DE 3 Y 5 ESTIRPES PARA LOS SERVICIOS DE LABORATORIO DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA DIRIS LIMA CENTRO

Ruc/código : 20537139120

Nombre o Razón social : DELTALAB PERU S.A.C.

Fecha de envío : 25/08/2023

Hora de envío : 22:28:16

**Consulta:** Nro. 44

**Consulta/Observación:**

REQUERIMIENTO

CARACTERISTICAS TECNICAS

DICE:

d. 2 kit de controles mensuales por equipo en uso. (hasta el termino de los reactivos)

Teniendo en cuenta que, el tiempo de vida útil y el volumen (presentación) de control y el volumen usado por el equipo depende de cada fabricante, consultamos.

Solicitamos al comité especial aclarar con motivo de la integración de las bases que los postores deben ofertar por medio de cuadro de equivalencia o similar, la cantidad de controles a entregar de acuerdo a la estabilidad de su marca una vez abierto, volumen empleado, y volumen de control ofertado.

**Acápite de las bases :** Sección: Específico      **Numeral:** III      **Literal:** 3.1      **Página:** 22

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

SE ACLARA - De acuerdo a lo solicitado por el área usuaria en la III. CARACTERISTICAS TECNICAS tanto para HEMOGRAMA AUTOMATIZADO DIFERENCIAL 3 ESTIRPES

d. 2 kit de controles mensuales por equipo en uso. (hasta el término de los reactivos) y HEMOGRAMA AUTOMATIZADO DIFERENCIAL 5 ESTIRPES

e. 2 kit de controles mensuales por equipo en uso. (hasta el término de los reactivos) y el participante solicita que debe ofertar por medio de cuadro de equivalencia o similar. Los controles son fundamental y una estabilidad sensible y el postor debe ceñirse a las bases administrativas.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA CENTRO

Nomenclatura : LP-SM-4-2023-DIRIS LC.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVOS DE HEMOGRAMA AUTOMATIZADO CON EQUIPO AUTOMATIZADO EN CESION DE USO DE 3 Y 5 ESTIRPES PARA LOS SERVICIOS DE LABORATORIO DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA DIRIS LIMA CENTRO

Ruc/código :	20537139120	Fecha de envío :	25/08/2023
Nombre o Razón social :	DELTALAB PERU S.A.C.	Hora de envío :	22:28:16

Consulta: Nro. 45

Consulta/Observación:

Requerimiento

DICE:

reactivo para hemograma automatizado 5 estirpes y 24 parámetros

El kit para 1000 pruebas, debe incluir como mínimo (el postor debe presentar un cuadro de presentación de sus componentes):

- a. Diluyente: 01 o 02 cajas x 20 litros c/u (menor o equivalente)
- b. Lisante: En 01 o 02 frascos x 5 litros (menor o equivalente)
- c. Solución de lavado: 02 frasco x 50 ml o menor equivalente.

Deben permitirán el procesamiento total de las pruebas solicitadas.

Se precisa que aceptará que los proveedores realicen las entregas en base a los reactivos y presentaciones, pero deberán entregar las cantidades o equivalencias según el cuadro adjunto para ser distribuidos y entregados a los establecimientos de salud de nuestra jurisdicción.

Solicitamos ACLARAR si es correcta nuestra apreciación de que según lo descrito en la pagina 22, se aceptara la presentación de reactivo de cada fabricante siempre y cuando se entregue el cuadro de equivalencia correspondiente y se suministre el numero total de pruebas, para no impedir la participación de los postores

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA - El área usuaria solicita III. CARACTERISTICAS TECNICAS

PRESENTACIÓN:

reactivo para hemograma automatizado 5 estirpes y 24 parámetros

El kit para 1000 pruebas, debe incluir como mínimo (el postor debe presentar un cuadro de presentación de sus componentes):

- a. Diluyente: 01 o 02 cajas x 20 litros c/u (menor o equivalente)
- b. Lisante: En 01 o 02 frascos x 5 litros (menor o equivalente)
- c. Solución de lavado: 02 frasco x 50 ml o menor equivalente.

Deben permitirán el procesamiento total de las pruebas solicitadas.

- d. Otros componentes de manera opcional, según las presentaciones del fabricante.
- e. 2 kit de controles mensuales por equipo en uso. (hasta el término de los reactivos), el mismo deberá ser entregado hasta los 5 días posterior al mes de entrega. Asimismo, deben estar compuesto por 3 frascos: alto, normal y bajo. Adjuntar cronograma de entrega del kit de controles al internamiento de los reactivos. Se acepta que los reactivos hematológicos incluyan: Lisante, Diluyente, Limpiador de Sonda de acuerdo a cada fabricante y que los Lisante, Diluyente y reactivos en general deben ser de la misma marca del equipo y las características que cada fabricante oferte.

MUESTRA BIOLÓGICA: Sangre heparinizada o con EDTA

ALMACENAMIENTO: Temperatura Ambiente.

Nota. - Se precisa que aceptará que los proveedores realicen las entregas en base a los reactivos y presentaciones, pero deberán entregar las cantidades o equivalencias según el cuadro adjunto para ser distribuidos y entregados a los establecimientos de salud de nuestra jurisdicción. por lo que se EXPLICA que se presente el cuadro de equivalencia así la distribución equitativa para los 20 establecimientos de salud de la jurisdicción DIRIS Lima Centro por lo que el postor debe ceñirse a las bases administrativas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA CENTRO

Nomenclatura : LP-SM-4-2023-DIRIS LC.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVOS DE HEMOGRAMA AUTOMATIZADO CON EQUIPO AUTOMATIZADO EN CESION DE USO DE 3 Y 5 ESTIRPES PARA LOS SERVICIOS DE LABORATORIO DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA DIRIS LIMA CENTRO

Ruc/código : 20537139120

Nombre o Razón social : DELTALAB PERU S.A.C.

Fecha de envío : 25/08/2023

Hora de envío : 22:28:16

**Consulta:** Nro. 46

**Consulta/Observación:**

PRESTACIONES ACCESORIAS

DICE:

a) EQUIPAMIENTO EN SECCIÓN DE USO: El contratista, deberá entregar en cesión de uso VEINTI NUEVE (29) Equipos Analizadores Hematológicos Automatizados de 03 Estirpes (para los establecimientos de salud según cuadro adjunto), con las siguientes características: Volumen de muestra: Mínimo 9 uL.

Los analizadores hematológicos de diferentes casas comerciales absorben diferentes volúmenes de muestra y entregan los mismos parámetros, requerir como volumen mínimo de 9 uL limitarían la participación de otras casas para competir. Solicitamos amablemente al comité y en coordinación con el área usuaria ampliar el requerimiento y no limitar con ¿mínimo¿ sino ¿mayor a 9 uL ¿ para permitir a otras casas que sus analizadores de 3 estirpes puedan participar

**Acápite de las bases :** Sección: Específico **Numeral:** VIII **Literal:** 3.1 **Página:** 24

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

SE ACLARA lo solicitado por el área usuaria PRESTACIONES ACCESORIAS

a) EQUIPAMIENTO EN SECCIÓN DE USO: El contratista, deberá entregar en cesión de uso VEINTI NUEVE (29) Equipos Analizadores Hematológicos Automatizados de 03 Estirpes (para los establecimientos de salud según cuadro adjunto), con las siguientes características:

- Volumen de muestra: 9 uL a más. y el participante solicita que sea no limitar con mínimo sino mayor a 9 uL .

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null



Entidad convocante : DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA CENTRO

Nomenclatura : LP-SM-4-2023-DIRIS LC.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVOS DE HEMOGRAMA AUTOMATIZADO CON EQUIPO AUTOMATIZADO EN CESION DE USO DE 3 Y 5 ESTIRPES PARA LOS SERVICIOS DE LABORATORIO DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA DIRIS LIMA CENTRO

Ruc/código : 20537139120

Nombre o Razón social : DELTALAB PERU S.A.C.

Fecha de envío : 25/08/2023

Hora de envío : 22:28:16

**Consulta:** Nro. 47

**Consulta/Observación:**

PRESTACIONES ACCESORIAS

DICE:

a) EQUIPAMIENTO EN SECIÓN DE USO: El contratista, deberá entregar en cesión de uso VEINTI NUEVE (29) Equipos Analizadores Hematológicos Automatizados de 03 Estirpes (para los establecimientos de salud según cuadro adjunto), con las siguientes características: Almacenamiento de 50, 000 resultados a mas, incluyendo Histograma y la información del paciente.

Requerir 50 000 resultados como almacenamiento en el equipo de 3 estirpes para las cantidades de pruebas que hará cada establecimientos a la cual se destinara los analizadores es una limitante para otras casas, y no guarda relación en proporción ni equidad según la ley de contratación con el estado.

Ante ello solicitamos al comité de elección y en coordinación con el área usuaria que eliminen o disminuyan a 10 000 la capacidad de almacenamiento de los resultados de los analizadores de 3 estirpes, esto para mantener la relación y proporción de las pruebas que se harán al día, de esta manera permitiendo la participación de otras casas.

**Acápíte de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** VIII      **Literal:** 3.1      **Página:** 24

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

SE ACLARA Lo solicitado por el área usuaria VIII. PRESTACIONES ACCESORIAS

a) EQUIPAMIENTO EN SECIÓN DE USO: El contratista, deberá entregar en cesión de uso VEINTI NUEVE (29) Equipos Analizadores Hematológicos Automatizados de 03 Estirpes (para los establecimientos de salud según cuadro adjunto), con las siguientes características:

- Almacenamiento de 30,000 a mas resultados y el participante solicita que sea Almacenamiento de 10,000 resultados. Se aclara que debido a la proyección de la producción 10,000 resultados serían insuficientes, por lo que deberán ceñirse a lo señalado en las bases.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA CENTRO

Nomenclatura : LP-SM-4-2023-DIRIS LC.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVOS DE HEMOGRAMA AUTOMATIZADO CON EQUIPO AUTOMATIZADO EN CESION DE USO DE 3 Y 5 ESTIRPES PARA LOS SERVICIOS DE LABORATORIO DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA DIRIS LIMA CENTRO

Ruc/código : 20537139120

Nombre o Razón social : DELTALAB PERU S.A.C.

Fecha de envío : 25/08/2023

Hora de envío : 22:28:16

**Consulta: Nro. 48**

**Consulta/Observación:**

PRESTACIONES ACCESORIAS

DICE:

a) EQUIPAMIENTO EN SECIÓN DE USO: El contratista, deberá entregar en cesión de uso VEINTI NUEVE (29) Equipos Analizadores Hematológicos Automatizados de 03 Estirpes (para los establecimientos de salud según cuadro adjunto), con las siguientes características: Almacenamiento de 100, 000 resultados a mas, incluyendo Histograma y la información del paciente.

Requerir 10 000 resultados como almacenamiento en el equipo de 5 estirpes para las cantidades de pruebas que hará cada establecimientos a la cual se destinara los analizadores es una limitante para otras casas, y no guarda relación en proporción ni equidad según la ley de contratación con el estado.

Ante ello solicitamos al comité de elección y en coordinación con el área usuaria que eliminen o disminuyan a 50 000 la capacidad de almacenamiento de los resultados de los analizadores de 5 estirpes, esto para mantener la relación y proporción de las pruebas que se harán al día, de esta manera permitiendo la participación de otras casas.

**Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: VIII Literal: 3.1 Página: 24**

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

SE ACLARA lo solicitado por el área usuaria VIII. PRESTACIONES ACCESORIAS:

a) EQUIPAMIENTO EN SECIÓN DE USO: El contratista, deberá entregar en cesión de uso VEINTE (20) Equipos Analizadores Hematológicos Automatizados de 05 Estirpes (para los establecimientos de salud según cuadro adjunto), Con las siguientes características:

- Almacenamiento de 40,000 a más resultados.

y el participante solicita que sea que eliminen o disminuyan a 50 000 la capacidad de almacenamiento de los resultados. por lo que el postor debe ceñirse a las bases administrativas.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA CENTRO

Nomenclatura : LP-SM-4-2023-DIRIS LC.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVOS DE HEMOGRAMA AUTOMATIZADO CON EQUIPO AUTOMATIZADO EN CESION DE USO DE 3 Y 5 ESTIRPES PARA LOS SERVICIOS DE LABORATORIO DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA DIRIS LIMA CENTRO

Ruc/código : 20537139120

Nombre o Razón social : DELTALAB PERU S.A.C.

Fecha de envío : 25/08/2023

Hora de envío : 22:28:16

**Consulta:** Nro. 49

**Consulta/Observación:**

PRESTACIONES ACCESORIAS  
EQUIPAMIENTO EN CESION DE USO:  
DICE:

El contratista, deberá entregar en cesión de uso VEINTE (20) Equipos Analizadores Hematológicos Automatizados de 05 Estirpes: 6 parámetros de investigación: ALY#, ALY%, LIC#, LIC%, NRBC#, NRBC%.

Requerimientos de 6 parámetros de investigación para centros de salud a la cual desean destinar los analizadores hematológicos es innecesaria para el nivel de atención primaria de la salud e incumple la libertad de concurrencia debiendo evitarse exigencias y formalidades costosas e innecesarias.

Ante ello, Solicitamos amablemente al comité y al área usuaria de Disminuir a 4 parámetros de investigación (ALY#, ALY%, LIC#, LIC%) para que nuestra casa comercial pueda participar cumpliendo la ley de contrataciones con el estado de una libre competencia.

**Acápite de las bases :** Sección: Específico **Numeral:** VIII **Literal:** 3.1 **Página:** 24

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

SE ACLARA lo solicitado por el área usuaria VIII. PRESTACIONES ACCESORIAS:

a) EQUIPAMIENTO EN SECIÓN DE USO: El contratista, deberá entregar en cesión de uso VEINTE (20) Equipos Analizadores Hematológicos Automatizados de 05 Estirpes (para los establecimientos de salud según cuadro adjunto), Con las siguientes características:

- 4 parámetros de investigación: ALY#, ALY%, LIC#, LIC%, y opcional para NRBC#, NRBC%. y el participante solicita que sea Disminuir a 4 parámetros de investigación (ALY#, ALY%, LIC#, LIC%), por lo que debiera ceñirse a las bases.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null