

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA SALUD SAN IGNACIO

Nomenclatura : AS-SM-13-2023-GRCAJ-DSRS/RSSI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS ANALIZADORES HEMATOLOGICOS PARA LA UNIDAD EJECUTORA SALUD SAN IGNACIO.

Ruc/código : 20553853355

Nombre o Razón social : SIMED PERU S.A.C.

Fecha de envío : 11/04/2023

Hora de envío : 18:04:34

Observación: Nro. 1

Consulta/Observación:

Observación:

según el Literal e) del numeral 2.2.1.1 - Documentos para la admisión de la oferta, del Cap. II - Del Procedimiento de Selección, se indica que debe acreditarse mediante documentación adicional. Sin embargo, no se precisa cuales son las Especificaciones Técnicas que deben acreditarse, ni la forma de acreditación.

En ese sentido, solicitamos al Comité de Selección que en coordinación con el Área Usuaría, precise cuales son las Especificaciones Técnicas que deben acreditarse y la forma de dicha acreditación, con la finalidad de evitar inconvenientes innecesarios.

Acápito de las bases : Sección: Especifico Numeral: II Literal: 2.2 Página: 17

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE SUPRIME

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA SALUD SAN IGNACIO

Nomenclatura : AS-SM-13-2023-GRCAJ-DSRS/RSSI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS ANALIZADORES HEMATOLOGICOS PARA LA UNIDAD EJECUTORA SALUD SAN IGNACIO.

Ruc/código :	20553853355	Fecha de envío :	11/04/2023
Nombre o Razón social :	SIMED PERU S.A.C.	Hora de envío :	18:04:34

Observación: Nro. 2

Consulta/Observación:

Observación:

En el numeral 1.6 del Capítulo I - Generalidades de las Bases, se indica que no aplica una la Modalidad de Ejecución.

Sin embargo, en el numeral 5.1.5 - Modalidad de ejecución contractual, del punto 3.1. - Especificaciones Técnicas, del Cap. III - Requerimiento (pag. 25) se indica que:

"La ejecución contractual sera en la modalidad "llave en mano" la cual se realizara dentro de un plazo de 15 días calendarios como máximo, a partir del día siguiente de la firma del contrato, la cual incluye entrega del equipo, la capacitación y puesta en funcionamiento del mismo".

De lo expuesto se observa una gran incongruencia ya que primero se indica que no habrá una modalidad de ejecución y en otro capitulo se menciona expresamente que la modalidad es llave en mano.

Esta modalidad de ejecución resulta aplicable cuando la Entidad requiera la adquisición de equipos, que incluyan su puesta en marcha y funcionamiento al momento de la entrega. Justamente concuerda con el objeto de la convocatoria.

En ese sentido, observamos las Bases y solicitamos se confirme la Modalidad de Ejecución "Llave en Mano" del presente procedimiento de selección, ya que si guarda relación con el objeto de la convocatoria, y esto debe considerarse para que no hayan incongruencias.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** III **Literal:** 3.1 **Página:** 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE CORRIGE

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA SALUD SAN IGNACIO

Nomenclatura : AS-SM-13-2023-GRCAJ-DSRS/RSSI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS ANALIZADORES HEMATOLOGICOS PARA LA UNIDAD EJECUTORA SALUD SAN IGNACIO.

Ruc/código :	20553853355	Fecha de envío :	11/04/2023
Nombre o Razón social :	SIMED PERU S.A.C.	Hora de envío :	18:04:34

Observación: Nro. 3

Consulta/Observación:

Observación:

En el numeral 1.9. - Plazo de Entrega, del Cap. I Generalidades, se indica lo siguiente:

"Los bienes materia de la presente convocatoria se entregarán en el plazo de 20 días calendarios, contabilizados a partir del día siguiente de la notificación de la orden de compra"

Sin embargo, en el punto 5.4. - Lugar y plazo de ejecución de la prestación, en el Cap. III -Requerimiento, se indica que: "(...) El plazo de entrega e instalación de equipos sera de 15 días calendarios (...)"

De lo indicado se observa una clara incongruencia, en la medida que se determinan dos plazos diferentes para un mismo hecho, con lo que se estaría afectando el artículo el Art. 29.1 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, el cual indica que:

"Las especificaciones técnicas, los términos de referencia o el expediente técnico de obra que integran el requerimiento, contienen la descripción objetiva y precisa de las características y/o requisitos funcionales relevantes para cumplir la finalidad de la contratación, y las condiciones en las que se ejecuta (¿)".

En ese sentido, solicitamos al Comité de Selección que en coordinación con el área usuaria, acepte el que el plazo de entrega sea de 20 días calendario contados a partir desde la notificación de la respectiva orden de compra, dentro de ese plazo se realizaría la entrega, instalación y capacitación. Todo ello, para que no hayan incongruencias, así como permitir la participación de otros postores.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** II **Literal:** 1.9 **Página:** 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 29.1 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

20 DIAS CALENDARIOS, contabilizados a partir del día siguiente de la notificación de la Orden de Compra

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA SALUD SAN IGNACIO

Nomenclatura : AS-SM-13-2023-GRCAJ-DSRS/RSSI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS ANALIZADORES HEMATOLOGICOS PARA LA UNIDAD EJECUTORA SALUD SAN IGNACIO.

Ruc/código : 20537139120

Nombre o Razón social : DELTALAB PERU S.A.C.

Fecha de envío : 12/04/2023

Hora de envío : 16:52:29

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

Requerimiento

En cuanto a la impresión DICE:

Impresora térmica incorporada de 57mm con varios formatos de impresión

Las impresoras técnicas por su estilo de impresión presentan problemas, debido a que fácilmente debido al roce y polución del ambiente, luego de unos pocos días la tinta desaparece y los resultados quedan inentendibles, además de ello usar características tan específicas como ¿de 57 mm¿ hace pensar a los postores que el usuario realizo las especificaciones técnicas con una marca/modelo de analizador en mente, y esto indicaría un direccionamiento del proceso de selección, lo cual atenta contra los incisos a y b del artículo 2 de la ley de contrataciones con el estado libertad de concurrencia e igualdad de trato.

Solicitamos al comité especial con motivo de la integración de bases, AMPLIAR el requerimiento a impresora térmica incorporada y/o impresora láser externa, para tener una mejor impresión de los resultados y ampliar la participación de los postores.

Acápíte de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** III **Literal:** 3.1 **Página:** 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE PARCIALMENTE

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

IMPRESORA TÉRMICA INCORPORADA DE 57MM A MÁS CON VARIOS FORMATOS DE IMPRESIÓN

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA SALUD SAN IGNACIO

Nomenclatura : AS-SM-13-2023-GRCAJ-DSRS/RSSI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS ANALIZADORES HEMATOLOGICOS PARA LA UNIDAD EJECUTORA SALUD SAN IGNACIO.

Ruc/código : 20537139120

Nombre o Razón social : DELTALAB PERU S.A.C.

Fecha de envío : 12/04/2023

Hora de envío : 16:52:29

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

Requerimiento

En cuanto a las dimensiones del analizador DICE:

364mm x 498mm x 431mm

Requerir una característica única de una marca como sus medidas, sugiere direccionamiento del proceso de selección hacia una marca y modelo de equipo, e impide la participación de nuestra marca, y otras presentes en el mercado, esto indicaría un direccionamiento del proceso de selección, lo cual atenta contra los incisos a y b del artículo 2 de la ley de contrataciones con el estado libertad de concurrencia e igualdad de trato.

Solicitamos al comité especial con motivo de la integración de bases, AMPLIAR el requerimiento a analizadores de medida MAXIMA (ello indica un margen) 364mm x 498mmx 431m, esto para no impedir la participación de otros postores y marcas.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico

Numeral: III

Literal: 3.1

Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE PARCIALMENTE

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

(+/-364mm x +/-3498mmx +/-3431m)

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA SALUD SAN IGNACIO

Nomenclatura : AS-SM-13-2023-GRCAJ-DSRS/RSSI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS ANALIZADORES HEMATOLOGICOS PARA LA UNIDAD EJECUTORA SALUD SAN IGNACIO.

Ruc/código : 20537139120

Nombre o Razón social : DELTALAB PERU S.A.C.

Fecha de envío : 12/04/2023

Hora de envío : 16:52:29

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:

Requerimiento

En cuanto a los accesorios del analizador DICE:

Cuatro (4) mangueras para reactivos de trabajo, tres (3) soportes para mangueras de reactivos, cuatro (4) rollos de papel para impresión térmica.

Cada analizador requiere la cantidad de mangueras y soportes PROPIOS de su marca y modelo, y de acuerdo al fabricante esta cantidad de mangueras y soportes son suficientes para la realización completa de la prueba, Limitar la participación de un postor a 4 mangueras cuando solamente necesita 2 o 3, de acuerdo a su diseño, implica un impedimento y vulnera el principio de equidad y libertad de concurrencia que rige las contrataciones con el estado. Solicitamos al comité especial en coordinación con el área usuaria, MODIFICAR los accesorios del equipos a accesorios: de acuerdo a cada fabricante, para así no impedir la participación de los postores.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 **Página: 24**

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE PARCIALMENTE

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

-MANGUERAS PARA REACTIVOS DE TRABAJO, -SOPORTES PARA MANGUERAS DE REACTIVOS,
-CUATRO (4) ROLLOS DE PAPEL PARA IMPRESORA TÉRMICA.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA SALUD SAN IGNACIO

Nomenclatura : AS-SM-13-2023-GRCAJ-DSRS/RSSI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS ANALIZADORES HEMATOLOGICOS PARA LA UNIDAD EJECUTORA SALUD SAN IGNACIO.

Ruc/código :	20537139120	Fecha de envío :	12/04/2023
Nombre o Razón social :	DELTALAB PERU S.A.C.	Hora de envío :	16:52:29

Consulta: Nro. 7

Consulta/Observación:

Requerimiento

En cuanto a los entregables del analizador DICE:

Kit de mantenimiento: 01 lampara y piezas del sistema de bombeo

Los equipos hematológicos poseen principios de funcionamiento distintos a los analizadores bioquímicos, los primeros no requieren de lampara para su funcionamiento, los segundos si, por lo tanto solicitar algo innecesario o que no es empleado por el analizador es imposible de entregar, puesto que este repuesto no existe o no se emplea para la metodología de medición de los analizadores hematológicos, exigir ello estaría violando el principio de equidad que rigen las contrataciones con el estado, y es por ello que solicitamos:

Solicitamos al comité especial en coordinación con el área usuaria, MODIFICAR los entregables a kit de mantenimiento, de acuerdo a la presentación de cada fabricante. Para así no incurrir en exigencias que los postores no podrán cumplir, e impedir la participación.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE SUPRIME

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA SALUD SAN IGNACIO

Nomenclatura : AS-SM-13-2023-GRCAJ-DSRS/RSSI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS ANALIZADORES HEMATOLOGICOS PARA LA UNIDAD EJECUTORA SALUD SAN IGNACIO.

Ruc/código : 20537139120

Nombre o Razón social : DELTALAB PERU S.A.C.

Fecha de envío : 12/04/2023

Hora de envío : 16:52:29

Consulta: Nro. 8

Consulta/Observación:

Requerimiento

En cuanto al plazo de entrega:

En la pág. 26 de las bases se describe el plazo de entrega, como 13 días para la entrega, 1 día para la instalación y 1 para la capacitación, para un total de 15 días, en la página 30 de las mismas bases donde se describen las mejoras, se puede observar que se otorgara 20 puntos a los postores que ofrezcan menos de 20 días de plazo de entrega, 15 puntos entre 20 y 30 y 10 puntos a quienes ofrezcan plazos de entrega mayores a 30 días, el plazo de entrega solicitado de 15 días es menor a 20 días, y no puede ser a la vez un requerimiento mínimo y una mejora. Por ello solicitamos amablemente al comité ACLARE:

Solicitamos al comité especial en coordinación con el área usuaria, ACLARE cuál es el plazo de entrega solicitado y cual plazo corresponde a las mejoras

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** III **Literal:** 3.1 **Página:** 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE CONSIDERA 20 DIAS DE A CUERDO AL ESTUDIO DE MERCADO

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA SALUD SAN IGNACIO

Nomenclatura : AS-SM-13-2023-GRCAJ-DSRS/RSSI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS ANALIZADORES HEMATOLOGICOS PARA LA UNIDAD EJECUTORA SALUD SAN IGNACIO.

Ruc/código : 20603460554

Nombre o Razón social : CF DISMED S.A.C.

Fecha de envío : 12/04/2023

Hora de envío : 17:56:50

Observación: Nro. 9

Consulta/Observación:

De la revisión de las bases, encontramos una contradicción pues en los términos de referencia indican 15 días como máximo, sin embargo están brindando puntaje a partir de 30 días. Al respecto solicito al comité sírvase aclarar cual es el plazo de entrega mínimo requerido para la convocatoria. Así mismo, considerar que el plazo incluye fabricación del equipo, importación, desaduanaje y entrega en los establecimientos de destino.

Acápites de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** IV **Literal:** B **Página:** 30

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE CONSIDERA 20 DIAS DE A CUERDO AL ESTUDIO DE MERCADO

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA SALUD SAN IGNACIO

Nomenclatura : AS-SM-13-2023-GRCAJ-DSRS/RSSI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS ANALIZADORES HEMATOLOGICOS PARA LA UNIDAD EJECUTORA SALUD SAN IGNACIO.

Ruc/código : 20603460554

Nombre o Razón social : CF DISMED S.A.C.

Fecha de envío : 12/04/2023

Hora de envío : 17:56:50

Observación: Nro. 10

Consulta/Observación:

Observamos que no están solicitando un personal clave el cual se encargara de la capacitación e instalación de los equipos. Recomendamos al comité agregar como requisito de calificación, un Ingeniero Electrónico con 05 años de experiencia en instalación y mantenimiento de equipos, y 01 tecnólogo medico con 03 años de experiencia en capacitación de equipos médicos, ambos capacitados en el equipo ofertado.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** III **Literal:** 3.2 **Página:** 28

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE PARCIALMENTE

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

- INGENIERO ELECTRÓNICO CON 02 AÑOS DE EXPERIENCIA EN INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS, Y/O 01 TECNÓLOGO MEDICO CON 02 AÑOS DE EXPERIENCIA EN CAPACITACIÓN DE EQUIPOS MÉDICOS, AMBOS CAPACITADOS EN EL EQUIPO OFERTADO.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA SALUD SAN IGNACIO

Nomenclatura : AS-SM-13-2023-GRCAJ-DSRS/RSSI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS ANALIZADORES HEMATOLOGICOS PARA LA UNIDAD EJECUTORA SALUD SAN IGNACIO.

Ruc/código :	20603460554	Fecha de envío :	12/04/2023
Nombre o Razón social :	CF DISMED S.A.C.	Hora de envío :	17:56:50

Observación: Nro. 11

Consulta/Observación:

EN LOS DIVERSOS PROCESOS CONVOCADOS EN EL SEACE, INCLUYENDO LOS regionales y gobierno central PARA LA COMPRA DE EQUIPOS MEDICOS , ES INDISPENSABLE SOLICITAR COMO REQUISITO DE ADMISION DE OFERTA "HOJA DE PRESENTACIÓN DE PRODUCTO: para la acreditación del cumplimiento de las especificaciones técnicas de los equipos, los proveedores deberán presentar documentación técnica emitida por el(los) fabricante(s) que acredite el cumplimiento de los requerimientos técnicos mínimos del equipo principal, componentes y/o accesorios. Para cuyo efecto deberán presentar la Hoja de Presentación del Producto OBLIGATORIO "

Para cada uno de los ítems se deberá acreditar como mínimo el cumplimiento de las características técnicas adjuntas". POR TANTO OBSERVAMOS DICHA FALENCIA Y SOLICITAMOS AL COMITÉ SOLICITAR DICHO REQUISITS PARA QUE CON ELLO SE CORROBORRE EL CUMPLIMIENTO TECNICO DE LOS EQUIPOS SOLICITADOS.

Acápíte de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** II **Literal:** 2.2.1 **Página:** 16

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

HOJA DE PRESENTACIÓN DE PRODUCTO

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA SALUD SAN IGNACIO

Nomenclatura : AS-SM-13-2023-GRCAJ-DSRS/RSSI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS ANALIZADORES HEMATOLOGICOS PARA LA UNIDAD EJECUTORA SALUD SAN IGNACIO.

Ruc/código :	20603346344	Fecha de envío :	12/04/2023
Nombre o Razón social :	SAINT INDUSTRY E.I.R.L.	Hora de envío :	18:07:15

Observación: Nro. 12

Consulta/Observación:

Se observa que el plazo mínimo para poder tener equipos nuevos sin uso de ultima tecnología versión 2023, es de 60 días, por tanto se pide ampliar el plazo de su requerimiento a fin de fomentar mayor pluralidad de postores.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** I **Literal:** 1.9 **Página:** 17

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA SALUD SAN IGNACIO

Nomenclatura : AS-SM-13-2023-GRCAJ-DSRS/RSSI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS ANALIZADORES HEMATOLOGICOS PARA LA UNIDAD EJECUTORA SALUD SAN IGNACIO.

Ruc/código : 20603346344

Nombre o Razón social : SAINT INDUSTRY E.I.R.L.

Fecha de envío : 12/04/2023

Hora de envío : 18:07:15

Observación: Nro. 13

Consulta/Observación:

Consultamos si en el punto e), el comité especial solicita una hoja de presentación donde se indique marca, modelo procedencia año de fabricación y se sustente el cumplimiento de las especificaciones técnicas, con catálogos, brochure, data sheet o otros documentos emitidos por el fabricante?

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** II **Literal:** 2.2 **Página:** 19

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE PARCIALMENTE

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE INCORPORA HOJA DE PRESENTACION DE PRODUCTO

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA SALUD SAN IGNACIO

Nomenclatura : AS-SM-13-2023-GRCAJ-DSRS/RSSI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS ANALIZADORES HEMATOLOGICOS PARA LA UNIDAD EJECUTORA SALUD SAN IGNACIO.

Ruc/código :	20501887286	Fecha de envío :	12/04/2023
Nombre o Razón social :	DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C.	Hora de envío :	19:45:11

Consulta: Nro. 14

Consulta/Observación:

En el numeral 1.9 en relación con el plazo de entrega se indica lo siguiente:

Los bienes materia de la presente convocatoria se entregarán en el plazo de 20 días calendarios contabilizados a partir del día siguiente de la notificación de la orden de compra.

Al respecto, a fin de que quede claro lo establecido por la entidad, solicitamos al Comité de Selección que ACLARE que el plazo de entrega será contabilizado a partir del día siguiente de la recepción de la orden de compra.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** I **Literal:** 1.9 **Página:** 15

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

PLAZO DE 20 DIAS CALENDARIOS, CONTABILIZADOS A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE DE LA NOTIFICACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA SALUD SAN IGNACIO

Nomenclatura : AS-SM-13-2023-GRCAJ-DSRS/RSSI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS ANALIZADORES HEMATOLOGICOS PARA LA UNIDAD EJECUTORA SALUD SAN IGNACIO.

Ruc/código :	20501887286	Fecha de envío :	12/04/2023
Nombre o Razón social :	DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C.	Hora de envío :	19:45:11

Consulta: Nro. 15

Consulta/Observación:

En la página 17 de las Bases se visualiza el literal e) de las Bases Estándar del OSCE, pero no se describe correctamente el literal e) requiriendo que se adjunte alguna documentación para la acreditación de las especificaciones técnicas para el objeto de la convocatoria.

En ese sentido, solicitamos al Comité de Selección SUPRIMIR todo lo indicado en dicho literal debido que está consignado según las Bases Estándar del OSCE.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 2.2.1.1 **Literal:** e **Página:** 17

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE SUPRIME

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA SALUD SAN IGNACIO

Nomenclatura : AS-SM-13-2023-GRCAJ-DSRS/RSSI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS ANALIZADORES HEMATOLOGICOS PARA LA UNIDAD EJECUTORA SALUD SAN IGNACIO.

Ruc/código :	20501887286	Fecha de envío :	12/04/2023
Nombre o Razón social :	DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C.	Hora de envío :	19:45:11

Consulta: Nro. 16

Consulta/Observación:

En la página 17 de las Bases se visualiza en el literal e) lo siguiente: ¿Cuando excepcionalmente la entidad requiera la presentación de muestras¿¿

Al respecto, cabe señalar que para la presente convocatoria no se requiere la presentación de muestras por lo que solicitamos al Comité de Selección SUPRIMIR de extremo a extremo este literal e) a fin de evitar vicios de nulidad.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 2.2.1.1 **Literal:** e) **Página:** 17

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE SUPRIME

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA SALUD SAN IGNACIO

Nomenclatura : AS-SM-13-2023-GRCAJ-DSRS/RSSI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS ANALIZADORES HEMATOLOGICOS PARA LA UNIDAD EJECUTORA SALUD SAN IGNACIO.

Ruc/código :	20501887286	Fecha de envío :	12/04/2023
Nombre o Razón social :	DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C.	Hora de envío :	19:45:11

Consulta: Nro. 17

Consulta/Observación:

En el numeral 5.1.3 se describe todo lo relacionado a embalaje y rotulado.

Al respecto, entendemos que todo lo que se indica en este numeral deberá ser considerado por el proveedor al momento de la ejecución contractual.

Solicitamos amablemente ACLARAR la presente consulta.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** III **Literal:** 5.1.3 **Página:** 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE CONSIDERA TODO LO ESTIPULADO EN EL NUMERAL 5.1.3

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA SALUD SAN IGNACIO

Nomenclatura : AS-SM-13-2023-GRCAJ-DSRS/RSSI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS ANALIZADORES HEMATOLOGICOS PARA LA UNIDAD EJECUTORA SALUD SAN IGNACIO.

Ruc/código :	20501887286	Fecha de envío :	12/04/2023
Nombre o Razón social :	DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C.	Hora de envío :	19:45:11

Consulta: Nro. 18

Consulta/Observación:

En el numeral 5.1.5 de la página 25 se indica que la modalidad de ejecución contractual es de llave en mano.

Sin embargo, en el numeral 1.6 de la página 14 de las Bases se indica como modalidad de ejecución: NO APLICA, al respecto es evidente una incongruencia en las presentes Bases del procedimiento de selección.

En ese sentido, solicitamos al Comité de Selección que ACLARE si el presente procedimiento de selección se llevará a cabo bajo la modalidad de llave en mano a fin de que para las Bases Integradas se plasme dicha información.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** III **Literal:** 5.1.5 **Página:** 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE CORRIGE

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

MODALIDAD DE EJECUCION: LLAVE EN MANO

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA SALUD SAN IGNACIO

Nomenclatura : AS-SM-13-2023-GRCAJ-DSRS/RSSI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS ANALIZADORES HEMATOLOGICOS PARA LA UNIDAD EJECUTORA SALUD SAN IGNACIO.

Ruc/código :	20501887286	Fecha de envío :	12/04/2023
Nombre o Razón social :	DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C.	Hora de envío :	19:45:11

Consulta: Nro. 19

Consulta/Observación:

En el numeral 5.4 de la página 26 de las Bases se indica lo siguiente en relación al plazo de entrega:

-El plazo de entrega e instalación de equipos será de 15 días calendarios:

Plazo de entrega: 13 días calendarios.

Plazo de instalación: 01 día calendario.

Plazo de capacitación: 01 día calendario.

Al respecto, es evidente una incongruencia pues lo indicado no concuerda con lo establecido en el Capítulo I de las Bases, debido que el plazo de entrega en el Capítulo I está establecido en 20 días calendarios, en ese sentido, solicitamos al Comité de Selección que de ser la presente convocatoria llevada a cabo en modalidad llave en mano, SEA EL POSTOR EL QUE OFERTE EL PLAZO PARA LA ENTREGA, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO Y LO INDIQUE EN SU PROPUESTA.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 5.4 Página: 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE TENDRA EN CUENTA LOS 20 DIAS SEGÚN ESTUDIO DE MERCADO

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA SALUD SAN IGNACIO

Nomenclatura : AS-SM-13-2023-GRCAJ-DSRS/RSSI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS ANALIZADORES HEMATOLOGICOS PARA LA UNIDAD EJECUTORA SALUD SAN IGNACIO.

Ruc/código :	20501887286	Fecha de envío :	12/04/2023
Nombre o Razón social :	DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C.	Hora de envío :	19:45:11

Consulta: Nro. 20

Consulta/Observación:

En el numeral 5.2.3 de la página 26 de las Bases se indica que se deberá brindar capacitación y/o entrenamiento.

Al respecto, solicitamos al Comité de Selección que establezca que la capacitación y/o entrenamiento sea llevada a cabo en coordinación con el área usuaria en la etapa de ejecución contractual.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** III **Literal:** 5.2.3 **Página:** 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA SALUD SAN IGNACIO

Nomenclatura : AS-SM-13-2023-GRCAJ-DSRS/RSSI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS ANALIZADORES HEMATOLOGICOS PARA LA UNIDAD EJECUTORA SALUD SAN IGNACIO.

Ruc/código :	20501887286	Fecha de envío :	12/04/2023
Nombre o Razón social :	DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C.	Hora de envío :	19:45:11

Consulta: Nro. 21

Consulta/Observación:

En el numeral 5.2.2 de la página 26 de las Bases se indica lo siguiente:

El soporte técnico será vía telefónica o virtual durante las 24 horas del día, los 07 días de la semana y los 365 días del año durante el periodo de garantía, con un tiempo máximo de respuesta de 48 horas.

Al respecto, solicitamos al Comité de Selección que lo indicado en este numeral 5.2.2 de las Bases sea acreditado mediante una DDJJ en formato libre del postor.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** III **Literal:** 5.2.2 **Página:** 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA SALUD SAN IGNACIO

Nomenclatura : AS-SM-13-2023-GRCAJ-DSRS/RSSI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS ANALIZADORES HEMATOLOGICOS PARA LA UNIDAD EJECUTORA SALUD SAN IGNACIO.

Ruc/código :	20501887286	Fecha de envío :	12/04/2023
Nombre o Razón social :	DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C.	Hora de envío :	19:45:11

Consulta: Nro. 22

Consulta/Observación:

En el numeral 5.2.3 de la página 26 de las Bases se indica lo siguiente relacionado a capacitación y/o entrenamiento

El proveedor deberá realizar una capacitación con la entrega respectiva de certificados para un total de 6 profesionales como mínimo entre profesionales y técnicos. Siendo el tiempo de capacitación de 3 horas lectivas, a fin de contar con personal capacitado para el manejo satisfactorio del equipo, finalizada esta etapa se procederá a la firma de la documentación de conformidad del bien.

Al respecto, solicitamos al Comité de Selección que lo indicado en este numeral 5.2.3 de las Bases sea acreditado mediante una DDJJ en formato libre del postor.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** III **Literal:** 5.2.3 **Página:** 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA SALUD SAN IGNACIO

Nomenclatura : AS-SM-13-2023-GRCAJ-DSRS/RSSI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS ANALIZADORES HEMATOLOGICOS PARA LA UNIDAD EJECUTORA SALUD SAN IGNACIO.

Ruc/código :	20501887286	Fecha de envío :	12/04/2023
Nombre o Razón social :	DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C.	Hora de envío :	19:45:11

Consulta: Nro. 23

Consulta/Observación:

En la página 24 de las Bases se indica lo siguiente:

Accesorios:

- Cuatro (04) mangueras para los reactivos de trabajo.
- Tres (03) soportes para mangueras de reactivos.
- Cuatro (04) rollos de papel para impresora térmica.

Al respecto, cabe señalar que lo indicado no se puede acreditar con documentación, por lo que solicitamos al Comité de Selección que lo indicado sea acreditado con la presentación del ANEXO 3: Declaración Jurada de las Especificaciones Técnicas.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** III **Literal:** -- **Página:** 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA SALUD SAN IGNACIO

Nomenclatura : AS-SM-13-2023-GRCAJ-DSRS/RSSI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS ANALIZADORES HEMATOLOGICOS PARA LA UNIDAD EJECUTORA SALUD SAN IGNACIO.

Ruc/código :	20501887286	Fecha de envío :	12/04/2023
Nombre o Razón social :	DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C.	Hora de envío :	19:45:11

Consulta: Nro. 24

Consulta/Observación:

Solicitamos al Comité de Selección que adicionalmente a la presentación del ANEXO 3, se permita presentar FOLLETOS y/o CATÁLOGOS y/o BROCHURE y/o CARTA EMITIDA POR EL FABRICANTE a fin de acreditar las siguientes especificaciones técnicas del numeral 5.1.1: PRINCIPIOS DE FUNCIONAMIENTO, RENDIMIENTO, VOLUMEN DE MUESTRA, TIPO DE MUESTRA.

Entendiendo que las demás especificaciones técnicas se darán por acreditadas con la presentación del ANEXO N° 3.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 2.2.1.1 **Literal:** d) **Página:** 16

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA SALUD SAN IGNACIO

Nomenclatura : AS-SM-13-2023-GRCAJ-DSRS/RSSI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS ANALIZADORES HEMATOLOGICOS PARA LA UNIDAD EJECUTORA SALUD SAN IGNACIO.

Ruc/código :	20501887286	Fecha de envío :	12/04/2023
Nombre o Razón social :	DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C.	Hora de envío :	19:45:11

Consulta: Nro. 25

Consulta/Observación:

En el literal A, (Capacidad Legal) se indica que se debe adjuntar lo siguiente como documentos de requisitos de calificación:

Al respecto, de conformidad con la Opinión N° 186-2016-DTN, la habilitación de un postor, está relacionada con cierta atribución con la cual debe contar el proveedor para poder llevar a cabo la actividad materia de contratación, este es el caso de las actividades reguladas por normas en las cuales se establecen determinados requisitos que las empresas deben cumplir a efectos de estar habilitadas para la ejecución de determinado servicio o estar autorizadas para la comercialización de ciertos bienes en el mercado.

En ese sentido, podemos llegar a la conclusión de que NO CORRESPONDE presentar lo requerido en este literal A (Capacidad legal), por lo que solicitamos ELIMINAR lo requerido para las Bases Integradas.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: A **Página:** 28

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA SALUD SAN IGNACIO

Nomenclatura : AS-SM-13-2023-GRCAJ-DSRS/RSSI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS ANALIZADORES HEMATOLOGICOS PARA LA UNIDAD EJECUTORA SALUD SAN IGNACIO.

Ruc/código :	20501887286	Fecha de envío :	12/04/2023
Nombre o Razón social :	DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C.	Hora de envío :	19:45:11

Consulta: Nro. 26

Consulta/Observación:

En el literal B de la página 28 de las Bases se indica lo siguiente como consideración de bienes similares:

-Se consideran bienes similares a los siguientes: venta de equipos médicos en general.

Al respecto, a fin de estar acorde a la presente convocatoria solicitamos al Comité de Selección que se establezca que se considerarán bienes similares la venta de analizadores y/o reactivos de hematología.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.2 **Literal:** B **Página:** 28

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

VENTA DE EQUIPOS MÉDICOS EN GENERAL O VENTA DE ANALIZADORES Y/O REACTIVOS DE HEMATOLOGÍA.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA SALUD SAN IGNACIO

Nomenclatura : AS-SM-13-2023-GRCAJ-DSRS/RSSI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS ANALIZADORES HEMATOLOGICOS PARA LA UNIDAD EJECUTORA SALUD SAN IGNACIO.

Ruc/código :	20501887286	Fecha de envío :	12/04/2023
Nombre o Razón social :	DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C.	Hora de envío :	19:45:11

Consulta: Nro. 27

Consulta/Observación:

En el numeral 6 de la página 27 de las Bases se indica lo siguiente:

Anexos.

Mejoras.

La empresa que adjudique deberá tener la certificación ISO 9001 que es una norma internacional que se centra en todos los elementos de gestión de calidad con los que una empresa debe contar para tener sistema efectivo que le permita administrar y mejorar la calidad de sus productos o servicios.

Al respecto, solicitamos al Comité de Selección que establezca que para la ejecución contractual también se podrá adjuntar el ISO 13485 del fabricante.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** III **Literal:** 6 **Página:** 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA SALUD SAN IGNACIO

Nomenclatura : AS-SM-13-2023-GRCAJ-DSRS/RSSI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS ANALIZADORES HEMATOLOGICOS PARA LA UNIDAD EJECUTORA SALUD SAN IGNACIO.

Ruc/código :	20501887286	Fecha de envío :	12/04/2023
Nombre o Razón social :	DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C.	Hora de envío :	19:45:11

Consulta: Nro. 28

Consulta/Observación:

Solicitan 29 parametros, al respecto solicitamos se amplie la características y se acepte también la oferta de analizadores de 21 parametro a mas, esto con el fin de permitir nuestra participación del proceso de selección

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 5.1.1 **Página:** 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA SALUD SAN IGNACIO

Nomenclatura : AS-SM-13-2023-GRCAJ-DSRS/RSSI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS ANALIZADORES HEMATOLOGICOS PARA LA UNIDAD EJECUTORA SALUD SAN IGNACIO.

Ruc/código :	20501887286	Fecha de envío :	12/04/2023
Nombre o Razón social :	DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C.	Hora de envío :	19:45:11

Consulta: Nro. 29

Consulta/Observación:

En relación al numero de Histograma solicitan 3, al respecto solicitamos se acepten también analizadores con 02 histogramas para RBC y PLT, y para el caso de WBC se acepte Disperograma. Por lo expuesto solicitamos se acepte también analizadores que oferten 02 histogramas para RBC y PLT y 01 dispersograma para WBC

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** III **Literal:** 5.1.1 **Página:** 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA SALUD SAN IGNACIO

Nomenclatura : AS-SM-13-2023-GRCAJ-DSRS/RSSI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS ANALIZADORES HEMATOLOGICOS PARA LA UNIDAD EJECUTORA SALUD SAN IGNACIO.

Ruc/código :	20501887286	Fecha de envío :	12/04/2023
Nombre o Razón social :	DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C.	Hora de envío :	19:45:11

Consulta: Nro. 30

Consulta/Observación:

En relación a la presentación de los Reactivos solicitamos se acepte también presentación de reactivos de Diluyentes y soluciones lisantes de acuerdo a las propias de acuerdo a cada fabricante, esto con el fin de permitir nuestra participación del proceso de selección

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 5.1.1 **Página:** 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA SALUD SAN IGNACIO

Nomenclatura : AS-SM-13-2023-GRCAJ-DSRS/RSSI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS ANALIZADORES HEMATOLOGICOS PARA LA UNIDAD EJECUTORA SALUD SAN IGNACIO.

Ruc/código :	20501887286	Fecha de envío :	12/04/2023
Nombre o Razón social :	DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C.	Hora de envío :	19:45:11

Consulta: Nro. 31

Consulta/Observación:

En el caso de volumen de muestra solicitamos se acepte también volúmenes de muestra de 20 uL o menor esto con el fin de permitir nuestra participación del proceso de selección-

Acápites de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** III **Literal:** 5.1.1 **Página:** 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA SALUD SAN IGNACIO

Nomenclatura : AS-SM-13-2023-GRCAJ-DSRS/RSSI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS ANALIZADORES HEMATOLOGICOS PARA LA UNIDAD EJECUTORA SALUD SAN IGNACIO.

Ruc/código :	20501887286	Fecha de envío :	12/04/2023
Nombre o Razón social :	DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C.	Hora de envío :	19:45:11

Consulta: Nro. 32

Consulta/Observación:

En relación a la capacidad de Almacenamiento, consultamos se acepte También de 30,000 resultados incluyendo graficas a mas, esto con el fin de permitir nuestra participación del proceso de selección.

Acápites de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** III **Literal:** 5.1.1 **Página:** 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA SALUD SAN IGNACIO

Nomenclatura : AS-SM-13-2023-GRCAJ-DSRS/RSSI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS ANALIZADORES HEMATOLOGICOS PARA LA UNIDAD EJECUTORA SALUD SAN IGNACIO.

Ruc/código :	20501887286	Fecha de envío :	12/04/2023
Nombre o Razón social :	DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C.	Hora de envío :	19:45:11

Consulta: Nro. 33

Consulta/Observación:

En relación al Rango de Linealidad solicitamos se acepte también Rangos de Linealidad de acuerdo a cada fabricante, esto con el fin de permitir nuestra participación del proceso de selección. Asi mismo estas especificaciones orientan y limitan la participación de mas postores.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** III **Literal:** 5.1.1 **Página:** 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA SALUD SAN IGNACIO

Nomenclatura : AS-SM-13-2023-GRCAJ-DSRS/RSSI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS ANALIZADORES HEMATOLOGICOS PARA LA UNIDAD EJECUTORA SALUD SAN IGNACIO.

Ruc/código :	20501887286	Fecha de envío :	12/04/2023
Nombre o Razón social :	DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C.	Hora de envío :	19:45:11

Consulta: Nro. 34

Consulta/Observación:

En relación con la REPETIBILIDAD solicitamos se acepte también los valores de REPETIBILIDAD de acuerdo a cada fabricante, esto con el fin de permitir nuestra participación del proceso de selección. así mismo estas especificaciones orientan y limitan la participación de mas postores.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** III **Literal:** 5.1.1 **Página:** 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA SALUD SAN IGNACIO

Nomenclatura : AS-SM-13-2023-GRCAJ-DSRS/RSSI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS ANALIZADORES HEMATOLOGICOS PARA LA UNIDAD EJECUTORA SALUD SAN IGNACIO.

Ruc/código :	20501887286	Fecha de envío :	12/04/2023
Nombre o Razón social :	DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C.	Hora de envío :	19:45:11

Consulta: Nro. 35

Consulta/Observación:

En relación con la medida de la pantalla solicitan pantalla táctil de 10,4 pulgadas, al respecto, consultamos se acepte también pantalla táctil de 8.4 pulgadas a mas. Esto con el fin de permitir nuestra participación del proceso de selección

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** III **Literal:** 5.1.1 **Página:** 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA SALUD SAN IGNACIO

Nomenclatura : AS-SM-13-2023-GRCAJ-DSRS/RSSI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS ANALIZADORES HEMATOLOGICOS PARA LA UNIDAD EJECUTORA SALUD SAN IGNACIO.

Ruc/código :	20501887286	Fecha de envío :	12/04/2023
Nombre o Razón social :	DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C.	Hora de envío :	19:45:11

Consulta: Nro. 36

Consulta/Observación:

En relación a la IMPRESORA, consultamos se acepte también IMPRESORAS LASER EXTERNA ,esto con el fin de permitir nuestra participación del proceso de selección.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 5.1.1 Página: 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE PARCIALMENTE

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

IMPRESORA TÉRMICA INCORPORADA DE 57MM A MÁS CON VARIOS FORMATOS DE IMPRESIÓN

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA SALUD SAN IGNACIO

Nomenclatura : AS-SM-13-2023-GRCAJ-DSRS/RSSI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS ANALIZADORES HEMATOLOGICOS PARA LA UNIDAD EJECUTORA SALUD SAN IGNACIO.

Ruc/código :	20501887286	Fecha de envío :	12/04/2023
Nombre o Razón social :	DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C.	Hora de envío :	19:45:11

Consulta: Nro. 37

Consulta/Observación:

En relación con COMUNICACIÓN, consultamos se acepte también que que el protocolo de comunicación sea de acuerdo a la configuración propia de cada fabricante, esto con el fin de permitir nuestra participación del proceso de selección. cantidad de puertos USB

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** III **Literal:** 5.1.1 **Página:** 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA SALUD SAN IGNACIO

Nomenclatura : AS-SM-13-2023-GRCAJ-DSRS/RSSI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS ANALIZADORES HEMATOLOGICOS PARA LA UNIDAD EJECUTORA SALUD SAN IGNACIO.

Ruc/código :	20501887286	Fecha de envío :	12/04/2023
Nombre o Razón social :	DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C.	Hora de envío :	19:45:11

Consulta: Nro. 38

Consulta/Observación:

En relación con la DIMENSIÓN Y PESO, consultamos se acepte también medidas de peso y dimensiones a las establecidas por cada fabricante esto con el fin de permitir nuestra participación del proceso de selección

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** III **Literal:** 5.1.1 **Página:** 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE PARCIALMENTE

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

DIMENSION(+/-364mm x +/-3498mmx +/-3431m) PESO(+/-28kg)

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA SALUD SAN IGNACIO

Nomenclatura : AS-SM-13-2023-GRCAJ-DSRS/RSSI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS ANALIZADORES HEMATOLOGICOS PARA LA UNIDAD EJECUTORA SALUD SAN IGNACIO.

Ruc/código :	20605060316	Fecha de envío :	12/04/2023
Nombre o Razón social :	CORPORACION DE SERVICIOS ENCAÑADA S.A.C. - CORSEN S.A.C.	Hora de envío :	20:48:37

Consulta: Nro. 39

Consulta/Observación:

Objeto de la convocatoria.

el presente procedimiento de selección tiene por "objetivo la ADQUICICION DE ANALIZADORES HEMATOLOGICOS, PARA SU DISTRIBUCION A IPRESS PRIORIZADAS DE LA UNIDAD EJECUTORA SALUD SAN INSGANCIO"

Ante ello debemos menciona que no mencionan la cantidad que están requiriendo, con la finalidad de generar claridad hacia los postores; solicitamos al comité especial de selección mencionar cantidad de equipos.

Acápite de las bases : Sección: General

Numeral: 13

Literal: 13

Página: 14

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE PARCIALMENTE

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

04 ANALIZADORES HEMATOLOGICOS

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA SALUD SAN IGNACIO

Nomenclatura : AS-SM-13-2023-GRCAJ-DSRS/RSSI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS ANALIZADORES HEMATOLOGICOS PARA LA UNIDAD EJECUTORA SALUD SAN IGNACIO.

Ruc/código :	20553853355	Fecha de envío :	12/04/2023
Nombre o Razón social :	SIMED PERU S.A.C.	Hora de envío :	20:54:02

Consulta: Nro. 40

Consulta/Observación:

En el Capítulo I, Literal 1.9, página 15. En el numeral 1.9. - Plazo de Entrega, del Cap. I Generalidades, se indica lo siguiente:
"Los bienes materia de la presente convocatoria se entregarán en el plazo de 20 días calendarios, contabilizados a partir del día siguiente de la notificación de la orden de compra"

Teniendo en cuenta que son equipos nuevos que necesitan ser importados, se deben considerar plazos necesarios para realizar dichos procesos. Adicionalmente se debe considerar los plazos para trasladar los equipos al lugar de instalación. En este sentido el plazo de entrega solicitado supondría que los postores cuenten con los bienes sin tener la certeza de obtener la Buena Pro. Entonces consultamos tener a bien ampliar el plazo de entrega a 45 días calendarios contabilizados a partir del día siguiente de la notificación de la orden de compra, con el fin de aumentar la pluralidad de postores

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: I Literal: 1.9 Página: 15

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA SALUD SAN IGNACIO

Nomenclatura : AS-SM-13-2023-GRCAJ-DSRS/RSSI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS ANALIZADORES HEMATOLOGICOS PARA LA UNIDAD EJECUTORA SALUD SAN IGNACIO.

Ruc/código :	20553853355	Fecha de envío :	12/04/2023
Nombre o Razón social :	SIMED PERU S.A.C.	Hora de envío :	20:54:02

Consulta: Nro. 41

Consulta/Observación:

Consultamos al comité especial en coordinación con el área usuaria precisar la cantidad de equipos (analizadores hematológicos de 05 diferenciales) que se requieren en la presente contratación.

Acápites de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** III **Literal:** 3.1 **Página:** 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

04 ANALIZADORES HEMATOLOGICOS

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA SALUD SAN IGNACIO

Nomenclatura : AS-SM-13-2023-GRCAJ-DSRS/RSSI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS ANALIZADORES HEMATOLOGICOS PARA LA UNIDAD EJECUTORA SALUD SAN IGNACIO.

Ruc/código :	20553853355	Fecha de envío :	12/04/2023
Nombre o Razón social :	SIMED PERU S.A.C.	Hora de envío :	20:54:02

Consulta: Nro. 42

Consulta/Observación:

Con respecto a los parámetros, entendemos que son los parámetros mínimos que el analizador debe tener y que una propuesta con mayor cantidad de parámetros sería aceptada ya que se consideraría como una mejora técnica.

Con el fin de aumentar la pluralidad de postores, solicitamos acepte 29 parámetros a más, 25 parámetros a más reportables y 4 parámetros de investigación a más.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** III **Literal:** 3.1 **Página:** 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA SALUD SAN IGNACIO

Nomenclatura : AS-SM-13-2023-GRCAJ-DSRS/RSSI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS ANALIZADORES HEMATOLOGICOS PARA LA UNIDAD EJECUTORA SALUD SAN IGNACIO.

Ruc/código :	20553853355	Fecha de envío :	12/04/2023
Nombre o Razón social :	SIMED PERU S.A.C.	Hora de envío :	20:54:02

Consulta: Nro. 43

Consulta/Observación:

Con respecto a un diagrama de dispersión 3D para diferenciación precisa de la distribución de células.
Con respecto a los diagramas, cada fabricante establece sus gráficos para diferenciar las poblaciones celulares de manera precisa.
Con el fin de fomentar la pluralidad de postores y marcas, consultamos tener a bien aceptar diagrama de dispersión 3D de manera opcional.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA SALUD SAN IGNACIO

Nomenclatura : AS-SM-13-2023-GRCAJ-DSRS/RSSI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS ANALIZADORES HEMATOLOGICOS PARA LA UNIDAD EJECUTORA SALUD SAN IGNACIO.

Ruc/código :	20553853355	Fecha de envío :	12/04/2023
Nombre o Razón social :	SIMED PERU S.A.C.	Hora de envío :	20:54:02

Consulta: Nro. 44

Consulta/Observación:

Solicitan reactivos con presentación en volumen, sin embargo, no todas las marcas cumplen con el volumen estricto de los lisantes. En este sentido, para aumentar la pluralidad de postores consultamos tener a bien aceptar lisantes con volumen de acuerdo a cada fabricante.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** III **Literal:** 3.1 **Página:** 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA SALUD SAN IGNACIO

Nomenclatura : AS-SM-13-2023-GRCAJ-DSRS/RSSI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS ANALIZADORES HEMATOLOGICOS PARA LA UNIDAD EJECUTORA SALUD SAN IGNACIO.

Ruc/código : 20553853355

Nombre o Razón social : SIMED PERU S.A.C.

Fecha de envío : 12/04/2023

Hora de envío : 20:54:02

Consulta: Nro. 45

Consulta/Observación:

Con respecto al almacenamiento de datos solicitan hasta 50,000 resultados incluyendo gráficas. Sin embargo, en el mercado existen equipos que superan el almacenamiento de resultados solicitado. En este sentido consultamos se considere Almacenamiento 50,000 a más resultados incluyendo gráficas, toda vez que se estaría incluyendo equipos con mayor capacidad de almacenamiento en beneficio de la entidad

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** III **Literal:** 3.1 **Página:** 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA SALUD SAN IGNACIO

Nomenclatura : AS-SM-13-2023-GRCAJ-DSRS/RSSI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS ANALIZADORES HEMATOLOGICOS PARA LA UNIDAD EJECUTORA SALUD SAN IGNACIO.

Ruc/código : 20553853355

Nombre o Razón social : SIMED PERU S.A.C.

Fecha de envío : 12/04/2023

Hora de envío : 20:54:02

Consulta: Nro. 46

Consulta/Observación:

Con respecto al almacenamiento de datos solicitan hasta 50,000 resultados incluyendo gráficas. Sin embargo, en el mercado existen equipos que superan el almacenamiento de resultados solicitado. En este sentido consultamos se considere Almacenamiento 50,000 a más resultados incluyendo gráficas, toda vez que se estaría incluyendo equipos con mayor capacidad de almacenamiento en beneficio de la entidad.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 **Página:** 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA SALUD SAN IGNACIO

Nomenclatura : AS-SM-13-2023-GRCAJ-DSRS/RSSI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS ANALIZADORES HEMATOLOGICOS PARA LA UNIDAD EJECUTORA SALUD SAN IGNACIO.

Ruc/código : 20553853355

Nombre o Razón social : SIMED PERU S.A.C.

Fecha de envío : 12/04/2023

Hora de envío : 20:54:02

Consulta: Nro. 47

Consulta/Observación:

Con Respecto a los rangos de linealidad debemos señalar que cada fabricante los establece de acuerdo a sus metodologías y para fomentar la pluralidad de postores se debe considerar un rango aceptable. Consultamos tener a bien aceptar

WBC: 0.00 ¿ 500,00 X 109/l a mas

RBG: 0,00 ¿ 8,00 X 1012/l a mas

HGB: 0 ¿ 250 X g/l a mas

PLT: 0 -5000 X 109/l a mas

HCT: 0,0 - 65,0 % a mas

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Literal: 3.1

Página: 23

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA SALUD SAN IGNACIO

Nomenclatura : AS-SM-13-2023-GRCAJ-DSRS/RSSI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS ANALIZADORES HEMATOLOGICOS PARA LA UNIDAD EJECUTORA SALUD SAN IGNACIO.

Ruc/código : 20553853355

Nombre o Razón social : SIMED PERU S.A.C.

Fecha de envío : 12/04/2023

Hora de envío : 20:54:02

Consulta: Nro. 48

Consulta/Observación:

Con Respecto a la repetibilidad debemos señalar que cada fabricante los establece de acuerdo con sus metodologías y para fomentar la pluralidad de postores se debe considerar un rango aceptable. Consultamos tener a bien aceptar repetibilidad de HGB Y MCV de acuerdo con cada fabricante.

Acápites de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** III **Literal:** 3.1 **Página:** 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA SALUD SAN IGNACIO

Nomenclatura : AS-SM-13-2023-GRCAJ-DSRS/RSSI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS ANALIZADORES HEMATOLOGICOS PARA LA UNIDAD EJECUTORA SALUD SAN IGNACIO.

Ruc/código :	20553853355	Fecha de envío :	12/04/2023
Nombre o Razón social :	SIMED PERU S.A.C.	Hora de envío :	20:54:02

Consulta: Nro. 49

Consulta/Observación:

Con Respecto a la impresora térmica incorporada, consultamos tener a bien aceptar impresora térmica externa con el fin de aumentar la pluralidad de postores

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 **Página:** 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA SALUD SAN IGNACIO

Nomenclatura : AS-SM-13-2023-GRCAJ-DSRS/RSSI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS ANALIZADORES HEMATOLOGICOS PARA LA UNIDAD EJECUTORA SALUD SAN IGNACIO.

Ruc/código :	20553853355	Fecha de envío :	12/04/2023
Nombre o Razón social :	SIMED PERU S.A.C.	Hora de envío :	20:54:02

Consulta: Nro. 50

Consulta/Observación:

Con Respecto al peso y dimensiones del equipo, consultamos tener a bien aceptar equipo con peso de 24 Kg y dimensiones de 400mm*320mm*410mm toda vez que son similares a las solicitadas.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 **Página:** 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA SALUD SAN IGNACIO

Nomenclatura : AS-SM-13-2023-GRCAJ-DSRS/RSSI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS ANALIZADORES HEMATOLOGICOS PARA LA UNIDAD EJECUTORA SALUD SAN IGNACIO.

Ruc/código :	20603346344	Fecha de envío :	12/04/2023
Nombre o Razón social :	SAINT INDUSTRY E.I.R.L.	Hora de envío :	23:18:36

Observación: Nro. 51

Consulta/Observación:

"En el mercado actual existen distintas marcas de analizadores hematológicos los cuales trabajan con distintos principios de medición tales como el método de impedancia, colorimetría, citometría de flujo, método de dispersión laser, etc. Para permitir una mayor pluralidad de postores se solicita al Comité Evaluador ampliar el punto 1 considerando la inclusión de otros principios de medición. El punto 1 debería indicar lo siguiente:

Principios de funcionamiento

Método de impedancia para conteo de RBC y PLT. Reactivos libres de cianuro para medición de HGB.

Citometría de flujo (FCM) o colorimetría y medición laser a tres ángulos para una mejor diferenciación de WBC en 05 partes

Realizar esta ampliación permitirá una mayor participación de postores incentivando la Pluralidad de postores indicado en la Ley de Contrataciones del Estado. "

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** III **Literal:** 3.1 **Página:** 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA SALUD SAN IGNACIO

Nomenclatura : AS-SM-13-2023-GRCAJ-DSRS/RSSI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS ANALIZADORES HEMATOLOGICOS PARA LA UNIDAD EJECUTORA SALUD SAN IGNACIO.

Ruc/código :	20603346344	Fecha de envío :	12/04/2023
Nombre o Razón social :	SAINT INDUSTRY E.I.R.L.	Hora de envío :	23:18:36

Observación: Nro. 52

Consulta/Observación:

"Se observa en el punto 4 que se solicita una valor fijo de cada reactivo. Esto limita la participación de otras marcas que trabajan con los cuatro reactivos solicitados pero con cantidad diferentes. Por tanto, se solicita al comité evaluador considerar la modificación de la especificación del punto 4 de la siguiente manera:

Reactivos

- Diluyente
- Lisante 1
- Solución de lavado
- Lisante 2

Este cambio permitirá una mayor participación de postores en la licitación lo cual brindará una mayor oferta para la entidad."

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** III **Literal:** 3.1 **Página:** 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA SALUD SAN IGNACIO

Nomenclatura : AS-SM-13-2023-GRCAJ-DSRS/RSSI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS ANALIZADORES HEMATOLOGICOS PARA LA UNIDAD EJECUTORA SALUD SAN IGNACIO.

Ruc/código : 20603346344

Nombre o Razón social : SAINT INDUSTRY E.I.R.L.

Fecha de envío : 12/04/2023

Hora de envío : 23:18:36

Observación: Nro. 53

Consulta/Observación:

"En el mercado actual existen varias marcas de analizadores hemátológicos los cuales trabajan con volúmenes de muestra por debajo de los 20 uL solicitados en el punto 5 lo cual significa una mejora respecto al requerimiento inicial. Por consiguiente, amparado en el Principio de Vigencia Tecnológica se sugiere considerar la ampliación de la especificación solicitada en el punto 5 de la siguiente manera:

Volumen de muestra

20 uL o menor volumen

Esta mejora permitirá la realización de exámenes con un menor volumen de muestra lo cual significa una mejora en el desempeño del equipo."

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: III

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Literal: 3.1

Página: 23

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA SALUD SAN IGNACIO

Nomenclatura : AS-SM-13-2023-GRCAJ-DSRS/RSSI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS ANALIZADORES HEMATOLOGICOS PARA LA UNIDAD EJECUTORA SALUD SAN IGNACIO.

Ruc/código : 20603346344

Nombre o Razón social : SAINT INDUSTRY E.I.R.L.

Fecha de envío : 12/04/2023

Hora de envío : 23:18:36

Observación: Nro. 54

Consulta/Observación:

"Se observa que el punto 12 solicita un tamaño fijo del papel de la impresora integrada. El ancho de la hoja de impresión depende directamente de la tecnología de cada fabricante por lo que solicitar un valor fijo restringe la participación de otras marcas.

Se solicita al Comité Evaluador considerar la ampliación de la especificación del punto 12 de la siguiente manera:

Impresión

Impresora térmica incorporada con varios formatos de impresión.

Esta ampliación ayudará una mayor participación de postores lo cual ofrecerá una mayor oferta para la Entidad."

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Literal: 3.1

Página: 24

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA PARCIALMENTE

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

IMPRESORA TÉRMICA INCORPORADA DE 57MM A MÁS CON VARIOS FORMATOS DE IMPRESIÓN

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA SALUD SAN IGNACIO

Nomenclatura : AS-SM-13-2023-GRCAJ-DSRS/RSSI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS ANALIZADORES HEMATOLOGICOS PARA LA UNIDAD EJECUTORA SALUD SAN IGNACIO.

Ruc/código :	20603346344	Fecha de envío :	12/04/2023
Nombre o Razón social :	SAINT INDUSTRY E.I.R.L.	Hora de envío :	23:18:36

Observación: Nro. 55

Consulta/Observación:

"El consumo de potencia de un analizador depende directamente de la tecnología de cada fabricante. Algunos analizadores ofrecen la opción de upgrade en caso el cliente desee repotenciar el analizador más adelante. Por lo cual, el diseño de fábrica debería considerar un consumo superior con respecto a una versión básica del analizador.

Por consiguiente, para permitir la participación de otras marcas de analizadores los cuales ofrecen la opción de mejoras a futuro se solicita al Comité considerar la ampliación del Punto 14 de la siguiente manera:

Alimentación

100V - 240V, 50/60 Hz. Potencia: 400 VA como máximo

Esta ampliación permitirá una mayor participación de postores los cuales brindarán más opciones para la elección del equipo más óptimo para la Entidad."

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 **Página: 24**

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA SALUD SAN IGNACIO

Nomenclatura : AS-SM-13-2023-GRCAJ-DSRS/RSSI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS ANALIZADORES HEMATOLOGICOS PARA LA UNIDAD EJECUTORA SALUD SAN IGNACIO.

Ruc/código :	20603346344	Fecha de envío :	12/04/2023
Nombre o Razón social :	SAINT INDUSTRY E.I.R.L.	Hora de envío :	23:18:36

Observación: Nro. 56

Consulta/Observación:

"Las dimensiones del analizador depende directamente de la tecnología de cada fabricante. Por consiguiente, solicitar un valor fijo de cada dimensión evita la participación de otro postores, lo cual transgrede el principio de Pluralidad de Postores indicado en la Ley de Contrataciones del Estado.

Por consiguiente, se solicita al Comité Evaluador considerar un rango de tolerancia para la especificación solicitada en el punto 15 de la siguiente manera:

Dimensiones (largo, ancho, alto)

Largo: 340 mm a 370 mm

Ancho: 460 mm a 490 mm

Alto: 430 mm a 530 mm

Este cambio permitirá una mayor participación de postores en la licitación lo cual brindará una mayor oferta para la entidad."

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** III **Literal:** 3.1 **Página:** 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA SALUD SAN IGNACIO

Nomenclatura : AS-SM-13-2023-GRCAJ-DSRS/RSSI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS ANALIZADORES HEMATOLOGICOS PARA LA UNIDAD EJECUTORA SALUD SAN IGNACIO.

Ruc/código : 20603346344

Nombre o Razón social : SAINT INDUSTRY E.I.R.L.

Fecha de envío : 12/04/2023

Hora de envío : 23:18:36

Observación: Nro. 57

Consulta/Observación:

"El peso del analizador depende directamente de la tecnología de cada fabricante. Por consiguiente, solicitar un valor fijo del peso del equipo evita la participación de otro postores, lo cual transgrede el principio de Pluralidad de Postores indicado en la Ley de Contrataciones del Estado.

Por consiguiente, se solicita al Comité Evaluador considerar un rango de tolerancia para el peso solicitado en el punto 16 de la siguiente manera:

Peso neto: 27 Kg a 35 Kg

Esta ampliación permitirá una mayor participación de postores en la licitación lo cual brindará una mayor oferta para la entidad."

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: III

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Literal: 3.1

Página: 24

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA SALUD SAN IGNACIO

Nomenclatura : AS-SM-13-2023-GRCAJ-DSRS/RSSI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS ANALIZADORES HEMATOLOGICOS PARA LA UNIDAD EJECUTORA SALUD SAN IGNACIO.

Ruc/código :	20603346344	Fecha de envío :	12/04/2023
Nombre o Razón social :	SAINT INDUSTRY E.I.R.L.	Hora de envío :	23:18:36

Observación: Nro. 58

Consulta/Observación:

"Para el caso del equipamiento biomédico, la gran mayoría de equipos médicos utilizan terminologías en idioma inglés los cuales ya han sido estandarizados por el usuario debido a su continuo uso con los analizadores en el trabajo del día a día. Considerando lo mencionado, solicitar obligatoriamente que el software del analizador esté en idioma español no representaría una ventaja clínica para el usuario pues la gran mayoría de parámetros a verificar como son el WBC, RCB, PLT, etc son siglas en inglés.

Por consiguiente, se solicita al Comité Evaluador considerar la modificación del punto 17 de la siguiente manera:

Idioma

Español y/o inglés

Esta ampliación ayudará a que otros postores puedan participar en la licitación ya que estaban limitados por lo solicitado inicialmente en el punto 17"

Acápites de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** III **Literal:** 3.1 **Página:** 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA SALUD SAN IGNACIO

Nomenclatura : AS-SM-13-2023-GRCAJ-DSRS/RSSI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS ANALIZADORES HEMATOLOGICOS PARA LA UNIDAD EJECUTORA SALUD SAN IGNACIO.

Ruc/código :	20603346344	Fecha de envío :	12/04/2023
Nombre o Razón social :	SAINT INDUSTRY E.I.R.L.	Hora de envío :	23:18:36

Observación: Nro. 59

Consulta/Observación:

"Para el caso de los analizadores de laboratorio, uno de las fallas mas recurrentes son los ocasionados por cortes eléctricos imprevisto o fallas del sistema eléctrico los cuales pueden llegar a dañar al analizador tanto a nivel de software así como hardware.

Para evitar este tipo de inconveniente, se recomienda al Comité Evaluador considerar la inclusión de un UPS para así minimizar los riesgos de tipo eléctrico.

La requerimiento debería indicar lo siguiente:

Un (01) UPS de 1 KVA o mayor, con pantalla LCD, filtro de ruido, funcion de proteccion completa, con tecnologia inteligente."

Acápíte de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** III **Literal:** 3.1 **Página:** 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA SALUD SAN IGNACIO

Nomenclatura : AS-SM-13-2023-GRCAJ-DSRS/RSSI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS ANALIZADORES HEMATOLOGICOS PARA LA UNIDAD EJECUTORA SALUD SAN IGNACIO.

Ruc/código : 20603460554

Nombre o Razón social : CF DISMED S.A.C.

Fecha de envío : 12/04/2023

Hora de envío : 23:29:26

Observación: Nro. 60

Consulta/Observación:

Se solicita al Comité Evaluador confirmar si se puede sustentar el punto 4, el cual indica el volumen requerido de los reactivos, con otras cantidades de reactivos. Se hace la consulta debido a que nuestro analizador de procedencia europea trabaja con los cuatro reactivos solicitados pero con diferente volumen.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** III **Literal:** 3.1 **Página:** 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA SALUD SAN IGNACIO

Nomenclatura : AS-SM-13-2023-GRCAJ-DSRS/RSSI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS ANALIZADORES HEMATOLOGICOS PARA LA UNIDAD EJECUTORA SALUD SAN IGNACIO.

Ruc/código : 20603460554

Nombre o Razón social : CF DISMED S.A.C.

Fecha de envío : 12/04/2023

Hora de envío : 23:29:26

Observación: Nro. 61

Consulta/Observación:

Se solicita al comite considerar como bienes similares a ANALIZADORES HEMATOLOGICOS EN GENERAL, el cual asegura que los postores cuenten con una amplia experiencia en la comercializacion.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** III **Literal:** 3.2 **Página:** 28

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE PARCIALMENTE

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

VENTA DE EQUIPOS MÉDICOS EN GENERAL O VENTA DE ANALIZADORES Y/O REACTIVOS DE HEMATOLOGÍA.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA SALUD SAN IGNACIO

Nomenclatura : AS-SM-13-2023-GRCAJ-DSRS/RSSI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS ANALIZADORES HEMATOLOGICOS PARA LA UNIDAD EJECUTORA SALUD SAN IGNACIO.

Ruc/código : 20556662887

Nombre o Razón social : ALYTECH MEDIC S.A.C.

Fecha de envío : 12/04/2023

Hora de envío : 23:40:34

Observación: Nro. 62

Consulta/Observación:

En las bases solicitan que el equipo cuente con 1 diagrama de dispersión 3d y 3 diagramas de dispersión 2d para la diferenciación de las células, al respecto solicitamos al comité especial que esta característica sea considerado opcional toda vez que ka cantidad se diagramas se dispersión es acorde a cada fabricante y la cantidad de diagramas que esta solicitando son para equipos mas grandes, que llevaría a que la entidad gaste mas en futuras compras de reactivos innecesariamente, por tanto solicitamos que este extremo se las bases sea considerado opcional

Acápite de las bases : **Sección:** General **Numeral:** 3 **Literal:** 3.1 **Página:** 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA SALUD SAN IGNACIO

Nomenclatura : AS-SM-13-2023-GRCAJ-DSRS/RSSI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS ANALIZADORES HEMATOLOGICOS PARA LA UNIDAD EJECUTORA SALUD SAN IGNACIO.

Ruc/código : 20556662887

Nombre o Razón social : ALYTECH MEDIC S.A.C.

Fecha de envío : 12/04/2023

Hora de envío : 23:40:34

Consulta: Nro. 63

Consulta/Observación:

En las bases solicitan el anexo 3 para acreditar el total de especificaciones técnicas, sin embargo solicitamos se aclare que aspectos de las especificaciones técnicas necesitan ser acreditadas mediante catálogo o insertos, o no será necesario acreditar y la sola presencia del anexo 3 sera suficiente

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 2 **Literal:** D **Página:** 16

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE PRESENTARA LA HOJA DE PRESENTACION DE PRODUCTO

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA SALUD SAN IGNACIO

Nomenclatura : AS-SM-13-2023-GRCAJ-DSRS/RSSI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS ANALIZADORES HEMATOLOGICOS PARA LA UNIDAD EJECUTORA SALUD SAN IGNACIO.

Ruc/código : 20556662887

Nombre o Razón social : ALYTECH MEDIC S.A.C.

Fecha de envío : 12/04/2023

Hora de envío : 23:40:34

Consulta: Nro. 64

Consulta/Observación:

En las bases se observa que la entidad solicita la compra de equipos, sin embargo al comprar un equipo la entidad necesitara comprar reactivos para el correcto funcionamiento del equipo, por tanto solicitamos si sera necesario demostrar que la empresa cuente con registro sanitario de los reactivos para que la entidad cuente con la garantía que podra comprar reactivos sin inconvenientes, ya que los equipos actualmente no requieren registro sanitario y los reactivos si, esto con el fin de que la entidad no realice una compra sin garantías se conseguir loa reactivos en el futuro

Acápite de las bases : Sección: General

Numeral: 2

Literal: D

Página: 17

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA SALUD SAN IGNACIO

Nomenclatura : AS-SM-13-2023-GRCAJ-DSRS/RSSI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS ANALIZADORES HEMATOLOGICOS PARA LA UNIDAD EJECUTORA SALUD SAN IGNACIO.

Ruc/código :	20524800510	Fecha de envío :	12/04/2023
Nombre o Razón social :	LAB & HEALTH SUPPLY S.A.C.	Hora de envío :	23:43:44

Consulta: Nro. 65

Consulta/Observación:

ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA CONTRATACION DE BIENES

5.Alacance y descripción de vienes a contratar.

Se solicita al comité precise la cantidad de vienes a contratar.

Acápite de las bases : Sección: General

Numeral: III

Literal: 3.1

Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

4 ANALIZADORES HEMATOLOGICOS

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA SALUD SAN IGNACIO

Nomenclatura : AS-SM-13-2023-GRCAJ-DSRS/RSSI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS ANALIZADORES HEMATOLOGICOS PARA LA UNIDAD EJECUTORA SALUD SAN IGNACIO.

Ruc/código : 20556662887

Nombre o Razón social : ALYTECH MEDIC S.A.C.

Fecha de envío : 12/04/2023

Hora de envío : 23:44:40

Consulta: Nro. 66

Consulta/Observación:

En las bases solicitan una presentación determinada se reactivos, consultamos bajo que documentos sera necesario acreditar estos reactivos tales como el inserto o sera suficiente la presentación del anexo 3

Acápite de las bases : Sección: General **Numeral:** 3 **Literal:** 3.1 **Página:** 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null