

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante :	GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA - INSTITUTO REGIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS DEL SUR
Nomenclatura :	AS-SM-32-2024-IRENSUR-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Bien
Descripción del objeto :	ADQUISICIÓN DE REACTIVOS CON EQUIPO EN CESIÓN DE USO PARA EL ÁREA DE INMUNOSEROLOGIA PARA LA UPSS DE BANCO DE SANGRE DEL IREN SUR

Ruc/código :	20155695901	Fecha de envío :	06/09/2024
Nombre o Razón social :	SISTEMAS ANALITICOS SRL	Hora de envío :	14:47:26

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

1. Especificaciones Técnicas Item 5.2 características técnicas.

En las ESPECIFICACIONES TÉCNICAS de reactivos para tamizaje con equipo en cesión en uso de las presente bases se indica en FORMA DE PRESENTACIÓN que:

- Reactivo para el procesamiento de muestras de tamizaje serológicos para Chagas: Forma de Presentación: Kit de Reactivos para la detección de Anticuerpos IgG contra Trypanosoma cruzi. Reactivos, controles y calibradores listos para usar (líquidos).

- Reactivo para el procesamiento de muestras de tamizaje serológicos para Hepatitis B Anticore Total: Forma de Presentación: Kit de Reactivos para la detección de Anticuerpos contra el antígeno Core del virus de la Hepatitis B. Reactivos, controles y calibradores listos para usar (líquidos).

- Reactivo para el procesamiento de muestras de tamizaje serológicos para Hepatitis C: Forma de presentación: Kit de Reactivos para la detección de Anticuerpo contra el virus de la Hepatitis C. Reactivos, controles y calibradores listos para usar (líquidos).

- Reactivo para el procesamiento de muestras de tamizaje serológicos para HTLV I/II: Forma de presentación: Kit de Reactivos para la detección de Anticuerpos contra el HTLV I y II. Reactivos, controles y calibradores listos para usar (líquidos).

- Reactivo para el procesamiento de muestras de tamizaje serológicos para VIH I-II: Forma de presentación: Kit de Reactivos para la detección simultanea de Anticuerpos anti VIH I-II y detección del Antígeno P24. Reactivos, controles y calibradores listos para usar (líquidos).

- Reactivo para el procesamiento de muestras de tamizaje serológicos para Sífilis: PRESENTACIÓN: Forma de presentación: Kit de Reactivos para la detección de anticuerpo contra Treponema Pallidum. Reactivos, controles y calibradores listos para usar (líquidos).

- Reactivo para el procesamiento de muestras de tamizaje serológicos para Hepatitis B Antígeno de Superficie: Forma de presentación: Kit de Reactivos para la detección de Antígeno de superficie de Hepatitis B. Reactivos, controles y calibradores listos para usar (líquidos).

Tomando en cuenta que, en lo anteriormente enunciado no se precisa si la detección es de carácter cualitativa o cuantitativa, y considerando que, en Banco de sangre por su naturaleza, solo se emiten resultados cualitativos (Reactivos /No reactivos), solicitamos al comité especial se sirva precisar que la detección es de carácter cualitativa.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 5.2 **Literal:** A **Página:** 21
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección en coordinación con el área usuaria acoge parcialmente la consulta y aclara que la detección es de carácter cualitativa

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

El comité de selección colocara una nota aclaratoria donde indique que la detección es de carácter cualitativa

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA - INSTITUTO REGIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS DEL SUR

Nomenclatura :AS-SM-32-2024-IRENSUR-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICIÓN DE REACTIVOS CON EQUIPO EN CESIÓN DE USO PARA EL ÁREA DE INMUNOSEROLOGIA PARA LA
UPSS DE BANCO DE SANGRE DEL IREN SUR

Ruc/código :	20155695901	Fecha de envío :	06/09/2024
Nombre o Razón social :	SISTEMAS ANALITICOS SRL	Hora de envío :	14:47:26

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

En las ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ANALIZADOR DE QUIMIOLUMINISCENCIA PARA BANCO DE SANGRE solicitan identificación automática de muestras, reactivos, calibradores y controles que permitan y garanticen la trazabilidad diaria. Considerando que nuestro equipo a ofertar permite la identificación automática de muestras, reactivos y mientras que para el caso calibradores y controles, vienen por separado cuya fecha de expira va entre los 4 meses respectivamente de tal manera que al ser ingresados en el equipo manualmente sus registros permanecen grabados en la memoria del equipo durante estos meses de vigencia. En tal sentido por lo antes expuesto solicitamos al Comité Especial se sirva considerar como opcional la identificación automática para calibradores y controles.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 4 Literal: a Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección en coordinación con el área usuaria acoge parcialmente la consulta y aclara que también se aceptara como opcional la identificación automática de calibradores y controles internos, con la finalidad de fomentar la pluralidad de postores

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

El comité de selección colocara una nota aclaratoria donde indique que también se aceptara como opcional la identificación automática de calibradores y controles internos

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA - INSTITUTO REGIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS DEL SUR

Nomenclatura :AS-SM-32-2024-IRENSUR-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICIÓN DE REACTIVOS CON EQUIPO EN CESIÓN DE USO PARA EL ÁREA DE INMUNOSEROLOGIA PARA LA
UPSS DE BANCO DE SANGRE DEL IREN SUR

Ruc/código :	20155695901	Fecha de envío :	06/09/2024
Nombre o Razón social :	SISTEMAS ANALITICOS SRL	Hora de envío :	14:47:26

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

Ítem 6 Procesamiento de Datos:
En las ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ANALIZADOR DE QUIMIOLUMINISCENCIA PARA BANCO DE SANGRE solicitan implementar el protocolo EP15 o similar. Considerando que el fabricante establece protocolos que se debe cumplir para la evaluación y conformidad de la correcta instalación y operatividad del equipo (Processing Module Verification). Es por ellos que solicitamos al comité especial en coordinación con el área usuaria aceptar el protocolo Processing Module Verification.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 6 Literal: A Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección en coordinación con el área usuaria acoge parcialmente la consulta y aclara que también se aceptara el protocolo Processing Module Verification.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

El comité de selección colocara una nota aclaratoria donde indique que también se aceptara el protocolo Processing Module Verification.

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA - INSTITUTO REGIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS DEL SUR

Nomenclatura :AS-SM-32-2024-IRENSUR-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICIÓN DE REACTIVOS CON EQUIPO EN CESIÓN DE USO PARA EL ÁREA DE INMUNOSEROLOGIA PARA LA
UPSS DE BANCO DE SANGRE DEL IREN SUR

Ruc/código :	20549445439	Fecha de envío :	06/09/2024
Nombre o Razón social :	VIKMAR S.A.C.	Hora de envío :	17:24:30

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

CONSULTA 1 (Pág.17)

CAPÍTULO II DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS

2.2.1. Documentación de presentación obligatoria

2.2.1.1. Documentos para la admisión de la oferta

Literal i)

Entendemos que la presentación de copia simple de Certificado de Buenas Practicas de Manufactura (BPM) señala a presentación de Certificado de la Comunidad Europea (CE) o certificado ISO 13485 o certificado de FDA (vigente). Solicitamos que se confirme si es correcto nuestro entender que la presentación de la copia simple de uno solo de los certificados mencionados es suficiente para acreditar el cumplimiento de los requisitos, y que no es necesario presentar todos los certificados.

La aceptación de uno solo de los certificados mencionados (CE o ISO 13485 o FDA) es coherente con los estándares internacionales de calidad y seguridad en la fabricación de dispositivos médicos y reactivos. Esto también promueve la participación de más postores, facilitando un proceso más competitivo y equitativo, en línea con los principios de la Ley de Contrataciones del Estado.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 2.2.1.1. Literal: i Página: 17

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección en coordinación con el área usuaria acoge parcialmente la consulta y aclara que se deberá presentar Certificado de Buenas Practicas de Manufactura (BPM) o Certificado de la Comunidad Europea (CE) o certificado ISO 13485 o certificado de FDA (vigente).

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

El comité de selección colocara una nota aclaratoria donde indique que se deberá presentar Certificado de Buenas Practicas de Manufactura (BPM) o Certificado de la Comunidad Europea (CE) o certificado ISO 13485 o certificado de FDA (vigente).

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA - INSTITUTO REGIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS DEL SUR

Nomenclatura :AS-SM-32-2024-IRENSUR-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICIÓN DE REACTIVOS CON EQUIPO EN CESIÓN DE USO PARA EL ÁREA DE INMUNOSEROLOGIA PARA LA
UPSS DE BANCO DE SANGRE DEL IREN SUR

Ruc/código :	20549445439	Fecha de envío :	06/09/2024
Nombre o Razón social :	VIKMAR S.A.C.	Hora de envío :	17:24:30

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

CONSULTA 2 (Pág. 17)

CAPÍTULO II DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS

2.2.1. Documentación de presentación obligatoria

2.2.1.1. Documentos para la admisión de la oferta

Literal k)

En relación con los requisitos para la presentación de la oferta, hemos observado que no se especifica claramente qué especificaciones técnicas deben acreditarse mediante documentos técnicos sustentatorios. Para garantizar una presentación adecuada de las ofertas por parte de los postores, solicitamos lo siguiente:

REACTIVOS: Forma de Presentación, metodología y muestra biológica.

Siendo el resto de les especificaciones técnicas acreditadas mediante Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección. (Anexo N° 3)

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 2.2.1.1. Literal: k Página: 17

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección en coordinación con el área usuaria acoge parcialmente la consulta ya clara que las especificaciones tecnicas acreditar de los reactivos son: forma de presentación, metodología y muestra biológica.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

El comité de selección colocara una nota aclaratoria donde indique que las especificaciones tecnicas acreditar de los reactivos son: forma de presentación, metodología y muestra biológica.

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA - INSTITUTO REGIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS DEL SUR

Nomenclatura :AS-SM-32-2024-IRENSUR-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICIÓN DE REACTIVOS CON EQUIPO EN CESIÓN DE USO PARA EL ÁREA DE INMUNOSEROLOGIA PARA LA
UPSS DE BANCO DE SANGRE DEL IREN SUR

Ruc/código :	20549445439	Fecha de envío :	06/09/2024
Nombre o Razón social :	VIKMAR S.A.C.	Hora de envío :	17:24:30

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:

CONSULTA 3 (Pág. 17)

CAPÍTULO II DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS

2.2.1. Documentación de presentación obligatoria

2.2.1.1. Documentos para la admisión de la oferta

Literal k)

En relación con los requisitos para la presentación de la oferta, hemos observado que no se especifica claramente qué especificaciones técnicas deben acreditarse mediante documentos técnicos sustentatorios. Para garantizar una presentación adecuada de las ofertas por parte de los postores, solicitamos lo siguiente:

EQUIPO EN CESIÓN DE USO: Tipo, Metodología, Performance y Características.

Siendo el resto de les especificaciones técnicas acreditadas mediante Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección. (Anexo N° 3)

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 2.2.1.1. Literal: k Página: 17

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección en coordinación con el área usuaria acoge parcialmente la consulta y aclara que las especificaciones tecnicas acreditar del equipo en sesión de uso son: tipo, metodología, Performance y Características y muestra.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

El comité de selección colocara una nota aclaratoria donde indique que las especificaciones tecnicas acreditar del equipo en sesión de uso son: tipo, metodología, Performance y Características y muestra.

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA - INSTITUTO REGIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS DEL SUR

Nomenclatura :AS-SM-32-2024-IRENSUR-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICIÓN DE REACTIVOS CON EQUIPO EN CESIÓN DE USO PARA EL ÁREA DE INMUNOSEROLOGIA PARA LA
UPSS DE BANCO DE SANGRE DEL IREN SUR

Ruc/código :	20549445439	Fecha de envío :	06/09/2024
Nombre o Razón social :	VIKMAR S.A.C.	Hora de envío :	17:24:30

Consulta: Nro. 7

Consulta/Observación:

CONSULTA 4 (Pág. 23)

CAPÍTULO III REQUERIMIENTO

3.1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ANALIZADOR DE QUIMIOLUMINISCENCIA PARA BANCO DE SANGRE

PERFORMANCE,

Solicitamos amablemente que acepten un tiempo de las 7 pruebas pre transfusionales en no más de 60 minutos después de ingresado al equipo.

El tiempo propuesto de 60 minutos para la realización de las 7 pruebas pre transfusionales permite a los equipos trabajar de manera eficiente, sin comprometer la calidad de los resultados ni el flujo de trabajo en el laboratorio. Esta solicitud busca proporcionar una mayor flexibilidad operativa y garantizar que los postores puedan ofrecer equipos que cumplan con los tiempos requeridos para procesos pre transfusionales, sin excluir posibles soluciones tecnológicas que cumplan con los estándares de seguridad y precisión.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección en coordinación con el área usuaria no acoge la consulta debido a que en el tamizaje laboratorial es crucial los tiempos, debiendo obtenerse los resultados de manera oportuna sobre todo de unidades plaquetarias (simples y aféresis) dado que somos un instituto oncologico

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA - INSTITUTO REGIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS DEL SUR

Nomenclatura :AS-SM-32-2024-IRENSUR-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICIÓN DE REACTIVOS CON EQUIPO EN CESIÓN DE USO PARA EL ÁREA DE INMUNOSEROLOGIA PARA LA
UPSS DE BANCO DE SANGRE DEL IREN SUR

Ruc/código :	20549445439	Fecha de envío :	06/09/2024
Nombre o Razón social :	VIKMAR S.A.C.	Hora de envío :	17:24:30

Consulta: Nro. 8

Consulta/Observación:

CONSULTA 5 (Pág. 23)

CAPÍTULO III REQUERIMIENTO

3.1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ANALIZADOR DE QUIMIOLUMINISCENCIA PARA BANCO DE SANGRE PERFORMANCE,

En las características del Analizador de quimio luminiscencia para banco de Sangre, en el punto 3. Performance, se detalla: "Capacidad de carga de 100 muestras a más." Se solicita amablemente al comité que siendo la exigencia del performance también el de "200 pruebas por hora a más", se pueda aceptar la capacidad de carga desde 70 muestras a más a bordo, ya que esto no afectaría la rapidez de trabajo del analizador, que es lo que principalmente se busca cuando se habla de una performance; además de permitir la pluralidad de postores.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección en coordinación con el área usuaria no se acoge la consulta, dado que la captación de donantes se realiza en su mayoría a través de campañas de donación voluntaria de sangre, por lo que el analizador debe tener una buena capacidad de carga.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA - INSTITUTO REGIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS DEL SUR

Nomenclatura :AS-SM-32-2024-IRENSUR-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICIÓN DE REACTIVOS CON EQUIPO EN CESIÓN DE USO PARA EL ÁREA DE INMUNOSEROLOGIA PARA LA UPSS DE BANCO DE SANGRE DEL IREN SUR

Ruc/código :	20549445439	Fecha de envío :	06/09/2024
Nombre o Razón social :	VIKMAR S.A.C.	Hora de envío :	17:24:30

Consulta: Nro. 9

Consulta/Observación:

CONSULTA 6 (Pág. 24)

CAPÍTULO III REQUERIMIENTO

3.1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ANALIZADOR DE QUIMIOLUMINISCENCIA PARA BANCO DE SANGRE

CARACTERÍSTICAS,

En las características del Analizador de quimio luminiscencia para banco de Sangre, en el punto 4. Características, se detalla: "Reactivos a bordo con temperatura controlada e identificado con código de barras" Se solicita al comité que considere que en el mercado, los analizadores cuentan con características tecnológicas superiores como el de reconocimiento e identificación de reactivos, controles y calibradores por lectura de tarjeta RFID, lo que simplifica el trabajo de escanear el código de barras de cada uno de estos componentes. Por lo que se pide amablemente al comité que pueda aceptarse esta característica, siendo la corrección: "Reactivos a bordo con temperatura controlada e identificado con código de barras y/o lectura de tarjeta RFID"

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección en coordinación con el área usuaria acoge parcialmente la consulta y aclara que también aceptara sistema de código de barras o sistema de radiofrecuencia, con la finalidad de fomentar la pluralidad de postores.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

El comité de selección colocara una nota aclaratoria donde indique que también aceptara sistema de código de barras o sistema de radiofrecuencia.

Entidad convocante :	GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA - INSTITUTO REGIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS DEL SUR		
Nomenclatura :	AS-SM-32-2024-IRENSUR-1		
Nro. de convocatoria :	1		
Objeto de contratación :	Bien		
Descripción del objeto :	ADQUISICIÓN DE REACTIVOS CON EQUIPO EN CESIÓN DE USO PARA EL ÁREA DE INMUNOSEROLOGIA PARA LA UPSS DE BANCO DE SANGRE DEL IREN SUR		

Ruc/código :	20549445439	Fecha de envío :	06/09/2024
Nombre o Razón social :	VIKMAR S.A.C.	Hora de envío :	17:24:30

Consulta: Nro. 10

Consulta/Observación:

CONSULTA 7 (Pág. 24)
CAPÍTULO III REQUERIMIENTO
3.1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
ANALIZADOR DE QUIMIOLUMINISCENCIA PARA BANCO DE SANGRE
CARACTERÍSTICAS,

En las características del Analizador de quimio luminiscencia para banco de Sangre, en el punto 4. Características, se detalla: "Lectura de código de barras para reactivos, controles, calibradores y tubos de muestra" Se solicita al comité que de haber acogido nuestra consulta número 6 y para no redundar con lo referente al reconocimiento de reactivos, controles y calibradores, pueda aceptarse esta característica con la corrección: "Lectura de código de barras para tubos de muestra"

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** III **Literal:** 3.1 **Página:** 24
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección en coordinación con el área usuaria acoge parcialmente la consulta y aclara que también aceptara sistema de código de barras o sistema de radiofrecuencia para tubos de muestra

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

El comité de selección colocara una nota aclaratoria donde indique que también aceptara sistema de código de barras o sistema de radiofrecuencia para tubos de muestra

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA - INSTITUTO REGIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS DEL SUR

Nomenclatura :AS-SM-32-2024-IRENSUR-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICIÓN DE REACTIVOS CON EQUIPO EN CESIÓN DE USO PARA EL ÁREA DE INMUNOSEROLOGIA PARA LA
UPSS DE BANCO DE SANGRE DEL IREN SUR

Ruc/código :	20549445439	Fecha de envío :	06/09/2024
Nombre o Razón social :	VIKMAR S.A.C.	Hora de envío :	17:24:30

Consulta: Nro. 11

Consulta/Observación:

CONSULTA 8 (Pág. 28)

CAPÍTULO III REQUERIMIENTO

3.2. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN

B. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Solicitamos que puedan considerar como bienes similares a Insumos y/o reactivos usados en el área de inmunoserología e Inmunología automatizada. Para permitir la participación de una mayor cantidad de postores.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.2 Página: 28

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección en coordinación con el área usuaria no se acoge la consulta debido a que en Banco de Sangre es muy importante la experiencia especifica en el área de inmunoserología para poder garantizar resultados óptimos que garanticen la seguridad transfusional ya que somos un Instituto oncologico

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA - INSTITUTO REGIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS DEL SUR

Nomenclatura :AS-SM-32-2024-IRENSUR-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICIÓN DE REACTIVOS CON EQUIPO EN CESIÓN DE USO PARA EL ÁREA DE INMUNOSEROLOGIA PARA LA
UPSS DE BANCO DE SANGRE DEL IREN SUR

Ruc/código :	20549445439	Fecha de envío :	06/09/2024
Nombre o Razón social :	VIKMAR S.A.C.	Hora de envío :	17:24:30

Consulta: Nro. 12

Consulta/Observación:

CONSULTA 9 (Pág. 30)

CAPÍTULO IV FACTORES DE EVALUACIÓN

Hemos notado que las bases no contienen mejoras a las especificaciones técnicas o mejoras tecnológicas. Solicitamos puedan aceptar como mejora lo siguiente:

Mejora 1:

Antigüedad: Equipo fabricado con un tiempo no mayor a 2 años hasta la presentación de la oferta¿¿¿.. (4 Puntos)

Acreditado solo mediante DUA y/o certificado del fabricante.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: IV Literal: - Página: 30

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección no acoge la consulta y aclara que las mejoras tecnológicas lo puede presentar de manera opcional, debido a que el usuaría no lo solicito en sus especificaciones tecnicas

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA - INSTITUTO REGIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS DEL SUR

Nomenclatura :AS-SM-32-2024-IRENSUR-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICIÓN DE REACTIVOS CON EQUIPO EN CESIÓN DE USO PARA EL ÁREA DE INMUNOSEROLOGIA PARA LA UPSS DE BANCO DE SANGRE DEL IREN SUR

Ruc/código :	20549445439	Fecha de envío :	06/09/2024
Nombre o Razón social :	VIKMAR S.A.C.	Hora de envío :	17:24:30

Consulta: Nro. 13

Consulta/Observación:

CONSULTA 10 (Pág. 30)

CAPÍTULO IV FACTORES DE EVALUACIÓN

Hemos notado que las bases no contienen mejoras a las especificaciones técnicas o mejoras tecnológicas. Solicitamos puedan aceptar como mejora lo siguiente:

Mejora 2:

Control de calidad interno de 04 niveles (01 Control Negativo, 01 Control Positivo Anticuerpos VIH-1, 01 Control Positivo Anticuerpos VIH-2, 01 Control Positivo Antígeno P24) para la prueba de VIH 1-2 y Ag. P24 (4 Puntos)

Acreditado solo mediante inserto y/o Manual y/o instrucciones de uso.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: IV Literal: - Página: 30

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección no acoge la consulta y aclara que las mejoras tecnológicas lo puede presentar de manera opcional, debido a que el usuario no lo solicitó en sus especificaciones técnicas

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA - INSTITUTO REGIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS DEL SUR

Nomenclatura :AS-SM-32-2024-IRENSUR-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICIÓN DE REACTIVOS CON EQUIPO EN CESIÓN DE USO PARA EL ÁREA DE INMUNOSEROLOGIA PARA LA
UPSS DE BANCO DE SANGRE DEL IREN SUR

Ruc/código :	20549445439	Fecha de envío :	06/09/2024
Nombre o Razón social :	VIKMAR S.A.C.	Hora de envío :	17:24:30

Consulta: Nro. 14

Consulta/Observación:

CONSULTA 11 (Pág. 30)

CAPÍTULO IV FACTORES DE EVALUACIÓN

Hemos notado que las bases no contienen mejoras a las especificaciones técnicas o mejoras tecnológicas. Solicitamos puedan aceptar como mejora lo siguiente:

Mejora 3:

Control de calidad interno de 03 niveles (01 Control Negativo, 01 Control Positivo Anticuerpos HLTV-I, 01 Control Positivo Anticuerpos HTLV-II)¿¿..(4 puntos)

Acreditado solo mediante inserto y/o Manual y/o instrucciones de uso.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: IV Literal: - Página: 30

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección no acoge la consulta y aclara que las mejoras tecnológicas lo puede presentar de manera opcional, debido a que el usuaría no lo solicito en sus especificaciones tecnicas

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null