

**FORMATO N° 13**

**ACTA DE APERTURA, ADMISIÓN, EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE OFERTAS Y OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO**

**PARA BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL**

<b>1 NÚMERO DE ACTA</b>	001-LP N°01-2025-GERESA/LL- PRIMERA CONVOCATORIA
-------------------------	--

<b>2 SOBRE LA INFORMACIÓN GENERAL</b>				
El órgano a cargo del procedimiento de selección, encargado de la preparación, conducción y realización del procedimiento de selección de LP-SM-01-2025-GERESA/LL-1, cuyo objeto de convocatoria es "IOARR 2601427 ¿ADQUISICION DE CALDERO, LAVADORA SECADORA AUTOMATICA, LAVADORA SECADORA AUTOMATICA Y LAVADORA SECADORA AUTOMATICA; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) HOSPITAL BELEN DE TRUJILLO DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD¿- ITEMS: ANALIZADOR DE GASES Y ELECTROLITOS PORTATIL, DESFIBRILADOR CON MONITOR Y PALETAS, EQUIPO DE FOTOTERAPIA, ECOGRAFO DOPPLER COLOR 3D Y MONITOR DE FUNCIONES VITALES DE 07 (NEONATAL)", sesionó a fin de efectuar la APERTURA, ADMISIÓN, EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE LAS OFERTAS PRESENTADAS Y OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO, de acuerdo a lo siguiente:				
<u>ETAPAS</u>	<u>FECHAS DE LAS SESIONES</u>	<u>HORA DE LAS SESIONES</u>		
	Desde:	Hasta:	Desde:	Hasta:
- Para la admisión:	3/04/2025	3/04/2025	08:30 am	14:35 am
	4/04/2025	4/04/2025	08:30 am	14:35 am
- Para la calificación:	7/04/2025	7/04/2025	8:15 a. m.	12:00 p. m.
- Para el otorgamiento de la buena pro:	8/04/2025	8/04/2025	8:30 a. m.	10:35am

<b>3 SOBRE EL QUÓRUM Y LOS MIEMBROS PARTICIPANTES DE LA SESIÓN (DE CORRESPONDER)</b>					
El quórum necesario que exige la normativa de contrataciones del Estado, se logró con la presencia de los siguientes miembros:					
Presidente	ING. JESUS MANUEL CHAMPI VELASQUEZ	Condición	LOCACION DE SERVICIOS	Titular	X
				Suplente	
Primer Miembro	CPC.KATHERIN YAMALY FERNANDEZ BAZALAR	Condición	LOCACION DE SERVICIOS	Titular	X
				Suplente	
Segundo Miembro	ING.ALEX FABIO KEVIN VACA TELLEZ	Condición	LOCACION DE SERVICIOS	Titular	X
				Suplente	

<b>4 DETALLE DE LOS PARTICIPANTES</b>	
De acuerdo a la ficha de selección de la convocatoria publicada en el SEACE, se registraron a través de dicho sistema, los siguientes participantes:	
1	BENITES AYOSA IVAN EDUARDO
2	ROCA S.A.C.
3	TECNOLOGIA INDUSTRIAL Y NACIONAL S.A.
4	MEDELCO SRL
5	TECNI - MED.SYSTEM. S.A.
6	CORPORACION CIENTIFICA S.R.L.
7	INLEMED S.A.C.
8	RICAF MEDICAL E.I.R.L
9	BIOMEDRAB S.A.C.
10	CORPORACION GOLDWAY PERU S.A.C.
11	DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C.
12	ABAMEDIC S.R.L.
13	CORPORACION DAMAR S.A.C.
14	SPECTRUM INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA
15	HC MEDICAL SAC
16	ADVANTAGE MEDICAL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA
17	INTERNATIONAL DIAGNOSTIC IMAGING SAC
18	NOVA MEDICAL S.A.C.
19	CARDIOPULMONARY CARE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA
20	OLIMPEX PERU S.A.C.
21	DRAEGER PERU S.A.C.
22	CORPORACION PERUANA JADIRSA S.A.C.
23	GOLDEN MEDICAL TECH S.A.C
24	DIEGO MEDICAL S.A.C.
25	LABDEALERS MEDICA S.A.C.

26	DIAGNOSTICO MEDICO S.A.C.
27	INGENIERIA DE DIAGNOSTICO CLINICO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA
28	MEDSTEP PERU S.A.C.
29	SOMOSALUD SAC
30	R & M ELECTROMEDICA S.R.L.
31	UNIMASS E.I.R.L
32	STBIOMEDICAL S.A.C.
33	ADVANCED MEDICAL INC E.I.R.L.
34	SAINT INDUSTRY E.I.R.L.
35	CPB MEDICAL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - CPB MEDICAL S.A.C.
36	CF DISMED S.A.C.
37	SCALAP MEDICAL S.A.C.
38	PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA DE SEMILLAS GROUP CELIS E.I.R.L.
39	LARA MEDICAL SOLUTIONS S.A.C.
40	HEALTHCARE TECHNOLOGY MANAGEMENT SOLUCIONES S.A.C.
41	EROSMEDIC S.A.C.
42	ORPHEDENT S.A.C.
43	ENGINEERING AND QUALITY SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - ENGINEERING AND QUALITY S.A.C.
44	COMERCIO E INVERSIONES ANCCAS S.A.C.
45	NIMAT MEDICAL S.A.C.
46	CARMER PERU S.A.C
47	CIALPER S.A.C.
48	INGENIERIA Y EQUIPAMIENTO TECNOLOGICO S.A.C
49	INTELLIGENCE TECHNOLOGY COMPANY S.A.C. - INTELLIGENCE TECH S.A.C.
50	CORPORACION IMPORTADORA DEL PERU BALPROJ S.A.C.
51	RALPER IMPORT PERU S.A.C.
52	MEDICAL HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA
53	MADISUM HEALTHCARE S.A.C.

**5 DETALLE DE LOS POSTORES**

En la fecha señalada en el cronograma de la ficha de selección publicada en el SEACE, presentaron sus ofertas a través de dicho sistema, los siguientes postores:

**ITEM 1: ANALIZADOR DE GASES Y ELECTROLITOS PORTATIL**

1	SAINT INDUSTRY E.I.R.L.
---	-------------------------

**ITEM 2: DESFIBRILADOR CON MONITOR Y PALETAS**

1	SAINT INDUSTRY E.I.R.L.
---	-------------------------

**ITEM 3: EQUIPO DE FOTOTERAPIA**

1	ABAMEDIC S.R.L.
---	-----------------

2	NIMAT MEDICAL S.A.C.
---	----------------------

3	SAINT INDUSTRY E.I.R.L.
---	-------------------------

**ITEM 4: ECOGRAFO DOPPLER COLOR 3D**

1	SAINT INDUSTRY E.I.R.L.
---	-------------------------

**ITEM 5: MONITOR DE FUNCIONES VITALES DE 07 (NEONATAL)**

1	CARDIOPULMONARY CARE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA
---	---

2	SAINT INDUSTRY E.I.R.L.
---	-------------------------

3	HEALTHCARE TECHNOLOGY MANAGEMENT SOLUCIONES S.A.C.
---	--

**6 ADMISIÓN DE LAS OFERTAS**

De acuerdo con la revisión efectuada, el órgano a cargo del procedimiento de selección verificó la presentación de los documentos requeridos en el acápite "Documentos para la admisión de la oferta" de las Bases, a fin de determinar si las ofertas responden a las características y/o requisitos y condiciones de las Especificaciones Técnicas o Términos de referencia, según corresponda.

**6.1 DETALLE DE LAS OFERTAS QUE NO FUERON ADMITIDAS**

N°	Nombre o razón social del postor	Consignar las razones para su no admisión
----	----------------------------------	---

ITEM 3: EQUIPO DE FOTOTERAPIA

1	ABAMEDIC S.R.L.	CUADRO 3
2	NIMAT MEDICAL S.A.C.	CUADRO 3

ITEM 5: MONITOR DE FUNCIONES VITALES DE 07 (NEONATAL)

1	CARDIOPULMONARY CARE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	CUADRO 5
2	SAINT INDUSTRY E.I.R.L.	CUADRO 5

6.2 DETALLE DE LAS OFERTAS ADMITIDAS Y QUE PASAN A EVALUACIÓN

De acuerdo con la revisión efectuada, las siguientes ofertas fueron admitidas por lo que se procederá con su evaluación:

N°	Nombre o razón social del postor	Ítem(s) a los que postula
ITEM 1: ANALIZADOR DE GASES Y ELECTROLITOS PORTATIL		
	SAINT INDUSTRY E.I.R.L.	
ITEM 2: DESFIBRILADOR CON MONITOR Y PALETAS		
	SAINT INDUSTRY E.I.R.L.	
ITEM 3: EQUIPO DE FOTOTERAPIA		
	SAINT INDUSTRY E.I.R.L.	
ITEM 4: ECOGRAFO DOPPLER COLOR 3D		
	SAINT INDUSTRY E.I.R.L.	
ITEM 5: MONITOR DE FUNCIONES VITALES DE 07 (NEONATAL)		
	HEALTHCARE TECHNOLOGY MANAGEMENT SOLUCIONES S.A.C.	

7 EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS

7.1 DETALLE DE LA EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS DE LOS POSTORES

COMPLETAR EL DETALLE DE LA EVALUACIÓN DE CADA POSTOR

ITEM 1: ANALIZADOR DE GASES Y ELECTROLITOS PORTATIL		
1	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL POSTOR N° 1	SAINT INDUSTRY E.I.R.L.
	FACTORES	PUNTAJES
	PRECIO	100.00 puntos
	PUNTAJE TOTAL	100.00 puntos
	BONIFICACION (ANEXO N°10)	5.00 puntos
	TOTAL	105.00 puntos
ITEM 2: DESFIBRILADOR CON MONITOR Y PALETAS		
2	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL POSTOR N° 2	SAINT INDUSTRY E.I.R.L.
	FACTORES	PUNTAJES
	PRECIO	100.00 puntos
	PUNTAJE TOTAL	100.00 puntos
	BONIFICACION (ANEXO N°10)	5.00 puntos
	TOTAL	105.00 puntos
ITEM 3: EQUIPO DE FOTOTERAPIA		
3	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL POSTOR N° 3	SAINT INDUSTRY E.I.R.L.
	FACTORES	PUNTAJES

PRECIO	100.00 puntos
PUNTAJE TOTAL	100.00 puntos
BONIFICACION (ANEXO N°10)	5.00 puntos
<b>TOTAL</b>	<b>105.00 puntos</b>

**ITEM 4: ECOGRAFO DOPPLER COLOR 3D**

4	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL POSTOR N° 4	SAINT INDUSTRY E.I.R.L.
<b>FACTORES</b>		<b>PUNTAJES</b>
	PRECIO	100.00 puntos
	PUNTAJE TOTAL	100.00 puntos
	BONIFICACION (ANEXO N°10)	5.00 puntos
	<b>TOTAL</b>	<b>105.00 puntos</b>

**ITEM 5: MONITOR DE FUNCIONES VITALES DE 07 (NEONATAL)**

5	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL POSTOR N° 5	HEALTHCARE TECHNOLOGY MANAGEMENT SOLUCIONES S.A.C.
<b>FACTORES</b>		<b>PUNTAJES</b>
	PRECIO	100.00 puntos
	PUNTAJE TOTAL	100.00 puntos
	<b>TOTAL</b>	<b>100.00 puntos</b>

**7.2 ORDEN DE PRELACIÓN**

De acuerdo a la evaluación realizada, el orden de prelación es el siguiente:

N° DE ORDEN	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL POSTOR	PUNTAJE TOTAL
<b>ITEM 1: ANALIZADOR DE GASES Y ELECTROLITOS PORTATIL</b>		
1	SAINT INDUSTRY E.I.R.L.	105.00
<b>ITEM 2: DESFIBRILADOR CON MONITOR Y PALETAS</b>		
1	SAINT INDUSTRY E.I.R.L.	105.00
<b>ITEM 3: EQUIPO DE FOTOTERAPIA</b>		
1	SAINT INDUSTRY E.I.R.L.	105.00
<b>ITEM 4: ECOGRAFO DOPPLER COLOR 3D</b>		
1	SAINT INDUSTRY E.I.R.L.	105.00
<b>ITEM 5: MONITOR DE FUNCIONES VITALES DE 07 (NEONATAL)</b>		
1	HEALTHCARE TECHNOLOGY MANAGEMENT SOLUCIONES S.A.C.	100.00

**IMPORTANTE:**

En caso de empate la determinación del orden de prelación de las ofertas empatadas se efectúa siguiendo el orden previsto en el literal b) del numeral 74.2 del artículo 74 y el numeral 91.1 del artículo 91 del Reglamento, según corresponda.

**8 CALIFICACIÓN DE LAS OFERTAS**

COMPLETAR EL DETALLE DE LA CALIFICACIÓN DE CADA POSTOR, SEGÚN EL ORDEN DE PRELACIÓN, HASTA OBTENER DOS (2) OFERTAS CALIFICADAS, SALVO QUE DE LA REVISIÓN SOLO SE PUEDA OBTENER UNA OFERTA CALIFICADA.  
(Numeral 75.1 del artículo 75 del Reglamento "Luego de culminada la evaluación, el comité de selección califica a los postores que obtuvieron el primer y segundo lugar, según el orden de prelación, verificando que cumplan con los requisitos de calificación especificados en las bases").

**8.1 DETALLE DE LA CALIFICACIÓN DE LAS OFERTAS**

Luego de culminada la evaluación, el órgano a cargo del procedimiento de selección determinó a los postores que cumplen con los requisitos de calificación detallados en las Bases:

**ITEM 1: ANALIZADOR DE GASES Y ELECTROLITOS PORTATIL**

1	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL POSTOR N° 1	SAINT INDUSTRY E.I.R.L.	
<b>REQUISITOS DE CALIFICACIÓN</b>		<b>CUMPLE</b>	<b>NO CUMPLE</b>
<b>A</b>	<b>CAPACIDAD LEGAL</b>		
	HABILITACION	X	
<b>B</b>	<b>EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD</b>	X	
<b>C</b>	<b>EXPERIENCIA TECNICA Y PROFESIONAL</b>		
<b>C.1</b>	<b>EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE</b>	X	
<b>RESULTADO DE LA CALIFICACIÓN</b>		<b>CALIFICA</b>	

**ITEM 2: DESFIBRILADOR CON MONITOR Y PALETAS**

2	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL POSTOR N° 2	SAINT INDUSTRY E.I.R.L.	
<b>REQUISITOS DE CALIFICACIÓN</b>		<b>CUMPLE</b>	<b>NO CUMPLE</b>
<b>A</b>	<b>CAPACIDAD LEGAL</b>		
	HABILITACION	X	
<b>B</b>	<b>EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD</b>	X	
<b>C</b>	<b>EXPERIENCIA TECNICA Y PROFESIONAL</b>		
<b>C.1</b>	<b>EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE</b>	X	

RESULTADO DE LA CALIFICACIÓN	CALIFICA
------------------------------	----------

ITEM 3: EQUIPO DE FOTOTERAPIA			
3	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL POSTOR N°3	SAINT INDUSTRY E.I.R.L.	
REQUISITOS DE CALIFICACIÓN		CUMPLE	NO CUMPLE
A	CAPACIDAD LEGAL		
	HABILITACION	X	
B	EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD	X	
C	EXPERIENCIA TECNICA Y PROFESIONAL		
C.1	EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE	X	
RESULTADO DE LA CALIFICACIÓN		CALIFICA	

ITEM 4: ECOGRAFO DOPPLER COLOR 3D			
4	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL POSTOR N°4	SAINT INDUSTRY E.I.R.L.	
REQUISITOS DE CALIFICACIÓN		CUMPLE	NO CUMPLE
A	CAPACIDAD LEGAL		
	HABILITACION	X	
B	EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD	X	
C	EXPERIENCIA TECNICA Y PROFESIONAL		
C.1	EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE	X	
RESULTADO DE LA CALIFICACIÓN		CALIFICA	

ITEM 5: MONITOR DE FUNCIONES VITALES DE 07 (NEONATAL)			
5	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL POSTOR N°5	HEALTHCARE TECHNOLOGY MANAGEMENT SOLUCIONES S.A.C.	
REQUISITOS DE CALIFICACIÓN		CUMPLE	NO CUMPLE
A	CAPACIDAD LEGAL		
	HABILITACION	X	
B	EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD	X	
C	EXPERIENCIA TECNICA Y PROFESIONAL		
C.1	EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE	X	
RESULTADO DE LA CALIFICACIÓN		CALIFICA	

De ser el caso, si alguno de los dos (2) postores no cumple con los requisitos de calificación, el órgano a cargo del procedimiento de selección verifica los requisitos de calificación de los demás postores admitidos, según el orden de prelación obtenido en la evaluación, hasta identificar dos (2) postores que cumplan con los requisitos de calificación, en caso hubiere.

**8.2 DETALLE Y JUSTIFICACIÓN DE LA DESCALIFICACIÓN DE LAS OFERTAS**

De acuerdo con la revisión efectuada, el órgano a cargo del procedimiento de selección determinó que los siguientes postores fueron descalificados al no cumplir los requisitos de calificación especificados en las Bases, por las razones expuestas a continuación:

N°	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL POSTOR	CONSIGNAR LAS RAZONES DE SU DESCALIFICACIÓN
XXXXXX		XXXXXXXXXX

**11 OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO**

De acuerdo a los resultados obtenidos, el siguiente postor obtiene la buena pro:

N°	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL POSTOR GANADOR	MONTO ADJUDICADO
<b>ITEM 1: ANALIZADOR DE GASES Y ELECTROLITOS PORTATIL</b>		
1	SAINT INDUSTRY E.I.R.L.	S/ 213,000.00
<b>ITEM 2: DESFIBRILADOR CON MONITOR Y PALETAS</b>		
1	SAINT INDUSTRY E.I.R.L.	S/ 120,000.00
<b>ITEM 3: EQUIPO DE FOTOTERAPIA</b>		
1	SAINT INDUSTRY E.I.R.L.	S/ 91,200.00
<b>ITEM 4: ECOGRAFO DOPPLER COLOR 3D</b>		
1	SAINT INDUSTRY E.I.R.L.	S/ 384,500.00
<b>ITEM 5: MONITOR DE FUNCIONES VITALES DE 07 (NEONATAL)</b>		
1	HEALTHCARE TECHNOLOGY MANAGEMENT SOLUCIONES S.A.C.	S/ 673,325.00

**12 ACUERDO ADOPTADO**

El COMITÉ DE SELECCIÓN da por aprobado los resultados de la admisión, evaluación y calificación de las ofertas y otorgamiento de la buena pro. El acuerdo fue adoptado por:

Unanimidad	X	Mayoría	Fundamento del voto discrepante
------------	---	---------	---------------------------------



-----  
Presidente del comite



-----  
Primer Miembro del comite



-----  
Segundo Miembro del Comite

NOMBRES Y FIRMAS DE LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ DE SELECCIÓN

CUADRO N°1 : EVALUACION DE OFERTAS LP 01-2025-GERESA/CS-1- ITEM 1

A.	ADMISIÓN DE OFERTA	SAINT INDUSTRY E.I.R.L.
	Documentación de presentación obligatoria	
	Documentos para la admisión de la oferta	
a)	Declaración jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)	Presento ANEXO N° 1
b)	Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta. En caso de persona jurídica, copia del certificado de vigencia de poder del representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto. En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o documento análogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona natural, del apoderado o mandatario, según corresponda. En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, según corresponda.	PRESENTA DOCUMENTACION
c)	Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento. (Anexo N° 2)	Presento ANEXO N° 2
d)	Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección. (Anexo N° 3)	Presento ANEXO N° 3
e)	PARA ACREDITAR CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS RELACIONADAS AL DISEÑO DEL FABRICANTE DE EQUIPOS O BIENES MATERIA DE CONVOCATORIA EN PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN SERÁ A TRAVÉS DE LA HOJA DE PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO DEBIDAMENTE LLENADO Y SUSTENTO DE CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS (FORMATO N°01) Y SE EMPLEARÁ PARA ELLO: FOLLETOS, INSTRUCTIVOS, MANUALES, CATÁLOGOS, DATA SHEET O SIMILARES DE FABRICANTE, EN ORIGINAL O COPIAS; TAMBIÉN SE EMPLEARÁ CUALQUIER OTRO DOCUMENTO DE FABRICANTE PARA SUSTENTAR LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS, ESTE DOCUMENTO TIENE QUE TENER UNA ANTIGÜEDAD DE 12 MESES A LA PRESENTACION DE LA OFERTA. LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS QUE TIENEN QUE SER SUSTENTADAS OBLIGATORIAMENTE, CON LA DOCUMENTACIÓN ANTERIORMENTE MENCIONADA, POR ÍTEM SON LAS SIGUIENTES: A01 A02 A03 A04 A05 A06 A07 A08 A09 A10 A11 A12 A13 A14 A15 A16 A17 A18 A19 A20 A21 A22 A23 A24 A25 A26 A27 A28 A29 A30 B01 B02 B03 B04 B05 B08 C01 Respecto al sustento gráfico (planos, figuras o imágenes), que sustentan el (los) bien (es) ofertados(s), objeto de la convocatoria, tendrá que estar compatibilizado con el sustento literal correspondiente. Si en las propuestas, existiera contradicciones entre el sustento gráfico y literal, estas serán calificadas. Las otras características técnicas que no están relacionadas al diseño de fabricante serán acreditadas mediante el ANEXO N°03: DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS de las bases.	PRESENTA DOCUMENTACION
f)	REGISTRO SANITARIO sera a nombre del postor o de un terceo y solamente para el bien principal que por normatividad correspondan, presentar una copia de registro sanitario que lo acredite. Los bienes que no lo requieran, deberá adjuntar la DECLARACION JURADA DE MATERIALES Y EQUIPOS QUE NO ESTAN SUJETO A REGISTRO SANITARIO (EMITIDO POR DIGEMID).	PRESENTA DOCUMENTACION
g)	DECLARACIÓN JURADA DE SERVICIO DE POST - VENTA, para garantizar servicio de mantenimiento post venta, un stock de repuestos y/o accesorios, insumos, consumibles y otros materiales por un periodo de vida útil recomendado por el fabricante, de acuerdo al ANEXO N° 12. Asimismo, deberá adjuntar una carta de autorización del fabricante o representante del fabricante o distribuidor del fabricante, dirigida a la entidad y mencionando el proceso de selección, avalando al postor y mencionando que se garantizará el servicio de mantenimiento post venta, un stock de repuestos y/o accesorios, insumos, consumibles y otros materiales por un periodo de vida útil recomendado por el fabricante en el territorio peruano.	PRESENTA DOCUMENTACION
h)	Declaración jurada de plazo de entrega. (Anexo N° 4)	PRESENTA ANEXO N° 4
i)	Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se consigne los integrantes, el representante común, el domicilio común y las obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)	NO CORRESPONDE
j)	El precio de la oferta en SOLES Adjuntar obligatoriamente el Anexo N° 6. El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen son expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con más de dos (2) decimales.	PRESENTA ANEXO N° 6
<b>ITEM 1</b>		
<b>ANALIZADOR DE GASES Y ELECTROLITOS PORTATIL</b>		<b>MARCA: CORNLEY, MODELO: VITAGAS 5E</b>
<b>1</b>	<b>GENERALES</b>	
A01	EQUIPO DE SOBREMESA	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
A02	FUNCIONAMIENTO CON CARTUCHOS DE UN SOLO USO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
A03	METODOLOGÍA DE MEDICIÓN SEGÚN TECNOLOGÍA DEL FABRICANTE	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO

A04	PANTALLA DIGITAL TACTIL DE MINIMO 10" O MAS, QUE PERMITE LA PROGRAMACION DE PARAMETROS Y VISUALIZACION DE RESULTADOS	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
A05	PARAMETROS MEDIDOS: : pH, pCO2, pO2, Na+, K+, Cl-, Ca++, Glucosa y Lactato como mínimo. tHb FO2Hb, FCOHb, sO2, Fhb y FMethb (OPCIONALES)	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
A06	HCO2(act), HCO2(std), BE(ecf), BE(B), BB(B), sO2(est), Ca++(7.4), AnGap, pO2(A-a), pO2(a/A), RI, pO2/FIO2, cH+(T), pH(T), pCO2(T), pO2(T), pO2(A-a)(T), pO2(a/A)(T), RI(T), pO2(T)/FIO2, mOsm COMO MINIMO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
A07	COLECTOR DEBE PERMITIR TOMAR MUESTRAS DE JERINGA CÓMO MÍNIMO.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
A08	DEPOSITO O CONTENEDOR DE DESECHOS (SISTEMA CERRADO DE DESPERDICIOS)	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
A09	TIPO DE MUESTRA A ANALIZAR: SANGRE ARTERIAL PARA ANALIZAR GASES CÓMO MÍNIMO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
A10	PUERTO DE COMUNICACIÓN RS232 U OTRO DE CONECTIVIDAD	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
A11	IMPRESORA INTEGRADA AL EQUIPO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
A12	REPORTES DE CONTROL DE CALIDAD CON GRÁFICO LEVEY-JENNINGS (OPCIONAL)	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
	<b>CONTROL:</b>	
A13	CONTROLADO POR MICROPROCESADOR	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
A14	CALIBRACION AUTOMATICA	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
A15	DIAGNOSTICO DE FUNCIONAMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
A16	MEMORIA DE ALMACENAMIENTO DE RESULTADOS DE 5,000 DATOS DE PACIENTES O MÁS	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
A17	INGRESO DE DATOS DEL PACIENTE (ID, TEMPERATURA COMO MÍNIMO).	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
A18	PROTECCION CONTRA USO NO AUTORIZADO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
A19	BATERIA DE RESPALDO EN CASO DE FALLA DE ENERGIA	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
A20	FUNCIONAMIENTO EN MODO STAND BY (OPCIONAL)	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
A21	SISTEMA DE CONTROL DE CALIDAD	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
	<b>RANGOS DE MEDICION</b>	
A22	PRESIÓN BAROMÉTRICA DE TRABAJO: DE 450MMHG O MENOR HASTA 780MMHG O ACUERDO A LA TECNOLOGÍA DE CADA FABRICANTE	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
A23	pH: de 6.50 o menor, a 9.00 o mayor.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
A24	pCO2: de 10 mmHg o menor a 180 mmHg O RANGO MAYOR	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO

A25	pO2: de 10 mmHg o menor, a 800 mmHg O RANGO MAYOR	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
A26	Sodio: de 50 mmol/L o menor, a 200 mmol/L o rango mayor.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
A27	POTASIO: DE 2.0mmol/l O MENOR A 9.0mmol/l O RANGO MAYOR	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
A28	CLORO: DE 80mmol/l O MENOR A 135mmol/l O RANGO MAYOR	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
A29	VOLUMEN DE MUESTRA: DE ACUERDO A LA TECNOLOGÍA DE CADA FABRICANTE	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
A30	TIEMPO DE MEDICION: 90 SEGUNDOS O MENOS	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
<b>B</b>	<b>ACCESORIOS:</b>	
B01	Un (01) CABLE DE INTERFASE RS232 Y SOFTWARE DE COMUNICACIÓN.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
B02	PACK DE REACTIVOS DE ACUERDO A LA PRESENTACIÓN DE CADA FABRICANTE	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
B03	CIEN (100) CARTUCHOS PARA PROCESAMIENTO DE MUESTRAS DE PACIENTES	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
B04	CIEN (100) JERINGAS HEPARINIZADAS PARA MUESTRAS DE PACIENTES	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
B05	UN (01) JUEGO DE ELECTRODOS ADICIONAL. (OPCIONAL)	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
B08	UN (01) UPS, CON POTENCIA DE ACUERDO AL CONSUMO DEL EQUIPO.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
<b>C</b>	<b>REQUERIMIENTO DE ENERGIA:</b>	
C01	TENSION DE ALIMENTACIÓN 220 V/AC, O RANGO QUE CONTenga ESTE VALOR, MONOFASICO. FRECUENCIA 60 HZ.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO

**ADMISION DE OFERTAS**

**ADMITIDO**

<b>3.2</b>	<b>REQUISITOS DE CALIFICACIÓN</b>	
<b>A</b>	<b>CAPACIDAD LEGAL</b>	
	<p>HABILITACION:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Autorización Sanitaria de Funcionamiento</li> <li>- Buenas Prácticas de Almacenamiento</li> </ul> <p>Acreditación:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Copia de la resolución directoral de autorización sanitaria de funcionamiento expedido por la DIGEMID.</li> <li>- Copia del certificado de Buenas Prácticas de Almacenamiento expedido por la DIGEMID.</li> </ul>	PRESENTA DOCUMENTACION
<b>B</b>	<b>EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD</b>	
1	<p>El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/ 600,000.00 (Seiscientos mil soles con 00/100 soles), por la venta de bienes iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los ocho (8) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda.</p> <p>PARA MYPE S/42,900.00 (cuarenta y dos mil novecientos con 00/100 soles)</p>	ACREDITA S/. 729,300.00
2	<p>BIENES SIMILARES:</p> <p>ANALIZADOR DE GASES Y ELECTROLITOS PORTATIL, ESPECTROFOTÓMETRO, REFRIGERADORAS DE LABORATORIO, CABINAS DE BIOSEGURIDAD, CABINAS DE SEGURIDAD BIOLÓGICA, BAÑO MARIA, DESTILADOR DE AGUA, CENTRIFUGAS DE TUBOS, CENTRIFUGA DE MICROHEMATOCRITO, INCUBADORA DE CULTIVO, ESTERILIZADOR DE CALOR SECO, EQUIPOS DE LABORATORIO EN GENERAL.</p>	CUMPLE CON LOS BIENES SIMILARES
<b>C</b>	<b>CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL</b>	
<b>C.1</b>	<b>EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE</b>	

<p>PARA LA INSTALACION, PRUEBA OPERATIVA, PROTOCOLO DE PRUEBAS E INDUCCION (En relación a lo expuesto en la Ficha Técnica del Equipo)          Profesión: Ingeniero electrónico o ingeniero biomédico o ingeniero mecatrónico. Condición: Colegiado y Habilitado          Cantidad mínima: 01          Responsable de la instalación, Capacitación usuaria (uso, operación y cuidado) del equipo y Capacitación técnica (operación, mantenimiento preventivo/correctivo y reparación) del equipo.          Dos (02) años de experiencia en reparación y/o instalación y/o implementación y/o Capacitación y/o mantenimiento de los equipos biomédicos en general.          La experiencia se contabilizará de la fecha de colegiatura en adelante.          Servicio Técnico Especializado en mantenimiento del equipo ofertado, con 30 horas lectivas mínimas.</p>	<p>CUMPLE CON EL PERSONAL CLAVE</p>
<p>RESPONSABLE DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO          Personal Clave Técnico          Profesión: Técnico Electrónico o técnico electricista o técnico mecánico electricista          Cantidad mínima: 01          Responsable del mantenimiento del equipo          Dos (02) años o más de experiencia en el mantenimiento y/o reparación de equipos biomédicos en general.          La experiencia se contabilizará, para el caso del personal técnico, de la fecha de obtención del título en adelante y, para el caso del bachiller en ingeniería electrónica, bachiller en ingeniería biomédica, bachiller en mecatrónica, fecha de grado de bachiller en adelante.          También, el personal profesional colegiado de ingeniería podrá participar como encargado del mantenimiento, siempre que cumpla con el número de años de experiencia solicitados en el mantenimiento y/o reparación de equipos biomédicos en general.          Servicio Técnico Especializado en mantenimiento del equipo ofertado, con 30 horas lectivas mínimas</p>	<p>CUMPLE CON EL PERSONAL CLAVE</p>
<p><b>FACTORES DE EVALUACION</b></p>	
<p><b>FACTOR DE EVALUACIÓN:</b> La evaluación se realiza sobre la base de cien (100) puntos.          Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelación de las ofertas DEL ITEM 1</p>	
<p><b>A. PRECIO</b>  <b>Evaluación:</b>          Se evaluará considerando el precio ofertado por el postor.  <b>Acreditación:</b>          Se acreditará mediante el documento que contiene el precio de la oferta (Anexo N° 6).</p>	
<p>La evaluación consistirá en otorgar el máximo puntaje a la oferta de precio más bajo y otorgar a las demás ofertas puntajes inversamente proporcionales a sus respectivos precios, según la siguiente fórmula:  <math display="block">P_i = \frac{O_m \times PMP}{O_i} = 100 \text{ PUNTOS}</math>          i = Oferta          P<sub>i</sub> = Puntaje de la oferta a evaluar          O<sub>i</sub> = Precio i          O<sub>m</sub> = Precio de la oferta más baja          PMP = Puntaje máximo del precio</p>	<p>S/. 213,000.00: 100 PUNTOS</p>
<p><b>BONIFICACION MYPE (5%)</b></p>	<p><b>5 PUNTOS</b></p>
<p><b>TOTAL DE PUNTOS</b></p>	<p><b>105 PUNTOS</b></p>

CUADRO N°2 : EVALUACION DE OFERTAS LP 01-2025-GERESA/CS-1- ITEM 2

A.	ADMISIÓN DE OFERTA	SAINT INDUSTRY E.I.R.L.
	Documentación de presentación obligatoria	
	Documentos para la admisión de la oferta	
a)	Declaración jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)	Presento ANEXO N° 1
b)	Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta. En caso de persona jurídica, copia del certificado de vigencia de poder del representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto. En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o documento análogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona natural, del apoderado o mandatario, según corresponda. En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, según corresponda.	PRESENTA DOCUMENTACION
c)	Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento. (Anexo N° 2)	Presento ANEXO N° 2
d)	Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección. (Anexo N° 3)	Presento ANEXO N° 3
e)	PARA ACREDITAR CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS RELACIONADAS AL DISEÑO DEL FABRICANTE DE EQUIPOS O BIENES MATERIA DE CONVOCATORIA EN PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN SERÁ A TRAVÉS DE LA HOJA DE PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO DEBIDAMENTE LLENADO Y SUSTENTO DE CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS (FORMATO N°01) Y SE EMPLEARÁ PARA ELLO: FOLLETOS, INSTRUCTIVOS, MANUALES, CATÁLOGOS, DATA SHEET O SIMILARES DE FABRICANTE, EN ORIGINAL O COPIAS; TAMBIÉN SE EMPLEARÁ CUALQUIER OTRO DOCUMENTO DE FABRICANTE PARA SUSTENTAR LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS, ESTE DOCUMENTO TIENE QUE TENER UNA ANTIGUEDAD DE 12 MESES A LA PRESENTACION DE LA OFERTA. LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS QUE TIENEN QUE SER SUSTENTADAS OBLIGATORIAMENTE, CON LA DOCUMENTACIÓN ANTERIORMENTE MENCIONADA, POR ÍTEM SON LAS SIGUIENTES: A01 A02 A03 A04 A05 A06 A07 A08 A09 A10 A11 A12 A13 A14 A15 A16 A17 A18 A19 A20 A21 A22 A23 A24 A25 A26 A27 A28 A29 B01 B02 B03 B04 B07 C01 Respecto al sustento gráfico (planos, figuras o imágenes), que sustentan el (los) bien (es) ofertados(s), objeto de la convocatoria, tendrá que estar compatibilizado con el sustento literal correspondiente. Si en las propuestas, existiera contradicciones entre el sustento gráfico y literal, estas serán calificadas. Las otras características técnicas que no están relacionadas al diseño de fabricante serán acreditadas mediante el ANEXO N°03: DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS de las bases.	PRESENTA DOCUMENTACION
f)	REGISTRO SANITARIO sera a nombre del postor o de un tercio y solamente para el bien principal que por normatividad correspondan, presentar una copia de registro sanitario que lo acredite. Los bienes que no lo requieran, deberá adjuntar la DECLARACION JURADA DE MATERIALES Y EQUIPOS QUE NO ESTAN SUJETO A REGISTRO SANITARIO (EMITIDO POR DIGEMID).	PRESENTA DOCUMENTACION
g)	DECLARACIÓN JURADA DE SERVICIO DE POST - VENTA, para garantizar servicio de mantenimiento post venta, un stock de repuestos y/o accesorios, insumos, consumibles y otros materiales por un periodo de vida útil recomendado por el fabricante, de acuerdo al ANEXO N° 12. Asimismo, deberá adjuntar una carta de autorización del fabricante o representante del fabricante o distribuidor del fabricante, dirigida a la entidad y mencionando el proceso de selección, avalando al postor y mencionando que se garantizará el servicio de mantenimiento post venta, un stock de repuestos y/o accesorios, insumos, consumibles y otros materiales por un periodo de vida útil recomendado por el fabricante en el territorio peruano.	PRESENTA DOCUMENTACION
h)	Declaración jurada de plazo de entrega. (Anexo N° 4)	PRESENTA ANEXO N° 4
i)	Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se consigne los integrantes, el representante común, el domicilio común y las obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)	NO CORRESPONDE
j)	El precio de la oferta en SOLES Adjuntar obligatoriamente el Anexo N° 6. El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen son expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con más de dos (2) decimales.	PRESENTA ANEXO N° 6
<b>ITEM 2</b>		
<b>DESFIBRILADOR CON MONITOR Y PALETAS</b>		<b>MARCA: INSTRAMED, MODELO: CARDIOMAX</b>
1	GENERALES	
A01	EQUIPO COMPACTO Y PORTATIL, PESO TOTAL MENOR O IGUAL A 7 KG. INCLUIDA LA BATERIA Y LAS PALAS. PARA PACIENTES ADULTOS Y PEDIÁTRICO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO

A02	SELECTOR DE CARGA EN EL PANEL DEL EQUIPO.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
A03	CON SELECCIÓN DE TIPO DE CABLE ECG (DE 03 LATIGUILLOS O 05 LATIGUILLOS)	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
A04	CON ALARMAS AUDIBLES Y VISUALES.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
A05	CON INDICADOR DEL ESTADO DE LA BATERIA.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
A06	ESTIMULACION DE MARCAPASOS NO INVASIVA Y DESFIBRILACION A MANOS LIBRES.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
<b>PANTALLA</b>		
A07	TECNOLOGÍA LCD TFT A COLOR	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
A08	DE 8" DE AREA DE VISUALIZACION DIAGONAL COMO MINIMO.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
A09	GRÁFICA DE VISUALIZACION DE TRES (03) ONDAS SIMULTÁNEAS O MAS.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
A10	RESOLUCIÓN DE 640X480 PÍXELES COMO MINIMO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
A11	VISUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN GRÁFICA Y NUMÉRICA PARA MONITORIZACIÓN, DESFIBRILACIÓN Y MARCAPASOS.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
<b>DESFIBRILACIÓN/CARDIOVERSION</b>		
A12	ONDA BIFÁSICA, CON CAPACIDAD HASTA 360 JOULES, CON VEINTE (20) O MAS VALORES DE SELECCIÓN.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
A13	TIEMPO DE CARGA MENOR O IGUAL A 6 SEGUNDOS HASTA EL NIVEL DE ENERGÍA SELECCIONADO (HASTA 360 JOULES) CON BATERÍA NUEVA Y TOTALMENTE CARGADA.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
A14	TIEMPO DE CARGA MENOR O IGUAL A 5 SEGUNDOS HASTA EL NIVEL DE ENERGIA RECOMENDADA PARA ADULTO (150 JOULES O MAYOR JOULES) CON BATERIA NUEVA Y TOTALMENTE CARGADA INSTALADA.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
A15	CON UN PAR DE PALETAS EXTERNAS DESLIZABLES ENTRE ELLAS, PARA ADULTO E INFANTE (PEDIATRICO)	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
A16	CONTROL DE CARGA Y DESCARGA DESDE PALETA EXTERNA Y PANEL DEL EQUIPO.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
A17	SINCRONISMO PARA CARDIOVERSION.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
<b>ECG/ARRITMIAS</b>		
A18	ADQUISICION DE ECG A TRAVEZ DE LAS PALETAS DE DESFIBRILACION Y/O ELECTRODOS DEL PACIENTE DE ECG.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
A19	ADQUISICION 3 DERIVADAS DE ECG. (OPCIONAL HASTA 7 DERIVADAS I, II, III, AVR, AVL, AVF Y V CON CABLE ECG DE 5 O 6 LATIGUILLOS).	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
A20	LECTURA DIGITAL DE LA FRECUENCIA CARDIACA EN PANTALLA, RANGO DE 15 A 320 BPM PARA ADULTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
A21	ANALISIS DE ARRITMIA	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
A22	SENSIBILIDAD DE ECG: 5MM/MV, 10MM/MV; 15MM/MV; 20MM/MV; 30MM/MV; 40MM/MV	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
<b>DESFIBRILACION AUTOMATICA EXTERNA (DEA O AED)</b>		
A23	AVISO DE SHOCK ADMINISTRADO AUDIBLE O ANUNCIO DE VOZ DE LAS INDICACIONES	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO

A24	PARA ADULTO O NIÑO (PEDIATRICO)	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
A25	CON CONTROL DE CHOQUE Y/O DESCARGA	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
A26	CON DETECCIÓN PARA DETERMINAR SI ES APROPIADO EFECTUAR UN CHOQUE.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
<b>REGISTRADOR</b>		
A27	INTEGRADO EN EL EQUIPO, IMPRESIÓN DE ONDA DE DERIVACION ECG.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
A28	ANCHO DE PAPEL DE 50 MM COMO MINIMO Y VELOCIDAD DE IMPRESIÓN 25 mm/s Y 50 mm/s	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
A29	TIPO DE REGISTRO POR ARREGLO TÉRMICO.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
<b>B</b>	<b>ACCESORIOS:</b>	
B01	UN (01) CABLE COMPLETO DE ECG DE 03 LATIGUILLOS PARA ADQUIRIR 3 DERIVADAS.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
B02	UN (01) CABLE COMPLETO DE ECG DE 05 O 06 LATIGUILLOS PARA ADQUIRIR 7 DERIVADAS O MAS.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
B03	CINCO (05) PAR DE PARCHES PARA ADULTO O PEDIATRICO PARA DESFIBRILACION A MANOS LIBRES O MARCA PASO, CON UN (01) CABLE CONECTOR AL EQUIPO, O SEGÚN CADA FABRICANTE	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
B04	CINCUENTA (50) ELECTRODOS PARA ECG DESCARTABLES TIPO BROCHE.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
B07	UN (01) DE PALETAS / ADULTO PEDIATRICO DESMONTABLES.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
B08	UN (01) COCHE DE TRANSPORTE.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
<b>C</b>	<b>REQUERIMIENTO ELECTRICO:</b>	
C01	TENSION DE ALIMENTACIÓN 220/230 V/AC, O RANGO QUE CONTENGA ESTE VALOR. FRECUENCIA 60 HZ.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO

**ADMISION DE OFERTAS**

**ADMITIDO**

<b>3.2</b>	<b>REQUISITOS DE CALIFICACIÓN</b>	
<b>A</b>	<b>CAPACIDAD LEGAL</b>	
	<p>HABILITACION:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Autorización Sanitaria de Funcionamiento</li> <li>- Buenas Prácticas de Almacenamiento</li> </ul> <p>Acreditación:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Copia de la resolución directoral de autorización sanitaria de funcionamiento expedido por la DIGEMID.</li> <li>- Copia del certificado de Buenas Prácticas de Almacenamiento expedido por la DIGEMID.</li> </ul>	PRESENTA DOCUMENTACION
<b>B</b>	<b>EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD</b>	
1	<p>El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/390,000.00 (trescientos noventa mil con 00/100 soles), por la venta de bienes iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los ocho (8) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda.</p> <p>PARA MYPE S/24,000.00 (veinticuatro mil con 00/100 soles)</p>	ACREDITA S/. 223,400.03
2	<p>BIENES SIMILARES:  DESFIBRILADOR COMONITOR Y PALETAS, MONITORES DE FUNCIONES VITALES MULTIPARAMETROS, ELECTROCARDIOGRAOS, DESFIBRILADORES CON MONITOR, PULSIOXIMETROS DE PULSO; EN LAS DIFERENTES MARCAS Y MODELOS, EQUIPOS DE UCI EN GENERAL, EQUIPOS EMERGENCIA EN GENERAL</p>	CUMPLE CON LOS BIENES SIMILARES
<b>C</b>	<b>CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL</b>	
<b>C.1</b>	<b>EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE</b>	

<p>PARA LA INSTALACION, PRUEBA OPERATIVA, PROTOCOLO DE PRUEBAS E INDUCCION (En relación a lo expuesto en la Ficha Técnica del Equipo)  Profesión: Ingeniero electrónico o ingeniero biomédico o ingeniero mecatrónico. Condición: Colegiado y Habilitado  Cantidad mínima: 01  Responsable de la instalación, Capacitación usuaria (uso, operación y cuidado) del equipo y Capacitación técnica (operación, mantenimiento preventivo/correctivo y reparación) del equipo.  Dos (02) años de experiencia en reparación y/o instalación y/o implementación y/o Capacitación y/o mantenimiento de los equipos biomédicos en general.  La experiencia se contabilizará de la fecha de colegiatura en adelante.  Servicio Técnico Especializado en mantenimiento del equipo ofertado, con 30 horas lectivas mínimas.</p>	<p>CUMPLE CON EL PERSONAL CLAVE</p>
<p>RESPONSABLE DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO  Personal Clave Técnico  Profesión: Técnico Electrónico o técnico electricista o técnico mecánico electricista  Cantidad mínima: 01  Responsable del mantenimiento del equipo  Dos (02) años o más de experiencia en el mantenimiento y/o reparación de equipos biomédicos en general.  La experiencia se contabilizará, para el caso del personal técnico, de la fecha de obtención del título en adelante y, para el caso del bachiller en ingeniería electrónica, bachiller en ingeniería biomédica, bachiller en mecatrónica, fecha de grado de bachiller en adelante.  También, el personal profesional colegiado de ingeniería podrá participar como encargado del mantenimiento, siempre que cumpla con el número de años de experiencia solicitados en el mantenimiento y/o reparación de equipos biomédicos en general.  Servicio Técnico Especializado en mantenimiento del equipo ofertado, con 30 horas lectivas mínimas</p>	<p>CUMPLE CON EL PERSONAL CLAVE</p>
<p><b>FACTORES DE EVALUACION</b></p>	
<p><b>FACTOR DE EVALUACIÓN:</b> La evaluación se realiza sobre la base de cien (100) puntos.  Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelación de las ofertas DEL ITEM 2</p>	
<p><b>A. PRECIO</b>  <b>Evaluación:</b>  Se evaluará considerando el precio ofertado por el postor.  <b>Acreditación:</b>  Se acreditará mediante el documento que contiene el precio de la oferta (Anexo N° 6).</p>	
<p>La evaluación consistirá en otorgar el máximo puntaje a la oferta de precio más bajo y otorgar a las demás ofertas puntajes inversamente proporcionales a sus respectivos precios, según la siguiente fórmula:  <math display="block">P_i = \frac{O_m \times PMP}{O_i} = 100 \text{ PUNTOS}</math>  i = Oferta  P<sub>i</sub> = Puntaje de la oferta a evaluar  O<sub>i</sub> = Precio i  O<sub>m</sub> = Precio de la oferta más baja  PMP = Puntaje máximo del precio</p>	<p>S/. 120,000.00: 100 PUNTOS</p>
<p><b>BONIFICACION MYPE (5%)</b></p>	<p><b>5 PUNTOS</b></p>
<p><b>TOTAL DE PUNTOS</b></p>	<p><b>105 PUNTOS</b></p>

CUADRO N°3 : EVALUACION DE OFERTAS LP 01-2025-GERESA/CS-1- ITEM 3

A.	ADMISIÓN DE OFERTA	SAINT INDUSTRY E.I.R.L.	ABAMEDIC S.R.L.	NIMAT MEDICAL S.A.C.
	Documentación de presentación obligatoria			
	Documentos para la admisión de la oferta			
a)	Declaración Jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)	Presento ANEXO N° 1	Presento ANEXO N° 1	Presento ANEXO N° 1
b)	Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta. En caso de persona jurídica, copia del certificado de vigencia de poder del representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto. En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o documento análogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona natural, del apoderado o mandatario, según corresponda. En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, según corresponda.	PRESENTA DOCUMENTACION	PRESENTA DOCUMENTACION	PRESENTA DOCUMENTACION
c)	Declaración Jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento. (Anexo N° 2)	Presento ANEXO N° 2	Presento ANEXO N° 2	Presento ANEXO N° 2
d)	Declaración Jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección. (Anexo N° 3)	Presento ANEXO N° 3	Presento ANEXO N° 3	NO CUMPLE, NO ESPECIFICA QUE ITEM ESTA PARTICIPANDO, POR LO QUE LA OFERTA NO ES CLARA. La observación se sustenta en las Resoluciones N° 1950-2019-TCE-S2 y N° 0235-2022-TCE-S4, donde se menciona " (...) Al respecto, cabe precisar que cada postor debe ser diligente, y presentar ofertas claras y congruentes, de modo tal que el Comité de Selección pueda advertir lo que el postor oferta, sin recurrir a Interpretaciones. Así pues, toda Información contenida en la oferta técnica o económica, debe ser objetiva, clara, precisa y congruente entre sí a fin de posibilitar al Comité de Selección la verificación directa de lo ofertado por los postores y, de esta forma, corroborar si lo descrito es concordante con lo requerido por la Entidad"
e)	PARA ACREDITAR CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS RELACIONADAS AL DISEÑO DEL FABRICANTE DE EQUIPOS O BIENES MATERIA DE CONVOCATORIA EN PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN SERÁ A TRAVÉS DE LA HOJA DE PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO DEBIDAMENTE LLENADO Y SUSTENTO DE CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS (FORMATO N°01) Y SE EMPLEARÁ PARA ELLO: FOLLETOS, INSTRUCTIVOS, MANUALES, CATÁLOGOS, DATA SHEET O SIMILARES DE FABRICANTE, EN ORIGINAL O COPIAS; TAMBIÉN SE EMPLEARÁ CUALQUIER OTRO DOCUMENTO DE FABRICANTE PARA SUSTENTAR LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS, ESTE DOCUMENTO TIENE QUE TENER UNA ANTIGÜEDAD DE 12 MESES A LA PRESENTACION DE LA OFERTA. LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS QUE TIENEN QUE SER SUSTENTADAS OBLIGATORIAMENTE, CON LA DOCUMENTACIÓN ANTERIORMENTE MENCIONADA, POR ÍTEM SON LAS SIGUIENTES: A01 A02 A03 A04 A05 A06 A07 A08 A09 A10 A11 A12 A13 A14 B01 B02 C01 Respecto al sustento gráfico (planos, figuras o imágenes), que sustentan el (los) bien (es) ofertado(s), objeto de la convocatoria, tendrá que estar compatibilizado con el sustento literal correspondiente. Si en las propuestas, existiera contradicciones entre el sustento gráfico y literal, estas serán calificadas. Las otras características técnicas que no están relacionadas al diseño de fabricante serán acreditadas mediante el ANEXO N°03: DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS de las bases.	PRESENTA DOCUMENTACION	PRESENTA DOCUMENTACION	PRESENTA DOCUMENTACION
f)	REGISTRO SANITARIO sera a nombre del postor o de un tercero y solamente para el bien principal que por normatividad correspondan, presentar una copia de registro sanitario que lo acredite. Los bienes que no lo requieran, deberá adjuntar la DECLARACION JURADA DE MATERIALES Y EQUIPOS QUE NO ESTAN SUJETO A REGISTRO SANITARIO (EMITIDO POR DIGEMID).	PRESENTA DOCUMENTACION	PRESENTA DOCUMENTACION	PRESENTA DOCUMENTACION
g)	DECLARACIÓN JURADA DE SERVICIO DE POST - VENTA, para garantizar servicio de mantenimiento post venta, un stock de repuestos y/o accesorios, insumos, consumibles y otros materiales por un periodo de vida útil recomendado por el fabricante, de acuerdo al ANEXO N° 12. Asimismo, deberá adjuntar una carta de autorización del fabricante o representante del fabricante o distribuidor del fabricante, dirigida a la entidad y mencionando el proceso de selección, avalando al postor y mencionando que se garantizará el servicio de mantenimiento post venta, un stock de repuestos y/o accesorios, insumos, consumibles y otros materiales por un periodo de vida útil recomendado por el fabricante en el territorio peruano.	PRESENTA DOCUMENTACION	PRESENTA DOCUMENTACION	NO CUMPLE, NO HAY CONGRUENCIA ENTRE LOS AÑOS DE VIDA UTIL RECOMENDADO POR EL FABRICANTE DEL ANEXO N° 12 Y LA CARTA DE AUTORIZACION
h)	Declaración Jurada de plazo de entrega. (Anexo N° 4)	PRESENTA ANEXO N° 4	NO CUMPLE, LA MODALIDAD DE EJECUCION ES LLAVE EN MANO Y EN EL ANEXO PRESENTADO NO ESTA DETALLADO LAS ETAPAS DE LA MODALIDAD MENCIONADA	PRESENTA ANEXO N° 4
i)	Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se consigne los integrantes, el representante común, el domicilio común y las obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)	NO CORRESPONDE	NO CORRESPONDE	NO CORRESPONDE

j)	El precio de la oferta en SOLES Adjuntar obligatoriamente el Anexo N° 6. El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen son expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con más de dos (2) decimales.	PRESENTA ANEXO N° 6	PRESENTA ANEXO N° 6	PRESENTA ANEXO N° 6
<b>ITEM 3</b>				
<b>EQUIPO DE FOTOTERAPIA</b>		<b>MARCA: MAGHAMED, MODELO: OXYMAG MAX 300</b>	<b>MARCA: OKUMA MEDIKAL SISTEMLER ANONIM SIRKETI MODELO: BILICARE BC050</b>	<b>MARCA: DAVID, MODELO: XHZ-905</b>
<b>1</b>	<b>GENERALES</b>			
A01	PEDESTAL DE BASE RODABLE, PROVISTO CON CUATRO RUEDAS COMO MINIMO, TRES RUEDAS CON FRENO O MAS.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
A02	ALTURA VERTICAL REGULABLE DE 140- 170 CM O RANGO MAYOR.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
A03	CON AJUSTE DE POSICIÓN HORIZONTAL.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
A04	INCLINACIÓN HORIZONTAL	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
A05	TIEMPO DE VIDA ÚTIL 50,000 HORAS O MAS	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
A06	PANEL DE CONTROL Y/O PANTALLA LCD TACTIL	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
A07	LONGITUD DE CABLE DE ALIMENTACIÓN NO MENOR A 175 CM	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
A08	NIVEL DE RUIDO <50DBA	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
<b>CONTROLES Y/O PARAMETROS</b>				
A09	LONGITUD DE ONDA DE LUZ AZUL DE 400 A 500 NM O RANGO MAYOR	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	<b>NO CUMPLE, OFERTA UNA LONGITUD DE 450 A 470 NM, LO CUAL NO ES LO SOLICITADO</b>	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
A10	MÁXIMA IRRADIANCIA TOTAL EN ÁREA EFECTIVA: 5.0 mW/cm <sup>2</sup> (SIN IMPORTAR L LONGITUD DE ONDA DE CADA FABRICANTE)	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
A11	AJUSTE DE INTENSIDAD DE RADIACIÓN: DE 0% A 100%	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
A12	QUE PERMITA VISUALIZAR TIEMPO DE TERAPIA Y/O TIEMPO DE TRABAJO DE LA FUENTE DE LUZ.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
A13	ÁREA DE SUPERFICIE EFECTIVA DE TRATAMIENTO DE ACUERDO A CADA FABRICANTE.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
A14	RANGO DE TIEMPO PROGRAMABLE O VISUALIZADO: 1 -- 99 HORAS O RANGO MAYOR.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
<b>B</b>	<b>ACCESORIOS</b>			
B01	DIEZ (10) PROTECTORES OCULARES DESCARTABLES, TAMAÑO_NEONATAL NORMAL	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	<b>NO CUMPLE, NO ACREDITA QUE SEAN DESCARTABLES</b>	<b>NO CUMPLE, EN EL FOLIO 26 NO ACREDITA QUE SEAN DESCARTABLES. EL FOLIO 27 ES UNA DECLARACION JURADA, EL CUAL NO SE CONSIDERA YA QUE NO ES UN DOCUMENTO PARA LA ADMISION DE LA OFERTA TAL COMO SE ESTIPULA EN EL LITERAL E) QUE SOLO SE CONSIDERARA LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS: FOLLETOS, INSTRUCTIVOS, MANUALES, CATÁLOGOS, DATA SHEET O SIMILARES DE FABRICANTE, EN ORIGINAL O COPIAS; TAMBIÉN SE EMPLEARA CUALQUIER OTRO DOCUMENTO DE FABRICANTE</b>
<b>C</b>	<b>REQUERIMIENTO ELECTRICO:</b>			
C01	TENSION DE ALIMENTACIÓN 220/230 V/AC, O RANGO QUE CONTENGA ESTE VALOR. FRECUENCIA 60 HZ.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
<b>ADMISION DE OFERTAS</b>		<b>ADMITIDO</b>	<b>NO ADMITIDO</b>	<b>NO ADMITIDO</b>
<b>3.2</b>	<b>REQUISITOS DE CALIFICACIÓN</b>			
<b>A</b>	<b>CAPACIDAD LEGAL</b>			
	HABILITACION: - Autorización Sanitaria de Funcionamiento - Buenas Prácticas de Almacenamiento Acreditación: - Copia de la resolución directoral de autorización sanitaria de funcionamiento expedido por la DIGEMID. - Copia del certificado de Buenas Prácticas de Almacenamiento expedido por la DIGEMID.	PRESENTA DOCUMENTACION		
<b>B</b>	<b>EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD</b>			
1	El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/360,000.00 (Trescientos sesenta mil con 00/100 soles), por la venta de bienes iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los ocho (8) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda. PARA MYPE S/18,266.66 (dieciocho mil doscientos sesenta y seis con 66/100 soles)	ACREDITA S/. 69,800.00		
2	BIENES SIMILARES: EQUIPO DE FOTO TERAPIA, INCUBADORAS ESTANDAR, INCUBADORAS DUALES, INCUBADORAS DE TRANSPORTE, INCUBADORAS DE TRANSPORTE CON VENTILADOR; EN LAS DIFERENTES MARCAS Y MODELOS, EQUIPOS DE UCI NEONATAL EN GENERAL.	CUMPLE CON LOS BIENES SIMILARES		
<b>C</b>	<b>CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL</b>			
<b>C.1</b>	<b>EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE</b>			

<p>PARA LA INSTALACION, PRUEBA OPERATIVA, PROTOCOLO DE PRUEBAS E INDUCCION (En relación a lo expuesto en la Ficha Técnica del Equipo)  Profesión: Ingeniero electrónico o Ingeniero biomédico o Ingeniero mecánico. Condición: Colegiado y Habilitado  Cantidad mínima: 01  Responsable de la Instalación, Capacitación usuaria (uso, operación y cuidado) del equipo y Capacitación técnica (operación, mantenimiento preventivo/correctivo y reparación) del equipo. Dos (02) años de experiencia en reparación y/o instalación y/o implementación y/o Capacitación y/o mantenimiento de los equipos biomédicos en general.  La experiencia se contabilizará de la fecha de colegiatura en adelante.  Servicio Técnico Especializado en mantenimiento del equipo ofertado, con 30 horas lectivas mínimas.</p>	<p>CUMPLE CON EL PERSONAL CLAVE</p>	
<p>RESPONSABLE DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO  Personal Clave Técnico  Profesión: Técnico Electrónico o técnico electricista o técnico mecánico electricista  Cantidad mínima: 01  Responsable del mantenimiento del equipo  Dos (02) años o más de experiencia en el mantenimiento y/o reparación de equipos biomédicos en general.  La experiencia se contabilizará, para el caso del personal técnico, de la fecha de obtención del título en adelante y, para el caso del bachiller en Ingeniería electrónica, bachiller en Ingeniería biomédica, bachiller en mecánica, fecha de grado de bachiller en adelante.  También, el personal profesional colegiado de Ingeniería podrá participar como encargado del mantenimiento, siempre que cumpla con el número de años de experiencia solicitados en el mantenimiento y/o reparación de equipos biomédicos en general.  Servicio Técnico Especializado en mantenimiento del equipo ofertado, con 30 horas lectivas mínimas</p>	<p>CUMPLE CON EL PERSONAL CLAVE</p>	
<p><b>FACTORES DE EVALUACION</b></p>		
<p><b>FACTOR DE EVALUACIÓN:</b> La evaluación se realiza sobre la base de cien (100) puntos.  Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelación de las ofertas DEL ITEM 3</p>		
<p><b>A. PRECIO</b>  <b>Evaluación:</b>  Se evaluará considerando el precio ofertado por el postor.  <b>Acreditación:</b>  Se acreditará mediante el documento que contiene el precio de la oferta (Anexo N° 6).</p>		
<p>La evaluación consistirá en otorgar el máximo puntaje a la oferta de precio más bajo y otorgar a las demás ofertas puntajes inversamente proporcionales a sus respectivos precios, según la siguiente fórmula:  <math display="block">P_i = \frac{O_m \times PMP}{O_i} = 100 \text{ PUNTOS}</math>  i = Oferta  P<sub>i</sub> = Puntaje de la oferta a evaluar  O<sub>i</sub> = Precio i  O<sub>m</sub> = Precio de la oferta más baja  PMP = Puntaje máximo del precio</p>	<p>S/. 91,200.00: 100 PUNTOS</p>	
<p><b>BONIFICACION MYPE (5%)</b></p>	<p><b>5 PUNTOS</b></p>	
<p><b>TOTAL DE PUNTOS</b></p>	<p><b>105 PUNTOS</b></p>	

CUADRO N°4 : EVALUACIÓN DE OFERTAS LP 01-2025-GERESA/CS-1- ITEM 4

Documentación de presentación obligatoria		
Documentos para la admisión de la oferta		
a)	Declaración jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)	Presento ANEXO N° 1
b)	<p>Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta. En caso de persona jurídica, copia del certificado de vigencia de poder del representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.</p> <p>En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o documento análogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona natural, del apoderado o mandatario, según corresponda. En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, según corresponda.</p>	PRESENTA DOCUMENTACION
c)	Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento. (Anexo N° 2)	Presento ANEXO N° 2
d)	Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección. (Anexo N° 3)	Presento ANEXO N° 3
e)	<p>PARA ACREDITAR CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS RELACIONADAS AL DISEÑO DEL FABRICANTE DE EQUIPOS O BIENES MATERIA DE CONVOCATORIA EN PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN SERÁ A TRAVÉS DE LA HOJA DE PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO DEBIDAMENTE LLENADO Y SUSTENTO DE CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS (FORMATO N°01) Y SE EMPLEARÁ PARA ELLO: FOLLETOS, INSTRUCTIVOS, MANUALES, CATÁLOGOS, DATA SHEET O SIMILARES DE FABRICANTE, EN ORIGINAL O COPIAS; TAMBIÉN SE EMPLEARA CUALQUIER OTRO DOCUMENTO DE FABRICANTE PARA SUSTENTAR LAS CARACTERISITICAS TECNICAS, ESTE DOCUMENTO TIENE QUE TENER UNA ANTIGUEDAD DE 12 MESES A LA PRESENTACION DE LA OFERTA. LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS QUE TIENEN QUE SER SUSTENTADAS OBLIGATORIAMENTE, CON LA DOCUMENTACIÓN ANTERIORMENTE MENCIONADA, POR ÍTEM SON LAS SIGUIENTES: A01 A02 A03 A04 A05 A06 A07 A08 A09 A10 A11 A12 A13 A14 A15 A16 A17 A18 A19 A20 A21 A22 A23 A24 A25 A26 A27 A28 A29 A30 A31 A32 A33 A34 A35 A36 A37 A38 A39 A40 A41 A42 A43 A44 A45 A46 A47 A48 A49 A50 A51 C01</p> <p>Respecto al sustento gráfico (planos, figuras o imágenes), que sustentan el (los) bien (es) ofertados(s), objeto de la convocatoria, tendrá que estar compatibilizado con el sustento literal correspondiente. Si en las propuestas, existiera contradicciones entre el sustento gráfico y literal, estas serán calificadas. Las otras características técnicas que no están relacionadas al diseño de fabricante serán acreditadas mediante el ANEXO N°03: DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS de las bases.</p>	PRESENTA DOCUMENTACION
f)	REGISTRO SANITARIO sera a nombre del postor o de un terceo y solamente para el bien principal que por normatividad correspondan, presentar una copia de registro sanitario que lo acredite. Los bienes que no lo requieran, deberá adjuntar la DECLARACION JURADA DE MATERIALES Y EQUIPOS QUE NO ESTAN SUJETO A REGISTRO SANITARIO (EMITIDO POR DIGEMID).	PRESENTA DOCUMENTACION
g)	DECLARACIÓN JURADA DE SERVICIO DE POST - VENTA, para garantizar servicio de mantenimiento post venta, un stock de repuestos y/o accesorios, insumos, consumibles y otros materiales por un periodo de vida útil recomendado por el fabricante, de acuerdo al ANEXO N° 12. Asimismo, deberá adjuntar una carta de autorización del fabricante o representante del fabricante o distribuidor del fabricante, dirigida a la entidad y mencionando el proceso de selección, avalando al postor y mencionando que se garantizará el servicio de mantenimiento post venta, un stock de repuestos y/o accesorios, insumos, consumibles y otros materiales por un periodo de vida útil recomendado por el fabricante en el territorio peruano.	PRESENTA DOCUMENTACION
h)	Declaración jurada de plazo de entrega. (Anexo N° 4)	PRESENTA ANEXO N° 4
i)	Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se consigne los integrantes, el representante común, el domicilio común y las obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)	NO CORRESPONDE

j)	El precio de la oferta en SOLES Adjuntar obligatoriamente el Anexo N° 6. El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen son expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con más de dos (2) decimales.	PRESENTA ANEXO N° 6
<b>ITEM 4</b>		
<b>ECÓGRAFO DOPPLER COLOR 3D</b>		<b>MARCA: VINNO, MODELO: VINNO R300</b>
<b>1 GENERALES</b>		
A01	UNIDAD MOVIL EN UNA ESTRUCTURA INTEGRADA CON DISEÑO ERGONÓMICO, AJUSTE DE ALTURA DEL PANEL DE CONTROL CON RUEDAS GIRATORIAS Y FRENOS EN LAS CUATRO RUEDAS.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
A02	FORMACION DIGITAL DEL HAZ ULTRASONICO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
A03	MONITOR LED A COLOR DE ALTA DEFINICION DE 23 PULGADAS O MÁS CON RESOLUCION DE 1920 X 1080 PÍXELES COMO MÍNIMO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
A04	PANTALLA TACTIL DE 13 PULGADAS COMO MÍNIMO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
A05	PROFUNDIDAD DE EXPLORACION DE 42 CM COMO MÍNIMO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
A06	TECLADO EN ESPAÑOL CON ILUMINACION DE FUNCIONES FOCALES.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
A07	CUATRO (04) O MÁS PUERTOS ACTIVOS DE CONEXIÓN PARA TRANSDUCTORES	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
A08	SELECCIÓN DE AL MENOS CUATRO (04) ZONAS FOCALES	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
A09	OCHO (08) CONTROLES FÍSICOS Y DIGITALES DESLIZANTES DE COMPENSACIÓN DE GANANCIA DE PROFUNDIDAD(TGC)	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
A10	1'500,000 CANALES DE PROCESAMIENTO DE SEÑAL COMO MÍNIMO.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
A11	RANGO DINÁMICO MÍNIMO DE 280 dB.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
A12	REVISIÓN CINEMATográfica NO MENOR A 30,000 CUADROS.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
A13	PROTOCOLO DE COMUNICACIÓN: CONECTIVIDAD ESTANDAR DICOM 3.0 (SALIDA DICOM) CON LICENCIA ACTIVADA EN LOS SERVICIOS STORAGE Y DICOM PRINT Y WORKLIST COMO MÍNIMO.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
A14	CAPACIDAD DE EXPORTAR IMÁGENES EN FORMATO JPEG, BMP Y TIFF Y VIDEO EN FORMATO AVI Y MP4.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
A15	GRABADOR DE CD/DVD INTEGRADO O EXTERNO.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
A16	ALMACENAMIENTO DIGITAL DE IMÁGENES EN DISCO DURO O SÓLIDO INTERNO CON CAPACIDAD DE 1TB.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
A17	CON PROTOCOLOS DE EXAMEN INCORPORADOS Y PERSONALIZADOS.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
A18	CAPACIDAD DE CONTROLAR EL SISTEMA DE ULTRASONIDO Y ENVIO DE IMAGENES A TRAVES DE APP INTERACTIVA DE DISPOSITIVOS MOVILES.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
<b>MODOS DE EXPLORACION</b>		
A19	MODOS B, B/B, B/M.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
A20	MODO M ANATÓMICO.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
A21	DOPPLER ESPECTRAL (DOPPLER PULSADO)	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
A22	DOPPLER COLOR	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO

A23	POWER DOPPLER	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
A24	TRIPLEX (MODO B/ COLOR/PW EN TIEMPO REAL)	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
A25	IMÁGENES ARMÓNICAS TISULARES.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
A26	IMÁGENES DE VISION EXTENDIDA O PANORAMICA.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
A27	MODO 3D COLOR	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
	<b>PROGRAMAS</b>	
A28	MEDICION DE LONGITUD, CIRCUNFERENCIA, AREA, VOLUMEN, FLUJO, LATIDOS CARDIACOS.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
A29	PROGRAMA DE CALCULOS Y REPORTE ABDOMINAL, OBSTETRICO, GINECOLOGICO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
A30	PROGRAMA DE CALCULOS AUTOMATICOS EN DOPPLER ESPECTRAL.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
A31	PROGRAMA DE OPTIMIZACION AUTOMATICA DE TEJIDO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
A32	PROGRAMA DE OPTIMIZACION AUTOMATICA DE DOPPLER COLOR Y ESPECTRAL	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
A33	PROGRAMA DE MEDICION AUTOMATICA DE LA TRANSLUCENCIA NUCAL	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
A34	PROGRAMA DE IMAGEN MULTICORTE TOMOGRAFICO 3D EN TIEMPO REAL	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
A35	PROGRAMA DE MEDICIÓN AUTOMÁTICA DE LA BIOMETRÍA FETAL DONDE INCLUYA BPD, HC, AC, FL Y HL.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
A36	PROGRAMA DE DETECCION Y MEDICION AUTOMATICA DE FOLICULOS OVARICOS	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
A37	PROGRAMA DE MEDIDA AUTOMATICA DEL VOLUMEN EN IMAGENES 3D	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
A38	PROGRAMA DE REPRESENTACION REAL DEL FETO CON POSICIONAMIENTO E LUZ EN TIEMPO REAL Y CONGELADA.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
A39	PROGRAMA DE REPRESENTACION TRASLUCIDA DEL EMBRION/FETO EN TIEMPO REAL Y CONGELADA	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
A40	PROGRAMA DE OPTIMIZACION AUTOMATICA DEL ROSTO FETAL AL ELIMINAR ESTRUCTURAS A SU ALREDEDOR	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
A41	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE LA TEXTURA Y BORDES EN LA IMAGEN MEDIANTE LA ELIMINACION DE RUIDO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
A42	PROGRAMA DE IMAGEN COMPUESTA O HACES CRUZADOS	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
A43	SOFTWARE DE ELASTOGRAFÍA SEMICUANTITATIVA POR COMPARACIÓN DE 2 REGIONES HABILITADO PARA TRANSDUCTORES CONVEXOS, LINEALES Y ENDOCAVITARIOS.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
	<b>TRANSDUCTORES:</b>	
	<b>SE ACEPTARÁN TRANSDUCTORES CON RANGOS DE FRECUENCIAS DE TRABAJO MAYORES O QUE ESTEN EN LAS TOLERANCIAS +0.5MHZ EN EL EXTREMO INFERIOR Y -0.5 EN EL EXTREMO SUPERIOR, PERO NO AMBOS A LA VEZ.</b>	
A44	UN (01) TRANSDUCTOR DE ARREGLO CONVEXO DE 2.0 MHz A 8.0 MHz CON ÁNGULO DE APERTURA NO MENOR DE 100 GRADOS, PARA APLICACIÓN OBSTETRICA, GINECOLÓGICA, ABDOMINAL, COMO MINIMO.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO

A45	UN (01) TRANSDUCTOR ENDOCAVITARIO DE 3.0 MHz A 12.0 MHz, CON ANGULO DE APERTURA NO MENOR DE 180 GRADOS, PARA APLICACIONES TRANSVAGINALES Y GINECO OBSTÉTRICAS.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
A46	UNO (01) TRANSDUCTOR DE ARREGLO LINEAL DE 3.0 MHz HASTA 16 MHz, CON LONGITUD DE APERTURA/CAMPO DE VISION NO MENOR A 37 mm, PARA APLICACIONES DE PARTES BLANDAS.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
A47	UN (01) TRANSDUCTOR DE ARREGLO CONVEXO VOLUMETRICO DE 2.0 MHz A 8.0 MHz CON VOLUMEN DE ESCANEEO NO MENOR DE 90 GRADOS, PARA APLICACIÓN OBSTETRICA, GINECOLÓGICA, ABDOMINAL, COMO MINIMO.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
	<b>PERIFERICOS</b>	
A48	INTERRUPTOR DE PEDAL	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
A49	IMPRESORA TERMICA EN BLANCO Y NEGRO, PARA FORMATO A6, CON RESOLUCION NO MENOR A 325 DPI Y 256 NIVELES DE GRIS	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
A50	IMPRESORA DE INYECCIÓN DE TINTA A COLOR	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
A51	UN (01) UPS CON SISTEMA AC/DC/DC/AC (RECTIFICADOR/CHOPPER-BATERIA/INVERSOR). VOLTAJE DE SALIDA 220V +/- 3%. POTENCIA EN LA SALIDA: MAYOR O IGUAL AL 120% EN LA POTENCIA NOMINAL TOTAL DEL EQUIPO (CARGA TOTAL INCLUYENDO ACCESORIOS). CON PANTALLA LCD Y SISTEMA DE INTELIGENTE DE BATERÍA	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
C	<b>REQUERIMIENTO ELECTRICO:</b>	
C01	TENSION DE ALIMENTACIÓN 220/230 V/AC, O RANGO QUE CONTENGA ESTE VALOR, MONOFASICO CON FRECUENCIA 60 HZ.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
<b>ADMISION DE OFERTAS</b>		<b>ADMITIDO</b>
<b>3.2</b>	<b>REQUISITOS DE CALIFICACIÓN</b>	
<b>A</b>	<b>CAPACIDAD LEGAL</b>	
	HABILITACION: - Autorización Sanitaria de Funcionamiento - Buenas Prácticas de Almacenamiento Acreditación: - Copia de la resolución directoral de autorización sanitaria de funcionamiento expedido por la DIGEMID. - Copia del certificado de Buenas Prácticas de Almacenamiento expedido por la DIGEMID.	PRESENTA DOCUMENTACION
<b>B</b>	<b>EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD</b>	
1	El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/960,000.00 (novecientos sesenta mil con 00/100 soles), por la venta de bienes iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los ocho (8) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda. PARA MYPE S/77,000.00 (setenta y siete mil con 00/100 soles)	ACREDITA S/. 242,050.00
2	BIENES SIMILARES: ECOGRAFO DOPPLER COLOR 3D, DENSITOMETROS OSEOS, ECOCARDIOGRAFOS, ECOGRAFOS, ANGIOGRAFOS, TOMOGRAFOS; EN LAS DIFERENTES MARCAS Y MODELOS, EQUIPOS DE DIAGNOSTICO POR IMÁGENES EN GENERAL	CUMPLE CON LOS BIENES SIMILARES
<b>C</b>	<b>CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL</b>	
<b>C.1</b>	<b>EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE</b>	
	PARA LA INSTALACION, PRUEBA OPERATIVA, PROTOCOLO DE PRUEBAS E INDUCCION (En relación a lo expuesto en la Ficha Técnica del Equipo) Profesión: Ingeniero electrónico o ingeniero biomédico o ingeniero mecatrónico. Condición: Colegiado y Habilitado Cantidad mínima: 01 Responsable de la instalación, Capacitación usuaria (uso, operación y cuidado) del equipo y Capacitación técnica (operación, mantenimiento preventivo/correctivo y reparación) del equipo. Dos (02) años de experiencia en reparación y/o instalación y/o implementación y/o Capacitación y/o mantenimiento de los equipos biomédicos en general. La experiencia se contabilizará de la fecha de colegiatura en adelante. Servicio Técnico Especializado en mantenimiento del equipo ofertado, con 30 horas lectivas mínimas.	CUMPLE CON EL PERSONAL CLAVE

<p><b>RESPONSABLE DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO</b>  Personal Clave Técnico  Profesión: Técnico Electrónico o técnico electricista o técnico mecánico electricista  Cantidad mínima: 01  Responsable del mantenimiento del equipo  Dos (02) años o más de experiencia en el mantenimiento y/o reparación de equipos biomédicos en general.  La experiencia se contabilizará, para el caso del personal técnico, de la fecha de obtención del título en adelante y, para el caso del bachiller en ingeniería electrónica, bachiller en ingeniería biomédica, bachiller en mecatrónica, fecha de grado de bachiller en adelante.  También, el personal profesional colegiado de ingeniería podrá participar como encargado del mantenimiento, siempre que cumpla con el número de años de experiencia solicitados en el mantenimiento y/o reparación de equipos biomédicos en general.  Servicio Técnico Especializado en mantenimiento del equipo ofertado, con 30 horas lectivas mínimas</p>	<p>CUMPLE CON EL PERSONAL CLAVE</p>
<p><b>FACTORES DE EVALUACION</b></p>	
<p><b>FACTOR DE EVALUACIÓN:</b> La evaluación se realiza sobre la base de cien (100) puntos.  Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelación de las ofertas DEL ITEM 4</p>	
<p><b>A. PRECIO</b>  Evaluación:  Se evaluará considerando el precio ofertado por el postor.  Acreditación:  Se acreditará mediante el documento que contiene el precio de la oferta (Anexo N° 6).</p>	
<p>La evaluación consistirá en otorgar el máximo puntaje a la oferta de precio más bajo y otorgar a las demás ofertas puntajes inversamente proporcionales a sus respectivos precios, según la siguiente fórmula:  <math display="block">P_i = \frac{O_m \times PMP}{O_i} = 100 \text{ PUNTOS}</math>  i = Oferta  P<sub>i</sub> = Puntaje de la oferta a evaluar  O<sub>i</sub> = Precio i  O<sub>m</sub> = Precio de la oferta más baja  PMP = Puntaje máximo del precio</p>	<p>S/. 384,500.00: 100 PUNTOS</p>
<p><b>BONIFICACION MYPE (5%)</b></p>	<p><b>5 PUNTOS</b></p>
<p><b>TOTAL DE PUNTOS</b></p>	<p><b>105 PUNTOS</b></p>

CUADRO N° 5 : EVALUACION DE OFERTAS LP 01-2025-GERESA/CS-1- ITEM 5

A. ADMISIÓN DE OFERTA	SAINT INDUSTRY E.I.R.L.	HEALTHCARE TECHNOLOGY MANAGEMENT SOLUTIONS S.A.C.	CARDIOPULMONARY CARE S.A.C
<p>Documentación de presentación obligatoria</p> <p>Documentos para la admisión de la oferta</p> <p>Declaración jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)</p>	<p>Presento ANEXO N° 1</p>	<p>Presento ANEXO N° 1</p>	<p>Presento ANEXO N° 1</p>
<p>b)</p> <p>Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta.</p> <p>En caso de persona jurídica, copia del certificado de vigencia de poder del representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.</p> <p>En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o documento análogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona natural, del apoderado o mandatario, según corresponda.</p> <p>En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, según corresponda.</p>	<p>PRESENTA DOCUMENTACION</p>	<p>PRESENTA DOCUMENTACION</p>	<p>PRESENTA DOCUMENTACION</p>
<p>c)</p> <p>Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento. (Anexo N° 2)</p>	<p>Presento ANEXO N° 2</p>	<p>Presento ANEXO N° 2</p>	<p>Presento ANEXO N° 2</p>
<p>d)</p> <p>Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección. (Anexo N° 3)</p>	<p>Presento ANEXO N° 3</p>	<p>Presento ANEXO N° 3</p>	<p>Presento ANEXO N° 3</p>
<p>e)</p> <p>PARA ACREDITAR CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS RELACIONADAS AL DISEÑO DEL FABRICANTE DE EQUIPOS O BIENES MATERIA DE CONVOCATORIA EN PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN SEBÁ A TRAVÉS DE LA HOJA DE PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO DEBIDAMENTE LLENADO Y SUSTENTO DE CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS (FORMATO N°03) Y SE EMPLEARÁ PARA ELLO: FOLLETOS, INSTRUCTIVOS, MANUALES, CATÁLOGOS, DATA SHEET O SIMILARES DE FABRICANTE, EN ORIGINAL O COPIAS; TAMBIÉN SE EMPLEARÁ CUALQUIER OTRO DOCUMENTO DE FABRICANTE PARA SUSTENTAR LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS, ESTE DOCUMENTO TIENE QUE TENER UNA ANTIGÜEDAD DE 12 MESES A LA PRESENTACIÓN DE LA OFERTA. LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS QUE TIENEN QUE SER SUSTENTADAS OBLIGATORIAMENTE, CON LA DOCUMENTACIÓN ANTERIORMENTE MENCIONADA, POR ÍTEM SON LAS SIGUIENTES: A01 A02 A03 A04 A05 A06 A07 A08 A09 A10 A11 A12 A13 A14 A15 A16 A17 A18 A19 A20 A21 A22 A23 A24 A25 A26 A27 A28 A29 A30 A31 A32 A33 A34 A35 A36 A37 A38 A39 A40 A41 A42 A43 A44 A45 A46 A47 A48 A49 A50 A51 A52 A53 B02 B05 B06 B07 B08 B09 B10 B11 B12</p> <p>Respecto al sustento gráfico (planos, figuras o imágenes), que sustentan el (los) bien (es) ofertado(s), objeto de la convocatoria, tendrá que estar compatibilizado con el sustento literal correspondiente. Si en las propuestas, existiera contradicciones entre el sustento gráfico y literal, estas serán calificadas.</p> <p>Las otras características técnicas que no están relacionadas al diseño de fabricante serán acreditadas mediante el ANEXO N°03: DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS de las bases.</p>	<p>PRESENTA DOCUMENTACION</p>	<p>PRESENTA DOCUMENTACION</p>	<p>PRESENTA DOCUMENTACION</p>
<p>f)</p> <p>REGISTRO SANITARIO sera a nombre del postor o de un tercero y solamente para el bien principal que por normatividad correspondan, presentar una copia de registro sanitario que lo acredite. Los bienes que no lo requieren, deberá adjuntar la DECLARACION JURADA DE MATERIALES Y EQUIPOS QUE NO ESTAN SUJETO A REGISTRO SANITARIO (EMITIDO POR DIGEMID).</p>	<p>PRESENTA DOCUMENTACION</p>	<p>PRESENTA DOCUMENTACION</p>	<p>PRESENTA DOCUMENTACION</p>

CUADRO N°5 : EVALUACION DE OFERTAS LP 01-2025-GERESA/CS-1- ITEM 5

A. ADMISION DE OFERTA	SAINT INDUSTRY E.I.R.L.	HEALTHCARE TECHNOLOGY MANAGEMENT SOLUTIONS S.A.C	CARDIOPULMONARY CARE S.A.C
<p>Documentación de presentación obligatoria</p> <p>Documentos para la admisión de la oferta</p> <p>a) Declaración jurada de datos del postor. (Anexo N° 3)</p>	<p>Presento ANEXO N° 1</p>	<p>Presento ANEXO N° 1</p>	<p>Presento ANEXO N° 1</p>
<p>b) Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta. En caso de persona jurídica, copia del certificado de vigencia de poder del representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto. En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o documento análogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona natural, del apoderado o mandatario, según corresponda. En el caso de consorcio, este documento debe ser presentado por cada uno de los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, según corresponda.</p>	<p>PRESENTA DOCUMENTACION</p>	<p>PRESENTA DOCUMENTACION</p>	<p>PRESENTA DOCUMENTACION</p>
<p>c) Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento. (Anexo N° 2)</p>	<p>Presento ANEXO N° 2</p>	<p>Presento ANEXO N° 2</p>	<p>Presento ANEXO N° 2</p>
<p>d) Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección. (Anexo N° 3)</p>	<p>Presento ANEXO N° 3</p>	<p>Presento ANEXO N° 3</p>	<p>Presento ANEXO N° 3</p>
<p>e) PARA ACREDITAR CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS RELACIONADAS AL DISEÑO DEL FABRICANTE DE EQUIPOS O BIENES MATERIA DE CONVOCATORIA EN PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN SERÁ A TRAVÉS DE LA HOJA DE PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO DEBIDAMENTE LLENADO Y SUSTENTO DE CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS (FORMATO N°011 Y SE EMPLEARÁ PARA ELLO: FOLLETOS, INSTRUMENTOS, MANUALES, CATÁLOGOS, DATA SHEET O SIMILARES DE FABRICANTE, EN ORIGINAL O COPIAS; TAMBIÉN SE EMPLEARÁ CUALQUIER OTRO DOCUMENTO DE FABRICANTE PARA SUSTENTAR LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. ESTE DOCUMENTO TIENE QUE TENER UNA ANTIGÜEDAD DE 12 MESES A LA PRESENTACION DE LA OFERTA. LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS QUE TIENEN QUE SER SUSTENTADAS OBLIGATORIAMENTE, CON LA DOCUMENTACIÓN ANTERIORMENTE MENCIONADA, POR ÍTEM SON LAS SIGUIENTES: A01 A02 A03 A04 A05 A06 A07 A08 A09 A10 A11 A12 A13 A14 A15 A16 A17 A18 A19 A20 A21 A22 A23 A24 A25 A26 A27 A28 A29 A30 A31 A32 A33 A34 A35 A36 A37 A38 A39 A40 A41 A42 A43 A44 A45 A46 A47 A48 A49 A50 A51 A52 A53 A54 A55 A56 A57 A58 A59 A60 A61 A62 A63 A64 A65 A66 A67 A68 A69 A70 A71 A72 A73 A74 A75 A76 A77 A78 A79 A80 A81 A82 A83 A84 A85 A86 A87 A88 A89 A90 A91 A92 A93 A94 A95 A96 A97 A98 A99 B01 B02 B03 B04 B05 B06 B07 B08 B09 B10 B11 B12</p> <p>Respecto al sustento gráfico (planos, figuras o imágenes), que sustentan el (los) bien (es) ofertado(s), objeto de la convocatoria, tendrá que estar compatibilizado con el sustento literal correspondiente. Si en las propuestas, existiera contradicciones entre el sustento gráfico y literal, estas serán calificadas.</p> <p>Las otras características técnicas que no están relacionadas al diseño de fabricante serán acreditadas mediante el ANEXO N°03: DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LAS BASES.</p>	<p>PRESENTA DOCUMENTACION</p>	<p>PRESENTA DOCUMENTACION</p>	<p>PRESENTA DOCUMENTACION</p>
<p>f) REGISTRO SANITARIO sera a nombre del postor o de un tercero y solamente para el bien principal que por normatividad correspondan, presentar una copia de registro sanitario que lo acredite. Los bienes que no lo requieren, deberá adjuntar la DECLARACION JURADA DE MATERIALES Y EQUIPOS QUE NO ESTAN SUJETO A REGISTRO SANITARIO (EMITIDO POR DIGEMID).</p>	<p>PRESENTA DOCUMENTACION</p>	<p>PRESENTA DOCUMENTACION</p>	<p>PRESENTA DOCUMENTACION</p>

<p>NO CUMPLE, SE SOLICITA CARTA DE AUTORIZACION, EL POSTOR TIENE UNA DECLARACION JURADA DEL SERVICIO DE POST VENTA LO CUAL NO ES LO MISMO. La observación se sustenta en las Resoluciones N° 1950-2019-TCE-52 y N° 0235-2022-TCE-54, donde se menciona " (...) Al respecto, cabe precisar que cada postor debe ser diligente, y presentar ofertas claras y congruentes, de modo tal que el Comité de Selección pueda advertir lo que el postor ofrece, sin recurrir a interpretaciones. Así pues, toda información contenida en la oferta técnica o económica, debe ser objetiva, clara, precisa y congruente entre sí a fin de posibilitar al Comité de Selección la verificación directa de lo ofertado por los postores y, de esta forma, corroborar si lo descrito es concordante con lo requerido por la Entidad"</p>	<p>NO CUMPLE, SE SOLICITA CARTA DE AUTORIZACION, EL POSTOR NO ADJUNTA CARTA DE AUTORIZACION. La observación se sustenta en las Resoluciones N° 1950-2019-TCE-52 y N° 0235-2022-TCE-54, donde se menciona " (...) Al respecto, cabe precisar que cada postor debe ser diligente, y presentar ofertas claras y congruentes, de modo tal que el Comité de Selección pueda advertir lo que el postor oferta, sin recurrir a interpretaciones. Así pues, toda información contenida en la oferta técnica o económica, debe ser objetiva, clara, precisa y congruente entre sí a fin de posibilitar al Comité de Selección la verificación directa de lo ofertado por los postores y, de esta forma, corroborar si lo descrito es concordante con lo requerido por la Entidad"</p>	<p>PRESENTA ANEXO N° 4</p>			
<p>NO CUMPLE, SE SOLICITA CARTA DE AUTORIZACION, EL POSTOR TIENE UNA DECLARACION JURADA DEL SERVICIO DE POST VENTA LO CUAL NO ES LO MISMO. La observación se sustenta en las Resoluciones N° 1950-2019-TCE-52 y N° 0235-2022-TCE-54, donde se menciona " (...) Al respecto, cabe precisar que cada postor debe ser diligente, y presentar ofertas claras y congruentes, de modo tal que el Comité de Selección pueda advertir lo que el postor oferta, sin recurrir a interpretaciones. Así pues, toda información contenida en la oferta técnica o económica, debe ser objetiva, clara, precisa y congruente entre sí a fin de posibilitar al Comité de Selección la verificación directa de lo ofertado por los postores y, de esta forma, corroborar si lo descrito es concordante con lo requerido por la Entidad"</p>	<p>NO CORRESPONDE</p>	<p>NO CORRESPONDE</p>	<p>NO CORRESPONDE</p>	<p>NO CORRESPONDE</p>	<p>NO CORRESPONDE</p>
<p>NO CUMPLE, SE SOLICITA CARTA DE AUTORIZACION, EL POSTOR NO ADJUNTA CARTA DE AUTORIZACION. La observación se sustenta en las Resoluciones N° 1950-2019-TCE-52 y N° 0235-2022-TCE-54, donde se menciona " (...) Al respecto, cabe precisar que cada postor debe ser diligente, y presentar ofertas claras y congruentes, de modo tal que el Comité de Selección pueda advertir lo que el postor oferta, sin recurrir a interpretaciones. Así pues, toda información contenida en la oferta técnica o económica, debe ser objetiva, clara, precisa y congruente entre sí a fin de posibilitar al Comité de Selección la verificación directa de lo ofertado por los postores y, de esta forma, corroborar si lo descrito es concordante con lo requerido por la Entidad"</p>	<p>PRESENTA ANEXO N° 6</p>	<p>PRESENTA ANEXO N° 6</p>	<p>PRESENTA ANEXO N° 6</p>	<p>PRESENTA ANEXO N° 6</p>	<p>PRESENTA ANEXO N° 6</p>
<p>MONITOR DE FUNCIONES VITALES DE 07 PARAMETROS (NEONATAL)</p>	<p>MARKA: EDAM, MODELO: IM80</p>	<p>MARKA: EDAM, MODELO: P15</p>	<p>MARKA: BIOLIGHT, MODELO: P15</p>	<p>MARKA: BIOLIGHT, MODELO: P15</p>	<p>MARKA: BIOLIGHT, MODELO: P15</p>
<p>1 GENERALES</p>	<p>CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO</p>	<p>CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO</p>	<p>CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO</p>	<p>CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO</p>	<p>CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO</p>
<p>A01 DE PARAMETROS MODULARES (MONITOR Y MODULOS DE LA MISMA MARCA).</p>	<p>CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO</p>	<p>CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO</p>	<p>CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO</p>	<p>CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO</p>	<p>CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO</p>
<p>A02 FUNCIONAMIENTO SIMULTANEO DE TODOS LOS PARAMETROS SOLICITADOS: ELECTROCARDIOGRAMA, FRECUENCIA RESPIRATORIA, SATURACION DE OXIGENO, PRESION NO INVASIVA, TEMPERATURA, CO2, EEG.</p>	<p>NO CUMPLE. NO ADJUNTA FOLLETOS, INSTRUCTIVOS, MANUALES, CATALOGOS, DATA SHEET O SIMILARES DE FABRICANTE, EN ORIGINAL O COPIAS; TAMBIÉN SE EMPLEARA CUALQUIER OTRO DOCUMENTO DE FABRICANTE PARA ACREDITAR LO SOLICITADO</p>	<p>NO CUMPLE. NO ADJUNTA FOLLETOS, INSTRUCTIVOS, MANUALES, CATALOGOS, DATA SHEET O SIMILARES DE FABRICANTE, EN ORIGINAL O COPIAS; TAMBIÉN SE EMPLEARA CUALQUIER OTRO DOCUMENTO DE FABRICANTE PARA ACREDITAR LO SOLICITADO</p>	<p>NO CUMPLE. NO ADJUNTA FOLLETOS, INSTRUCTIVOS, MANUALES, CATALOGOS, DATA SHEET O SIMILARES DE FABRICANTE, EN ORIGINAL O COPIAS; TAMBIÉN SE EMPLEARA CUALQUIER OTRO DOCUMENTO DE FABRICANTE PARA ACREDITAR LO SOLICITADO</p>	<p>NO CUMPLE. NO ADJUNTA FOLLETOS, INSTRUCTIVOS, MANUALES, CATALOGOS, DATA SHEET O SIMILARES DE FABRICANTE, EN ORIGINAL O COPIAS; TAMBIÉN SE EMPLEARA CUALQUIER OTRO DOCUMENTO DE FABRICANTE PARA ACREDITAR LO SOLICITADO</p>	<p>NO CUMPLE. NO ADJUNTA FOLLETOS, INSTRUCTIVOS, MANUALES, CATALOGOS, DATA SHEET O SIMILARES DE FABRICANTE, EN ORIGINAL O COPIAS; TAMBIÉN SE EMPLEARA CUALQUIER OTRO DOCUMENTO DE FABRICANTE PARA ACREDITAR LO SOLICITADO</p>
<p>A03 CON TENDENCIA DE 1700 HORAS O MÁS.</p>	<p>NO CUMPLE. NO ADJUNTA FOLLETOS, INSTRUCTIVOS, MANUALES, CATALOGOS, DATA SHEET O SIMILARES DE FABRICANTE, EN ORIGINAL O COPIAS; TAMBIÉN SE EMPLEARA CUALQUIER OTRO DOCUMENTO DE FABRICANTE PARA ACREDITAR LO SOLICITADO</p>	<p>NO CUMPLE. NO ADJUNTA FOLLETOS, INSTRUCTIVOS, MANUALES, CATALOGOS, DATA SHEET O SIMILARES DE FABRICANTE, EN ORIGINAL O COPIAS; TAMBIÉN SE EMPLEARA CUALQUIER OTRO DOCUMENTO DE FABRICANTE PARA ACREDITAR LO SOLICITADO</p>	<p>NO CUMPLE. NO ADJUNTA FOLLETOS, INSTRUCTIVOS, MANUALES, CATALOGOS, DATA SHEET O SIMILARES DE FABRICANTE, EN ORIGINAL O COPIAS; TAMBIÉN SE EMPLEARA CUALQUIER OTRO DOCUMENTO DE FABRICANTE PARA ACREDITAR LO SOLICITADO</p>	<p>NO CUMPLE. NO ADJUNTA FOLLETOS, INSTRUCTIVOS, MANUALES, CATALOGOS, DATA SHEET O SIMILARES DE FABRICANTE, EN ORIGINAL O COPIAS; TAMBIÉN SE EMPLEARA CUALQUIER OTRO DOCUMENTO DE FABRICANTE PARA ACREDITAR LO SOLICITADO</p>	<p>NO CUMPLE. NO ADJUNTA FOLLETOS, INSTRUCTIVOS, MANUALES, CATALOGOS, DATA SHEET O SIMILARES DE FABRICANTE, EN ORIGINAL O COPIAS; TAMBIÉN SE EMPLEARA CUALQUIER OTRO DOCUMENTO DE FABRICANTE PARA ACREDITAR LO SOLICITADO</p>
<p>A04 QUE PERMITA CONECTIVIDAD CON OTROS EQUIPOS: (VENTILADOR O MAQUINA DE ANESTESIA O ANALIZADOR DE GASES SANGUINEOS COMO MINIMO).</p>	<p>NO CUMPLE. NO ADJUNTA FOLLETOS, INSTRUCTIVOS, MANUALES, CATALOGOS, DATA SHEET O SIMILARES DE FABRICANTE, EN ORIGINAL O COPIAS; TAMBIÉN SE EMPLEARA CUALQUIER OTRO DOCUMENTO DE FABRICANTE PARA ACREDITAR LO SOLICITADO</p>	<p>NO CUMPLE. NO ADJUNTA FOLLETOS, INSTRUCTIVOS, MANUALES, CATALOGOS, DATA SHEET O SIMILARES DE FABRICANTE, EN ORIGINAL O COPIAS; TAMBIÉN SE EMPLEARA CUALQUIER OTRO DOCUMENTO DE FABRICANTE PARA ACREDITAR LO SOLICITADO</p>	<p>NO CUMPLE. NO ADJUNTA FOLLETOS, INSTRUCTIVOS, MANUALES, CATALOGOS, DATA SHEET O SIMILARES DE FABRICANTE, EN ORIGINAL O COPIAS; TAMBIÉN SE EMPLEARA CUALQUIER OTRO DOCUMENTO DE FABRICANTE PARA ACREDITAR LO SOLICITADO</p>	<p>NO CUMPLE. NO ADJUNTA FOLLETOS, INSTRUCTIVOS, MANUALES, CATALOGOS, DATA SHEET O SIMILARES DE FABRICANTE, EN ORIGINAL O COPIAS; TAMBIÉN SE EMPLEARA CUALQUIER OTRO DOCUMENTO DE FABRICANTE PARA ACREDITAR LO SOLICITADO</p>	<p>NO CUMPLE. NO ADJUNTA FOLLETOS, INSTRUCTIVOS, MANUALES, CATALOGOS, DATA SHEET O SIMILARES DE FABRICANTE, EN ORIGINAL O COPIAS; TAMBIÉN SE EMPLEARA CUALQUIER OTRO DOCUMENTO DE FABRICANTE PARA ACREDITAR LO SOLICITADO</p>
<p>A05 CAPACIDAD DE CONEXIÓN A UNA CENTRAL DE MONITOREO DE MANERA CABLEADA O INALÁMBRICA.</p>	<p>NO CUMPLE. NO ADJUNTA FOLLETOS, INSTRUCTIVOS, MANUALES, CATALOGOS, DATA SHEET O SIMILARES DE FABRICANTE, EN ORIGINAL O COPIAS; TAMBIÉN SE EMPLEARA CUALQUIER OTRO DOCUMENTO DE FABRICANTE PARA ACREDITAR LO SOLICITADO</p>	<p>NO CUMPLE. NO ADJUNTA FOLLETOS, INSTRUCTIVOS, MANUALES, CATALOGOS, DATA SHEET O SIMILARES DE FABRICANTE, EN ORIGINAL O COPIAS; TAMBIÉN SE EMPLEARA CUALQUIER OTRO DOCUMENTO DE FABRICANTE PARA ACREDITAR LO SOLICITADO</p>	<p>NO CUMPLE. NO ADJUNTA FOLLETOS, INSTRUCTIVOS, MANUALES, CATALOGOS, DATA SHEET O SIMILARES DE FABRICANTE, EN ORIGINAL O COPIAS; TAMBIÉN SE EMPLEARA CUALQUIER OTRO DOCUMENTO DE FABRICANTE PARA ACREDITAR LO SOLICITADO</p>	<p>NO CUMPLE. NO ADJUNTA FOLLETOS, INSTRUCTIVOS, MANUALES, CATALOGOS, DATA SHEET O SIMILARES DE FABRICANTE, EN ORIGINAL O COPIAS; TAMBIÉN SE EMPLEARA CUALQUIER OTRO DOCUMENTO DE FABRICANTE PARA ACREDITAR LO SOLICITADO</p>	<p>NO CUMPLE. NO ADJUNTA FOLLETOS, INSTRUCTIVOS, MANUALES, CATALOGOS, DATA SHEET O SIMILARES DE FABRICANTE, EN ORIGINAL O COPIAS; TAMBIÉN SE EMPLEARA CUALQUIER OTRO DOCUMENTO DE FABRICANTE PARA ACREDITAR LO SOLICITADO</p>
<p>A06 ALARMAS AUDIBLES Y VISUALES (INCLUYE FUNCION PARA SILENCIAR O PAUSAR LA ALARMA)</p>	<p>NO CUMPLE. NO ADJUNTA FOLLETOS, INSTRUCTIVOS, MANUALES, CATALOGOS, DATA SHEET O SIMILARES DE FABRICANTE, EN ORIGINAL O COPIAS; TAMBIÉN SE EMPLEARA CUALQUIER OTRO DOCUMENTO DE FABRICANTE PARA ACREDITAR LO SOLICITADO</p>	<p>NO CUMPLE. NO ADJUNTA FOLLETOS, INSTRUCTIVOS, MANUALES, CATALOGOS, DATA SHEET O SIMILARES DE FABRICANTE, EN ORIGINAL O COPIAS; TAMBIÉN SE EMPLEARA CUALQUIER OTRO DOCUMENTO DE FABRICANTE PARA ACREDITAR LO SOLICITADO</p>	<p>NO CUMPLE. NO ADJUNTA FOLLETOS, INSTRUCTIVOS, MANUALES, CATALOGOS, DATA SHEET O SIMILARES DE FABRICANTE, EN ORIGINAL O COPIAS; TAMBIÉN SE EMPLEARA CUALQUIER OTRO DOCUMENTO DE FABRICANTE PARA ACREDITAR LO SOLICITADO</p>	<p>NO CUMPLE. NO ADJUNTA FOLLETOS, INSTRUCTIVOS, MANUALES, CATALOGOS, DATA SHEET O SIMILARES DE FABRICANTE, EN ORIGINAL O COPIAS; TAMBIÉN SE EMPLEARA CUALQUIER OTRO DOCUMENTO DE FABRICANTE PARA ACREDITAR LO SOLICITADO</p>	<p>NO CUMPLE. NO ADJUNTA FOLLETOS, INSTRUCTIVOS, MANUALES, CATALOGOS, DATA SHEET O SIMILARES DE FABRICANTE, EN ORIGINAL O COPIAS; TAMBIÉN SE EMPLEARA CUALQUIER OTRO DOCUMENTO DE FABRICANTE PARA ACREDITAR LO SOLICITADO</p>
<p>A07 POSIBILIDAD DE CONECTARSE A RED LAN ETHERNET O SISTEMA DE MONITORIZACION DEL HOSPITAL MEDIANTE PROTOCOLO HL7.</p>	<p>NO CUMPLE. NO ADJUNTA FOLLETOS, INSTRUCTIVOS, MANUALES, CATALOGOS, DATA SHEET O SIMILARES DE FABRICANTE, EN ORIGINAL O COPIAS; TAMBIÉN SE EMPLEARA CUALQUIER OTRO DOCUMENTO DE FABRICANTE PARA ACREDITAR LO SOLICITADO</p>	<p>NO CUMPLE. NO ADJUNTA FOLLETOS, INSTRUCTIVOS, MANUALES, CATALOGOS, DATA SHEET O SIMILARES DE FABRICANTE, EN ORIGINAL O COPIAS; TAMBIÉN SE EMPLEARA CUALQUIER OTRO DOCUMENTO DE FABRICANTE PARA ACREDITAR LO SOLICITADO</p>	<p>NO CUMPLE. NO ADJUNTA FOLLETOS, INSTRUCTIVOS, MANUALES, CATALOGOS, DATA SHEET O SIMILARES DE FABRICANTE, EN ORIGINAL O COPIAS; TAMBIÉN SE EMPLEARA CUALQUIER OTRO DOCUMENTO DE FABRICANTE PARA ACREDITAR LO SOLICITADO</p>	<p>NO CUMPLE. NO ADJUNTA FOLLETOS, INSTRUCTIVOS, MANUALES, CATALOGOS, DATA SHEET O SIMILARES DE FABRICANTE, EN ORIGINAL O COPIAS; TAMBIÉN SE EMPLEARA CUALQUIER OTRO DOCUMENTO DE FABRICANTE PARA ACREDITAR LO SOLICITADO</p>	<p>NO CUMPLE. NO ADJUNTA FOLLETOS, INSTRUCTIVOS, MANUALES, CATALOGOS, DATA SHEET O SIMILARES DE FABRICANTE, EN ORIGINAL O COPIAS; TAMBIÉN SE EMPLEARA CUALQUIER OTRO DOCUMENTO DE FABRICANTE PARA ACREDITAR LO SOLICITADO</p>
<p>A08 PROTECCION CONTRA DESCARGAS DE DESFIBRILADOR</p>	<p>NO CUMPLE. NO ADJUNTA FOLLETOS, INSTRUCTIVOS, MANUALES, CATALOGOS, DATA SHEET O SIMILARES DE FABRICANTE, EN ORIGINAL O COPIAS; TAMBIÉN SE EMPLEARA CUALQUIER OTRO DOCUMENTO DE FABRICANTE PARA ACREDITAR LO SOLICITADO</p>	<p>NO CUMPLE. NO ADJUNTA FOLLETOS, INSTRUCTIVOS, MANUALES, CATALOGOS, DATA SHEET O SIMILARES DE FABRICANTE, EN ORIGINAL O COPIAS; TAMBIÉN SE EMPLEARA CUALQUIER OTRO DOCUMENTO DE FABRICANTE PARA ACREDITAR LO SOLICITADO</p>	<p>NO CUMPLE. NO ADJUNTA FOLLETOS, INSTRUCTIVOS, MANUALES, CATALOGOS, DATA SHEET O SIMILARES DE FABRICANTE, EN ORIGINAL O COPIAS; TAMBIÉN SE EMPLEARA CUALQUIER OTRO DOCUMENTO DE FABRICANTE PARA ACREDITAR LO SOLICITADO</p>	<p>NO CUMPLE. NO ADJUNTA FOLLETOS, INSTRUCTIVOS, MANUALES, CATALOGOS, DATA SHEET O SIMILARES DE FABRICANTE, EN ORIGINAL O COPIAS; TAMBIÉN SE EMPLEARA CUALQUIER OTRO DOCUMENTO DE FABRICANTE PARA ACREDITAR LO SOLICITADO</p>	<p>NO CUMPLE. NO ADJUNTA FOLLETOS, INSTRUCTIVOS, MANUALES, CATALOGOS, DATA SHEET O SIMILARES DE FABRICANTE, EN ORIGINAL O COPIAS; TAMBIÉN SE EMPLEARA CUALQUIER OTRO DOCUMENTO DE FABRICANTE PARA ACREDITAR LO SOLICITADO</p>

A09	INTERFAZ DE ENTRADA, MEDIANTE PERILLA SELECTORA O PANTALLA TÁCTIL.	NO CUMPLE. NO ADJUNTA FOLLETOS, INSTRUCTIVOS, MANUALES, CATÁLOGOS, DATA SHEET O SIMILARES DE FABRICANTE, EN ORIGINAL O COPIAS; TAMBIÉN SE EMPLEARÁ CUALQUIER OTRO DOCUMENTO DE FABRICANTE PARA ACREDITAR LO SOLICITADO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
	PANTALLA			
A10	LCD O TFT A COLOR	NO CUMPLE. NO ADJUNTA FOLLETOS, INSTRUCTIVOS, MANUALES, CATÁLOGOS, DATA SHEET O SIMILARES DE FABRICANTE, EN ORIGINAL O COPIAS; TAMBIÉN SE EMPLEARÁ CUALQUIER OTRO DOCUMENTO DE FABRICANTE PARA ACREDITAR LO SOLICITADO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
A11	TAMAÑO: 15" PULGADAS O MAYOR.	NO CUMPLE. NO ADJUNTA FOLLETOS, INSTRUCTIVOS, MANUALES, CATÁLOGOS, DATA SHEET O SIMILARES DE FABRICANTE, EN ORIGINAL O COPIAS; TAMBIÉN SE EMPLEARÁ CUALQUIER OTRO DOCUMENTO DE FABRICANTE PARA ACREDITAR LO SOLICITADO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
A12	RESOLUCIÓN: 1920 x 1080 PIXELS Ó MÁS.	NO CUMPLE. NO ADJUNTA FOLLETOS, INSTRUCTIVOS, MANUALES, CATÁLOGOS, DATA SHEET O SIMILARES DE FABRICANTE, EN ORIGINAL O COPIAS; TAMBIÉN SE EMPLEARÁ CUALQUIER OTRO DOCUMENTO DE FABRICANTE PARA ACREDITAR LO SOLICITADO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
A13	GRÁFICA SIMULTÁNEA DE 10 ONDAS COMO MÍNIMO.	NO CUMPLE. NO ADJUNTA FOLLETOS, INSTRUCTIVOS, MANUALES, CATÁLOGOS, DATA SHEET O SIMILARES DE FABRICANTE, EN ORIGINAL O COPIAS; TAMBIÉN SE EMPLEARÁ CUALQUIER OTRO DOCUMENTO DE FABRICANTE PARA ACREDITAR LO SOLICITADO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
	ECG			
A14	GRÁFICA DE DOCE (12) ONDAS COMO MÍNIMO Y DISPLAY DIGITAL DEL VALOR MEDIDO EN PANTALLA.	NO CUMPLE. NO ADJUNTA FOLLETOS, INSTRUCTIVOS, MANUALES, CATÁLOGOS, DATA SHEET O SIMILARES DE FABRICANTE, EN ORIGINAL O COPIAS; TAMBIÉN SE EMPLEARÁ CUALQUIER OTRO DOCUMENTO DE FABRICANTE PARA ACREDITAR LO SOLICITADO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
A15	RANGO: 15 A 300 BPM Ó MÁS AMPLIO.	NO CUMPLE. NO ADJUNTA FOLLETOS, INSTRUCTIVOS, MANUALES, CATÁLOGOS, DATA SHEET O SIMILARES DE FABRICANTE, EN ORIGINAL O COPIAS; TAMBIÉN SE EMPLEARÁ CUALQUIER OTRO DOCUMENTO DE FABRICANTE PARA ACREDITAR LO SOLICITADO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
A16	CAPACIDAD DE SELECCIÓN ENTRE 12 DERIVADAS: I, II, III, AVR, AVL, AVF, VI, V2, V3, V4, V5, V6	NO CUMPLE. NO ADJUNTA FOLLETOS, INSTRUCTIVOS, MANUALES, CATÁLOGOS, DATA SHEET O SIMILARES DE FABRICANTE, EN ORIGINAL O COPIAS; TAMBIÉN SE EMPLEARÁ CUALQUIER OTRO DOCUMENTO DE FABRICANTE PARA ACREDITAR LO SOLICITADO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
A17	DETECCIÓN O RECHAZO DEL PULSO DEL MARCAPASOS.	NO CUMPLE. NO ADJUNTA FOLLETOS, INSTRUCTIVOS, MANUALES, CATÁLOGOS, DATA SHEET O SIMILARES DE FABRICANTE, EN ORIGINAL O COPIAS; TAMBIÉN SE EMPLEARÁ CUALQUIER OTRO DOCUMENTO DE FABRICANTE PARA ACREDITAR LO SOLICITADO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
A18	DETECCIÓN DE VEINTICUATRO (24) TIPOS DE ARRITMIAS O MÁS	NO CUMPLE. NO ADJUNTA FOLLETOS, INSTRUCTIVOS, MANUALES, CATÁLOGOS, DATA SHEET O SIMILARES DE FABRICANTE, EN ORIGINAL O COPIAS; TAMBIÉN SE EMPLEARÁ CUALQUIER OTRO DOCUMENTO DE FABRICANTE PARA ACREDITAR LO SOLICITADO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
A19	CON ANÁLISIS DE DISNIVEL ST: 12 DERIVADAS Y MONITORIZACIÓN QT Y QTc.	NO CUMPLE. NO ADJUNTA FOLLETOS, INSTRUCTIVOS, MANUALES, CATÁLOGOS, DATA SHEET O SIMILARES DE FABRICANTE, EN ORIGINAL O COPIAS; TAMBIÉN SE EMPLEARÁ CUALQUIER OTRO DOCUMENTO DE FABRICANTE PARA ACREDITAR LO SOLICITADO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
A20	SELECCIÓN DE ALARMA PARA LÍMITE SUPERIOR E INFERIOR DE LA FRECUENCIA CARDÍACA.	NO CUMPLE. NO ADJUNTA FOLLETOS, INSTRUCTIVOS, MANUALES, CATÁLOGOS, DATA SHEET O SIMILARES DE FABRICANTE, EN ORIGINAL O COPIAS; TAMBIÉN SE EMPLEARÁ CUALQUIER OTRO DOCUMENTO DE FABRICANTE PARA ACREDITAR LO SOLICITADO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
	FRECUENCIA RESPIRATORIA			

A21	GRÁFICA DE ONDA Y DISPLAY DIGITAL DEL VALOR MEDIDO EN PANTALLA, FRECUENCIA RESPIRATORIA A TRAVÉS DE CABLE ECG (MÉTODO DE IMPEDANCIA)	NO CUMPLE. NO ADJUNTA FOLLETOS, INSTRUCTIVOS, MANUALES, CATÁLOGOS, DATA SHEET O SIMILARES DE FABRICANTE, EN ORIGINAL O COPIAS; TAMBIÉN SE EMPLEARÁ CUALQUIER OTRO DOCUMENTO DE FABRICANTE PARA ACREDITAR LO SOLICITADO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
A22	RANGO: 0 A 150 RESP/MIN O MÁS AMPLIO.	NO CUMPLE. NO ADJUNTA FOLLETOS, INSTRUCTIVOS, MANUALES, CATÁLOGOS, DATA SHEET O SIMILARES DE FABRICANTE, EN ORIGINAL O COPIAS; TAMBIÉN SE EMPLEARÁ CUALQUIER OTRO DOCUMENTO DE FABRICANTE PARA ACREDITAR LO SOLICITADO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
A23	SELECCIÓN DE ALARMA PARA LÍMITE SUPERIOR E INFERIOR.	NO CUMPLE. NO ADJUNTA FOLLETOS, INSTRUCTIVOS, MANUALES, CATÁLOGOS, DATA SHEET O SIMILARES DE FABRICANTE, EN ORIGINAL O COPIAS; TAMBIÉN SE EMPLEARÁ CUALQUIER OTRO DOCUMENTO DE FABRICANTE PARA ACREDITAR LO SOLICITADO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
A24	PRECISION DE RESPIRACION POR MINUTO +/- 3 RPM O +/-3% O MENOR	NO CUMPLE. NO ADJUNTA FOLLETOS, INSTRUCTIVOS, MANUALES, CATÁLOGOS, DATA SHEET O SIMILARES DE FABRICANTE, EN ORIGINAL O COPIAS; TAMBIÉN SE EMPLEARÁ CUALQUIER OTRO DOCUMENTO DE FABRICANTE PARA ACREDITAR LO SOLICITADO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
	SATURACION DE OXIGENO (SPO2)			
A25	GRAFICA DE ONDA PLETSMOGRÁFICA Y DISPLAY DIGITAL DEL VALOR MEDIDO EN PANTALLA.	NO CUMPLE. NO ADJUNTA FOLLETOS, INSTRUCTIVOS, MANUALES, CATÁLOGOS, DATA SHEET O SIMILARES DE FABRICANTE, EN ORIGINAL O COPIAS; TAMBIÉN SE EMPLEARÁ CUALQUIER OTRO DOCUMENTO DE FABRICANTE PARA ACREDITAR LO SOLICITADO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
A26	RANGO DE LA SATURACIÓN DE OXIGENO: DE 1 A 100% O MÁS AMPLIO.	NO CUMPLE. NO ADJUNTA FOLLETOS, INSTRUCTIVOS, MANUALES, CATÁLOGOS, DATA SHEET O SIMILARES DE FABRICANTE, EN ORIGINAL O COPIAS; TAMBIÉN SE EMPLEARÁ CUALQUIER OTRO DOCUMENTO DE FABRICANTE PARA ACREDITAR LO SOLICITADO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
A27	RANGO DEL PULSO CARDIACO MEDIANTE PULSIOXIMETRÍA: 30 BPM O MENOS A 300 BPM O MÁS	NO CUMPLE. NO ADJUNTA FOLLETOS, INSTRUCTIVOS, MANUALES, CATÁLOGOS, DATA SHEET O SIMILARES DE FABRICANTE, EN ORIGINAL O COPIAS; TAMBIÉN SE EMPLEARÁ CUALQUIER OTRO DOCUMENTO DE FABRICANTE PARA ACREDITAR LO SOLICITADO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
A28	CON VISUALIZACIÓN NUMÉRICA O GRÁFICA DEL ÍNDICE DE PERFUSIÓN	NO CUMPLE. NO ADJUNTA FOLLETOS, INSTRUCTIVOS, MANUALES, CATÁLOGOS, DATA SHEET O SIMILARES DE FABRICANTE, EN ORIGINAL O COPIAS; TAMBIÉN SE EMPLEARÁ CUALQUIER OTRO DOCUMENTO DE FABRICANTE PARA ACREDITAR LO SOLICITADO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
A29	MEDICIÓN EN CONDICIONES DE BAJA PERFUSIÓN Y/O MOVIMIENTO	NO CUMPLE. NO ADJUNTA FOLLETOS, INSTRUCTIVOS, MANUALES, CATÁLOGOS, DATA SHEET O SIMILARES DE FABRICANTE, EN ORIGINAL O COPIAS; TAMBIÉN SE EMPLEARÁ CUALQUIER OTRO DOCUMENTO DE FABRICANTE PARA ACREDITAR LO SOLICITADO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
A30	SELECCIÓN DE ALARMA PARA LÍMITE SUPERIOR E INFERIOR	NO CUMPLE. NO ADJUNTA FOLLETOS, INSTRUCTIVOS, MANUALES, CATÁLOGOS, DATA SHEET O SIMILARES DE FABRICANTE, EN ORIGINAL O COPIAS; TAMBIÉN SE EMPLEARÁ CUALQUIER OTRO DOCUMENTO DE FABRICANTE PARA ACREDITAR LO SOLICITADO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
	PRESION ARTERIAL NO INVASIVA			
A31	DISPLAY DIGITAL DEL VALOR MEDIDO EN PANTALLA: SISTÓLICA, DIASTÓLICA Y MEDIA.	NO CUMPLE. NO ADJUNTA FOLLETOS, INSTRUCTIVOS, MANUALES, CATÁLOGOS, DATA SHEET O SIMILARES DE FABRICANTE, EN ORIGINAL O COPIAS; TAMBIÉN SE EMPLEARÁ CUALQUIER OTRO DOCUMENTO DE FABRICANTE PARA ACREDITAR LO SOLICITADO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
A32	METODO DE MEDICIÓN: OSCILOMETRICO	NO CUMPLE. NO ADJUNTA FOLLETOS, INSTRUCTIVOS, MANUALES, CATÁLOGOS, DATA SHEET O SIMILARES DE FABRICANTE, EN ORIGINAL O COPIAS; TAMBIÉN SE EMPLEARÁ CUALQUIER OTRO DOCUMENTO DE FABRICANTE PARA ACREDITAR LO SOLICITADO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
A33	MODO MANUAL Y AUTOMÁTICO O PERIÓDICO.	NO CUMPLE. NO ADJUNTA FOLLETOS, INSTRUCTIVOS, MANUALES, CATÁLOGOS, DATA SHEET O SIMILARES DE FABRICANTE, EN ORIGINAL O COPIAS; TAMBIÉN SE EMPLEARÁ CUALQUIER OTRO DOCUMENTO DE FABRICANTE PARA ACREDITAR LO SOLICITADO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO

A34	SELECCIÓN DE ALARMA PARA LÍMITE SUPERIOR E INFERIOR DE LA PRESIÓN ARTERIAL DEL PACIENTE.	NO CUMPLE. NO ADJUNTA FOLLETOS, INSTRUCTIVOS, MANUALES, CATÁLOGOS, DATA SHEET O SIMILARES DE FABRICANTE, EN ORIGINAL O COPIAS; TAMBIÉN SE EMPLEARÁ CUALQUIER OTRO DOCUMENTO DE FABRICANTE PARA ACREDITAR LO SOLICITADO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
	CAPNOGRAFÍA (CO2)			
A35	MÉTODO MAINSTREAM	NO CUMPLE. NO ADJUNTA FOLLETOS, INSTRUCTIVOS, MANUALES, CATÁLOGOS, DATA SHEET O SIMILARES DE FABRICANTE, EN ORIGINAL O COPIAS; TAMBIÉN SE EMPLEARÁ CUALQUIER OTRO DOCUMENTO DE FABRICANTE PARA ACREDITAR LO SOLICITADO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
A36	GRÁFICA DE ONDA Y DISPLAY DIGITAL DEL VALOR MEDIDO EN PANTALLA.	NO CUMPLE. NO ADJUNTA FOLLETOS, INSTRUCTIVOS, MANUALES, CATÁLOGOS, DATA SHEET O SIMILARES DE FABRICANTE, EN ORIGINAL O COPIAS; TAMBIÉN SE EMPLEARÁ CUALQUIER OTRO DOCUMENTO DE FABRICANTE PARA ACREDITAR LO SOLICITADO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
A37	RANGO. 0 A 150 MMHG Ó MÁS AMPLIO.	NO CUMPLE. NO ADJUNTA FOLLETOS, INSTRUCTIVOS, MANUALES, CATÁLOGOS, DATA SHEET O SIMILARES DE FABRICANTE, EN ORIGINAL O COPIAS; TAMBIÉN SE EMPLEARÁ CUALQUIER OTRO DOCUMENTO DE FABRICANTE PARA ACREDITAR LO SOLICITADO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
A38	PARA PACIENTES ENTUBADOS	NO CUMPLE. NO ADJUNTA FOLLETOS, INSTRUCTIVOS, MANUALES, CATÁLOGOS, DATA SHEET O SIMILARES DE FABRICANTE, EN ORIGINAL O COPIAS; TAMBIÉN SE EMPLEARÁ CUALQUIER OTRO DOCUMENTO DE FABRICANTE PARA ACREDITAR LO SOLICITADO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
A39	SELECCIÓN DE ALARMA PARA LÍMITE SUPERIOR E INFERIOR	NO CUMPLE. NO ADJUNTA FOLLETOS, INSTRUCTIVOS, MANUALES, CATÁLOGOS, DATA SHEET O SIMILARES DE FABRICANTE, EN ORIGINAL O COPIAS; TAMBIÉN SE EMPLEARÁ CUALQUIER OTRO DOCUMENTO DE FABRICANTE PARA ACREDITAR LO SOLICITADO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
	TEMPERATURA			
A40	DISPLAY DIGITAL DEL VALOR MEDIDO EN PANTALLA	NO CUMPLE. NO ADJUNTA FOLLETOS, INSTRUCTIVOS, MANUALES, CATÁLOGOS, DATA SHEET O SIMILARES DE FABRICANTE, EN ORIGINAL O COPIAS; TAMBIÉN SE EMPLEARÁ CUALQUIER OTRO DOCUMENTO DE FABRICANTE PARA ACREDITAR LO SOLICITADO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
A41	VISUALIZACIÓN DE DOS VALORES EN PANTALLA.	NO CUMPLE. NO ADJUNTA FOLLETOS, INSTRUCTIVOS, MANUALES, CATÁLOGOS, DATA SHEET O SIMILARES DE FABRICANTE, EN ORIGINAL O COPIAS; TAMBIÉN SE EMPLEARÁ CUALQUIER OTRO DOCUMENTO DE FABRICANTE PARA ACREDITAR LO SOLICITADO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
A42	RANGO DE LA TEMPERATURA CENTRAL 0 °C A 45 °C O MÁS	NO CUMPLE. NO ADJUNTA FOLLETOS, INSTRUCTIVOS, MANUALES, CATÁLOGOS, DATA SHEET O SIMILARES DE FABRICANTE, EN ORIGINAL O COPIAS; TAMBIÉN SE EMPLEARÁ CUALQUIER OTRO DOCUMENTO DE FABRICANTE PARA ACREDITAR LO SOLICITADO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
A43	RESOLUCIÓN DE 0.1 °C.	NO CUMPLE. NO ADJUNTA FOLLETOS, INSTRUCTIVOS, MANUALES, CATÁLOGOS, DATA SHEET O SIMILARES DE FABRICANTE, EN ORIGINAL O COPIAS; TAMBIÉN SE EMPLEARÁ CUALQUIER OTRO DOCUMENTO DE FABRICANTE PARA ACREDITAR LO SOLICITADO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
A44	SELECCIÓN DE ALARMA PARA LÍMITE SUPERIOR E INFERIOR DE LA TEMPERATURA.	NO CUMPLE. NO ADJUNTA FOLLETOS, INSTRUCTIVOS, MANUALES, CATÁLOGOS, DATA SHEET O SIMILARES DE FABRICANTE, EN ORIGINAL O COPIAS; TAMBIÉN SE EMPLEARÁ CUALQUIER OTRO DOCUMENTO DE FABRICANTE PARA ACREDITAR LO SOLICITADO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
A45	DOS (02) CANALES COMO MÍNIMO	NO CUMPLE. NO ADJUNTA FOLLETOS, INSTRUCTIVOS, MANUALES, CATÁLOGOS, DATA SHEET O SIMILARES DE FABRICANTE, EN ORIGINAL O COPIAS; TAMBIÉN SE EMPLEARÁ CUALQUIER OTRO DOCUMENTO DE FABRICANTE PARA ACREDITAR LO SOLICITADO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
	ELECTROENCEFALOGRAFÍA			

A46	VISUALIZACIÓN DE LA FORMA DE ONDA	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
A47	CUATRO (04) ONDAS DE ECG O MÁS.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
A48	RANGO DE MEDICIÓN: 0.5 HZ O MENOR A 30 HZ O MAYOR	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
	REGISTRADOR			
A49	INTEGRADO AL EQUIPO.	NO CUMPLE. NO ADJUNTA FOLLETOS, INSTRUCTIVOS, MANUALES, CATÁLOGOS, DATA SHEET O SIMILARES DE FABRICANTE, EN ORIGINAL O COPIAS; TAMBIÉN SE EMPLEARÁ CUALQUIER OTRO DOCUMENTO DE FABRICANTE PARA ACREDITAR LO SOLICITADO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
A50	TIPO DE REGISTRO POR ARREGLO TÉRMICO	NO CUMPLE. NO ADJUNTA FOLLETOS, INSTRUCTIVOS, MANUALES, CATÁLOGOS, DATA SHEET O SIMILARES DE FABRICANTE, EN ORIGINAL O COPIAS; TAMBIÉN SE EMPLEARÁ CUALQUIER OTRO DOCUMENTO DE FABRICANTE PARA ACREDITAR LO SOLICITADO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
A51	IMPRESIÓN DE TRES (03) CANALES DE FORMAS DE ONDA COMO MÍNIMO	NO CUMPLE. NO ADJUNTA FOLLETOS, INSTRUCTIVOS, MANUALES, CATÁLOGOS, DATA SHEET O SIMILARES DE FABRICANTE, EN ORIGINAL O COPIAS; TAMBIÉN SE EMPLEARÁ CUALQUIER OTRO DOCUMENTO DE FABRICANTE PARA ACREDITAR LO SOLICITADO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
A52	ANCHO DE PAPEL DE 50 MM O MÁS.	NO CUMPLE. NO ADJUNTA FOLLETOS, INSTRUCTIVOS, MANUALES, CATÁLOGOS, DATA SHEET O SIMILARES DE FABRICANTE, EN ORIGINAL O COPIAS; TAMBIÉN SE EMPLEARÁ CUALQUIER OTRO DOCUMENTO DE FABRICANTE PARA ACREDITAR LO SOLICITADO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
A53	VELOCIDADES CONFIGURABLES: 25 Y 50 MM/S O MÁS OPCIONES	NO CUMPLE. NO ADJUNTA FOLLETOS, INSTRUCTIVOS, MANUALES, CATÁLOGOS, DATA SHEET O SIMILARES DE FABRICANTE, EN ORIGINAL O COPIAS; TAMBIÉN SE EMPLEARÁ CUALQUIER OTRO DOCUMENTO DE FABRICANTE PARA ACREDITAR LO SOLICITADO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
B	ACCESORIOS:			
B01	EQUIPO CON RACK DE PARED QUE SOPORTE: PANTALLA, TODOS LOS PARÁMETROS SOLICITADOS Y EL REGISTRADOR (LOS CABLES Y SENSORES DEBEN TENER LAS DIMENSIONES SUFICIENTES PARA QUE ALCANCEN DESDE EL RACK DE PARED HASTA LA CAMA DE PACIENTE).	NO CUMPLE. NO ADJUNTA FOLLETOS, INSTRUCTIVOS, MANUALES, CATÁLOGOS, DATA SHEET O SIMILARES DE FABRICANTE, EN ORIGINAL O COPIAS; TAMBIÉN SE EMPLEARÁ CUALQUIER OTRO DOCUMENTO DE FABRICANTE PARA ACREDITAR LO SOLICITADO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
B02	DOS (02) CABLES TRONCAL DE ECG (DE 03 RAMALES). CON TRES (03) JUEGOS DE 03 RAMALES O TRES (03) JUEGOS DE CABLE INTEGRADOS DE 03 RAMALES (TROCAL-RAMA).L.	NO CUMPLE. NO ADJUNTA FOLLETOS, INSTRUCTIVOS, MANUALES, CATÁLOGOS, DATA SHEET O SIMILARES DE FABRICANTE, EN ORIGINAL O COPIAS; TAMBIÉN SE EMPLEARÁ CUALQUIER OTRO DOCUMENTO DE FABRICANTE PARA ACREDITAR LO SOLICITADO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
B03	DOS (02) CABLES TRONCAL DE ECG (DE 05 RAMALES). CON TRES (03) JUEGOS DE 05 RAMALES. O TRES (03) JUEGOS DE CABLE INTEGRADOS DE 05 RAMALES (TROCAL-RAMA).L.	NO CUMPLE. NO ADJUNTA FOLLETOS, INSTRUCTIVOS, MANUALES, CATÁLOGOS, DATA SHEET O SIMILARES DE FABRICANTE, EN ORIGINAL O COPIAS; TAMBIÉN SE EMPLEARÁ CUALQUIER OTRO DOCUMENTO DE FABRICANTE PARA ACREDITAR LO SOLICITADO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
B04	PULSIONIMETRIA: CUATRO (04) SENSORES NEONATALES CON UN CABLE CONECTOR AL EQUIPO.	NO CUMPLE. NO ADJUNTA FOLLETOS, INSTRUCTIVOS, MANUALES, CATÁLOGOS, DATA SHEET O SIMILARES DE FABRICANTE, EN ORIGINAL O COPIAS; TAMBIÉN SE EMPLEARÁ CUALQUIER OTRO DOCUMENTO DE FABRICANTE PARA ACREDITAR LO SOLICITADO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
B05	PRESION NO INVASIVA: DOSCIENTOS BRAZALETES (200) DESECHABLES NEONATALES EN 03 TAMAÑOS O 10 BRAZALETES REUSABLES NEONATALES, CON DOS (02) TUBOS CONECTORES AL EQUIPO O	NO CUMPLE. NO ADJUNTA FOLLETOS, INSTRUCTIVOS, MANUALES, CATÁLOGOS, DATA SHEET O SIMILARES DE FABRICANTE, EN ORIGINAL O COPIAS; TAMBIÉN SE EMPLEARÁ CUALQUIER OTRO DOCUMENTO DE FABRICANTE PARA ACREDITAR LO SOLICITADO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO

806	TEMPERATURA; DOS (02) SENSORES REUSABLES DE SUPERFICIE TIPO DISCO. DOS (02) SENSORES REUSABLES DE TEMPERATURA ESOFAGICA Y DOS (02) SENSORES REUSABLES DE TEMPERATURA RECTAL PARA NEONATO CON (01) UN CABLE CONECTOR AL EQUIPO	NO CUMPLE. NO ADJUNTA FOLLETOS, INSTRUCTIVOS, MANUALES, CATALOGOS, DATA SHEET O SIMILARES DE FABRICANTE, EN ORIGINAL O COPIAS; TAMBIÉN SE EMPLEARA CUALQUIER OTRO DOCUMENTO DE FABRICANTE PARA ACREDITAR LO SOLICITADO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	NO CUMPLE, NO ACREDITA QUE SENSOR ES DE TIPO DISCO, LA IMAGEN NO ES CLARA PARA ACREDITARLO. EN EL FOLIO 163 ADJUNTA UNA DECLARACION JURADA LA CUAL NO ES DOCUMENTO SOLICITADO PARA SUSTENTAR LA CARACTERISTICA TECNICA, YA QUE SOLICITA, FOLLETOS, INSTRUCTIVOS, MANUALES, CATALOGOS, DATA SHEET O SIMILARES DE FABRICANTE, EN ORIGINAL O COPIAS; TAMBIÉN SE EMPLEARA CUALQUIER OTRO DOCUMENTO DE FABRICANTE
807	CAPNOGRAFIA MÉTODO MAINSTREAM; UN (01) SENSOR REUSABLE, CON CABLE-CONECTOR AL EQUIPO, CON 60 ADAPTADORES DESECHABLES O 3 REUSABLES DE VIAS AERAS PARA NEONATO.	NO CUMPLE. NO ADJUNTA FOLLETOS, INSTRUCTIVOS, MANUALES, CATALOGOS, DATA SHEET O SIMILARES DE FABRICANTE, EN ORIGINAL O COPIAS; TAMBIÉN SE EMPLEARA CUALQUIER OTRO DOCUMENTO DE FABRICANTE PARA ACREDITAR LO SOLICITADO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	NO CUMPLE. NO ACREDITA QUE EL SENSOR ES REUSABLE. EN EL FOLIO 163 ADJUNTA UNA DECLARACION JURADA LA CUAL NO ES DOCUMENTO SOLICITADO PARA SUSTENTAR LA CARACTERISTICA TECNICA, YA QUE SOLICITA, FOLLETOS, INSTRUCTIVOS, MANUALES, CATALOGOS, DATA SHEET O SIMILARES DE FABRICANTE, EN ORIGINAL O COPIAS; TAMBIÉN SE EMPLEARA CUALQUIER OTRO DOCUMENTO DE FABRICANTE
808	DIEZ (10) ROLLOS DE PAPEL TERMOMENSIBLE.	NO CUMPLE. NO ADJUNTA FOLLETOS, INSTRUCTIVOS, MANUALES, CATALOGOS, DATA SHEET O SIMILARES DE FABRICANTE, EN ORIGINAL O COPIAS; TAMBIÉN SE EMPLEARA CUALQUIER OTRO DOCUMENTO DE FABRICANTE PARA ACREDITAR LO SOLICITADO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	NO CUMPLE. NO ACREDITA QUE EL SENSOR ES REUSABLE. EN EL FOLIO 163 ADJUNTA UNA DECLARACION JURADA LA CUAL NO ES DOCUMENTO SOLICITADO PARA SUSTENTAR LA CARACTERISTICA TECNICA, YA QUE SOLICITA, FOLLETOS, INSTRUCTIVOS, MANUALES, CATALOGOS, DATA SHEET O SIMILARES DE FABRICANTE, EN ORIGINAL O COPIAS; TAMBIÉN SE EMPLEARA CUALQUIER OTRO DOCUMENTO DE FABRICANTE
809	NOVENTA (90) ELECTRODOS DESCARTABLES DE ECG TIPO BROCHE PARA PIEL PARA NEONATO.	NO CUMPLE. NO ADJUNTA FOLLETOS, INSTRUCTIVOS, MANUALES, CATALOGOS, DATA SHEET O SIMILARES DE FABRICANTE, EN ORIGINAL O COPIAS; TAMBIÉN SE EMPLEARA CUALQUIER OTRO DOCUMENTO DE FABRICANTE PARA ACREDITAR LO SOLICITADO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	NO CUMPLE. NO ACREDITA QUE EL SENSOR ES REUSABLE. EN EL FOLIO 163 ADJUNTA UNA DECLARACION JURADA LA CUAL NO ES DOCUMENTO SOLICITADO PARA SUSTENTAR LA CARACTERISTICA TECNICA, YA QUE SOLICITA, FOLLETOS, INSTRUCTIVOS, MANUALES, CATALOGOS, DATA SHEET O SIMILARES DE FABRICANTE, EN ORIGINAL O COPIAS; TAMBIÉN SE EMPLEARA CUALQUIER OTRO DOCUMENTO DE FABRICANTE
811	DOCE (12) ELECTRODOS PARA NEONATO O CINCUENTA (50) ELECTRODOS DESECHABLES O CASCO CEFALICO PARA NEONATO, CON ACCESORIOS CORRESPONDIENTES PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	NO CUMPLE. NO ADJUNTA FOLLETOS, INSTRUCTIVOS, MANUALES, CATALOGOS, DATA SHEET O SIMILARES DE FABRICANTE, EN ORIGINAL O COPIAS; TAMBIÉN SE EMPLEARA CUALQUIER OTRO DOCUMENTO DE FABRICANTE PARA ACREDITAR LO SOLICITADO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	NO CUMPLE. NO ACREDITA QUE EL SENSOR ES REUSABLE. EN EL FOLIO 163 ADJUNTA UNA DECLARACION JURADA LA CUAL NO ES DOCUMENTO SOLICITADO PARA SUSTENTAR LA CARACTERISTICA TECNICA, YA QUE SOLICITA, FOLLETOS, INSTRUCTIVOS, MANUALES, CATALOGOS, DATA SHEET O SIMILARES DE FABRICANTE, EN ORIGINAL O COPIAS; TAMBIÉN SE EMPLEARA CUALQUIER OTRO DOCUMENTO DE FABRICANTE
812	DOS (02) PASTAS PARA EEG O ELEMENTO CONDUCTOR PARA EEG.	NO CUMPLE. NO ADJUNTA FOLLETOS, INSTRUCTIVOS, MANUALES, CATALOGOS, DATA SHEET O SIMILARES DE FABRICANTE, EN ORIGINAL O COPIAS; TAMBIÉN SE EMPLEARA CUALQUIER OTRO DOCUMENTO DE FABRICANTE PARA ACREDITAR LO SOLICITADO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	NO CUMPLE. NO ACREDITA QUE EL SENSOR ES REUSABLE. EN EL FOLIO 163 ADJUNTA UNA DECLARACION JURADA LA CUAL NO ES DOCUMENTO SOLICITADO PARA SUSTENTAR LA CARACTERISTICA TECNICA, YA QUE SOLICITA, FOLLETOS, INSTRUCTIVOS, MANUALES, CATALOGOS, DATA SHEET O SIMILARES DE FABRICANTE, EN ORIGINAL O COPIAS; TAMBIÉN SE EMPLEARA CUALQUIER OTRO DOCUMENTO DE FABRICANTE
3.2	REQUISITOS DE CALIFICACIÓN	NO ADMITIDO	ADMITIDO	NO ADMITIDO
A	CAPACIDAD LEGAL			
	HABILITACION: - Autorización Sanitaria de Funcionamiento - Buenas Prácticas de Almacenamiento Acreditación: - Copia de la resolución directoral de autorización sanitaria de funcionamiento expedido por la DIGEMID. - Copia del certificado de Buenas Prácticas de Almacenamiento expedido por la DIGEMID.		PRESENTA DOCUMENTACION	
B	EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD			
1	El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/ 700,000.00 (setecientos mil soles con 00/100 soles), por la venta de bienes iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los ocho (8) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda.		ACREDITA S/ 881,854.50	
2	BIENES SIMILARES: MONITOR MULTIPARAMETRO Y/O DE FUNCIONES VITALES DE 5, 6 Y 7 PARAMETROS		CUMPLE CON LOS BIENES SIMILARES	
C	CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL			
C.1	EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE			

<p>PARA LA INSTALACION, PRUEBA OPERATIVA, PROTOCOLO DE PRUEBAS E INDUCCION (En relación a lo expuesto en la Ficha Técnica del Equipo)  Profesión: Ingeniero electrónico o ingeniero biomédico o ingeniero mecatrónico. Condición: Colegiado y Habilitado  Cantidad mínima: 01  Responsable de la instalación, Capacitación usuaria (uso, operación y cuidado) del equipo y Capacitación técnica (operación, mantenimiento preventivo/correctivo y reparación) del equipo.  Dos (02) años de experiencia en reparación y/o instalación y/o implementación y/o Capacitación y/o mantenimiento de los equipos biomédicos en general.  La experiencia se contabilizará de la fecha de colegiatura en adelante.  Servicio Técnico Especializado en mantenimiento del equipo ofertado, con 30 horas lectivas mínimas.</p>	<p>CUMPLE CON EL PERSONAL CLAVE</p>		
<p>RESPONSABLE DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO  Personal Clave Técnico  Profesión: Técnico Electrónico o técnico electricista o técnico mecánico electricista  Cantidad mínima: 01  Responsable del mantenimiento del equipo  Dos (02) años o más de experiencia en el mantenimiento y/o reparación de equipos biomédicos en general.  La experiencia se contabilizará, para el caso del personal técnico, de la fecha de obtención del título en adelante y, para el caso del bachiller en ingeniería electrónica, bachiller en ingeniería biomédica, bachiller en mecatrónica, fecha de grado de bachiller en adelante.  También, el personal profesional colegiado de ingeniería podrá participar como encargado del mantenimiento, siempre que cumpla con el número de años de experiencia solicitados en el mantenimiento y/o reparación de equipos biomédicos en general.  Servicio Técnico Especializado en mantenimiento del equipo ofertado, con 30 horas lectivas mínimas</p>	<p>CUMPLE CON EL PERSONAL CLAVE</p>		
<p><b>FACTORES DE EVALUACION</b></p>			
<p><b>FACTOR DE EVALUACION:</b> La evaluación se realiza sobre la base de cien (100) puntos.  Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelación de las ofertas DEL ITEM 5</p>			
<p><b>A. PRECIO</b>  Evaluación:  Se evaluará considerando el precio ofertado por el postor.  Acreditación:  Se acreditará mediante el documento que contiene el precio de la oferta (Anexo N° 6).</p>			
<p>La evaluación consistirá en otorgar el máximo puntaje a la oferta de precio más bajo y otorgar a las demás ofertas puntajes inversamente proporcionales a sus respectivos precios, según la siguiente fórmula:  <math display="block">PI = \frac{Om \times PMP}{OI}</math>  i = Oferta  PI = Puntaje de la oferta a evaluar  OI = Precio i  Om = Precio de la oferta más baja  PMP = Puntaje máximo del precio</p>			
<p><b>TOTAL DE PUNTOS</b></p>	<p>100 PUNTOS</p>	<p>S/. 673,325.00: 100 PUNTOS</p>	