

## PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : HOSPITAL DE EMERGENCIAS PEDIATRICAS

Nomenclatura : AS-SM-12-2024-HEP/MINSA-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE CIRCUITO DE PRESION POSITIVA CONTINUA (CPAP) NASAL PARA EL SERVICIO DE FARMACIA DEL HEP

Ruc/código : 20423409011

Nombre o Razón social : W.P. SOLUCIONES S.A.

Fecha de envío : 28/05/2025

Hora de envío : 16:53:22

### Observación: Nro. 1

#### Consulta/Observación:

Observamos que las EETT indicadas, no indican las características del circuito corrugado de CPAP de Burbuja, que deben acompañar a cada uno de los prongs solicitados, sin este componente los prong no son funcionales y no es posible dar la terapia. Por lo que se solicita al comité de selección adjuntar dichas características para completar el CIRCUITO DE PRESIÓN POSITIVA CONTINUA CPAP NASAL NRO 1, Es correcta nuestra Observación?

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: ANEXO 01 Página: 34

#### Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

#### Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria acoge la observación, se detallaran las características del circuito corrugado de CPAP NASAL N° 1.

#### Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :HOSPITAL DE EMERGENCIAS PEDIATRICAS

Nomenclatura :AS-SM-12-2024-HEP/MINSA-2

Nro. de convocatoria :2

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE CIRCUITO DE PRESION POSITIVA CONTINUA (CPAP) NASAL PARA EL SERVICIO DE FARMACIA DEL HEP

Ruc/código :	20423409011	Fecha de envío :	28/05/2025
Nombre o Razón social :	W.P. SOLUCIONES S.A.	Hora de envío :	16:53:22

Observación: Nro. 2

Consulta/Observación:

Observamos que las EETT indicadas, no indican las características del circuito corrugado de CPAP de Burbuja, que deben acompañar a cada uno de los prongs solicitados, sin este componente los prong no son funcionales y no es posible dar la terapia. Por lo que se solicita al comité de selección adjuntar dichas características para completar el CIRCUITO DE PRESIÓN POSITIVA CONTINUA CPAP NASAL NRO 2, Es correcta nuestra Observación?

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: ANEXO 01 Página: 35

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria acoge la observación, se detallaran las características del circuito corrugado de CPAP NASAL N° 2.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :HOSPITAL DE EMERGENCIAS PEDIATRICAS

Nomenclatura :AS-SM-12-2024-HEP/MINSA-2

Nro. de convocatoria :2

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE CIRCUITO DE PRESION POSITIVA CONTINUA (CPAP) NASAL PARA EL SERVICIO DE FARMACIA DEL HEP

Ruc/código :	20423409011	Fecha de envío :	28/05/2025
Nombre o Razón social :	W.P. SOLUCIONES S.A.	Hora de envío :	16:53:22

Observación: Nro. 3

Consulta/Observación:

Observamos que las EETT indicadas, no indican las características del circuito corrugado de CPAP de Burbuja, que deben acompañar a cada uno de los prongs solicitados, sin este componente los prong no son funcionales y no es posible dar la terapia. Por lo que se solicita al comité de selección adjuntar dichas características para completar el CIRCUITO DE PRESIÓN POSITIVA CONTINUA CPAP NASAL NRO 3, Es correcta nuestra Observación?

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: ANEXO 01 Página: 36

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria acoge la observación, se detallaran las características del circuito corrugado de CPAP NASAL N° 3.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : HOSPITAL DE EMERGENCIAS PEDIATRICAS

Nomenclatura : AS-SM-12-2024-HEP/MINSA-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE CIRCUITO DE PRESION POSITIVA CONTINUA (CPAP) NASAL PARA EL SERVICIO DE FARMACIA DEL HEP

Ruc/código :	20423409011	Fecha de envío :	28/05/2025
Nombre o Razón social :	W.P. SOLUCIONES S.A.	Hora de envío :	16:53:22

**Observación: Nro. 4**

**Consulta/Observación:**

Observamos que las EETT indicadas, no indican las características del circuito corrugado de CPAP de Burbuja, que deben acompañar a cada uno de los prongs solicitados, sin este componente los prong no son funcionales y no es posible dar la terapia. Por lo que se solicita al comité de selección adjuntar dichas características para completar el CIRCUITO DE PRESIÓN POSITIVA CONTINUA CPAP NASAL NRO 4, Es correcta nuestra Observación?

**Acápíte de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** 3.2    **Literal:** ANEXO 01    **Página:** 37

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

El área usuaria acoge la observación, se detallaran las características del circuito corrugado de CPAP NASAL N° 4.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null