

ACTA DE ADMISION, EVALUACIÓN, CALIFICACIÓN Y OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 070-2024-GRA-1

En las instalaciones de la Oficina de Logística del Gobierno Regional de Arequipa, el Comité de Selección Designado con **Formato Nro. 04**, siendo las 15:30 horas del día 19 de agosto del 2024, se procedió según las Bases Integradas del siguiente Procedimiento de Selección:

Nombre de la Entidad:	GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central
Proceso de Selección:	Adjudicación Simplificada (AS)
Numero de Proceso:	070-2024-GRA-1
Descripción:	ADQUISICION DE CAMA CAMILLA MULTIPROPOSITO TIPO UCI (INCLUYE INSTALACION Y OPERATIVIDAD) PARA EL PROYECTO: ADQUISICION DE VENTILADOR MECANICO, MONITOR DE FUNCIONES VITALES, SISTEMA DE VIDEO BRONCSCOPIA Y MONITOR DE FUNCIONES VITALES; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL (LA) EESS HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO ESPINOZA, AREQUIPA EN LA LOCALIDAD AREQUIPA, DISTRITO DE AREQUIPA, PROVINCIA AREQUIPA, DEPARTAMENTO AREQUIPA, CON CUI N° 2483344

Comité designado con Formato Nro. 04:

PRÉSIDENTE TITULAR	: ROY PRINCE CRUZ VELARDE
MIEMBRO TITULAR 1	: FABRIZIO GUSTAVO BOLAÑOS PONCE
MIEMBRO TITULAR 2	: ELIANA RITHA VICENTE PAZ GARCIA

OFICINA DE LOGISTICA
ÁREA USUARIA
ÁREA USUARIA

Procediéndose conforme a lo siguiente:

PRIMERO: De acuerdo con el cronograma del procedimiento de selección, se registraron Treinta y Cinco (35) participantes, de acuerdo con el siguiente cuadro del SEACE:

Nro.	RUC/Código	Nombre o Razón Social	Estado
1	10706937931	LA ROSA BARDALES ADRIANO SEBASTIAN	Válido
2	20100162238	AMERICAN HOSPITAL SCIENTIFIC EQUIPMENT COMPANY DEL PERU S.A.	Válido
3	20101337261	ROCA S.A.C.	Válido
4	20160340534	MASTER MEDIC S.A.	Válido
5	20447790999	EXPORT PERU GLOBAL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Válido
6	20454256141	MEGATECH PERU S.A.C.	Válido
7	20477671561	RICAF MEDICAL E.I.R.L.	Válido
8	20491926491	NOVAMEDICAL CORPORATION S.A.C. - NOVAMEDICOR S.A.C.	Válido
9	20493132416	BIOTECNOLOGIC IMPORT S.A.C.	Válido
10	20501701956	METAX INDUSTRIA Y COMERCIO S.A.C.	Válido
11	20507883266	MEDISPEC PERU S.A.C.	Válido
12	20509873535	KENDAL IMPORT S.A.C.	Válido
13	20514267112	BERAMED E.I.R.L.	Válido
14	20521180260	OLIMPEX PERU S.A.C.	Válido
15	20529457554	CORPORACION DACMAR S.A.C.	Válido
16	20536941364	TEVIMED S.A.C.	Válido
17	20545804795	GOLDEN MEDICAL TECH S.A.C.	Válido
18	20551282865	C & M TECHNOLOGY S.A.C.	Válido
19	20565911920	ASECO PERU S.A.C.	Válido
20	20565935861	IMPORTACIONES VASMED S.A.C.	Válido
21	20600621395	JHS IMPORT & EXPORT SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - JHS IMPORT & EXPORT S.A.C.	Válido
22	20600930801	MASTER WORLD MEDICAL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Válido
23	20601058406	CORPORACIÓN L & A IMPORT S.A.C.	Válido
24	20601105994	MEDICALAB SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Válido
25	20601325153	VAN REPRESENTACIONES GENERALES E.I.R.L.	Válido
26	20601903637	TECHMED IMPORT S.A.C.	Válido
27	20602312942	MD DISPOSITIVOS MEDICOS DEL PERU S.A.C.	Válido
28	20602609104	INDUSTRIA TECNOMEDIC SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - INDUSTRIA TECNOMEDIC S.A.C.	Válido
29	20602703003	ADVANCED MEDICAL INC E.I.R.L.	Válido
30	20603355289	CPB MEDICAL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - CPB MEDICAL S.A.C.	Válido
31	20604240989	PERFECT ENTERPRISE DEL PERU S.A.C.	Válido
32	20607109894	ANIMAL SPACE AND SOLUTIONS STORE S.A.C.	Válido
33	20607997587	MDV GROUP S.A.C.	Válido
34	20609406349	SERVICIOS Y PRODUCTOS MAC SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Válido
35	20610994629	WAYRA MED E.I.R.L.	Válido

SEGUNDO: De los participantes registrados, Ocho (08) presentaron su oferta según estado de propuesta, de acuerdo con el reporte de presentación de ofertas del SEACE:

Nro.	RUC/Código	Nombre o Razón Social	Fecha de registro	Hora de registro	Usuario de registro	Fecha de presentación	Hora de presentación	Estado de la propuesta	Estado
1	20493132416	BIOTECNOLOGIC IMPORT S.A.C.	05/08/2024	18:46:40	20493132416	05/08/2024	18:46:53	Enviado	Valido
2	20501701956	METAX INDUSTRIA Y COMERCIO S.A.C.	05/08/2024	20:40:29	20501701956	05/08/2024	20:41:00	Enviado	Valido
3	20160340534	MASTER MEDIC S.A.	05/08/2024	17:48:42	20160340534	05/08/2024	17:52:56	Enviado	Valido
4	20600621395	JHS IMPORT & EXPORT SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - JHS IMPORT & EXPORT S.A.C.	05/08/2024	21:20:30	20600621395	05/08/2024	21:21:03	Enviado	Valido
5	20501105994	MEDICALAB SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	05/08/2024	22:09:47	20501105994	05/08/2024	22:44:59	Enviado	Valido
6	20604249989	PERFECT ENTERPRISE DEL PERU S.A.C.	05/08/2024	22:55:29	20604249989	05/08/2024	22:56:05	Enviado	Valido
7	20565935861	IMPORTACIONES VASMED S.A.C.	05/08/2024	20:24:13	20565935861	05/08/2024	20:25:12	Enviado	Valido
8	20514267112	BERAMED E.I.R.L.	05/08/2024	18:11:30	20514267112	05/08/2024	18:13:10	Enviado	Valido

TERCERO. Acto seguido se procede con la verificación de los documentos de presentación obligatoria, especificados en el numeral 2.2.1 del CAPITULO II de las bases administrativas integras del procedimiento de selección por Adjudicación Simplificada N° 156-2024-GRA-1 derivada de la Licitación Pública N° 10-2024-GRA, de lo requerido en requisitos obligatorios del inciso e), el presidente del comité no infiere en la revisión de las características técnicas, resultando de la siguiente manera:

N°	POSTOR	DOCUMENTACIÓN DE PRESENTACIÓN OBLIGATORIA								
		Declaración Jurada de datos del postor (Anexo N° 1)	Documento que acredita la representación de quien suscribe la oferta	Declaración Jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 (Anexo N° 2)	Declaración Jurada de cumplimiento de las especificaciones Técnicas (Anexo N° 3)	Cumplimiento de Especificaciones Técnicas	Declaración Jurada de plazo de entrega (Anexo N° 4)	Promesa de consorcio (Anexo N° 5)	Precio de la oferta (Anexo N° 6)	CONDICION
		(SI/NO)	(SI/NO)	(SI/NO)	(SI/NO)	(SI/NO)	(SI/NO)	(SI/NO)	(SI/NO)	ADMITIDA/NO ADMITIDA
1	BIOTECNOLOGIC IMPORT S.A.C.	SI	SI	SI	SI	SI	SI	No corresponde	SI	NO ADMITIDO
2	METAX INDUSTRIA Y COMERCIO S.A.C.	SI	SI	SI	SI	SI	SI	No corresponde	SI	ADMITIDO
3	PERFECT ENTERPRISE DEL PERU S.A.C.	SI	SI	SI	SI	NO	SI	No corresponde	SI	NO ADMITIDO
4	JHS IMPORT & EXPORT SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - JHS IMPORT & EXPORT S.A.C.	SI	SI	SI	SI	NO	SI	No corresponde	SI	NO ADMITIDO
5	BERAMED E.I.R.L.	SI	SI	SI	SI	NO	SI	No corresponde	SI	NO ADMITIDO
6	MEDICALAB SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	SI	SI	SI	SI	NO	SI	No corresponde	SI	NO ADMITIDO
7	IMPORTACIONES VASMED S.A.C.	SI	SI	SI	SI	SI	SI	No corresponde	SI	ADMITIDO
8	MASTER MEDIC S.A.	SI	SI	SI	SI	NO	SI	No corresponde	SI	NO ADMITIDO

1 PERFECT ENTERPRISE DEL PERU S.A.C.

El Comité de Selección de la revisión de la oferta técnica del postor, a efectos de verificar la documentación de admisión, de la revisión a la documentación presentada por el citado postor, se observa lo siguiente: Presenta la especificación A08 en el folio 18 no detalla si la el bien ofertado cuenta con plataforma radiotransparente a los rayos x según lo solicitado en las especificaciones técnicas de las bases integradas, así mismo presenta la especificación C01: 220 VISOHZ sin embargo difiere de lo solicitado en las bases integradas según pliego de absolución Consulta Nro. 02 (...) SE PRECISA que el ítem de la característica técnica presenta un error tipográfico: ya que se debió colocar "C01 220 VAC 60 HZ", hecho que contradice las especificaciones técnicas toda vez que este solicita el cumplimiento de las bases integradas, por lo que se contradice con el Anexo N° 03 con la oferta de postor, por lo que el comité decide **NO ADMITIR LA OFERTA**.

2 JHS IMPORT & EXPORT SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - JHS IMPORT & EXPORT S.A.C.

El Comité de Selección de la revisión de la oferta técnica del postor, a efectos de verificar la documentación de admisión, de la revisión a la documentación presentada por el citado postor, se observa lo siguiente: Presenta la especificación C01: 220 VISOHZ sin embargo difiere de lo solicitado en las bases integradas según pliego de absolución Consulta Nro. 02 (...) SE PRECISA que el ítem de la característica técnica presenta un error tipográfico: ya que se debió colocar "C01 220 VAC 60 HZ", hecho que contradice las especificaciones técnicas toda vez que este solicita el cumplimiento de las bases integradas, por lo que se contradice con el Anexo N° 03 con la oferta de postor, por lo que el comité decide **NO ADMITIR LA OFERTA**.

3 BERAMED E.I.R.L.

El Comité de Selección de la revisión de la oferta técnica del postor, a efectos de verificar la documentación de admisión, de la revisión a la documentación presentada por el citado postor, se observa lo siguiente: Presenta la especificación C01: 220 VISOHZ sin embargo difiere de lo solicitado en las bases integradas según pliego de absolución Consulta Nro. 02 (...) SE PRECISA que el ítem de la característica técnica presenta un error tipográfico: ya que se debió colocar "C01 220 VAC 60 HZ", hecho que contradice las especificaciones técnicas toda

vez que este solicita el cumplimiento de las bases integradas, por lo que se contradice con el Anexo N° 03 con la oferta de postor, por lo que el comité decide **NO ADMITIR LA OFERTA**.

4MEDICALAB SOCIEDAD ANONIMA CERRADA

El Comité de Selección de la revisión de la oferta técnica del postor, a efectos de verificar la documentación de admisión, de la revisión a la documentación presentada por el citado postor, se observa lo siguiente: Presenta la especificación C01: 220 V / 50 HZ sin embargo difiere de lo solicitado en las bases integradas según pliego de absolución Consulta Nro. 02 (...) SE PRECISA que el ítem de la característica técnica presenta un error tipográfico; ya que se debió colocar "C01 220 VAC 60 HZ", hecho que contradice las especificaciones técnicas toda vez que este solicita el cumplimiento de las bases integradas, por lo que se contradice con el Anexo N° 03 con la oferta de postor, por lo que el comité decide **NO ADMITIR LA OFERTA**.

5BIOTECNOLOGIC IMPORT S.A.C.

El Comité de Selección de la revisión de la oferta técnica del postor, a efectos de verificar la documentación de admisión, de la revisión a la documentación presentada por el citado postor, se observa lo siguiente: Presenta el Anexo N° 06 – Precio de la oferta, se habría considerado un formato correspondiente a precios unitarios, no correspondiendo al sistema de Contratación de la presente convocatoria, asimismo; y dado que difiere al formato previsto en los Anexos de las Bases Integradas, por lo que de conformidad al Art. 60.2 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, que señala; 60.2. Son subsanables, entre otros, los siguientes errores materiales o formales: a) La omisión de determinada información en formatos y declaraciones juradas, distintas al plazo parcial o total ofertado y al precio u oferta económica, por lo que el comité decide **NO ADMITIR LA OFERTA**.

6MASTER MEDIC S.A.

El Comité de Selección de la revisión de la oferta técnica del postor, a efectos de verificar la documentación de admisión, de la revisión a la documentación presentada por el citado postor, se observa lo siguiente: Presenta la especificación A01 Dimensiones aproximadas, la altura que propone el postor es de 431 mm sin embargo la especificación solicitada es de 400 mm o menor por lo que su ficha técnica presenta divergencia a las especificaciones técnicas solicitadas en las bases integradas, por lo que el comité decide **NO ADMITIR LA OFERTA**.

CUARTO: Acto seguido, el Comité procede a verificar las ofertas económicas de los postores admitidos, para la Evaluación correspondiente:

N°	POSTOR	PRECIO OFERTADO S/	FACTOR DE EVALUACION		PUNTAJE TOTAL	ORDEN DE PRELACION
			Precio (100 puntos)	Bonificación MYPE 5%		
1	METAX INDUSTRIA Y COMERCIO S.A.C.	S/ 99,500.00	100.00	NO ES MYPE	100.00	1
2	IMPORTACIONES VASMED S.A.C.	S/ 207,100.00	48.04	2.40	50.45	2

QUINTO: Acto seguido, el Comité de Selección, en cumplimiento al artículo 75. del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, Ley 30225, procede a verificar los requisitos de Calificación de los postores, según el orden de prelación:

POSTOR		METAX INDUSTRIA Y COMERCIO S.A.C.	IMPORTACIONES VASMED S.A.C.
Requisito	ORDEN DE PRELACIÓN	1	2
	Descripción	Condición	Condición
A	CAPACIDAD LEGAL / HABILITACIÓN	No Cumple	Cumple
B	EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD	Cumple	Cumple
C.1	EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE	Cumple	No Cumple
CALIFICADA/DESCALIFICADA		(*) DESCALIFICADA	(*) DESCALIFICADA


(*) METAX INDUSTRIA Y COMERCIO S.A.C. de la revisión a la documentación presentada por el citado postor, se observa lo siguiente: para la acreditación de la capacidad legal/Habilitación no presenta la siguiente documentación; Copia de Resolución para comercializar, importación, exportación y/o distribución de equipos médicos, según normativa vigente de la DIGEMID y tampoco adjunta a su oferta Copia de Certificado de Buenas Prácticas de Almacenamiento, según normativa vigente de la DIGEMID, por lo que se da por **DESCALIFICADA** la oferta del postor.

(*) IMPORTACIONES VASMED S.A.C.

De la revisión a la documentación presentada por el citado postor, se observa lo siguiente: para la acreditación de la EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE no presenta documentación alguna para acreditar dicho requisito, por lo que se da por **DESCALIFICADA** la oferta del postor.

SEXTO: Por lo tanto, al no haber ofertas validas el comité de selección procede a declarar DESIERTO el Procedimiento de Selección **Adjudicación Simplificada N° 070-2024-GRA-1**, por la **ADQUISICION DE CAMA CAMILLA MULTIPROPOSITO TIPO UCI (INCLUYE INSTALACION Y OPERATIVIDAD) PARA EL PROYECTO: ADQUISICION DE VENTILADOR MECANICO, MONITOR DE FUNCIONES VITALES, SISTEMA DE VIDEO BRONCOSCOPIA Y MONITOR DE FUNCIONES VITALES; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL (LA) EESS HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO ESPINOZA, AREQUIPA EN LA LOCALIDAD AREQUIPA, DISTRITO DE AREQUIPA, PROVINCIA AREQUIPA, DEPARTAMENTO AREQUIPA, CON CUI N° 2483344**, conforme al siguiente detalle:

SETIMO: Conocidos los resultados, se suscribe en señal de conformidad, el mismo que se comunicará para conocimiento de los Postores a través del SEACE.



ROY PRINCE CRUZ VELARDE
Presidente Titular del Comité



FABRIZIO GUSTAVO BOLAÑOS PONCE
Primer Miembro Titular del Comité



ELIANA RITHA VICENTE PAZ GARCIA
Segundo Miembro Titular del Comité