

MEMORANDO**N° JIGM-0166-2024**

A: Jefe Técnica y Contrataciones Talara	Lugar y Fecha: Talara, 05 de marzo del 2024 Asunto: Respuesta a Consultas Técnicas SEL-0113-2023-OTL/PETROPERU -2da CONV.
DE: Jefatura Ingeniería de Mantenimiento	

Referencia: Memorando JTCT-0454-2024 del 21.02.24

Adjunto se remite las respuestas a las consultas enviada con el memorando de la referencia del proceso SEL-0113-2023-OTL/PETROPERU - 2da convocatoria "Adquisición de Equipos e Instrumentos para Mantenimiento Basado en Condición de Refinería Talara"

Jorge Rodríguez Rodríguez
Jefe (e)

C.Celi / jcll

PROCESO POR ADJUDICACIÓN SELECTIVA N° SEL-0113-2023-OTL/PETROPERÚ, SEGUNDA CONVOCATORIA
“ADQUISICIÓN DE EQUIPOS E INSTRUMENTOS PARA MANTENIMIENTO BASADO EN CONDICION DE REFINERIA TALARA”.

N°	CONSULTA	PARTICIPANTE	RESPUESTA A CONSULTA	CONDICIONES TÉCNICAS INTEGRADAS
1	En las Condiciones técnicas. Capítulo 19. ENTREGABLES. En la nota (**) “Los Certificados de calibración deben ser originales y entregados en físico y virtual, además deben estar vigentes a la fecha de entrega de los almacenes de Petroperú. Los Certificados de calibración deben ser emitidos por el Instituto Nacional de la Calidad (INACAL) o laboratorio acreditado por INCAL o por el fabricante de la marca.” ¿Es posible que el Representante del fabricante en el país, debidamente acreditado, pueda emitir el certificado de calibración de los equipos?	JLZ LOGISTICA S.A.C.	De acuerdo con el numeral 19 de las Condiciones Técnicas : “Los Certificados de calibración deben ser emitidos por el Instituto Nacional de la Calidad (INACAL) o laboratorio acreditado por INACAL o por el fabricante de la marca”. Por lo tanto, la certificadora para los instrumentos/equipos requeridos debe acreditar documentariamente que cumple con las opciones solicitadas.	“NO APLICA”
2	Dentro de la especificación técnica del esclerómetro o Martillo Schmidt con código IGM-MBC-EQ.INFRA-001-2021, existe un requerimiento que tenga Punzón como accesorio. El equipo ya tiene un punzón, no como un accesorio sino como parte integral del mismo equipo. Este requerimiento de punzón como accesorio ¿se refiere a cotizar un repuesto de punzón aparte? Por favor especificar este punto.	JLZ LOGISTICA S.A.C.	El punzón al que se menciona en el data sheet IGM-MBC-EQ.INFRA-001-2021 , se refiere al punzón que forma parte del equipo ,por no tanto no debe considerarse como un accesorio adicional . Se retirará del data sheet que formarán parte de las condiciones técnicas integradas	Se actualizará el Data Sheet 57 Esclerometro o martillo Schmidt
3	Dentro de la especificación técnica del esclerómetro o Martillo Schmidt con código IGM-MBC-EQ.INFRA-001-2021; en el punto de accesorios indica como deseable Juego de impresora Bluetooth y papel de registro para impresora. Debido al precio del equipo, este accesorio incrementa en un porcentaje significativo al mismo. Definir si el accesorio será deseable o requerido.	JLZ LOGISTICA S.A.C.	No es necesario la impresora Bluetooth y papel de registro para impresora. Por lo tanto se retirará del data sheet que formarán parte de las condiciones técnicas integradas	Se actualizará el Data Sheet 57 esclerómetro o martillo Schmidt

4	Dentro de la especificación técnica del escáner de concreto con código IGM-MBCEQ.INFRA-006-2021; se recomienda también como accesorio un UTH100 soporte universal para tabletas para proceq. Este tipo de soporte es compatible exclusivamente con el escáner de concreto GP8000 o, de ser necesario, el TRG100 GP8x00 Caña telescópica con soporte para tableta.	JLZ LOGISTICA S.A.C.	Se acepta la recomendación , por lo tanto se incluirá los accesorios requeridos : el soporte para la Tablet compatible para el modelo propuesto que cumpla las características técnicas descritas en el data sheet.	Se actualizará el Data Sheet 62 escáner de concreto
---	---	-------------------------	---	--