

**FORMATO N° 11**  
**ACTA DE APERTURA DE SOBRES, EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS Y CALIFICACIÓN:**  
**BIENES**

**1 NÚMERO DE ACTA** 05-2023-CS/AS-04-2023-HR-MNB-P

**2 SOBRE LA INFORMACIÓN GENERAL**

En la ciudad de Puno, a los 02 días del mes de Agosto del año 2023, en el local de la oficina de Abastecimiento del Hospital Regional Manuel Nuñez Butron, a las 11:00 horas, se reunieron los integrantes del comité de selección designados mediante Resolución Directoral N° 808-2023-D-HR-MNB-U.RR.HH, encargado de la preparación, conducción y realización del procedimiento de selección de Adjudicación Simplificada N° 04-2023-HR-MNB-Puno, cuyo objeto de convocatoria es la CONTRATACIÓN DE REACTIVOS Y CONSUMIBLES PARA PRUEBAS DE HEMOSTASIA CON EQUIPO EN CESIÓN DE USO PARA EL SERVICIO DE PATOLOGIA CLINICA DEL HOSPITAL REGIONAL MANUEL NUÑEZ BUTRON PUNO, a fin de efectuar la ADMISIÓN, EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS presentadas y CALIFICACIÓN de la oferta correspondiente según orden de prelación.

**3 SOBRE EL QUORUM Y LOS MIEMBROS PARTICIPANTES DE LA SESIÓN (DE CORRESPONDER)**

El quorum necesario que exige la normativa de contrataciones del Estado, se logró con la presencia de los siguientes miembros:

<b>Presidente</b>	ARMANDO LAJO SOTO	<b>Titular</b>		<b>Dependencia:</b>	Jefe Dpto. Patología Clínica y Anatomía Patológica
		<b>Suplente</b>	X		
<b>Primer Miembro</b>	RAMON AMACHI LEON	<b>Titular</b>	X	<b>Dependencia:</b>	Unidad de Abastecimiento
		<b>Suplente</b>			
<b>Segundo Miembro</b>	MARIO DAVID ARELA MAMANI	<b>Titular</b>	X	<b>Dependencia:</b>	Jefe del Servicio de Patología Clínica
		<b>Suplente</b>			

**4 DETALLE DE LOS PARTICIPANTES**

De acuerdo con el cronograma establecido en las bases, se registraron a través del SEACE como participantes los siguientes proveedores:

N°	Nombre o razón social del participante	RUC
1	SISTEMAS ANALITICOS SRL	20155695901
2	DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C.	20501887286
3	W.P. BIOMED SOCIEDAD ANONIMA	20505110651
4	LAB & HEALTH SUPPLY S.A.C.	20524800510
5	DELTALAB PERU S.A.C.	20537139120
6	VIKMAR S.A.C.	20549445439

**5 DETALLE DE LOS POSTORES**

En el día y horario señalado en las bases, se registraron a través del SEACE como postores los siguientes participantes:

N°	Nombre o razón social del postor	Fecha de presentación	Hora de presentación
1	VIKMAR S.A.C.	26/07/2023	17:29:05
2	DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C.	26/07/2023	19:29:18
3	SISTEMAS ANALITICOS SRL	26/07/2023	18:27:09

6 Acto seguido, se procede con apertura de los archivos PDF del SEACE que contienen las ofertas de los mencionados postores, y con la revisión de las mismas, a fin de verificar la presentación de los documentos requeridos y determinar si las ofertas responden a las características y/o requisitos y condiciones de las Especificaciones Técnicas previstas en las bases.

**7 DETALLE DE LAS OFERTAS QUE NO FUERON ADMITIDAS**

De acuerdo con la revisión efectuada y de acuerdo a las bases integradas, las siguientes ofertas no se admiten, por lo que no se les aplicará los factores de evaluación:

N°	Nombre o razón social del postor	Consignar las razones para su no admisión
1	VIKMAR S.A.C.	<p><u>Como resultado final de la admisión de ofertas señalamos que:</u> el postor VIKMAR S.A.C. con RUC 20549445439 queda no admitida debido a que no cumple con lo requerido en las especificaciones técnicas del área usuaria, según los siguientes puntos:</p> <p>a) Para el reactivo de tiempo protoplastina parcial activada no acredita estabilidad a bordo de 48 horas de acuerdo a la pag. 24 de las bases integradas (En su oferta con folio 86 el postor presenta el inserto del reactivo, pero en la sección almacenamiento y conservación no se evidencia de forma explícita la estabilidad a bordo), criterio que es indispensable para el área usuaria.</p> <p>b) No acredita especificaciones y condiciones mínimas del equipo de hemostasia. No acredita reactivos refrigerados (zona refrigerada), no acredita, carga continua para muestras emergencias o STAT, no acredita pantalla táctil.</p> <p>c) No acredita accesorios; controles y complementos que permitan la realización completa de la prueba. (En el inserto de los productos ofertados en folio 85, 86, 87, 88 señala para procedimiento automático, revisar el manual de usuario de los equipos, pero en ningún alcance de la propuesta se observa el manual donde señalen los complementos o accesorios necesarios para la realización completa de la prueba.</p> <p>d) Incongruencia en el contenido de la información, en folio 79 de la oferta se observa en el certificado de análisis de tiempo de protombina (TP), señalan que las pruebas de precisión fueron realizadas con la prueba de APTT, y no es como solicita el área usuaria.</p> <p>e) No acredita programa de control de calidad interlaboratorio que incluya el modelo del equipo ofertado, en folio 97 al 110 muestra un catálogo de control de calidad en inglés, pero en la información contenida no se observa el modelo del analizador ofertado.</p>



**ACTA DE APERTURA DE SOBRES, EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS Y CALIFICACIÓN:  
BIENES**

2

DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C.

Como resultado final de la admisión de ofertas señalamos que: el Diagnostica Peruana S.A.C. con RUC 20501887286 queda no admitida debido a que no cumple con lo requerido en las especificaciones técnicas del área usuaria, según los siguientes puntos:

- a) No acredita estabilidad a bordo del equipo ofertado (en folio 87 a 134 de la oferta, el postor oferta equipo STA compact MAX, y de acuerdo a la página 24 de las bases integradas, se debe acreditar reactivo APTT con estabilidad de 48 horas a bordo, de la misma manera en el inserto del reactivo de APTT de la página 55 de su oferta, muestra conversación del reactivo en los equipos STA-R y STA Compact. Por lo que el postor no cumple con acreditar la estabilidad del reactivo a bordo del equipo ofertado. Se confirma que son analizadores distintos porque en las páginas 166 y 168 en catálogo del fabricante de su programa de control de calidad interlaboratorial, muestran los 2 modelos diferentes (STA compact y STA compact max) y los separa para el análisis de sus datos.
- b) No acredita información técnica del reactivo de fibrinogeno, no se observa documento del fabricante que acredite las especificaciones, carta o inserto, catálogo de fibrinogeno).
- c) No acredita los accesorios o complementos necesarios señalados por el fabricante, en folio 28 para tiempo de protrombina, según fabricante es necesario el material STAmiri reducir y/o STA maxi reducir y barra de agitación, no acreditado por documento de fabricante donde señale sus características o finalidad de uso, en el folio 44 para tiempo de trombina, según fabricante es necesario el material STAmiri reducir, no acreditado por documento de fabricante donde señale sus características o finalidad de uso.
- d) En folio 55 para tiempo de tromboplastina parcial activado, según fabricante es necesario el material STA mini reducir, no acreditado por documento de fabricante donde señale las características o finalidad de uso.

**8 DETALLE DE LAS OFERTAS ADMITIDAS Y QUE PASAN A EVALUACIÓN**

De acuerdo con la revisión efectuada, las siguientes ofertas fueron admitidas por lo que se procederá con su evaluación:

N°	Nombre o razón social del postor	Item(s) a los que postula
1	SISTEMAS ANALITICOS SRL	1 ITEM PAQUETE

**9 EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS****9.1 DETALLE DEL PRECIO DE LA OFERTA**

N°	Nombre o razón social del postor	Precio de su oferta	% del valor referencial
1	SISTEMAS ANALITICOS SRL	165,830.00	98.12%

**9.2 DETALLE DE LA EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS EN CONCORDANCIA CON LOS FACTORES DE EVALUACIÓN ESTABLECIDOS EN LAS BASES DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN**

La evaluación de las ofertas se detalla en el cuadro de Evaluación de Ofertas, según Anexo 01 que forma parte de la presente Acta.

**10 PUNTAJE DE LAS OFERTAS DE LOS POSTORES**

COMPLETAR EL DETALLE DE LA EVALUACIÓN DE CADA POSTOR

10.2 NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL POSTOR N° 1	SISTEMAS ANALITICOS SRL
FACTORES	PUNTAJES
PRECIO	100 puntos
SUMATORIA TOTAL DE PUNTAJES	100 puntos

**11 RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN**

De acuerdo a la evaluación realizada, el orden de prelación es el siguiente:

N° DE ORDEN DE PRELACIÓN	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL POSTOR	PUNTAJE TOTAL
1	SISTEMAS ANALITICOS SRL	100

Nota.- En caso de empate consignar la aplicación del criterio de desempate adoptado para establecer el orden de prelación.

**12 CALIFICACIÓN**

Luego de culminada la evaluación, el comité de selección determinó si el postor que obtuvo el primer y segundo lugar según el orden de prelación cumple con los requisitos de calificación detallados en las bases:

12.1	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL POSTOR N° 1		SISTEMAS ANALITICOS SRL	
	REQUISITOS DE CALIFICACIÓN		CUMPLE	NO CUMPLE
	A	CAPACIDAD LEGAL		
	A.1	REPRESENTACIÓN	X	
	A.2	HABILITACIÓN	X	
	B	EXPERIENCIA DEL POSTOR		
	B.1	FACTURACIÓN	X	
	RESULTADO DE LA CALIFICACIÓN		CALIFICADA	

**12.3 DETALLE DE LA CALIFICACIÓN DE LAS OFERTAS**

La calificación de las ofertas se detalla en el cuadro de Calificación, según Anexo 01 que forma parte de la presente Acta.

**13 RESULTADOS DE LA CALIFICACIÓN**

De acuerdo a la calificación realizada, el siguiente postor que obtuvo el primer lugar en orden de prelación, cumple los requisitos de calificación establecidos en las bases:

N°	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL POSTOR GANADOR
1	SISTEMAS ANALITICOS SRL

**14 ACUERDO ADOPTADO**

ACTA DE APERTURA DE SOBRES, EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS Y CALIFICACIÓN:  
BIENES

Los integrantes del comité de selección, por unanimidad, dan por aprobados los resultados de la evaluación de las ofertas y calificación, de acuerdo con el análisis efectuado y los cuadros de Evaluación de Ofertas y Calificación adjuntos que forman parte del Acta.

15


**Feo. Armand Lafo Soto**  
 MEDICO: ESPECIALISTA  
 PATOLOGIA CLINICA Y ANATOMIA PATOLOGICA  
 CMP. 19965 RNE. 13738  
 JEFE DEPARTAMENTO


**Mg. Ramón Amador León**  
 CBC. 1114  
 JEFE UNIDAD DE ABASTECIMIENTO


**Dr. Mario D. Arella Mamani**  
 SERVICIO DE PATOLOGIA CLINICA  
 HR "MNB" - PUNO  
 CBR 2292

NOMBRES Y FIRMAS DE LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ DE SELECCIÓN O DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES



ANEXO Nº 01  
CUADRO DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN

AS-04-2023-HR"MN" -PUNO - CONTRATACION DE REACTIVOS Y CONSUMIBLES PARA PRUEBAS DE HEMOSTASIA CON EQUIPO EN CESION DE USO PARA EL SERVICIO DE  
PATOLOGIA CLINICA DEL HOSPITAL REGIONAL MANUEL NUÑEZ BUTRON PUNO

NOMBRE DE LOS POSTORES		
SISTEMAS ANALITICOS SRL		
ADMITIDO		
PUNTAJE		
FACTORES	ADMISION	
FACTOR DE EVALUACIÓN - OBLIGATORIO	PUNTAJE/METODOLOGÍA PARA SU ASIGNACIÓN	165,830.00
A. PRECIO Evaluación: Se evaluará considerando el precio ofertado por el postor	La evaluación consistirá en otorgar el máximo a la oferta de precio más bajo y otorgar a las demás ofertas puntajes inversamente proporcionales a sus respectivos precios, según la siguiente formula:	100.00
Accreditación: Se acreditará mediante el documento que contiene el precio de la oferta (Anexo Nº 6)	100 puntos	
PUNTAJE TOTAL	100 PUNTOS	100.00
REQUISITOS DE CALIFICACIÓN		
CUMPLE	SI CUMPLE	

ANALISIS DE LA CALIFICACION DE OFERTAS: El postor SISTEMAS ANALITICOS S.R.L. con RUC 20155695901 cumple con los requisitos de calificacion y especificaciones tecnicas establecidos en las bases integradas del proceso de selección AS-04-2023-HR"MN" -PUNO

