

## PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : LP-SM-1-2023-ESSALUD/RAAP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE INSTRUMENTAL QUIRURGICO PARA LA RED ASISTENCIAL APURIMAC

Ruc/código : 20601895103

Nombre o Razón social : FERTA MEDICA S.A.C.

Fecha de envío : 09/08/2023

Hora de envío : 16:14:05

### Observación: Nro. 1

#### Consulta/Observación:

47 TIJERA PARA SACAR PUNTOS

EN EL MERCADO SE COMERCIALIZAN Y UTILIZAN LOS MODELOS EQUIVALENTE LITTAUER 14CM Y BUCK 14.5 CM, POR LO QUE SOLICITAMOS RESPETUOSAMENTE AL COMITÉ DE SELECCIÓN TENGA A BIEN TAMBIÉN ACEPTAR EL MODELO EQUIVALENTE BUCK DE 14.5CM

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: anexo A Página: 37

#### Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Literal a) Libertad de concurrencia. Artículo 2. Principios que rigen las contrataciones de la LCE.

#### Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE LA OBSERVACION, Y CEÑIRSE A LAS BASES DEL PROCESO DE SELECCIÓN

#### Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NINGUNA.

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : LP-SM-1-2023-ESSALUD/RAAP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE INSTRUMENTAL QUIRURGICO PARA LA RED ASISTENCIAL APURIMAC

Ruc/código :	20601895103	Fecha de envío :	09/08/2023
Nombre o Razón social :	FERTA MEDICA S.A.C.	Hora de envío :	16:14:05

**Consulta:** Nro. 2

**Consulta/Observación:**

48 SET DE INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO PARA SUTURA. (INDICAN QUE SEA DE 8 PIEZAS), SIN EMBARGO EN LOS COMPONENTES SE PUEDE CONTABILIZAR 10 PIEZAS, POR LO QUE SOLICITAMOS RESPETUOSAMENTE, PUEDAN ACLARAR SI SON 8 Ó 10 PIEZAS.

**Acápites de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** III      **Literal:** anexo A      **Página:** 37

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

SE ACLARA LA CONSULTA, INDICANDO QUE SON 8 PIEZAS POR EL ITEM PAQUETE, PERO DENTRO ESTA COMPUESTO POR 10 COMPONENTES LOS CUALES ESTAN INDICADOS EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

NINGUNA.

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : LP-SM-1-2023-ESSALUD/RAAP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE INSTRUMENTAL QUIRURGICO PARA LA RED ASISTENCIAL APURIMAC

Ruc/código : 20601895103

Nombre o Razón social : FERTA MEDICA S.A.C.

Fecha de envío : 09/08/2023

Hora de envío : 16:14:05

**Observación: Nro. 3**

**Consulta/Observación:**

EN LAS BASES SOLICITAN:

4.3 Certificado de Buenas Prácticas de Distribución y Transporte Vigente(CBPDT).

ES IMPORTANTE ACLARAR QUE ESTE REQUISITO ES PARA LAS DROGUERÍAS QUE TRANSPORTAN DISPOSITIVOS MÉDICOS QUE REQUIERAN CONDICIONES DE TEMPERATURA REFRIGERADA Y TEMPERATURA CONGELADA. POR LO QUE EN EL PRESENTE PROCESO NO ES PERTINENTE DEBIDO A QUE EL INSTRUMENTAL MEDICO QUIRÚRGICO NO REQUIERE ESTAR REFRIGERADO O CONGELADO. SEGÚN LO EXPUESTO SOLICITAMOS RESPETUOSAMENTE AL COMITÉ DE SELECCIÓN RETIRAR EL PUNTO 4.3 DE LAS BASES, YA QUE ESTARÍA EN CONTRA DE LOS DISPUESTO EN LA RESOLUCIÓN MINISTERIAL N°1000-2016-MINSA.

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** III      **Literal:** 4.3      **Página:** 24

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

Literal f) Eficacia y Eficiencia. Artículo 2. principios que rigen las contrataciones DE LA LCE

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

SE ACOGE LA OBSERVACION Y SE ELIMINARA ESE REQUISITO DE LAS BASES DEL PROCESO DE SELECCIÓN

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

SE ELIMINA EL Certificado de Buenas Prácticas de Distribución y Transporte Vigente(CBPDT) DE LAS BASES DEL PROCESO DE SELECCIÓN

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : LP-SM-1-2023-ESSALUD/RAAP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE INSTRUMENTAL QUIRURGICO PARA LA RED ASISTENCIAL APURIMAC

Ruc/código :	20502426339	Fecha de envío :	10/08/2023
Nombre o Razón social :	LIMAMED S.A.C.	Hora de envío :	15:28:08

**Observación: Nro. 4**

**Consulta/Observación:**

Se observa que en las bases se solicita "METODOLOGÍA DE ANALITICA" como parte de los documentos de presentación obligatoria. Sin embargo, estos productos son dispositivos médicos de bajo riesgo (CLASE I) y como se indica en los requisitos para la obtención de registro sanitario de los mismos, la metodología analítica no es un documento de presentación obligatoria para esta clase I. Además, la información concerniente a material, dureza, composición química, reglamentos ISO, DIN, etc., y demás pruebas analíticas realizadas e información relevante para estos dispositivos, se encuentran en el PROTOCOLO DE ANALISIS. Por dicho motivo, se solicita al comité de selección que se anule la presentación de la METODOLOGIA ANALITICA, dado que carece de sustento y cualquier otro tipo de información fundamental e importante sobre el dispositivo se encuentra en los demás documentos como PROTOCOLO DE ANALISIS, CATALOGO, REGISTRO SANITARIO, ETC.

**Acápites de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** 2    **Literal:** 1    **Página:** 19

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

requisitos para la obtención de registro sanitario de dispositivos médicos de bajo riesgo (CLASE I)

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

SE ACOGE LA OBSERVACION Y SE ELIMINARA ESE REQUISITO DE LAS BASES DEL PROCESO DE SELECCIÓN

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

SE ELIMINA LA METODOLOGIA ANALITICA DE LAS BASES DEL PROCESO DE SELECCIÓN

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : LP-SM-1-2023-ESSALUD/RAAP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE INSTRUMENTAL QUIRURGICO PARA LA RED ASISTENCIAL APURIMAC

Ruc/código : 20502426339

Nombre o Razón social : LIMAMED S.A.C.

Fecha de envío : 10/08/2023

Hora de envío : 15:28:08

**Observación: Nro. 5**

**Consulta/Observación:**

Se observa que en la seccion 2 de DOCUMENTOS DE PRESENTACION OBLIGATORIA, esta la presentacion de "manual de instrucciones de uso o inserto". sin embargo, en la parte de especificaciones tecnicas, se esta solicitando 4.8 MANUAL DE INSTRUCCIONES DE USO O INSERTO, indicando la frase "segun corresponda", seguido de "El manual de instrucciones de uso o inserto es de presentacion obligatoria para dispositivos medicos de clase III y IV (dispositivos de alto riesgo). Ademas, al ser estos dispositivos de clase I (bajo riesgo), de uso para cirugia general y de uso comun en el mercado, todo profesional de la salud conoce el uso y manejo de los mismos, dado que siguen un estandar avalado a nivel internacional por todas las marcas fabricantes. Por tal motivo, se solicita al comite de selccion que, como indica en las bases, en la seccion de especificaciones tecnicas, el MANUAL DE INSTRUCCIONES DE USO O INSERTO sea un documento de presentacion OPCIONAL, mas no obligatoria, y que esto no perjudique la evaluacion de los expedientes.

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** 3    **Literal:** 1    **Página:** 26

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

SE ACOGE LA OBSERVACION Y SE ELIMINARA ESE REQUISITO DE LAS BASES DEL PROCESO DE SELECCIÓN

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

SE ELIMINA MANUAL DE INSTRUCCIONES DE USO O INSERTO DE LAS BASES DEL PROCESO DE SELLECCION.

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : LP-SM-1-2023-ESSALUD/RAAP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE INSTRUMENTAL QUIRURGICO PARA LA RED ASISTENCIAL APURIMAC

Ruc/código :	20502426339	Fecha de envío :	10/08/2023
Nombre o Razón social :	LIMAMED S.A.C.	Hora de envío :	15:28:08

**Observación: Nro. 6**

**Consulta/Observación:**

Se observa que en las características técnicas de los dispositivos, en la mayoría de piezas (por no decir todas) no se esta considerando un rango de tolerancia para el tamaño de los insturmentos, siendo esto una característica fundamental a la hora de establecer las BASES para wue pueda haber una pluralidad de postores, ademas de que una tolerancia razonable en cuanto a la medida no afecta en nada al uso de los instrumentos. Por ejemplo, dentro del item SET DE SUTURA, uno de sus componentes es PINZA KELLY CURVA 14CM, en la cual, en sus especificaciones, indica una tolerancia en la medida de +/-5%, Sin embargo, en el ítem 21, siendo el mismo instrumento PINZA KELLY CURVA 14CM, no indica lo mismo, siendo esto una incoherencia. Por tanto, se solicita al comite de seleccion que, para LA TOTALIDAD D ELOS ITEMS, se acepte una tolerancia en las medidas de +/- 5% o +/- 0.5cm, dado que esto NO AFECTA AL USO O FINALIDAD DEL ISNTRUMENTO y permite una mayor pluralidad de postores.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico      Numeral: 3      Literal: 1      Página: 34

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

SE ACOGE PARCIALMENTE LA OBSERVACION Y SE REALIZARA LA MODIFICACION EN LAS ESPECICACIONES TECNICAS DEL PROCESO DE SELECCIÓN.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

SE AUMENTA A LA TOTALIDAD DE LOS ITEMS LA TOLERANCIA DE MEDIDA DE +/- 5%

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : LP-SM-1-2023-ESSALUD/RAAP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE INSTRUMENTAL QUIRURGICO PARA LA RED ASISTENCIAL APURIMAC

Ruc/código :	20556510190	Fecha de envío :	11/08/2023
Nombre o Razón social :	INSUMET S.A.C.	Hora de envío :	14:50:58

**Observación: Nro. 7**

**Consulta/Observación:**

OBSERVAMOS que en las bases están solicitando CERTIFICADO DE BUENAS PRACTICAS DE DISTRIBUCION Y TRANSPORTE VIGENTE (CBPDT). Dicho certificado es obligatorio para empresas que comercialicen productos que necesitan refrigeración (temperatura optima) como las empresas que comercializan medicamentos.

Siendo el objetivo del presente proceso de selección la adquisición de instrumental quirúrgico y al ser este un dispositivo medico de clase I (bajo riesgo).

Solicitamos al comité de selección tenga a bien retirar este CERTIFICADO DE BUENAS PRACTICAS DE DISTRIBUCION Y TRANSPORTE VIGENTE (CBPDT) o considerarlo como documento de presentación facultativa, para así no limitar la participación de postores que solo comercializamos instrumental quirúrgico.

Artículo 2 la ley N° 30225 Ley de contrataciones del estado

a) Libertad de concurrencia. Las Entidades promueven el libre acceso y participación de proveedores en los procesos de contratación que realicen, debiendo evitarse exigencias y formalidades costosas e innecesarias. Se encuentra prohibida la adopción de prácticas que limiten o afecten la libre concurrencia de proveedores.

**Acápíte de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** II    **Literal:** 2.2.1.1.    **Página:** 18

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

Artículo 2 la ley N° 30225 Ley de contrataciones del estado

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

SE ACOGE LA OBSERVACION Y SE ELIMINARA ESE REQUISITO DE LAS BASES DEL PROCESO DE SELECCIÓN

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

SE ELIMINA EL Certificado de Buenas Prácticas de Distribución y Transporte Vigente(CBPDT) DE LAS BASES DEL PROCESO DE SELECCIÓN

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : LP-SM-1-2023-ESSALUD/RAAP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE INSTRUMENTAL QUIRURGICO PARA LA RED ASISTENCIAL APURIMAC

Ruc/código :	20556510190	Fecha de envío :	11/08/2023
Nombre o Razón social :	INSUMET S.A.C.	Hora de envío :	14:50:58

**Observación: Nro. 8**

**Consulta/Observación:**

OBSERVAMOS. En las bases dentro de la sección de documentos de presentación obligatoria están solicitando j) METODOLOGÍA DE ANALITICA. Este documento es usado por las empresas que fabrican o distribuyen medicinas para la verificación de calidad. siendo el fin del presente proceso la compra de instrumental quirúrgico (dispositivo de clase I). Solicitamos al comité de selección tenga a bien retirar este documento o dejarlo como documento de presentación facultativa. O en su caso solicitar presentación del ISO 9001 Y ISO 13485 dado que toda empresa que fabrica instrumental cuenta con estos ISOS por que sirven para la aplicación de gestión de calidad de los productos.

Artículo 2 la ley N° 30225 Ley de contrataciones del estado

a) Libertad de concurrencia. Las Entidades promueven el libre acceso y participación de proveedores en los procesos de contratación que realicen, debiendo evitarse exigencias y formalidades costosas e innecesarias. Se encuentra prohibida la adopción de prácticas que limiten o afecten la libre concurrencia de proveedores.

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      Numeral: II      Literal: 2.2.1.1.      **Página: 18**

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

Artículo 2 la ley N° 30225 Ley de contrataciones del estado

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

SE ACOGE LA OBSERVACION Y SE ELIMINARA ESE REQUISITO DE LAS BASES DEL PROCESO DE SELECCIÓN

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

SE ELIMINA LA METODOLOGIA ANALITICA DE LAS BASES DEL PROCESO DE SELECCIÓN



Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : LP-SM-1-2023-ESSALUD/RAAP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE INSTRUMENTAL QUIRURGICO PARA LA RED ASISTENCIAL APURIMAC

Ruc/código :	20556510190	Fecha de envío :	11/08/2023
Nombre o Razón social :	INSUMET S.A.C.	Hora de envío :	14:50:58

**Observación: Nro. 9**

**Consulta/Observación:**

Artículo 2 la ley N° 30225 Ley de contrataciones del estado

a) Libertad de concurrencia. Las Entidades promueven el libre acceso y participación de proveedores en los procesos de contratación que realicen, debiendo evitarse exigencias y formalidades costosas e innecesarias. Se encuentra prohibida la adopción de prácticas que limiten o afecten la libre concurrencia de proveedores.

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** II    **Literal:** 2.2.1.1.    **Página:** 18

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

NO SE ACOGE PORQUE CITAN LA LEY PERO NO CITAN LA OBSERVACION.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

NINGUNA.

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : LP-SM-1-2023-ESSALUD/RAAP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE INSTRUMENTAL QUIRURGICO PARA LA RED ASISTENCIAL APURIMAC

Ruc/código :	20556510190	Fecha de envío :	11/08/2023
Nombre o Razón social :	INSUMET S.A.C.	Hora de envío :	14:50:58

**Consulta:** Nro. 10

**Consulta/Observación:**

EN la presente Base están solicitando la presentación obligatoria de muestras representativas.  
SOLICITAMOS AL COMITÉ DE SELECCION PRECISAR CUANTOS INSTRUMENTALES SE DEBE PRESENTAR COMO MINIMO Y COMO MAXIMO PARA MUESTRA, DADO QUE SON VARIOS LOS ITEMS A REQUERIR.

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** III      **Literal:** 3.1      **Página:** 29

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

SE ACOGE LA CONSULTA Y SE REALIZARA LAS MODIFICACIONES EN LAS BASES DEL PROCESO DE

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

SE AGREGA: SE DEBERA PRESENTAR 10 MUESTRAS DEACUERDO AL SIGUIENTE CUADRO:

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : LP-SM-1-2023-ESSALUD/RAAP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE INSTRUMENTAL QUIRURGICO PARA LA RED ASISTENCIAL APURIMAC

Ruc/código :	20556510190	Fecha de envío :	11/08/2023
Nombre o Razón social :	INSUMET S.A.C.	Hora de envío :	14:50:58

**Consulta:** Nro. 11

**Consulta/Observación:**

En la presente base en la pagina 14 y 34 según folio del archivo dentro de las características técnicas están solicitando en el ítem numero 01 CANULA DE ASPIRACION POOLE RECTA CON CAMISETA 23FR (08mm).

Solicitamos respetuosamente al comité de selección aceptar CANULA DE ASPIRACION POOLE RECTA CON CAMISETA 23FR (10mm). Dado que en nuestro país existen muchas empresas que comercializamos instrumental quirúrgico, entre marca y marca existe una variación de medidas y también de esta forma tener una mayor concurrencia de postores.

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** I      **Literal:** 1.2      **Página:** 14

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

NO SE ACOGE LA CONSULTA Y SE DEBE CEÑIRSE A LO SOLICITADO EN LAS BASES DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

NINGUNA.

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : LP-SM-1-2023-ESSALUD/RAAP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE INSTRUMENTAL QUIRURGICO PARA LA RED ASISTENCIAL APURIMAC

Ruc/código :	20556510190	Fecha de envío :	11/08/2023
Nombre o Razón social :	INSUMET S.A.C.	Hora de envío :	14:50:58

**Consulta:** Nro. 12

**Consulta/Observación:**

En la presente base en las páginas 15 y 38 según folio del archivo dentro de las características técnicas están solicitando en el ítem número 48: SET DE INSTRUMENTAL QUIRURGICO PARA SUTURA están solicitando PORTA AGUJA MAYO HEGAR DE 12 CM CON INSERCIÓN DE CARBURO TUNGSTENO.

Solicitamos respetuosamente al comité de selección aceptar PORTA AGUJA HEGAR ¿ BAUMGARTHER DE 13CM CON INSERCIÓN DE CARBURO TUGSTENO que es un producto similar y tiene la misma funcionabilidad, también de esta forma tener una mayor concurrencia de postores, dado que en la mayoría de las empresas que comercializamos instrumental quirúrgico el porta aguja modelo mayo hegar con inserción de carburo tungsteno no viene de 12cm.

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** I      **Literal:** 1.2      **Página:** 15

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

NO SE ACOGE LA CONSULTA Y SE DEBE CEÑIRSE A LO SOLICITADO EN LAS BASES DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

NINGUNA.

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : LP-SM-1-2023-ESSALUD/RAAP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE INSTRUMENTAL QUIRURGICO PARA LA RED ASISTENCIAL APURIMAC

Ruc/código :	20556510190	Fecha de envío :	11/08/2023
Nombre o Razón social :	INSUMET S.A.C.	Hora de envío :	14:50:58

**Consulta:** Nro. 13

**Consulta/Observación:**

En la presente base en las páginas 14,15,34,35,36,37 y 38 dentro de las especificaciones técnicas están solicitando medidas determinadas para cada producto. Las medidas entre las principales empresas que importamos y comercializamos INSTRUMENTAL QUIRURGICO varían entre sí.

En aras de fomentar la mayor concurrencia y pluralidad de potenciales postores solicitamos al comité de selección otorgar una tolerancia de +/- 1cm en cuanto a las medidas solicitadas

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** I      **Literal:** 1.2      **Página:** 14

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

NO SE ACOGE LA CONSULTA, INDICANDO QUE YA SE MODIFICO LA TOLERANCIA DE +/- 5% EN LAS MEDIDAS DE LOS ITEMS.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

NINGUNA.

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : LP-SM-1-2023-ESSALUD/RAAP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE INSTRUMENTAL QUIRURGICO PARA LA RED ASISTENCIAL APURIMAC

Ruc/código :	20520987186	Fecha de envío :	11/08/2023
Nombre o Razón social :	CARDIOMED DEL PERU SAC	Hora de envío :	14:55:53

**Consulta:** Nro. 14

**Consulta/Observación:**

Las medidas entre las principales marcas que se encuentran en el mercado difieren entre sí, sin embargo esta mínima diferencia en la medida no impide que el instrumental cumpla con la función para la que fue diseñada.

Por lo expuesto líneas arriba y en aras de no contravenir con la ley que rige las contrataciones con el estado, en su inciso a) Libertad de concurrencia, aceptara el Comité de Selección en coordinación con la parte usuaria dar un margen de +/- 1cm para todos los instrumentos para una mayor participación de postores?

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** III      **Literal:** 3.1      **Página:** 34

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

NO SE ACOGE LA CONSULTA, INDICANDO QUE YA SE MODIFICO LA TOLERANCIA DE +/- 5% EN LAS MEDIDAS DE LOS ITEMS.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

NINGUNA.

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : LP-SM-1-2023-ESSALUD/RAAP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE INSTRUMENTAL QUIRURGICO PARA LA RED ASISTENCIAL APURIMAC

Ruc/código :	20520987186	Fecha de envío :	11/08/2023
Nombre o Razón social :	CARDIOMED DEL PERU SAC	Hora de envío :	14:55:53

**Consulta:** Nro. 15

**Consulta/Observación:**

Nro. 30 PORTA AGUJA DE MAYO HEGAR DE 18CM

Características: Con mandíbulas rectas con inserción de carburo de tungsteno, superficie de agarre con estructura de 0.5mm sin fenestras. caja de traba lisa, mango ergonomico con cremallera de 3 a 5 clis, con anillos completos. DIMENSIÓN: 18CM

En la actualidad existen fabricantes de instrumental quirúrgico de última tecnología, con diversas funciones siendo la más importante tanto para las porta agujas, Tijeras, Contar con una porta aguja Mayo Hegar Curva ayudaría para una mejor ergonomía facilitando con eso el trabajo de los especialistas en emergencia, sala de partos y sala de operaciones, Por tanto, a fin de dar una mayor prestación de los instrumentos y en aras de la vigencia tecnológicas que rigen la ley de las contrataciones del estado y contribuir con tecnologías y métodos médicos de actualidad aceptará el comité especial en coordinación con la parte usuaria como requerimiento técnico mínimo lo siguiente:

Nro. 30 PORTA AGUJA DE MAYO HEGAR CURVA DE 18CM

Características: Con mandíbulas curva con insercion de carburo de tungsteno, superficie de agarre con estructura de 0.5mm sin fenestras. caja de traba lisa, mango ergonomico con cremallera de 3 a 5 clis, con anillos completos. DIMENSIÓN: 18CM

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 36

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

NO SE ACOGE LA CONSULTA, Y SE DEBE CEÑIRSE A LAS BASES.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

NINGUNA.

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : LP-SM-1-2023-ESSALUD/RAAP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE INSTRUMENTAL QUIRURGICO PARA LA RED ASISTENCIAL APURIMAC

Ruc/código :	20520987186	Fecha de envío :	11/08/2023
Nombre o Razón social :	CARDIOMED DEL PERU SAC	Hora de envío :	14:55:53

**Consulta:** Nro. 16

**Consulta/Observación:**

Nro. 34 SEPARADOR RICHARDSON EASTMAN DE 26 CM

Características: separador con dos valvas asimétricas de: A.22MM X 21MM con bordes romos B. 29mm x 30mm con bordes romos. Con reborde. Mango tubular con relieves antideslizante en parte central DIMENSIÓN: 26CM

Las medidas entre las principales marcas que se encuentran en el mercado difieren entre sí, sin embargo esta mínima diferencia en la medida no impide que el instrumental cumpla con la función para la que fue diseñada.

Por lo expuesto líneas arriba y en aras de no contravenir con la ley que rige las contrataciones con el estado, en su inciso a) Libertad de concurrencia, aceptara el Comité de Selección en coordinación con la parte usuaria lo siguiente:

Nro. 34 SEPARADOR RICHARDSON EASTMAN DE 26 CM

Características: separador con dos valvas asimétricas de: A Y B ( Según cada fabricante) con bordes romos. Con reborde. Mango tubular con relieves antideslizante en parte central DIMENSIÓN: 26CM

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** III      **Literal:** 3.1      **Página:** 36

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

NO SE ACOGE LA CONSULTA, Y SE DEBE CEÑIRSE A LAS BASES.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

NINGUNA.



Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : LP-SM-1-2023-ESSALUD/RAAP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE INSTRUMENTAL QUIRURGICO PARA LA RED ASISTENCIAL APURIMAC

Ruc/código :	20520987186	Fecha de envío :	11/08/2023
Nombre o Razón social :	CARDIOMED DEL PERU SAC	Hora de envío :	14:55:53

**Consulta:** Nro. 17

**Consulta/Observación:**

Nro. 48 SET DE INSTRUMENTAL QUIRURGICO PARA SUTURA  
PORTA AGUJA MAYO HEGAR DE 12CM

Al respecto señalar que, en nuestra marca ofrecemos una porta aguja parecida que cumplen la misma función, difiriendo en la denominación que maneja nuestro fabricante, sin embargo, todos los procesos e intervenciones requeridas son ejecutados de manera adecuada. En función de lo señalado, la vigencia tecnológica y principio de libre competencia, solicitamos modificar los requerimientos técnicos de manera siguiente:

PORTA AGUJA DERF DE 12CM

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** III      **Literal:** 3.1      **Página:** 38

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

NO SE ACOGE LA CONSULTA, Y SE DEBE CEÑIRSE A LAS BASES.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**  
NINGUNA.

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : LP-SM-1-2023-ESSALUD/RAAP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE INSTRUMENTAL QUIRURGICO PARA LA RED ASISTENCIAL APURIMAC

Ruc/código :	20603515707	Fecha de envío :	11/08/2023
Nombre o Razón social :	QUIRURGICOS PERU E.I.R.L.	Hora de envío :	15:39:23

**Consulta:** Nro. 18

**Consulta/Observación:**

En las páginas 14,15,34,35,36,37 y 38 dentro de las especificaciones técnicas están solicitando medidas determinadas para cada producto. Las medidas entre las principales empresas que importamos y comercializamos INSTRUMENTAL QUIRURGICO varían entre sí.

En aras de fomentar la mayor pluralidad de postores solicitamos al comité de selección otorgar una tolerancia de +/- 1cm en cuanto a las medidas solicitadas

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** I      **Literal:** 1.2      **Página:** 14

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

NO SE ACOGE LA CONSULTA, INDICANDO QUE YA SE MODIFICO LA TOLERANCIA DE +/- 5% EN LAS MEDIDAS DE LOS ITEMS.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

NINGUNA.

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : LP-SM-1-2023-ESSALUD/RAAP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE INSTRUMENTAL QUIRURGICO PARA LA RED ASISTENCIAL APURIMAC

Ruc/código :	20603515707	Fecha de envío :	11/08/2023
Nombre o Razón social :	QUIRURGICOS PERU E.I.R.L.	Hora de envío :	15:39:23

**Consulta:** Nro. 19

**Consulta/Observación:**

Sobre la presentación de muestras que solicitan.

SOLICITAMOS AL COMITÉ DE SELECCION PRECISAR CUANTOS INSTRUMENTALES SE DEBE PRESENTAR COMO MINIMO Y COMO MAXIMO PARA MUESTRA, DADO QUE SON VARIOS LOS ITEMS A REQUERIR.

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** III      **Literal:** 3.1      **Página:** 29

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

SE ACOGE LA CONSULTA Y SE REALIZARA LAS MODIFICACIONES EN LAS BASES DEL PROCESO DE

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

SE AGREGA: SE DEBERA PRESENTAR 10 MUESTRAS DEACUERDO AL SIGUIENTE CUADRO:

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : LP-SM-1-2023-ESSALUD/RAAP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE INSTRUMENTAL QUIRURGICO PARA LA RED ASISTENCIAL APURIMAC

Ruc/código :	20603515707	Fecha de envío :	11/08/2023
Nombre o Razón social :	QUIRURGICOS PERU E.I.R.L.	Hora de envío :	15:39:23

**Observación: Nro. 20**

**Consulta/Observación:**

En la sección de documentos de presentación obligatoria solicitan j) METODOLOGÍA DE ANALITICA. Este documento es usado por las empresas que fabrican o distribuyen medicinas para la verificación de calidad. siendo el fin del presente proceso la compra de instrumental quirúrgico (dispositivo de clase I).

Solicitamos al comité de selección tenga a bien retirar este documento o dejarlo como documento de presentación facultativa. O en su caso solicitar presentación del ISO 9001 Y ISO 13485 dado que toda empresa que fabrica instrumental cuenta con estos ISOS por que sirven para la aplicación de gestión de calidad de los productos.

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** II    **Literal:** 2.2.1.1.    **Página:** 18

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

SE ACOGE LA OBSERVACION Y SE ELIMINARA ESE REQUISITO DE LAS BASES DEL PROCESO DE SELECCIÓN

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

SE ELIMINA LA METODOLOGIA ANALITICA DE LAS BASES DEL PROCESO DE SELECCIÓN

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : LP-SM-1-2023-ESSALUD/RAAP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE INSTRUMENTAL QUIRURGICO PARA LA RED ASISTENCIAL APURIMAC

Ruc/código :	20601586470	Fecha de envío :	11/08/2023
Nombre o Razón social :	J & G INVERSIONES PERU S.A.C.	Hora de envío :	19:02:09

**Observación: Nro. 21**

**Consulta/Observación:**

TOLERANCIA EN LAS MEDIDAS

(pags. 34, 35, 36, 37)

Podemos visualizar que en algunos de los Instrumentales Quirurgicos solicitados brindan un tolerancia en las medidas de sus dimensiones, esto debido a que se es sabido que en los catalogos de las principales marcas de instrumentales quirurgicos que se comercializan en el mercado existe una variacion en sus medidas, sin que estas dificulten o impidan su funcionabilidad.

A fin de no limitar la participacion de postores, solicitamos al comité de seleccion se considere lo mismo para los siguientes instrumentales:

N° Descripción

4 MANGO DE BISTURI N. 3 LARGO (Dimension: 21 cm +/- 5%)

5 MANGO DE BISTURI N. 3 L DE 21 (M Dimension: 21 cm +/- 5%)

11 PINZA BACKHAUS 12.5 CM (Dimension: 12.5 cm +/- 5%)

13PINZA DE DISECCION CON DIENTE 15 CM (Dimension: 15 cm +/- 5%)

14 PINZA DE DISECCION SIN DIENTE 15 CM (Dimension: 15 cm +/- 5%)

16 PINZA FOERSTER BALLENGER CURVA DE 24 CM (Dimension: 24 cm +/- 5%)

17 PINZA FOERSTER BALLENGER RECTA DE 24 CM (Dimension: 24 cm +/- 5%)

20 PINZA HEISS CURVA PUNTA FINA 20.5 CM (Dimension: 20.5 cm +/- 5%)

35 SONDA ACANALADA CON PUNTA DE ESTILETE 15 CM (Dimension: 15 cm +/- 5%)

37 TIJERA DE MAYO STILLE RECTA DE 21.5 CM (Dimension: 21.5 cm +/- 5%)

38 TIJERA DE MAYO RECTA DE 15 CM (Dimension: 15 cm +/- 5%)

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico Numeral: 3.1

**Literal:** ANEXO A

**Página:** 34

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

art. 2, inciso a) b) c) e)

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

NO SE ACOGE LA CONSULTA, INDICANDO QUE YA SE MODIFICO LA TOLERANCIA DE +/- 5% EN LAS MEDIDAS DE LOS ITEMS.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

NINGUNA.

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : LP-SM-1-2023-ESSALUD/RAAP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE INSTRUMENTAL QUIRURGICO PARA LA RED ASISTENCIAL APURIMAC

Ruc/código :	20601586470	Fecha de envío :	11/08/2023
Nombre o Razón social :	J & G INVERSIONES PERU S.A.C.	Hora de envío :	19:02:09

**Observación: Nro. 22**

**Consulta/Observación:**

TOLERANCIA EN LAS MEDIDAS

(pags. 36, 37)

Podemos visualizar que en algunos de los Instrumentales Quirurgicos solicitados brindan un tolerancia en las medidas de sus dimensiones, esto debido a que se es sabido que en los catalogos de las principales marcas de instrumentales quirurgicos que se comercializan en el mercado existe una variacion en sus medidas, sin que estas dificulten o impidan su funcionabilidad.

A fin de no limitar la participacion de postores, solicitamos al comité de seleccion se considere lo mismo para los siguientes instrumentales:

- N° Descripción
- 26 PINZA ROCHESTER PEAN CURVA 15 CM (Dimension: 15 cm +/- 1 cm)
- 36 SONDA ACANALADA DE DOYEN DE 15 CM (Dimension: 15 cm +/- 1 cm)
- 44 TIJERA METZENBAUM FINO CURVA DE 15 CM (Dimension: 15 cm +/- 1 cm)

**Acápíte de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** 3.1    **Literal:** ANEXO A    **Página:** 34

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

art. 2, incisos a) b) c) e)

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

NO SE ACOGE LA CONSULTA, INDICANDO QUE YA SE MODIFICO LA TOLERANCIA DE +/- 5% EN LAS MEDIDAS DE LOS ITEMS.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

NINGUNA.

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : LP-SM-1-2023-ESSALUD/RAAP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE INSTRUMENTAL QUIRURGICO PARA LA RED ASISTENCIAL APURIMAC

Ruc/código :	20601586470	Fecha de envío :	11/08/2023
Nombre o Razón social :	J & G INVERSIONES PERU S.A.C.	Hora de envío :	19:02:09

**Observación: Nro. 23**

**Consulta/Observación:**

37. TIJERA MAYO STILLE RECTA DE 21.5cm.

En los catalogos de las marcas del mercado existen nombres distintos para productos equivalentes y de iguales funciones. A fin de no limitar la participación de postores solicitamos al comité que tambien acepte: tijera Lexer de 21cm, ya que tiene la misma funcion y es fina como solicita las especificaciones técnicas.

**Acápíte de las bases :** Sección: Especifico      Numeral: 3.1      Literal: ANEXO A      **Página: 36**

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

art. 2 incisos a) b) c) e)

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

NO SE ACOGE LA CONSULTA, Y SE DEBE CEÑIRSE A LAS BASES.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

NINGUNA.

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : LP-SM-1-2023-ESSALUD/RAAP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE INSTRUMENTAL QUIRURGICO PARA LA RED ASISTENCIAL APURIMAC

Ruc/código :	20601586470	Fecha de envío :	11/08/2023
Nombre o Razón social :	J & G INVERSIONES PERU S.A.C.	Hora de envío :	19:02:09

**Consulta:** Nro. 24

**Consulta/Observación:**

N° Descripción:

4 MANGO DE BISTURI N. 3 LARGO

5 MANGO DE BISTURI N. 3 L DE 21 CM

De acuerdo a las especificacion brindadas se tratan del mismo instrumental. Podria el comité de seleccion indicar si es correcta nuestra apreciación?

**Acápíte de las bases :** Sección: Especifico      Numeral: 3.1      Literal: ANEXO A      **Página:** 34

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

SE ACLARA LA CONSULTA INDICANDO QUE LOS ITEMS TIENEN LAS MISMAS ESPECIFICACIONES TECNICAS.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

NINGUNA.



Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : LP-SM-1-2023-ESSALUD/RAAP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE INSTRUMENTAL QUIRURGICO PARA LA RED ASISTENCIAL APURIMAC

Ruc/código :	20601586470	Fecha de envío :	11/08/2023
Nombre o Razón social :	J & G INVERSIONES PERU S.A.C.	Hora de envío :	19:02:09

**Observación: Nro. 25**

**Consulta/Observación:**

1. PORTA AGUJA DE MAYO HEGAR DE 12 CM

En los catalogos de las marcas del mercado existen nombres distintos para productos equivalentes y de iguales funciones.

A fin de no limitar la participación de postores solicitamos al comité que tambien acepte: PORTA AGUJA DERF 12CM, ya que tiene la misma funcion como solicita las especificaciones técnicas.

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** 3.1    **Literal:** ANEXO A    **Página:** 38

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

art. 2 incisos a) b) c) e)

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

NO SE ACOGE LA CONSULTA, Y SE DEBE CEÑIRSE A LAS BASES.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

NINGUNA.

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : LP-SM-1-2023-ESSALUD/RAAP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE INSTRUMENTAL QUIRURGICO PARA LA RED ASISTENCIAL APURIMAC

Ruc/código :	20601586470	Fecha de envío :	11/08/2023
Nombre o Razón social :	J & G INVERSIONES PERU S.A.C.	Hora de envío :	19:02:09

**Observación: Nro. 26**

**Consulta/Observación:**

g) CERTIFICADO DE BUENAS PRACTICAS DE DISTRIBUCION Y TRANSPORTE VIGENTE (CBPDT)

De acuerdo a la Resolucion Ministerial N° 1000-2016/MINSA, se resuelve lo siguiente:

"V. AMBITO DE APLICACION:

El presente Manual es de cumplimiento obligatorio para las droguerías y almacenes especializados que participan a nivel nacional en el proceso de distribución y transporte de PRODUCTOS FARMACEUTICOS, ASI COMO DISPOSITIVOS MEDICOS QUE REQUIERAN CONDICIONES DE TEMPERATURA REFRIGERADA Y TEMPERATURA CONGELADA"

Los bienes solicitados son dispositivos medicos (instrumentales quirurgicos) que no requieren condiciones de temperatura refrigerada ni temperatura congelada.

Por tanto, solicitamos al comité de selección retirar el numeral g) de los documentos de presentación obligatoria, debido a que no corresponde al presente proceso de selección.

**Acápite de las bases :** Sección: General      Numeral: 2.2.1.1      Literal: g      **Página: 19**

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

art. 2 incisos a) b) c) e)

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

SE ACOGE LA OBSERVACION Y SE ELIMINARA ESE REQUISITO DE LAS BASES DEL PROCESO DE SELECCIÓN

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

SE ELIMINA EL Certificado de Buenas Prácticas de Distribución y Transporte Vigente(CBPDT) DE LAS BASES DEL PROCESO DE SELECCIÓN