

## PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAROCONDO

Nomenclatura : AS-SM-9-2023-MDH/A-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS BIOMEDICOS DE CADENA DE FRIO CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS "MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PUESTO DE SALUD HUAROCONDO, RED DE SERVICIOS DE SALUD CUSCO NORTE, MICRORED ANTA - CUSCO" (031)

Ruc/código :	20543306771	Fecha de envío :	28/09/2023
Nombre o Razón social :	CORPORACION CIMMSA SOCIEDAD ANONIMA - CORPORACION CIMMSA S.A.	Hora de envío :	22:13:38

**Consulta: Nro. 1**

**Consulta/Observación:**

CARACTERISTICAS TECNICAS  
REFRIGERADORA PARA MEDICAMENTOS

D01. Juego de cuatro (04) bandejas como minimo.

Al respecto, este tipo de conservadoras horizontales viene con canastillas de acero plastificado y no con bandejas (en equipos verticales).

Solicitamos, al comité de selección reformular este requerimiento de la siguiente manera:

D01. Juego de cuatro (04) canastillas como minimo.

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** 3    **Literal:** 3.1    **Página:** 25

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se acoge la solicitud del postor, el punto D01 de las características técnicas del equipo REFRIGERADORA PARA MEDICAMENTOS, indicará lo siguiente:

D01 JUEGO DE CUATRO (04) CANASTILLAS COMO MÍNIMO.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAROCONDO

Nomenclatura : AS-SM-9-2023-MDH/A-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS BIOMEDICOS DE CADENA DE FRIO CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS "MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PUESTO DE SALUD HUAROCONDO, RED DE SERVICIOS DE SALUD CUSCO NORTE, MICRORED ANTA - CUSCO" (031)

Ruc/código :	20543306771	Fecha de envío :	28/09/2023
Nombre o Razón social :	CORPORACION CIMMSA SOCIEDAD ANONIMA - CORPORACION CIMMSA S.A.	Hora de envío :	22:14:04

**Consulta: Nro. 2**

**Consulta/Observación:**

CARACTERISTICAS TECNICAS  
REFRIGERADORA PARA MEDICAMENTOS  
E01. 220/230 VAC (NOMINAL), compatibles con las normas y certificaciones ¿¿  
Al respecto, sabiendo que los postores debemos sustentar cada característica técnica y comúnmente en los catálogos de los fabricantes solo figura el voltaje: 220/230 VAC (NOMINAL).  
Solicitamos al comité de selección, suprimir todo lo demás y quedando solo lo siguiente:  
E01. 220/230 VAC (NOMINAL).

**Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 3.1 Página: 25**

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

No se acoge la solicitud del postor, ya que existe en el expediente de contratación, pluralidad de postores y marcas que cumplen con la ficha técnica del equipo objeto a adquirir, el cual ha sido elaborado teniendo en cuenta la necesidad del área usuaria.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAROCONDO

Nomenclatura : AS-SM-9-2023-MDH/A-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS BIOMEDICOS DE CADENA DE FRIO CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS "MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PUESTO DE SALUD HUAROCONDO, RED DE SERVICIOS DE SALUD CUSCO NORTE, MICRORED ANTA - CUSCO" (031)

Ruc/código :	20543306771	Fecha de envío :	28/09/2023
Nombre o Razón social :	CORPORACION CIMMSA SOCIEDAD ANONIMA - CORPORACION CIMMSA S.A.	Hora de envío :	22:14:26

**Consulta:** Nro. 3

**Consulta/Observación:**

CARACTERISTICAS TECNICAS

REFRIGERADORA PARA MEDICAMENTOS

E02. 60 HZ, cumplir con lo establecido en la regla ¿¿.

Al respecto, sabiendo que los postores debemos sustentar cada característica técnica y comúnmente en los catálogos de los fabricantes solo figura la frecuencia: 60 HZ.

Solicitamos al comité de selección, suprimir todo lo demás y quedando solo lo siguiente:

E02. 60 HZ.

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** 3    **Literal:** 3.1    **Página:** 25

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

No se acoge la solicitud del postor, ya que existe en el expediente de contratación, pluralidad de postores y marcas que cumplen con la ficha técnica del equipo objeto a adquirir, el cual ha sido elaborado teniendo en cuenta la necesidad del área usuaria.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAROCONDO

Nomenclatura : AS-SM-9-2023-MDH/A-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS BIOMEDICOS DE CADENA DE FRIO CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS "MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PUESTO DE SALUD HUAROCONDO, RED DE SERVICIOS DE SALUD CUSCO NORTE, MICRORED ANTA - CUSCO" (031)

Ruc/código :	20543306771	Fecha de envío :	28/09/2023
Nombre o Razón social :	CORPORACION CIMMSA SOCIEDAD ANONIMA - CORPORACION CIMMSA S.A.	Hora de envío :	22:14:50

**Consulta: Nro. 4**

**Consulta/Observación:**

CARACTERISTICAS TECNICAS  
REFRIGERADORA PARA MEDICAMENTOS  
E03. Tipo de enchufe schuko, 250 V, 16A, CUMPLIR CON LA NORMA DE APLICACIÓN DEL DIAGRAMA ¿¿.  
Al respecto, sabiendo que los postores debemos sustentar cada característica técnica y comúnmente en los catálogos de los fabricantes solo figura el tipo de enchufe: schuko, 250 V, 16A  
Solicitamos al comité de selección, suprimir todo lo demás y quedando solo lo siguiente:  
E03. Tipo de enchufe schuko, 250 V, 16A.

**Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 3.1 Página: 25**

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

No se acoge la solicitud del postor, ya que en el expediente de contratación, existe pluralidad de postores y marcas que cumplen con la ficha técnica del equipo objeto a adquirir, el cual ha sido elaborado teniendo en cuenta la necesidad del área usuaria.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAROCONDO

Nomenclatura : AS-SM-9-2023-MDH/A-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS BIOMEDICOS DE CADENA DE FRIO CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS "MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PUESTO DE SALUD HUAROCONDO, RED DE SERVICIOS DE SALUD CUSCO NORTE, MICRORED ANTA - CUSCO" (031)

Ruc/código :	20543306771	Fecha de envío :	28/09/2023
Nombre o Razón social :	CORPORACION CIMMSA SOCIEDAD ANONIMA - CORPORACION CIMMSA S.A.	Hora de envío :	22:15:20

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

CARACTERISTICAS TECNICAS  
REFRIGERADORA PARA LABORATORIO DE 14 PIES CUBICOS  
B03. Cámara de conservación fabricado en acero inoxidable.  
Entendemos que, por cámara de conservación se refieren solo al interior de la cabina del equipo.  
¿Confirmar, si nuestro entender es correcto?

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 3.1 Página: 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En atención a la consulta del postor, se debe aclarar que, la cámara de conservación fabricado en acero inoxidable, se refiere al interior del equipo.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:  
null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAROCONDO

Nomenclatura : AS-SM-9-2023-MDH/A-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS BIOMEDICOS DE CADENA DE FRIO CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS "MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PUESTO DE SALUD HUAROCONDO, RED DE SERVICIOS DE SALUD CUSCO NORTE, MICRORED ANTA - CUSCO" (031)

Ruc/código :	20543306771	Fecha de envío :	28/09/2023
Nombre o Razón social :	CORPORACION CIMMSA SOCIEDAD ANONIMA - CORPORACION CIMMSA S.A.	Hora de envío :	22:15:40

**Consulta:** Nro. 6

**Consulta/Observación:**

CARACTERISTICAS TECNICAS

REFRIGERADORA PARA LABORATORIO DE 14 PIES CUBICOS

B12. Sistema de flujo de aire reforzado ¿.

Al respecto, vemos que hay un error involuntario, pues debe decir:

B12. Sistema de flujo de aire forzado ¿..

SOLICITAMOS PRECISAR.

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** 3      **Literal:** 3.1      **Página:** 26

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se acoge la solicitud del postor, el punto B12 de las características técnicas del equipo REFRIGERADORA PARA LABORATORIO DE 14 PIES CUBICOS, indicará lo siguiente:

B12 SISTEMA DE FLUJO DE AIRE FORZADO EN LA INTERIOR

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAROCONDO

Nomenclatura : AS-SM-9-2023-MDH/A-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS BIOMEDICOS DE CADENA DE FRIO CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS "MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PUESTO DE SALUD HUAROCONDO, RED DE SERVICIOS DE SALUD CUSCO NORTE, MICRORED ANTA - CUSCO" (031)

Ruc/código :	20543306771	Fecha de envío :	28/09/2023
Nombre o Razón social :	CORPORACION CIMMSA SOCIEDAD ANONIMA - CORPORACION CIMMSA S.A.	Hora de envío :	22:16:02

**Consulta: Nro. 7**

**Consulta/Observación:**

CARACTERISTICAS TECNICAS  
REFRIGERADORA PARA LABORATORIO DE 14 PIES CUBICOS  
E01. 220/230 VAC (NOMINAL), compatibles con las normas y certificaciones ¿¿  
Al respecto, sabiendo que los postores debemos sustentar cada característica técnica y comúnmente en los catálogos de los fabricantes solo figura el voltaje: 220/230 VAC (NOMINAL).  
Solicitamos al comité de selección, suprimir todo lo demás y quedando solo lo siguiente:  
E01. 220/230 VAC (NOMINAL).

**Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 3.1 Página: 26**

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

No se acoge la solicitud del postor, ya que en el expediente de contratación, existe pluralidad de postores y marcas que cumplen con la ficha técnica del equipo objeto a adquirir, el cual ha sido elaborado teniendo en cuenta la necesidad del área usuaria.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAROCONDO

Nomenclatura : AS-SM-9-2023-MDH/A-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS BIOMEDICOS DE CADENA DE FRIO CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS "MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PUESTO DE SALUD HUAROCONDO, RED DE SERVICIOS DE SALUD CUSCO NORTE, MICRORED ANTA - CUSCO" (031)

Ruc/código :	20543306771	Fecha de envío :	28/09/2023
Nombre o Razón social :	CORPORACION CIMMSA SOCIEDAD ANONIMA - CORPORACION CIMMSA S.A.	Hora de envío :	22:16:24

**Consulta: Nro. 8**

**Consulta/Observación:**

CARACTERISTICAS TECNICAS

REFRIGERADORA PARA LABORATORIO DE 14 PIES CUBICOS

E02. 60 HZ, cumplir con lo establecido en la regla ¿¿.

Al respecto, sabiendo que los postores debemos sustentar cada característica técnica y comúnmente en los catálogos de los fabricantes solo figura la frecuencia: 60 HZ.

Solicitamos al comité de selección, suprimir todo lo demás y quedando solo lo siguiente:

E02. 60 HZ.

**Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 3.1 Página: 26**

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

No se acoge la solicitud del postor, ya que en el expediente de contratación, existe pluralidad de postores y marcas que cumplen con la ficha técnica del equipo objeto a adquirir, el cual ha sido elaborado teniendo en cuenta la necesidad del área usuaria.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null



Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAROCONDO

Nomenclatura : AS-SM-9-2023-MDH/A-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS BIOMEDICOS DE CADENA DE FRIO CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS "MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PUESTO DE SALUD HUAROCONDO, RED DE SERVICIOS DE SALUD CUSCO NORTE, MICRORED ANTA - CUSCO" (031)

Ruc/código :	20543306771	Fecha de envío :	28/09/2023
Nombre o Razón social :	CORPORACION CIMMSA SOCIEDAD ANONIMA - CORPORACION CIMMSA S.A.	Hora de envío :	22:16:54

**Consulta:** Nro. 9

**Consulta/Observación:**

CARACTERISTICAS TECNICAS

REFRIGERADORA PARA LABORATORIO DE 14 PIES CUBICOS

E03. Tipo de enchufe schuko, 250 V, 16A, CUMPLIR CON LA NORMA DE APLICACIÓN DEL DIAGRAMA ¿¿.

Al respecto, sabiendo que los postores debemos sustentar cada característica técnica y comúnmente en los catálogos de los fabricantes solo figura el tipo de enchufe: schuko, 250 V, 16A

Solicitamos al comité de selección, suprimir todo lo demás y quedando solo lo siguiente:

E03. Tipo de enchufe schuko, 250 V, 16A.

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** 3    **Literal:** 3.1    **Página:** 26

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

No se acoge la solicitud del postor, ya que en el expediente de contratación existe pluralidad de postores y marcas que cumplen con la ficha técnica del equipo objeto a adquirir, el cual ha sido elaborado teniendo en cuenta la necesidad del área usuaria.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAROCONDO

Nomenclatura : AS-SM-9-2023-MDH/A-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS BIOMEDICOS DE CADENA DE FRIO CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS "MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PUESTO DE SALUD HUAROCONDO, RED DE SERVICIOS DE SALUD CUSCO NORTE, MICRORED ANTA - CUSCO" (031)

Ruc/código :	20543306771	Fecha de envío :	28/09/2023
Nombre o Razón social :	CORPORACION CIMMSA SOCIEDAD ANONIMA - CORPORACION CIMMSA S.A.	Hora de envío :	22:17:20

Consulta: Nro. 10

Consulta/Observación:

CARACTERISTICAS TECNICAS  
REFRIGERADOR DE 4 P3

Al respecto, entendemos que los postores podremos ofertar este equipo con puerta de vidrio o puerta de tipo ciega, de acuerdo con el diseño del fabricante.  
¿Confirmar, si nuestro entender es correcto?

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 3.1 Página: 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En atención a la consulta del postor, se debe aclarar que, la puerta del equipo REFRIGERADORA DE 4 P3, deberá ser de vidrio.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:  
null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAROCONDO

Nomenclatura : AS-SM-9-2023-MDH/A-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS BIOMEDICOS DE CADENA DE FRIO CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS "MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PUESTO DE SALUD HUAROCONDO, RED DE SERVICIOS DE SALUD CUSCO NORTE, MICRORED ANTA - CUSCO" (031)

Ruc/código :	20543306771	Fecha de envío :	28/09/2023
Nombre o Razón social :	CORPORACION CIMMSA SOCIEDAD ANONIMA - CORPORACION CIMMSA S.A.	Hora de envío :	22:17:44

**Consulta:** Nro. 11

**Consulta/Observación:**

CARACTERISTICAS TECNICAS

REFRIGERADOR DE 4 P3

E01. 220/230 VAC (NOMINAL), compatibles con las normas y certificaciones ¿¿

Al respecto, sabiendo que los postores debemos sustentar cada característica técnica y comúnmente en los catálogos de los fabricantes solo figura el voltaje: 220/230 VAC (NOMINAL).

Solicitamos al comité de selección, suprimir todo lo demás y quedando solo lo siguiente:

E01. 220/230 VAC (NOMINAL).

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** 3    **Literal:** 3.1    **Página:** 27

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

No se acoge la solicitud del postor, ya que en el expediente de contratación, existe pluralidad de postores y marcas que cumplen con la ficha técnica del equipo objeto a adquirir, el cual ha sido elaborado teniendo en cuenta la necesidad del área usuaria.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAROCONDO

Nomenclatura : AS-SM-9-2023-MDH/A-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS BIOMEDICOS DE CADENA DE FRIO CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS "MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PUESTO DE SALUD HUAROCONDO, RED DE SERVICIOS DE SALUD CUSCO NORTE, MICRORED ANTA - CUSCO" (031)

Ruc/código :	20543306771	Fecha de envío :	28/09/2023
Nombre o Razón social :	CORPORACION CIMMSA SOCIEDAD ANONIMA - CORPORACION CIMMSA S.A.	Hora de envío :	22:18:10

**Consulta:** Nro. 12

**Consulta/Observación:**

CARACTERISTICAS TECNICAS

REFRIGERADOR DE 4 P3

E02. 60 HZ, cumplir con lo establecido en la regla ¿¿.

Al respecto, sabiendo que los postores debemos sustentar cada característica técnica y comúnmente en los catálogos de los fabricantes solo figura la frecuencia: 60 HZ.

Solicitamos al comité de selección, suprimir todo lo demás y quedando solo lo siguiente:

E02. 60 HZ.

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** 3    **Literal:** 3.1    **Página:** 27

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

No se acoge la solicitud del postor, ya que en el expediente de contratación, existe pluralidad de postores y marcas que cumplen con la ficha técnica del equipo objeto a adquirir, el cual ha sido elaborado teniendo en cuenta la necesidad del área usuaria.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAROCONDO

Nomenclatura : AS-SM-9-2023-MDH/A-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS BIOMEDICOS DE CADENA DE FRIO CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS "MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PUESTO DE SALUD HUAROCONDO, RED DE SERVICIOS DE SALUD CUSCO NORTE, MICRORED ANTA - CUSCO" (031)

Ruc/código :	20543306771	Fecha de envío :	28/09/2023
Nombre o Razón social :	CORPORACION CIMMSA SOCIEDAD ANONIMA - CORPORACION CIMMSA S.A.	Hora de envío :	22:18:34

**Consulta:** Nro. 13

**Consulta/Observación:**

CARACTERISTICAS TECNICAS

REFRIGERADOR DE 4 P3

E03. Tipo de enchufe schuko, 250 V, 16A, CUMPLIR CON LA NORMA DE APLICACIÓN DEL DIAGRAMA ¿¿.

Al respecto, sabiendo que los postores debemos sustentar cada característica técnica y comúnmente en los catálogos de los fabricantes solo figura el tipo de enchufe: schuko, 250 V, 16A

Solicitamos al comité de selección, suprimir todo lo demás y quedando solo lo siguiente:

E03. Tipo de enchufe schuko, 250 V, 16A.

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** 3    **Literal:** 3.1    **Página:** 27

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

No se acoge la solicitud del postor, ya que en el expediente de contratación, existe pluralidad de postores y marcas que cumplen con la ficha técnica del equipo objeto a adquirir, el cual ha sido elaborado teniendo en cuenta la necesidad del área usuaria.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAROCONDO

Nomenclatura : AS-SM-9-2023-MDH/A-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS BIOMEDICOS DE CADENA DE FRIO CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS "MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PUESTO DE SALUD HUAROCONDO, RED DE SERVICIOS DE SALUD CUSCO NORTE, MICRORED ANTA - CUSCO" (031)

Ruc/código :	20543306771	Fecha de envío :	28/09/2023
Nombre o Razón social :	CORPORACION CIMMSA SOCIEDAD ANONIMA - CORPORACION CIMMSA S.A.	Hora de envío :	22:19:02

Consulta: Nro. 14

Consulta/Observación:

CARACTERISTICAS TECNICAS  
CONGELADORA DE VACUNAS HORIZONTAL  
D01. Cantidad necesaria de canastillas de acero inoxidable ¿.  
Al respecto, estos equipos comúnmente vienen con canastillas de acero plastificado.  
Solicitamos ampliar este punto a:  
D01. Cantidad necesaria de canastillas de acero inoxidable y/o acero plastificado ¿.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 3.1 Página: 28

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge la solicitud del postor, el punto D01 de las características técnicas del equipo CONGELADORA DE VACUNAS HORIZONTAL, indicará lo siguiente:  
D01 CANTIDAD NECESARIA DE CANASTILLAS DE ACERO INOXIDABLE Y/O ACERO PLASTIFICADO QUE GARANTIZE EL ALMACENAMIENTO DE LA CAPACIDAD MÁXIMA DE LA CÁMARA DE CONSERVACIÓN DEL

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:  
null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAROCONDO

Nomenclatura : AS-SM-9-2023-MDH/A-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS BIOMEDICOS DE CADENA DE FRIO CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS "MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PUESTO DE SALUD HUAROCONDO, RED DE SERVICIOS DE SALUD CUSCO NORTE, MICRORED ANTA - CUSCO" (031)

Ruc/código :	20543306771	Fecha de envío :	28/09/2023
Nombre o Razón social :	CORPORACION CIMMSA SOCIEDAD ANONIMA - CORPORACION CIMMSA S.A.	Hora de envío :	22:19:24

**Consulta:** Nro. 15

**Consulta/Observación:**

CARACTERISTICAS TECNICAS  
CONGELADORA DE VACUNAS HORIZONTAL  
E01. 220/230 VAC (NOMINAL), compatibles con las normas y certificaciones ¿¿  
Al respecto, sabiendo que los postores debemos sustentar cada característica técnica y comúnmente en los catálogos de los fabricantes solo figura el voltaje: 220/230 VAC (NOMINAL).  
Solicitamos al comité de selección, suprimir todo lo demás y quedando solo lo siguiente:  
E01. 220/230 VAC (NOMINAL).

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Anexos                      **Numeral:** 3                      **Literal:** 3.1                      **Página:** 28

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

No se acoge la solicitud del postor, ya que en el expediente de contratación, existe pluralidad de postores y marcas que cumplen con la ficha técnica del equipo objeto a adquirir, el cual ha sido elaborado teniendo en cuenta la necesidad del área usuaria.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAROCONDO

Nomenclatura : AS-SM-9-2023-MDH/A-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS BIOMEDICOS DE CADENA DE FRIO CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS "MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PUESTO DE SALUD HUAROCONDO, RED DE SERVICIOS DE SALUD CUSCO NORTE, MICRORED ANTA - CUSCO" (031)

Ruc/código :	20543306771	Fecha de envío :	28/09/2023
Nombre o Razón social :	CORPORACION CIMMSA SOCIEDAD ANONIMA - CORPORACION CIMMSA S.A.	Hora de envío :	22:19:45

**Consulta:** Nro. 16

**Consulta/Observación:**

CARACTERISTICAS TECNICAS  
CONGELADORA DE VACUNAS HORIZONTAL  
E02. 60 HZ, cumplir con lo establecido en la regla ¿¿.  
Al respecto, sabiendo que los postores debemos sustentar cada característica técnica y comúnmente en los catálogos de los fabricantes solo figura la frecuencia: 60 HZ.  
Solicitamos al comité de selección, suprimir todo lo demás y quedando solo lo siguiente:  
E02. 60 HZ.

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** 3      **Literal:** 3.1      **Página:** 28

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

No se acoge la solicitud del postor, ya que en el expediente de contratación, existe pluralidad de postores y marcas que cumplen con la ficha técnica del equipo objeto a adquirir, el cual ha sido elaborado teniendo en cuenta la necesidad del área usuaria.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null



Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAROCONDO

Nomenclatura : AS-SM-9-2023-MDH/A-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS BIOMEDICOS DE CADENA DE FRIO CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS "MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PUESTO DE SALUD HUAROCONDO, RED DE SERVICIOS DE SALUD CUSCO NORTE, MICRORED ANTA - CUSCO" (031)

Ruc/código :	20543306771	Fecha de envío :	28/09/2023
Nombre o Razón social :	CORPORACION CIMMSA SOCIEDAD ANONIMA - CORPORACION CIMMSA S.A.	Hora de envío :	22:20:11

**Consulta:** Nro. 17

**Consulta/Observación:**

CARACTERISTICAS TECNICAS  
CONGELADORA DE VACUNAS HORIZONTAL  
E03. Tipo de enchufe schuko, 250 V, 16A, CUMPLIR CON LA NORMA DE APLICACIÓN DEL DIAGRAMA ¿¿.  
Al respecto, sabiendo que los postores debemos sustentar cada característica técnica y comúnmente en los catálogos de los fabricantes solo figura el tipo de enchufe: schuko, 250 V, 16A  
Solicitamos al comité de selección, suprimir todo lo demás y quedando solo lo siguiente:  
E03. Tipo de enchufe schuko, 250 V, 16A.

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** 3    **Literal:** 3.1    **Página:** 28

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

No se acoge la solicitud del postor, ya que en el expediente de contratación, existe pluralidad de postores y marcas que cumplen con la ficha técnica del equipo objeto a adquirir, el cual ha sido elaborado teniendo en cuenta la necesidad del área usuaria.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAROCONDO

Nomenclatura : AS-SM-9-2023-MDH/A-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS BIOMEDICOS DE CADENA DE FRIO CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS "MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PUESTO DE SALUD HUAROCONDO, RED DE SERVICIOS DE SALUD CUSCO NORTE, MICRORED ANTA - CUSCO" (031)

Ruc/código :	20543306771	Fecha de envío :	28/09/2023
Nombre o Razón social :	CORPORACION CIMMSA SOCIEDAD ANONIMA - CORPORACION CIMMSA S.A.	Hora de envío :	22:20:34

**Consulta:** Nro. 18

**Consulta/Observación:**

PRESTACIONES ACCESORIAS A LA PRESTACION PRINCIPAL.

Al respecto, vemos que solicitan prestaciones accesorias. Por lo que entendemos que en el ANEXO N° 6 (PRECIO DE LA OFERTA), los postores debemos consignar EL PRECIO DE LA PRESTACION PRINCIPAL y EL PRECIO DE LA PRESTACION ACCESORIA por separado?

Confirmar, si nuestro entender es correcto?

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** 3      **Literal:** 3.1      **Página:** 31

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se acoge dicha observacion Se adecuará el numeral 2.6 del Capítulo II y el acápite 10 del numeral 10.2 del Capítulo III, ambos de la Sección Específica de las Bases Integradas Definitivas que se detalla en las Bases integradas.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAROCONDO

Nomenclatura : AS-SM-9-2023-MDH/A-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS BIOMEDICOS DE CADENA DE FRIO CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS "MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PUESTO DE SALUD HUAROCONDO, RED DE SERVICIOS DE SALUD CUSCO NORTE, MICRORED ANTA - CUSCO" (031)

Ruc/código :	20543306771	Fecha de envío :	28/09/2023
Nombre o Razón social :	CORPORACION CIMMSA SOCIEDAD ANONIMA - CORPORACION CIMMSA S.A.	Hora de envío :	22:20:54

Consulta: Nro. 19

Consulta/Observación:

PRESTACIONES ACCESORIAS A LA PRESTACION PRINCIPAL.  
MANTENIMIENTO PREVENTIVO.

No se visualiza la frecuencia de los mantenimientos preventivos a realizar. Entendemos que serán según las recomendaciones del fabricante.  
Confirmar, si nuestro entender es correcto?

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 3.1 Página: 31

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge la solicitud del postor, se debe aclarar que, la frecuencia del mantenimiento preventivo será cada seis (06) meses durante los tres (03) años de garantía requeridos.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:  
null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAROCONDO

Nomenclatura : AS-SM-9-2023-MDH/A-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS BIOMEDICOS DE CADENA DE FRIO CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS "MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PUESTO DE SALUD HUAROCONDO, RED DE SERVICIOS DE SALUD CUSCO NORTE, MICRORED ANTA - CUSCO" (031)

Ruc/código :	20543306771	Fecha de envío :	28/09/2023
Nombre o Razón social :	CORPORACION CIMMSA SOCIEDAD ANONIMA - CORPORACION CIMMSA S.A.	Hora de envío :	22:21:19

**Consulta:** Nro. 20

**Consulta/Observación:**

SEÑORES

(CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN SEGÚN CORRSPONDA)

SOLICITAMOS PRECISAR A QUIEN IRA DIRGIDO LOS ANEXOS DE LA PROPUESTA. SI AL ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O AL COMITÉ DE SELECCIÓN?

**Acápite de las bases :** Sección: Anexos

**Numeral:** 1

**Literal:** 1

**Página:** 52

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

En atención a la consulta del postor, se debe aclarar que, los anexos de la propuesta deberán ser dirigidos hacia el comité de selección.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAROCONDO

Nomenclatura : AS-SM-9-2023-MDH/A-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS BIOMEDICOS DE CADENA DE FRIO CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS "MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PUESTO DE SALUD HUAROCONDO, RED DE SERVICIOS DE SALUD CUSCO NORTE, MICRORED ANTA - CUSCO" (031)

Ruc/código :	20543306771	Fecha de envío :	28/09/2023
Nombre o Razón social :	CORPORACION CIMMSA SOCIEDAD ANONIMA - CORPORACION CIMMSA S.A.	Hora de envío :	22:21:43

**Consulta:** Nro. 21

**Consulta/Observación:**

F) DECLARACIÓN JURADA indicando la marca y procedencia del bien ofertado para la verificación del cumplimiento de las especificaciones técnicas de acuerdo al capítulo III de las bases.

Al respecto, solicitamos suprimir este requisito de declaración jurada, pues ya en el FORMATO 6 (HOJA DE PRESENTACION DEL PRODUCTO) figurará la marca, procedencia y demás información del bien ofertado.

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** 2      **Literal:** 2.2      **Página:** 19

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

No se acoge la solicitud del postor, se deberá presentar los documentos requeridos por el área usuaria a fin de realizar una correcta evaluación.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAROCONDO

Nomenclatura : AS-SM-9-2023-MDH/A-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS BIOMEDICOS DE CADENA DE FRIO CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS "MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PUESTO DE SALUD HUAROCONDO, RED DE SERVICIOS DE SALUD CUSCO NORTE, MICRORED ANTA - CUSCO" (031)

Ruc/código :	20543306771	Fecha de envío :	28/09/2023
Nombre o Razón social :	CORPORACION CIMMSA SOCIEDAD ANONIMA - CORPORACION CIMMSA S.A.	Hora de envío :	22:22:09

Consulta: Nro. 22

Consulta/Observación:

G) DECLARACIÓN JURADA presentado UN PLAN DE MANTENIMIENTO QUE INCLUYE LOS PROTOCOLOS DE OPERATIVIDAD, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO POR UN PLAZO DE TRES (03) AÑOS. Al respecto, entendemos que solicitan una declaración jurada de mantenimiento preventivo. Asimismo, adicional a la declaración jurada los postores debemos presentar EL PLAN (CRONOGRAMA) DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO POR EL PERIODO DE 3 AÑOS. CONFIRMAR, SI NUESTRO ENTENDER ES CORRECTO?

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 2 Literal: 2.2 Página: 19

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

LA CONSULTA ES CORRECTA, ASI MISMO SE ACLARA QUE, LA FRECUENCIA DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO SERA CADA SEIS (6) MESES DURANTE LOS TRES (3) AÑOS DE GARANTIA

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAROCONDO

Nomenclatura : AS-SM-9-2023-MDH/A-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS BIOMEDICOS DE CADENA DE FRIO CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS "MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PUESTO DE SALUD HUAROCONDO, RED DE SERVICIOS DE SALUD CUSCO NORTE, MICRORED ANTA - CUSCO" (031)

Ruc/código :	20543306771	Fecha de envío :	28/09/2023
Nombre o Razón social :	CORPORACION CIMMSA SOCIEDAD ANONIMA - CORPORACION CIMMSA S.A.	Hora de envío :	22:22:36

Consulta: Nro. 23

Consulta/Observación:

G) DECLARACIÓN JURADA presentado UN PLAN DE MANTENIMIENTO QUE INCLUYE LOS PROTOCOLOS DE OPERATIVIDAD, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO POR UN PLAZO DE TRES (03) AÑOS.  
Al respecto, no se entiende a que se refiere con PROTOCOLOS DE OPERATIVIDAD??  
Pues el PROTOCOLO DE PRUEBAS se realiza en la entrega formal de los bienes y no se puede consignar en una declaración jurada.  
SOLICITAMOS PRECISAR PARA UN MEJOR ENTENDIMIENTO.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 2 Literal: 2.2 Página: 19

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara sobre los "protocolos de operatividad" En este contexto, los protocolos de operatividad se refieren a los procedimientos o pautas que establecen cómo operar y utilizar correctamente los bienes o equipos incluidos en el plan de mantenimiento. Este protocolo incluye instrucciones detalladas sobre cómo poner en marcha, utilizar y apagar los equipos, así como cualquier requisito específico para su funcionamiento seguro y eficiente.  
Es importante destacar que el protocolo de pruebas que mencionas, que se realiza en la entrega formal de los bienes, es diferente a los protocolos de operatividad. El protocolo de pruebas se centra en verificar que los bienes o equipos estén en buen estado de funcionamiento al momento de la entrega, mientras que los protocolos de operatividad se enfocan en cómo utilizar y operar correctamente los bienes durante el período de mantenimiento.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAROCONDO

Nomenclatura : AS-SM-9-2023-MDH/A-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS BIOMEDICOS DE CADENA DE FRIO CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS "MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PUESTO DE SALUD HUAROCONDO, RED DE SERVICIOS DE SALUD CUSCO NORTE, MICRORED ANTA - CUSCO" (031)

Ruc/código :	20543306771	Fecha de envío :	28/09/2023
Nombre o Razón social :	CORPORACION CIMMSA SOCIEDAD ANONIMA - CORPORACION CIMMSA S.A.	Hora de envío :	22:23:01

**Consulta:** Nro. 24

**Consulta/Observación:**

G) DECLARACIÓN JURADA presentado UN PLAN DE MANTENIMIENTO QUE INCLUYE LOS PROTOCOLOS DE OPERATIVIDAD, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO POR UN PLAZO DE TRES (03) AÑOS.

Al respecto, EN EL PLAN (CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO) solo se puede consignar las actividades de MANTENIMIENTO PREVENTIVO y no CORRECTIVO, pues los CORRECTIVOS pueden suceder como también no.

Solicitamos, al comité de selección REFORMULAR BIEN que se consignará en esta DECLARACION JURADA pues no se entiende. Solicitamos precisar en otros términos.

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** 2      **Literal:** 2.2      **Página:** 19

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se aclara que el plan de mantenimiento debe incluir los protocolos de operatividad, así como un cronograma de mantenimiento preventivo y correctivo por un plazo de tres (03) años. El cronograma de mantenimiento preventivo detalla las actividades planificadas para garantizar el buen funcionamiento del sistema, mientras que el cronograma de mantenimiento correctivo se llevará a cabo en caso de alguna falla o imprevisto. Ambos aspectos serán atendidos de manera oportuna y eficiente."

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null



Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAROCONDO

Nomenclatura : AS-SM-9-2023-MDH/A-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS BIOMEDICOS DE CADENA DE FRIO CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS "MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PUESTO DE SALUD HUAROCONDO, RED DE SERVICIOS DE SALUD CUSCO NORTE, MICRORED ANTA - CUSCO" (031)

Ruc/código :	20433546394	Fecha de envío :	28/09/2023
Nombre o Razón social :	EDALMI S.A.C.	Hora de envío :	23:39:08

**Consulta:** Nro. 25

**Consulta/Observación:**

Ítem 1, solicitan termómetro de visualización digital de la temperatura en parte externa del equipo.

Entendemos que la ubicacion del termometro digital, deberá estar ubicado en la parte frontal del equipo.

Solicitamos amablemente al comité confirmar si nuestro entender es el correcto

**Acápite de las bases :** Sección: General      **Numeral:** 5.1      **Literal:** C01      **Página:** 25

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

En atención a la consulta del postor, se debe aclarar que, la visualización digital de temperatura en la parte externa del equipo, por ser una refrigeradora horizontal, deberá estar en la parte superior del mismo.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAROCONDO

Nomenclatura : AS-SM-9-2023-MDH/A-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS BIOMEDICOS DE CADENA DE FRIO CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS "MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PUESTO DE SALUD HUAROCONDO, RED DE SERVICIOS DE SALUD CUSCO NORTE, MICRORED ANTA - CUSCO" (031)

Ruc/código :	20433546394	Fecha de envío :	28/09/2023
Nombre o Razón social :	EDALMI S.A.C.	Hora de envío :	23:39:08

Consulta: Nro. 26

Consulta/Observación:

Ítem 1, es muy importante señalar que actualmente las refrigeradoras icelined para la conservación de vacunas, cuentan con Grado A, así mismo, siguen los lineamientos impartidos por la OMS para el manejo de la cadena de frio de vacunas lo cual se acredita mediante la certificación PQS/OMS.

Solicitamos amablemente al comité incluir que los la Refrigeradora Icelined para la conservación de Vacunas sean con Grado A y presentar el PQS-OMS (Vigente)

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 5.1 Literal: - Página: 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE:  
CON RESPECTO A SU CONSULTA SE ESTA SOLICITANDO CERTIFICACION QUE PODRIA LIMITAR LA LIBRE Y MAYOR CONCURRENCIA DE POSTORES. POR LO TANTO, NO PODEMOS ACCEDER A SU SOLICITUD

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:  
null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAROCONDO

Nomenclatura : AS-SM-9-2023-MDH/A-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS BIOMEDICOS DE CADENA DE FRIO CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS "MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PUESTO DE SALUD HUAROCONDO, RED DE SERVICIOS DE SALUD CUSCO NORTE, MICRORED ANTA - CUSCO" (031)

Ruc/código :	20433546394	Fecha de envío :	28/09/2023
Nombre o Razón social :	EDALMI S.A.C.	Hora de envío :	23:39:08

**Consulta:** Nro. 27

**Consulta/Observación:**

Ítem 4, solicitan termómetro de visualización digital de la temperatura en parte externa del equipo.

Entendemos que la ubicación del termómetro digital, deberá estar ubicado en la parte frontal del equipo.

Solicitamos amablemente al comité confirmar si nuestro entender es el correcto

**Acápite de las bases :** Sección: General      **Numeral:** 5.1      **Literal:** C01      **Página:** 28

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

En atención a la consulta del postor, se debe aclarar que, la visualización digital de temperatura en la parte externa del equipo, por ser una congeladora para vacunas horizontal, deberá estar en la parte superior del mismo.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAROCONDO

Nomenclatura : AS-SM-9-2023-MDH/A-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS BIOMEDICOS DE CADENA DE FRIO CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS "MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PUESTO DE SALUD HUAROCONDO, RED DE SERVICIOS DE SALUD CUSCO NORTE, MICRORED ANTA - CUSCO" (031)

Ruc/código :	20433546394	Fecha de envío :	28/09/2023
Nombre o Razón social :	EDALMI S.A.C.	Hora de envío :	23:39:08

**Consulta:** Nro. 28

**Consulta/Observación:**

Solicitan experiencia del personal clave, ingeniero y/o bachiller en ingeniería electrónica y/o biomédica.

Solicitamos amablemente al comité incluir como parte del personal clave Ingeniero Industrial

**Acápite de las bases :** Sección: General      **Numeral:** 3.2      **Literal:** B.1      **Página:** 42

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

No se acoge la solicitud del postor, ya que en el expediente de contratación, existe pluralidad de postores que cumplen con el requerimiento del personal clave, el cual ha sido elaborado teniendo en cuenta la necesidad del área usuaria.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAROCONDO

Nomenclatura : AS-SM-9-2023-MDH/A-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS BIOMEDICOS DE CADENA DE FRIO CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS "MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PUESTO DE SALUD HUAROCONDO, RED DE SERVICIOS DE SALUD CUSCO NORTE, MICRORED ANTA - CUSCO" (031)

Ruc/código :	20433546394	Fecha de envío :	28/09/2023
Nombre o Razón social :	EDALMI S.A.C.	Hora de envío :	23:39:08

**Consulta:** Nro. 29

**Consulta/Observación:**

Ítem 4, solicitan capacidad de almacenamiento para congelación de paquetes fríos debe ser mayor o igual a 80 paquetes de 0.4 litros como mínimo cada uno.

Solicitamos amablemente al comité ampliar el tamaño del paquete frio a 0.6 litros

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** 5.1      **Literal:** B04      **Página:** 28

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

No se acoge la solicitud del postor, ya que en el expediente de contratación, existe pluralidad de postores y marcas que cumplen con la ficha técnica del equipo objeto a adquirir, el cual ha sido elaborado teniendo en cuenta la necesidad del área usuaria.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null