

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(BIENES)

1. DATOS GENERALES								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	16/03/2023						
1.2	ÁREA USUARIA	DIRECCION DE PROGRAMACIÓN						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	ADQUISICIÓN DE PRUEBA RÁPIDA PARA VIH 1-2 X DETERMINACIÓN + LANCETA DESCARTABLE RETRÁCTIL 21 G X 1.8 MM - 2.0 MM, POR UN PERIODO DE DOCE (12) MESES						
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	5000042						
1.5	Nº DE REFERENCIA DEL PAC	86						
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	-					
		Documento que declaró la viabilidad	-					
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	MEMORANDUM N°D001435-2022-DP-CENARTES-MINSA		Fecha de recepción	3/11/2022		
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión	16/11/2022	De oficio	-	Con motivo de observaciones	X	
		Fecha de la tercera versión	-	De oficio	-	Con motivo de observaciones	-	
		Fecha de la cuarta versión	-	De oficio	-	Con motivo de observaciones	-	
		Fecha de la quinta versión	-	De oficio	-	Con motivo de observaciones	-	
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI	-		NO	X		
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.						
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI	-		NO	X		
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI	-		NO	x		
		Documento de aprobación de la estandarización			-	Fecha de aprobación	-	
2.6	SEÑALAR SI EL BIEN OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI	-		NO	x		
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación			-	Fecha de inicio de vigencia	-	
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
D	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	Nº Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
	1	3	3	MEMORANDUM N°D008640-2022-DA-CENARES-MINSA	10/11/2022	-	-	-



FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(BIENES)

***OBSERVACION 01: CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**

"Cuerpo o cubierta de polipropileno o similares (...)", se recomienda detallar que se considera como similar.

***OBSERVACION 02: CRONOGRAMA Y PLAZO DE ENTREGA:**

En referencia al CRONOGRAMA, la Descripción del bien detallado en este (*Prueba rápida para VIH 1-2 y sífilis x determinación...*) no guarda relación con la denominación del requerimiento (*Prueba rápida para VIH 1-2 x determinación...*).

En referencia al PLAZO DE ENTREGA: No se ha precisado el plazo que la Entidad tiene para notificar la Orden de Compra.

***OBSERVACION 03: DEL PAGO**

En referencia a este punto se solicita tener en consideración el informe de Supervisión de Oficio N° D000845-2022-OSCE de la Adjudicación simplificada N°019-2022CENARES/MINSA, en donde indica evitar confusión y la posible vulneración del principio de transparencia que rige la normativa de Contratación Pública y además recomienda cambiar la palabra **Calendarios** a **Calendario**.

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA

Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
1	3	3	MEMORANDUM N°D001593-2022-DP-CENARES-MINSA	16/11/2022	-	-	-

OBSERVACION 01 Y 02: sobre las Características Técnicas, Cronograma y Plazo de Entrega, esta Dirección ha procedido a actualizar las Especificaciones Técnicas.

OBSERVACION 03: el Área Usuaria indica que no corresponde realizar modificación alguna.

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO

Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento
1	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: Se retiró el término "Similares". PLAZO DE ENTREGA: Se modificó la descripción en el cronograma a Prueba Rápida VIH 1-2
-	-
-	-

INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO

3.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	17/11/2022	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO		16/02/2023
3.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	x	NO	-
	* 20523370201 - CORPORACION MEDICAL BERTH'S S.A.C. * 20557788841 - COPORACION JEM BIOS E.I.R.L. * 20423555182 - CIA IMPORTADORA AMERICANA S.A.				
3.3	PLURALIDAD DE MARCAS QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	x	NO	-
	* 20523370201 - CORPORACION MEDICAL BERTH'S S.A.C.: MARCA: ECOTEST / STERILANCE * 20557788841 - COPORACION JEM BIOS E.I.R.L.: MARCA: VIVADIAG * 20423555182 - CIA IMPORTADORA AMERICANA S.A.: MARCA: CTK BIOTECH				
3.4	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO	SI	-	NO	x

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(BIENES)

En caso de existir la posibilidad de distribuir la buena pro, sustentar.

3.5	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI	-	NO	X
------------	--	----	---	----	---

En caso de obtenerse información que se puede utilizar para determinar los factores de evaluación, detallarla.

3.6	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI	-	NO	X
------------	--	----	---	----	---

En caso de obtenerse información de otros aspectos que tengan incidencia en la eficiencia de la contratación, detallarla.

4	 MINISTERIO DE SALUD Centro Nacional de Abastecimiento de Recursos Estratégicos en Salud - CENARES Lic. Adm. Marco Sarango Tornero Ejecutivo Adjunto				
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES					