

ACTA DE EVALUACIÓN DE OFERTAS - CALIFICACIÓN Y BUENA PRO DE LA ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 71-2023-ESSALUD/CEABE-1

ACTA N° 002-2023-CSP

En Jesús María, a los **02** días del mes de **noviembre** del año **2023**, en las instalaciones de la Sub Gerencia de Adquisición y Ejecución Contractual, se instaló el **Comité de Selección Permanente**, encargado de la preparación, conducción y realización del procedimiento de selección de **ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 71-2023-ESSALUD/CEABE-1**, cuyo objeto de convocatoria es la CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS MÉDICOS PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE ESSALUD, POR UN PERIODO DE DOCE (12) MESES- MATERIAL MÉDICO 01 ÍTEM: BATA QUIRÚRGICA ESTÉRIL DESCARTABLE TALLA XL-UN (COD. 020103736), a fin de efectuar la **ADMISIÓN, EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS** presentadas y **CALIFICACIÓN** de la oferta correspondiente según orden de prelación.

COMITÉ DE SELECCIÓN

Titular Presidente : LADDY LILY CRUZ SANTI
Titular Miembro 1 : VÍCTOR MANUEL ZEVALLOS NARRO
Titular Miembro 2 : GERARDO LUIS MERINO FLORIAN

DETALLE DE LOS PARTICIPANTES:

De acuerdo con el cronograma establecido en las bases, se registraron a través de la plataforma del SEACE como participantes los siguientes proveedores:

Nro.	Tipo proveedor	RUC/Código	Nombre o Razón Social	Fecha de registro en el procedimiento	Estado	Advertencia	Fecha de registro	Usuario de Registro
1	Proveedor con RUC	20338022850	DROCSA E.I.R.L.	25/09/2023	Válido		25/09/2023	20338022850
2	Proveedor con RUC	20492719642	INTERLINKS CONSULTING GROUP S.A.C.	22/09/2023	Válido		22/09/2023	20492719642
3	Proveedor con RUC	20516663481	LABORATORIOS BARTON S.A.C.	21/09/2023	Válido		21/09/2023	20516663481
4	Proveedor con RUC	20546950396	GRUPO D Y S S.R.L.	21/09/2023	Válido		21/09/2023	20546950396
5	Proveedor con RUC	20552962941	PMI MEDICA S.A.C.	21/09/2023	Válido		21/09/2023	20552962941
6	Proveedor con RUC	20555143487	CORPORACION ABANTO S S.A.C. DIVISION LABORATORIO	26/09/2023	Válido		26/09/2023	20555143487
7	Proveedor con RUC	20601014654	SANEX PERUANA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	22/09/2023	Válido		22/09/2023	20601014654
8	Proveedor con RUC	20605020497	CORPORACION JOLUCAVA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - CORPORACION JOLUCAVA S.A.C.	25/09/2023	Válido		25/09/2023	20605020497
9	Proveedor con RUC	20605400150	JL VENTAS Y SERVICIOS S.A.C.	25/09/2023	Válido		25/09/2023	20605400150
10	Proveedor con RUC	20605701435	LINAMES S.A.C.	21/09/2023	Válido		21/09/2023	20605701435

Nro.	Tipo proveedor	RUC/Código	Nombre o Razón Social	Fecha de registro en el procedimiento	Estado	Advertencia	Fecha de registro	Usuario de Registro
11	Proveedor con RUC	20606094834	GAESA MEDIC E.I.R.L.	22/09/2023	Válido		22/09/2023	20606094834
12	Proveedor con RUC	20606795867	LABMEDIC SAFE EIRL	02/10/2023	Válido		02/10/2023	20606795867
13	Proveedor con RUC	20606823976	EROSMEDIC S.A.C.	21/09/2023	Válido		21/09/2023	20606823976
14	Proveedor con RUC	20611335386	GETZ INDUSTRIAS DEL SUR SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	25/09/2023	Válido		25/09/2023	20611335386

DETALLE DE LOS POSTORES:

En el día y horario señalado en las bases, los siguientes postores presentaron a través de la plataforma del SEACE sus ofertas:

Nro.	RUC/Código	Nombre o Razón Social	Fecha de registro	Hora de registro	Usuario de registro	Fecha de presentación	Hora de presentación	Estado de la propuesta	Estado
1	20605701435	LINAMES S.A.C.	03/10/2023	19:40:42	20605701435	03/10/2023	19:41:22	Enviado	Valido
2	20606823976	EROSMEDIC S.A.C.	03/10/2023	22:40:02	20606823976	03/10/2023	22:43:30	Enviado	Valido
3	20546950396	GRUPO D Y S S.R.L.	03/10/2023	19:26:27	20546950396	03/10/2023	19:47:34	Enviado	Valido
4	20516663481	LABORATORIOS BARTON S.A.C.	03/10/2023	19:45:46	20516663481	03/10/2023	19:45:56	Enviado	Valido
5	20555143487	CORPORACION ABANTO'S S.A.C. DIVISION LABORATORIO	03/10/2023	18:26:34	20555143487	03/10/2023	18:26:45	Enviado	Valido
6	20606795867	LABMEDIC SAFE EIRL	03/10/2023	20:46:12	20606795867	03/10/2023	21:06:24	Enviado	Valido

Acto seguido, se procede con la apertura de las ofertas electrónicas de los postores, y con la revisión de las mismas, a fin de verificar la presentación de los documentos requeridos y determinar si la oferta responde a las características y/o requisitos y condiciones de las Especificaciones Técnicas previstas en las bases integradas.

DETALLE DE LAS OFERTAS QUE FUERON ADMITIDAS Y QUE PASAN A EVALUACIÓN:

De acuerdo con la revisión efectuada, las siguientes ofertas fueron admitidas, según detalle del Cuadro de Evaluación Técnica y del Anexo A (Acta de admisibilidad de oferta), que forma parte de la presente Acta, por lo que se procederá con su evaluación, en concordancia con los factores de evaluación establecidos en las Bases del procedimiento de selección (Anexo B):

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 71-2023-ESSALUD/CEABE-1
CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS MÉDICOS PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE ESSALUD, POR UN PERIODO DE DOCE (12) MESES-
MATERIAL MÉDICO 01 ÍTEM: BATA QUIRÚRGICA ESTÉRIL DESCARTABLE TALLA XL-UN (COD. 020103736)

DOCUMENTACIÓN DE PRESENTACIÓN OBLIGATORIA

NOMBRE DEL ÍTEM N° 1: BATA QUIRÚRGICA ESTÉRIL DESCARTABLE TALLA XL (CÓDIGO SAP: 20103736)

N°	DOCUMENTOS PARA LA ADMISIÓN DE LA OFERTA	POSTORES					
		1	2	3	4	5	6
		LABORATORIOS BARTON S.A.C.	LINAMES S.A.C.	GRUPO D Y S S.R.L.	EROSMEDIC S.A.C.	CORPORACION ABANTO'S S.A.C. DIVISION LABORATORIO	LABMEDIC SAFE EIRL
4. Documentación de presentación obligatoria							
e)	Conforme a lo señalado en el numeral 4. DOCUMENTOS TÉCNICOS, documentos de presentación obligatoria, el postor debe presentar copia simple de los siguientes documentos en relación al ítem:						
4.1	Certificado de Buenas Prácticas de Manufactura (CBPM).	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
4.2	Certificado de Buenas Prácticas de Distribución y Transporte (CBPDT).	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
4.3	Certificado de Buenas Prácticas de Almacenamiento (CBPA).	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
4.4	Registro Sanitario o Certificado de Registro Sanitario vigente.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
4.5	Certificado de Análisis del Dispositivo Médico (Protocolo de Análisis).	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE (*)	NO CUMPLE (**)	NO CUMPLE (***)
4.6	Metodología Analítica.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE (*)	CUMPLE	CUMPLE
4.7	Ficha técnica del producto (Anexo - C).	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE (*)	CUMPLE	CUMPLE
4.8	Manual de Instrucciones de uso o inserto.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
4.9	Hoja de Resumen de Presentación del Dispositivo Médico Ofertado y Vigencia (Anexo - D).	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
4.10	Presentación de la muestra.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE (*)	NO CUMPLE (**)	CUMPLE
4.11	Rotulado de los envases mediate e inmediato.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
RESULTADO		ADMITIDA	ADMITIDA	ADMITIDA	NO ADMITIDA	NO ADMITIDA	NO ADMITIDA

OBSERVACIONES:

(*) El Postor **EROSMEDIC S.A.C.** NO CUMPLE con el CERTIFICADO DE ANÁLISIS: Señala modelo: 2537 y Código N° A-17 en la talla XL, sin embargo, el mencionado código y modelo no se encuentra señalado en el registro sanitario para la talla XL.

Ficha Técnica del producto (Anexo - C): no cumple de acuerdo a lo solicitado en las Bases del presente requerimiento, toda vez que, ha omitido especificaciones técnicas requeridas en la ficha técnica (IETS) del producto técnico ofertado.

MUESTRA: señala modelo 2549 y código T 28, el mismo que no coincide con lo señalado en el Certificado de Análisis (Código A17 y modelo N° 2537); por lo tanto, no cumple.

Metodología Analítica: no cumple, toda vez que, no adjunta su metodología analítica propia según lo declarado en su Certificado de Análisis para las especificaciones dimensiones,

(**) El Postor **CORPORACION ABANTO'S S.A.C. DIVISION LABORATORIO** NO CUMPLE con el CERTIFICADO DE ANÁLISIS: En la Característica "Gramaje" señala 40g/m2 - 65 g/m2, lo cual difiere de lo solicitado por la Entidad, toda vez que, la Entidad solicita 50g/m2 - 60g/m2, Por lo tanto, NO CUMPLE.

MUESTRA: La muestra presentada, no presenta el requerimiento del doble empaque.

(***) El Postor **LABMEDIC SAFE EIRL** NO CUMPLE con el CERTIFICADO DE ANÁLISIS: En la Característica "Gramaje" señala 50g/m2 - 60 g/m2 18% lo cual implicaría que podría obtenerse como resultado de 46g/m2 - 64.8g/m2 el mismo que difiere de lo solicitado por la Entidad, toda vez que, la Entidad solicita 50g/m2 - 60g/m2.

VÍCTOR MANUEL ZEVALLOS NARRO
PRIMER MIEMBRO TITULAR

LADY LILY CRUZ SANTI
PRESIDENTE TITULAR DEL COMITÉ DE SELECCIÓN PERMANENTE

GERARDO LUIS MERINO FLORIÁN
SEGUNDO MIEMBRO TITULAR

CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS MÉDICOS PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE ESSALUD, POR UN PERIODO DE DOCE (12) MESES-MATERIAL MÉDICO 01 ÍTEM: BATA QUIRÚRGICA ESTÉRIL DESCARTABLE TALLA XL-JUN (COD. 0201037366)

[illegible]

(*) El Póster EROSMEDIC S.A.C. NO CUMPLE con el CERTIFICADO DE ANALISIS.- señala modelo: 2537 y Código N° A-17 en la ficha XL, sin embargo, el mencionado código y modelo no se encuentra señalado en el registro sanitario para la ficha XL.

Fruta Técnica del producto (Anexo - C): no cumple de acuerdo a lo solicitado en las Bases del presente requerimiento, toda vez que, ha omitido especificaciones técnicas requeridas en la ficha técnica (ETS) del producto láctico ofertado.

MUESTRA: señala modelo 2549 y código T 28, el mismo que no coincide con lo señalado en el Certificado de Análisis (Código A17 y modelo N° 2537); por lo tanto, no cumple.

(**) El Pector CORPORACION ABANTO S.A.C. DIVISION LABORATORIO. NO CUMPLE CON EL CERTIFICADO DE ANALISIS, en la Característica "Gramaje" señala 40g/m² - 65 g/m² lo cual difiere de lo solicitado por la Entidad, toda vez que, la Entidad solicita 50g/m² - 60g/m². Por lo tanto, NO CUMPLE. (VER: La muestra presentada no presenta el sellamiento del doble amovible

MUESTRA: La muestra presentada, no presenta el requerimiento del doble empaque.

“(*) El Píxel LABMEDIC SAFE EURL - NO CUMPLE con el CERTIFICADO DE ANALISIS; en la Característica “Granaje” señala 50g/m² - 60 g/m² 45% lo cual implicaría que podría obtenerse como resultado de 40g/m² - 64.30g/m² el mismo que difiere de lo solicitado por la Entidad, toda vez que, la Entidad solicita 50g/m² - 60g/m².

VÍCTOR MANUEL ZEVALLOS NARRO
PRIMER MIEMBRO TITULAR

FRANCISCO LILICRUZ SANTI
PRESIDENTE TITULAR DEL COMITÉ DE SELECCIÓN PERMANENTE

GERARDO LUIS MERINO FLORIÁN
SEGUNDO MIEMBRO TITULAR

N° ORDEN DE PRELACIÓN	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL POSTOR	PUNTAJE TOTAL
01 ÍTEM:	BATA QUIRÚRGICA ESTÉRIL DESCARTABLE TALLA XL (CÓDIGO SAP: 20103736)	
1°	LABORATORIOS BARTON S.A.C.	100.00 puntos

ANEXO B

ACTA DE EVALUACIÓN DE LA OFERTA

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 71-2023-ESSALUD/CEABE-1

EsSalud
Perú saludable

CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS MÉDICOS PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE ESSALUD, POR UN PERÍODO DE DOCE (12) MESES-MATERIAL MÉDICO 01 ÍTEM: BATA QUIRÚRGICA ESTÉRIL DESCARTABLE TALLA XL-JUN (CÓD. 020103736)

N° de ÍTEM	Descripción del ÍTEM	Cantidad	N° Postor	RUC	NOMBRE DE RAZÓN SOCIAL	ESTADO DE ADMISIÓN	VALOR ESTIMADO	Factores de Evaluación			ETAPA DE CALIFICACIÓN	Orden de Preferencia
								Puntaje max (100 puntos)	Puntaje adicional por MYPE %	Puntaje FINAL		
1	BATA QUIRÚRGICA ESTÉRIL DESCARTABLE TALLA XL (CÓDIGO SAP: 20103736)	42,369	1	20516663461	LABORATORIOS BARTON S.A.C.	ADMITIDA	232,605.81	100.00	0.00	100.00	CALIFICADA	1
			2	2006701435	LINAMES S.A.C.	ADMITIDA	249,977.40	93.05	4.65	97.70	CALIFICADA	2
			3	20549950366	GRUPO DYS S.R.L.	ADMITIDA	337,680.33	68.88	3.44	72.33	CALIFICADA	3

RESULTADOS DE LA CALIFICACIÓN:

Luego de culminada la evaluación, el Comité de Selección procedió con la calificación, a fin de verificar la acreditación de los requisitos solicitados; la que se detalla en el Anexo C y que forma parte de la presente Acta.

ANEXO C

ACTA DE CALIFICACIÓN DE LA OFERTA


ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 71-2023-ESSALUD/CENBE-1

CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS MÉDICOS PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE ESSALUD, POR UN PERÍODO DE DOCE (12) MESES-MATERIAL MÉDICO OTÍTEM: BATA QUIRÚRGICA ESTÉRIL DESCARTABLE TALLA XL-UN (COD. 020103736)

N° de ÍTEM	Descripción del ÍTEM	Cantidad	N° Postor	RUC	NOMBRE DE RAZÓN SOCIAL	ESTADO DE ADMISIÓN	Requisitos de Calificación			Escala de calificación	Orden de Preferencia	Condición de la Oferta
							CAPACIDAD LEGAL	EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD	(según Anexo D)			
1	BATA QUIRÚRGICA ESTÉRIL DESCARTABLE TALLA XL (CÓDIGO SAP: 20103736)	42,369	1	20516863481	LABORATORIOS BARTON S.A.C.	ADMITIDA	CUMPLE	CUMPLE		CALIFICADA	1	ADJUDICADA
			2	20605701435	LINAMES S.A.C.	ADMITIDA	CUMPLE	CUMPLE		CALIFICADA	2	
			3	20546850398	GRUPO D Y S S.R.L.	ADMITIDA	CUMPLE	CUMPLE		CALIFICADA	3	


VICTOR MANUEL ZEVALLOS NARRO
PRIMER MIEMBRO TITULAR


LADDY LILY CRUZ SANTI
PRESIDENTE TITULAR DEL COMITÉ DE SELECCIÓN


GERARDO LUIS MERINO FLORIÁN
SEGUNDO MIEMBRO TITULAR

En ese sentido, luego de lo detallado líneas arriba, el **Comité de Selección Permanente**, da por aprobado los resultados de la admisibilidad, calificación y del otorgamiento de la Buena Pro al Postor **LABORATORIOS BARTON S.A.C., por 01 ÍTEM: BATA QUIRÚRGICA ESTÉRIL DESCARTABLE TALLA XL (CÓDIGO SAP: 20103736)**", de acuerdo a lo señalado en el Cuadro de Evaluación Técnica y a los Anexos A, B y C de admisión, evaluación y calificación del Procedimiento de Selección - **ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 71-2023-ESSALUD/CEABE-1**, cuyo objeto de convocatoria es la " **CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO DE CUCHILLETE PARA FACO CON HOJA DE 2.75MM PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE ESSALUD, POR UN PERIODO DE DOCE (12) MESES-MATERIAL MÉDICO** ", en congruencia a lo dispuesto en los artículos 73, 74 y 75 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO:

De acuerdo con los resultados de la calificación, el postor ganador de la buena pro es:

N° DE ORDEN DE PRELACIÓN	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL POSTOR	PRECIO OFERTADO	CONDICIÓN
BATA QUIRÚRGICA ESTÉRIL DESCARTABLE TALLA XL (CÓDIGO SAP: 20103736)			
1°	LABORATORIOS BARTON S.A.C.	SI. 232,605.81	ADJUDICADA

En este contexto, se procede con el Otorgamiento de la Buena Pro, en congruencia con lo dispuesto en el Artículo 76.3 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado: "*Definida la oferta ganadora, el comité de selección otorga la buena pro, mediante su publicación en el SEACE*".

Seguidamente se procedió a la lectura de la presente Acta, no habiendo observación alguna, se procede a suscribir en señal de conformidad;



Titular Miembro 1
VÍCTOR MANUEL ZEVALLOS NARRO



Titular Miembro 2
GERARDO LUIS MERINO FLORIÁN



Titular Presidente
LADDY LILY CRUZ SANTI
AS N° 72-2023-ESSALUD/CEABE-1