


FORMATO								
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (BIENES)								
1. DATOS GENERALES								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	18/06/2024						
1.2	ÁREA USUARIA	UPSS ANATOMIA PATOLOGICA						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO BIOMEDICO - CABINA PARA MACROSCOPIA PARA LA BRECHA DE EJECUCION DEL PROYECTO CON CUI: 2113029 DE CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DEL HOSPITAL II-2 DE JAEN - CAJAMARCA UPSS CENTRO QUIRURGICO - UNIDAD CO-EJECUTORA HOSPITAL GENERAL DE JAEN						
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA	GERENCIA PERMANENTE						
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC	65						
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	2113029					
		Documento que declaró la viabilidad	RDE N° 192-2022-GR.CAJ/PROREGION/DE					
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	INFORME N°D-2024-GR-CAJ-DRS-HGJ-DAD/SAP		Fecha de recepción	23/05/2024		
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión	31/05/2024	De oficio		Con motivo de observaciones	X	
		Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI			NO	X		
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.						
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI			NO	X		
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI			NO	X		
		Documento de aprobación de la estandarización				Fecha de aprobación		
2.6	SEÑALAR SI EL BIEN OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI			NO	X		
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación				Fecha de inicio de vigencia		
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
	1	7				7	CORREO ELECTRONICO	31/05/2024 07:32 am

FORMATO							
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (BIENES)							
<p>1.A03 EQUIPADA CON INTERRUPTOR DIFERENCIAL E INTERRUPTORES TERMOMAGNÉTICOS PARA SEGURIDAD DEL OPERADOR O EQUIPADA CON INTERRUPTOR DIFERENCIAL O SECCIONADOR DE CORRIENTE PARA SEGURIDAD DE OPERADOR. Sugerimos: EQUIPADA CON INTERRUPTOR DIFERENCIAL E INTERRUPTORES TERMOMAGNÉTICOS PARA SEGURIDAD DEL OPERADOR O EQUIPADA CON INTERRUPTOR DIFERENCIAL O SECCIONADOR DE CORRIENTE PARA SEGURIDADDE OPERADOR O INTERRUPTOR DE SEGURIDAD.</p>							
<p>2. A13 LAVADERO PARA AGUA FRÍA/CALIENTE PROVISTA DE TRITURADOR DE RESIDUOS, GRIFO CON DUCHA DE BRAZO FLEXIBLE Y PEDAL DE ACTIVACIÓN DE FLUJO. Sugerimos: LAVADERO PARA AGUA FRÍA/CALIENTE PROVISTA DE TRITURADOR DE RESIDUOS, GRIFO CON DUCHA DE BRAZO FLEXIBLE Y PEDAL DE ACTIVACIÓN DE FLUJO, EN CASO LO REQUIERA.</p>							
<p>3. A17 FILTROS DEL TIPO HEPA O UPLA CON EFICIENCIA DE 99.99% O SUPERIOR Sugerimos: Ozonizador que elimina pesticidas, hongos, material orgánico, virus y es 100% libre de tóxicos o Filtros de tipo HEPA o ULPA con eficiencia de 99.99%</p>							
<p>4. A22 NIVEL DE RUIDO IGUAL O MENOR A 70 DB. Sugerimos: Nivel De Ruido Igual O Menor A 70 dB o de acuerdo al fabricante</p>							
<p>5. A26 PANTALLA LCD A COLOR DE 4.3° CON TECLADO DE MEMBRANA O PANTALLA TÁCTIL. Sugerimos: PANTALLA TÁCTIL A COLOR DE 4.3°A MÁS</p>							
<p>6. B06 UN (01) PEDAL Y BOTÓN PARA ACTIVACIÓN / DESACTIVACIÓN DE FLUJO DE AGUA EN GRIFO DISPENSADOR Sugerimos: Un (01) Pedal Y Botón Para Activación / Desactivación De Flujo De Agua En Grifo Dispensador en caso lo requiera</p>							
<p>7. B15 UN (01) CARRO O TRANSPORTE DE ACERO INOXIDABLE CON RUEDAS Y FRENOS PARA CONTENEDORES DE FORMOL Sugerimos: Un (01) Carro O Transporte De Acero Inoxidable Con Ruedas Y Frenos Para Contenedores De Formol en caso lo requiera.</p>							
2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA							
Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
1	7				7	CORREO ELECTRONICO	31/05/2024 11:21 am
<p>1.No se acoge la sugerencia, dado que es un requerimiento para seguridad y se entiende que al determinar interruptor de seguridad como tal este vendria hacer de activacion manual y no automatica como los dispositivos requeridos por ende no existiria una confiabilidad de proteccion electrica ante un evento para la proteccion del equipamiento u operador.</p>							
<p>2. No se acoge la sugerencia: la frase en caso lo requiera es ambiguo, lo compendiido en este item no es complemnetario por lo cual se mantiene lo requerido en base a que este vendria a ser un requisito minimo durante la operación y funcionamiento del equipo a fin de dar los alcances necesarios que se determina el area usuaria en sus procedimientos.</p>							
<p>3 No se acoge la sugerencia: no explica ni determina mayor informacion con respecto al ozonizador, ademas el requerimiento es para prevenir riesgos quimicos lo cual no se menciona en su sugerencia, ni aclara el hecho de la recirculacionde aire, dado que la solicitud es sin recirculacion de aire.</p>							
<p>4. No se ha encontrado informacion puntual con respecto al rango maximo del ruido del equipo propuesto dado que este seria determinante para poder acoger parcialmente su consulta en vista de que es determinante e importante delimitar el rango de ruido generado pr el equipo a fin de priorizar un ambiente con la minima reduccion de contaminacion auditiva en el cual garantizar un confort durante el trabajo del area usuaria por ende al no contar con dicha informacion no se acoge la consulta, dado que la manera en como se propone apertura una disposicion de rangos indeterminados del ruido en este tipo de equipamiento.</p>							
<p>5. Se acoge la sugerencia: el ítem quedaria de la siguiente manera: A26 pantalla LCD a color con teclado de menbrana o pantalla tactil; tamaño: 4.3" como minimo.</p>							
<p>6. No se acoge la sugerencia: la frase en caso lo requiera es ambiguo, lo comprendido en este item no es complementario por lo cual se mantiene lo requerido en base a que este vendria a ser un requisito minimo durante la operación y funcionamiento del equipo a fin de dar los alcances necesarios que se determina el area usuaria en sus procesimientos.</p>							
<p>7. Se acoge parcialmente la sugerencia, quedando de la siguiente manera: B15 un (01) carro o transporte de acero inoxidable con ruedas y frenos para contenedores de formol o según diseño del fabricante.</p>							
2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO							
Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento						
1	Se acoge la sugerencia: el ítem quedaria de la siguiente manera: A26 pantalla LCD a color con teclado de menbrana o pantalla tactil; tamaño: 4.3" como minimo.						
2	Se acoge parcialmente la sugerencia, quedando de la siguiente manera: B15 un (01) carro o transporte de acero inoxidable con ruedas y frenos para contenedores de formol o según diseño del fabricante.						

FORMATO					
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (BIENES)					
3 INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO					
3.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	27/05/2024	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO		10/06/2024
3.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	x	NO	
SCIENTIFIC SUPPLIES & SERVICES EIRL. , DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C. y INDUSTRIAS & LABORATORIOS AL DIA SAC.					
3.3	PLURALIDAD DE MARCAS QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO	
DIAPATH, BIO.OPTICA					
3.4	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO	SI		NO	x
En caso de existir la posibilidad de distribuir la buena pro, sustentar.					
3.5	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI		NO	x
En caso de obtenerse información que se puede utilizar para determinar los factores de evaluación, detallarla.					
3.6	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI		NO	x
En caso de obtenerse información de otros aspectos que tengan incidencia en la eficiencia de la contratación, detallarla.					
4	<div><div>Firmado digitalmente por PALACIOS DULCE Milagros Marianella FAU 20453744168 soft Hospital Jaén - UL - Jefa Motivo: Firmo en señal de conformidad Fecha: 18/06/2024 05:07 p. m.</div></div>				
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES					

