

FORMATO RESUMEN-EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (BIENES)							
<b>1. DATOS GENERALES</b>							
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	29/09/2023					
1.2	ÁREA USUARIA	SERVICIO DE BIOQUIMICA E INMUNOQUIMICA DEL HNASS					
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	"ADQUISICION DE KIT COMPLETO PARA GASES, ELECTROLITOS Y METABOLITOS SANGUINEOS ARTERIALES Y KIT COMPLETO PARA GASES Y ELECTROLITOS SANGUINEOS ARTERIALES CON EQUIPO EN CESION DE USO PARA EL SERVICIO DE BIOQUIMICA E INMUNOQUIMICA DEL HOSPITAL NACIONAL ALBERTO SABOGAL SOLOGUREN PARA EL PERIODO DE DOCE (12) MESES"					
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	OEI. 02: BRINDAR A LOS ASEGURADOS ACCESO OPORTUNO A PRESTACIONES INTEGRALES Y DE CALIDAD ACORDE A SUS NECESIDADES, AE2.4: SERVICIOS DISPONIBLES PARA BRINDAR ATENCIONES CON OPORTUNIDAD Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS.					
1.5	Nº DE REFERENCIA DEL PAC	1188					
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código					
		Documento que declaró la viabilidad					
<b>2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO</b>							
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	NOTA N°102-OBE-GRPS-ESSALUD 2023	Fecha de recepción	9/02/2023		
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión	6/03/2023	De oficio	Con motivo de observaciones	X	
		Fecha de la tercera versión	27/04/2023	De oficio	Con motivo de observaciones	X	
		Fecha de la cuarta versión	29/05/2023	De oficio	Con motivo de observaciones	X	
		Fecha de la quinta versión	26/06/2023	De oficio	Con motivo de observaciones	X	
		Fecha de la sexta versión	20/09/2023	De oficio	Con motivo de observaciones	X	
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI	X		NO		
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.			El requerimiento se encuentra en paquete debido a la correlación que se debe tener al momento de atender a los pacientes en área de emergencia y que posteriormente pasen a las unidades de UCI.		
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI			NO	X	
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI			NO	X	
		Documento de aprobación de la estandarización			Fecha de aprobación		
2.6	SEÑALAR SI EL BIEN OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI			NO	X	
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación			Fecha de inicio de vigencia		
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.					
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO						
Nº Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación



FORMATO RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (BIENES)							
	10	0	-	-	10	CORREO ELECTRONICO	15/02/2023 17/02/2023 15/03/2023 20/03/2023 04/04/2023 09/05/2023 06/06/2023 13/06/2023
<p>POSTOR: IDC</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Solicita considerar en la seccion de 8 características: sobre controles internos 3 niveles como mínimo o de acuerdo a la metodología.</li> <li>- Considerar como ventaja tecnológica la oferta de cartuchos de reactivo con bioseguro.</li> <li>- Considerar como mejora tecnológica que el equipo procese Mg, BUN, Creatinina.</li> </ul>							
<p>POSTOR: INTELLICHECK</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- En requisitos de calificación solicita considerar insumos y reactivos de laboratorio.</li> </ul>							
<p>POSTOR: LABDEALERS</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- solicita considerar dentro del ítem 1 equipos con características alemanas.</li> </ul>							
<p>POSTOR: LAB &amp; HEALTH SUPPLY</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Solicita dividir ítem 1 en ítems independientes.</li> <li>- solicita aclarar apreciación sobre EXPERIENCIA DEL POSTOR.</li> <li>- solicita consignar un monto para las empresas del régimen REMYPE.</li> </ul>							
<p>POSTOR: DIAGNOSTICA PERUANA</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Solicita retirar al Mg, BUN y Creatinina del requerimiento de mejora tecnológica y solo quede Bilirrubina.</li> <li>- Solicita se acepte como mejora tecnológica: analizador que permite la edición de datos del paciente posterior al procesamiento.</li> </ul>							
<p>POSTOR: DIAGNOSTICA PERUANA</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Solicita precisar que Mg, BUN y Creatinina sean medidos de manera directa.</li> <li>- Sugiere se tome en cuenta concentraciones de creatinina a partir de 1,4 mg/dL.</li> <li>- Solicita se considere como mejora "BUN y/o creatinina".</li> </ul>							
<p>POSTOR: DIAGNOSTICA PERUANA</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Solicita se acepten Certificados de análisis del producto terminado o equivalente, emitidos por el fabricante de manera electrónica y/o con firmas electrónicas.</li> <li>- Solicitan se considere la mejora tecnológica para todos los equipos en cesión de uso ofertados.</li> </ul>							
<p>POSTOR: DIAGNOSTICA PERUANA</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Solicita suprimir la nota señalada en la pagina 6 de las EE.TT. , porque implicaría una modificación de las fichas técnicas en el petitorio del IETSI.</li> </ul>							
<p>POSTOR: ROCHEM BIO CARE</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Solicita confirmación si apreciación es correcta en referencia a la contemplación de 1 computadora con office y antivirus.</li> <li>- Solicita como mejora tecnológica adicional el paso automático de controles, la evaluación y corrección automática de controles por el analizador.</li> </ul>							
<p>POSTOR: BIOMED</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Solicita se acepten la oferta de producto con vigencia menor a 6 meses acompañado de una carta de compromiso de canje por vencimiento.</li> <li>- Solicita confirmar si en caso el producto no gaste pruebas efectivas en el proceso de controles, ya no sería necesario entregas adicionales.</li> <li>- Consulta si dentro mejoras tecnológicas se puede considerar: Detección de errores en tiempo real, corrección automática y detección e identificación de sustancias interferentes.</li> <li>- solicita confirmar si en caso no suceda el gasto de pruebas efectivas ya no sería necesario la presentación del Anexo G "cuadro de pruebas efectivas y pruebas para Control de Calidad".</li> </ul>							
Nº Ítem	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
	14	14	Carta N° 001-COMITÉ DE SELECCIÓN-LP2305L00051-GRPS-ESSALUD-2023	31/08/2023			



**FORMATO**  
**RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS**  
**(BIENES)**

EL COMITÉ DE SELECCIÓN, POR UNANIMIDAD DECLARAN SE CORRIJA Y/O PRECISE LOS EXTREMOS DEL REQUERIMIENTO:

**REQUERIMIENTO:**

1. CARACTERÍSTICAS.- DETERMINACION DIRECTA DE ELECTROLITOS.- OPCIONAL CA IONICO Y/O MG IONICO, SOLICITA ACLARAR SOBRE LA OBLIGATORIEDAD SEÑALADA EN EL FOLIO 248 QUE NO CONDICE A LO INDICADO EN IETSI.
2. PRECISAR SI LAS DEMAS CONDICIONES OPCIONALES DE LAS EETT REPRESENTARIAN UNA MEJORA.
3. SOLICITA REVISAR EL EXTREMO SOBRE EL CASO DE LAS BPA PARA CONSORCIO SEGÚN DIRECTIVA DE CONSORCIOS N°005-2019-OSCE/CD EN CUANTO A LA EXIGENCIA DE SU PRESENTACION.
4. SE SOLICITA REVISION DE LOS DOCUMENTOS A SER PRESENTADOS EN LA ETAPA DE PRESENTACION DE OFERTA QUE NO CORRESPONDEN A DICHA ETAPA O ESTARIAN INMERSOS EN LAS DJ DE LAS BASES ESTANDAR.
5. SE SUGIERE CONSIDERAR ANEXAR EL FORMATO DE DJ POR VENCIMIENTO.
6. SOBRE LOS ACCESORIOS PRECISAR DIRECCION Y/O AREAS Y/O PERSONAL ENCARGADO DE LA RECEPCION DE LOS MISMOS
7. CORREGIR LOS PLAZOS CORRESPONDIENTES AL PAGO SEGUN NORMATIVA, LA CUAL SEÑALA 10 DIAS Y NO 15 COMO SE ENCUENTRA INDICADO.
8. REVISAR SECCION OTRAS PENALIDADES
9. ADECUAR ANEXOS.
10. REVISAR PERTINENCIA DE SOLICITAR FORMATOS ADICIONALES A LA ADMISION DE OFERTA.
11. ANEXO H NO DEBE SER PARTE DE CONDICION DE CONTRATACION SINO DE REQUERIMIENTO.

**ORGANO ENCARGADO DE CONTRATACIONES:**

12. NO SE SEÑALA MARCAS QUE DEMUESTRAN SU PLURALIDAD.
13. REVISAR SI SE HA ESTABLECIDO INFORMACION QUE PUEDE SER UTILIZADA PARA LOS FACTORES DE EVALUACION.
14. SE SUGIERE TENER EN CUENTA QUE EN EL CRITERIO DE DETERMINACION DE PRECIOS, CONSIGNAR LOS MOTIVOS POR LOS CUALES NO HAN SIDO CONSIDERADOS RELEVANTES LAS FUENTES SAP Y SEACE.

**2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA**

N° Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
	10	-	-	-	10	NOTA CORREO ELECTRONICO	06/03/2023 24/03/2023 27/04/2023 24/06/2023

Nota N° 134-SBel-DPC-GADYT-GHASS-ESSALUD-2023

POSTOR: IDC

- Se agrega en las bases el suministro de 3 niveles de control como mínimo o según metodología del fabricante.
- NO se acepta la consulta. No se considera como ventaja tecnológica.
- NO se acepta como mejora tecnológica la determinación de Mg, BUN y Creatinina total.

Nota N° 134-SBel-DPC-GADYT-GHASS-ESSALUD-2023

POSTOR: INTELLICHECK

- NO se acepta la consulta. Se consideran bienes similares: Reactivo de gases, electrolitos y metabolitos, reactivos y/o pruebas de laboratorio de Bioquímica e inmunología para demostrar experiencia.

Nota N° 134-SBel-DPC-GADYT-GHASS-ESSALUD-2023

RESPUESTA PARA : LABDEALERS

- NO se acepta consulta. Se requiere todo en un solo ítem paquete.

RESPUESTA PARA: LAB & HEALTH SUPPLY

- NO se acepta la consulta. Se requiere todo por un solo ítem paquete.
- NO se incluye las pruebas de biología molecular. Se considera bienes similares: reactivos para gases, electrolitos y metabolitos.
- Aun no se puede determinar si el objeto de la contratación correspondería a una Licitación Pública.

RESPUESTA PARA: DIAGNOSTICA PERUANA

- Determinar Mg, BUN y Creatinina como opcional no implica que los proveedores lo incluirán.
- NO se acepta la consulta. No se considera una mejora tecnológica.

RESPUESTA PARA: DIAGNOSTICA PERUANA

- En las especificaciones técnicas del equipo están detalladas las características.
- Para ninguna determinación el IETSI especifica rango de medidas.
- SE actualiza la mejora tecnológica "BUN o urea", "Creatinina".

RESPUESTA PARA: DIAGNOSTICA PERUANA

- Se aceptarán los certificados de análisis con firma electrónica, siempre que dicha firma este registrada y/o acreditada por un documento emitido por la autoridad administrativa competente del país de origen.
- NO se acepta consulta, mejoras tecnológicas son solo para analizadores de laboratorio de emergencia.

RESPUESTA PARA: DIAGNOSTICA PERUANA

- Se aclara que no se están modificando las EE.TT., se esta aclarando y se sustenta en la metodología de cada fabricante.



**FORMATO**  
**RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS**  
**(BIENES)**

**RESPUESTA PARA: BIOMED**

- Se confirma que dentro de las bases, punto 6 sobre la vigencia mínima del producto, para la situación debe estar debidamente sustentado en la propuesta técnica, y adjuntar la carta de compromiso de canje por vencimiento.
- La apreciación es correcta, sin embargo se debe notificar en el anexo G y sustentarlo.
- NO se aceptan dichas mejoras, no aportan mayor información.
- Apreciación correcta, sin embargo se debe presentar el Anexo G y sustentar con folletería.

**RESPUESTA PARA: ROCHEM BIOCARE**

- Apreciación es correcta solo para laboratorio de emergencia. Sólo se contempla computadora, sin impresoras.
- NO se acepta dicha mejora, no representa una mejora en el analizador por no aportar mayor información.

Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
	14	3	11	20/09/2023			

**REQUERIMIENTO:**

1. SE DEJA SIN EFECTO OBLIGATORIEDAD SOLICITADA.
2. SE REALIZA LA PRECISION
3. SE REALIZA LA REVISION INDICADA.
4. SE REALIZA LA REVISION SOLICITADA.
5. SE REALIZA LEVANTAMIENTO DE OBSERVACION.
6. SE LEVANTA OBSERVACION INDICADA.
7. SE REALIZA CORRECCION.
8. SE REALIZA PRECISIONES SOLICITADAS.
9. SE ADECUA LO SOLICITADO.
10. SE REvisa LA PERTINENCIA DE DOCUMENTOS.
11. SE REALIZA ADECUACION DE DOCUMENTO.

**ORGANO ENCARGADO DE CONTRATACIONES:**

12. SE LEVANTA OBSERVACION
13. SE REvisa LO SUGERIDO.
14. SE REALIZA REVISION Y LEVANTAMIENTO DE OBSERVACION.

**2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO**

Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento
	<p><b>Se realiza ajuste en los puntos:</b></p> <p>Certificado de análisis</p> <p>Característica 8 controles internos</p> <p>Características.- Determinacion Directa de Electrolitos - OPCIONAL, según ficha homologada del IETSI</p> <p>Mejora tecnológica</p> <p>Plazo para el Pago según normativa vigente</p> <p>Se preciso procedimiento para aplicacion de Otras penalidades</p> <p>Se preciso en punto 8 presentacion de documentos en la suscripcion de contrato, diferenciando anexos como documentacion obligatoria y para perfeccionamiento de contrato.</p>

**3 INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO**

<b>3.1</b>	<b>FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO</b>	10/02/2023	<b>FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO</b>	22/09/2023
<b>3.2</b>	<b>PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO</b>	SI	X	NO
	INGENIERIA DE DIAGNOSTICO CLÍNICO S.A.C., W.P. BIOMED S.A., PRODUCTOS ROCHE QF S.A.			
<b>3.3</b>	<b>PLURALIDAD DE MARCAS QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO</b>	SI	X	NO



FORMATO				
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (BIENES)				
<p>SE CUENTA CON PLURALIDAD DE MARCAS EN EL MERCADO NACIONAL:</p> <p>ITEM 30103774 KIT COMPLETO PARA GASES, ELECTROLITOS Y METABOLITOS SANGUÍNEOS ARTERIALES - NOVA BIOMEDICAL, IL, COBAS</p> <p>ITEM 30105520 KIT COMPLETO PARA GASES Y ELECTROLITOS SANGUÍNEOS ARTERIALES - NOVA BIOMEDICAL, EDAN, COBAS</p>				
3.4	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO	SI	NO	X
En caso de existir la posibilidad de distribuir la buena pro, sustentar.				
3.5	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI	X	NO
PLAZO DE ENTREGA, MEJORA TECNOLÓGICA				
3.6	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI	NO	X
En caso de obtenerse información de otros aspectos que tengan incidencia en la eficiencia de la contratación, detallarla.				
4	 J. Zosimo Alarcon Paucar Jefe de la Oficina de Abastecimiento y Control Patrimonial OA-GRPS EsSalud			
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES				