

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante :	POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ - DIRECCIÓN DE SANIDAD
Nomenclatura :	AS-SM-38-2024-DIRSAPOL-UE 020-2
Nro. de convocatoria :	2
Objeto de contratación :	Bien
Descripción del objeto :	ADQUISICIÓN DE MATERIAL BIOMEDICO PARA EL DEPARTAMENTO DE ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGIA AF-2024, ITEM N° 98 Y 115

Ruc/código :	20562724886	Fecha de envío :	08/08/2024
Nombre o Razón social :	TRAUMA SOLUTIONS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - TRAUMA SOLUTIONS S.A.C.	Hora de envío :	18:06:33

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

DE LAS BASES:
GENERALIDADES.

Se le solicita al comité de selección indicar si en el objeto de la convocatoria "ADQUISICIÓN DE MATERIAL BIOMÉDICO PARA EL DEPARTAMENTO DE ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGIA AF-2024, ÍTEM 98 Y 115" la palabra "BIOMÉDICO" se considera igual o similar a los dispositivos médicos y/o material médico, esto con la finalidad de aumentar la pluralidad de los postores.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 1.2 Literal: 1.2 Página: 14

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA QUE EL TERMINO BIOMEDICO SE CONSIDERA IGUAL O SIMILAR A LOS DISPOSITIVO MEDICOS Y/O MATERIAL MEDICO.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ - DIRECCIÓN DE SANIDAD

Nomenclatura :AS-SM-38-2024-DIRSAPOL-UE 020-2

Nro. de convocatoria :2

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICIÓN DE MATERIAL BIOMEDICO PARA EL DEPARTAMENTO DE ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGIA AF-2024, ITEM N° 98 Y 115

Ruc/código :	20562724886	Fecha de envío :	08/08/2024
Nombre o Razón social :	TRAUMA SOLUTIONS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - TRAUMA SOLUTIONS S.A.C.	Hora de envío :	18:06:33

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

DE LAS BASES:

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Del ÍTEM N° 1: SISTEMA DE PLACA DE BLOQUEO DE RADIO DISTAL DE ANGULO VARIABLE 2.4 MM DE 3 AGUJEROS

CARACTERÍSTICAS: COMPONENTES

-05 Tornillos de bloqueo de 2.4 mm: aceptarán que los tornillos de bloqueo sean de 2.3 mm, esto con la finalidad de aumentar la pluralidad de los postores.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: ANEXO A Página: 33

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA QUE TAMBIEN SE ACEPTARAN QUE LOS TORNILLOS DE BLOQUEO SEAN 2.3 MM.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ - DIRECCIÓN DE SANIDAD

Nomenclatura :AS-SM-38-2024-DIRSAPOL-UE 020-2

Nro. de convocatoria :2

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICIÓN DE MATERIAL BIOMEDICO PARA EL DEPARTAMENTO DE ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGIA AF-2024, ITEM N° 98 Y 115

Ruc/código :	20562724886	Fecha de envío :	08/08/2024
Nombre o Razón social :	TRAUMA SOLUTIONS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - TRAUMA SOLUTIONS S.A.C.	Hora de envío :	18:06:33

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

DE LAS BASES:

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Del ÍTEM N° 1: SISTEMA DE PLACA DE BLOQUEO DE RADIO DISTAL DE ANGULO VARIABLE 2.4 MM DE 3 AGUJEROS

DIMENSIONES:

-Números de agujeros proximales: 3 agujeros: aceptarán que el número de agujeros proximales sean de 3,4,5 con el fin de tratar distintas fracturas de acuerdo a la necesidad de la institución, aumentando así la pluralidad de los postores.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: ANEXO A Página: 33

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA QUE TAMBIEN SE ACEPTARAN AGUJEROS PROXIMALES DE 3, 4 Y 5 AGUJEROS CON EL FIN DE TRATAR DISTINTAS FRACTURAS.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ - DIRECCIÓN DE SANIDAD

Nomenclatura :AS-SM-38-2024-DIRSAPOL-UE 020-2

Nro. de convocatoria :2

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICIÓN DE MATERIAL BIOMEDICO PARA EL DEPARTAMENTO DE ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGIA AF-2024, ITEM N° 98 Y 115

Ruc/código :	20562724886	Fecha de envío :	08/08/2024
Nombre o Razón social :	TRAUMA SOLUTIONS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - TRAUMA SOLUTIONS S.A.C.	Hora de envío :	18:06:33

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

DE LAS BASES:

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Del ÍTEM N° 1: SISTEMA DE PLACA DE BLOQUEO DE RADIO DISTAL DE ANGULO VARIABLE 2.4 MM DE 3 AGUJEROS

MATERIAL: Aceptarán que el material sea aleación de titanio (Ti-6Al-4V ELI), esto con la finalidad de aumentar la pluralidad de los postores.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: ANEXO A Página: 33

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA QUE EL TIPO DE MATERIAL DEBE SER DE ACERO INOXIDABLE QUIRURGICO O TITANIO YA QUE LO MENCIONADO NO ES COMPATIBLE.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE ACLARA QUE EL TIPO DE MATERIAL DEBE SER DE ACERO INOXIDABLE QUIRURGICO O TITANIO YA QUE LO MENCIONADO NO ES COMPATIBLE.

Entidad convocante :POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ - DIRECCIÓN DE SANIDAD

Nomenclatura :AS-SM-38-2024-DIRSAPOL-UE 020-2

Nro. de convocatoria :2

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICIÓN DE MATERIAL BIOMEDICO PARA EL DEPARTAMENTO DE ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGIA AF-2024, ITEM N° 98 Y 115

Ruc/código :	20562724886	Fecha de envío :	08/08/2024
Nombre o Razón social :	TRAUMA SOLUTIONS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - TRAUMA SOLUTIONS S.A.C.	Hora de envío :	18:06:33

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

DE LAS BASES:
DOCUMENTACIÓN PARA LA ADMISIÓN DE LA OFERTA: Certificado de analisis del dispositivo médico. Referente a la prueba de limite microbiano especificar o indicar si es OBLIGATORIO u OPCIONAL. De ser obligatorio aceptarán que se adjunten los analisis de las pruebas de limite microbiano

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 2.1 Literal: ANEXO A Página: 19
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
SE ACLARA QUE TAMBIEN SE ACEPTARA SOLO EN EL CASO DE AQUELLOS CERTIFICADOS DE ANALISIS EMITIDOS POR LOS FABRICANTES Y NO HAYAN CONSIDERADO LA PRUEBA DE LIMITE MICROBIANO.
Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante :POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ - DIRECCIÓN DE SANIDAD

Nomenclatura :AS-SM-38-2024-DIRSAPOL-UE 020-2

Nro. de convocatoria :2

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICIÓN DE MATERIAL BIOMEDICO PARA EL DEPARTAMENTO DE ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGIA AF-2024, ITEM N° 98 Y 115

Ruc/código :	20602083048	Fecha de envío :	08/08/2024
Nombre o Razón social :	VORTROM PERU S.A.C. - VORTROM S.A.C.	Hora de envío :	19:31:24

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:

Capitulo III Requerimiento 3.1 Anexo A Pág. 33

Referente a la Especificación Técnica.

Características: Componentes:

02 TORNILLOS CORTICALES AUTORROSCANTES DE 3.5 mm .

Se puede considerar también las medidas

02 TORNILLOS CORTICALES AUTORROSCANTES DE 2.4 mm Y/O 2.7 mm

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: A Página: 33

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA QUE TAMBIEN SE ACEPTARAN 02 TORNILLOS CORTICALES AUTORROSCANTES DE 2.4 mm Y/O 2.7 mm

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE ACLARA QUE TAMBIEN SE ACEPTARAN 02 TORNILLOS CORTICALES AUTORROSCANTES DE 2.4 mm Y/O 2.7 mm