

ANEXO 01: ADMISIÓN

ADQUISICION DE CATETER VENOSO CENTRAL DOBLE LUMEN DE LARGA PERMANENCIA PARA HEMODIALISIS 14.5 FR X 28 CM. PARA EL HOSPITAL REGIONAL DE ICA

N°	POSTORES	ANEXO N° 1	DOCUMENTO QUE ACREDITE LA REPRESENTACION DE QUIEN SUSCRIBE LA OFERTA	ANEXO N° 2	ANEXO N° 3	presentacion de muestra	ANEXO N° 4	ANEXO N° 5	ANEXO N° 6	RESULTADO
1	ALS MEDIC S.A.C	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE (*)	NO CUMPLE (*)	CUMPLE	NO CORRESPONDE	CUMPLE	NO ADMITIDO
2	AMERICAN INTECH S.A.C	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE (**)	NO PRESENTO	CUMPLE	NO CORRESPONDE	CUMPLE	NO ADMITIDO

(*) LA EMPRESA ALS MEDIC S.A.C., presenta su oferta, asimismo presento su muestra, el mismo que ha sido evaluada por el area usuaria y según OFICIO N°63-2025-GORE-ICA-HRI-DPTO-MED/SN, hacen de conocimiento que la muestra no cumple con las especificaciones, encontrando diversas observaciones: en la pag.57 sobre componentes del kit, indica 01 estilete tunelizador angulo con punta, podemos observar que es recto y al realizar la prueba de angularlo, se queda rigido; notamos que la punta del cateter es curva, lo que por experiencia anterior con otros dispositivos tienen a organizarse el coagulo (formacion de trombos) por que se adhiere a la pared del vaso teniendo la necesidad de utilizar agentes fibrinoliticos de manera frecuente, siendo una complicacion tal como lo menciona en propio documento; observamos la fragilidad de la punta del dilatador, la que se abre pudiendo condicionar lesion del vaso sanguineo.

