

"CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO DE GEL PARA ECOGRAFÍA PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE ESSALUD, POR UN PERIODO DE DOCE (12) MESES- MATERIAL MÉDICO"

N° DE ÍTEM	Descripción del ÍTEM	Cant.	N° Postor	RUC	NOMBRE DE RAZON SOCIAL	DOCUMENTO DE PRESENTACION OBLIGATORIA							RESULTADO (ADMITIDA / NO ADMITIDA)	
						ANEXO N° 01	CERTIFICADO DE VIGENCIA (SUNARP)	ANEXO N° 02	ANEXO N°03	ANEXO N° 4	ANEXO N° 5	ANEXO N°6		EVAL. TECNICA
						a) Declaracion Jurada de Datos del Postor (Anexo N° 01)	b) Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta	c) Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento. (Anexo N° 02)	d) Declaración jurada de cumplimiento de llas Especificaciones Técnicas contenidos en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección. (Anexo N° 3)	f) Declaración jurada de plazo de entrega. (Anexo N° 4)	g) Promesa de Consorscio con firmnas legalizadas, de ser el caso, en la que se consigne los integrantes, el representante común, el domicilio común y las obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones (Anexo N° 5)	h) El precio de la oferta en SOLES y el detalle de precios unitarios, solo cuando el procedimiento de selección se haya convocado por dicho sistema. Así como el monto de la oferta de la prestación accesoría, cuando corresponda. (Anexo N° 6)		e) Conforme a lo señalado en el numeral 4. DOCUMENTOS TÉCNICOS, (ver Documentos de presentación obligatoria del Requerimiento Técnico Mínimo y Condiciones Generales), el postor deben acreditar con copia simple de los siguientes documentos en relación al ítem: 4.1 Certificado de Buenas Prácticas de Manufactura (CBPM). 4.2 Certificado de Buenas Prácticas de Almacenamiento (CBPA). 4.3 Certificado de Buenas Prácticas de Distribución y Transporte (CBPDT). 4.4 Registro Sanitario o Certificado de Registro Sanitario vigente. 4.5 Certifico de Análisis del Dispositivo Médico (Protocolo de Análisis). 4.6 Metodología Analítica. 4.7 Ficha técnica del producto (Anexo - C). 4.8 Manual de instrucciones de uso o inserto. 4.9 Hoja de Resumen de Presentación del Dispositivo Medico Ofertado y Vigencia (Anexo - D). 4.10 Presentación de la muestra.
1	GEL PARA ECOGRAFÍA (CÓDIGO SAP: 020300185)	20,000,000	1	20506248036	ALKHOFAR SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	ADMITIDA
			2	20109161609	ROKER PERU SA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	ADMITIDA
			3	20551306128	DIAGNOSTICO MEDICO S.A.C.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	NO CUMPLE	NO ADMITIDA

DIAGNOSTICO MEDICO S.A.C.


- No presenta el Certificado de Buenas Prácticas de Distribución y Transporte (CBPDT).
- El Registro Sanitario se encuentra vencido, No ha solicitado la reinscripción.
- El Certificado de Análisis del Dispositivo Médico (Protocolo de Análisis), no consigna los rangos de las Especificaciones Técnicas, con las pruebas analíticas realizadas.
- La Muestra presentada, el frasco es de PEBD y lo solicitado debe ser PEAD. El envase que contiene el producto no tiene un dispensador para poder trasvasarlo al Frasco.

ROKER PERU SA.

Se solicito la Subsanción del Registro Sanitario con Carta N 01-2023 / AS-62-2023-ESSALUD/CEABE-1 / CS.
Subsanción realiuizada con Carta N° 0054-2023-ROKER-MTM-GG.


VÍCTOR MANUEL ZEVALLOS NARRO
PRIMER MIEMBRO TITULAR


LADDY LILY CRUZ SANTI
PRESIDENTE TITULAR DEL COMITÉ DE SELECCIÓN


GERARDO LUIS MERINO FLORIÁN
SEGUNDO MIEMBRO TITULAR

505
4/5



ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 62-2023-ESSALUD/CEABE-1

CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO DE GEL PARA ECOGRAFÍA PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE ESSALUD, POR UN PERIODO DE DOCE (12) MESES- MATERIAL MÉDICO

DOCUMENTACIÓN DE PRESENTACIÓN OBLIGATORIA

NOMBRE DEL ITEM: GEL PARA ECOGRAFÍA (CÓDIGO SAP: 020300185)

	DOCUMENTOS PARA LA ADMISIÓN DE LA OFERTA	POSTORES		
		1	2	3
		ALKHOFAR SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	ROKER PERU SA	DIAGNOSTICO MEDICO S.A.C.
4. Documentación de presentación obligatoria				
e)	Conforme a lo señalado en el numeral 4. DOCUMENTOS TÉCNICOS, (ver Documentos de presentación obligatoria del Requerimiento Técnico Mínimo y Condiciones Generales), el postor deben acreditar con copia simple de los siguientes documentos en relación al ítem:			
4.1	Certificado de Buenas Prácticas de Manufactura (CBPM).	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
4.2	Certificado de Buenas Prácticas de Distribución y Transporte (CBPDT).	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE
4.3	Certificado de Buenas Prácticas de Almacenamiento (CBPA).	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
4.4	Registro Sanitario o Certificado de Registro Sanitario vigente.	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE
4.5	Certificado de Análisis del Dispositivo Médico (Protocolo de Análisis).	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE
4.6	Metodología Analítica.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
4.7	Ficha técnica del producto (Anexo - C).	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
4.8	Manual de instrucciones de uso o inserto.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
4.9	Hoja de Resumen de Presentación del Dispositivo Medico Ofertado y Vigencia (Anexo - D).	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
4.10	Presentación de la muestra.	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE
RESULTADO		ADMITIDA	ADMITIDA	NO ADMITIDA

* Observaciones:

El Postor: DIAGNOSTICO MEDICO S.A.C.

- El Postor: DIAGNOSTICO MEDICO S.A.C.
- No presenta el Certificado de Buenas Prácticas de Distribución y Transporte (CBPDT).
 - El Registro Sanitario se encuentra vencido, No ha solicitado la reinscripción.
 - El Certificado de Análisis del Dispositivo Médico (Protocolo de Análisis), no consigna los rangos de las Especificaciones Técnicas, con las pruebas analíticas realizadas.
 - La Muestra presentada, el frasco es de PEBD y lo solicitado debe ser PEAD. El envase que contiene el producto no tiene un dispensador para poder trasvasarlo al Frasco.

Postor: ROKER PERU SA.

Se solicito la Subsanción del Registro Sanitario con Carta N 01-2023 / AS-62-2023-ESSALUD/CEABE-1 / CS.
Subsanación realiuzada con Carta N° 0054-2023-ROKER-MTM-GG.

VÍCTOR MANUEL ZEVALLOS NARRO
PRIMER MIEMBRO TITULAR

LADDY LILY CRUZ SANTI
PRESIDENTE TITULAR DEL COMITÉ DE SELECCIÓN

GERARDO LUIS MERINO FLORIAN
SEGUNDO MIEMBRO TITULAR

N° de ITEM	Descripción del ITEM	Cantidad	N° Postor	RUC	NOMBRE DE RAZON SOCIAL	ESTADO DE ADMISIÓN	VALOR ESTIMADO	Precio Ofertado (S/)	Factores de Evaluación			ETAPA DE CALIFICACIÓN	Orden de Prelación
									Precio (Puntaje máx 100 puntos)	Puntaje adicional por MYPE 5%	Puntaje FINAL		
1	GEL PARA ECOGRAFÍA (CÓDIGO SAP: 020300185)	20,000,000	1	20506248036	ALKHOFAR SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	ADMITIDA	172,000.00	196,000.00	100.00	0.00	100.00	CALIFICADA	1
			2	20109161609	ROKER PERU SA	ADMITIDA		234,000.00	83.76	0.00	83.76	CALIFICADA	2


VÍCTOR MANUEL ZEVALLOS NARRO
PRIMER MIEMBRO TITULAR



LADDY LILY CRUZ SANTI
PRESIDENTE TITULAR DEL COMITÉ DE SELECCIÓN



GERARDO LUIS MERINO FLORIÁN
SEGUNDO MIEMBRO TITULAR


Fot
9/14

CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO DE GEL PARA ECOGRAFÍA PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE ESSALUD, POR UN PERIODO DE DOCE (12) MESES- MATERIAL MÉDICO

N° de ITEM	Descripción del ITEM	Cantidad	N° Postor	RUC	NOMBRE DE RAZON SOCIAL	ESTADO DE ADMISIÓN	Requisitos de Calificación		Etapas de calificación	Orden de Prelación	Condición de la Oferta
							CAPACIDAD LEGAL HABILITACIÓN Copia simple de la Resolución de Autorización Sanitaria de Funcionamiento de Establecimiento Farmacéutico	Experiencia en la Especialidad (según Anexo 8)			
1	GEL PARA ECOGRAFÍA (CÓDIGO SAP: 020300185)	20,000,000	1	20506248036	ALKHOFAR SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	ADMITIDA	CUMPLE	CUMPLE	CALIFICADA	1	ADJUDICADA
			2	20109161609	ROKER PERU SA	ADMITIDA	CUMPLE	CUMPLE	CALIFICADA	2	


VÍCTOR MANUEL ZEVALLOS NARRO
PRIMER MIEMBRO TITULAR


LADDY LILY CRUZ SANTI
PRESIDENTE TITULAR DEL COMITÉ DE SELECCIÓN


GERARDO LUIS MERINO FLORIÁN
SEGUNDO MIEMBRO TITULAR

for
412






FICHA TECNICA DE EVALUACIÓN

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 62-2023-ESSALUD/CEABE-1

CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO DE GEL PARA ECOGRAFÍA PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE
ESSALUD, POR UN PERIODO DE DOCE (12) MESES- MATERIAL MÉDICO

DOCUMENTACIÓN DE PRESENTACIÓN OBLIGATORIA

NOMBRE DEL ITEM: GEL PARA ECOGRAFÍA (CÓDIGO SAP: 020300185)

N°	DOCUMENTOS PARA LA ADMISIÓN DE LA OFERTA	POSTOR 1	POSTOR 2	POSTOR 3
		DIAGNOSTICO MEDICO S.A.C	ROKER PERU SA	ALKHOFAR SAC
4. Documentación de presentación obligatoria				
a)	Declaración Jurada de datos del Postor. (Anexo N° 1).	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
d)	Documentos que acredite la representación de quien suscribe la Oferta. En caso de persona jurídica, copia del certificado de Vigencia de Poder del representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
c)	Declaración Jurada de acuerdo con el literal b) del Artículo 52 del Reglamento. (Anexo N° 2).	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
d)	Declaración Jurada de Cumplimiento de las especificaciones Técnicas contenidas en el Numeral 3.1 del Capítulo III de la Presente Sección. (Anexo N° 3).	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
e)	Conforme a lo señalado en el numeral 4. DOCUMENTOS TÉCNICOS, (ver Documentos de presentación obligatoria del Requerimiento Técnico Mínimo y Condiciones Generales), el postor deben acreditar con copia simple de los siguientes documentos en relación al ítem:	---	---	---
4.1	Certificado de Buenas Prácticas de Manufactura (CBPM).	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
4.2	Certificado de Buenas Prácticas de Almacenamiento (CBPA).	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
4.3	Certificado de Buenas Prácticas de Distribución y Transporte (CBPDT).	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
4.4	Registro Sanitario o Certificado de Registro Sanitario vigente.	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
4.5	Certificado de Análisis del Dispositivo Médico (Protocolo de Análisis).	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
4.6	Metodología Analítica.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
4.7	Ficha técnica del producto (Anexo - C).	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
4.8	Manual de instrucciones de uso o inserto.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
4.9	Hoja de Resumen de Presentación del Dispositivo Medico Ofertado y Vigencia (Anexo - D).	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
4.10	Presentación de la muestra.	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
f)	Declaración Jurada de Plazo de Entrega. (Anexo N° 4).	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
g)	Promesa de Consorcio con firmas Legalizadas, de ser el caso, en la que se consigne los integrantes, el representante Común, el Domicilio Común y las obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del Consorcio, así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5).	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
h)	El Precio de la Oferta en SOLES. Adjuntar obligatoriamente el Anexo N° 6.	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA
RESULTADO		NO ADMITIDA	ADMITIDA	ADMITIDA
* Observaciones:				
El Postor: DIAGNOSTICO MEDICO S.A.C. - No presenta el Certificado de Buenas Prácticas de Distribución y Transporte (CBPDT). - El Registro Sanitario se encuentra vencido, No ha solicitado la reinscripción. - El Certificado de Análisis del Dispositivo Médico (Protocolo de Análisis), no consigna los rangos de lass Especificaciones Técnicas, con las pruebas analíticas realizadas. - La Muestra presentada, el frasco es de PEBD y lo solicitado debe ser PEAD.				
El Postor: ROKER PERU SA. Se solicito la Subsanación del Registro Sanitario con Carta N 01-2023 / AS-62-2023-ESSALUD/CEABE-1 / CS. Subsanación realizada con Carta N° 0054-2023-ROKER-MTM-GG.				
<div><div> LADDY LILY CRUZ SANTI</div><div>NOMBRE Y FIRMA DEL PRESIDENTE DEL COMITÉ DE SELECCIÓN</div></div>				
<div><div> VICTOR MANUEL ZEVALLOS NARRO</div><div>NOMBRE Y FIRMA DEL PRIMER MIEMBRO</div></div>		<div><div> GERARDO LUIS MERINO FLORIAN</div><div>NOMBRE Y FIRMA DEL SEGUNDO MIEMBRO</div></div>		