

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : HOSPITAL PUENTE PIEDRA - CARLOS LANFRANCO LA HOZ - CLL4

Nomenclatura : AS-SM-16-2024-HCLLH/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE SET DE REACTIVOS PARA ANALIZADOR DE GASES ARTERIALES, ELECTROLITOS Y METABOLITOS PARA EL HOSPITAL CARLOS LANFRANCO LA HOZ

| | | | |
|-------------------------|----------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20501887286 | Fecha de envío : | 24/09/2024 |
| Nombre o Razón social : | DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C. | Hora de envío : | 14:19:56 |

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

La entidad ha previsto que el plazo de entrega para la primera entrega se contabilice desde el día siguiente de la recepción de la orden de compra, y para la segunda entrega, que el plazo se contabilice a partir del día siguiente de la notificación de la orden de compra.

Al respecto, a fin de evitar ambigüedades para la presentación de ofertas, solicitamos que tanto para la primera entrega como para las siguientes entregas el plazo de entrega se contabilice A PARTIR DEL DIA SIGUIENTE DE LA NOTIFICACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA (Al correo consignado por el contratista)

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: I Literal: 1.9 **Página:** 15

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección en coordinación con el área usuaria acoge su consulta, el plazo de entrega de la primera y de las siguientes entregas se contabilizaran a partir de día siguiente de notificada la orden de compra.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
se acoge

Entidad convocante : HOSPITAL PUENTE PIEDRA - CARLOS LANFRANCO LA HOZ - CLL4

Nomenclatura : AS-SM-16-2024-HCLLH/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE SET DE REACTIVOS PARA ANALIZADOR DE GASES ARTERIALES, ELECTROLITOS Y METABOLITOS PARA EL HOSPITAL CARLOS LANFRANCO LA HOZ

| | | | |
|-------------------------|----------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20501887286 | Fecha de envío : | 24/09/2024 |
| Nombre o Razón social : | DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C. | Hora de envío : | 14:19:56 |

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

En el literal g) de la página 19 de las Bases se indica que se debe adjuntar el siguiente documento:

g) Certificado de Análisis del Producto Terminado (Protocolo de Análisis)

Entendemos que se aceptará copia simple del COPIA DE CERTIFICADO DE ANALISIS DEL PRODUCTO (PROTOCOLO DE ANÁLISIS) emitidos por el fabricante (extranjero) CON LA INFORMACIÓN Y CONTENIDO QUE ÉSTOS DECLAREN EN EL MISMO (EN SUS PROPIOS FORMATOS), pudiendo ser emitidos de manera electrónica o con firmas electrónicas. Es oportuno indicar que los documentos son emitidos por cada fabricante en su país de origen, aplicables para DISPOSITIVOS MÉDICOS NORMAS específicas de calidad de reconocimiento internacional.

En ese sentido, solicitamos al comité de selección sirva indicar si nuestro entender es correcto.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 2.2.1.1 Literal: g) Página: 19

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección precisa que su entender es correcto, se aceptará copia del certificado de análisis del producto emitidos por el fabricante con la informacipon y contenido que estos declaren en el mismo, en sus propios formatos, pudiendo ser emitidos de manera electrónica o con firmas electrónicas

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
se aclara

Entidad convocante : HOSPITAL PUENTE PIEDRA - CARLOS LANFRANCO LA HOZ - CLL4

Nomenclatura : AS-SM-16-2024-HCLLH/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE SET DE REACTIVOS PARA ANALIZADOR DE GASES ARTERIALES, ELECTROLITOS Y METABOLITOS PARA EL HOSPITAL CARLOS LANFRANCO LA HOZ

| | | | |
|-------------------------|----------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20501887286 | Fecha de envío : | 24/09/2024 |
| Nombre o Razón social : | DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C. | Hora de envío : | 14:19:56 |

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

En la página 32 de las Bases se visualiza lo siguiente:

Mejoras tecnológicas
1.-Linealidad: hb de 5 a 23g/dl (linealidad de acuerdo a cada fabricante), lactato de 0 a 30 mmol/l, glucosa 10 a 680 mg/dl, na de 100 a 180 mmol/l, k de 3 a 18 mmol/l, el de 40 a 150 mmol/l, ca de 0.2 a 4.0 mmol/l, pco2 de 5 a 250 mmhg, po2 de 0 a 800 mmhg.

Al respecto, es evidente que la Entidad requiere evaluar si los postores participantes cumplen dichas mejoras tecnológicas, sin embargo, ello no se ha plasmado en el Capítulo IV COMO MEJORAS A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, por ello, a fin de que las presentes bases se muestren con total congruencia, solicitamos al Comité de Selección que las mejoras tecnológicas requeridas en el párrafo anterior sean ubicadas en el Capítulo IV dentro del extremo de Mejoras a las Especificaciones Técnicas, asignándole un puntaje determinado.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 12 Página: 32

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección en coordinación con el área usuria aclara que las mejoras tecnologicas ubicada en la pagina 32 de las bases sera suprimida. La linealidad es de acuerdo a cada fabricante.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
se aclara

Entidad convocante : HOSPITAL PUENTE PIEDRA - CARLOS LANFRANCO LA HOZ - CLL4

Nomenclatura : AS-SM-16-2024-HCLLH/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE SET DE REACTIVOS PARA ANALIZADOR DE GASES ARTERIALES, ELECTROLITOS Y METABOLITOS PARA EL HOSPITAL CARLOS LANFRANCO LA HOZ

| | | | |
|-------------------------|----------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20501887286 | Fecha de envío : | 24/09/2024 |
| Nombre o Razón social : | DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C. | Hora de envío : | 14:19:56 |

Observación: Nro. 4

Consulta/Observación:

En el Anexo 2: ¿Hoja de Presentación de los Equipos Cedidos en Cesión de Uso¿, se indica que se debe acreditar FECHA DE FABRICACIÓN

Al respecto, cabe señalar que dicha información NO CORRESPONDE presentar en la etapa de presentación de ofertas, sino que deberá ser entregada por el postor ganador de la Buena Pro en la etapa de ejecución contractual, pues se convierte en una limitante a la pluralidad de postores si se tuviese como documentación obligatoria en la etapa de presentación de ofertas, pues implicaría que los postores ya cuenten con los equipos, sin embargo, ello se convierte en un gasto excesivo y oneroso para esta etapa, en ese orden de ideas, solo los portores que cuenten con los equipos podrán presentar su oferta.

Aunado a ello, es preciso señalar que el OSCE en diversos pronunciamientos ha señalado que no se puede exigir que los postores en la presentación de ofertas presenten el número de serie, fecha de fabricación, toda vez, que es una exigencia desproporcional y poco razonable para dicha etapa.

PRONUNCIAMIENTO N° 202- 2022/OSCE-DGR

¿De esta manera, se puede apreciar que, si bien la Entidad estaría solicitando determinada información para la suscripción de contrato que permita conocer el equipo que se estaría ofertando, exigir para la suscripción de contrato documentos otorgados por el fabricante donde indique datos, entre otros, como ¿fecha de fabricación¿ y ¿número de serie¿ del equipo ofertado, así como la copia de la Declaración Única de Aduana (DUA) que se utiliza para solicitar que las mercancías sean sometidas a los regímenes y operaciones aduaneros; RESULTARÍAN REQUISITOS IRRAZONABLES Y EXCESIVOS, TODA VEZ QUE, PODRÍA IMPLICAR QUE SÓLO LOS POSTORES QUE YA CUENTAN CON LOS EQUIPOS EN STOCK PUEDAN CONTAR CON DICHOS DOCUMENTOS (¿). De ahí que, la documentación otorgada por el fabricante (casa matriz) que indique la fecha de fabricación, marca, modelo y número de serie del equipo ofertado, así como la copia de la Declaración Única de Aduana (DUA) donde acredite la fecha de ingreso del equipo al país; debería ser presentados por el ¿CONTRATISTA¿ AL MOMENTO DEL INTERNAMIENTO DE LOS BIENES EN LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

En ese sentido, solicitamos al Comité de Selección ELIMINAR este requerimiento amparados en la Ley de Contrataciones del Estado que ha establecido lo siguiente: ¿Las Entidades promueven el libre acceso y participación de proveedores en los procesos de contratación que realicen, debiendo evitarse exigencias y formalidades costosas e innecesarias. Se encuentra prohibida la adopción de prácticas que limiten o afecten la libre concurrencia de proveedores¿. (Artículo 2, literal a); ¿Todos los proveedores deben disponer de las mismas oportunidades para formular sus ofertas, encontrándose prohibida la existencia de privilegios o ventajas y en consecuencia, el trato discriminatorio manifiesto o encubierto¿. (Artículo 2, literal b). Señalando que dicha documentación, de requerirse debe ser al INTERNAMIENTO DE LOS BIENES.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: ANEXO 2 Página: 41

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección acoge su consulta, se suprimirá la fecha de fabricación de la hoja de presentación de los equipos cedidos en cesión en uso.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

se aclara

Entidad convocante : HOSPITAL PUENTE PIEDRA - CARLOS LANFRANCO LA HOZ - CLL4

Nomenclatura : AS-SM-16-2024-HCLLH/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE SET DE REACTIVOS PARA ANALIZADOR DE GASES ARTERIALES, ELECTROLITOS Y METABOLITOS PARA EL HOSPITAL CARLOS LANFRANCO LA HOZ

| | | | |
|-------------------------|----------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20501887286 | Fecha de envío : | 24/09/2024 |
| Nombre o Razón social : | DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C. | Hora de envío : | 14:19:56 |

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

Del Cuadro de OBJETO DE LA CONVOCATORIA, se indica:
Tiempo de vigencia: Los reactivos deberán contar con una vigencia igual o mayor a doce (12) meses, la cual considera desde la fecha de recepción en almacén por cada entrega.

Solicitamos amablemente ACEPTAR una vigencia no menor de 6 meses a partir de la fecha de entrega en el almacén del hospital, en aras de fomentar la pluralidad de postores.
La misma solicitud aplicaría para las páginas 25, 26, 36

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: I Literal: 1.2 Página: 14

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección en coordinación con el área usuaria acoge su consulta, se aceptará una vigencia no menor de 6 meses a partir de la fecha de entrega en el almacen del hospital acompañados con una carta compromiso de canje.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
se aclara

Entidad convocante : HOSPITAL PUENTE PIEDRA - CARLOS LANFRANCO LA HOZ - CLL4

Nomenclatura : AS-SM-16-2024-HCLLH/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE SET DE REACTIVOS PARA ANALIZADOR DE GASES ARTERIALES, ELECTROLITOS Y METABOLITOS PARA EL HOSPITAL CARLOS LANFRANCO LA HOZ

| | | | |
|-------------------------|----------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20501887286 | Fecha de envío : | 24/09/2024 |
| Nombre o Razón social : | DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C. | Hora de envío : | 14:19:56 |

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:

Solicitan para la acreditación de los reactivos, se indica:
Para los reactivos: Características técnicas sujetas a su acreditación, metodología y muestra (se incluirá linealidad y/o estabilidad según sea el caso).
Considerando que en ninguna parte del requerimiento se precisa la estabilidad mínima requerida, solicitamos amablemente se suprima o en su defecto no sea condicional y se incluyan LINEALIDAD Y ESTABILIDAD para acreditación.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 2.2.1.1 Literal: h Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección en coordinación con el área usuaria acoge parcialmente su consulta, se suprimirá la estabilidad y linealidad mínima requerida en el capítulo III.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
se acoge

Entidad convocante : HOSPITAL PUENTE PIEDRA - CARLOS LANFRANCO LA HOZ - CLL4

Nomenclatura : AS-SM-16-2024-HCLLH/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE SET DE REACTIVOS PARA ANALIZADOR DE GASES ARTERIALES, ELECTROLITOS Y METABOLITOS PARA EL HOSPITAL CARLOS LANFRANCO LA HOZ

| | | | |
|-------------------------|----------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20501887286 | Fecha de envío : | 24/09/2024 |
| Nombre o Razón social : | DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C. | Hora de envío : | 14:19:56 |

Consulta: Nro. 7

Consulta/Observación:

Solicitan para la acreditación de los reactivos, se indica:
Para los reactivos: Características técnicas sujetas a su acreditación, metodología y muestra (se incluirá linealidad y/o estabilidad según sea el caso).
Entendemos de la linealidad y/o estabilidad es para los parámetros de medición directa, solicitamos amablemente al comité PRECISAR si nuestro entender es correcto.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 2.2.1.1 Literal: h Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección en coordinación con el área usuaria precisaron en la consulta anterior que se surpimirá la estabilidad y linelidad.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
se aclara

Entidad convocante : HOSPITAL PUENTE PIEDRA - CARLOS LANFRANCO LA HOZ - CLL4

Nomenclatura : AS-SM-16-2024-HCLLH/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE SET DE REACTIVOS PARA ANALIZADOR DE GASES ARTERIALES, ELECTROLITOS Y METABOLITOS PARA EL HOSPITAL CARLOS LANFRANCO LA HOZ

| | | | |
|-------------------------|----------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20501887286 | Fecha de envío : | 24/09/2024 |
| Nombre o Razón social : | DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C. | Hora de envío : | 14:19:56 |

Consulta: Nro. 8

Consulta/Observación:

Para el punto (4). Descripción y cantidad de bienes, se indica:
NOTA: Los reactivos y equipos deben ser de la misma marca o del mismo fabricante (se considera fabricante real, legal, dueño de la marca, filial o subsidiaria)
Entendemos que podrá ser acreditado en la etapa contractual con folletería y/o manuales, insertos y/o cartas del fabricante, solicitamos amablemente al comité PRECISAR si nuestro entender es correcto.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección en coordinación con el área usuaria indica que su entender es correcto (aplica solo para el reactivo principal)

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
se aclara

Entidad convocante : HOSPITAL PUENTE PIEDRA - CARLOS LANFRANCO LA HOZ - CLL4

Nomenclatura : AS-SM-16-2024-HCLLH/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE SET DE REACTIVOS PARA ANALIZADOR DE GASES ARTERIALES, ELECTROLITOS Y METABOLITOS PARA EL HOSPITAL CARLOS LANFRANCO LA HOZ

| | | | |
|-------------------------|----------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20501887286 | Fecha de envío : | 24/09/2024 |
| Nombre o Razón social : | DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C. | Hora de envío : | 14:19:56 |

Consulta: Nro. 9

Consulta/Observación:

Del cuadro de las especificaciones técnicas del EQUIPO DE GASES ARTERIALES Y ELECTROLITOS, se indica:

(4) Características:

Parámetros calculados: HCO3-ACT, HCO3-STD, BE(ECF), BE(B), CTCO2, CA++, P50, ANION GAP, CTO2, PO2(A-A), PO2(A)/FIO2, FSHUNT, como mínimo.

Entendemos que al solicitar un parámetro calculado de CA++, se hace referencia al CA++ (pH=7.40), solicitamos amablemente al comité PRECISAR si nuestro entender es correcto.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 28

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección en coordinación con el área usuaria, suprimira al CA++ de parametros calculados para evitar crear confusion.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
se acoge

Entidad convocante : HOSPITAL PUENTE PIEDRA - CARLOS LANFRANCO LA HOZ - CLL4

Nomenclatura : AS-SM-16-2024-HCLLH/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE SET DE REACTIVOS PARA ANALIZADOR DE GASES ARTERIALES, ELECTROLITOS Y METABOLITOS PARA EL HOSPITAL CARLOS LANFRANCO LA HOZ

| | | | |
|-------------------------|----------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20501887286 | Fecha de envío : | 24/09/2024 |
| Nombre o Razón social : | DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C. | Hora de envío : | 14:19:56 |

Consulta: Nro. 10

Consulta/Observación:

Del cuadro de las especificaciones técnicas del EQUIPO DE GASES ARTERIALES Y ELECTROLITOS, se indica:

(4) Características:

Parámetros calculados: HCO3-ACT, HCO3-STD, BE(ECF), BE(B), CTCO2, CA++, P50, ANION GAP, CTO2, PO2(A-A), PO2(A)/FIO2, FSHUNT, como mínimo.

Considerando que estos parámetros en mención pueden tener una nomenclatura distinta según la marca y modelo del equipo, solicitamos amablemente considerar que la nomenclatura sea de acuerdo a cada fabricante, en aras de fomentar la pluralidad de postores.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 28

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección en coordinación con el área usuaria indica que su entender es correcto.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
se aclara

Entidad convocante : HOSPITAL PUENTE PIEDRA - CARLOS LANFRANCO LA HOZ - CLL4

Nomenclatura : AS-SM-16-2024-HCLLH/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE SET DE REACTIVOS PARA ANALIZADOR DE GASES ARTERIALES, ELECTROLITOS Y METABOLITOS PARA EL HOSPITAL CARLOS LANFRANCO LA HOZ

| | | | |
|-------------------------|----------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20501887286 | Fecha de envío : | 24/09/2024 |
| Nombre o Razón social : | DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C. | Hora de envío : | 14:19:56 |

Consulta: Nro. 11

Consulta/Observación:

Del cuadro de las especificaciones técnicas del EQUIPO DE GASES ARTERIALES Y ELECTROLITOS, se indica:
(8) Consumibles, Calibradores, Controles, Complementos, y Accesorios, solicitan en:
Controles internos: controles independientes de tercera opinión, proporcionar material de control en dos niveles como mínimo (patológico y normal), en cantidad suficiente para realizar un mínimo de un proceso por cada equipo en cada jornada de trabajo
Entendemos que la entidad solicita controles interlaboratoriales de una marca diferente a los reactivos entregados, solicitamos amablemente al comité PRECISAR si nuestro entender es correcto.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 28

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección en coordinación con el área usuaria indica que su entender es correcto. Se aclara que material de control en dos niveles como mínimo (según recomendación de cada fabricante

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
se aclara

Entidad convocante : HOSPITAL PUENTE PIEDRA - CARLOS LANFRANCO LA HOZ - CLL4

Nomenclatura : AS-SM-16-2024-HCLLH/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE SET DE REACTIVOS PARA ANALIZADOR DE GASES ARTERIALES, ELECTROLITOS Y METABOLITOS PARA EL HOSPITAL CARLOS LANFRANCO LA HOZ

| | | | |
|-------------------------|----------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20501887286 | Fecha de envío : | 24/09/2024 |
| Nombre o Razón social : | DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C. | Hora de envío : | 14:19:56 |

Consulta: Nro. 12

Consulta/Observación:

Del cuadro de las especificaciones técnicas del EQUIPO DE GASES ARTERIALES Y ELECTROLITOS, se indica:
(8) Consumibles, Calibradores, Controles, Complementos, y Accesorios, solicitan en:
Controles internos: controles independientes de tercera opinión, proporcionar material de control en dos niveles como mínimo (patológico y normal), en cantidad suficiente para realizar un mínimo de un proceso por cada equipo en cada jornada de trabajo.
Entendemos que existe un error de tipeo en referencia a los niveles de control de calidad, debido a que para evaluar el estado patológico de los equilibrios Ácido-Base existen dos tipos patológicos (Ácidos y Alcalinos). Solicitamos amablemente precisar si efectivamente solo necesitaran un nivel de control normal y un solo nivel patológico.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 28

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección en coordinación con el área usuaria aclara que los controles en dos niveles como minimo sera según recomendación de cada fabricante.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
se aclara

Entidad convocante : HOSPITAL PUENTE PIEDRA - CARLOS LANFRANCO LA HOZ - CLL4

Nomenclatura : AS-SM-16-2024-HCLLH/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE SET DE REACTIVOS PARA ANALIZADOR DE GASES ARTERIALES, ELECTROLITOS Y METABOLITOS PARA EL HOSPITAL CARLOS LANFRANCO LA HOZ

| | | | |
|-------------------------|----------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20501887286 | Fecha de envío : | 24/09/2024 |
| Nombre o Razón social : | DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C. | Hora de envío : | 14:19:56 |

Consulta: Nro. 13

Consulta/Observación:

Del cuadro de las especificaciones técnicas del EQUIPO DE GASES ARTERIALES Y ELECTROLITOS, se indica:
(8) Consumibles, Calibradores, Controles, Complementos, y Accesorios, solicitan en:
Controles externos:
Proporcionar material de control interlaboratorial y externo ISO 17043, para todos los reactivos solicitados, también incluir en su propuesta el programa de control de la calidad externo mensual o trimestral que permita realizar la evaluación inicial y permanente de los reactivos de las pruebas adjudicadas. El control de calidad interlaboratorial y externo aplicaría para todos los analitos solicitados (el programa de calidad de control externo abarca todos los parámetros ofrecidos de acuerdo a cada fabricante).

Entendemos que el área usuaria solicita un programa de control externo de la calidad de matriz líquida para gases arteriales el cual podrá ser ofertado de acuerdo a cada fabricante.
Solicitamos amablemente al comité precisar si nuestro entender es correcto.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 28

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección en coordinación con el área usuaria precisa que su entender es correcto. El programa de control externo de la calidad de matriz líquida para gases arteriales el cual podrá ser ofertado de acuerdo a las características de cada fabricante

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
se aclara

Entidad convocante : HOSPITAL PUENTE PIEDRA - CARLOS LANFRANCO LA HOZ - CLL4

Nomenclatura : AS-SM-16-2024-HCLLH/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE SET DE REACTIVOS PARA ANALIZADOR DE GASES ARTERIALES, ELECTROLITOS Y METABOLITOS PARA EL HOSPITAL CARLOS LANFRANCO LA HOZ

| | | | |
|-------------------------|----------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20501887286 | Fecha de envío : | 24/09/2024 |
| Nombre o Razón social : | DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C. | Hora de envío : | 14:19:56 |

Consulta: Nro. 14

Consulta/Observación:

Del cuadro de las especificaciones técnicas del EQUIPO DE GASES ARTERIALES Y ELECTROLITOS, se indica:
(8) Consumibles, Calibradores, Controles, Complementos, y Accesorios, solicitan en:
Controles externos:
Proporcionar material de control interlaboratorial y externo ISO 17043, para todos los reactivos solicitados, también incluir en su propuesta el programa de control de la calidad externo mensual o trimestral que permita realizar la evaluación inicial y permanente de los reactivos de las pruebas adjudicadas. El control de calidad interlaboratorial y externo aplicaría para todos los analitos solicitados (el programa de calidad de control externo abarca todos los parámetros ofrecidos de acuerdo a cada fabricante).

Entendemos que el área usuaria solicita un programa de control de calidad externo de la calidad de matriz líquida para gases arteriales el cual podrá ser ofertado de acuerdo a las características de cada fabricante.
Solicitamos amablemente al comité precisar si nuestro entender es correcto.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 28

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección en coordinación con el área usuaria precisa que su entender es correcto. El programa de control externo de la calidad de matriz líquida para gases arteriales el cual podrá ser ofertado de acuerdo a las características de cada fabricante

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
se aclara

Entidad convocante : HOSPITAL PUENTE PIEDRA - CARLOS LANFRANCO LA HOZ - CLL4

Nomenclatura : AS-SM-16-2024-HCLLH/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE SET DE REACTIVOS PARA ANALIZADOR DE GASES ARTERIALES, ELECTROLITOS Y METABOLITOS PARA EL HOSPITAL CARLOS LANFRANCO LA HOZ

| | | | |
|-------------------------|----------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20501887286 | Fecha de envío : | 24/09/2024 |
| Nombre o Razón social : | DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C. | Hora de envío : | 14:19:56 |

Consulta: Nro. 15

Consulta/Observación:

Del cuadro de las especificaciones técnicas del EQUIPO DE GASES ARTERIALES Y ELECTROLITOS, se indica:
(8) Consumibles, Calibradores, Controles, Complementos, y Accesorios, solicitan en:
Contar con el Programa de control de calidad Interlaboratorial:
Con software que permita la transmisión automática de los resultados de control de calidad interno desde los analizadores al programa de control de calidad Interlaboratorial.
Entendemos que la conexión para la transmisión automática de datos contará con los permisos y autorización por parte de la entidad.
Solicitamos amablemente al comité PRECISAR si nuestro entender es correcto.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 38

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección en coordinación con el área usuaria precisa que la institución brindara todas las facilidades,y en caso el hospital no cuente con lo necesario para la instalación, el proveedor debera asumir la responsabilidad sin que esto genere un costo adicional para la institución.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
se aclara

Entidad convocante : HOSPITAL PUENTE PIEDRA - CARLOS LANFRANCO LA HOZ - CLL4

Nomenclatura : AS-SM-16-2024-HCLLH/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE SET DE REACTIVOS PARA ANALIZADOR DE GASES ARTERIALES, ELECTROLITOS Y METABOLITOS PARA EL HOSPITAL CARLOS LANFRANCO LA HOZ

| | | | |
|-------------------------|----------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20501887286 | Fecha de envío : | 24/09/2024 |
| Nombre o Razón social : | DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C. | Hora de envío : | 14:19:56 |

Consulta: Nro. 16

Consulta/Observación:

Del cuadro de las especificaciones técnicas del EQUIPO DE GASES ARTERIALES Y ELECTROLITOS, se indica:
(9) Soporte técnico:

Mantenimiento Preventivo: Presentar el Cronograma de ejecución en el área y en la jefatura, el cual debe ser supervisado por el jefe o responsable de Mantenimiento de la Institución en coordinación con el jefe del área Usuaría.
Entendemos que la presentación del cronograma de ejecución de mantenimiento se realizará en la etapa contractual, solicitamos amablemente al comité PRECISAR si nuestro entender es correcto.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 28

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección en coordinación con el área usuaria indica que su entender es correcto.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

se aclara

Entidad convocante : HOSPITAL PUENTE PIEDRA - CARLOS LANFRANCO LA HOZ - CLL4

Nomenclatura : AS-SM-16-2024-HCLLH/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE SET DE REACTIVOS PARA ANALIZADOR DE GASES ARTERIALES, ELECTROLITOS Y METABOLITOS PARA EL HOSPITAL CARLOS LANFRANCO LA HOZ

| | | | |
|-------------------------|----------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20501887286 | Fecha de envío : | 24/09/2024 |
| Nombre o Razón social : | DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C. | Hora de envío : | 14:19:56 |

Consulta: Nro. 17

Consulta/Observación:

Solicitan en el punto 4) Características: Tiempo de análisis hasta la emisión de resultados: 80 segundos.

Entendemos que el tiempo solicitado hasta la emisión de resultados aplica para el modo normal y rutina del analizador.

Solicitamos amablemente precisar si nuestro entender es correcto.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 13 Página: 28

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección en coordinación con el área usuaria indica que su entender es correcto.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
se aclara

Entidad convocante : HOSPITAL PUENTE PIEDRA - CARLOS LANFRANCO LA HOZ - CLL4

Nomenclatura : AS-SM-16-2024-HCLLH/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE SET DE REACTIVOS PARA ANALIZADOR DE GASES ARTERIALES, ELECTROLITOS Y METABOLITOS PARA EL HOSPITAL CARLOS LANFRANCO LA HOZ

| | | | |
|-------------------------|----------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20501887286 | Fecha de envío : | 24/09/2024 |
| Nombre o Razón social : | DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C. | Hora de envío : | 14:19:56 |

Consulta: Nro. 18

Consulta/Observación:

Solicitan en el punto 12. Antigüedad. Equipo con menos de 02 años de fabricación.
Considerando que los analizadores reciben mantenimiento recomendado por el fabricante para asegurar la funcionalidad de los mismos, solicitamos amablemente se acepte que el analizador tenga fecha de fabricación menor o igual a cuatro (04) años.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 13 Página: 32

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección en coordinación con el área usuaria No acoge su consulta, ceñirse a las bases.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
no se acoge

Entidad convocante : HOSPITAL PUENTE PIEDRA - CARLOS LANFRANCO LA HOZ - CLL4

Nomenclatura : AS-SM-16-2024-HCLLH/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE SET DE REACTIVOS PARA ANALIZADOR DE GASES ARTERIALES, ELECTROLITOS Y METABOLITOS PARA EL HOSPITAL CARLOS LANFRANCO LA HOZ

| | | | |
|-------------------------|----------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20501887286 | Fecha de envío : | 24/09/2024 |
| Nombre o Razón social : | DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C. | Hora de envío : | 14:19:56 |

Consulta: Nro. 19

Consulta/Observación:

Solicitan en el punto 12. Antigüedad. Equipo con menos de 02 años de fabricación.

Solicitamos amablemente se considere en mejoras tecnológicas se presente un analizador con menos de 02 años de fabricación.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 13 Página: 32

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección en coordinación con el área usuaria No acoge su consulta, ceñirse a las bases.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
no se acoge

Entidad convocante : HOSPITAL PUENTE PIEDRA - CARLOS LANFRANCO LA HOZ - CLL4

Nomenclatura : AS-SM-16-2024-HCLLH/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE SET DE REACTIVOS PARA ANALIZADOR DE GASES ARTERIALES, ELECTROLITOS Y METABOLITOS PARA EL HOSPITAL CARLOS LANFRANCO LA HOZ

| | | | |
|-------------------------|--|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20552895496 | Fecha de envío : | 24/09/2024 |
| Nombre o Razón social : | INGENIERIA DE DIAGNOSTICO CLINICO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | Hora de envío : | 17:34:02 |

Consulta: Nro. 20

Consulta/Observación:

En las especificaciones técnicas del analizador de gases arteriales en el Performance mencionan:18 pruebas por hora como mínimo.

Al respecto, debido a la premura con la que se requiere los resultados de este tipo de pruebas y en virtud del alto volumen de pruebas realizado por la entidad, sugerimos muy amablemente al Comité de selección considere un Performance mayor para el equipo en cesión de uso, Performance: 25 o más pruebas por hora.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 13 Literal: 3 Página: 28

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección en coordinación con el área usuaria no acoge su consulta. Se precisa que la performance solicitada cubre la necesidad del servicio.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

no se acoge

Entidad convocante : HOSPITAL PUENTE PIEDRA - CARLOS LANFRANCO LA HOZ - CLL4

Nomenclatura : AS-SM-16-2024-HCLLH/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE SET DE REACTIVOS PARA ANALIZADOR DE GASES ARTERIALES, ELECTROLITOS Y METABOLITOS PARA EL HOSPITAL CARLOS LANFRANCO LA HOZ

| | | | |
|-------------------------|--|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20552895496 | Fecha de envío : | 24/09/2024 |
| Nombre o Razón social : | INGENIERIA DE DIAGNOSTICO CLINICO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | Hora de envío : | 17:34:02 |

Consulta: Nro. 21

Consulta/Observación:

En las especificaciones técnicas del equipo en cesión de uso solicitan: Volumen de muestra hasta 195 uL y modo micromuestra hasta 95 uL.

Al respecto esta característica únicamente la cumple un solo postor en el mercado, pero existen analizadores que con un menor volumen de muestra pueden emitir los parámetros solicitados, por lo cual solicitamos considerar: Volumen de muestra menor o igual a 135 uL para todos los parámetros y modo micromuestra hasta 90uL

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 13 Literal: 5 Página: 29

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección en coordinación con el área usuaria no acoge su consulta. Los volúmenes solicitados cubren todas las necesidades de los tipos de pacientes que se atienden en la institución.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
se aclara

Entidad convocante : HOSPITAL PUENTE PIEDRA - CARLOS LANFRANCO LA HOZ - CLL4

Nomenclatura : AS-SM-16-2024-HCLLH/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE SET DE REACTIVOS PARA ANALIZADOR DE GASES ARTERIALES, ELECTROLITOS Y METABOLITOS PARA EL HOSPITAL CARLOS LANFRANCO LA HOZ

| | | | |
|-------------------------|--|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20552895496 | Fecha de envío : | 24/09/2024 |
| Nombre o Razón social : | INGENIERIA DE DIAGNOSTICO CLINICO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | Hora de envío : | 17:34:02 |

Consulta: Nro. 22

Consulta/Observación:

En la vigencia mínima establecida en las especificaciones técnicas, del analizador de gases arteriales y electrolitos, numeral 8: Consumibles, calibradores, controles, complementos y accesorios, en el apartado de reactivos solicitan que deberá tener fecha de caducidad no menor de 12 meses por cada entrega, solicitamos al comité de selección aceptar una vigencia mínima de 6 meses

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 13 Literal: 8 Página: 28

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección en coordinación con el área acoge parcialmente su consulta. Se aceptarán vigencias no menores de 6 meses con carta de compromiso de canje por vencimiento.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
se aclara

Entidad convocante :HOSPITAL PUENTE PIEDRA - CARLOS LANFRANCO LA HOZ - CLL4

Nomenclatura :AS-SM-16-2024-HCLLH/CS-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE SET DE REACTIVOS PARA ANALIZADOR DE GASES ARTERIALES, ELECTROLITOS Y METABOLITOS PARA EL HOSPITAL CARLOS LANFRANCO LA HOZ

| | | | |
|-------------------------|--|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20552895496 | Fecha de envío : | 24/09/2024 |
| Nombre o Razón social : | INGENIERIA DE DIAGNOSTICO CLINICO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | Hora de envío : | 17:34:02 |

Consulta: Nro. 23

Consulta/Observación:

En la especificaciones técnicas del equipo en cesión en uso (analizador de gases arteriales, electrolitos), en características solicitan: LECTOR DE CÓDIGO DE BARRAS PARA MUESTRAS y PACIENTES. Nuestro analizador posee un Lector de código de barras para las muestras y este es conectado por un puerto USB del equipo, este se puede considerado como un Lector de código de barras externo.

Solicitamos que se consulte al área usuaria pueda considerar lo siguiente: ¿Lector de código de barras para las muestras integrado o externo conectado por vía USB al equipo y reconocimiento automático para los controles y calibradores¿ para así dar paso a pluralidad de postores, en virtud de que ambas opciones cumplen exactamente igual con la misma función.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 13 Literal: 4 Página: 28

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección en coordinación con el área usuaria acoge parcialmente su consulta. Se permitirá para controles y calibradores el reconocimiento de acuerdo a fabricante, sin embargo para muestras y pacientes se requiere el lector de código de barras incorporado.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

se acoge a la consulta

Entidad convocante : HOSPITAL PUENTE PIEDRA - CARLOS LANFRANCO LA HOZ - CLL4

Nomenclatura : AS-SM-16-2024-HCLLH/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE SET DE REACTIVOS PARA ANALIZADOR DE GASES ARTERIALES, ELECTROLITOS Y METABOLITOS PARA EL HOSPITAL CARLOS LANFRANCO LA HOZ

| | | | |
|-------------------------|--|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20552895496 | Fecha de envío : | 24/09/2024 |
| Nombre o Razón social : | INGENIERIA DE DIAGNOSTICO CLINICO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | Hora de envío : | 17:34:02 |

Consulta: Nro. 24

Consulta/Observación:

En los Requerimientos Técnicos del equipo cesión de uso, consumibles, calibradores, controles, complementos y accesorios solicitan: sistema de control de calidad incluida en el equipo, e interlaboratorial. Solicitamos tengan a bien considerar el sistema de control de calidad interlaboratorial o control de calidad externo de tercera opinión, esto con la finalidad de fomentar una mayor participación y pluralidad de postores.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 13 Literal: 8 Página: 30

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección en coordinación con el área usuaria no acoge su consulta. Se precisa que se requieren ambos, controles externos y controles internos de tercera opinión (interlaboratoriales)

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

no se acoge

Entidad convocante : HOSPITAL PUENTE PIEDRA - CARLOS LANFRANCO LA HOZ - CLL4

Nomenclatura : AS-SM-16-2024-HCLLH/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE SET DE REACTIVOS PARA ANALIZADOR DE GASES ARTERIALES, ELECTROLITOS Y METABOLITOS PARA EL HOSPITAL CARLOS LANFRANCO LA HOZ

| | | | |
|-------------------------|--|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20552895496 | Fecha de envío : | 24/09/2024 |
| Nombre o Razón social : | INGENIERIA DE DIAGNOSTICO CLINICO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | Hora de envío : | 17:34:02 |

Consulta: Nro. 25

Consulta/Observación:

En las especificaciones técnicas indican mejoras tecnológicas

Linealidad : hb de 5 a 23 g/dl (linealidad de acuerdo a cada fabricante), lactato de 0 a 30 mmol/l, glucosa 10 a 680 mg/dl, Na de 100 a 180 mmol/l, K de 3 a 18 mmol/l, Cl de 40 a 150 mmol/l, Ca de 0.2 a 4.0 mmol/l, PCO2 de 5 a 250 mmhg, PO2 de 0 a 800 mmhg.

Solicitamos indicar como mejora tecnológica linealidades con un mejor rango:

Linealidad : hb de 5 a 25 g/dl (linealidad de acuerdo a cada fabricante), lactato de 0,3 a 20 mmol/l, glucosa 15 a 500 mg/dl, Na de 80 a 200 mmol/l, K de 1 a 20 mmol/l, Cl de 50 a 200 mmol/l, Ca de 0.1 a 2,7 mmol/l, PCO2 de 3 a 200 mmhg, PO2 de 5 a 765 mmhg.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 13 Literal: - Página: 32

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección en coordinación con el área usuria aclara que las mejoras tecnologicas ubicada en la pagina 32 de las bases sera suprimida. La linealidad es de acuerdo a cada fabricante.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
se acoge

Entidad convocante : HOSPITAL PUENTE PIEDRA - CARLOS LANFRANCO LA HOZ - CLL4

Nomenclatura : AS-SM-16-2024-HCLLH/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE SET DE REACTIVOS PARA ANALIZADOR DE GASES ARTERIALES, ELECTROLITOS Y METABOLITOS PARA EL HOSPITAL CARLOS LANFRANCO LA HOZ

| | | | |
|-------------------------|--|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20552895496 | Fecha de envío : | 24/09/2024 |
| Nombre o Razón social : | INGENIERIA DE DIAGNOSTICO CLINICO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | Hora de envío : | 17:34:02 |

Consulta: Nro. 26

Consulta/Observación:

En virtud de que los principales fabricantes de equipos de gases arteriales han hecho un gran esfuerzo e inversión en pro de la seguridad y del medio ambiente, y en especial en la seguridad los usuarios, Ofreciendo Cartuchos sellados Bioseguros, por lo cual sugerimos amablemente contar con Cartuchos de reactivos sellados Bioseguros que garanticen la no manipulación de desecho.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: - Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección en coordinación con el área usuaria no acoge su consulta. Sin embargo todo postor es libre de presentar características técnicas adicionales que no repercutan un gasto extra a la institución.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
se aclara

Entidad convocante : HOSPITAL PUENTE PIEDRA - CARLOS LANFRANCO LA HOZ - CLL4

Nomenclatura : AS-SM-16-2024-HCLLH/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE SET DE REACTIVOS PARA ANALIZADOR DE GASES ARTERIALES, ELECTROLITOS Y METABOLITOS PARA EL HOSPITAL CARLOS LANFRANCO LA HOZ

| | | | |
|-------------------------|--|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20552895496 | Fecha de envío : | 24/09/2024 |
| Nombre o Razón social : | INGENIERIA DE DIAGNOSTICO CLINICO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | Hora de envío : | 17:34:02 |

Consulta: Nro. 27

Consulta/Observación:

En virtud de que los gases se disuelven en los líquidos como la sangre, la cuál contiene presiones parciales de los gases disueltos, tales como el dióxido de carbono y el oxígeno que se unen a los glóbulos rojos. Las concentraciones de gases en la sangre proporcionan los parámetros plasmáticos para evaluar la función respiratoria del cuerpo y su equilibrio ácido-base. Por este motivo el método ideal para la calibración de los equipos que miden los gases arteriales en la sangre es la calibración líquida y automática con una matriz igual a la del fluido sanguíneo, el cuál contiene gas disuelto y presurizado por tonometría. Por este motivo consideramos que el comité evaluador requiere que el equipo de gases arteriales en cesión de uso posea reactivos y calibradores líquidos totalmente automatizados. ¿Es correcta nuestra apreciación?

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: - Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección en coordinación con el área usuaria no acoge su consulta. La presentación de reactivos y calibradores será de acuerdo a fabricante.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

no se acoge

Entidad convocante : HOSPITAL PUENTE PIEDRA - CARLOS LANFRANCO LA HOZ - CLL4

Nomenclatura : AS-SM-16-2024-HCLLH/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE SET DE REACTIVOS PARA ANALIZADOR DE GASES ARTERIALES, ELECTROLITOS Y METABOLITOS PARA EL HOSPITAL CARLOS LANFRANCO LA HOZ

| | | | |
|-------------------------|--|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20552895496 | Fecha de envío : | 24/09/2024 |
| Nombre o Razón social : | INGENIERIA DE DIAGNOSTICO CLINICO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | Hora de envío : | 17:34:02 |

Consulta: Nro. 28

Consulta/Observación:

La medición directa del Magnesio iónico interviene en más de 300 reacciones metabólicas en el organismo, el resultado de este parámetro ayuda en un pronto diagnóstico, pronóstico y tratamiento de los pacientes en estado críticos en las UCI quirúrgicas, médicas, cardíacas, pediátricas y Neonatales.

Representaría de gran ayuda para la institución contar con un analizador que procese de manera directa Mg iónico en el perfil completo de las pruebas, debido a las ventajas que ofrece, Solicitamos respetuosamente se pueda considerar como mejora tecnológica la medición directa del magnesio iónico en el equipos ofertado

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: - Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección en coordinación con el área usuaria no acoge su consulta. Sin embargo todo postor es libre de presentar características técnicas adicionales que no repercutan un gasto extra a la institución.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
se aclara

Entidad convocante : HOSPITAL PUENTE PIEDRA - CARLOS LANFRANCO LA HOZ - CLL4

Nomenclatura : AS-SM-16-2024-HCLLH/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE SET DE REACTIVOS PARA ANALIZADOR DE GASES ARTERIALES, ELECTROLITOS Y METABOLITOS PARA EL HOSPITAL CARLOS LANFRANCO LA HOZ

| | | | |
|-------------------------|--|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20552895496 | Fecha de envío : | 24/09/2024 |
| Nombre o Razón social : | INGENIERIA DE DIAGNOSTICO CLINICO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | Hora de envío : | 17:34:02 |

Observación: Nro. 29

Consulta/Observación:

En las mejoras a las especificaciones técnicas solicitan ¿calibración con gas para los parámetros de pCO2 y Po2 trazable a estándares NIST¿ con puntaje de 10 puntos

Existe una sola marca de analizador en el mercado que cuenta con dicha especificación técnica y la comercializa un único postor, lo cual estaría direccionando la compra.

Observación: con la finalidad de no direccionar la compra se sugiere cambiar la mejora tecnológica en mención por otras que puedan participar más de un postor como, por ejemplo:

Cartuchos de reactivos sellados Bioseguros que garanticen la no manipulación de desecho

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: IV Literal: G Página: 42

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 2 de LCE

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección en coordinación con el área usuaria no acoge su consulta. La característica en mención no limita la pluralidad de postores por ser una mejora tecnológica.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

se aclara

Entidad convocante : HOSPITAL PUENTE PIEDRA - CARLOS LANFRANCO LA HOZ - CLL4

Nomenclatura : AS-SM-16-2024-HCLLH/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE SET DE REACTIVOS PARA ANALIZADOR DE GASES ARTERIALES, ELECTROLITOS Y METABOLITOS PARA EL HOSPITAL CARLOS LANFRANCO LA HOZ

| | | | |
|-------------------------|--------------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20468787360 | Fecha de envío : | 24/09/2024 |
| Nombre o Razón social : | ROCHEM BIO CARE DEL PERU S.A.C | Hora de envío : | 20:52:57 |

Consulta: Nro. 30

Consulta/Observación:

"En el Cuadro de Especificaciones Técnicas, solicitan como TIEMPO DE VIGENCIA del Set de reactivos Gases Arteriales: Los reactivos deberán contar con una vigencia igual o mayor a doce (12) meses, la cual se considerara desde la fecha de recepción en almacén por cada entrega

Considerando que existen algunos dispositivos médicos que por sus propiedades físicas, químicas y biológicas; no pueden cumplir con la vigencia mínima establecida.

Se solicita amablemente al comité para que en coordinación con el área usuaria acepten la presentación de vigencias menores, siempre que no sean menores al 60% del tiempo de vigencia o vida útil indicado por el fabricante o en su defecto no menor de 4 meses a partir de la fecha de entrega; siempre en cuando estas sean acompañados con una CARTA DE COMPROMISO DE CANJE POR VENCIMIENTO PROXIMO. Permitiendo así una mayor pluralidad de postores."

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: I Literal: 1.2 Página: 14

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección en coordinación con el área usuaria no acoge su consulta, se aceptará una vigencia no menor de 6 meses a partir de la fecha de entrega en el almacén del hospital acompañados con una carta compromiso de canje.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

no se acoge

Entidad convocante : HOSPITAL PUENTE PIEDRA - CARLOS LANFRANCO LA HOZ - CLL4

Nomenclatura : AS-SM-16-2024-HCLLH/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE SET DE REACTIVOS PARA ANALIZADOR DE GASES ARTERIALES, ELECTROLITOS Y METABOLITOS PARA EL HOSPITAL CARLOS LANFRANCO LA HOZ

| | | | |
|-------------------------|--------------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20468787360 | Fecha de envío : | 24/09/2024 |
| Nombre o Razón social : | ROCHEM BIO CARE DEL PERU S.A.C | Hora de envío : | 20:52:57 |

Consulta: Nro. 31

Consulta/Observación:

"En el presente requeerimiento solicitan como PLAZO DE ENTREGA E INSTALACION DE EQUIPO Y SOFTWARE, que los bienes de la presente convocatoria se entregaran en el plazo de siete (07) dias calendarios contados a partir del dia siguiente de la recepcion de la orden de compra.

Considerando que para la instalacion del equipo y conectividad de software se debe llevar a cabo toda una logistica y evaluacion de preinstalacion.consideramos que siete dias es un tiempo muy corto que favoreceria indirectamente al postor que se encuentra instalado actualmente sesgando asi la pluralidad de postores.

Por lo que solicitamos amablemente al comite para que en coordinacion con el area usuaria, amplien su requerimiento e indiquen como plazo para la primera entrega e instacion del equipo en cesion de uso un plazo no mayor a treinta (30) dias calendarios despes de la recepcion de laorden de compra.

"

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: I Literal: 1.9 Página: 15

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección en coordinación con el área usuaria acoge parcialmente su consulta. Se considerará para la primera entrega, 15 días calendario contabilizados a partir del día siguiente de la notificación de la Orden de Compra.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

se acoge

Entidad convocante : HOSPITAL PUENTE PIEDRA - CARLOS LANFRANCO LA HOZ - CLL4

Nomenclatura : AS-SM-16-2024-HCLLH/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE SET DE REACTIVOS PARA ANALIZADOR DE GASES ARTERIALES, ELECTROLITOS Y METABOLITOS PARA EL HOSPITAL CARLOS LANFRANCO LA HOZ

| | | | |
|-------------------------|--------------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20468787360 | Fecha de envío : | 24/09/2024 |
| Nombre o Razón social : | ROCHEM BIO CARE DEL PERU S.A.C | Hora de envío : | 20:52:57 |

Consulta: Nro. 32

Consulta/Observación:

"En el present literal indican la FOLLETERIA/MANUAL DE INSTRUCCIONES DE USO Y/O INSERTO, que para acreditar las especificaciones tecnicas tanto del reactivo como del equipo en cesion, se aceptara la carta emitida por el fabricante en caso de que la totalidad de la informacion requerida no se encuentre en la folleteria manauales o insertos.

Ahora bien, considerando que muchas veces las marcas o fabricantes son parte de empresas de mucha mayor envergadura la cual es la respnsable comercial de la distribucion y comercializacion de los productos.

Solicitamos amablemente al comite para que en coordinacion con el area usuaria sirvan aceptar tambien la presentacion de una carta emitida por el dueño de la marca o responsable legal de la marca. Por lo que el requerimiento indicaria ""para acreditar las especificaciones tecnicas se aceptara la carta emitida por el fabricante y/o dueño de la marca y/o responsable legal de la marca"" permitiendo asi una mayor pluralidad de postores"

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 2.2.1.1 Literal: h Página: 19

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección en coordinación con el área usuaria acoge parcialmente su consulta. Se aceptarán cartas emitidas por el fabricante para acreditar las especificaciones técnicas tanto del reactivo como del equipo en cesión de uso.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

se aclara

Entidad convocante : HOSPITAL PUENTE PIEDRA - CARLOS LANFRANCO LA HOZ - CLL4

Nomenclatura : AS-SM-16-2024-HCLLH/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE SET DE REACTIVOS PARA ANALIZADOR DE GASES ARTERIALES, ELECTROLITOS Y METABOLITOS PARA EL HOSPITAL CARLOS LANFRANCO LA HOZ

| | | | |
|-------------------------|--------------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20468787360 | Fecha de envío : | 24/09/2024 |
| Nombre o Razón social : | ROCHEM BIO CARE DEL PERU S.A.C | Hora de envío : | 20:52:57 |

Consulta: Nro. 33

Consulta/Observación:

"En el Cuadro de Especificaciones Técnicas, solicitan como TIEMPO DE VIGENCIA del Set de reactivos Gases Arteriales: Los reactivos deberán contar con una vigencia igual o mayor a doce (12) meses, la cual se considerara desde la fecha de recepción en almacén por cada entrega

Considerando que existen algunos dispositivos médicos que por sus propiedades físicas, químicas y biológicas; no pueden cumplir con la vigencia mínima establecida.

Se solicita amablemente al comité para que en coordinación con el área usuaria acepten la presentación de vigencias menores, siempre que no sean menores al 60% del tiempo de vigencia o vida útil indicado por el fabricante o en su defecto no menor de 4 meses a partir de la fecha de entrega; siempre en cuando estas sean acompañados con una CARTA DE COMPROMISO DE CANJE POR VENCIMIENTO PROXIMO. Permitiendo así una mayor pluralidad de postores."

Acápito de las bases : Sección: Especifico Numeral: iii Literal: 3.1 Página: 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección en coordinación con el área usuaria no acoge su consulta, se aceptará una vigencia no menor de 6 meses a partir de la fecha de entrega en el almacén del hospital acompañados con una carta compromiso de canje.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

no se acoge

Entidad convocante : HOSPITAL PUENTE PIEDRA - CARLOS LANFRANCO LA HOZ - CLL4

Nomenclatura : AS-SM-16-2024-HCLLH/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE SET DE REACTIVOS PARA ANALIZADOR DE GASES ARTERIALES, ELECTROLITOS Y METABOLITOS PARA EL HOSPITAL CARLOS LANFRANCO LA HOZ

| | | | |
|-------------------------|--------------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20468787360 | Fecha de envío : | 24/09/2024 |
| Nombre o Razón social : | ROCHEM BIO CARE DEL PERU S.A.C | Hora de envío : | 20:56:03 |

Consulta: Nro. 34

Consulta/Observación:

"En el Cuadro de Especificaciones Tecnicas para el Equipo de Gases Arteriales y Electrolitos solicitan como PERFORMANCE: 18 pruebas por hora como minimo.

Considerndo que las pruebas de gasometria son requeridas en los ambistos de emergencia y urgencia para la evaluacion de un paciente critico, por lo cual la performance o capacidad de analisis de muestra por hora es de vital importancia.

Solicitamos amablemente al comite para que en coordinacion con el area usuaria, amplien su requerimiento y soliciten como Performance del analizador en cesion de uso : 25 muestras por hora como minimo, esto a fin de garantizar un adecuado tiempo de respuesta para estos ambisto criticos en el que es utilizado la prueba de gases arteriales y electrolitos."

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 13 Página: 28

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección en coordinación con el área usuaria no acoge su consulta. Se precisa que la performance solicitada cubre la necesidad del servicio.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

no se acoge a la consulta

Entidad convocante : HOSPITAL PUENTE PIEDRA - CARLOS LANFRANCO LA HOZ - CLL4

Nomenclatura : AS-SM-16-2024-HCLLH/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE SET DE REACTIVOS PARA ANALIZADOR DE GASES ARTERIALES, ELECTROLITOS Y METABOLITOS PARA EL HOSPITAL CARLOS LANFRANCO LA HOZ

| | | | |
|-------------------------|--------------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20468787360 | Fecha de envío : | 24/09/2024 |
| Nombre o Razón social : | ROCHEM BIO CARE DEL PERU S.A.C | Hora de envío : | 20:56:03 |

Consulta: Nro. 35

Consulta/Observación:

"En el Cuadro de Especificaciones Tecnicas para el Equipo de Gases Arteriales y Electrolitos solicitan como 4.CARACTERISTICAS; Modulo de control de calidad automatizada, grafica de levey jenningsy reglas de Westgard.

Considerando que el mercado existen diversas marcas y fabricantes, los cuales no podrian cumplir con la caracteristica solicitada, sino que poseen otros sistemas de evalacuion de control de calidad, mucho mas completos. que permiten el paso automatico de controles, evaluacion AUTOMATICA de los controles y correccion AUTOMATICA de los controles, es decir la automatizacion a todo nivel en la evaluacion del control de calidad.

Solicitamos amablemente al comite para que en coordinacion con el area usuaria, sirvan ampliar su requerimiento y permitan la presentacion de equipos con CARACTERISTICA de control de calidad que tambien se evaluaen a travez de otros sistemas de control de calidad como las graficas DELTA, claro esta siempre en cuando este sistema se avalado por un entidad de calidad como FDA o CLSI"

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 13 Página: 28

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección en coodinación con el área usuaria no acoge su consulta. Ceñirse a las bases.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

no se acoge

Entidad convocante : HOSPITAL PUENTE PIEDRA - CARLOS LANFRANCO LA HOZ - CLL4

Nomenclatura : AS-SM-16-2024-HCLLH/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE SET DE REACTIVOS PARA ANALIZADOR DE GASES ARTERIALES, ELECTROLITOS Y METABOLITOS PARA EL HOSPITAL CARLOS LANFRANCO LA HOZ

| | | | |
|-------------------------|--------------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20468787360 | Fecha de envío : | 24/09/2024 |
| Nombre o Razón social : | ROCHEM BIO CARE DEL PERU S.A.C | Hora de envío : | 20:56:03 |

Consulta: Nro. 36

Consulta/Observación:

"En el Cuadro de Especificaciones Tecnicas para el Equipo de Gases Arteriales y Electrolitos solicitan como 4.CARACTERISTICAS, Memoria de 2000 resultados de pacientes.

Entendemos que este numero de memoria en el almacenmaiento de resultados, es como minimo, por lo cual se indicaria ""memoria de 2000 resultados de pacientes como MINIMO""

Solicitamos amablemente al comite, sirvan indicar si nuestro entender es correcto."

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** III **Literal:** 13 **Página:** 28

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección en coordinación con el área usuaria acoge parcialmente su consulta. Se precisa que los 2,000 resultados en mención deben ser visibles en la pantalla del analizador.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

se aclara

Entidad convocante : HOSPITAL PUENTE PIEDRA - CARLOS LANFRANCO LA HOZ - CLL4

Nomenclatura : AS-SM-16-2024-HCLLH/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE SET DE REACTIVOS PARA ANALIZADOR DE GASES ARTERIALES, ELECTROLITOS Y METABOLITOS PARA EL HOSPITAL CARLOS LANFRANCO LA HOZ

| | | | |
|-------------------------|--------------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20468787360 | Fecha de envío : | 24/09/2024 |
| Nombre o Razón social : | ROCHEM BIO CARE DEL PERU S.A.C | Hora de envío : | 20:56:03 |

Consulta: Nro. 37

Consulta/Observación:

"En el Cuadro de Especificaciones Tecnicas para el Equipo de Gases Arteriales y Electrolitos solicitan como 5.MUESTRAS, solicitan que el volumen de muestras de hasta 195 ul y 95 para modo micromuestras y que mabos metodos deben medir todos los analitos solicitados.

Considerando que el modo en que se procese la muestra va de acorde al volumen de recoleccion de la muestra y que para estos ultimos en pacientes pediatricos o neonatos el dispositivos a usar para la recoleccion es una jerigna de 1ml o ""tuberculina"" y que de acuerdo a normas internacionales como la CLSI el volumen minimo a recolectar en los dispositivos antes nombrados, debe ser de 600 ul de sangre total como minimo ya que esto garantiza una adecuada equivalencia entre el volumen del anticoagulante y el volumen de la muestra.

Solicitamos amablemente al comite para que en coordinacion con el area usuaria sirvan aceptar que independientemente del modo de proceso, se solicite un volumen de 150 ul como minimo para el proceso de todos los analitos solicitados "

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 13 Página: 29

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de seleccíonen coodinación con el área usuaria no acoge su consulta. Los volumenenes solicitados cubren todas las necesidad de los tipos de pacientes que se atienden en la institución.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

no se acoge la consulta

Entidad convocante : HOSPITAL PUENTE PIEDRA - CARLOS LANFRANCO LA HOZ - CLL4

Nomenclatura : AS-SM-16-2024-HCLLH/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE SET DE REACTIVOS PARA ANALIZADOR DE GASES ARTERIALES, ELECTROLITOS Y METABOLITOS PARA EL HOSPITAL CARLOS LANFRANCO LA HOZ

| | | | |
|-------------------------|--------------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20468787360 | Fecha de envío : | 24/09/2024 |
| Nombre o Razón social : | ROCHEM BIO CARE DEL PERU S.A.C | Hora de envío : | 20:56:03 |

Consulta: Nro. 38

Consulta/Observación:

"En el Cuadro de Especificaciones Tecnicas para el analizador de gases y electrolitos, solicitan 6.PROCESAMIENTO DE DATOS solicitan Software Externo e Interface.

Solicitamos amablemente al comité para que en coordinación con el área usuaria, sirvan indicando si esta interfaz será conectada a un LIS del laboratorio con el que ya cuenta la entidad o será una interfaz y software externo propio del postor, esta información es de suma importancia para una correcta evaluación de gastos y propuesta final a ofertar a la entidad.

"

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 13 Página: 29

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección en coordinación con el área usuaria, ACLARA sobre el sistema de gestión de laboratorio (LIS), que el hospital no cuenta con un sistema propio, el postor adjudicado deberá suministrar el LIS o costear los gastos que fueran necesarios para la conexión de un LIS ya existente en la unidad de patología clínica (conexión al software de otro proveedor), sin que esto implique costo adicional para la entidad.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

aclara

Entidad convocante : HOSPITAL PUENTE PIEDRA - CARLOS LANFRANCO LA HOZ - CLL4

Nomenclatura : AS-SM-16-2024-HCLLH/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE SET DE REACTIVOS PARA ANALIZADOR DE GASES ARTERIALES, ELECTROLITOS Y METABOLITOS PARA EL HOSPITAL CARLOS LANFRANCO LA HOZ

| | | | |
|-------------------------|--------------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20468787360 | Fecha de envío : | 24/09/2024 |
| Nombre o Razón social : | ROCHEM BIO CARE DEL PERU S.A.C | Hora de envío : | 20:56:03 |

Consulta: Nro. 39

Consulta/Observación:

"En el Cuadro de Especificaciones Tecnicas para el analizador de gases y electrolitos, solicitan 9. CONSUMIBLES, CALIBRADORES , CONTROLES, COMPLEMENTOS Y ACCESORIOS. se indica que todos los consumibles controles, calibradores, complementos, diluyentes y accesorios deberan ser entregados en forma periodica en CANTIDAD SUFICIENTE DE ACUERDO A LOS PROTOCOLOES DE CADA METODOLOGIA"

Considerando que en el mercado exsiten tecnologias cuyos controles, calibradores y/o consumibles ya vienen incluido en us solo cartucho o pack, por lo cual no se nceesita la entrega adicional de ningun otro complemento.

Entendemos que no aplica la solicitud de insertos para calibrador y control, por lo ya indicado anteriormente.

Solicitamos amablemente al comite para que en coordinacion con el area usuaria sirvan indicar si nuestra apreciacion es correcta."

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: . Página: 30

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección en coordinación con el área usuaria acoge parcialmente su consulta. Se precisa que el postor debe demostrar y acreditar que los productos entregados incluyen controles, calibradores y/o consumibles.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

se acoge parcialmente

Entidad convocante : HOSPITAL PUENTE PIEDRA - CARLOS LANFRANCO LA HOZ - CLL4

Nomenclatura : AS-SM-16-2024-HCLLH/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE SET DE REACTIVOS PARA ANALIZADOR DE GASES ARTERIALES, ELECTROLITOS Y METABOLITOS PARA EL HOSPITAL CARLOS LANFRANCO LA HOZ

| | | | |
|-------------------------|--------------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20468787360 | Fecha de envío : | 24/09/2024 |
| Nombre o Razón social : | ROCHEM BIO CARE DEL PERU S.A.C | Hora de envío : | 20:56:36 |

Consulta: Nro. 40

Consulta/Observación:

"En el Cuadro de Especificaciones Tecnicas para el analizador de gases y electrolitos, solicitan 9. CONSUMIBLES, CALIBRADORES , CONTROLES, COMPLEMENTOS Y ACCESORIOS. Solciitan considerar 5% mas del reactivo por controles de calidad y volumen muestro del equipo.

Considerando que en el mercado existen tecnologias que brindan a capacidad de dar al usuario un kit o cartucho con PRUEBAS EFECTIVAS es decir que si se le entrega al usuaria un catucho de 100/200o 300 pruebas pruebas estas seran efectivas y solo habra cnsumo cuando se procese una prueba como tal y no pruebas para controles ni calibradores, por lo cual no aplicaria la entrega de 5% adicional.

Solicitamos amablemente al comite sirvan indicar esta solicitud del 5% como OPCIONAL solo para tecnologias que no cumplan con entregar NUMERO DE PRUEBAS EFECTIVAS."

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 13 Página: 31

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección en coordinación con el área usuaria no acoge su consulta. Ceñirse a las bases.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

no se acoge a la consulta

Entidad convocante : HOSPITAL PUENTE PIEDRA - CARLOS LANFRANCO LA HOZ - CLL4

Nomenclatura : AS-SM-16-2024-HCLLH/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE SET DE REACTIVOS PARA ANALIZADOR DE GASES ARTERIALES, ELECTROLITOS Y METABOLITOS PARA EL HOSPITAL CARLOS LANFRANCO LA HOZ

| | | | |
|-------------------------|------------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20505110651 | Fecha de envío : | 24/09/2024 |
| Nombre o Razón social : | W.P. BIOMED SOCIEDAD ANONIMA | Hora de envío : | 23:28:09 |

Consulta: Nro. 41

Consulta/Observación:

En las Especificaciones Técnicas del equipo y reactivo, solicitan metodología de fotometría. La fotometría puede emplear 3 modos de medición fotométricos: Transmisión, absorbancia y concentración. Los analizadores de gasometría emplean en su mayoría absorbancias ópticas para la cuantificación de muestras acuosas para la obtención de ciertos parámetros como la hemoglobina y/o Co-oximetría. En base a lo antes mencionado, entendemos que la absorbancia óptica será aceptada como FOTOMETRIA. ¿Es correcta nuestra apreciación?

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 3.1 Página: 28

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección en coordinación con el área usuaria aclara que , se aceptará absorbancia óptica como Fotometría.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
se aclara

Entidad convocante : HOSPITAL PUENTE PIEDRA - CARLOS LANFRANCO LA HOZ - CLL4

Nomenclatura : AS-SM-16-2024-HCLLH/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE SET DE REACTIVOS PARA ANALIZADOR DE GASES ARTERIALES, ELECTROLITOS Y METABOLITOS PARA EL HOSPITAL CARLOS LANFRANCO LA HOZ

| | | | |
|-------------------------|------------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20505110651 | Fecha de envío : | 24/09/2024 |
| Nombre o Razón social : | W.P. BIOMED SOCIEDAD ANONIMA | Hora de envío : | 23:28:09 |

Consulta: Nro. 42

Consulta/Observación:

En las Especificaciones Técnicas del equipo, solicitan parámetro calculado: F-Shunt. Teniendo en consideración que los analizadores de gasometría emplean terminologías diferentes al indicado en las especificaciones (F-shunt o Qsp/Qt). Deseamos consultar si el parámetro F- Shunt hace referencia al parámetro de derivación fisiológica. ¿Es correcta nuestra apreciación?

¿

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 3.1 Página: 28

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección en coordinación con el área usuaria acoge su consulta. Se aceptará la nomenclatura equivalente de acuerdo al fabricante que cubra los parámetros solicitados.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

se acoge a la consulta

Entidad convocante : HOSPITAL PUENTE PIEDRA - CARLOS LANFRANCO LA HOZ - CLL4

Nomenclatura : AS-SM-16-2024-HCLLH/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE SET DE REACTIVOS PARA ANALIZADOR DE GASES ARTERIALES, ELECTROLITOS Y METABOLITOS PARA EL HOSPITAL CARLOS LANFRANCO LA HOZ

| | | | |
|-------------------------|------------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20505110651 | Fecha de envío : | 24/09/2024 |
| Nombre o Razón social : | W.P. BIOMED SOCIEDAD ANONIMA | Hora de envío : | 23:28:09 |

Consulta: Nro. 43

Consulta/Observación:

En las Especificaciones Técnicas del equipo, solicitan emisión de resultados: 80 segundos.
Entendemos que el tiempo de emisión de resultados es de hasta 80 segundos. ¿es correcta nuestra apreciación?

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 3.1 Página: 28

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección en coordinación con el área usuaria precisa que la emisión de resultados para modo de procesamiento normal y rutina debe ser de 80 segundos.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
se aclara

Entidad convocante : HOSPITAL PUENTE PIEDRA - CARLOS LANFRANCO LA HOZ - CLL4

Nomenclatura : AS-SM-16-2024-HCLLH/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE SET DE REACTIVOS PARA ANALIZADOR DE GASES ARTERIALES, ELECTROLITOS Y METABOLITOS PARA EL HOSPITAL CARLOS LANFRANCO LA HOZ

| | | | |
|-------------------------|------------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20505110651 | Fecha de envío : | 24/09/2024 |
| Nombre o Razón social : | W.P. BIOMED SOCIEDAD ANONIMA | Hora de envío : | 23:28:09 |

Consulta: Nro. 44

Consulta/Observación:

En las especificaciones solicitan: resultados de pacientes incluidos gráficos de estado acido base (opcional) y tendencia de resultados.

En el mercado existe solo una marca capaz de emitir gráficas de estado acido base y tendencia de resultados; generando así el direccionamiento del proceso hacia un distribuidor. Por ello, solicitamos nos aclaren que tanto la gráfica acido base, como tendencia de resultados es un requerimiento opcional. ¿es correcta nuestra interpretación?

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 3.1 Página: 28

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección en coordinación con el área usuaria acoge su consulta. Se considerará opcionales los gráficos ácido base y tendencia de resultados.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

se acoge a la consulta

Entidad convocante : HOSPITAL PUENTE PIEDRA - CARLOS LANFRANCO LA HOZ - CLL4

Nomenclatura : AS-SM-16-2024-HCLLH/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE SET DE REACTIVOS PARA ANALIZADOR DE GASES ARTERIALES, ELECTROLITOS Y METABOLITOS PARA EL HOSPITAL CARLOS LANFRANCO LA HOZ

| | | | |
|-------------------------|------------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20505110651 | Fecha de envío : | 24/09/2024 |
| Nombre o Razón social : | W.P. BIOMED SOCIEDAD ANONIMA | Hora de envío : | 23:28:09 |

Consulta: Nro. 45

Consulta/Observación:

En las especificaciones solicitan: modulo de control de calidad automatizado, grafica de Levey Jennings y reglas de Westgard.

Cada casa matriz emplea un sistema de control de calidad típico (Levey y Jennings) o control de calidad inteligente (IQM y graficas Chart), que permiten el correcto monitoreo del sistema de medición.

El IQM es un sistema inteligente que permite monitorizar el sistema de medición antes, durante y después de cada muestra con la finalidad de detectar y corregir errores que los sistemas convencionales no detectan.

En base a ello, solicitamos puedan aceptar control de calidad con graficas Levey Jennings y reglas de Westgard; y/o Control IQM con graficas Chart.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 3.1 Página: 28

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección en coodinación con el área usuaria no acoge su consulta. Ceñirse a las bases.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

no se acoge a la consulta

Entidad convocante : HOSPITAL PUENTE PIEDRA - CARLOS LANFRANCO LA HOZ - CLL4

Nomenclatura : AS-SM-16-2024-HCLLH/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE SET DE REACTIVOS PARA ANALIZADOR DE GASES ARTERIALES, ELECTROLITOS Y METABOLITOS PARA EL HOSPITAL CARLOS LANFRANCO LA HOZ

| | | | |
|-------------------------|------------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20505110651 | Fecha de envío : | 24/09/2024 |
| Nombre o Razón social : | W.P. BIOMED SOCIEDAD ANONIMA | Hora de envío : | 23:28:09 |

Consulta: Nro. 46

Consulta/Observación:

En las especificaciones solicitan: que el volumen de aspiración de 195ul y modo micromuestra: 95ul.
Entendemos que el volumen de muestra en modo normal es de hasta 195ul y el modo micromuestra es de hasta 95ul.
¿es correcta nuestra apreciación?

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 3.1 Página: 29

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección en coordinación con el área usuaria aclara q su apreciación es correcta

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
se aclara

Entidad convocante : HOSPITAL PUENTE PIEDRA - CARLOS LANFRANCO LA HOZ - CLL4

Nomenclatura : AS-SM-16-2024-HCLLH/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE SET DE REACTIVOS PARA ANALIZADOR DE GASES ARTERIALES, ELECTROLITOS Y METABOLITOS PARA EL HOSPITAL CARLOS LANFRANCO LA HOZ

| | | | |
|-------------------------|------------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20505110651 | Fecha de envío : | 24/09/2024 |
| Nombre o Razón social : | W.P. BIOMED SOCIEDAD ANONIMA | Hora de envío : | 23:28:09 |

Consulta: Nro. 47

Consulta/Observación:

En las especificaciones solicitan: que el volumen de aspiración normal y modo micromuestra permita medir todos los parámetros solicitados.

Entendemos que el analizador de gasometría debe medir como mínimo en ambos modos de análisis: gases arteriales, electrolitos y metabolitos que es el requerimiento actual de esta convocatoria. ¿es correcta nuestra apreciación?

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 3.1 Página: 29

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección en coordinación con el área usuaria se aclara que su apreciación es correcta

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

se aclara

Entidad convocante : HOSPITAL PUENTE PIEDRA - CARLOS LANFRANCO LA HOZ - CLL4

Nomenclatura : AS-SM-16-2024-HCLLH/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE SET DE REACTIVOS PARA ANALIZADOR DE GASES ARTERIALES, ELECTROLITOS Y METABOLITOS PARA EL HOSPITAL CARLOS LANFRANCO LA HOZ

| | | | |
|-------------------------|------------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20505110651 | Fecha de envío : | 24/09/2024 |
| Nombre o Razón social : | W.P. BIOMED SOCIEDAD ANONIMA | Hora de envío : | 23:28:09 |

Consulta: Nro. 48

Consulta/Observación:

En las especificaciones solicitan: considerar 5% más del reactivo por control de calidad y volumen muerto del equipo. En el mercado existen equipos de gases que no emplean el reactivo para realizar la evaluación de control de calidad. Por ello, entendemos que este ítem será considerado siempre y cuando el reactivo consuma las pruebas efectivas. ¿Es correcta nuestra apreciación?

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 3.1 Página: 31

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección en coordinación con el área usuaria no acoge su consulta. Ceñirse a las bases.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

no se acoge a la consulta