

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA - SALUD RED PERIFERICA AREQUIPA

Nomenclatura : AS-SM-25-2023-RPSA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REFRIGERADORAS Y CONGELADORA PARA LA ESTRATEGIA SANITARIA DE INMUNIZACIONES DE LA RED DE SALUD AREQUIPA CAYLLOMA

Ruc/código :	20524800510	Fecha de envío :	22/08/2023
Nombre o Razón social :	LAB & HEALTH SUPPLY S.A.C.	Hora de envío :	12:50:47

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

Se solicita al comité aceptar como bienes similares para la acreditación de la experiencia del postor en la especialidad a:

Equipos para cadena de frío para el manejo de vacunas y complementos, cajas transportadoras para vacuna. termo portavacuna, paquetes fríos para termos y cajas transportadoras para vacuna, termómetros digitales y análogos datalogger, refrigeradoras y/o congeladoras y/o ultracongeladoras.

Basados en el artículo n°2 de la ley de contrataciones, principios a) Libertad de concurrencia, b) Igualdad de trato y g) Vigencia Tecnológica

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** III **Literal:** 3.1 **Página:** 28

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Respecto a la consulta formulada, se aclara que en el numeral 3.1 señala lo siguiente: Se consideran bienes similares a los siguientes: equipos para cadena de frío para el manejo de vacunas y complementos, cajas transportadoras para vacuna. termo portavacuna, paquetes fríos para termos y cajas transportadoras para vacuna, termómetros digitales y análogos datalogger - Las refrigeradoras y/o congeladoras y/o ultracongeladoras están considerados dentro de los equipos de cadena de frío

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA - SALUD RED PERIFERICA AREQUIPA
Nomenclatura : AS-SM-25-2023-RPSA-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : ADQUISICION DE REFRIGERADORAS Y CONGELADORA PARA LA ESTRATEGIA SANITARIA DE INMUNIZACIONES DE LA RED DE SALUD AREQUIPA CAYLLOMA

Ruc/código :	20524800510	Fecha de envío :	22/08/2023
Nombre o Razón social :	LAB & HEALTH SUPPLY S.A.C.	Hora de envío :	12:50:47

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

Se solicita al comité aceptar documentos emitidos por el fabricante para la acreditación de especificaciones técnicas de los equipos solicitados.

Acápites de las bases : Sección: General Numeral: III Literal: 3.1. Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Respecto a la consulta formulada, se aclara que en el CAPITULO III - Especificaciones Técnicas -en el numeral 6 de CONGELADORA Y REFRIGERADORA señala los siguiente:

Que los equipos deben contar con certificación PQS vigente

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA - SALUD RED PERIFERICA AREQUIPA
Nomenclatura : AS-SM-25-2023-RPSA-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : ADQUISICION DE REFRIGERADORAS Y CONGELADORA PARA LA ESTRATEGIA SANITARIA DE INMUNIZACIONES DE LA RED DE SALUD AREQUIPA CAYLLOMA

Ruc/código :	20524800510	Fecha de envío :	22/08/2023
Nombre o Razón social :	LAB & HEALTH SUPPLY S.A.C.	Hora de envío :	12:50:47

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

Se solicita al comité que los accesorios de los equipos solicitados sean acreditados con declaración jurada emitida por el postor o con el anexo N° 03 de cumplimiento de especificaciones técnicas.

Acápites de las bases : Sección: General Numeral: III Literal: 3.1. Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Respecto a la consulta formulada, se señala que: El ANEXO N° 3 DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS; en este documento se menciona que los postores ofrecen los equipos de conformidad con las Especificaciones Técnicas que se indican en el numeral 3.1 del Capítulo III de la sección específica de las bases y los documentos del procedimiento. por lo tanto la acreditación de los accesorios se da con este documento.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA - SALUD RED PERIFERICA AREQUIPA
Nomenclatura : AS-SM-25-2023-RPSA-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : ADQUISICION DE REFRIGERADORAS Y CONGELADORA PARA LA ESTRATEGIA SANITARIA DE INMUNIZACIONES DE LA RED DE SALUD AREQUIPA CAYLLOMA

Ruc/código :	20433546394	Fecha de envío :	22/08/2023
Nombre o Razón social :	EDALMI S.A.C.	Hora de envío :	15:45:06

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

Solicitan Refrigerante R134A

Al respecto es importante precisar que la Organización Mundial de la Salud esta eliminando de forma gradualmente en el uso del Refrigerante R134A en equipos de conservación para vacunas, porque, el refrigerante R134a es sintético y no es fácilmente descompuesto en el medioambiente y por ello no contribuye al cuidado del medio ambiente destruyendo la capa de ozono.

Por esta razón, actualmente los fabricantes que se encuentran en el catalogo del PQS usan el Refrigerante R600a, toda razón que el refrigerante R600a alcanza un nivel de eficiencia mayor al ser un refrigerante natural, en comparación con el Refrigerante R134a el cual es sintético.

Consultamos amablemente al comité aceptar el Refrigerante R600a en reemplazo del Refrigerante R134A

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 6 **Literal:** 6.1 **Página:** 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Respecto a la consulta formulada:

CAPITULO III -

REQUERIMIENTO

6.1 DESCRIPCIÓN BÁSICA DE LAS CARACTERISTICAS DEL BIEN:

* Refrigerante: R134a

La empresa consulta la aceptación del Refrigerante R600a

Al respecto se acepta el refrigerante antes mencionado por ser este uno de eficiencia mayor

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

CAPITULO III -

REQUERIMIENTO

6.1 DESCRIPCIÓN BÁSICA DE LAS CARACTERISTICAS DEL BIEN:

* Refrigerante: R134a a R600a

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA - SALUD RED PERIFERICA AREQUIPA
Nomenclatura : AS-SM-25-2023-RPSA-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : ADQUISICION DE REFRIGERADORAS Y CONGELADORA PARA LA ESTRATEGIA SANITARIA DE INMUNIZACIONES DE LA RED DE SALUD AREQUIPA CAYLLOMA

Ruc/código :	20433546394	Fecha de envío :	22/08/2023
Nombre o Razón social :	EDALMI S.A.C.	Hora de envío :	15:45:06

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

Solicitan dimensiones exteriores (alto x largo x ancho): 82 x 140 x 70 aproximadamente.

Al respecto es importante precisar que las dimensiones exteriores varían según el modelo de cada fabricante.

Nuestra representada desea ofrecer un equipo que cuenta con unas dimensiones exteriores de: Alto 91cm x Ancho 156cm x Profundidad 70cm.

Consultamos amablemente al comité si pueden también aceptar dichas dimensiones exteriores y/o de acuerdo al fabricante

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 6 Literal: 6.1 Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Respecto a la consulta formulada:

CAPITULO III -

REQUERIMIENTO

6.1 DESCRIPCIÓN BÁSICA DE LAS CARACTERISTICAS DEL BIEN:

* Dimensiones exteriores (alto x largo x ancho): 82 x 140 x 70 aproximadamente

Al respecto se aclara que las dimensiones son aproximadas, sin embargo estas deben estar contenidas dentro del Volumen Bruto (Litros): Entre 280 Litros a 300 Litros

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA - SALUD RED PERIFERICA AREQUIPA
Nomenclatura : AS-SM-25-2023-RPSA-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : ADQUISICION DE REFRIGERADORAS Y CONGELADORA PARA LA ESTRATEGIA SANITARIA DE INMUNIZACIONES DE LA RED DE SALUD AREQUIPA CAYLLOMA

Ruc/código :	20433546394	Fecha de envío :	22/08/2023
Nombre o Razón social :	EDALMI S.A.C.	Hora de envío :	15:45:06

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:

Solicitan ISO 13485

Al respecto es importante precisar que el ISO 13485 es una norma referida al sistema de gestión de la calidad aplicable para dispositivos médicos y/o productos sanitarios.

Así mismo, la DIGEMID es la Autoridad Nacional responsable de garantizar la eficacia, seguridad y calidad de los productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios. Por ello, los Congeladores se encuentra en la Relacion de Productos que No están Sujetos a Otorgamiento Sanitario.

Por ello, solicitar el ISO 13495 aun equipo que no esta considerado como un dispositivo medico y/o producto sanitario, resulta incompatible.

Consultamos amablemente al comité suprimir la presentación del ISO 13485 y/o reemplazarlo por la presentación del ISO 45001 el cual es la norma internacional para sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo.

Acápate de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 6 **Literal:** 6.1 **Página:** 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Respecto a la consulta formulada:

CAPITULO III -

REQUERIMIENTO

6.1 DESCRIPCIÓN BÁSICA DE LAS CARACTERISTICAS DEL BIEN:

Calidad Estandar

* ISO 13485, ISO 14001, ISO 9001:2008

Al respecto, se aclara que los ISO consignados estan de acuerdo a catalogo PQS

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA - SALUD RED PERIFERICA AREQUIPA
Nomenclatura : AS-SM-25-2023-RPSA-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : ADQUISICION DE REFRIGERADORAS Y CONGELADORA PARA LA ESTRATEGIA SANITARIA DE INMUNIZACIONES DE LA RED DE SALUD AREQUIPA CAYLLOMA

Ruc/código :	20433546394	Fecha de envío :	22/08/2023
Nombre o Razón social :	EDALMI S.A.C.	Hora de envío :	15:45:06

Consulta: Nro. 7

Consulta/Observación:

Solicitan dimensiones exteriores (alto x largo x ancho): 80 x 150 x 70 aproximadamente.

Al respecto es importante precisar que las dimensiones exteriores varían según el modelo de cada fabricante.

Nuestra representada desea ofrecer un equipo que cuenta con unas dimensiones exteriores de: Alto 91cm x Ancho 156cm x Profundidad 70cm.

Consultamos amablemente al comité si pueden también aceptar dichas dimensiones exteriores y/o de acuerdo al fabricante

Acápito de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 6 **Literal:** 6.1 **Página:** 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Respecto a la consulta formulada:

CAPITULO III -

REQUERIMIENTO

6.1 DESCRIPCIÓN BÁSICA DE LAS CARACTERISTICAS DEL BIEN:

* Dimensiones exteriores (alto x largo x ancho): 80 x 150 x 70 aproximadamente

Al respecto se aclara que las dimensiones son aproximadas, sin embargo estas deben estar contenidas dentro del Volumen Bruto (Litros): Entre 105 Litros a 242 Litros

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA - SALUD RED PERIFERICA AREQUIPA
Nomenclatura : AS-SM-25-2023-RPSA-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : ADQUISICION DE REFRIGERADORAS Y CONGELADORA PARA LA ESTRATEGIA SANITARIA DE INMUNIZACIONES DE LA RED DE SALUD AREQUIPA CAYLLOMA

Ruc/código :	20433546394	Fecha de envío :	22/08/2023
Nombre o Razón social :	EDALMI S.A.C.	Hora de envío :	15:45:06

Consulta: Nro. 8

Consulta/Observación:

Solicitan consumo de energía enfriamiento (kwh/24 horas): 1.24 a 4.10 Kwh/24h

Al respecto es importante precisar que el consumo de energía funcionamiento varían según el modelo de cada fabricante.

Nuestra representada desea ofrecer un equipo el cual tiene consumo de energía enfriamiento de 1.10 kwh/24 horas, el cual es menor al mínimo solicitado de 1.24 kwh. Por ello resulta beneficioso a la entidad tener un menor consumo de energía enfriamiento.

Consultamos amablemente al comité si pueden también aceptar el consumo de energía enfriamiento de 1.10 kwh/24 horas a 1.24 kwh/24 horas.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 6 **Literal:** 6.1 **Página:** 25
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Respecto a la consulta formulada:

CAPITULO III -

REQUERIMIENTO

REFRIGERADORA CONSERVADORA DE MEDICAMENTOS

6.1 DESCRIPCIÓN BÁSICA DE LAS CARACTERISTICAS DEL BIEN:

* Consumo de energía, enfriamiento (kwh/24 horas): 1.24 a 4.10 kWh/24h

Al respecto se aclara que la especificacion técnica solicitada está en base al desempeño de los equipos y almacenamiento consignadas en las Bases - Volumen Bruto (Litros): Entre 105 Litros a 242 Litros

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA - SALUD RED PERIFERICA AREQUIPA
Nomenclatura : AS-SM-25-2023-RPSA-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : ADQUISICION DE REFRIGERADORAS Y CONGELADORA PARA LA ESTRATEGIA SANITARIA DE INMUNIZACIONES DE LA RED DE SALUD AREQUIPA CAYLLOMA

Ruc/código :	20433546394	Fecha de envío :	22/08/2023
Nombre o Razón social :	EDALMI S.A.C.	Hora de envío :	15:45:06

Consulta: Nro. 9

Consulta/Observación:

Solicitan cestas de 5 a 8 distribuidas en la parte inferior y superior de la refrigeradora.

Al respecto es importante precisar que el numero de cestas es de acuerdo al modelo de equipo de cada fabricante. Nuestra representada desea ofrecer un equipo que cuenta con 10 cestas para el almacenamiento de vacunas lo cual resulta beneficioso para la cadena de frio en vacunas ya que permite un mayor numero de almacenamiento de distintos tipo de vacunas.

Consultamos amablemente al comité si pueden también aceptar 10 cestas y/o de acuerdo al fabricante

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 6 Literal: 6.1 Página: 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Respecto a la consulta formulada:

CAPITULO III -

REQUERIMIENTO

REFRIGERADORA CONSERVADORA DE MEDICAMENTOS

6.1 DESCRIPCIÓN BÁSICA DE LAS CARACTERISTICAS DEL BIEN:

Accesorios

* Cestas de 5 a 8 distribuidas en la parte inferior y superior de la refrigeradora.

Se acepta la inclusión de mayor número de celdas considerando que los equipos deben estar dentro de los rangos de almacenamiento solicitados: Volumen Bruto (Litros): Entre 105 Litros a 242 Litros

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

CAPITULO III -

REQUERIMIENTO

REFRIGERADORA CONSERVADORA DE MEDICAMENTOS

6.1 DESCRIPCIÓN BÁSICA DE LAS CARACTERISTICAS DEL BIEN:

Accesorios

* Cestas de 5 a 10 distribuidas en la parte inferior y superior de la refrigeradora.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA - SALUD RED PERIFERICA AREQUIPA
Nomenclatura : AS-SM-25-2023-RPSA-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : ADQUISICION DE REFRIGERADORAS Y CONGELADORA PARA LA ESTRATEGIA SANITARIA DE INMUNIZACIONES DE LA RED DE SALUD AREQUIPA CAYLLOMA

Ruc/código :	20433546394	Fecha de envío :	22/08/2023
Nombre o Razón social :	EDALMI S.A.C.	Hora de envío :	15:45:06

Consulta: Nro. 10

Consulta/Observación:

Solicitan ISO 13485

Al respecto es importante precisar que el ISO 13485 es una norma referida al sistema de gestión de la calidad aplicable para dispositivos médicos y/o productos sanitarios.

Así mismo, la DIGEMID es la Autoridad Nacional responsable de garantizar la eficacia, seguridad y calidad de los productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios. Por ello, las Refrigeradoras se encuentra en la Relacion de Productos que No están Sujetos a Otorgamiento Sanitario.

Por ello, solicitar el ISO 13495 aun equipo que no esta considerado como un dispositivo medico y/o producto sanitario, resulta incompatible.

Consultamos amablemente al comité suprimir la presentación del ISO 13485 y/o reemplazarlo por la presentación del ISO 45001 el cual es la norma internacional para sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo.

Acápate de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 6 **Literal:** 6.1 **Página:** 25
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Respecto a la consulta formulada:

CAPITULO III -

REQUERIMIENTO

6.1 DESCRIPCIÓN BÁSICA DE LAS CARACTERISTICAS DEL BIEN:

Calidad Estandar

* ISO 13485, ISO 14001, ISO 9001:2008

Al respecto, se aclara que los ISO consignados estan de acuerdo a catalogo PQS

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA - SALUD RED PERIFERICA AREQUIPA
Nomenclatura : AS-SM-25-2023-RPSA-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : ADQUISICION DE REFRIGERADORAS Y CONGELADORA PARA LA ESTRATEGIA SANITARIA DE INMUNIZACIONES DE LA RED DE SALUD AREQUIPA CAYLLOMA

Ruc/código :	20501887286	Fecha de envío :	22/08/2023
Nombre o Razón social :	DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C.	Hora de envío :	19:25:02

Consulta: Nro. 11

Consulta/Observación:

En el numeral 1.9 en relación con el plazo de entrega se indica lo siguiente:

Los bienes materia de la presente convocatoria se entregarán en el plazo de treinta (30) días calendarios.

Al respecto, es importante recalcar que, para poder ofertar los productos con las características solicitadas, se deben tener en consideración dentro de dicho plazo de entrega, los plazos de importación, desaduanaje, nacionalización y traslado de los productos, por lo que no resulta razonable establecer como plazo de entrega en 30 días calendario.

En ese orden de ideas, establecer los plazos de entrega antes señalados, supondría que los postores ya cuenten con los bienes pese a no tener certeza de obtener la Buena Pro, lo que resultaría excesivo y oneroso para la etapa de presentación de ofertas. Además, que puntualmente, se estaría vulnerando el principio de libertad de concurrencia en razón de que dicho plazo limita la participación de los postores, debido a que solo aquellos que tengan los equipos en stock podrán ofertar dicho plazo.

Por lo antes expuesto, solicitamos al Comité de Selección que establezca el plazo de entrega de los bienes de la presente convocatoria en CUARENTA Y CINCO (45) DIAS CALENDARIOS CONTABILIZADOS A PARTIR DEL DIA SIGUIENTE DE LA RECEPCION DE LA ORDEN DE COMPRA
(Considerar la misma solicitud para lo indicado en el numeral 7 de la página 21 y 25 de las Bases)

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: I Literal: 1.9 Página: 15
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

1.9. PLAZO DE ENTREGA

Los bienes materia de la presente convocatoria se entregarán en el plazo de treinta (30) días calendarios, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratación.

Al respecto, No se acepta la consulta solicitada

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA - SALUD RED PERIFERICA AREQUIPA
Nomenclatura : AS-SM-25-2023-RPSA-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : ADQUISICION DE REFRIGERADORAS Y CONGELADORA PARA LA ESTRATEGIA SANITARIA DE INMUNIZACIONES DE LA RED DE SALUD AREQUIPA CAYLLOMA

Ruc/código :	20501887286	Fecha de envío :	22/08/2023
Nombre o Razón social :	DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C.	Hora de envío :	19:25:02

Consulta: Nro. 12

Consulta/Observación:

En el numeral 17 de la página 23 de las Bases se indica lo siguiente como capacidad legal en relación con la experiencia del postor:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a veces el valor estimado por la venta de bienes iguales o similares al objeto de la convocatoria (¿)

Al respecto, cabe señalar que en la etapa de consultas y observaciones no se puede tener conocimiento al valor estimado del presente procedimiento de selección, por lo que lo indicado no guarda ningún sentido.

En ese sentido, a fin de evitar ambigüedades e interpretaciones incorrectas en la elaboración de ofertas, solicitamos que como experiencia del postor se considere todo lo indicado en el literal A (Experiencia del postor en la especialidad) de la página 28 de las Bases.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** III **Literal:** 17 **Página:** 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado descrito en el numeral 3.1 REQUISITOS DE CALIFICACION en su inciso A EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD de las bases administrativas

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA - SALUD RED PERIFERICA AREQUIPA
Nomenclatura : AS-SM-25-2023-RPSA-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : ADQUISICION DE REFRIGERADORAS Y CONGELADORA PARA LA ESTRATEGIA SANITARIA DE INMUNIZACIONES DE LA RED DE SALUD AREQUIPA CAYLLOMA

Ruc/código :	20501887286	Fecha de envío :	22/08/2023
Nombre o Razón social :	DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C.	Hora de envío :	19:25:02

Consulta: Nro. 13

Consulta/Observación:

En el literal B de la página 30 de las Bases se indica la consideración del siguiente puntaje en relación con el factor de evaluación del plazo de entrega:

- De 01 hasta 10 días calendario: 30 puntos
- De 11 hasta 21 días calendario: 20 puntos

Al respecto, en consideración a nuestra solicitud del plazo de entrega, solicitamos al Comité de Selección establecer el siguiente puntaje para este extremo de las Bases:

- De 01 hasta 15 días calendario: 15 puntos
- De 16 hasta 29 días calendario: 10 puntos
- De 30 hasta 44 días calendario: 05 puntos

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: IV Literal: B Página: 30

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El postor debera ceñirse a los descrito en las bases administrativas del procedimiento de selección (FACTORES DE EVALUACION)

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA - SALUD RED PERIFERICA AREQUIPA
Nomenclatura : AS-SM-25-2023-RPSA-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : ADQUISICION DE REFRIGERADORAS Y CONGELADORA PARA LA ESTRATEGIA SANITARIA DE INMUNIZACIONES DE LA RED DE SALUD AREQUIPA CAYLLOMA

Ruc/código :	20501887286	Fecha de envío :	22/08/2023
Nombre o Razón social :	DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C.	Hora de envío :	19:25:02

Consulta: Nro. 14

Consulta/Observación:

De la revisión de los documentos para la admisión, la entidad ha previsto que solo con el anexo d) Declaración Jurada de Cumplimiento de Especificaciones Técnicas contenidas en el numeral 3.1. del Capítulo III se acrediten las especificaciones técnicas; no obstante, siendo que, se podría afianzar la acreditación de algunas especificaciones técnicas del requerimiento a través de la presentación adicional de folletos, catálogos o documentos técnicos emitidos por el fabricante, para lo cual la Entidad DEBE ESPECIFICAR CON CLARIDAD QUÉ ASPECTOS DE LAS CARACTERÍSTICAS Y/O REQUISITOS FUNCIONALES SERÁN ACREDITADOS CON LA DOCUMENTACIÓN REQUERIDA.

En ese sentido, solicitamos al comité de selección que adicionalmente a la presentación del ANEXO N° 3, se acrediten documentalmente las siguientes especificaciones técnicas:

CONGELADOR ELECTRÍCA HORIZONTAL:

- Tipo de equipo: congelador eléctrico de paquetes fríos.
- Zona climática: cálida
- Refrigerante: R134a
- Aparato aprobado en: +43° C
- Desempeño: en +43° C
- Rango de temperatura a 43°c ¿ 15° C a -25
- Tensión y frecuencia: 220-240V 50/60Hz
- Dimensiones exteriores (alto x largo x ancho) 82 x 140 x 70 cm aproximadamente
- Combustible y tipo de ciclo: eléctrico ¿ compresión
- Volumen bruto (litros): entre 280 litros a 300 litros
- Consumo de energía, estable funcionando (kwh/24 horas): 4.23 a 4.36 kwh/24 h
- Consumo de energía, enfriamiento (kwh/24 horas): 3.77 a 4.29 kwh/24
- Capacidad de congelación de paquetes de agua: aproximadamente 7.2 kg a 16.8kg/24h
- Capacidad de almacenamiento de paquetes de agua: aproximadamente de 250 a 300 paquetes fríos x 0.6 L
- Consumo de energía durante congelación :4.24kwh/24h

(Descritas en la página 20-21 de las Bases)

REFRIGERADORA CONSERVADORA DE MEDICAMENTOS:

- Tipo: Refrigeradora.
- Tipo de uso: para vacunas
- Tipo de equipo: refrigeradora ice lined.
- zona climática: cálida
- Refrigerante: R134a a R600a
- Aparato aprobado en: +43°C
- Desempeño en: +43°C
- Rango de temperatura a: 43°c +2°C a +8°C
- Tensión y frecuencia: 220-240V 50/60 Hz
- Dimensiones exteriores (alto x largo x ancho) 80 x 150 x 70 cm aproximadamente
- Combustible y tipo de ciclo: eléctrico ¿ compresión

(Descritas en las páginas 24 de las Bases)

(Entendiendo que las demás especificaciones técnicas se darán por acreditadas mediante la presentación del ANEXO N° 3).

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA - SALUD RED PERIFERICA AREQUIPA
Nomenclatura : AS-SM-25-2023-RPSA-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : ADQUISICION DE REFRIGERADORAS Y CONGELADORA PARA LA ESTRATEGIA SANITARIA DE INMUNIZACIONES DE LA RED DE SALUD AREQUIPA CAYLLOMA

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 2.2.1.1 Literal: d) Página: 16
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Respecto a la consulta formulada, se señala que: El ANEXO N° 3 DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS; en este documento se menciona que los postores ofrecen los equipos de conformidad con las Especificaciones Técnicas que se indican en el numeral 3.1 del Capítulo III de la sección específica de las bases y los documentos del procedimiento. por lo tanto la acreditación es inherente a las especificaciones técnicas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA - SALUD RED PERIFERICA AREQUIPA
Nomenclatura : AS-SM-25-2023-RPSA-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : ADQUISICION DE REFRIGERADORAS Y CONGELADORA PARA LA ESTRATEGIA SANITARIA DE INMUNIZACIONES DE LA RED DE SALUD AREQUIPA CAYLLOMA

Ruc/código :	20501887286	Fecha de envío :	22/08/2023
Nombre o Razón social :	DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C.	Hora de envío :	19:25:02

Consulta: Nro. 15

Consulta/Observación:

En el numeral 10.2 de la página 22 de las Bases se indica lo siguiente:

10.2

-Se contará con un soporte de fábrica de mínimo 01 año sobre la utilización de los equipos durante el periodo de garantía ofertada.

Al respecto, es importante resaltar que el compromiso de todas las actividades a desarrollar durante la etapa de ejecución contractual y durante el tiempo de garantía tienen como responsable al contratista, por lo que es el proveedor el responsable de contar con un profesional de soporte técnico y no el fabricante de los equipos, por lo que solicitamos al Comité de Selección que ACLARE que el profesional técnico encargado del soporte técnico deberá ser un profesional designado por el contratista.

(Solicitamos amablemente considerar la misma solicitud a lo indicado en el numeral 10 de la página 25-26 de las Bases)

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** III **Literal:** 10.2 **Página:** 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Respecto a la consulta formulada:

CAPITULO III -

REQUERIMIENTO

CONGELADOR ELECTRICO HORIZONTAL

10. DISPONIBILIDAD DE SERVICIOS Y RESPUESTOS:

10.2 Soporte Técnico

* Se contará con un soporte de fábrica de mínimo 01 año sobre la utilización de los equipos durante el periodo de garantía ofertada.

Se acepta lo solicitado, por lo que se cambia por lo siguiente:

* El proveedor contará con soporte técnico mínimo de 01 año sobre la utilización de los equipos durante el periodo de garantía ofertada. (pág 22 y pág 26)

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

CAPITULO III -

REQUERIMIENTO

CONGELADOR ELECTRICO HORIZONTAL

10. DISPONIBILIDAD DE SERVICIOS Y RESPUESTOS:

10.2 Soporte Técnico

* El proveedor contará con soporte técnico mínimo de 01 año sobre la utilización de los equipos durante el periodo de garantía ofertada. (pág. 22)

CAPITULO III -

REQUERIMIENTO

REFRIGERADORA CONSERVADORA DE MEDICAMENTOS

10. DISPONIBILIDAD DE SERVICIOS Y RESPUESTOS:

10.2 Soporte Técnico

* El proveedor contará con soporte técnico mínimo de 01 año sobre la utilización de los equipos durante el periodo de garantía ofertada. (pág. 26)

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA - SALUD RED PERIFERICA AREQUIPA
Nomenclatura : AS-SM-25-2023-RPSA-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : ADQUISICION DE REFRIGERADORAS Y CONGELADORA PARA LA ESTRATEGIA SANITARIA DE INMUNIZACIONES DE LA RED DE SALUD AREQUIPA CAYLLOMA

Ruc/código :	20501887286	Fecha de envío :	22/08/2023
Nombre o Razón social :	DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C.	Hora de envío :	19:25:02

Consulta: Nro. 16

Consulta/Observación:

En relación a todo lo indicado en el numeral 10 de la página 21-22 de las Bases, solicitamos al Comité de Selección que ACLARE que todo lo descrito será acreditado con la presentación del ANEXO N° 03 debido que las indicaciones allí precisadas están relacionadas a acciones que se desarrollarán en la etapa de ejecución contractual.

Solicitamos amablemente ACLARAR la presente consulta.

(Solicitamos amablemente considerar la misma solicitud a lo indicado en el numeral 10 de la página 25-26 de las Bases).

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 10 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Respecto a la consulta formulada, se señala que: El ANEXO N° 3 DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS; en este documento se menciona que los postores ofrecen los equipos de conformidad con las Especificaciones Técnicas que se indican en el numeral 3.1 del Capítulo III de la sección específica de las bases y los documentos del procedimiento.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA - SALUD RED PERIFERICA AREQUIPA
Nomenclatura : AS-SM-25-2023-RPSA-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : ADQUISICION DE REFRIGERADORAS Y CONGELADORA PARA LA ESTRATEGIA SANITARIA DE INMUNIZACIONES DE LA RED DE SALUD AREQUIPA CAYLLOMA

Ruc/código :	20501887286	Fecha de envío :	22/08/2023
Nombre o Razón social :	DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C.	Hora de envío :	19:25:02

Consulta: Nro. 17

Consulta/Observación:

Para el sub-item ¿CONGELADORA ELECTRICA HORIZONTAL¿ y sub item ¿REFRIGERADORA CONSERVADORA DE MEDICAMENTOS solicitan:

Zona climatica: Cálida.
Aparato aprobado en: +43°C.
Desempeño en: +43°C.

Al respecto entendemos que requiere un equipo que sea capaz de trabajar en temperatura ambiental cálidas como en calientes. Nuestra representada desea ofrecer un equipo que ha sido diseñado para trabajar en una temperatura ambiental de +5°C a +43°C que cumple y satisface la necesidad toda vez que una temperatura cálida es superior a los +5°C y también +43°C se encuentra dentro del rango de trabajo declarado por el fabricante.

Por lo expuesto solicitamos amablemente precisar que las 3 características antes mencionadas podrán ser acreditadas con la descripción ¿Diseñado para temperaturas de +5°C a +43°C detallada en los catálogos, hojas de datos técnicos u otro documento técnico emitido por el fabricante.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 24
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Respecto a la consulta formulada:

CAPITULO III -
REQUERIMIENTO
6.1 DESCRIPCIÓN BÁSICA DE LAS CARACTERISTICAS DEL BIEN:

Zona climatica: Cálida.
Aparato aprobado en: +43°C.
Desempeño en: +43°C.

La acreditación de los antes señalado se realiza mediante los catálogos o fichas técnicas de los equipos los mismo que son emitidos por los fabricantes

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA - SALUD RED PERIFERICA AREQUIPA
Nomenclatura : AS-SM-25-2023-RPSA-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : ADQUISICION DE REFRIGERADORAS Y CONGELADORA PARA LA ESTRATEGIA SANITARIA DE INMUNIZACIONES DE LA RED DE SALUD AREQUIPA CAYLLOMA

Ruc/código :	20501887286	Fecha de envío :	22/08/2023
Nombre o Razón social :	DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C.	Hora de envío :	19:25:02

Consulta: Nro. 18

Consulta/Observación:

Para el sub-item ¿CONGELADORA ELECTRICA HORIZONTAL¿ solicitan:

Dimensiones exteriores (Alto x Largo x Ancho): 82 x 140 x 70cm aproximadamente.

Nuestra representada desea ofrecer un equipo que tiene unas dimensiones externas de 91cm Alto x 127cm Ancho x 78cm Fondo y que consideramos se encuentra dentro del término ¿aproximadamente¿.

Solicitamos amablemente ampliar la característica y también se acepten las dimensiones antes mencionadas toda vez que la diferencia es muy pequeña o que se acepten dimensiones según fabricante para no limitar la participación de postores.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** III **Literal:** 3.1 **Página:** 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Respecto a la consulta formulada:

CAPITULO III -

REQUERIMIENTO

6.1 DESCRIPCIÓN BÁSICA DE LAS CARACTERISTICAS DEL BIEN:

* Dimensiones exteriores (alto x largo x ancho): 82 x 140 x 70 aproximadamente

Al respecto se aclara que las dimensiones son aproximadas, sin embargo estas deben estar contenidas dentro del Volumen Bruto (Litros): Entre 280 Litros a 300 Litros

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA - SALUD RED PERIFERICA AREQUIPA
Nomenclatura : AS-SM-25-2023-RPSA-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : ADQUISICION DE REFRIGERADORAS Y CONGELADORA PARA LA ESTRATEGIA SANITARIA DE INMUNIZACIONES DE LA RED DE SALUD AREQUIPA CAYLLOMA

Ruc/código :	20501887286	Fecha de envío :	22/08/2023
Nombre o Razón social :	DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C.	Hora de envío :	19:25:02

Consulta: Nro. 19

Consulta/Observación:

Para el sub-item ¿CONGELADORA ELECTRICA HORIZONTAL¿ solicitan:

Volumen Bruto (litros): Entre 280 litros a 300 litros.

Al respecto es importante precisar que el volumen bruto es la capacidad de la cámara si esta se llena de agua y sin contar los accesorios. Este valor no permite determina de manera objetivo la cantidad de paquetes fríos que el equipo puede almacenar. Este volumen varía según el diseño de cada fabricante.

Por lo expuesto, solicitamos amablemente ampliar la característica a Volumen Bruto mayor a 200 litros.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** III **Literal:** 3.1 **Página:** 24
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Respecto a la consulta formulada:

CAPITULO III -

REQUERIMIENTO

6.1 DESCRIPCIÓN BÁSICA DE LAS CARACTERISTICAS DEL BIEN:

* Dimensiones exteriores (alto x largo x ancho): 82 x 140 x 70 aproximadamente

Al respecto se aclara que las dimensiones son aproximadas, sin embargo estas deben estar contenidas dentro de lo solicitado:

Volumen Bruto (Litros): Entre 280 Litros a 300 Litros

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA - SALUD RED PERIFERICA AREQUIPA
Nomenclatura : AS-SM-25-2023-RPSA-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : ADQUISICION DE REFRIGERADORAS Y CONGELADORA PARA LA ESTRATEGIA SANITARIA DE INMUNIZACIONES DE LA RED DE SALUD AREQUIPA CAYLLOMA

Ruc/código :	20501887286	Fecha de envío :	22/08/2023
Nombre o Razón social :	DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C.	Hora de envío :	19:25:02

Consulta: Nro. 20

Consulta/Observación:

Para el sub-item ¿CONGELADORA ELECTRICA HORIZONTAL¿ solicitan:

Tiempo de espera durante el corte (horas): mínimo 04 horas.

Al respecto entendemos que se hace referencia a lo que la OMS denomina HOLD OVER TIME o en español AUTONOMIA FRIGORIFICA. La cantidad de horas varia según el diseño de cada fabricante solicitamos amablemente ampliar la característica a 3 horas 55 minutos como mínimo a fin de permitir una mayor participación de postores y considerando que 5 minutos no hace la diferencia si hablamos de que la finalidad es almacenar paquetes fríos.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** III **Literal:** 3.1 **Página:** 24
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

La página 24 de las bases hace referencia a Refrigeradora Conservadora de medicamentos y lo solicitado es:
Tiempo de espera durante el corte (horas): mínimo 24 horas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA - SALUD RED PERIFERICA AREQUIPA
Nomenclatura : AS-SM-25-2023-RPSA-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : ADQUISICION DE REFRIGERADORAS Y CONGELADORA PARA LA ESTRATEGIA SANITARIA DE INMUNIZACIONES DE LA RED DE SALUD AREQUIPA CAYLLOMA

Ruc/código :	20501887286	Fecha de envío :	22/08/2023
Nombre o Razón social :	DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C.	Hora de envío :	19:25:02

Consulta: Nro. 21

Consulta/Observación:

Para el sub-item ¿CONGELADORA ELECTRICA HORIZONTAL¿ solicitan:

Consumo de energía, estable funcionamiento Kwh/24 horas: 4.23 a 4.36 kWh/24h.

Consumo de energía, enfriamiento Kwh/24 horas: 3.77 a 4.29 kWh/24h.

Consumo de energía durante congelación: 4.24 kWh/24h.

Al respecto es importante precisar que el equipo solicitado es una congeladora entonces durante su operación estable de funcionamiento esta congelando por lo que resulta redundante solicitar un consumo de energía por separado.

Por otro lado, los rangos señalados no permiten ofrecer un equipo que por mejora tecnológica genere un menor consumo de energía y le permita a la entidad ahorrar dinero.

Por lo expuesto solicitamos que se consoliden esas 3 características en: Consumo de energía durante el funcionamiento estable de 4.23 kWh/24 o mejor y consumo de energía durante el enfriamiento 3.77 kWh/24 o mejor.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** III **Literal:** 3.1 **Página:** 24
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

DE ACUERDO A LAS BASES SE SOLICITÓ PARA LA CONGELADORA ELECTRICA HORIZONTAL: CONSUMO DE ENERGÍA, ESTABLE FUNCIONAMIENTO KWH/24 HORAS: 4.23 A 4.36 KWH/24H.
CONSUMO DE ENERGÍA, ENFRIAMIENTO KWH/24 HORAS: 3.77 A 4.29 KWH/24H.

SIN EMBARGO SE CONSIDERA QUE SI ESTAS CARACTERISTICAS DE LOS EQUIPOS OFERTADOS GENERAN UN MENOR CONSUMO DE ENERGIA SIN PEJUDICAR EL DESEMPEÑO DE LOS MISMOS NI LA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO CONSIDERADA EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA - SALUD RED PERIFERICA AREQUIPA
Nomenclatura : AS-SM-25-2023-RPSA-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : ADQUISICION DE REFRIGERADORAS Y CONGELADORA PARA LA ESTRATEGIA SANITARIA DE INMUNIZACIONES DE LA RED DE SALUD AREQUIPA CAYLLOMA

Ruc/código :	20501887286	Fecha de envío :	22/08/2023
Nombre o Razón social :	DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C.	Hora de envío :	19:25:02

Consulta: Nro. 22

Consulta/Observación:

Para el sub-item ¿CONGELADORA ELECTRICA HORIZONTAL¿ solicitan:

Capacidad de congelación de paquetes de agua: aproximadamente 7.2kg a 16.8Kg/24h.
Capacidad de almacenamiento de paquetes de agua aproximadamente 250 a 300 paquetes fríos x 0.6L.

Al respecto es pertinente mencionar que nuestra representada desea ofrecer un equipo que cuenta con una capacidad superior de congelación de paquetes fríos (32.4kg/24h) y que va acorde al tamaño del equipo. No resulta congruente que soliciten que el equipo cuente con un volumen bruto de 280 litros a 300 litros y una capacidad de almacenamiento de 250 a 300 paquetes fríos de 0.6L pero con una capacidad de 7.2KG/24h para congelarlos.

Por lo antes expuesto, solicitamos ampliar la característica a Capacidad de congelación de paquetes de fiors 7.2Kg como mínimo y capacidad de almacenamiento de paquetes fríos de 187 x 0.6L como mínimo.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** III **Literal:** 3.1 **Página:** 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Respecto a la consulta, se indica que los solicitado es:
Capacidad de congelación de paquetes de agua: aproximadamente 7.2kg a 16.8Kg/24h.
Capacidad de almacenamiento de paquetes de agua aproximadamente 250 a 300 paquetes fríos x 0.6L.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA - SALUD RED PERIFERICA AREQUIPA
Nomenclatura : AS-SM-25-2023-RPSA-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : ADQUISICION DE REFRIGERADORAS Y CONGELADORA PARA LA ESTRATEGIA SANITARIA DE INMUNIZACIONES DE LA RED DE SALUD AREQUIPA CAYLLOMA

Ruc/código :	20501887286	Fecha de envío :	22/08/2023
Nombre o Razón social :	DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C.	Hora de envío :	19:25:02

Consulta: Nro. 23

Consulta/Observación:

Para el sub-item ¿CONGELADORA ELECTRICA HORIZONTAL¿ solicitan:

Refrigerante R134a.

Solicitamos aceptar también el refrigerante R600a que es más ecológico que el R134a al tener un menor potencial de agotamiento de la capa de ozono.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** III **Literal:** 3.1 **Página:** 24
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Respecto a la consulta formulada:

CAPITULO III -

REQUERIMIENTO

6.1 DESCRIPCIÓN BÁSICA DE LAS CARACTERISTICAS DEL BIEN:

* Refrigerante: R134a

La empresa consulta la aceptación del Refrigerante R600a

Al respecto se acepta el refrigerante antes mencionado por ser este uno de eficiencia mayor

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

CAPITULO III -

REQUERIMIENTO

6.1 DESCRIPCIÓN BÁSICA DE LAS CARACTERISTICAS DEL BIEN:

* Refrigerante: R134a a R600a

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA - SALUD RED PERIFERICA AREQUIPA
Nomenclatura : AS-SM-25-2023-RPSA-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : ADQUISICION DE REFRIGERADORAS Y CONGELADORA PARA LA ESTRATEGIA SANITARIA DE INMUNIZACIONES DE LA RED DE SALUD AREQUIPA CAYLLOMA

Ruc/código :	20501887286	Fecha de envío :	22/08/2023
Nombre o Razón social :	DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C.	Hora de envío :	19:25:02

Consulta: Nro. 24

Consulta/Observación:

Para el sub-item ¿CONGELADORA ELECTRICA HORIZONTAL¿ solicitan:

3 a 8 cestas distribuidas en la parte inferior y superior de la congeladora.

A fin de fomentar una mayor participación de postores solicitamos amablemente se amplie la característica a: 3 a 9 cestas distribuidas en la parte inferior y superior de la congeladora.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** III **Literal:** 3.1 **Página:** 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Respecto a la consulta formulada:

CAPITULO III -

REQUERIMIENTO

CONGELADORA ELECTRICA HORIZONTAL

6.1 DESCRIPCIÓN BÁSICA DE LAS CARACTERISTICAS DEL BIEN:

Accesorios

* 3 a 8 cestas distribuidas en la parte inferior y superior de la congeladora.

Se acepta la inclusión de mayor número de celdas considerando que los equipos deben estar dentro de los rangos de almacenamiento solicitados: Volumen Bruto (Litros): Entre 105 Litros a 242 Litros

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

CAPITULO III -

REQUERIMIENTO

CONGELADORA ELECTRICA HORIZONTAL

6.1 DESCRIPCIÓN BÁSICA DE LAS CARACTERISTICAS DEL BIEN:

Accesorios

* 3 a 9 cestas distribuidas en la parte inferior y superior de la congeladora.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA - SALUD RED PERIFERICA AREQUIPA
Nomenclatura : AS-SM-25-2023-RPSA-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : ADQUISICION DE REFRIGERADORAS Y CONGELADORA PARA LA ESTRATEGIA SANITARIA DE INMUNIZACIONES DE LA RED DE SALUD AREQUIPA CAYLLOMA

Ruc/código :	20501887286	Fecha de envío :	22/08/2023
Nombre o Razón social :	DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C.	Hora de envío :	19:25:02

Consulta: Nro. 25

Consulta/Observación:

Para el sub ítem ¿REFRIGERADORA CONSERVADORA DE MEDICAMENTOS solicitan:

Dimensiones exteriores (alto x largo x ancho): 80 x 150 x 70cm aproximadamente.

Solicitamos amablemente ampliar la característica a dimensiones externas según fabricante.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** III **Literal:** 3.1 **Página:** 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Respecto a la consulta formulada:

CAPITULO III -

REQUERIMIENTO

6.1 DESCRIPCIÓN BÁSICA DE LAS CARACTERISTICAS DEL BIEN:

* Dimensiones exteriores (alto x largo x ancho): 80 x 150 x 70 aproximadamente

Al respecto se aclara que las dimensiones son aproximadas, sin embargo estas deben estar contenidas dentro del Volumen Bruto (Litros): Entre 105 Litros a 242 Litros

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA - SALUD RED PERIFERICA AREQUIPA
Nomenclatura : AS-SM-25-2023-RPSA-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : ADQUISICION DE REFRIGERADORAS Y CONGELADORA PARA LA ESTRATEGIA SANITARIA DE INMUNIZACIONES DE LA RED DE SALUD AREQUIPA CAYLLOMA

Ruc/código :	20501887286	Fecha de envío :	22/08/2023
Nombre o Razón social :	DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C.	Hora de envío :	19:25:02

Consulta: Nro. 26

Consulta/Observación:

Para el sub ítem ¿REFRIGERADORA CONSERVADORA DE MEDICAMENTOS solicitan:

Consumo de energía, enfriamiento (kwh/24horas) 1.24 a 4.1kwh

El rango de consumo señalado no permite ofrecer un equipo con un menor consumo. Por ello solicitamos ampliar la característica a: Consumo de energía, enfriamiento (kwh/24horas) 1.24 o menor a 4.1kwh

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 **Página: 24**

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EN LA ESPECIFICACION TECNICA CONSIGNADA EN LAS BASE INDICA QUE EL RANGO DE Consumo de energía, enfriamiento (kwh/24horas) es de 1.24 a 4.1kwh, por lo que la solicitud del postulante se encuentra dentro del rango.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA - SALUD RED PERIFERICA AREQUIPA
Nomenclatura : AS-SM-25-2023-RPSA-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : ADQUISICION DE REFRIGERADORAS Y CONGELADORA PARA LA ESTRATEGIA SANITARIA DE INMUNIZACIONES DE LA RED DE SALUD AREQUIPA CAYLLOMA

Ruc/código :	20501887286	Fecha de envío :	22/08/2023
Nombre o Razón social :	DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C.	Hora de envío :	19:25:02

Consulta: Nro. 27

Consulta/Observación:

Para el sub ítem ¿REFRIGERADORA CONSERVADORA DE MEDICAMENTOS solicitan:

Cestas de 5 a 8 distribuidas en la parte inferior y superior de la refrigeradora.

Solicitamos amablemente ampliar la característica a: Cestas de 3 a 8 distribuidas en la parte inferior y superior de la refrigeradora.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** III **Literal:** 3.1 **Página:** 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Respecto a la consulta formulada:

CAPITULO III -

REQUERIMIENTO

REFRIGERADORA CONSERVADORA DE MEDICAMENTOS

6.1 DESCRIPCIÓN BÁSICA DE LAS CARACTERISTICAS DEL BIEN:

Accesorios

* Cestas de 5 a 8 distribuidas en la parte inferior y superior de la refrigeradora.

No se acepta lo solicitado ya que el rango de almacenamiento solicitado es: Volumen Bruto (Litros): Entre 105 Litros a 242 Litros

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA - SALUD RED PERIFERICA AREQUIPA
Nomenclatura : AS-SM-25-2023-RPSA-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : ADQUISICION DE REFRIGERADORAS Y CONGELADORA PARA LA ESTRATEGIA SANITARIA DE INMUNIZACIONES DE LA RED DE SALUD AREQUIPA CAYLLOMA

Ruc/código :	20544448006	Fecha de envío :	22/08/2023
Nombre o Razón social :	DROGUERIA JRS MEDDEV SOCIEDAD ANONIMA CERRADA-JRS MEDDEV S.A.C.	Hora de envío :	20:22:18

Consulta: Nro. 28

Consulta/Observación:

Requieren la presentación de una D.J de Mantenimiento Preventivo y un Programa de Mantenimiento Preventivo y stock de repuestos como parte de los documentos de presentación obligatoria.

De la revisión de las especificaciones técnicas en el capitulo III, numeral 10 (para ambos sub ítem), se aprecia que, el Programa de Mantenimiento Preventivo y el stock de repuestos se requiere al proveedor no a los postores, lo que resulta mas congruente y menos engorroso para la elaboración de la oferta.

Por lo expuesto, formulamos la presente consulta a fin que de forma concordante con las especificaciones, se retire de entre los documentos de presentación obligatoria, literal h) la presentación del Programa de Mantenimiento Preventivo y el stock de repuestos y sea requerido al proveedor.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** II-2.2.1.1 **Literal:** h **Página:** 17

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Respecto a la consulta, se aclara lo siguiente:

h) la presentación del Programa de Mantenimiento Preventivo y el stock de repuestos y son requeridos al proveedor.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA - SALUD RED PERIFERICA AREQUIPA
Nomenclatura : AS-SM-25-2023-RPSA-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : ADQUISICION DE REFRIGERADORAS Y CONGELADORA PARA LA ESTRATEGIA SANITARIA DE INMUNIZACIONES DE LA RED DE SALUD AREQUIPA CAYLLOMA

Ruc/código :	20544448006	Fecha de envío :	22/08/2023
Nombre o Razón social :	DROGUERIA JRS MEDDEV SOCIEDAD ANONIMA CERRADA-JRS MEDDEV S.A.C.	Hora de envío :	20:22:18

Consulta: Nro. 29

Consulta/Observación:

En la Pag. 22 y 26 numeral 11 Prestaciones accesorias, se indica NO CORRESPONDE, cuando en el numeral 10.1 se indica Mantenimiento Preventivo y específicamente se señala que "Los mantenimiento preventivos constituyen las prestaciones accesorias a cargo del contratista".

Por lo expuesto, se formula consulta a fin que se concuerden las especificaciones técnica y especifique las prestaciones accesorias que estarán a cargo del contratista.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: III-11 Literal: -- **Página: 22**

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En la Pag. 22 y 26

11. PRESTACIONES ACCESORIAS (De ser el caso)

No corresponde

Respecto a la consulta formulada, se aclara que las Prestaciones Accesorias son de acuerdo al numeral 10.1 y están a cargo del proveedor

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

En la Pag. 22 y 26

11. PRESTACIONES ACCESORIAS (De ser el caso)

De acuerdo al numeral 10.1, a cargo del proveedor

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA - SALUD RED PERIFERICA AREQUIPA
Nomenclatura : AS-SM-25-2023-RPSA-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : ADQUISICION DE REFRIGERADORAS Y CONGELADORA PARA LA ESTRATEGIA SANITARIA DE INMUNIZACIONES DE LA RED DE SALUD AREQUIPA CAYLLOMA

Ruc/código :	20544448006	Fecha de envío :	22/08/2023
Nombre o Razón social :	DROGUERIA JRS MEDDEV SOCIEDAD ANONIMA CERRADA-JRS MEDDEV S.A.C.	Hora de envío :	20:22:18

Consulta: Nro. 30

Consulta/Observación:

Factor de evaluación plazo de entrega, en Metodología y Puntaje asigna 20 puntos a plazos de entrega de entre 11 a 21 d/c y 30 puntos a plazos de entrega de entre 01 a 10 d/c. Sin embargo se aprecia que el plazo de entrega es de 30 días calendario, por lo que se formula consulta, a fin que se reformule el factor de evaluación y se asigne punta a propuestas que oferten plazos de entrega entre 29 a 22 d/c.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: IV Literal: B **Página: 30**

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El postor deberá ceñirse a lo descrito en las bases administrativas del procedimiento de selección (FACTORES DE EVALUACION)

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA - SALUD RED PERIFERICA AREQUIPA
Nomenclatura : AS-SM-25-2023-RPSA-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : ADQUISICION DE REFRIGERADORAS Y CONGELADORA PARA LA ESTRATEGIA SANITARIA DE INMUNIZACIONES DE LA RED DE SALUD AREQUIPA CAYLLOMA

Ruc/código :	20544448006	Fecha de envío :	22/08/2023
Nombre o Razón social :	DROGUERIA JRS MEDDEV SOCIEDAD ANONIMA CERRADA-JRS MEDDEV S.A.C.	Hora de envío :	20:22:18

Consulta: Nro. 31

Consulta/Observación:

Factor de evaluación plazo de entrega, en Metodología y Puntaje asigna 20 puntos a plazos de entrega de entre 11 a 21 d/c y 30 puntos a plazos de entrega de entre 01 a 10 d/c, omitiendo asignar puntaje a plazos que mejoran el plazo de entrega de 30 d/c en el rango de 29 a 22 d/c.

Se formula consulta a fin que se reformule los rango asignando puntaje a plazos de entrega de 29 a 22 d/c y 22 a 11 d/c, retirándose el rango de 01 a 10 d/c por propiciar propuestas temerarias y problemas en la ejecución contractual por incumplimientos.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: IV Literal: B **Página: 30**

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El postor debera ceñirse a lo descrito en las bases administrativas del procedimiento de selección (FACTORES DE EVALUACION)

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA - SALUD RED PERIFERICA AREQUIPA
Nomenclatura : AS-SM-25-2023-RPSA-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : ADQUISICION DE REFRIGERADORAS Y CONGELADORA PARA LA ESTRATEGIA SANITARIA DE INMUNIZACIONES DE LA RED DE SALUD AREQUIPA CAYLLOMA

Ruc/código :	20544448006	Fecha de envío :	22/08/2023
Nombre o Razón social :	DROGUERIA JRS MEDDEV SOCIEDAD ANONIMA CERRADA-JRS MEDDEV S.A.C.	Hora de envío :	20:22:18

Consulta: Nro. 32

Consulta/Observación:

Anexo 6- Precio de la Oferta, no se ha incluido el formato para oferta de precio con prestaciones accesorias, por lo que se formula consulta a fin que se agregue el formato correspondiente.

Acápites de las bases : Sección: Anexos Numeral: 6 Literal: -- **Página: 45**

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El postor debe ceñirse a los formatos de acuerdo a lo estipulado y aprobado mediante la Directiva N° 001-2019-OSCE/CD

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA - SALUD RED PERIFERICA AREQUIPA
Nomenclatura : AS-SM-25-2023-RPSA-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : ADQUISICION DE REFRIGERADORAS Y CONGELADORA PARA LA ESTRATEGIA SANITARIA DE INMUNIZACIONES DE LA RED DE SALUD AREQUIPA CAYLLOMA

Ruc/código :	20544448006	Fecha de envío :	22/08/2023
Nombre o Razón social :	DROGUERIA JRS MEDDEV SOCIEDAD ANONIMA CERRADA-JRS MEDDEV S.A.C.	Hora de envío :	20:22:18

Consulta: Nro. 33

Consulta/Observación:

Con el fin de fomentar mayor participación de postores, Se solicita amablemente al comité que considere ampliar el plazo de entrega a 45 días calendarios, a fin de realizar la entrega de los bienes. Asimismo se retire el factor de evaluación plazo de entrega.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: |-1.9 Literal: -- **Página: 17**

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

1.9. PLAZO DE ENTREGA

Los bienes materia de la presente convocatoria se entregarán en el plazo de treinta (30) días calendarios, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratación.

Al respecto, No se acepta la consulta solicitada

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA - SALUD RED PERIFERICA AREQUIPA
Nomenclatura : AS-SM-25-2023-RPSA-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : ADQUISICION DE REFRIGERADORAS Y CONGELADORA PARA LA ESTRATEGIA SANITARIA DE INMUNIZACIONES DE LA RED DE SALUD AREQUIPA CAYLLOMA

Ruc/código :	20544448006	Fecha de envío :	22/08/2023
Nombre o Razón social :	DROGUERIA JRS MEDDEV SOCIEDAD ANONIMA CERRADA-JRS MEDDEV S.A.C.	Hora de envío :	20:22:18

Consulta: Nro. 34

Consulta/Observación:

En el extremo del punto de Soporte Técnico se solicita amablemente al comité que de manera expresa defina y/o de mayor alcance sobre la modalidad 12x7.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** III-10.2 **Literal:** -- **Página:** 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

LA MODALIDAD 12x7 SIGNIFICA QUE EL PROVEEDOR DEBE CONTAR CON UNA DISPONIBILIDAD PARA BRINDAR SOPORTE TECNICO 12 HORAS AL DIA DURANTE LOS 7 DIAS DE LA SEMANA

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA - SALUD RED PERIFERICA AREQUIPA
Nomenclatura : AS-SM-25-2023-RPSA-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : ADQUISICION DE REFRIGERADORAS Y CONGELADORA PARA LA ESTRATEGIA SANITARIA DE INMUNIZACIONES DE LA RED DE SALUD AREQUIPA CAYLLOMA

Ruc/código :	20415716754	Fecha de envío :	22/08/2023
Nombre o Razón social :	ENRAF MEDICA E.I.R.L.	Hora de envío :	20:37:23

Consulta: Nro. 35

Consulta/Observación:

En la pagina 28 numeral 3.1 del A experiencia del postor en la especialidad solicitan bienes similares a los siguientes: equipos para cadena de frio para el manejo de vacunas y complementos, cajas transportadoras para vacuna. termo portavacuna, paquetes fríos para termos y cajas transportadoras para vacuna, termómetros digitales y análogos datalogger

Se solicita al comite de seleccion aumentar a la experiencia del postor :equipos de laboratorio en general para mayor pluralidad de postores

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 3.1 Literal: A **Página: 28**

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACEPTA.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA - SALUD RED PERIFERICA AREQUIPA
Nomenclatura : AS-SM-25-2023-RPSA-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : ADQUISICION DE REFRIGERADORAS Y CONGELADORA PARA LA ESTRATEGIA SANITARIA DE INMUNIZACIONES DE LA RED DE SALUD AREQUIPA CAYLLOMA

Ruc/código :	20601903637	Fecha de envío :	22/08/2023
Nombre o Razón social :	TECHMED IMPORT S.A.C.	Hora de envío :	20:52:14

Consulta: Nro. 36

Consulta/Observación:

En cuanto al congelador eléctrica horizontal según características indican:

DIMENSIONES EXTERIORES (ALTO X LARGO X ANCHO): 82 X 140 X 70 CM APROXIMADAMENTE.

SOLICITAMOS AL COMITE:

DIMENSIONES EXTERIORES (ALTO X LARGO X ANCHO): 1240 X 630 X 915 MM APROXIMADAMENTE Y/O SEGÚN FABRICANTE.

Solicitamos al comité que agreguen ¿SEGÚN FABRICANTE¿ ya que según las dimensiones colocadas estarían direccionándose a una sola marca que es VESTFROST MF 314 lo cual tiene un distribuidor exclusivo. Para así tener una mayor concurrencia de postores y permitir la libre competencia.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 6 Literal: 6.1 Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

LEY DE CONTRATACIONES ART. 2 LITERAL

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACEPTA LA SUGERENCIA YA QUE LAS DIMENSIONES CONSIDERADAS EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS SON APROXIMADAS Y NO SE AJUSTAN A UNA SOLA MARCA.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA - SALUD RED PERIFERICA AREQUIPA
Nomenclatura : AS-SM-25-2023-RPSA-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : ADQUISICION DE REFRIGERADORAS Y CONGELADORA PARA LA ESTRATEGIA SANITARIA DE INMUNIZACIONES DE LA RED DE SALUD AREQUIPA CAYLLOMA

Ruc/código :	20601903637	Fecha de envío :	22/08/2023
Nombre o Razón social :	TECHMED IMPORT S.A.C.	Hora de envío :	20:52:14

Consulta: Nro. 37

Consulta/Observación:

En cuanto al congelador eléctrica horizontal según características indican:
TIEMPO DE ESPERA DURANTE EL CORTE DE ENERGIA (HORAS): MINIMO 4 HORAS.

SOLICITAMOS AL COMITE:

TIEMPO DE ESPERA DURANTE EL CORTE DE ENERGIA (HORAS): MINIMO DE 5 HORAS Y/O SEGÚN FABRICANTE.

Solicitamos al comité que agreguen ¿SEGÚN FABRICANTE¿ ya que según las dimensiones colocadas estarían direccionándose a una sola marca que es VESTFROST MF 314 lo cual tiene un distribuidor exclusivo. Para así tener una mayor concurrencia de postores y permitir la libre competencia.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 6 **Literal:** 6.1 **Página:** 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

LEY DE CONTRATACIONES ART. 2 LITERAL

Análisis respecto de la consulta u observación:

Respecto a la consulta formulada:

CAPITULO III -

REQUERIMIENTO

CONGELADOR ELECTRICO HORIZONTAL

6.1 DESCRIPCIÓN BÁSICA DE LAS CARACTERISTICAS DEL BIEN:

* Tiempo de espera durante el corte de energía (horas): Mínimo 4 horas

NO SE ACEPTA LO CONSULTADO YA QUE EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS SE CONSIGNA UN TIEMPO MINIMO DE 4 HORAS, PUDIENDO SER MAYOR A ELLO, PERMITIENDO QUE LAS DIFERENTES MARCAS CUMPLAN CON LO REQUERIDO

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA - SALUD RED PERIFERICA AREQUIPA
Nomenclatura : AS-SM-25-2023-RPSA-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : ADQUISICION DE REFRIGERADORAS Y CONGELADORA PARA LA ESTRATEGIA SANITARIA DE INMUNIZACIONES DE LA RED DE SALUD AREQUIPA CAYLLOMA

Ruc/código :	20601903637	Fecha de envío :	22/08/2023
Nombre o Razón social :	TECHMED IMPORT S.A.C.	Hora de envío :	20:52:14

Consulta: Nro. 38

Consulta/Observación:

En cuanto al congelador eléctrica horizontal según características indican:
CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE PAQUETES DE AGUA: APROXIMADAMENTE DE 250 A 300 PAQUETES FRIOS X 0.6 L

SOLICITAMOS AL COMITÉ CONSIDERAR:

CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE PAQUETES DE AGUA: APROXIMADAMENTE DE 250 A 310 PAQUETES FRIOS X 0.6 L Y/O SEGÚN FABRICANTE

Solicitamos al comité que agreguen ¿SEGÚN FABRICANTE¿ ya que según las dimensiones colocadas estarían direccionándose a una sola marca que es VESTFROST MF 314 lo cual tiene un distribuidor exclusivo. Para así tener una mayor concurrencia de postores y permitir la libre competencia.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 6 **Literal:** 6.1 **Página:** 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

LEY DE CONTRATACIONES ART. 2 LITERAL

Análisis respecto de la consulta u observación:

Respecto a la consulta:

CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE PAQUETES DE AGUA: APROXIMADAMENTE DE 250 A 300 PAQUETES FRIOS X 0.6 L

La capacidad de almacenamiento solicitada en las especificaciones técnicas indica aproximadamente lo cual permite que diferentes marcas cumplan con los solicitado; sin embargo ellos deben estar dentro de:

Volumen Bruto (Litros): Entre 280 Litros a 300 Litros

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA - SALUD RED PERIFERICA AREQUIPA
Nomenclatura : AS-SM-25-2023-RPSA-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : ADQUISICION DE REFRIGERADORAS Y CONGELADORA PARA LA ESTRATEGIA SANITARIA DE INMUNIZACIONES DE LA RED DE SALUD AREQUIPA CAYLLOMA

Ruc/código :	20601903637	Fecha de envío :	22/08/2023
Nombre o Razón social :	TECHMED IMPORT S.A.C.	Hora de envío :	20:52:14

Consulta: Nro. 39

Consulta/Observación:

En cuanto al congelador eléctrica horizontal según características indican:

CONSUMO DE ENERGIA DURANTE CONGELACION: 4.24 KWH/24H

SOLICITAMOS AL COMITÉ CONSIDERAR:

CONSUMO DE ENERGIA DURANTE CONGELACION: 4.24 KWH/24H Y/O MENOR

Solicitamos al comité que agreguen ¿SEGÚN FABRICANTE¿ ya que según las dimensiones colocadas estarían direccionándose a una sola marca que es VESTFROST MF 314 lo cual tiene un distribuidor exclusivo. Para así tener una mayor concurrencia de postores y permitir la libre competencia.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 6 Literal: 6.1 Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

LEY DE CONTRATACIONES ART. 2 LITERAL

Análisis respecto de la consulta u observación:

Respecto a la consulta formulada:

CAPITULO III -

REQUERIMIENTO

CONGELADOR ELECTRICO HORIZONTAL

6.1 DESCRIPCIÓN BÁSICA DE LAS CARACTERISTICAS DEL BIEN:

* Consumo de enetgía durante congelación: 4.24 kWh/24h

Es necesario mencionar que las especificaciones solicitado no son exclusivas de una solo marca, sin embargo si existen equipos que garanticen un menor consumo de energía como mejora a la institución se acepta los solicitado

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

CAPITULO III -

REQUERIMIENTO

CONGELADOR ELECTRICO HORIZONTAL

6.1 DESCRIPCIÓN BÁSICA DE LAS CARACTERISTICAS DEL BIEN:

* Consumo de enetgía durante congelación: 4.24 kWh/24h o menor

(pág. 21)

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA - SALUD RED PERIFERICA AREQUIPA
Nomenclatura : AS-SM-25-2023-RPSA-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : ADQUISICION DE REFRIGERADORAS Y CONGELADORA PARA LA ESTRATEGIA SANITARIA DE INMUNIZACIONES DE LA RED DE SALUD AREQUIPA CAYLLOMA

Ruc/código :	20610994629	Fecha de envío :	22/08/2023
Nombre o Razón social :	WAYRA MED E.I.R.L.	Hora de envío :	20:55:15

Consulta: Nro. 40

Consulta/Observación:

En cuanto a la refrigeradora conservadora de medicamentos según características indican:
DIMENSIONES EXTERIOR (ALTO X LARGO X ANCHO): 80X150X70 CM APROXIMADAMENTE
SOLICITAMOS AL COMITÉ CONSIDERAR:
DIMENSIONES EXTERIOR (ALTO X LARGO X ANCHO): 1650 * 654 * 940 CM Y/O SEGÚN FABRICANTE
Solicitamos al comité que agreguen ¿SEGÚN FABRICANTE¿ ya que según las dimensiones colocadas estarían direccionándose a una sola marca que es VESTFROST MODELO VLS 504A AC, lo cual tiene un distribuidor exclusivo.
Para así tener una mayor concurrencia de postores y permitir la libre competencia

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 6 Literal: 6.1 **Página: 24**

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

LEY DE CONTRATACIONES ART. 2 LITERAL

Análisis respecto de la consulta u observación:

LAS DIMENSIONES QUE OFERTA EL POSTOR SE ENCUENTRAN EN CENTIMETROS EXCEDIENDOSE EXAGERADAMENTE A LAS SOLICITADAS EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS.

ASIMISMO ES PRECISO MENCIONAR QUE LSO RANGOS ESTABLECIDOS EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS PERMITEN QUE DIFERENTES MARCAS CUMPLAN CON LO REQUERIDO.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA - SALUD RED PERIFERICA AREQUIPA
Nomenclatura : AS-SM-25-2023-RPSA-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : ADQUISICION DE REFRIGERADORAS Y CONGELADORA PARA LA ESTRATEGIA SANITARIA DE INMUNIZACIONES DE LA RED DE SALUD AREQUIPA CAYLLOMA

Ruc/código :	20610994629	Fecha de envío :	22/08/2023
Nombre o Razón social :	WAYRA MED E.I.R.L.	Hora de envío :	20:55:15

Consulta: Nro. 41

Consulta/Observación:

En cuanto a la refrigeradora conservadora de medicamentos según características indican:
CONSUMO DE ENERGÍA, ENFRIAMIENTO (KMH/24 HORAS) 1.24 A 4.10 KWH / 24H
SOLICITAMOS AL COMITÉ CONSIDERAR:
CONSUMO DE ENERGÍA, ENFRIAMIENTO (KMH/24 HORAS) 1.24 A 4.10 KWH / 24H Y/O MENOR
Solicitamos al comité que agreguen ¿SEGÚN FABRICANTE¿ ya que según las dimensiones colocadas estarían direccionándose a una sola marca que es VESTFROST MODELO VLS 504A AC, lo cual tiene un distribuidor exclusivo. Para así tener una mayor concurrencia de postores y permitir la libre competencia.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 6 **Literal:** 6.1 **Página:** 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

LEY DE CONTRATACIONES ART. 2 LITERAL

Análisis respecto de la consulta u observación:

Respecto a la consulta formulada:

CAPITULO III -

REQUERIMIENTO

REFRIGERADORA CONSERVADORA DE MEDICAMENTOS

6.1 DESCRIPCIÓN BÁSICA DE LAS CARACTERISTICAS DEL BIEN:

* Consumo de energía, enfriamiento (kwh/24 horas): 1.24 a 4.10 kWh/24h

Al respecto se aclara que la especificacion técnica solicitada está en base al desempeño de los equipos y almacenamiento consignadas en las Bases - Volumen Bruto (Litros): Entre 105 Litros a 242 Litros, estas características no son exclusivas de una sola marca

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

CAPITULO III -

REQUERIMIENTO

REFRIGERADORA CONSERVADORA DE MEDICAMENTOS

6.1 DESCRIPCIÓN BÁSICA DE LAS CARACTERISTICAS DEL BIEN:

* Consumo de energía, enfriamiento (kwh/24 horas): 1.24 a 4.10 kWh/24h o menor

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA - SALUD RED PERIFERICA AREQUIPA
Nomenclatura : AS-SM-25-2023-RPSA-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : ADQUISICION DE REFRIGERADORAS Y CONGELADORA PARA LA ESTRATEGIA SANITARIA DE INMUNIZACIONES DE LA RED DE SALUD AREQUIPA CAYLLOMA

Ruc/código :	20610994629	Fecha de envío :	22/08/2023
Nombre o Razón social :	WAYRA MED E.I.R.L.	Hora de envío :	20:55:15

Consulta: Nro. 42

Consulta/Observación:

En cuanto a la refrigeradora conservadora de medicamentos según características indican:

Volumen bruto (litros): entre 105 litros a 242 litros

SOLICITAMOS AL COMITÉ CONSIDERAR:

Volumen bruto (litros): entre 105 litros a 260 litros

Solicitamos al comité que agreguen *¿SEGÚN FABRICANTE¿* ya que según las dimensiones colocadas estarían direccionándose a una sola marca que es VESTFROST MODELO VLS 504A AC, lo cual tiene un distribuidor exclusivo. Para así tener una mayor concurrencia de postores y permitir la libre competencia

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 6 **Literal:** 6.1 **Página:** 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

LEY DE CONTRATACIONES ART. 2 LITERAL

Análisis respecto de la consulta u observación:

Respecto a la consulta formulada:

CAPITULO III -

REQUERIMIENTO

REFRIGERADORA CONSERVADORA DE MEDICAMENTOS

6.1 DESCRIPCIÓN BÁSICA DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL BIEN:

* Volumen bruto (litros): entre 105 litros a 242 litros

El volumen bruto solicitado no es exclusivo de una sola marca

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA - SALUD RED PERIFERICA AREQUIPA
Nomenclatura : AS-SM-25-2023-RPSA-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : ADQUISICION DE REFRIGERADORAS Y CONGELADORA PARA LA ESTRATEGIA SANITARIA DE INMUNIZACIONES DE LA RED DE SALUD AREQUIPA CAYLLOMA

Ruc/código :	20543306771	Fecha de envío :	22/08/2023
Nombre o Razón social :	CORPORACION CIMMSA SOCIEDAD ANONIMA - CORPORACION CIMMSA S.A.	Hora de envío :	22:57:55

Consulta: Nro. 43

Consulta/Observación:

d) Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección. (Anexo N° 3)

Al respecto, solicitamos al Comité precise en las bases que adicionalmente al ANEXO N° 3, se deberán adjuntar folletos, fichas técnicas, catálogos, Instructivos, manuales y documentos técnicos emitidos por el fabricante, para sustentar el cumplimiento de las especificaciones técnicas.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 2 Literal: 2.2 Página: 16

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Respecto a la consulta formulada, se señala que: El ANEXO N° 3 DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS; en este documento se menciona que los postores ofrecen los equipos de conformidad con las Especificaciones Técnicas que se indican en el numeral 3.1 del Capítulo III de la sección específica de las bases y los documentos del procedimiento. por lo tanto la acreditación es inherente a las especificaciones técnicas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA - SALUD RED PERIFERICA AREQUIPA
Nomenclatura : AS-SM-25-2023-RPSA-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : ADQUISICION DE REFRIGERADORAS Y CONGELADORA PARA LA ESTRATEGIA SANITARIA DE INMUNIZACIONES DE LA RED DE SALUD AREQUIPA CAYLLOMA

Ruc/código :	20543306771	Fecha de envío :	22/08/2023
Nombre o Razón social :	CORPORACION CIMMSA SOCIEDAD ANONIMA - CORPORACION CIMMSA S.A.	Hora de envío :	22:58:28

Consulta: Nro. 44

Consulta/Observación:

h) Declaración jurada de mantenimiento preventivo adjuntado a la misma un programa de mantenimiento preventivo y stock de repuestos.

Al respecto, se entiende que los postores debemos presentar aparte de la declaración jurada de mantenimiento, el programa y su respectivo procedimiento de mantenimiento preventivo.

Asimismo, por STOCK DE REPUESTOS entendemos que los postores en la declaración jurada debemos indicar que contamos con STOCK DE REPUESTOS por los equipos ofertados.

Confirmar, si nuestro entender es correcto?, de no ser así, especificar como debemos sustentar el STOCK DE REPUESTOS.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 2 Literal: 2.2 Página: 17

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Respecto a la consulta:

h) Declaración jurada de mantenimiento preventivo adjuntado a la misma un programa de mantenimiento preventivo y stock de repuestos.

Es el postor quien mediante declaración jurada, acredita el plan de mantenimiento preventivo y acredita el stock de repuestos para los equipos ofertados

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA - SALUD RED PERIFERICA AREQUIPA
Nomenclatura : AS-SM-25-2023-RPSA-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : ADQUISICION DE REFRIGERADORAS Y CONGELADORA PARA LA ESTRATEGIA SANITARIA DE INMUNIZACIONES DE LA RED DE SALUD AREQUIPA CAYLLOMA

Ruc/código :	20543306771	Fecha de envío :	22/08/2023
Nombre o Razón social :	CORPORACION CIMMSA SOCIEDAD ANONIMA - CORPORACION CIMMSA S.A.	Hora de envío :	22:58:57

Consulta: Nro. 45

Consulta/Observación:

CONGELADORA ELECTRICA HORIZONTAL

DESCRIPCION BASICA DE LAS CARACTERISTICAS DEL BIEN

- Capacidad de congelación de paquetes de agua. Aproximadamente de 7.2 kg a 16.8 kg/24.

Al respecto, solicitamos al comité de selección nos precise en otros términos a que se refiere con: CAPACIDAD DE CONGELACIÓN DE PAQUETES DE AGUA??

Acápito de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 3.1 **Página: 20**

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

LA CAPACIDAD DE CONGELACION DE PAQUETES FRIOS SE REFIERE AL NUMERO DE PAQUETES FRIOS QUE EL EQUIPO ES CAPAZ DE CONGELAR EN 24 HORAS

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA - SALUD RED PERIFERICA AREQUIPA
Nomenclatura : AS-SM-25-2023-RPSA-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : ADQUISICION DE REFRIGERADORAS Y CONGELADORA PARA LA ESTRATEGIA SANITARIA DE INMUNIZACIONES DE LA RED DE SALUD AREQUIPA CAYLLOMA

Ruc/código :	20543306771	Fecha de envío :	22/08/2023
Nombre o Razón social :	CORPORACION CIMMSA SOCIEDAD ANONIMA - CORPORACION CIMMSA S.A.	Hora de envío :	22:59:37

Consulta: Nro. 46

Consulta/Observación:

CONGELADORA ELECTRICA HORIZONTAL
DESCRIPCION BASICA DE LAS CARACTERISTICAS DEL BIEN
- Consumo de energía durante congelación: 4.24 kWh/24.

Al respecto, creemos que hay una redundancia. Pues, líneas arriba solicitan CONSUMO DE ENERGIA, ESTABLE FUNCIONANDO, lo cual significa lo mismo.

Para evitar confusiones, solicitamos suprimir esta característica.

Acápito de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 3.1 **Página: 21**

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS SE HA REQUERIDO:
Consumo de energía, estable funcionamiento Kwh/24 horas: 4.23 a 4.36 kWh/24h.
Consumo de energía, enfriamiento Kwh/24 horas: 3.77 a 4.29 kWh/24h.

LAS CUALES SON CARACTERISTICAS CONSIDERADAS EN EL CATALOGO PQS PARA EQUIPOS DE CADENA DE

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA - SALUD RED PERIFERICA AREQUIPA
Nomenclatura : AS-SM-25-2023-RPSA-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : ADQUISICION DE REFRIGERADORAS Y CONGELADORA PARA LA ESTRATEGIA SANITARIA DE INMUNIZACIONES DE LA RED DE SALUD AREQUIPA CAYLLOMA

Ruc/código :	20543306771	Fecha de envío :	22/08/2023
Nombre o Razón social :	CORPORACION CIMMSA SOCIEDAD ANONIMA - CORPORACION CIMMSA S.A.	Hora de envío :	23:00:22

Consulta: Nro. 47

Consulta/Observación:

CONGELADORA ELECTRICA HORIZONTAL
DESCRIPCION BASICA DE LAS CARACTERISTICAS DEL BIEN
ACCESORIOS

- Lectura de temperatura electrónica externa.

Al respecto, por esta característica entendemos que se refiere a la pantalla del panel de control que muestra la lectura de temperatura en °C.

Confirmar, si nuestro entender es correcto?, de no ser así, solicitamos nos especifique en otros términos para un mejor entendimiento.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 3.1 **Página: 21**

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

ES CORRECTO

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA - SALUD RED PERIFERICA AREQUIPA
Nomenclatura : AS-SM-25-2023-RPSA-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : ADQUISICION DE REFRIGERADORAS Y CONGELADORA PARA LA ESTRATEGIA SANITARIA DE INMUNIZACIONES DE LA RED DE SALUD AREQUIPA CAYLLOMA

Ruc/código :	20543306771	Fecha de envío :	22/08/2023
Nombre o Razón social :	CORPORACION CIMMSA SOCIEDAD ANONIMA - CORPORACION CIMMSA S.A.	Hora de envío :	23:00:50

Consulta: Nro. 48

Consulta/Observación:

CONGELADORA ELECTRICA HORIZONTAL
DESCRIPCION BASICA DE LAS CARACTERISTICAS DEL BIEN
ACCESORIOS

- Lectura de temperatura electrónica externa.

Al respecto, por este ACCESORIO no queda claro si se refiere a un termómetro para control de temperatura externo o la pantalla de lectura de temperatura que viene integrado en el equipo.

Solicitamos, precisar.

Acápites de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3 **Literal:** 3.1 **Página:** 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE REFIERE A LA PANTALLA DE LA LECTURA DE TEMPERATURA QUE VIENE INTEGRADO EN EL EQUIPO

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA - SALUD RED PERIFERICA AREQUIPA
Nomenclatura : AS-SM-25-2023-RPSA-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : ADQUISICION DE REFRIGERADORAS Y CONGELADORA PARA LA ESTRATEGIA SANITARIA DE INMUNIZACIONES DE LA RED DE SALUD AREQUIPA CAYLLOMA

Ruc/código :	20543306771	Fecha de envío :	22/08/2023
Nombre o Razón social :	CORPORACION CIMMSA SOCIEDAD ANONIMA - CORPORACION CIMMSA S.A.	Hora de envío :	23:01:34

Consulta: Nro. 49

Consulta/Observación:

REFRIGERADORA CONSERVADORA DE MEDICAMENTOS
DESCRIPCION BASICA DE LAS CARACTERISTICAS DEL BIEN

- Consumo de energía, estable funcionando (Kwh/24h): 0.638 a 3.2 Kwh/24h.

Al respecto, debemos precisar que el consumo de energía viene en función al fabricante. Asimismo, manifestamos que si un equipo ofertado viene con un menor consumo de energía que lo solicitado, representa claramente una mejora en el funcionamiento, por lo que no debería ser descalificado.

Según lo precisado, solicitamos aceptar lo siguiente:

- Consumo de energía, estable funcionando (Kwh/24h): 0.50 a 3.2 Kwh/24h.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 3.1 Página: 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

CAPITULO III -

REQUERIMIENTO

REFRIGERADORA CONSERVADORA DE MEDICAMENTOS

6.1 DESCRIPCIÓN BÁSICA DE LAS CARACTERISTICAS DEL BIEN:

* Consumo de energía, estable funcionando (kwh/24 horas): 0.638 a 3.2 kWh/24h

SI LAS CARACTERISTICAS DE LOS EQUIPOS OFERTADOS GENERAN UN MENOR CONSUMO DE ENERGIA SIN PERJUDICAR EL DESEMPEÑO DE LOS MISMOS NI LA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, SE ACEPTA LO SOLICITADO.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

CAPITULO III -

REQUERIMIENTO

REFRIGERADORA CONSERVADORA DE MEDICAMENTOS

6.1 DESCRIPCIÓN BÁSICA DE LAS CARACTERISTICAS DEL BIEN:

* Consumo de energía, estable funcionando (kwh/24 horas): 0.638 a 3.2 kWh/24h o menor

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA - SALUD RED PERIFERICA AREQUIPA
Nomenclatura : AS-SM-25-2023-RPSA-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : ADQUISICION DE REFRIGERADORAS Y CONGELADORA PARA LA ESTRATEGIA SANITARIA DE INMUNIZACIONES DE LA RED DE SALUD AREQUIPA CAYLLOMA

Ruc/código :	20543306771	Fecha de envío :	22/08/2023
Nombre o Razón social :	CORPORACION CIMMSA SOCIEDAD ANONIMA - CORPORACION CIMMSA S.A.	Hora de envío :	23:02:22

Consulta: Nro. 50

Consulta/Observación:

REFRIGERADORA CONSERVADORA DE MEDICAMENTOS

DESCRIPCION BASICA DE LAS CARACTERISTICAS DEL BIEN

- Consumo de energía, enfriamiento (Kwh/24h): 1.24 a 4.10 Kwh/24h.

Al respecto, debemos precisar que el consumo de energía viene en función al fabricante. Asimismo, manifestamos que si un equipo ofertado viene con un menor consumo de energía que lo solicitado, representa claramente una mejora en el funcionamiento, por lo que no debería ser descalificado.

Según lo precisado, solicitamos aceptar lo siguiente:

- Consumo de energía, enfriamiento (Kwh/24h): 0.60 a 4.10 Kwh/24h.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 3.1 Página: 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

CAPITULO III -

REQUERIMIENTO

REFRIGERADORA CONSERVADORA DE MEDICAMENTOS

6.1 DESCRIPCIÓN BÁSICA DE LAS CARACTERISTICAS DEL BIEN:

* Consumo de energía, enfriamiento (kwh/24 horas): 1.24 a 4.10 kWh/24h

SI LAS CARACTERISTICAS DE LOS EQUIPOS OFERTADOS GENERAN UN MENOR CONSUMO DE ENERGIA SIN PERJUDICAR EL DESEMPEÑO DE LOS MISMOS NI LA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, SE ACEPTA LO SOLICITADO.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

CAPITULO III -

REQUERIMIENTO

REFRIGERADORA CONSERVADORA DE MEDICAMENTOS

6.1 DESCRIPCIÓN BÁSICA DE LAS CARACTERISTICAS DEL BIEN:

* Consumo de energía, enfriamiento (kwh/24 horas): 1.24 a 4.10 kWh/24h o menor

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA - SALUD RED PERIFERICA AREQUIPA
Nomenclatura : AS-SM-25-2023-RPSA-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : ADQUISICION DE REFRIGERADORAS Y CONGELADORA PARA LA ESTRATEGIA SANITARIA DE INMUNIZACIONES DE LA RED DE SALUD AREQUIPA CAYLLOMA

Ruc/código :	20543306771	Fecha de envío :	22/08/2023
Nombre o Razón social :	CORPORACION CIMMSA SOCIEDAD ANONIMA - CORPORACION CIMMSA S.A.	Hora de envío :	23:02:50

Consulta: Nro. 51

Consulta/Observación:

REFRIGERADORA CONSERVADORA DE MEDICAMENTOS
DESCRIPCION BASICA DE LAS CARACTERISTICAS DEL BIEN
ACCESORIOS

- Lectura de temperatura electrónica externa.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3 **Literal:** 3.1 **Página:** 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ENTIENDE LA CONSULTA

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA - SALUD RED PERIFERICA AREQUIPA
Nomenclatura : AS-SM-25-2023-RPSA-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : ADQUISICION DE REFRIGERADORAS Y CONGELADORA PARA LA ESTRATEGIA SANITARIA DE INMUNIZACIONES DE LA RED DE SALUD AREQUIPA CAYLLOMA

Ruc/código :	20543306771	Fecha de envío :	22/08/2023
Nombre o Razón social :	CORPORACION CIMMSA SOCIEDAD ANONIMA - CORPORACION CIMMSA S.A.	Hora de envío :	23:04:24

Consulta: Nro. 52

Consulta/Observación:

(en relación a la consulta anterior)

REFRIGERADORA CONSERVADORA DE MEDICAMENTOS
DESCRIPCION BASICA DE LAS CARACTERISTICAS DEL BIEN
ACCESORIOS

- Lectura de temperatura electrónica externa.

Al respecto, por esta característica entendemos que se refiere a la pantalla del panel de control que muestra la lectura de temperatura en °C.

Confirmar, si nuestro entender es correcto?, de no ser así, solicitamos nos especifique en otros términos para un mejor entendimiento.

Acápites de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3 **Literal:** 3.1 **Página:** 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

ES CORRECTO

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA - SALUD RED PERIFERICA AREQUIPA
Nomenclatura : AS-SM-25-2023-RPSA-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : ADQUISICION DE REFRIGERADORAS Y CONGELADORA PARA LA ESTRATEGIA SANITARIA DE INMUNIZACIONES DE LA RED DE SALUD AREQUIPA CAYLLOMA

Ruc/código :	20543306771	Fecha de envío :	22/08/2023
Nombre o Razón social :	CORPORACION CIMMSA SOCIEDAD ANONIMA - CORPORACION CIMMSA S.A.	Hora de envío :	23:05:01

Consulta: Nro. 53

Consulta/Observación:

REQUISITOS DE CALIFICACION

A. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Se consideran bienes similares a los siguientes: equipos para cadena de frio para el manejo de vacunas y complementos, cajas transportadoras para vacuna. termo portavacuna, paquetes fríos para termos y cajas transportadoras para vacuna, termómetros digitales y análogos Datalogger.

Con la finalidad de promover la pluralidad de postores, solicitamos que también se acepte lo siguiente:

Se consideran bienes similares a los siguientes: equipos para cadena de frio para el manejo de vacunas y complementos, cajas transportadoras para vacuna. termo portavacuna, paquetes fríos para termos y cajas transportadoras para vacuna, termómetros digitales y análogos Datalogger y/o refrigeradoras y congeladoras ice line fotovoltaicos.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 3.1 Página: 28

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Respecto a la consulta formulada, se aclara que en el numeral 3.1 señala lo siguiente: Se consideran bienes similares a los siguientes: equipos para cadena de frio para el manejo de vacunas y complementos, cajas transportadoras para vacuna. termo portavacuna, paquetes fríos para termos y cajas transportadoras para vacuna, termómetros digitales y análogos datalogger - Las refrigeradoras y/o congeladoras y congeladoras icel line fotovoltaicas estan considerados dentro de los equipos de cadena de frío

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null