

## PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-7-2023-GRM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION E INSTALACION DE MONITOR FETAL A TODO COSTO PARA EL IOARR, ADQUISICIÓN DE MONITOR FETAL, MÁQUINA DE ANESTESIA, EQUIPO ECÓGRAFO Y ECO CARDÍOGRAFO; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL (LA) EESS HOSPITAL REGIONAL MOQUEGUA- MOQUEGUA DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, DEPARTAMENTO DE

Ruc/código : 20501645517

Nombre o Razón social : VITALTEC S.A.C.

Fecha de envío : 19/04/2023

Hora de envío : 16:19:50

**Consulta:** Nro. 1

**Consulta/Observación:**

D: ACCESORIOS. D01: 01 PULSADOR.

En esta especificación se solicita 01 pulsador como accesorio para el monitor fetal, sin embargo; en la especificación D09, solicitan nuevamente pulsador de señalización de movimientos, la consulta es si dicha especificación ha sido repetida por error, solicitamos amablemente al comité aclarar ambas especificaciones, ya que se entiende que ambas hacen referencia a lo mismo, que en este caso; es el marcador de eventos.

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico Numeral: 3.1

**Literal:** 7

**Página:** 23

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

RLCE ART, LIT A y B

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se aclara la consulta, D01 Y D09 se trata de lo mismo señalizador de movimientos por ende la cantidad de 01 por ITEM.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-7-2023-GRM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION E INSTALACION DE MONITOR FETAL A TODO COSTO PARA EL IOARR, ADQUISICIÓN DE MONITOR FETAL, MÁQUINA DE ANESTESIA, EQUIPO ECÓGRAFO Y ECO CARDÍOGRAFO; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL (LA) EESS HOSPITAL REGIONAL MOQUEGUA- MOQUEGUA DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, DEPARTAMENTO DE

Ruc/código : 20501645517

Nombre o Razón social : VITALTEC S.A.C.

Fecha de envío : 19/04/2023

Hora de envío : 16:19:50

**Consulta:** Nro. 2

**Consulta/Observación:**

D: ACCESORIOS. D07: ESTIMULADOR VIBRO-ACÚSTICO.

Si bien la incorporación de nuevas técnicas de monitorización cardiotocográfica ha contribuido a la valoración del estado del feto (como lo es la estimulación vibro-acústica), aún hoy en día no se tiene definido cuáles son la intensidad y frecuencia ideales para la estimulación fetal.

Existen estudios que sugieren que es necesario que el sonido intrauterino alcance 94 dB para que la estimulación vibro-acústica origine una respuesta de la frecuencia cardíaca fetal.

En base a ello, el sonido habitualmente utilizado para estimulación fetal provoca en muchos casos una respuesta excesiva ya que el objetivo del test de estimulación es únicamente conseguir que el feto pase de un estado de sueño profundo a un estado de actividad que permita valorar las características del test basal.

Por medio de la aplicación de la estimulación vibratoria, se puede inferir que el feto, recibe un estrés menor al que podría ser generado por un estimulador de tipo acústico, al generar movimientos o vibraciones sutiles para despertar al feto que podría estar dormido, sin la generación de exaltaciones provocadas por un sonido intenso que haga que se acelere de modo tempestivo la FCF siendo contraproducente para el feto.

En base a lo anterior, se solicita amablemente al comité pueda considerar lo expuesto anteriormente solicitando que el estimulador fetal pueda ser vibratorio y/o acústico.

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico Numeral: 3.1

**Literal:** 7

**Página:** 23

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

RLCE ART, LIT A y B

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

No se acoge la consulta, en cumplimiento de las especificaciones técnicas revisadas y validadas por el profesional especialista del sector beneficiario Hospital Regional Moquegua los cuales cumplen con la finalidad publica conforme a la aplicación del proceso de contratación artículo 16 del requerimiento numeral 16.1 y 16.2 del reglamento de la LCE.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-7-2023-GRM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION E INSTALACION DE MONITOR FETAL A TODO COSTO PARA EL IOARR, ADQUISICIÓN DE MONITOR FETAL, MÁQUINA DE ANESTESIA, EQUIPO ECÓGRAFO Y ECO CARDIÓGRAFO; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL (LA) EESS HOSPITAL REGIONAL MOQUEGUA- MOQUEGUA DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, DEPARTAMENTO DE

Ruc/código : 20501645517

Fecha de envío : 19/04/2023

Nombre o Razón social : VITALTEC S.A.C.

Hora de envío : 16:19:50

**Consulta: Nro. 3**

**Consulta/Observación:**

D: ACCESORIOS. D08: COCHE MÓVIL CON AL MENOS 02 CAJONES.

Se solicita coche móvil para monitor fetal, sin embargo; consultamos amablemente al comité aclarar si dicho coche debe ser de diseñado por el fabricante o si puede ser homologado.

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico Numeral: 3.1

**Literal: 7**

**Página: 23**

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

RLCE ART, LIT A y B

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se aclara la consulta, D08 debe ser diseñado por el fabricante u homologado.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-7-2023-GRM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION E INSTALACION DE MONITOR FETAL A TODO COSTO PARA EL IOARR, ADQUISICIÓN DE MONITOR FETAL, MÁQUINA DE ANESTESIA, EQUIPO ECÓGRAFO Y ECO CARDÍOGRAFO; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL (LA) EESS HOSPITAL REGIONAL MOQUEGUA- MOQUEGUA DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, DEPARTAMENTO DE

Ruc/código : 20501645517

Fecha de envío : 19/04/2023

Nombre o Razón social : VITALTEC S.A.C.

Hora de envío : 16:19:50

**Observación: Nro. 4**

**Consulta/Observación:**

6.DESCRIPCION Y CARACTERISTICAS.

En este punto indican que la cantidad requerida es de 04 unidades, sin embargo, en el 1.2 OBJETO DE LA CONVOCATORIA indican que es 01 unidad.

Solicitamos al comité de selección aclarar este punto.

**Acápito de las bases :** Sección: Especifico Numeral: 3.1

**Literal:** 6

**Página:** 22

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

CANTIDAD REQUERIDA SEGÚN REQUERIMIENTO DEL AREA USUARIA ES DE 04 UNIDADES POR ENDE EL COMITE DE SELECCION PROCEDE A ACLARAR LA CANTIDAD (4) E NLAS BAES INTEGRADAS.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

CANTIDAD (4)

PAG.14

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-7-2023-GRM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION E INSTALACION DE MONITOR FETAL A TODO COSTO PARA EL IOARR, ADQUISICIÓN DE MONITOR FETAL, MÁQUINA DE ANESTESIA, EQUIPO ECÓGRAFO Y ECO CARDIÓGRAFO; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL (LA) EESS HOSPITAL REGIONAL MOQUEGUA- MOQUEGUA DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, DEPARTAMENTO DE

Ruc/código : 20605967729

Fecha de envío : 19/04/2023

Nombre o Razón social : GRUPO A.D.V. S.A.C.

Hora de envío : 18:51:15

**Consulta: Nro. 5**

**Consulta/Observación:**

En los accesorios punto D01 Y D09, piden pulsador y pulsador de señalización de movimientos respectivamente.

Se le pide al comité de selección aclarar si ambos son lo mismo y se tomaría como pulsador de señalización de movimientos por ende sería la cantidad de 02 unidades o a que hace referencia el punto D01.

**Acápite de las bases :** Sección: General

**Numeral:** CAP III

**Literal:** 7

**Página:** 23

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se aclara la consulta, D01 Y D09 se trata de lo mismo señalizador de movimientos por ende la cantidad de 01 por ITEM.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-7-2023-GRM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION E INSTALACION DE MONITOR FETAL A TODO COSTO PARA EL IOARR, ADQUISICIÓN DE MONITOR FETAL, MÁQUINA DE ANESTESIA, EQUIPO ECÓGRAFO Y ECO CARDÍOGRAFO; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL (LA) EESS HOSPITAL REGIONAL MOQUEGUA- MOQUEGUA DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, DEPARTAMENTO DE

Ruc/código : 20605967729

Nombre o Razón social : GRUPO A.D.V. S.A.C.

Fecha de envío : 19/04/2023

Hora de envío : 18:51:15

**Consulta:** Nro. 6

**Consulta/Observación:**

En el punto D08 coche móvil con al menos dos cajones.

Se le pide al comité de selección, primero aclarar que el coche rodable sea de la misma marca del equipo o puede ser un coche de fabricación nacional en acero inoxidable con dos cajones.

En caso que sea de la misma marca considerar incluir: el coche movil de 1 o 2 cajones o que el soporte rodable tenga 1 o 2 canastillas.

Con el fin de fomentar la pluralidad de postores.

**Acápite de las bases :** Sección: General

Numeral: CAP III

Literal: 7

Página: 23

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

Según el principio de pluralidad de postores.

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se aclara la consulta, D08 debe ser diseñado por el fabricante u homologado.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-7-2023-GRM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION E INSTALACION DE MONITOR FETAL A TODO COSTO PARA EL IOARR, ADQUISICIÓN DE MONITOR FETAL, MÁQUINA DE ANESTESIA, EQUIPO ECÓGRAFO Y ECO CARDÍOGRAFO; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL (LA) EESS HOSPITAL REGIONAL MOQUEGUA- MOQUEGUA DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, DEPARTAMENTO DE

Ruc/código : 20605967729

Fecha de envío : 19/04/2023

Nombre o Razón social : GRUPO A.D.V. S.A.C.

Hora de envío : 18:51:15

**Consulta: Nro. 7**

**Consulta/Observación:**

Se solicita al comité de selección ampliar la fecha de entrega de 30 días calendario a 45 días calendario. Por motivos de stock en fabrica, la importación, desaduanaje y nacionalización de los equipos, y accesorios. Este tiempo es tomado por vía aérea; ya que, si fuera vía marítima el tiempo sería mayor.

De tal forma que la evaluación de plazo de entrega quede de la siguiente forma:

de 30 hasta 38 días calendario: 03 puntos

de 39 hasta 44 días calendario: 01 puntos

Para fomentar la pluralidad de postores.

**Acápite de las bases :** Sección: General

**Numeral:** CAP I

**Literal:** 1.9

**Página:** 15

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se acoge la consulta parcialmente, en aplicación del reglamento de la ley de contrataciones del estado artículo 2. principios que rigen las contrataciones, literal a) y b). 12 Plazo de entrega: El plazo de ejecución es de 45 días calendarios (Entrega a los 40 días calendarios; Instalación, puesta en funcionamiento y capacitación a los 05 días calendarios) y su respectiva aclaración de puntos factor de evaluación lo siguiente:

De (< a 34) días calendario:

03 puntos

De 35 hasta 39 días calendario:

01 puntos

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

12 Plazo de entrega: El plazo de ejecución es de 45 días calendarios (Entrega a los 40 días calendarios; Instalación, puesta en funcionamiento y capacitación a los 05 días calendarios) pag.25,15

De (< a 34) días calendario:

03 puntos

De 35 hasta 39 días calendario:

01 puntos

pag. 33

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-7-2023-GRM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION E INSTALACION DE MONITOR FETAL A TODO COSTO PARA EL IOARR, ADQUISICIÓN DE MONITOR FETAL, MÁQUINA DE ANESTESIA, EQUIPO ECÓGRAFO Y ECO CARDÍOGRAFO; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL (LA) EESS HOSPITAL REGIONAL MOQUEGUA- MOQUEGUA DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, DEPARTAMENTO DE

Ruc/código : 20603346344

Nombre o Razón social : SAINT INDUSTRY E.I.R.L.

Fecha de envío : 19/04/2023

Hora de envío : 19:28:17

**Observación: Nro. 8**

**Consulta/Observación:**

Para garantizar que la entida cuente con un monitor fetal con una pantalla adecuada la cual ayude a una mejor viasualización de las señales adquiridas. Se recomienda al comité evaluador mejorar la especificación A03 de la siguiente manera:

"Pantalla LCD/LED o TFT o superior de 12 pulgadas"

Esta mejora ayudará a que la Entidad adquiera un monitor el cual tendrá un tamaño de pantalla óptimo lo cual ayudará a brindar un mejor diagnóstico.

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico

**Numeral:** III

**Literal:** 6

**Página:** 22

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

No se acoge la consulta, en cumplimiento de las especificaciones técnicas revisadas y validadas por el profesional especialista del sector beneficiario Hospital Regional Moquegua los cuales cumplen con la finalidad publica conforme a la aplicación del proceso de contratación artículo 16 del requerimiento numeral 16.1 y 16.2 del reglamento de la LCE.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null



Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-7-2023-GRM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION E INSTALACION DE MONITOR FETAL A TODO COSTO PARA EL IOARR, ADQUISICIÓN DE MONITOR FETAL, MÁQUINA DE ANESTESIA, EQUIPO ECÓGRAFO Y ECO CARDIÓGRAFO; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL (LA) EESS HOSPITAL REGIONAL MOQUEGUA- MOQUEGUA DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, DEPARTAMENTO DE

Ruc/código : 20603346344

Nombre o Razón social : SAINT INDUSTRY E.I.R.L.

Fecha de envío : 19/04/2023

Hora de envío : 19:28:17

**Observación: Nro. 9**

**Consulta/Observación:**

Para el caso de los equipos de monitoreo de signos vitales es recomendable considerar, en las especificaciones, un tiempo de autonomía mayor frente a un corte imprevisto del suministro eléctrico. Por consiguiente, se solicita al Comité Evaluador considerar al mejora de la especificación B05 de la siguiente manera:

"Duración de batería: 4 horas cómo mínimo"

Realizar esta mejora ayudará a que la Entidad adquiera un equipo que tenga la capacidad de monitorear por mayor tiempo en caso el imprevisto eléctrico no se solucione rapidamente.

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico

**Numeral:** III

**Literal:** 6

**Página:** 23

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

No se acoge la consulta ya que en la presente especificaciones técnicas se detalla una cantidad mínima pudiendo presentar una cantidad de horas máxima para una mayor pluralidad de postores y en cumplimiento de las especificaciones técnicas revisadas y validadas por el profesional especialista del sector beneficiario Hospital Regional Moquegua los cuales cumplen con la finalidad publica conforme a la aplicación del proceso de contratación artículo 16 del requerimiento numeral 16.1 y 16.2 y del artículo 2. principios que rigen las contrataciones, literal a) y b). del reglamento de la LCE.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-7-2023-GRM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION E INSTALACION DE MONITOR FETAL A TODO COSTO PARA EL IOARR, ADQUISICIÓN DE MONITOR FETAL, MÁQUINA DE ANESTESIA, EQUIPO ECÓGRAFO Y ECO CARDÍOGRAFO; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL (LA) EESS HOSPITAL REGIONAL MOQUEGUA- MOQUEGUA DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, DEPARTAMENTO DE

Ruc/código : 20603346344

Nombre o Razón social : SAINT INDUSTRY E.I.R.L.

Fecha de envío : 19/04/2023

Hora de envío : 19:28:17

**Observación: Nro. 10**

**Consulta/Observación:**

Una de la características técnicas más resaltantes que se debe considerar para un equipo de monitoreo es la capacidad de almacenamiento de tendencias gráficas captadas durante la monitorización de una paciente.

Esta característica permitira al médico tratante poder revisar a detalle los registros gráficos, captado por varias horas, durante el monitoreo de la paciente.

Por tanto, se solicita al Comité considerar la inclusión de la siguiente especificación técnica:

"Capacidad de almancenamiento de hasta 110 horas de tendencias gráficas cómo mínimo"

Incluir esta mejora está amparado por el Principio de Vigencia Tecnológica de la Ley de Contrataciones del Estado ya que permitirá que el establecimiento de salud cuenta con un equipo biomédico que reuna las condiciones de calidad y modernidad acordes a un equipo de monitoreo materno fetal.

**Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III**

**Literal: 6**

**Página: 22**

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se acoge parcialmente la observación, para un mejor funcionamiento y cumplimiento de los objetivos, y mejor diversificación de marcas y/o potenciales participantes en aplicación del reglamento de la ley de contrataciones del estado artículo 2. principios que rigen las contrataciones, literal a) y g). añadiendo de la siguiente amanaera:

A GENERALES, A08 Capacidad de almacenamiento de datos y opcionalmente tendencias.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

A GENERALES, A08 Capacidad de almacenamiento de datos y opcionalmente tendencias. pg. 22

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-7-2023-GRM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION E INSTALACION DE MONITOR FETAL A TODO COSTO PARA EL IOARR, ADQUISICIÓN DE MONITOR FETAL, MÁQUINA DE ANESTESIA, EQUIPO ECÓGRAFO Y ECO CARDÍOGRAFO; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL (LA) EESS HOSPITAL REGIONAL MOQUEGUA- MOQUEGUA DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, DEPARTAMENTO DE

Ruc/código : 20603346344

Fecha de envío : 19/04/2023

Nombre o Razón social : SAINT INDUSTRY E.I.R.L.

Hora de envío : 19:28:17

**Consulta:** Nro. 11

**Consulta/Observación:**

Consultamos si al solicitar personal clave un Ingeniero, se refieren a INGENIERO ELECTRONICO O BIOMEDICO, TITULADO.

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico

**Numeral:** 3.2

**Literal:** C.1

**Página:** 31

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se aclara, conforme a las especificaciones técnicas descritas C.1 experiencia de personal clave "es de cumplimiento estricto lo descrito en el primer párrafo" INGENIERO ELECTRONICO O BIOMEDICO, TITULADO. a su vez en cumplimiento del reglamento de la ley de contrataciones del estado artículo 2. principios que rigen las contrataciones, literal a) y b).

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-7-2023-GRM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION E INSTALACION DE MONITOR FETAL A TODO COSTO PARA EL IOARR, ADQUISICIÓN DE MONITOR FETAL, MÁQUINA DE ANESTESIA, EQUIPO ECÓGRAFO Y ECO CARDIÓGRAFO; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL (LA) EESS HOSPITAL REGIONAL MOQUEGUA- MOQUEGUA DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, DEPARTAMENTO DE

Ruc/código : 20603346344

Fecha de envío : 19/04/2023

Nombre o Razón social : SAINT INDUSTRY E.I.R.L.

Hora de envío : 19:28:17

**Observación: Nro. 12**

**Consulta/Observación:**

En los documentos para la admisión de ofertas no están solicitando documentos importantes como el BPM del producto ofertado, ni el certificado de seguridad eléctrica. Dichos documentos son de suma urgencia para garantizar la calidad del producto ofertado, a fin de no adquirir equipos sin certificaciones internacionales. Al respecto solicitamos sírvase incluir dichoS requisitos en los documentos para admisión de oferta.

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico

**Numeral:** II

**Literal:** 2.2

**Página:** 17

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

No se acoge la consulta debido a que en la etapa detallada ( ANEXO N° 3 admision) son para garantizar el cumplimiento de las características COMO FOLLETOS CATALOGOS ... , en cumplimiento de las especificaciones técnicas revisadas y validadas por el profesional especialista del sector beneficiario Hospital Regional Moquegua los cuales cumplen con la finalidad publica conforme a la aplicación del proceso de contratación artículo 16 del requerimiento numeral 16.1 y 16.2 y del artículo 2. principios que rigen las contrataciones, literal a) y b). del reglamento de la LCE.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-7-2023-GRM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION E INSTALACION DE MONITOR FETAL A TODO COSTO PARA EL IOARR, ADQUISICIÓN DE MONITOR FETAL, MÁQUINA DE ANESTESIA, EQUIPO ECÓGRAFO Y ECO CARDÍÓGRAFO; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL (LA) EESS HOSPITAL REGIONAL MOQUEGUA- MOQUEGUA DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, DEPARTAMENTO DE

Ruc/código : 20606042044

Fecha de envío : 19/04/2023

Nombre o Razón social : HEALTHCARE TECHNOLOGY MANAGEMENT  
SOLUCIONES S.A.C.

Hora de envío : 19:35:04

**Observación: Nro. 13**

**Consulta/Observación:**

Observamos las bases pues en el objeto de la convocatoria indican que es 1 monitor fetal, sin embargo en las especificaciones técnicas figuran 4, solicitamos al comité sírvase indicar cual es la cantidad exacta necesaria.

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** I    **Literal:** 1.2    **Página:** 14

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

CANTIDAD REQUERIDA SEGÚN REQUERIMIENTO DEL AREA USUARIA ES DE 04 UNIDADES POR ENDE EL COMITE DE SELECCION PROCEDE A ACLARAR LA CANTIDAD (4) EN LAS BAES INTEGRADAS.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

CANTIDAD (4)

PAG.14

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-7-2023-GRM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION E INSTALACION DE MONITOR FETAL A TODO COSTO PARA EL IOARR, ADQUISICIÓN DE MONITOR FETAL, MÁQUINA DE ANESTESIA, EQUIPO ECÓGRAFO Y ECO CARDÍOGRAFO; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL (LA) EESS HOSPITAL REGIONAL MOQUEGUA- MOQUEGUA DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, DEPARTAMENTO DE

Ruc/código : 20606042044

Fecha de envío : 19/04/2023

Nombre o Razón social : HEALTHCARE TECHNOLOGY MANAGEMENT  
SOLUCIONES S.A.C.

Hora de envío : 19:35:04

**Observación: Nro. 14**

**Consulta/Observación:**

Observamos el plazo de entrega pues nuestro equipo europeo tiene como mínimo un tiempo de fabricación de 40 días y para realizar la importación y nacionalización son al menos 15 días y para entrega instalación y capacitación 5 días. Por tanto solicitamos a fin de que puedan obtener equipos de ultima tecnología un plazo de entrega de al menos 60 días.

**Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: IV**

**Literal: B**

**Página: 33**

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se acoge la consulta parcialmente, en aplicación del reglamento de la ley de contrataciones del estado artículo 2. principios que rigen las contrataciones, literal a) y b). 12 Plazo de entrega: El plazo de ejecución es de 45 días calendarios (Entrega a los 40 días calendarios; Instalación, puesta en funcionamiento y capacitación a los 05 días calendarios) y su respectiva aclaración de puntos factor de evaluación lo siguiente:

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

12 Plazo de entrega: El plazo de ejecución es de 45 días calendarios (Entrega a los 40 días calendarios; Instalación, puesta en funcionamiento y capacitación a los 05 días calendarios) pag.25,15

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-7-2023-GRM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION E INSTALACION DE MONITOR FETAL A TODO COSTO PARA EL IOARR, ADQUISICIÓN DE MONITOR FETAL, MÁQUINA DE ANESTESIA, EQUIPO ECÓGRAFO Y ECO CARDIÓGRAFO; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL (LA) EESS HOSPITAL REGIONAL MOQUEGUA- MOQUEGUA DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, DEPARTAMENTO DE

Ruc/código : 20606042044

Fecha de envío : 19/04/2023

Nombre o Razón social : HEALTHCARE TECHNOLOGY MANAGEMENT  
SOLUCIONES S.A.C.

Hora de envío : 19:35:04

**Observación: Nro. 15**

**Consulta/Observación:**

Observamos la experiencia del postor consideran bienes similares a esterilizadores o autoclaves, sin embargo dichos equipos no tienen relación con el objeto de la convocatoria en su reemplazo solicitamos ampliar por detectores de latidos fetales.

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico

**Numeral:** 3.2

**Literal:** B

**Página:** 30

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

No se acoge la observación, conforme al alcance de las funcionalidades del equipo a adquirir se consideró bienes similares a los siguientes Ecógrafos, Monitores, Esterilizadores o Autoclaves.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-7-2023-GRM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION E INSTALACION DE MONITOR FETAL A TODO COSTO PARA EL IOARR, ADQUISICIÓN DE MONITOR FETAL, MÁQUINA DE ANESTESIA, EQUIPO ECÓGRAFO Y ECO CARDIÓGRAFO; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL (LA) EESS HOSPITAL REGIONAL MOQUEGUA- MOQUEGUA DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, DEPARTAMENTO DE

Ruc/código :	20606042044	Fecha de envío :	19/04/2023
Nombre o Razón social :	HEALTHCARE TECHNOLOGY MANAGEMENT SOLUCIONES S.A.C.	Hora de envío :	19:35:04

**Observación: Nro. 16**

**Consulta/Observación:**

Observamos el personal clave solicitado, a ninguno de los dos se les pide capacitado por el fabricante del equipo ofertado. Al respecto solicito sírvase agregar que el personal clave debe estar capacitado por el fabricante en el equipo ofertado, para con ello garantizar el total conocimiento y brindar un soporte postventa de calidad.

**Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: C Página: 31**

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

No se acoge la observación, conforme a la capacidad técnica descrita C.1 experiencia de personal clave "es de cumplimiento estricto lo descrito en el primer y segundo párrafo" a su vez en cumplimiento del reglamento de la ley de contrataciones del estado artículo 2. principios que rigen las contrataciones, literal a) y b), sin embargo, lo descrito son requisitos mínimos sin infringir el numeral 13.2 capacitación y/o entrenamiento literal e) perfil del expositor.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null



Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-7-2023-GRM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION E INSTALACION DE MONITOR FETAL A TODO COSTO PARA EL IOARR, ADQUISICIÓN DE MONITOR FETAL, MÁQUINA DE ANESTESIA, EQUIPO ECÓGRAFO Y ECO CARDIÓGRAFO; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL (LA) EESS HOSPITAL REGIONAL MOQUEGUA- MOQUEGUA DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, DEPARTAMENTO DE

Ruc/código :	20606042044	Fecha de envío :	19/04/2023
Nombre o Razón social :	HEALTHCARE TECHNOLOGY MANAGEMENT SOLUCIONES S.A.C.	Hora de envío :	19:35:04

**Observación: Nro. 17**

**Consulta/Observación:**

Observamos que en personal clave solicitan un técnico, solicitamos ampliar dicho requisito pues el bachiller en ingeniería electrónica, tiene la experiencia y la técnica. Por tanto solicitamos ampliar dicho requerimiento a 01 técnico o bachiller en ingeniería electrónica encargado.

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** 3.2    **Literal:** c    **Página:** 31

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

No se acoge la observación, conforme a la capacidad técnica descrita C.1 experiencia de personal clave "es de cumplimiento estricto lo descrito en el primer y segundo párrafo" a su vez en cumplimiento del reglamento de la ley de contrataciones del estado artículo 2. principios que rigen las contrataciones, literal a) y b).

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-7-2023-GRM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION E INSTALACION DE MONITOR FETAL A TODO COSTO PARA EL IOARR, ADQUISICIÓN DE MONITOR FETAL, MÁQUINA DE ANESTESIA, EQUIPO ECÓGRAFO Y ECO CARDÍOGRAFO; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL (LA) EESS HOSPITAL REGIONAL MOQUEGUA- MOQUEGUA DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, DEPARTAMENTO DE

Ruc/código : 20603346344

Nombre o Razón social : SAINT INDUSTRY E.I.R.L.

Fecha de envío : 19/04/2023

Hora de envío : 23:57:55

**Observación: Nro. 18**

**Consulta/Observación:**

Para facilitar el ingreso de los datos de cada paciente en el monitor, es recomendable que el monitor fetal cuente con un teclado físico lo cual facilitará el registro de cada paciente. Por tanto, se recomienda al Comité Evaluador considerar la inclusión de la siguiente característica técnica:

"Con teclado físico alfanumérico integrado al monitor para ingreso de datos del paciente"

Incluir esta mejora está amparado por el Principio de Vigencia Tecnológica de la Ley de Contrataciones del Estado ya que permitirá que el establecimiento de salud cuenta con un monitor que facilitará el ingreso de información para el registro de pacientes

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico

**Numeral:** III

**Literal:** 6

**Página:** 22

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

No se acoge la consulta, en cumplimiento de las especificaciones técnicas revisadas y validadas por el profesional especialista del sector beneficiario Hospital Regional Moquegua los cuales cumplen con la finalidad publica conforme a la aplicación del proceso de contratación artículo 16 del requerimiento numeral 16.1 y 16.2 y del artículo 2. principios que rigen las contrataciones, literal a) y b). del reglamento de la LCE.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-7-2023-GRM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION E INSTALACION DE MONITOR FETAL A TODO COSTO PARA EL IOARR, ADQUISICIÓN DE MONITOR FETAL, MÁQUINA DE ANESTESIA, EQUIPO ECÓGRAFO Y ECO CARDÍOGRAFO; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL (LA) EESS HOSPITAL REGIONAL MOQUEGUA- MOQUEGUA DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, DEPARTAMENTO DE

Ruc/código : 20603346344

Fecha de envío : 19/04/2023

Nombre o Razón social : SAINT INDUSTRY E.I.R.L.

Hora de envío : 23:57:55

**Observación: Nro. 19**

**Consulta/Observación:**

Actualmente en el mercado actual, distintas marcas de monitores fetales ofrecen la opción de poder ampliar la capacidad de monitoreo de otros parámetros tales como saturación de oxígeno, presión no invasiva, etc.

Esta característica es muy importante ya que el monitor, dependiendo de la necesidad de la entidad, podrá repotenciarse para poder ampliar su capacidad de monitoreo.

Por tanto, se recomienda a la Entidad considerar la inclusión de la siguiente especificación técnica:

"Con capacidad de adicionar módulos para la medición de otros parámetros"

Incluir esta mejora está amparado por el Principio de Vigencia Tecnológica de la Ley de Contrataciones del Estado ya que permitirá que el establecimiento de salud cuenta con un equipo biomédico que reúna las condiciones de calidad y modernidad acordes a un equipo de monitoreo materno fetal.

**Acápito de las bases : Sección: Específico Numeral: III**

**Literal: 6**

**Página: 22**

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

No se acoge la consulta, en cumplimiento de las especificaciones técnicas revisadas y validadas por el profesional especialista del sector beneficiario Hospital Regional Moquegua los cuales cumplen con la finalidad pública conforme a la aplicación del proceso de contratación artículo 16 del requerimiento numeral 16.1 y 16.2 y del artículo 2. principios que rigen las contrataciones, literal a) y b). del reglamento de la LCE.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null