

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS - DIRECCION REGIONAL DE SALUD MADRE DE DIOS

Nomenclatura : AS-SM-6-2024-GOREMAD-DRS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE MICROCUBETAS DESCARTABLES PARA HEMOGLOBINOMETRO HEMOCONTROL PARA REALIZAR EL DOSAJE DE HEMOGLOBINA Y DESCARTA DE ANEMIA

Ruc/código :	20501887286	Fecha de envío :	28/06/2024
Nombre o Razón social :	DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C.	Hora de envío :	15:05:12

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

Apreciamos que en el numeral 5.1.1 características técnicas del bien Microcubeta Descartable Para Hemoglobinómetro Portátil Hemo Control se solicitan características adicionales. En la primera línea se incluye: ¿Permitir la determinación fotométrica de la hemoglobina¿ al respecto y tomando en consideración que la nomenclatura del proceso es: MICROCUBETA DESCARTABLE PARA HEMOGLOBINÓMETRO PORTÁTIL HEMOCONTROL entendemos que las microcubetas a ser adquiridas deben ser compatibles con Hemoglobinómetro Portátil Hemocontrol, en ese sentido respetuosamente solicitamos al comité sirvan indicarnos si nuestra apreciación es correcta.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 **Página: 20**
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección aclara que la afirmación realizada es correcta, las microcubetas deben ser compatibles con el Hemoglobinómetro Portátil Hemocontrol

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS - DIRECCION REGIONAL DE SALUD MADRE DE DIOS
Nomenclatura : AS-SM-6-2024-GOREMAD-DRS-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : ADQUISICION DE MICROCUBETAS DESCARTABLES PARA HEMOGLOBINOMETRO HEMOCONTROL PARA REALIZAR EL DOSAJE DE HEMOGLOBINA Y DESCARTA DE ANEMIA

Ruc/código :	20501887286	Fecha de envío :	28/06/2024
Nombre o Razón social :	DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C.	Hora de envío :	15:05:12

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

Solicitamos al comité de selección ACLARE la cantidad requerida para la presente contratación, considerando que en la plataforma del SEACE se indica que la cantidad es: 20,000

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** I **Literal:** 1.2 **Página:** 14

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección aclara que la cantidad solicitada es de 20,000 unidades, las cuales deben puede venir en presentación de caja x 50 unidades

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS - DIRECCION REGIONAL DE SALUD MADRE DE DIOS
Nomenclatura : AS-SM-6-2024-GOREMAD-DRS-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : ADQUISICION DE MICROCUBETAS DESCARTABLES PARA HEMOGLOBINOMETRO HEMOCONTROL PARA REALIZAR EL DOSAJE DE HEMOGLOBINA Y DESCARTA DE ANEMIA

Ruc/código :	20501887286	Fecha de envío :	28/06/2024
Nombre o Razón social :	DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C.	Hora de envío :	15:05:12

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

Solicitamos al comité de selección sirva incorporar dentro de los documentos para la admisión de la oferta el CERTIFICADO DE BUENAS PRACTICAS DE DISTRIBUCIÓN Y TRANSPORTE, considerando lo señalado en el numeral 5.1.9 de la página 21 de las bases administrativas.

Acápites de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** III **Literal:** 3.1 **Página:** 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección acoge lo solicitado, tomando en cuenta que dicho producto debe conservarse en el rango de temperatura de 15 a 30 grados, y conociendo la temperatura ambiente de la región MADRE DE DIOS, donde oscila por encima de los 30 grados, se exigirá copia simple del Certificados de Buenas Prácticas de Distribución y Transporte

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS - DIRECCION REGIONAL DE SALUD MADRE DE DIOS
Nomenclatura : AS-SM-6-2024-GOREMAD-DRS-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : ADQUISICION DE MICROCUBETAS DESCARTABLES PARA HEMOGLOBINOMETRO HEMOCONTROL PARA REALIZAR EL DOSAJE DE HEMOGLOBINA Y DESCARTA DE ANEMIA

Ruc/código :	20501887286	Fecha de envío :	28/06/2024
Nombre o Razón social :	DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C.	Hora de envío :	15:05:12

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

Dentro de las características del bien objeto de la convocatoria, se ha indicado ¿CERTIFICADO DE CALIDAD¿; ENTENDEMOS que esta hace referencia al ISO 13485 para los dispositivos médicos, como documento equivalente al CERTIFICADO DE BUENAS PRACTICAS DE MANUFACTURA. Adicionalmente, esta sea incorporada dentro de los documentos para la admisión de la oferta.

En ese sentido, SOLICITAMOS al comité de selección sirva indicar si nuestro entender es correcto.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** III **Literal:** 3.1 **Página:** 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección aclara que, el certificado de calidad es equivalente al Certificado de Buenas Practicas de Manufactura, y que no se esta solicitando un documento adicional

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS - DIRECCION REGIONAL DE SALUD MADRE DE DIOS
Nomenclatura : AS-SM-6-2024-GOREMAD-DRS-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : ADQUISICION DE MICROCUBETAS DESCARTABLES PARA HEMOGLOBINOMETRO HEMOCONTROL PARA REALIZAR EL DOSAJE DE HEMOGLOBINA Y DESCARTA DE ANEMIA

Ruc/código :	20607779695	Fecha de envío :	28/06/2024
Nombre o Razón social :	CHAPOMEDIC S.A.C.	Hora de envío :	17:53:39

Observación: Nro. 5

Consulta/Observación:

SOLICITAMOS AL COMITE DE SELECCIÓN PUEDA ACEPTAR LA PRESENTACIÓN DE EMPAQUE INDIVIDUAL EN CAJA O FRASCO X 25 O 50 UNIDADES DE MICROCUBETAS, ENTREGANDO LA CANTIDAD TOTAL EQUIVALENTE EN ESTA PRESENTACIÓN OFERTADA, SOLICITAMOS ELLO A FIN DE PERMITIR UNA MAYOR PLURALIDAD DE MARCAS Y POSTORES, YA QUE LA FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN DEL BIEN REQUERIDO NO SE VE AFECTADA POR LA FORMA DE PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: - **Página: 20**

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Ley N°30225 y Reglamento (N° 056-2017-EF)-Libertad de concurrencia, igualdad de trato y competencia

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección acoge lo solicitado, se permitirá que el producto pueda ser atendido en presentación de frasco x 25 unidades, o caja x 50 unidades

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS - DIRECCION REGIONAL DE SALUD MADRE DE DIOS
Nomenclatura : AS-SM-6-2024-GOREMAD-DRS-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : ADQUISICION DE MICROCUBETAS DESCARTABLES PARA HEMOGLOBINOMETRO HEMOCONTROL PARA REALIZAR EL DOSAJE DE HEMOGLOBINA Y DESCARTA DE ANEMIA

Ruc/código :	20607779695	Fecha de envío :	28/06/2024
Nombre o Razón social :	CHAPOMEDIC S.A.C.	Hora de envío :	17:55:52

Observación: Nro. 6

Consulta/Observación:

"SOLICITAMOS AL COMITE DE SELECCIÓN PUEDA SUPRIMIR DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LAS MICROCUBETAS DESCARTABLES, LA SIGUIENTE CARACTERÍSTICA:

-Diseñadas para trabajar con equipo portátil de hemoglobinómetro HEMOCONTROL

YA QUE, SE ESTARÍA GENERANDO UN PRESUNTO DIRECCIONAMIENTO A UNA MARCA EN ESPECÍFICO, Y NO SE ESTARÍA PERMITIENDO LA PLURALIDAD DE MARCAS INDICADO EN LA LEY DE CONTRATACIONES CON EL ESTADO, ASÍ MISMO SOLICITAMOS PUEDAN INDICAR QUE CANTIDAD DE EQUIPOS SE NECESITARÍA ENTREGAR A FIN DE PODER ENTREGAR HEMOGLOBINÓMETROS PARA SU USO CON LAS MICROCUBETAS EN LA MARCA A OFERTAR SIN GENERAR UN COSTO ADICIONAL PARA LA ENTIDAD, ADICIONAL A ELLO SE BRINDARÍA UNA CAPACITACIÓN SOBRE EL USO Y MANTENIMIENTO DEL EQUIPO AL PERSONAL A CARGO DE USAR LOS EQUIPOS, A FIN DE QUE SE PUEDA CONSIDERAR LA OFERTA DE NUEVAS MARCAS EXISTENTES EN EL MERCADO DEL PRODUCTO SOLICITADO, Y NO SE ACEPTE ÚNICAMENTE UNA MARCA EN ESPECÍFICO."

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: - **Página: 19**

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Ley N°30225 y Reglamento (N° 056-2017-EF)-Libertad de concurrencia, igualdad de trato y competencia

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección no acoge lo solicitado, las microcubetas objeto de la presente contratación corresponden al modelo HEMOCONTROL, este producto posee un nombre estandarizado (MICROCUBETA DESCARTABLE PARA HEMOGLOBINOMETRO HEMOCONTROL) en el Sistema Integrado de Gestión Administrativa ¿ SIGA, el cual fue definido por el Ministerio de Economía y Finanzas ¿ MEF. El requerimiento obedece a la necesidad de abastecer de insumos los EQUIPOS PRE EXISTENTES con los que cuenta la Institución (Hemoglobinometro Portátil de marca EKF, modelo HEMOCONTROL).

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS - DIRECCION REGIONAL DE SALUD MADRE DE DIOS
Nomenclatura : AS-SM-6-2024-GOREMAD-DRS-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : ADQUISICION DE MICROCUBETAS DESCARTABLES PARA HEMOGLOBINOMETRO HEMOCONTROL PARA REALIZAR EL DOSAJE DE HEMOGLOBINA Y DESCARTA DE ANEMIA

Ruc/código :	20607779695	Fecha de envío :	28/06/2024
Nombre o Razón social :	CHAPOMEDIC S.A.C.	Hora de envío :	17:57:22

Observación: Nro. 7

Consulta/Observación:

SOLICITAMOS AL COMITE DE SELECCIÓN PUEDA AMPLIAR EL RANGO DEL TAMAÑO DE LA MUESTRA SIENDO ESTE DE 7 UL A 10 UL, YA QUE PARA ALGUNOS EQUIPOS NO ES NECESARIA UNA GRAN CANTIDAD DE MUESTRAS PARA PODER ANALIZAR Y OBTENER LOS RESULTADOS, ELLO VA A DEPENDER DE LAS CARACTERISTICAS QUE TENGA EL EQUIPO (HEMOGLOBINÓMETRO) EL CUAL VARÍA SEGÚN LA FORMA DE PRESENTACIÓN DE CADA FABRICANTE, SOLICITAMOS ELLO A FIN DE PERMITIR UNA MAYOR PLURALIDAD DE MARCAS Y POSTORES.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: - **Página: 20**

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Ley N°30225 y Reglamento (N° 056-2017-EF)-Libertad de concurrencia, igualdad de trato y competencia

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección no acoge lo solicitado, una variación mínima de microlitros de sangre es irrelevante para el dosaje de hemoglobina y descarta de anemia

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null