

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA ALTOANDINA DE TARMA

Nomenclatura : AS-SM-44-2023-UNAAT-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : Contratación de bienes para la adquisición de EQUIPO ANALIZADOR DE CEREALES, para los laboratorios de la Escuela Profesional de Ingeniería Agroindustrial - UNAAT

Ruc/código : 20605876774

Nombre o Razón social : A.S. ALLENDE S.A.C.

Fecha de envío : 06/11/2023

Hora de envío : 16:36:03

Observación: Nro. 1

Consulta/Observación:

1.9 Plazo de Entrega

Los bienes materia de la presente convocatoria se entregarán en el plazo de 60 (sesenta) días calendario, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratación.

SE OBSERVA

Se solicita al honorable Comité, que para permitir la mayor participación de postores potenciales, podría considerar ampliar el plazo de entrega a 90 DÍAS CALENDARIOS, ya que los productos solicitados requieren procesos de importación, desaduanaje y otros controles previos; es así que el plazo de entrega que se visualiza en las bases es corto, a menos que algún proveedor ya lo tenga en stock; por tanto, a fin de permitir la mayor pluralidad de postores, se solicita ampliar el plazo de entrega a 90 días calendarios

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: I Literal: 1.9 Página: 17

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

ART. 2 LCE

Análisis respecto de la consulta u observación:

no se acoge, Se aclara que según el estudio de mercado existen potenciales postores que pueden presentar dentro del plazo establecido.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA ALTOANDINA DE TARMA

Nomenclatura : AS-SM-44-2023-UNAAT-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : Contratación de bienes para la adquisición de EQUIPO ANALIZADOR DE CEREALES, para los laboratorios de la Escuela Profesional de Ingeniería Agroindustrial - UNAAT

Ruc/código :	20605876774	Fecha de envío :	06/11/2023
Nombre o Razón social :	A.S. ALLENDE S.A.C.	Hora de envío :	16:36:03

Observación: Nro. 2
Consulta/Observación:
B. EXPERIENCIA DEL POSTOR

Se consideran bienes similares: Venta de Analizador de alimentos y granos

OBSERVACIÓN:

De acuerdo al Objeto de Convocatoria se solicita al Comité, considerar como bienes similares EQUIPOS DE INDUSTRIAS ALIMENTARIAS, ya que su uso está enfocado en análisis de alimentos.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.2 **Literal:** B **Página:** 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

ART. 2 LCE

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge, por lo que con motivo de la integración d bases quedara de la siguiente manera: Se consideran bienes similares: Venta de Analizador de alimentos y granos y/o equipos de industrias alimentarias.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se acoge, por lo que con motivo de la integración d bases quedara de la siguiente manera: Se consideran bienes similares: Venta de Analizador de alimentos y granos y/o equipos de industrias alimentarias.

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA ALTOANDINA DE TARMA

Nomenclatura : AS-SM-44-2023-UNAAT-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : Contratación de bienes para la adquisición de EQUIPO ANALIZADOR DE CEREALES, para los laboratorios de la Escuela Profesional de Ingeniería Agroindustrial - UNAAT

Ruc/código :	20605876774	Fecha de envío :	06/11/2023
Nombre o Razón social :	A.S. ALLENDE S.A.C.	Hora de envío :	16:36:03

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

4. DESCRIPCIÓN DEL BIEN

- ANALIZADOR DE ALIMENTOS

CONSULTA

Se solicita al honorable Comité muy amablemente, que considere, que los analizadores de alimentos y granos respectivamente tengan otras características a las solicitadas, pero que sea prioridad la funcionalidad, ya que corresponde a las distintas marcas de esas características tan específicas de la marca ZEUTEC. Así mismo se asegura la participación de más postores y la leal competencia.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 4 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que según a las aplicaciones que se desarrollen, son necesarias el cumplimiento de las especificaciones solicitadas por el area usuaria en base a la operatividad que ellos destinen.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA ALTOANDINA DE TARMA

Nomenclatura : AS-SM-44-2023-UNAAT-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : Contratación de bienes para la adquisición de EQUIPO ANALIZADOR DE CEREALES, para los laboratorios de la Escuela Profesional de Ingeniería Agroindustrial - UNAAT

Ruc/código :	20602216609	Fecha de envío :	06/11/2023
Nombre o Razón social :	TECNOLOGIA Y EQUIPAMIENTO KANG S.A.C.	Hora de envío :	16:40:31

Observación: Nro. 4

Consulta/Observación:

PLAZO DE ENTREGA

plazo de 60 días calendarios

OBSERVACIÓN

Se solicita al honorable Comité, que debido a que los equipos requieren importación, y para permitir la mayor participación de postores potenciales, tome a bien ampliar el plazo de entrega a 75 DÍAS; para poder así cumplir con el tiempo requerido de manera correcta.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** I **Literal:** 1.9 **Página:** 17

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

LCE art. 2 inciso a, b, c

Análisis respecto de la consulta u observación:

no se acoge, Se aclara que según el estudio de mercado existen potenciales postores que pueden presentar dentro del plazo establecido

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA ALTOANDINA DE TARMA

Nomenclatura : AS-SM-44-2023-UNAAT-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : Contratación de bienes para la adquisición de EQUIPO ANALIZADOR DE CEREALES, para los laboratorios de la Escuela Profesional de Ingeniería Agroindustrial - UNAAT

Ruc/código :	20602216609	Fecha de envío :	06/11/2023
Nombre o Razón social :	TECNOLOGIA Y EQUIPAMIENTO KANG S.A.C.	Hora de envío :	16:40:31

Observación: Nro. 5

Consulta/Observación:

B. EXPERIENCIA DEL POSTOR

OBSERVACIÓN

Se solicita al honorable Comité, tenga a bien considerar como bienes similares EQUIPOS DE LABORATORIO EN GENERAL, ya que los analizadores son parte de estos equipos.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.2 **Literal:** B **Página:** 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

LCE ART. 2 INCISO A, B, C

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge dado que el area usuaria considera que sea una empresa que ya haya tenido experiencia en venta de analizador de alimentos y granos, asi mismo se aclara que se esta ampliando experiencia en equipos de industrias alimentarias.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA ALTOANDINA DE TARMA

Nomenclatura : AS-SM-44-2023-UNAAT-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : Contratación de bienes para la adquisición de EQUIPO ANALIZADOR DE CEREALES, para los laboratorios de la Escuela Profesional de Ingeniería Agroindustrial - UNAAT

Ruc/código :	20602216609	Fecha de envío :	06/11/2023
Nombre o Razón social :	TECNOLOGIA Y EQUIPAMIENTO KANG S.A.C.	Hora de envío :	16:40:31

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:

3.1 Especificaciones Técnicas

-Analizador de Alimentos

CONSULTA:

Se solicita al honorable Comité, que para permitir la mayor participación de postores potenciales, tenga a bien considerar las siguientes características:

Grado de protección. IP 65
Modo de medición Reflectancia o transfectancia (para líquidos)
Rango de onda: 400 - 2500 nm
Detector: Silicio (400 - 1100 nm), Sulfuro de Plomo, PbS (1100 - 2500 nm)
Ancho de banda óptico $8,75 \pm 0,1$ nanómetro
Resolución de datos 0,5 nanómetros
Número de puntos de datos: 4200
Número de submuestras Valor predeterminado: 7 para taza pequeña; 8 para taza grande
Autotest 12 minutos (variable)
Tiempo de análisis: <1 minuto para 32 exploraciones (8 submuestras, 4 exploraciones por submuestra)
Suministro de voltaje: 100-240 V CA*, frecuencia 50-60 Hz, Clase 1, protección a tierra
Temperatura ambiente 5 - 40°C
Temperatura de almacenamiento: -20 a 70°C
Humedad ambiental: < 93 % humedad relativa
Entorno EMC: Uso de laboratorio, requisitos de la industria.
*Fluctuaciones de la tensión de alimentación de red que no superen el $\pm 10\%$ de la tensión nominal.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** III **Literal:** 3.1 **Página:** 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que según a las aplicaciones que se desarrollen, son necesarias el cumplimiento de las especificaciones solicitadas por el área usuaria en base a la operatividad que ellos destinen.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA ALTOANDINA DE TARMA

Nomenclatura : AS-SM-44-2023-UNAAT-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : Contratación de bienes para la adquisición de EQUIPO ANALIZADOR DE CEREALES, para los laboratorios de la Escuela Profesional de Ingeniería Agroindustrial - UNAAT

Ruc/código :	20100042500	Fecha de envío :	06/11/2023
Nombre o Razón social :	CIMATEC SAC	Hora de envío :	21:57:36

Observación: Nro. 7

Consulta/Observación:

Solicitan ¿SpectraAlyzer GRAIN NEO F con espectrómetro NIT de barrido¿
OBSERVAMOS que estas características son propias de la marca Zeutec. Conforme a diversos pronunciamientos del OSCE, las especificaciones técnicas deben fomentar la libre competencia y no restringir el universo de postores ni atentar contra los principios de pluralidad, libre participación y transparencia del proceso. Existen equipos NIR en el mercado que están diseñados para las mediciones con harinas, granos enteros, piensos, carnes y todo tipo de muestras de alimentos. En tal sentido solicitamos al comité de selección que en pro de recibir propuestas con mejoras tecnologías elimine estas características y considere las siguientes ¿Espectrofotómetro NIR para su aplicación en el sector alimentario y de piensos: harinas, granos, piensos, carnes, lácteos, aceites alimenticios.¿

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** 3.1 **Página:** 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge su observación, por lo que con motivo de la integración de bases se suprimirá el siguiente termino. SpectraAlyzer GRAIN NEO F con espectrómetro NIT de barrido y se remplazara por Espectrofotómetro NIR para su aplicación en el sector alimentario

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se acoge su observación, por lo que con motivo de la integración de bases se suprimirá el siguiente termino. SpectraAlyzer GRAIN NEO F con espectrómetro NIT de barrido y se remplazara por Espectrofotómetro NIR para su aplicación en el sector alimentario

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA ALTOANDINA DE TARMA

Nomenclatura : AS-SM-44-2023-UNAAT-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : Contratación de bienes para la adquisición de EQUIPO ANALIZADOR DE CEREALES, para los laboratorios de la Escuela Profesional de Ingeniería Agroindustrial - UNAAT

Ruc/código :	20100042500	Fecha de envío :	06/11/2023
Nombre o Razón social :	CIMATEC SAC	Hora de envío :	21:57:36

Observación: Nro. 8

Consulta/Observación:

Solicitan ¿con opción de cubeta de harina para análisis de grano entero y harina¿
Al respecto OBSERVAMOS que existen equipos NIR en el mercado que están diseñados para las mediciones con harinas, granos enteros, piensos, carnes y todo tipo de muestras de alimentos. En equipos modernos, la muestra se coloca en una Placa Petri estándar para hacer mediciones, por lo que no se requieren cubetas específicas para distintos tipos de muestras como la cubeta de harina que mencionan en la solicitud. En tal sentido solicitamos al comité de selección que en pro de recibir propuestas con mejoras tecnologías elimine estas características y considere las siguientes ¿Espectrofotómetro NIR para su aplicación en el sector alimentario y de piensos: harinas, granos, piensos, carnes, lácteos, aceites alimenticios. Las muestras se colocan en una Placa Petri para su medición. Debe incluir precalibraciones listas para el uso¿

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** 3.1 **Página:** 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge su observación, por lo que con motivo de la integración de bases se suprimirá el siguiente termino. SpectraAlyzer GRAIN NEO F con espectrómetro NIT de barrido y se remplazara por Espectrofotómetro NIR para su aplicación en el sector alimentario

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se acoge su observación, por lo que con motivo de la integración de bases se suprimirá el siguiente termino. SpectraAlyzer GRAIN NEO F con espectrómetro NIT de barrido y se remplazara por Espectrofotómetro NIR para su aplicación en el sector alimentario

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA ALTOANDINA DE TARMA

Nomenclatura : AS-SM-44-2023-UNAAT-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : Contratación de bienes para la adquisición de EQUIPO ANALIZADOR DE CEREALES, para los laboratorios de la Escuela Profesional de Ingeniería Agroindustrial - UNAAT

Ruc/código :	20100042500	Fecha de envío :	06/11/2023
Nombre o Razón social :	CIMATEC SAC	Hora de envío :	21:57:36

Observación: Nro. 9

Consulta/Observación:

Solicitan ¿570 - 1100 nm, espesor de capa variable 6-36 mm¿
Al respecto OBSERVAMOS que una longitud de onda más amplia permite mayor número de aplicaciones. Para la industria de alimentos tener un rango de 400 ¿ 1700 nm garantiza mediciones confiables de Humedad, proteína, grasa, cenizas,fibra, almidón, gluten, entre otros. Asimismo, el espesor de capa variable no es un parámetro determinante en un analizador de alimentos, tal como la precisión, longitud de onda, software, etc. En tal sentido solicitamos al comité de selección que en pro de recibir propuestas con mejoras tecnologías modifique esta característica y considere propuestas con ¿Rango de longitud de onda 400 ¿ 1700 nm o mayor¿

Acápíte de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** 3.1 **Página:** 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge, por lo que a la integración de bases quedara de la siguiente manera el Rango de longitud de onda 400 - 1700 nm o mayor

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se acoge, por lo que a la integración de bases quedara de la siguiente manera el Rango de longitud de onda 400 - 1700 nm o mayor

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA ALTOANDINA DE TARMA

Nomenclatura : AS-SM-44-2023-UNAAT-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : Contratación de bienes para la adquisición de EQUIPO ANALIZADOR DE CEREALES, para los laboratorios de la Escuela Profesional de Ingeniería Agroindustrial - UNAAT

Ruc/código :	20100042500	Fecha de envío :	06/11/2023
Nombre o Razón social :	CIMATEC SAC	Hora de envío :	21:57:36

Observación: Nro. 10

Consulta/Observación:

Solicitan ¿pantalla a color TFT DE 12,1", interfaz de usuario como panel de vidrio, GUI multilingüe con iconos, RS232, usb, Ethernet¿

Al respecto OBSERVAMOS que los analizadores de alimentos modernos presentan pantalla táctil a color de 10.4¿, con computadora integrada de Windows 10, interfaz intuitivo, multilingüe, USB, adaptable a Ethernet y WiFi, pantalla de ángulo de visualización ajustable para ser siempre legible, independientemente de las condiciones de iluminación, la altura del banco o el operador. Esto implica una mejora tecnológica a la solicitud y un beneficio para el usuario. Por lo tanto, solicitamos al comité de selección que en pro de recibir propuestas con mejoras tecnologías modifique esta característica y considere propuestas con ¿pantalla táctil a color de 10.4¿, con computadora integrada de Windows 10, interfaz intuitivo, multilingüe, USB, adaptable a Ethernet y WiFi, pantalla de ángulo de visualización ajustable para ser siempre legible, independientemente de las condiciones de iluminación, la altura del banco o el operador¿

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 3.1 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge, por lo que a la integración de bases quedara de la siguiente manera el pantalla a color TFT DE 12,1" ó pantalla táctil a color de 10.4"

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se acoge, por lo que a la integración de bases quedara de la siguiente manera el pantalla a color TFT DE 12,1" ó pantalla táctil a color de 10.4"

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA ALTOANDINA DE TARMA

Nomenclatura : AS-SM-44-2023-UNAAT-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : Contratación de bienes para la adquisición de EQUIPO ANALIZADOR DE CEREALES, para los laboratorios de la Escuela Profesional de Ingeniería Agroindustrial - UNAAT

Ruc/código :	20100042500	Fecha de envío :	06/11/2023
Nombre o Razón social :	CIMATEC SAC	Hora de envío :	21:57:36

Observación: Nro. 11

Consulta/Observación:

Solicitan ¿ 100-240 V, 50/60 Hz (amplio rango de potencia alimentación 150 W) (ADAPTADOR DE COCHE OPCIONAL 12v, 10 a)¿

La potencia de alimentación depende de la tecnología de fabricante y no afecta la funcionalidad principal del equipo. Asimismo, conforme diversos pronunciamientos del OSCE las especificaciones técnicas deben estar referidas a la tecnología del equipo solicitado, dado que el adaptador de coche no tiene ninguna ventaja con respecto al funcionalidad del bien y solo limitan la libre competencia mediante la restricción del universo de postores. Por lo expuesto solicitamos al comité de selección que sirva modificar la especificación en mención y quede como sigue ¿ 100-240 V, 50/60 Hz (potencia alimentación 60 W)¿

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** 3.1 **Página:** 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge, por lo que a la integración de bases quedara de la siguiente manera el potencia alimentación 150 W ó de acuerdo al fabricante.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se acoge, por lo que a la integración de bases quedara de la siguiente manera el potencia alimentación 150 W ó de acuerdo al fabricante.

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA ALTOANDINA DE TARMA

Nomenclatura : AS-SM-44-2023-UNAAT-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : Contratación de bienes para la adquisición de EQUIPO ANALIZADOR DE CEREALES, para los laboratorios de la Escuela Profesional de Ingeniería Agroindustrial - UNAAT

Ruc/código :	20100042500	Fecha de envío :	06/11/2023
Nombre o Razón social :	CIMATEC SAC	Hora de envío :	21:57:36

Observación: Nro. 12

Consulta/Observación:

Solicitan ¿Scope of Delivery: 1 pcs. 210-B100-2 Spectra Alyzer GRAIN NEO F, 1 PCS. 210-A101-1 Flour cuvette ASSY GRAIN NEO, 1 PCS. 10306 Brush, large 30, 1 pcs.290-B0110-2 Operation manual SpectraAlyzer ENG, 1 PCS. 296-09000-1 Brush Spectra Alyzer Grain, 1 pcs. 210-v9003-1 Packing SpectraAlzer Grain NEO, Módulo de Peso en Hectolitros GRAIN NEO¿

OBSERVAMOS que estas características son propias de la marca Zeutec. Conforme a diversos pronunciamientos del OSCE, las especificaciones técnicas deben fomentar la libre competencia y no restringir el universo de postores ni atentar contra los principios de pluralidad, libre participación y transparencia del proceso. En tal sentido solicitamos al comité de selección que en pro de recibir propuestas con mejoras tecnológicas elimine estas características o en su defecto las considere opcionales.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 3.1 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que se mantendrá las especificaciones técnicas solicitadas, así mismo se aceptara especificaciones de acuerdo al fabricante

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se aclara que se mantendrá las especificaciones técnicas solicitadas, así mismo se aceptara especificaciones de acuerdo al fabricante

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA ALTOANDINA DE TARMA

Nomenclatura : AS-SM-44-2023-UNAAT-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : Contratación de bienes para la adquisición de EQUIPO ANALIZADOR DE CEREALES, para los laboratorios de la Escuela Profesional de Ingeniería Agroindustrial - UNAAT

Ruc/código : 20100042500

Nombre o Razón social : CIMATEC SAC

Fecha de envío : 06/11/2023

Hora de envío : 21:57:36

Observación: Nro. 13

Consulta/Observación:

Solicitan ¿IP 50¿

Los equipos para análisis de alimentos deben garantizar su robustez, existen equipos modernos completamente resistentes al polvo e impermeables, lo cual implica una mejora tecnológica a la solicitud. Por lo tanto, solicitamos al comité de selección que en pro de recibir propuestas con mejoras tecnologías modifique esta característica y considere propuestas con ¿IP 69 o mayor¿

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** 3.1 **Página:** 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge, por lo que a la integración de bases quedara de la siguiente manera el IP 50 o mayor

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se acoge, por lo que a la integración de bases quedara de la siguiente manera el IP 50 o mayor

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA ALTOANDINA DE TARMA

Nomenclatura : AS-SM-44-2023-UNAAT-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : Contratación de bienes para la adquisición de EQUIPO ANALIZADOR DE CEREALES, para los laboratorios de la Escuela Profesional de Ingeniería Agroindustrial - UNAAT

Ruc/código :	20100042500	Fecha de envío :	06/11/2023
Nombre o Razón social :	CIMATEC SAC	Hora de envío :	21:57:36

Observación: Nro. 14

Consulta/Observación:

No mencionan el material del equipo.
OBSERVAMOS que la robustez del equipo debe garantizarse por el material de su carcasa externa. Recomendamos al área usuaria especificar la calidad del material del instrumento para recibir equipos resistentes y de alta gama. Solicitamos al comité modificar las bases y agregar la siguiente característica a fin de recibir mejoras tecnológicas: ¿Fabricado con acero inoxidable de grado alimenticio, con resistencia mecánica y química. Impermeable y resistente al polvo¿

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 3.1 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que este comité respetara las especificaciones técnicas mínimas requeridas, así mismo en cuanto a la robustez del equipo, dependerá de cada fabricante.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA ALTOANDINA DE TARMA

Nomenclatura : AS-SM-44-2023-UNAAT-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : Contratación de bienes para la adquisición de EQUIPO ANALIZADOR DE CEREALES, para los laboratorios de la Escuela Profesional de Ingeniería Agroindustrial - UNAAT

Ruc/código :	20100042500	Fecha de envío :	06/11/2023
Nombre o Razón social :	CIMATEC SAC	Hora de envío :	21:57:36

Observación: Nro. 15

Consulta/Observación:

Solicitan ¿Unidad modular para medir el peso en hectolitros de diversos productos a base de cereales. El módulo se puede adaptar y montar fácilmente. Cantidad de muestra necesaria/cantidad de llenado (trigo) aprox. 250g (1/4 litros). La celda de carga integrada mide con precisión el peso de la muestra y luego alimenta automáticamente la muestra al SpectraAlyzer GRAIN NEO¿

OBSERVAMOS que existen equipos modernos en los que las muestras se colocan en una placa Petri, cubriendo en su totalidad la superficie de la placa no es obligatorio una cantidad mínima de muestra, un pesaje o alimentaciones automáticas. Esto implica un ahorro de tiempo para el usuario. De este modo, no es necesario acoplar módulos adicionales para pesaje o alimentación al equipo, lo cual es una mejora tecnológica a la solicitud. En ese sentido, solicitamos al comité de selección que en pro de recibir propuestas con mejoras tecnológicas elimine estas características y considere las siguientes: ¿Medición rápida y sencilla en placa Petri para todo tipo de muestras: harinas, granos, piensos, carnes, lácteos, aceites alimenticios. No se requieren más preparativos¿

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 3.1 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge su observación, por lo que con motivo de la integración de bases quedara en el siguiente termino: modulo de peso en hectolitros de diversos productos a base de cereales. El módulo se puede adaptar y montar fácilmente. Cantidad de muestra necesaria/cantidad de llenado (trigo) aprox. 250g (1/4 litros). La celda de carga integrada mide con precisión el peso de la muestra y luego alimenta automáticamente la muestra al SpectraAlyzer GRAIN NEO ó de acuerdo al fabricante.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se acoge su observación, por lo que con motivo de la integración de bases quedara en el siguiente termino: modulo de peso en hectolitros de diversos productos a base de cereales. El módulo se puede adaptar y montar fácilmente. Cantidad de muestra necesaria/cantidad de llenado (trigo) aprox. 250g (1/4 litros). La celda de carga integrada mide con precisión el peso de la muestra y luego alimenta automáticamente la muestra al SpectraAlyzer GRAIN NEO ó de acuerdo al fabricante.

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA ALTOANDINA DE TARMA

Nomenclatura : AS-SM-44-2023-UNAAT-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : Contratación de bienes para la adquisición de EQUIPO ANALIZADOR DE CEREALES, para los laboratorios de la Escuela Profesional de Ingeniería Agroindustrial - UNAAT

Ruc/código :	20100042500	Fecha de envío :	06/11/2023
Nombre o Razón social :	CIMATEC SAC	Hora de envío :	22:12:09

Consulta: Nro. 16

Consulta/Observación:

10. En la experiencia de postor solicitan ¿Se consideran bienes similares a los siguientes: analizador de alimentos y granos¿
Dado que los espectrofotómetros NIR son equipos analizadores de alimentos y granos, asumimos que serán aceptados como bienes similares a lo solicitado. Es decir, CONSULTAMOS al comité de selección que en pro de recibir equipos con mejoras tecnológicas acepte propuestas con ¿Se consideran bienes similares a los siguientes: analizador de alimentos y granos, espectrofotómetros NIR¿

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: 3.2 Página: 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge, por lo que con motivo de la integración d bases quedara de la siguiente manera: Se consideran bienes similares: Venta de Analizador de alimentos y granos y/o equipos de industrias alimentarias y/o espectrofotómetros NIR.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se acoge, por lo que con motivo de la integración d bases quedara de la siguiente manera: Se consideran bienes similares: Venta de Analizador de alimentos y granos y/o equipos de industrias alimentarias y/o espectrofotómetros NIR.

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA ALTOANDINA DE TARMA

Nomenclatura : AS-SM-44-2023-UNAAT-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : Contratación de bienes para la adquisición de EQUIPO ANALIZADOR DE CEREALES, para los laboratorios de la Escuela Profesional de Ingeniería Agroindustrial - UNAAT

Ruc/código :	20602864244	Fecha de envío :	06/11/2023
Nombre o Razón social :	M & E INGENIEROS SERVICIOS GENERALES S.A.C	Hora de envío :	23:32:38

Consulta: Nro. 17

Consulta/Observación:

Se dice:
Experiencia del postor en la especialidad
Se consideran bienes similares a los siguientes: analizador de alimentos y granos.

Se solicita amablemente al Comité, evaluar aceptar
Considerar bienes similares a los
siguientes: espectrofotómetro, equipos de longitud de onda única y doble, equipos con tecnología Uv-UV-vis, balanzas, Congeladores, a fin de permitir
una mayor participación de postores que
cuenten con experiencia en el mercado,
solicitamos al Comité de Selección ampliar el
presente requerimiento, aceptar y modificar el
objeto de Contrato de la experiencia de postor
por equipos de laboratorio LABORATORIO
EN GENERAL

Acápíte de las bases : Sección: General Numeral: 3.2 Literal: B Página: 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge dado que el area usuaria considera que sea una empresa que ya haya tenido experiencia en venta de analizador de alimentos y granos, asi mismo se aclara que se esta ampliando experiencia en y/o equipos de industrias alimentarias y/o espectrofotómetros NIR.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null