

ADmisIÓN DE LA OFERTA													
Documentación de presentación obligatoria													
Nº de ítem	Descripción del ítem	Cant.	RUC	Nombre o Razón Social	a) Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones técnicas contenidas en el artículo 31 del Capítulo III de la Ley N° 27104, en concordancia con el artículo 52 del presente Reglamento. (Anexo Nº 1)	b) Documento que acredite la representación de la persona que suscribe la oferta (Anexo Nº 2)	c) Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del presente Reglamento. (Anexo Nº 2)	d) Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones técnicas contenidas en el artículo 31 del Capítulo III de la Ley N° 27104, en concordancia con el artículo 52 del presente Reglamento. (Anexo Nº 3)	e) DOCUMENTACION Conforme a lo señalado en el numeral 4 de las EETT 1.- Certificado de Buenas Prácticas de Manufactura. 2.- Certificado de Buenas Prácticas de Manufactura. 3.- Registro Sanitario de Registro Sanitario Vigente No. R. S. Licitud de número de orden consulta técnica por el proveedor 4.- Certificado de Análisis del Dispositivo Médico (protocolo de análisis). 5. Metodología analítica. 6.- Manual de instrucciones de uso o inserto.	f) Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones técnicas contenidas en el artículo 31 del Capítulo III de la Ley N° 27104, en concordancia con el artículo 52 del presente Reglamento. (Anexo Nº 4)	g) Promesa de consorcio con firmas legalizadas (Anexo Nº 5)	h) El precio de la oferta en SOLES (Anexo Nº 6)	Resultado (Admitida / No admitida)
1	BOLSA COLECTORA PARA ORINA ADULTO	468045	205062248036	ALKHOFAR SAC	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	ADMITIDA
			20255361695	LABORATORIOS AMERICANOS SA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	ADMITIDA
			20609085411	OA BUSINESS GROUP SAC	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	NO ADMITIDA
			20419385442	UTILITARIOS MEDICOS SAC	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	ADMITIDA
			20607778125	CASALINA & CIA EIRL	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	ADMITIDA
			20338022850	DROCSA SAC	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	NO ADMITIDA
2	BOTA DESCARTABLE ESTANDAR (PAR)	468797	20605701435	LINAMES SAC	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	ADMITIDA
			20609085411	OA BUSINESS GROUP SAC	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	NO ADMITIDA
			20505250401	S.M. TEXTILES SAC	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	NO ADMITIDA
			20392987674	VITALCOM EIRL	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	ADMITIDA
			20607778125	CASALINA & CIA EIRL	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	NO ADMITIDA
				CONSORCIO KB CLEAN - UV PHARMA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO ADMITIDA
			20502143973	CORPORACION VALTAKS	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	NO ADMITIDA
			20499358114	CREATIVA TEXTIL INDUSTRIAL IMPORT & EXPORT SAC	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	NO ADMITIDA
			20338022850	DROCSA SAC	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	NO ADMITIDA
			20606823976	EROSMEDIC SAC	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	NO ADMITIDA
3	CHAQUETA DESCARTABLE TALLA L	2,252,085	20516663481	LABORATORIOS BARTON SAC	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	ADMITIDA
			20605701435	LINAMES SAC	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	ADMITIDA
			20505250401	S.M. TEXTILES SAC	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	NO ADMITIDA
			20503662869	TAGUMEDICA SA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	NO ADMITIDA
			20392987674	VITALCOM EIRL	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	ADMITIDA
			20607778125	CASALINA & CIA EIRL	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	NO ADMITIDA
			20502143973	CONSORCIO KB CLEAN - UV PHARMA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO ADMITIDA
			20499358114	CORPORACION VALTAKS	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	NO ADMITIDA
			20606823976	CREATIVA TEXTIL INDUSTRIAL IMPORT & EXPORT SAC	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	NO ADMITIDA
			20516663481	DROCSA SAC	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	NO ADMITIDA
			20516663481	EROSMEDIC SAC	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	NO ADMITIDA
4	CHAQUETA DESCARTABLE TALLA M	1,127,211	20516663481	LABORATORIOS BARTON SAC	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	ADMITIDA
			20605701435	LINAMES SAC	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	ADMITIDA
			20505250401	S.M. TEXTILES SAC	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	NO ADMITIDA



CONTRATACION DEL SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS MEDICOS PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE ESSALUD POR UN PERIODO DE DOCE (12) MESES

N° de ítem	Descripción del ítem	Cant.	RUC	Nombre o Razón Social	ADMISIÓN DE LA OFERTA										Resultado (Admitida / No admitida)
					Documentación de presentación obligatoria										
					a) Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas en el Capítulo III de la presente sección, (Anexo N° 1)	b) Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta (Anexo N° 2)	c) Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento, (Anexo N° 2)	d) Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas en el Capítulo III de la presente sección, (Anexo N° 3)	e) DOCUMENTACION Conforme a lo señalado en el numeral 4 de las EETT 1. Certificado de Buenas Prácticas de Manufactura. 2.- Certificado de Buenas Prácticas de Manufactura de Almacén. 3.- Registro Sanitario o Certificado de Registro Sanitario Vigente/ No R.S. Listado vigente resalado número de orden consulta técnica por el proveedor (Anexo N° 4) 4. Certificado de Análisis del Dispositivo Médico (protocolo de análisis) 5. Metodología analítica. 6.- Manual de instrucciones de uso o Inserto.	f) Declaración jurada de entrega, (Anexo N° 4)	g) Promesa de consorcio con firmas legalizadas (Anexo N° 5)	h) El precio de la oferta en SOLES (Anexo N° 6)			
5	CUBRE CALZADO DESCARTABLE (PAR)	3914317	20506248036	ALKHOFAR SAC	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	ADMITIDA		
			20338022850	DROCSA SAC	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	NO ADMITIDA	
			20605701435	LINAMES SAC	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	ADMITIDA	
			20523073410	MILYSZ IMPORT PRODUCT EIRL	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	NO ADMITIDA	
			20609085411	OA BUSINESS GROUP SAC	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	ADMITIDA	
			20519322260	SERLYMEDIC SAC	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	NO ADMITIDA	
6	EQUIPO MICROGOTERO CON CAMARA GRADUADA	1441825	20503662869	TAGUMEDICA SA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	NO ADMITIDA		
			20517758991	ALFY MEDICA SAC	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	NO ADMITIDA
			20506248036	ALKHOFAR SAC	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	ADMITIDA	
			20601582954	ATC SELECTA SAC	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	NO ADMITIDA
			20255361695	CONSORCIO PMI-SERLYMEDIC	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO ADMITIDA
			20420035901	LABORATORIOS AMERICANOS SA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	ADMITIDA	
7	GORRO PARA ENFERMERA DESCARTABLE	6996941	20420035901	REPRESENTACIONES MEDICAS M&M SAC	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	ADMITIDA		
			20419385442	UTILITARIOS MEDICOS SAC	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	NO ADMITIDA
			20338022850	DROCSA SAC	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	NO ADMITIDA
			20605701435	LINAMES SAC	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	NO ADMITIDA
			20523073410	MILYSZ IMPORT PRODUCT EIRL	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	NO ADMITIDA
			20503662869	TAGUMEDICA SA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	NO ADMITIDA
8	PANTALON DESCARTABLE TALLA L	759123	20607778125	CASALINA & CIA EIRL	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	ADMITIDA		
			20502143973	CONSORCIO KB CLEAN - UV PHARMA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	NO ADMITIDA
			20499358114	CORPORACION VALTAKS	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	NO ADMITIDA
			20338022850	CREATIVA TEXTIL INDUSTRIAL IMPORT & EXPORT SAC	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	NO ADMITIDA
			20606823976	DROCSA SAC	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	NO ADMITIDA
			20516663481	EROSMEDIC SAC	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	NO ADMITIDA
9	PANTALON DESCARTABLE TALLA M	729120	20516663481	LABORATORIOS BARTON SAC	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	ADMITIDA		
			20605701435	LINAMES SAC	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	NO ADMITIDA
			20505250401	S.M. TEXTILES SAC	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	NO ADMITIDA
			20503662869	TAGUMEDICA SA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	NO ADMITIDA
			20392987674	VITALCOM EIRL	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	ADMITIDA	
			20607778125	CASALINA & CIA EIRL	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO ADMITIDA
9	PANTALON DESCARTABLE TALLA M	729120	20502143973	CONSORCIO KB CLEAN - UV PHARMA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	NO ADMITIDA
			20499358114	CORPORACION VALTAKS	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	NO ADMITIDA
			20338022850	CREATIVA TEXTIL INDUSTRIAL IMPORT & EXPORT SAC	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	NO ADMITIDA
			20606823976	DROCSA SAC	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	NO ADMITIDA
			20516663481	EROSMEDIC SAC	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	NO ADMITIDA
			20516663481	LABORATORIOS BARTON SAC	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE



CONTRATACION DEL SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS MEDICOS PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE ESSALUD POR UN PERIODO DE DOCE (12) MESES

N° de ítem	Descripción del ítem	Cant.	RUC	Nombre o Razón Social	ADMISIÓN DE LA OFERTA								Resultado (Admitida / No admitida)	
					Documentación de presentación obligatoria									
					a) Declaración jurada de la veracidad de los datos del postor. (Anexo N° 1)	b) Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta (Anexo N° 2)	c) Declaración jurada de la veracidad de las técnicas contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección. (Anexo N° 3)	d) Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección. (Anexo N° 3)	e) DOCUMENTACION Conforme a lo señalado en el numeral 4 de las EETT 1. Certificado de Buenas Prácticas de Manufactura. 2.- Certificado de Buenas Prácticas de Almacenamiento. 3.- Registro Sanitario o Certificado de Registro Sanitario Vigente/ No R.S Listado Vigente resaltado número de orden consulta técnica por el proveedor 4. Certificado de Análisis del Dispositivo Médico (protocolo de análisis) 5. Metodología analítica. 6.- Manual de instrucciones de uso o inserto.	f) Declaración jurada de plazo de entrega. (Anexo N° 4)	g) Promesa de consorcio con firmas legalizadas (Anexo N° 5)	h) El precio de la oferta en SOLES (Anexo N° 6)		
El postor no registra en el SEACE la oferta económica correspondiente al presente ítem, sin embargo en su oferta técnica adjunta información relacionada al ítem. En consecuencia, su oferta se considera como NO PRESENTADA.					CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	ADMITIDA	
10	COMPRESA DE GASA QUIRURGICA GRANDE 48 cm X 48 cm	3925144	20516663481	LABORATORIOS BARTON SAC	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	ADMITIDA
			20605701435	LINAMES SAC	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO ADMITIDA
			20505250401	S.M. TEXTILES SAC	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO ADMITIDA
			20503662869	TAGUMEDICA SA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	ADMITIDA
			20506248036	ALKHOFAR SAC	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	ADMITIDA
11	COMPRESA DE GASA QUIRURGICA MEDIANA 15 cm X 50 cm	2955356	20429469407	LABORATORIOS TEXTILES LOS ROSALES SAC	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	ADMITIDA	
			20516663481	LABORATORIOS BARTON SAC	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO ADMITIDA	
			20605701435	LINAMES SAC	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	ADMITIDA	
			20506744874	MEDICAL CHANNEL SAC	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO ADMITIDA	
			20519322260	SERLYMEDIC SAC	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO ADMITIDA	
12	MANDIL ESTERIL DESCARTABLE TALLA L	806237	20506248036	ALKHOFAR SAC	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	ADMITIDA	
			20429469407	LABORATORIOS TEXTILES LOS ROSALES SAC	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	ADMITIDA	
			20516663481	LABORATORIOS BARTON SAC	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO ADMITIDA	
			20605701435	LINAMES SAC	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO ADMITIDA	
			20519322260	SERLYMEDIC SAC	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO ADMITIDA	
12	MANDIL ESTERIL DESCARTABLE TALLA L	806237	20502143973	CORPORACION VALTAKS	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO ADMITIDA	
			20338022850	DROCSA SAC	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO ADMITIDA	
			20506823976	EROSMEDIC SAC	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO ADMITIDA	
			20516663481	LABORATORIOS BARTON SAC	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO ADMITIDA	
			20605701435	LINAMES SAC	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO ADMITIDA	
12	MANDIL ESTERIL DESCARTABLE TALLA L	806237	20420035901	REPRESENTACIONES MEDICAS M&M SAC	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	ADMITIDA	
			20419385442	UTILITARIOS MEDICOS SAC	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO ADMITIDA	

CORPORACION VALTAKS:
Para los ítems 3, 4, 6, 8, 9 Y 12, en su Declaración jurada de plazo de entrega. (Anexo N°4), señala que la entrega lo iniciará luego de la suscripción del contrato, el cual discrepa de lo estipulado en el RTM para el presente proceso el cual precisa que el plazo de entrega se iniciará a partir del día siguiente de la notificación de la Orden de Compra.

PARA LAS EMPRESAS QUE SE LES SEÑALA "NO CUMPLE" EN LA COLUMNA e) DOCUMENTACION, SE ADJUNTAN LAS FICHAS DE EVALUACION TECNICA.

PEDRO RONALD DE LA CRUZ AQUJE
Primer Miembro Suplente

MAYTE AGUILAR GUERRERO
Presidente Titular

VERONICA ESPEJO CARDENAS
Segundo Miembro Titular



ANEXO 2

ACTA DE EVALUACION DE OFERTAS

LP-SM-63-2023-ESSALUD/CEABE-1

CONTRATACION DEL SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS MEDICOS PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE ESSALUD POR UN PERIODO DE DOCE (12) MESES

N° de ITEM	Descripción del ITEM	Cant.	RUC	Nombre de Razon Social	Valor Estimado (S/)	Precio Ofertado (S/)	Factores de Evaluación				Orden de Prelación	
							Precio máx (Puntaje máx 98 puntos)	Puntaje adicional por Mype	Puntaje (02 puntos) Certificado ISO 37001	Puntaje Final		
1	BOLSA COLECTORA PARA ORINA ADULTO	466045	20506248036	ALKHOFAR SAC	S/ 1,165,112.50	S/.	610,518.950	98.00		2.00	100.00	1
			20255361695	LABORATORIOS AMERICANOS SA		S/.	1,085,884.850	55.10	NO APLICA	2.00	57.10	2
			20419385442	UTILITARIOS MEDICOS SAC		S/.	2,227,695.100	26.86		0.00	26.86	3
2	BOTA DESCARTABLE ESTANDAR (PAR)	468797	20607778125	CASALINA & CIA EIRL	S/ 379,725.57	S/.	239,086.470	98.00	5.00	0.00	103.00	1
			20605701435	LINAMES SAC		S/.	276,590.230	84.71	5.00	2.00	91.71	2
			20392987674	VITALCOM EIRL		S/.	492,236.850	47.60	0.00	0.00	47.60	3
3	CHAQUETA DESCARTABLE TALLA L	2,252,085	20516663481	LABORATORIOS BARTON SAC	S/ 4'504,170.00	S/.	5,630,212.500	48.61		0.00	48.02	3
			20605701435	LINAMES SAC		S/.	2,792,585.400	98.00	NO APLICA	2.00	98.81	1
			20392987674	VITALCOM EIRL		S/.	4,436,607.450	61.69		0.00	60.94	2
4	CHAQUETA DESCARTABLE TALLA M	1,127,211	20605701435	LINAMES SAC	S/ 2,141,700.90	S/.	1,409,013.750	98.00	NO APLICA	2.00	98.04	1
5	CUBRE CALZADO DESCARTABLE (PAR)	3914317	20506248036	ALKHOFAR SAC	S/ 1,017,722.42	S/.	892,484.270	98.00		2.00	100.00	1
			20605701435	LINAMES SAC		S/.	939,436.080	93.10	NO APLICA	2.00	95.10	2
			20609085411	OA BUSINESS GROUP SAC		S/.	1,016,939.560	86.00		0.00	86.00	3
6	EQUIPO MICROGOTERO CON CAMARA GRADUADA	1441825	20506248036	ALKHOFAR SAC	S/ 5,046,387.50	S/.	3,431,543.500	98.00		2.00	100.00	1
			20255361695	LABORATORIOS AMERICANOS SA		S/.	3,604,562.500	93.30	NO APLICA	2.00	95.30	3
			20420035901	REPRESENTACIONES MEDICAS M&M SAC		S/.	3,526,703.950	95.36		0.00	95.36	2
7	GORRO PARA ENFERMERA DESCARTABLE	6996941	NINGUNA OFERTA CUMPLE									
8	PANTALON DESCARTABLE TALLA L	759123	20607778125	CASALINA & CIA EIRL	S/ 2,195,264.76	S/.	1,679,026.700	87.18		0.00	87.18	2
			20605701435	LINAMES SAC		S/.	1,493,581.960	98.00	NO APLICA	2.00	100.00	1
			20392987674	VITALCOM EIRL		S/.	2,125,096.480	68.88		0.00	68.88	3



ANEXO 2

ACTA DE EVALUACION DE OFERTAS


LP-SM-63-2023-ESSALUD/CEABE-1

CONTRATACION DEL SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS MEDICOS PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE ESSALUD POR UN PERIODO DE DOCE (12) MESES

N° de ITEM	Descripción del ITEM	Cant.	RUC	Nombre de Razon Social	Valor Estimado (S/)	Precio Ofertado (S/)	Factores de Evaluación				Orden de Prelación
							Puntaje (02 puntos) Certificado ISO 37001	Puntaje adicional por MYPE	Puntaje máximo (98 puntos)	Puntaje Final	
9	PANTALON DESCARTABLE TALLA M	729120	20607778125	CASALINA & CIA EIRL	S/ 1,538,443.20	S/ 1,210,339.200	0.00	NO APLICA	87.37	87.37	2
			20605701435	LINAMES SAC		S/ 1,079,097.600	2.00		98.00	100.00	1
10	COMPRESA DE GASA QUIRURGICA GRANDE 48 cm X 48 cm	3925144	20506248036	ALKHOFAR SAC		S/ 6,476,487.600	2.00		98.00	100.00	1
			20429469407	LABORATORIOS TEXTILES LOS ROSALES SAC	S/ 8,635,316.80	S/ 12,560,460.800	0.00	NO APLICA	50.53	50.53	3
11	COMPRESA DE GASA QUIRURGICA MEDIANA 15 cm X 50 cm	2955356	20605701435	LINAMES SAC		S/ 8,556,813.920	2.00		74.17	76.17	2
			20506248036	ALKHOFAR SAC		S/ 3,694,195.000	2.00		98.00	100.00	1
12	MANDIL ESTERIL DESCARTABLE TALLA L	806237	20429469407	LABORATORIOS TEXTILES LOS ROSALES SAC	S/ 3,989,730.60	S/ 6,974,640.160	0.00	NO APLICA	51.91	51.91	3
			20605701435	LINAMES SAC		S/ 3,930,623.480	2.00		92.11	94.11	2
			20420035901	REPRESENTACIONES MEDICAS M&M SAC	S/ 3,757,064.42	S/ 4,127,933.440	0.00	NO APLICA	98.00	98.00	1


PEDRO RONALD DE LA CRUZ AQUJE
Primer Miembro Suplente


MAYTE AGUILAR GUERRERO
Presidente Titular


VERÓNICA ESPEJO CÁRDENAS
Segundo Miembro Titular


CONTRATACION DEL SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS MEDICOS PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE ESSALUD POR UN PERIODO DE DOCE (12) MESES

N° de ITEM	Descripción del ITEM	Cantidad	Orden de Prelación	RUC	Nombre de Razon Social	3.2 Requisitos de Calificación		Etapas de calificación
						A. CAPACIDAD LEGAL HABILITACION	B. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD	
1	BOLSA COLECTORA PARA ORINA ADULTO	466045	1	20506248036	ALKHOFAR SAC	CUMPLE	CUMPLE	CALIFICA
			2	20255361695	LABORATORIOS AMERICANOS SA	CUMPLE	CUMPLE	CALIFICA
2	BOTA DESCARTABLE ESTANDAR (PAR)	468797	1	20607778125	CASALINA & CIA EIRL	CUMPLE	CUMPLE	CALIFICA
			2	20605701435	LINAMES SAC	CUMPLE	CUMPLE	CALIFICA
3	CHAQUETA DESCARTABLE TALLA L	2,252,085	1	20605701435	LINAMES SAC	CUMPLE	CUMPLE	CALIFICA
			2	20392987674	VITALCOM EIRL	CUMPLE	CUMPLE	CALIFICA
4	CHAQUETA DESCARTABLE TALLA M	1,127,211	1	20605701435	LINAMES SAC	CUMPLE	CUMPLE	CALIFICA
5	CUBRE CALZADO DESCARTABLE (PAR)	3914317	1	20506248036	ALKHOFAR SAC	CUMPLE	CUMPLE	CALIFICA
			2	20605701435	LINAMES SAC	CUMPLE	CUMPLE	CALIFICA
6	EQUIPO MICROGOTERO CON CAMARA GRADUADA	1441825	1	20506248036	ALKHOFAR SAC	CUMPLE	CUMPLE	CALIFICA
			2	20420035901	REPRESENTACIONES MEDICAS M&M SAC	CUMPLE	CUMPLE	CALIFICA
7	GORRO PARA ENFERMERA DESCARTABLE	6996941	DESIERTO					
8	PANTALON DESCARTABLE TALLA L	759123	1	20605701435	LINAMES SAC	CUMPLE	CUMPLE	CALIFICA
			2	20607778125	CASALINA & CIA EIRL	CUMPLE	CUMPLE	CALIFICA
9	PANTALON DESCARTABLE TALLA M	729120	2	20607778125	CASALINA & CIA EIRL	CUMPLE	CUMPLE	CALIFICA
			1	20605701435	LINAMES SAC	CUMPLE	CUMPLE	CALIFICA
10	COMPRESA DE GASA QUIRURGICA GRANDE 48 cm X 48 cm	3925144	1	20506248036	ALKHOFAR SAC	CUMPLE	CUMPLE	CALIFICA
			2	20605701435	LINAMES SAC	CUMPLE	CUMPLE	CALIFICA
11	COMPRESA DE GASA QUIRURGICA MEDIANA 15 cm X 50 cm	2955356	1	20506248036	ALKHOFAR SAC	CUMPLE	CUMPLE	CALIFICA
			2	20605701435	LINAMES SAC	CUMPLE	CUMPLE	CALIFICA
12	MANDIL ESTERIL DESCARTABLE TALLA L	806237	1	20420035901	REPRESENTACIONES MEDICAS M&M SAC	CUMPLE	CUMPLE	CALIFICA


PEDRO RONALDO DE LA CRUZ AQUIJE
Primer Miembro Suplente


MAYTE AGUILAR GUERRERO
Presidente Titular


VERONIKA ESPEJO CARDENAS
Segundo Miembro Titular




CUADRO DE ADMISION DE OFERTAS
LICITACION PUBLICA N° 63-2023-ESSALUD/CEABE-1

CONTRATACION DEL SUMINISTRO DEL DISPOSITIVO MEDICO PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE ESSALUD, POR UN PERIODO DE DOCE (12) MESES. MATERIAL MEDICO

DOCUMENTACIÓN DE PRESENTACIÓN OBLIGATORIA

ITEM 1 :		BOLSA COLECTORA PARA ORINA ADULTO			
N°	DOCUMENTOS PARA LA ADMISIÓN DE LA OFERTA	POSTORES			
		1	2	3	4
		ALKHOFAR	LABORATORIOS AMERICANOS SA	OA BUSINESS GROUP SAC	UTILITARIOS MEDICOS SAC
4. Documentación de presentación obligatoria					
4.1	Certificado de Buenas Prácticas de Manufactura (CBPM).	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
4.2	Certificado de Buenas Prácticas de Almacenamiento (CBPA).	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
4.3	Registro Sanitario o Certificado de Registro Sanitario Vigente/ No R.S : Listado vigente resaltado número de orden o consulta técnica por el proveedor y el ANEXO H	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
4.4	El Certificado de Análisis del Dispositivo Médico (Protocolo de Análisis)	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE
4.5	Metodología Analítica	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA
4.6	Manual de Instrucciones de Uso o Inserto.	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
4.7	Rotulados y fotografías de los envases mediatos e inmediato	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
	RESULTADO	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE
*Observaciones :					
OA BUSINESS GROUP SAC					
NO PRESENTA ROTULADO DEL ENVASE MEDIATO E INMEDIATO/ NO PRESENTA FOTOGRAFIA DEL ENVASE MEDIATO, INCUMPLIENDO CON EL NUMERAL 4.7 DE LAS RTM.					




CUADRO DE ADMISION DE OFERTAS
LICITACION PUBLICA N° 63-2023-ESSALUD/CEABE-1

CONTRATACION DEL SUMINISTRO DEL DISPOSITIVO MEDICO PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE ESSALUD, POR UN PERIODO DE DOCE (12) MESES.
MATERIAL MEDICO

DOCUMENTACIÓN DE PRESENTACIÓN OBLIGATORIA

ITEM 2 :		BOTA DESCARTABLE ESTANDAR (PAR)					
N°	DOCUMENTOS PARA LA ADMISIÓN DE LA OFERTA	POSTORES				S.M TEXTILES SAC	VITALCOM EIRL
		1	2	3	4		
		CASALINA & CIA EIRL	DROCSA	LINAMES SAC	OA BUSINESS GROUP SAC		
Documentación de presentación obligatoria							
4.1	Certificado de Buenas Prácticas de Manufactura (CBPM).	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE
4.2	Certificado de Buenas Prácticas de Almacenamiento (CBPA).	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA
4.3	Registro Sanitario o Certificado de Registro Sanitario Vigente/ No R.S : Listado vigente resaltado número de orden o consulta técnica por el proveedor y el ANEXO H	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
4.4	El Certificado de Análisis del Dispositivo Médico (Protocolo de Análisis)	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
4.5	Metodología Analítica	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
4.6	Manual de Instrucciones de Uso o Inserto.	NO APLICA	CUMPLE	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
4.7	Rotulados y fotografías de los envases mediatos e inmediato	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE
RESULTADO		CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE
* Observaciones :							
OA BUSINESS GROUP							
EN SU CERTIFICADO DE ANÁLISIS NO CUMPLE CON LAS DIMENSIONES DEL LARGO Y ALTO DE LAS BOTAS DESCARTABLES SEGÚN LO SEÑALADO EN LA FICHA TÉCNICA DEL IETS.							
SM TEXTIL							
NO CUMPLE CON PRESENTAR LAS FOTOGRAFÍAS DEL ENVASE MEDIATO E INMEDIATOS SEGÚN LO SEÑALADO EN EL NUMERAL 4.7 DE LOS RTM.							
DROCSA							
NO CUMPLE CON PRESENTAR LAS FOTOGRAFÍAS DE TODAS LAS CARAS DEL ENVASE INMEDIATO, INCUMPLIENDO LO ESTABLECIDO EN EL NUMERAL 4.7 DE LOS RTM							




CUADRO DE ADMISION DE OFERTAS
LICITACION PUBLICA N° 63-2023-ESSALUD/CEABE-1

CONTRATACION DEL SUMINISTRO DEL DISPOSITIVO MEDICO PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE ESSALUD, POR UN PERIODO DE DOCE (12) MESES. MATERIAL MEDICO

DOCUMENTACIÓN DE PRESENTACIÓN OBLIGATORIA

ITEM 3 :		CHAQUETA DESCARTABLE TALLA L									
N°	DOCUMENTOS PARA LA ADMISIÓN DE LA OFERTA	POSTORES									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		CASALINA & CIA EIRL	CONSORCIO KB CLEAM-UV PHARMA	CORPORACION VALTAKS	CREATIVIDAD TEXTIL INDUSTRIAL	DROCSA	LABORATORIO BARTON SAC	S.M TEXTILES SAC	TAGUMEDICA SA	VITALCOM EIRL	LINAMES SAC
Documentación de presentación obligatoria											
4.1	Certificado de Buenas Prácticas de Manufactura (CBPM).	NO APLICA	NO APLICA	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE
4.2	Certificado de Buenas Prácticas de Almacenamiento (CBPA).	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLIR
4.3	Registro Sanitario o Certificado de Registro Sanitario Vigente/ No R.S : Listado vigente resaltado número de orden o consulta técnica por el proveedor y el ANEXO H	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE
4.4	El Certificado de Análisis del Dispositivo Médico (Protocolo de Análisis)	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
4.5	Metodología Analítica	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE
4.6	Manual de Instrucciones de Uso o Inserto.	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	NO APLICA	NO APLICA	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE
4.7	Rotulados y fotografías de los envases mediatos e inmediato	CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
	RESULTADO	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE
*Observaciones :											
CASALINA & CIA EIRL											
EN SU CERTIFICADO DE ANÁLISIS NO ACREDITA QUE LA CHAQUETA PRESENTE ABERTURA A CADA LADO DE 10 cm, INCUMPLIENDO LO REQUERIDO EN LA FICHA TÉCNICA DEL IETSI.											
CONSORCIO KB CLEAN - UV PHARMA											
EN SU CERTIFICADO DE ANÁLISIS NO ACREDITA TENER ABERTURAS A AMBOS LADOS DE 100CM/ LA FICHA TÉCNICA Y EL CERTIFICADO DE ANÁLISIS SE CONTRADICEN EN EL GRAMAJE DE LA CHAQUETA DESCARTABLE TALLA L, INCUMPLIENDO LO ESTABLECIDO EN EL NUMERAL 4.4 DE LAS BASES. / NO PRESENTA EL ANEXO H/NO PRESENTA LISTADO VIGENTE RESALTADO											
CORPORACION VALTAKS											
EN SU CERTIFICADO DE ANÁLISIS NO CUMPLE CON EL GRAMAJE, SEGUN LO REQUERIDO EN LA FICHA TECNICA DEL IETSI. / NO ADIUNTA FOTOGRAFÍAS DEL ENVASE INMEDIATO.											
CREATIVA TEXTIL											
EN SU CERTIFICADO DE ANÁLISIS NO CUMPLE CON ACREDITAR QUE LA CHAQUETA DESCARTABLE TALLA L, PRESENTE ABERTURA A CADA LADO DE 10 cm / NO PRESENTA LAS FOTOGRAFÍAS DEL ENVASE INMEDIATO.											
SM TEXTIL											
NO CUMPLE CON PRESENTAR LAS FOTOGRAFÍAS DEL ENVASE MEDIO E INMEDIATOS SEGUN LO SEÑALADO EN EL NUMERAL 4.7 DE LOS RTM.											
TAGUMEDICA											
LA CONSULTA TECNICA REALIZADA A DIGEMID NO PERTENECE AL PROVEEDOR, NO PRESENTA EL ANEXO H, INCUMPLIENDO LO SEÑALADO EN EL NUMERAL 4.3 DE LOS REQUERIMIENTO TECNICOS MÍNIMOS.											
EROSMEDIC											
EL ANEXO H PRESENTADO POR EL POSTOR NO CONTIENE EL NUMERO DE ORDEN Y FOLIO EN RELACIÓN A LA CONSULTA TECNICA REALIZADA A LA DIGEMID.											
DROCSA											
NO CUMPLE CON PRESENTAR LAS FOTOGRAFÍAS DE TODAS LAS CARAS DEL ENVASE INMEDIATO, INCUMPLIENDO LO ESTABLECIDO EN EL NUMERAL 4.7 DE LOS RTM											



CUADRO DE ADMISION DE OFERTAS
LICITACION PUBLICA N° 63-2023-ESSALUD/CEABE-1

CONTRATACION DEL SUMINISTRO DEL DISPOSITIVO MEDICO PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE ESSALUD, POR UN PERIODO DE DOCE (12) MESES. MATERIAL MEDICO

DOCUMENTACIÓN DE PRESENTACIÓN OBLIGATORIA

ITEM 4 :		CHAQUETA DESCARTABLE TALLA M								
N°	DOCUMENTOS PARA LA ADMISIÓN DE LA OFERTA	POSTORES								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
		CATALINA & CIA EIRL	CONSORCIO KB CLEAM-UV PHARMA	CORPORACION VALTAKS	CREATIVIDAD TEXTIL INDUSTRIAL	DROCSA	EROSMEDIC SAC	LINAMES SAC	S.M TEXTILES SAC	LABORATORIO BARTON SAC
Documentación de presentación obligatoria										
4.1	Certificado de Buenas Prácticas de Manufactura (CBPM).	NO APLICA	NO APLICA	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE
4.2	Certificado de Buenas Prácticas de Almacenamiento (CBPA).	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLIR	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
4.3	Registro Sanitario o Certificado de Registro Sanitario Vigente/ No R.S : Listado vigente resaltado número de orden o consulta técnica por el proveedor y el ANEXO H	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
4.4	El Certificado de Análisis del Dispositivo Médico (Protocolo de Análisis)	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
4.5	Metodología Analítica	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
4.6	Manual de Instrucciones de Uso o Inserto.	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
4.7	Rotulados y fotografías de los envases mediatos e inmediato	CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE
RESULTADO		NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE
*Observaciones :										
CATALINA & CIA										
EN SU CERTIFICADO DE ANÁLISIS NO ACREDITA QUE LA CHAQUETA PRESENTE ABERTURA A CADA LADO DE 10 cm, INCUMPLIENDO LO REQUERIDO EN LA FICHA TÉCNICA DEL IETSI.										
CONSORCIO KB CLEAN - UV PHARMA										
EN SU CERTIFICADO DE ANÁLISIS NO ACREDITA TENER ABERTURAS A AMBOS LADOS DE 100CM/ LA FICHA TÉCNICA Y EL CERTIFICADO DE ANÁLISIS SE CONTRADICEN EN EL GRAMAJE DE LA CHAQUETA DESCARTABLE TALLA L, INCUMPLIENDO LO ESTABLECIDO EN EL NUMERAL 4.4 DE LAS BASES. / NO PRESENTA EL ANEXO H/NO PRESENTA LISTADO VIGENTE RESALTADO NÚMERO DE ORDEN O CONSULTA TÉCNICA POR EL PROVEEDOR/ NO PRESENTA FOTOGRAFÍAS DEL ENVASE MEDIATO.										
CORPORACION VALTAKS										
EN SU CERTIFICADO DE ANÁLISIS NO CUMPLE CON EL GRAMAJE, SEGÚN LO REQUERIDO EN LA FICHA TÉCNICA DEL IETSI. / NO ADJUNTA FOTOGRAFÍAS DEL ENVASE INMEDIATO.										
CREATIVA TEXTIL										
NO PRESENTA LAS FOTOGRAFÍAS DEL ENVASE INMEDIATO.										
EROSMEDIC										
EL ANEXO H PRESENTADO POR EL POSTOR NO CONTIENE EL NUMERO DE ORDEN Y FOLIO EN RELACIÓN A LA CONSULTA TÉCNICA REALIZADA A LA DIGEMID.										
SM TEXTIL										
NO CUMPLE CON PRESENTAR LAS FOTOGRAFÍAS DEL ENVASE MEDIATO E INMEDIATOS SEGÚN LO SEÑALADO EN EL NUMERAL 4.7 DE LOS RTM.										
DROCSA										
NO CUMPLE CON PRESENTAR LAS FOTOGRAFÍAS DE TODAS LAS CARAS DEL ENVASE INMEDIATO, INCUMPLIENDO LO ESTABLECIDO EN EL NUMERAL 4.7 DE LOS RTM										




LICITACION PUBLICA N° 63-2023-ESSALUD/CEABE-1

CONTRATACION DEL SUMINISTRO PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE ESSALUD. POR UN PERIODO DE DOCE (12) MESES. MATERIAL MEDICO

DOCUMENTACIÓN DE PRESENTACIÓN OBLIGATORIA

ITEM 5 :		CUBRE CALZADO DESCARTABLE (PAR)						
DOCUMENTOS PARA LA ADMISIÓN DE LA OFERTA		POSTORES					SERLYMEDIC SAC	
		1	2	3	4	5		6
Nº	ALKHOFAR	DROCSA	LINAMES SAC	MILYSZ IMPORT PRODUCT EIRL	OA BUSINESS GROUP SAC	TAGUMEDICA SA		
Documentación de presentación obligatoria								
4.1	Certificado de Buenas Prácticas de Manufactura (CBPM).	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	
4.2	Certificado de Buenas Prácticas de Almacenamiento (CBPA).	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
4.3	Registro Sanitario o Certificado de Registro Sanitario Vigente/ No R.S : Listado vigente resaltado número de orden o consulta técnica por el proveedor y el ANEXO H	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	
4.4	El Certificado de Análisis del Dispositivo Médico (Protocolo de Análisis)	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	
4.5	Metodología Analítica	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	
4.6	Manual de Instrucciones de Uso o Inserto.	NO APLICA	CUMPLE	NO APLICA	NO APLICA	CUMPLE	NO APLICA	
4.7	Rotulados y fotografías de los envases mediató e inmediato	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	
RESULTADO		CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	
*Observaciones :								
DROCSA								
NO ADJUNTA FOTOGRAFÍAS DEL ENVASE MEDIATO E INMEDIATO , INCUMPLIENDO LO REQUERIDO EN EL NUMERAL 4.7 DE LOS RTM.								
MILYSZ IMPORT								
NO CUMPLE CON PRESENTAR EL ANEXO H, INCUMPLIENDO LO ESTABLECIDO EN EL NUMERAL 4.3 DE LOS RTM. / NO CUMPLE CON PRESENTAR LA FOTOGRAFIA DEL ENVASE .								
TAGUMEDICA								
LA CONSULTA TECNICA REALIZADA A DIGEMID NO PERTENECE AL PROVEEDOR, NO PRESENTA EL ANEXO H, INCUMPLIENDO LO SEÑALADO EN EL NUMERAL 4.3 DE LOS REQUERIMIENTO TECNICOS MÍNIMOS.								
SERLYMEDIC								
NO CUMPLE CON LA VIGENCIA DE LA CONSULTA TECNICA REALIZADA A LA DIGEMID EL 27 DE DICIEMBRE DE 2019 , EN EN ATENCIÓN A QUE EL PRODUCTO NO REQUIERE REGISTRO SANITARIO, SEGÚN LO SEÑALADO EN EL NUMERAL 4.3 DE LOS RTM. / NO PRESENTA FORMATO DEL ANEXO H./NO CUMPLE CON LAS DIMENSIONES DE LA ALTURA./NO PRESENTA EL ROTULADO DEL ENVASE MEDIATO E INMEDIATO, NO PRESENTA LAS FOTOGRAFÍAS DEL ENVASE MEDIATO.								




CUADRO DE ADMISION DE OFERTAS
LICITACION PUBLICA N° 63-2023-ESSALUD/CEABE-1

CONTRATACION DEL SUMINISTRO DEL DISPOSITIVO MEDICO PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE ESSALUD, POR UN PERIODO DE DOCE (12) MESES. MATERIAL MEDICO

DOCUMENTACIÓN DE PRESENTACIÓN OBLIGATORIA

ITEM 6 :		EQUIPO MICROGOTERO CON CAMARA GRADUADA							
Nº	DOCUMENTOS PARA LA ADMISIÓN DE LA OFERTA	POSTORES							
		1	2	3	4	5	6		
		ALFY MEDICA SAC	ALKHOFAR	ATC SELECTA SAC	CONSORCIO SERLY MEDIC-PMI MEDICA	LABORATORIOS AMERICANOS SA	UTILITARIOS MEDICOS SAC		
Documentación de presentación obligatoria									
4.1	Certificado de Buenas Prácticas de Manufactura (CBPM).	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
4.2	Certificado de Buenas Prácticas de Almacenamiento (CBPA).	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
4.3	Registro Sanitario o Certificado de Registro Sanitario Vigente/ No R.S : Listado vigente resaltado número de orden o consulta técnica por el proveedor y el ANEXO H	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
4.4	El Certificado de Análisis del Dispositivo Médico (Protocolo de Análisis)	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
4.5	Metodología Analítica	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	NO APLICA
4.6	Manual de Instrucciones de Uso o Inserto.	NO APLICA	CUMPLE	NO APLICA	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	NO APLICA
4.7	Rotulados y fotografías de los envases mediatos e inmediatos	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE
RESULTADO		NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE
*Observaciones :									
ALFY MEDICA									
EN SU CERTIFICADO DE ANÁLISIS NO CUMPLE CON LA LONGITUD DEL TUBO FLEXIBLE SEGÚN LA FICHA TÉCNICA DEL IETS. / NO CUMPLE CON PRESENTAR LAS FOTOGRAFÍAS DEL ENVASE MEDIO Y O INMEDIATO.									
ATC SELECTA									
EN SU CERTIFICADO DE ANÁLISIS NO ACREDITA QUE EL SITIO DE INYECCIÓN SEA LIBRE DE LATEX BOMBADO.									
CONSORCIO SERLY MEDIC-PMI MEDICA									
EN SU CERTIFICADO DE ANÁLISIS NO ACREDITA QUE EL SITIO DE INYECCIÓN SEA LIBRE DE LATEX BOMBADO.									
UTILITARIOS MEDICOS SAC									
NO CUMPLE CON PRESENTAR LA METODOLOGÍA PROPIA A LA QUE SE ACOGE EN SU CERTIFICADO DE ANÁLISIS, TAL COMO SE DESCRIBE EN EL NUMERAL 4.5 LA METODOLOGÍA PROPIA DEBE CONTENER EL DESARROLLO DE TODAS LAS PRUEBAS ANALÍTICAS A LAS QUE HACE REFERENCIA EN EL PROTOCOLO DE ANÁLISIS (...). EL DESARROLLO DE LA PRUEBA INVOLUCRA EL PASO A PASO DE CÓMO SE REALIZA LA PRUEBA DE INICIO A FIN. / NO CUMPLE CON PRESENTAR LAS FOTOGRAFÍAS DE TODAS LAS CARAS DEL ENVASE INMEDIATO, COMO LO REQUIERE EL NUMERAL 4.7 DE LAS RTM.									




CUADRO DE ADMISION DE OFERTAS
LICITACION PUBLICA N° 63-2023-ESSALUD/CEABE-1

CONTRATACION DEL SUMINISTRO DEL DISPOSITIVO MEDICO PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE ESSALUD, POR UN PERIODO DE DOCE (12) MESES. MATERIAL MEDICO

DOCUMENTACIÓN DE PRESENTACIÓN OBLIGATORIA

ITEM 7 :		GORRO PARA ENFERMERA DESCARTABLE			
N°	DOCUMENTOS PARA LA ADMISIÓN DE LA OFERTA	POSTORES			TAGUMEDICA SA
		1	2	3	
		DROCSA	LINAMES SAC	MILYSZ IMPORT PRODUCT EIRL	
Documentación de presentación obligatoria					
4.1	Certificado de Buenas Prácticas de Manufactura (CBPM).	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	NO APLICA
4.2	Certificado de Buenas Prácticas de Almacenamiento (CBPA).	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
4.3	Registro Sanitario o Certificado de Registro Sanitario Vigente/ No R.S : Listado vigente resaltado número de orden o consulta técnica por el proveedor y el ANEXO H	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE
4.4	El Certificado de Análisis del Dispositivo Médico (Protocolo de Análisis)	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
4.5	Metodología Analítica	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
4.6	Manual de Instrucciones de Uso o Inserto.	CUMPLE	NO APLICA	NO APLICA	CUMPLE
4.7	Rotulados y fotografías de los envases mediatos e inmediatos	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE
RESULTADO		NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE
*Observaciones :					
LINAMES					
EN SU CERTIFICADO DE ANÁLISIS NO CUMPLE CON LA MEDIDA DEL DIÁMETRO, SEGÚN LO REQUERIDO EN LA FICHA TÉCNICA DEL IETSI. / LA FOTOGRAFÍA DEL ENVASE MEDIATO NO ES LEGIBLE EN LA INFORMACIÓN DEBIDO A QUE SE EVIDENCIA QUE FUE MANUSCRITA Y NO ENTENDIBLE.					
MILYSZ IMPORT					
NO CUMPLE CON PRESENTAR EL ANEXO H, INCUMPLIENDO LO ESTABLECIDO EN EL NUMERAL 4.3 DE LOS RTM. / NO CUMPLE CON PRESENTAR LA FOTOGRAFÍA DEL ENVASE MEDIATO E INMEDIATO.					
TAGUMEDICA					
LA CONSULTA TÉCNICA REALIZADA A DIGEMID NO PERTENECE AL PROVEEDOR, NO PRESENTA EL ANEXO H, INCUMPLIENDO LO SEÑALADO EN EL NUMERAL 4.3 DE LOS REQUERIMIENTO TÉCNICOS MÍNIMOS.					
DROCSA					
NO CUMPLE CON PRESENTAR LAS FOTOGRAFÍAS DE TODAS LAS CARAS DEL ENVASE INMEDIATO, INCUMPLIENDO LO ESTABLECIDO EN EL NUMERAL 4.7 DE LOS RTM					




CUADRO DE ADMISION DE OFERTAS
LICITACION PUBLICA N° 63-2023-ESSALUD/ICEABE-1

CONTRATACION DEL SUMINISTRO DEL DISPOSITIVO MEDICO PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE ESSALUD, POR UN PERIODO DE DOCE (12) MESES. MATERIAL MEDICO

DOCUMENTACIÓN DE PRESENTACIÓN OBLIGATORIA

ITEM 8 :		PANTALON DESCARTABLE TALLA L									
N°	DOCUMENTOS PARA LA ADMISION DE LA OFERTA	POSTORES									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		CASALUNA & CIA EIRL	CONSORCIO KB CLEAN-UV PHARMA	CORPORACION VALTAKS	CREATIVIDAD TEXTIL INDUSTRIAL	DROCSA SAC	EROSMEDIC SAC	LINAMES SAC	S.M TEXTILES SAC	TAGUMEDICA SA	VITALCOM EIRL
Documentación de presentación obligatoria											
4.1	Certificado de Buenas Prácticas de Manufactura (CBPM).	NO APLICA	NO APLICA	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	NO APLICA	CUMPLE
4.2	Certificado de Buenas Prácticas de Almacenamiento (CBPA).	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLIR	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE
4.3	Registro Sanitario o Certificado de Registro Sanitario Vigente/ No R.S : Listado vigente resaltado número de orden o consulta técnica por el proveedor y el ANEXO H	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE
4.4	El Certificado de Análisis del Dispositivo Médico (Protocolo de Análisis)	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
4.5	Metodología Analítica	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
4.6	Manual de Instrucciones de Uso o Inserto.	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	NO APLICA	CUMPLE	NO APLICA
4.7	Rotulados y fotografías de los envases mediatos e inmediato	CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE
	RESULTADO	CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE
*Observaciones :											
CONSORCIO KB CLEAN - UV PHARMA											
NO PRESENTA EL ANEXO H/NO PRESENTA LISTADO VIGENTE RESALTADO NÚMERO DE ORDEN O CONSULTA TÉCNICA POR EL PROVEEDOR/ NO PRESENTA ROTULADO DEL ENVASE MEDIATO /NO PRESENTA FOTOGRAFÍAS DEL ENVASE MEDIATO.											
CORPORACION VALTAKS											
EN SU CERTIFICADO DE ANÁLISIS NO CUMPLE CON EL GRAMAJE SEGÚN LO REQUERIDO EN LA FICHA TÉCNICA DEL IETS. / NO ADJUNTA FOTOGRAFÍAS DEL ENVASE INMEDIATO.											
CREATIVA TEXTIL											
NO PRESENTA LAS FOTOGRAFÍAS DEL ENVASE INMEDIATO.											
EROSMEDIC											
EL ANEXO H PRESENTADO POR EL POSTOR NO CONTIENE EL NÚMERO DE ORDEN Y FOLIO EN RELACIÓN A LA CONSULTA TÉCNICA REALIZADA A LA DIGEMID.											
SM TEXTIL											
NO CUMPLE CON PRESENTAR LAS FOTOGRAFÍAS DEL ENVASE MEDIATO E INMEDIATOS SEGÚN LO SEÑALADO EN EL NÚMERO 4.7 DE LOS RTM.											
TAGUMEDICA											
LA CONSULTA TÉCNICA REALIZADA A DIGEMID NO PERTENECE AL PROVEEDOR, NO PRESENTA EL ANEXO H, INCUMPLIENDO LO SEÑALADO EN EL NÚMERO 4.3 DE LOS REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS.											
LABORATORIO BARTON											
NO PRESENTA ROTULADO MEDIATO / NO PRESENTA FOTOGRAFÍAS DEL ENVASE MEDIATO											
DROCSA SAC											
NO CUMPLE CON PRESENTAR LAS FOTOGRAFÍAS DE TODAS LAS CARAS DEL ENVASE INMEDIATO, INCUMPLIENDO LO ESTABLECIDO EN EL NÚMERO 4.7 DE LOS RTM											



CUADRO DE ADMISION DE OFERTAS
LICITACION PUBLICA N° 21-2023-ESSALUD/CEABE-1

CONTRATACION DEL SUMINISTRO DEL DISPOSITIVO MEDICO PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE ESSALUD, POR UN PERIODO DE DOCE (12) MESES. MATERIAL MEDICO

DOCUMENTACIÓN DE PRESENTACIÓN OBLIGATORIA

ITEM 9 :		PANTALON DESCARTABLE TALLA M									
N°	DOCUMENTOS PARA LA ADMISIÓN DE LA OFERTA	POSTORES									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		CASALINA & CIA EIRL	CONSORCIO KB CLEAM-UV PHARMA	CORPORACION VAITAKS	CREATIVIDAD TEXTIL INDUSTRIAL	DROCSA SAC	EROSMEDIC SAC	LINAMES SAC	S.M TEXTILES SAC	TAGUMEDICA SA	LABORATORIO BARTON SAC
Documentación de presentación obligatoria											
4.1	Certificado de Buenas Prácticas de Manufactura (CBPM).	NO APLICA	NO APLICA	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	NO APLICA	CUMPLE
4.2	Certificado de Buenas Prácticas de Almacenamiento (CBPA).	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLIR	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
4.3	Registro Sanitario o Certificado de Registro Sanitario Vigente/ No R.S : Listado vigente resaltado número de orden o consulta técnica por el proveedor, y el ANEXO H	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE
4.4	EI Certificado de Análisis del Dispositivo Médico (Protocolo de Análisis)	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
4.5	Metodología Analítica	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
4.6	Manual de Instrucciones de Uso o Inserto.	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	NO APLICA	CUMPLE	NO APLICA
4.7	Rotulados y fotografías de los envases mediatos e inmediato	CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE
	RESULTADO	CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE
*Observaciones :											
CONSORCIO KB CLEAN - UV PHARMA											
NO PRESENTA EL ANEXO H/NO PRESENTA LISTADO VIGENTE RESALTADO NÚMERO DE ORDEN O CONSULTA TÉCNICA POR EL PROVEEDOR/ NO PRESENTA ROTULADO DEL ENVASE MEDIATO /NO PRESENTA FOTOGRAFÍAS DEL ENVASE MEDIATO.											
CORPORACION VAITAKS											
EN SU CERTIFICADO DE ANÁLISIS NO CUMPLE CON EL GRAMAJE, SEGÚN LO REQUERIDO EN LA FICHA TÉCNICA DEL LETSI, / NO ADJUNTA FOTOGRAFÍAS DEL ENVASE INMEDIATO.											
CREATIVA TEXTIL											
NO PRESENTA LAS FOTOGRAFÍAS DEL ENVASE INMEDIATO.											
EROSMEDIC											
EL ANEXO H NO CONTIENE EL NÚMERO DE ORDEN Y FOLIO EN RELACIÓN A LA CONSULTA TÉCNICA REALIZADA A LA DIGEMID.											
SM TEXTIL											
NO CUMPLE CON PRESENTAR LAS FOTOGRAFÍAS DEL ENVASE MEDIATO E INMEDIATOS SEGÚN LO SEÑALADO EN EL NÚMERAL 4.7 DE LOS RTM.											
TAGUMEDICA											
LA CONSULTA TÉCNICA REALIZADA A DIGEMID NO PERTENECE AL PROVEEDOR, NO PRESENTA EL ANEXO H, INCUMPLIENDO LO SEÑALADO EN EL NÚMERAL 4.3 DE LOS REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS.											
LABORATORIO BARTON											
NO PRESENTA ROTULADO MEDIATO / NO PRESENTA FOTOGRAFÍAS DEL ENVASE MEDIATO											
DROCSA SAC											
NO CUMPLE CON PRESENTAR LAS FOTOGRAFÍAS DE TODAS LAS CARAS DEL ENVASE INMEDIATO, INCUMPLIENDO LO ESTABLECIDO EN EL NÚMERAL 4.7 DE LOS RTM											

[Handwritten signatures and initials]

CUADRO DE ADMISION DE OFERTAS

LICITACION PUBLICA N° 21-2023-ESSALUD/CEABE-1

CONTRATACION DEL SUMINISTRO MEDICO PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE ESSALUD, POR UN PERIODO DE DOCE (12) MESES. MATERIAL MEDICO

DOCUMENTACIÓN DE PRESENTACIÓN OBLIGATORIA

ITEM 10 :		COMPRESA DE GASA QUIRURGICA GRANDE 48 cm X 48 cm						
N°	DOCUMENTOS PARA LA ADMISIÓN DE LA OFERTA	POSTORES					SERLYMEDIC SAC	
		1	2	3	4	5		
		ALKHOFAR	TEXTILES LOS ROSALES	LABORATORIO BARTON SAC	LINAMES SAC	MEDICAL CHANNEL SAC		
Documentación de presentación obligatoria								
4.1	Certificado de Buenas Prácticas de Manufactura (CBPM).	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
4.2	Certificado de Buenas Prácticas de Almacenamiento (CBPA).	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
4.3	Registro Sanitario o Certificado de Registro Sanitario Vigente/ No R.S : Listado vigente resaltado número de orden o consulta técnica por el proveedor y el ANEXO H	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
4.4	El Certificado de Análisis del Dispositivo Médico (Protocolo de Análisis)	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	
4.5	Metodología Analítica	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	
4.6	Manual de Instrucciones de Uso o Inserto.	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	CUMPLE	
4.7	Rotulados y fotografías de los envases mediatos e inmediato	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	
RESULTADO		CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	
*Observaciones :								
LABORATORIO BARTON								
NO PRESENTA ROTULADO DEL ENVASE MEDIATO E INMEDIATO/ NO PRESENTA FOTOGRAFIA DEL ENVASE MEDIATO.								
MEDICAL CHANEL								
EN SU CERTIFICADO DE ANÁLISIS NO CUMPLE CON EL TIPO DE ESTERILIZACIÓN/ NO CUMPLE CON PRESENTAR LAS FOTOFRAFÍAS DEL ENVASE MEDIATO Y EL ROTULADO MEDIATO.								
SERLYMEDIC								
NO PRESENTA ROTULADO MEDIATO E INMEDIATO, ASIMISMO NO CUMPLE CON PRESENTAR LAS FOTOGRAFÍAS DEL ENVASE MEDIATO TAL COMO LO REQUIERE EL NUMERAL 4.7 DE LAS BASES.								



CUADRO DE ADMISION DE OFERTAS
LICITACION PUBLICA N° 63-2023-ESSALUD/CEABE-1

CONTRATACION DEL SUMINISTRO DEL DISPOSITIVO MEDICO PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE ESSALUD, POR UN PERIODO DE DOCE (12) MESES. MATERIAL MEDICO

DOCUMENTACIÓN DE PRESENTACIÓN OBLIGATORIA

ITEM 11 :		COMPRESA DE GASA QUIRURGICA MEDIANA 15 cm X 50 cm				
N°	DOCUMENTOS PARA LA ADMISIÓN DE LA OFERTA	POSTORES				
		1	2	3	4	5
		ALKHOFAR	TEXTILES LOS ROSALES	LABORATORIO BARTON SAC	LINAMES SAC	SERLYMEDIC SAC
Documentación de presentación obligatoria						
4.1	Certificado de Buenas Prácticas de Manufactura (CBPM).	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
4.2	Certificado de Buenas Prácticas de Almacenamiento (CBPA).	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
4.3	Registro Sanitario o Certificado de Registro Sanitario Vigente/ No R.S : Listado vigente resaltado número de orden o consulta técnica por el proveedor y el ANEXO H	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
4.4	El Certificado de Análisis del Dispositivo Médico (Protocolo de Análisis)	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE
4.5	Metodología Analítica	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
4.6	Manual de Instrucciones de Uso o Inserto.	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	NO APLICA	CUMPLE
4.7	Rotulados y fotografías de los envases mediatos e inmediato	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE
RESULTADO		CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE
* Observaciones :						
LABORATORIO BARTON						
NO PRESENTA ROTULADO DEL ENVASE MEDIATO E INMEDIATO/ NO PRESENTA FOTOGRAFIA DEL ENVASE MEDIATO.						
SERLYMEDIC						
NO PRESENTA ROTULADO MEDIATO E INMEDIATO, ASIMISMO NO CUMPLE CON PRESENTAR LAS FOTOGRAFÍAS DEL ENVASE MEDIATO TAL COMO LO REQUIERE EL NUMERAL 4.7 DE LAS BASES.						



CUADRO DE ADMISION DE OFERTAS
LICITACION PUBLICA N° 63-2023-ESSALUD/CEABE-1

CONTRATACION DEL SUMINISTRO DEL DISPOSITIVO MEDICO PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE ESSALUD, POR UN PERIODO DE DOCE (12) MESES. MATERIAL MEDICO

DOCUMENTACIÓN DE PRESENTACIÓN OBLIGATORIA

ITEM 12 :		MANDIL ESTERIL DESCARTABLE TALLA L						
N°	DOCUMENTOS PARA LA ADMISIÓN DE LA OFERTA	POSTORES					REPRESENTACIONES MEDICAS M & M SAC	UTILITARIOS MEDICOS
		1	2	3	4	5		
		CORPORACION VALTAKS	DROCSA SAC	EROSMEDIC SAC	LABORATORIO BARTON SAC	LINAMES SAC		
Documentación de presentación obligatoria								
4.1	Certificado de Buenas Prácticas de Manufactura (GBPM).	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
4.2	Certificado de Buenas Prácticas de Almacenamiento (CBPA).	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
4.3	Registro Sanitario o Certificado de Registro Sanitario Vigente/ No R.S : Listado vigente resaltado número de orden o consulta técnica por el proveedor y el ANEXO H	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
4.4	El Certificado de Análisis del Dispositivo Médico (Protocolo de Análisis)	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE
4.5	Metodología Analítica	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
4.6	Manual de Instrucciones de Uso o Inserto.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
4.7	Rotulados y fotografías de los envases mediatos e inmediato	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
RESULTADO		NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE
*Observaciones :								
CORPORACION VALTAKS								
NO ADIUNTA FOTOGRAFÍAS DEL ENVASE MEDIATO E INMEDIATO.								
DROCSA								
EN SU CERTIFICADO DE ANÁLISIS NO CUMPLE CON EL TAMAÑO DEL MANDIL (ANCHO Y LARGO) PARA LA TALLA L, SEGÚN LO REQUIERE LA FICHA TÉCNICA DEL IETSJ.								
EROSMEDIC								
NO CUMPLE CON ADIUNTA FOTOGRAFÍAS DEL ENVASE MEDIATO E INMEDIATO.								
LABORATORIO BARTON								
NO PRESENTA ROTULADO DEL ENVASE MEDIATO E INMEDIATO/ NO PRESENTA FOTOGRAFÍA DEL ENVASE MEDIATO.								
LINAMES								
EN SU CERTIFICADO DE ANÁLISIS NO CUMPLE CON LAS DIMENSIONES DE LA TIRA POSTERIOR, ANTERIOR Y EL TRASLAPE, SEGÚN LO REQUERIDO EN LA FICHA TÉCNICA DE LA ENTIDAD.								
UTILITARIOS MEDICOS								
EN SU CERTIFICADO DE ANALISIS NO ACREDITA EL MÉTODO DE ESTERILIDAD, SEGÚN LO SEÑALADO EN EL NUMERAL 4.4 DE LOS RTM.								