

## PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA - SEDAPAL

Nomenclatura : CP-SM-5-2023-SEDAPAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE ANALISIS DE PARAMETROS QUIMICOS INORGANICOS Y ORGANICOS DEL AGUA.

Ruc/código : 20269085666

Nombre o Razón social : CERTIMIN S.A.

Fecha de envío : 19/04/2023

Hora de envío : 08:50:14

**Consulta: Nro. 1**

**Consulta/Observación:**

Según lo indicado en TDR, el plazo de entrega de resultados de ensayos será hasta los 20 días hábiles contados a partir de la toma de la muestra, agradeceré considerar ampliar los tiempos de reporte para los parámetros que requieran de subcontratas a 30 días hábiles.

**Acápites de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** III    **Literal:** 7    **Página:** 23

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

De conformidad al Memorando 244-2023-EEC

Considerando que es una cantidad razonable de parámetros a medir se acepta parcialmente la propuesta de la entrega de resultados a 25 días hábiles.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

7 y 8. El plazo de entrega de resultados de ensayos será hasta los 25 días hábiles contados a partir de la toma de la muestra. Así mismo entregará un informe trimestral, de resultados de los ensayos y en USB

Entidad convocante : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA - SEDAPAL

Nomenclatura : CP-SM-5-2023-SEDAPAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE ANALISIS DE PARAMETROS QUIMICOS INORGANICOS Y ORGANICOS DEL AGUA.

---

Ruc/código :	20269085666	Fecha de envío :	19/04/2023
Nombre o Razón social :	CERTIMIN S.A.	Hora de envío :	08:50:14

**Consulta: Nro. 2**

**Consulta/Observación:**

Agradecere tengan a bien considerar la subcontratacion para algunos ensayos. debido a que en las bases no especifica.

**Acápite de las bases :**    **Sección:** General                    **Numeral:** III                    **Literal:** 7                    **Página:** 23

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

De conformidad al Memorando 244-2023-EEC

Se acepta la subcontratacion para los parametros de los anexos III y IV del Reglamento de la Calidad del Agua para Consumo Humano hasta el 40 % del monto total del contrato original

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

17. Puede realizar la subcontratacion para los parametros de los anexos III y IV del Reglamento de la Calidad del Agua para Consumo Humano hasta el 40 % del monto total del contrato original

Entidad convocante : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA - SEDAPAL

Nomenclatura : CP-SM-5-2023-SEDAPAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE ANALISIS DE PARAMETROS QUIMICOS INORGANICOS Y ORGANICOS DEL AGUA.

Ruc/código :	20269085666	Fecha de envío :	19/04/2023
Nombre o Razón social :	CERTIMIN S.A.	Hora de envío :	08:50:14

**Consulta:** Nro. 3

**Consulta/Observación:**

Agradecere puedan considerar que el porcentaje para las subcontratacion sea superior al 40% del monto del contrato.

**Acápite de las bases :** Sección: General      Numeral: III      Literal: 26      Página: 30

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

De conformidad al Memorando 244-2023-EEC

No se acepta su solicitud porque en el Art. 147 del Reglamento de la Ley de Contrataciones, señala que se puede subcontratar por un monto máximo del cuarenta por ciento (40%) del monto del contrato original.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA - SEDAPAL

Nomenclatura : CP-SM-5-2023-SEDAPAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE ANALISIS DE PARAMETROS QUIMICOS INORGANICOS Y ORGANICOS DEL AGUA.

Ruc/código :	20512225986	Fecha de envío :	19/04/2023
Nombre o Razón social :	AGQ PERU S.A.C.	Hora de envío :	19:44:31

**Consulta:** Nro. 4

**Consulta/Observación:**

Referencia: Un Coordinador - Personal clave

La experiencia señalada en las bases: en la supervisión y/o coordinación y/o conducción de "actividades" de análisis químicos acreditados en: Microbiológico y/o químico y/o orgánicos y/o Inorgánicos; "actividades se entiende como servicio

**Acápites de las bases :** Sección: Especifico      Numeral: III      Literal: 11      **Página:** 21

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

De conformidad al Memorando 244-2023-EEC

Si es actividades del servicio

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA - SEDAPAL

Nomenclatura : CP-SM-5-2023-SEDAPAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE ANALISIS DE PARAMETROS QUIMICOS INORGANICOS Y ORGANICOS DEL AGUA.

Ruc/código :	20512225986	Fecha de envío :	19/04/2023
Nombre o Razón social :	AGQ PERU S.A.C.	Hora de envío :	19:44:31

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

Referencia: Un Coordinador - Personal clave

Al ser un servicio de toma de muestra (monitoreo) y ensayo, se solicita incluir como experiencia: la supervisión y/o coordinación y/o conducción (servicio) de actividades de monitoreo y/o análisis químicos acreditados en: Microbiológico y/o químico y/o orgánicos y/o Inorgánicos.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 11 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De conformidad al Memorando 244-2023-EEC

No se acepta la consulta por ser la razon de ser del servicio el analisis del agua, al introducir solo monitoreo no garantiza que el coodinador pueda manejar los resultados de los analisis por alguna incongruencia.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA - SEDAPAL

Nomenclatura : CP-SM-5-2023-SEDAPAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE ANALISIS DE PARAMETROS QUIMICOS INORGANICOS Y ORGANICOS DEL AGUA.

Ruc/código :	20512225986	Fecha de envío :	19/04/2023
Nombre o Razón social :	AGQ PERU S.A.C.	Hora de envío :	19:44:31

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:

Referencia: Seguros

Nuestra empresa cuenta con Póliza de Responsabilidad Civil con un valor mayor al monto solicitado, en caso de resultar ganadores, se realizaría el endoso para esta licitación.

Esto lo aceptaría? O es obligatorio contratar una Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual exclusivo para el servicio?

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 23 Página: 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De conformidad al Memorando 244-2023-EEC

Se acepta lo solicitado respecto al endoso de una Póliza de Responsabilidad Civil siempre y cuando cubra a los trabajadores que realizaran el servicio.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA - SEDAPAL

Nomenclatura : CP-SM-5-2023-SEDAPAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE ANALISIS DE PARAMETROS QUIMICOS INORGANICOS Y ORGANICOS DEL AGUA.

Ruc/código :	20512225986	Fecha de envío :	19/04/2023
Nombre o Razón social :	AGQ PERU S.A.C.	Hora de envío :	19:44:31

**Consulta:** Nro. 7

**Consulta/Observación:**

Referencia: Seguros

Es obligatorio contratar una Póliza de Deshonestidad exclusivo para el servicio?

**Acápites de las bases :** Sección: Especifico Numeral: III Literal: 23

**Página:** 26

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

De conformidad al Memorando 244-2023-EEC

Si es obligatorio contratar una Póliza de Deshonestidad exclusivo para el servicio.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA - SEDAPAL

Nomenclatura : CP-SM-5-2023-SEDAPAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE ANALISIS DE PARAMETROS QUIMICOS INORGANICOS Y ORGANICOS DEL AGUA.

Ruc/código :	20512225986	Fecha de envío :	19/04/2023
Nombre o Razón social :	AGQ PERU S.A.C.	Hora de envío :	19:44:31

**Consulta:** Nro. 8

**Consulta/Observación:**

Referencia: Un Coordinador - Personal clave

La experiencia señalada en las bases: en la supervisión y/o coordinación y/o conducción de "actividades" de análisis químicos acreditados en: Microbiológico y/o químico y/o orgánicos y/o Inorgánicos; "actividades se entiende como servicio

**Acápites de las bases :** Sección: Especifico      Numeral: 3.2      Literal: b.2      **Página:** 30

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

De conformidad al Memorando 244-2023-EEC

Si es actividades del servicio

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null



Entidad convocante : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA - SEDAPAL

Nomenclatura : CP-SM-5-2023-SEDAPAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE ANALISIS DE PARAMETROS QUIMICOS INORGANICOS Y ORGANICOS DEL AGUA.

Ruc/código :	20512225986	Fecha de envío :	19/04/2023
Nombre o Razón social :	AGQ PERU S.A.C.	Hora de envío :	19:44:31

Consulta: Nro. 9

Consulta/Observación:

Referencia: Un Coordinador - Personal clave

Al ser un servicio de toma de muestra (monitoreo) y ensayo, se solicita incluir como experiencia: la supervisión y/o coordinación y/o conducción (servicio) de actividades de monitoreo y/o análisis químicos acreditados en: Microbiológico y/o químico y/o orgánicos y/o Inorgánicos.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: b.2 Página: 30

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De conformidad al Memorando 244-2023-EEC

No se acepta la consulta por ser la razon de ser del servicio el analisis del agua, al introducir solo monitoreo no garantiza que el coodinador pueda manejar los resultados de los analisis por alguna incongruencia

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA - SEDAPAL

Nomenclatura : CP-SM-5-2023-SEDAPAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE ANALISIS DE PARAMETROS QUIMICOS INORGANICOS Y ORGANICOS DEL AGUA.

Ruc/código :	20512225986	Fecha de envío :	19/04/2023
Nombre o Razón social :	AGQ PERU S.A.C.	Hora de envío :	19:44:31

Consulta: Nro. 10

Consulta/Observación:

Se solicita admitir como experiencia del postor: servicios y/o Toma de muestra (monitoreo) y/o análisis de agua de uso y consumo humano (toma en agua potable en grifos, toma de muestra en surtidores, en piscinas, en cisternas o tanques de almacenamiento) y/o agua subterránea y/o agua superficial y/o agua potable y/o agua para consumo humano

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: c Página: 31

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De conformidad al Memorando 244-2023-EEC

No se acepta la consulta por ser la razón de ser del servicio el análisis del agua y la toma de muestra es el equivalente a monitoreo.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA - SEDAPAL

Nomenclatura : CP-SM-5-2023-SEDAPAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE ANALISIS DE PARAMETROS QUIMICOS INORGANICOS Y ORGANICOS DEL AGUA.

Ruc/código :	20512225986	Fecha de envío :	19/04/2023
Nombre o Razón social :	AGQ PERU S.A.C.	Hora de envío :	19:44:31

**Consulta:** Nro. 11

**Consulta/Observación:**

Referencia: Nota 7, plazo de entrega de resultados de ensayos.

Se solicita admitir el reporte de entrega de Informes de Ensayos a los 30 días calendario contados a partir de la toma de la muestra

**Acápito de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** III      **Literal:** 7      **Página:** 21

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

De conformidad al Memorando 244-2023-EEC

Considerando que es una cantidad razonable de parametros a medir se acepta parcialmente la propuesta de la entrega de resultados a 25 días hábiles.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

7 y 8. El plazo de entrega de resultados de ensayos será hasta los 25 días hábiles contados a partir de la toma de la muestra. Así mismo entregará un informe trimestral, de resultados de los ensayos y en USB

Entidad convocante : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA - SEDAPAL

Nomenclatura : CP-SM-5-2023-SEDAPAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE ANALISIS DE PARAMETROS QUIMICOS INORGANICOS Y ORGANICOS DEL AGUA.

Ruc/código :	20512225986	Fecha de envío :	19/04/2023
Nombre o Razón social :	AGQ PERU S.A.C.	Hora de envío :	19:44:31

**Consulta:** Nro. 12

**Consulta/Observación:**

Referencia: Nota 15, acreditación de los parámetros.

Se solicita considerar reportar el 12% de los parámetros como no acreditados (para el anexo III y IV), teniendo en consideración que solo existe 01 laboratorio que cumple el 100% de parámetros acreditados.

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** III      **Literal:** 7      **Página:** 21

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

De conformidad al Memorando 244-2023-EEC

Se acepta la solicitud para reportar hasta el 12% del total de parametros del anexo III y el anexo IV del Reglamento de Calidad del agua como no acreditado.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

15. Los parámetros que están incluidos en el Reglamento de la Calidad de agua para Consumo Humano N° 031-2010-SA deben ser acreditados por la Norma ISO17025, el Anexo IV puede ser no acreditado y hasta el 12% del total de parametros del anexo III

Entidad convocante : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA - SEDAPAL

Nomenclatura : CP-SM-5-2023-SEDAPAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE ANALISIS DE PARAMETROS QUIMICOS INORGANICOS Y ORGANICOS DEL AGUA.

Ruc/código :	20512225986	Fecha de envío :	19/04/2023
Nombre o Razón social :	AGQ PERU S.A.C.	Hora de envío :	19:44:31

Consulta: Nro. 13

Consulta/Observación:

Referencia: Nota 15, acreditación de los parámetros.  
Se solicita considerar reportar el 5% de los parámetros como subcontratado, teniendo en consideración que solo existe 01 laboratorio que cumple el 100% de parámetros acreditados sin subcontratación.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 7 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De conformidad al Memorando 244-2023-EEC  
Se acepta la subcontratacion para los parametros de los anexos III y IV del Reglamento de la Calidad del Agua para Consumo Humano hasta el 40 % del monto total del contrato original

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

17. Puede realizar la subcontratacion para los parametros de los anexos III y IV del Reglamento de la Calidad del Agua para Consumo Humano hasta el 40 % del monto total del contrato original

Entidad convocante : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA - SEDAPAL

Nomenclatura : CP-SM-5-2023-SEDAPAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE ANALISIS DE PARAMETROS QUIMICOS INORGANICOS Y ORGANICOS DEL AGUA.

Ruc/código :	20512225986	Fecha de envío :	19/04/2023
Nombre o Razón social :	AGQ PERU S.A.C.	Hora de envío :	19:44:31

**Consulta:** Nro. 14

**Consulta/Observación:**

Referencia: Nota 15, acreditación de los parámetros.

En las bases se indica que el Anexo IV puede ser no acreditado, asimismo, se solicita que se considere la subcontratación de este anexo, debido a lo complejo del análisis y equipos sofisticados con los que debe contar el laboratorio, se sabe que en el mercado solo existe 01 laboratorio que cumple el 100% de los parámetros solicitados.

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      Numeral: III      Literal: 7      **Página:** 21

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

De conformidad al Memorando 244-2023-EEC

Se acepta la subcontratación para los parámetros de los anexos III y IV del Reglamento de la Calidad del Agua para Consumo Humano hasta el 40 % del monto total del contrato original

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

17. Puede realizar la subcontratación para los parámetros de los anexos III y IV del Reglamento de la Calidad del Agua para Consumo Humano hasta el 40 % del monto total del contrato original

Entidad convocante : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA - SEDAPAL

Nomenclatura : CP-SM-5-2023-SEDAPAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE ANALISIS DE PARAMETROS QUIMICOS INORGANICOS Y ORGANICOS DEL AGUA.

Ruc/código :	20512225986	Fecha de envío :	19/04/2023
Nombre o Razón social :	AGQ PERU S.A.C.	Hora de envío :	19:44:31

**Consulta:** Nro. 15

**Consulta/Observación:**

Referencia: Nota 1

Se solicita admitir el reporte de Bacterias Coliformes Totales como Recuento de Coliformes Totales

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** III      **Literal:** 7      **Página:** 20

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

De conformidad al Memorando 244-2023-EEC

Se admite los parametros indicados en el DS 031-2010 del Reglamento de la Calidad del agua para consumo humano.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA - SEDAPAL

Nomenclatura : CP-SM-5-2023-SEDAPAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE ANALISIS DE PARAMETROS QUIMICOS INORGANICOS Y ORGANICOS DEL AGUA.

Ruc/código :	20512225986	Fecha de envío :	19/04/2023
Nombre o Razón social :	AGQ PERU S.A.C.	Hora de envío :	19:44:31

Consulta: Nro. 16

Consulta/Observación:

Referencia: Nota 1

Se solicita admitir el reporte de E. Coli como Recuento de E. Coli

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 7 Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De conformidad al Memorando 244-2023-EEC

Se admite los parametros indicados en el DS 031-2010 del Reglamento de la Calidad del agua para consumo humano.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null



Entidad convocante : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA - SEDAPAL

Nomenclatura : CP-SM-5-2023-SEDAPAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE ANALISIS DE PARAMETROS QUIMICOS INORGANICOS Y ORGANICOS DEL AGUA.

Ruc/código :	20512225986	Fecha de envío :	19/04/2023
Nombre o Razón social :	AGQ PERU S.A.C.	Hora de envío :	19:44:31

Consulta: Nro. 17

Consulta/Observación:

Referencia: Nota 1

Se solicita admitir el reporte de Bacterias Coliformes Termotolerantes o Fecales como Fecal Coliform or Fecal Thermotolerant

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 7 Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De conformidad al Memorando 244-2023-EEC

Se admite los parametros indicados en el DS 031-2010 del Reglamento de la Calidad del agua para consumo humano.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA - SEDAPAL

Nomenclatura : CP-SM-5-2023-SEDAPAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE ANALISIS DE PARAMETROS QUIMICOS INORGANICOS Y ORGANICOS DEL AGUA.

Ruc/código :	20512225986	Fecha de envío :	19/04/2023
Nombre o Razón social :	AGQ PERU S.A.C.	Hora de envío :	19:44:31

Consulta: Nro. 18

Consulta/Observación:

Referencia: Nota 1

Se solicita admitir el reporte de Huevos y larvas de Helminths, quistes y ooquistes de protozoarios patógenos como Helminth eggs parasites, Protozoan Cyst Parasites

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 7 Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De conformidad al Memorando 244-2023-EEC  
Se admite los parámetros indicados en el DS 031-2010 del Reglamento de la Calidad del agua para consumo humano.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:  
null

Entidad convocante :                   SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA - SEDAPAL

Nomenclatura :                         CP-SM-5-2023-SEDAPAL-1

Nro. de convocatoria :                 1

Objeto de contratación :             Servicio

Descripción del objeto :             SERVICIO DE ANALISIS DE PARAMETROS QUIMICOS INORGANICOS Y ORGANICOS DEL AGUA.

Ruc/código :	20512225986	Fecha de envío :	19/04/2023
Nombre o Razón social :	AGQ PERU S.A.C.	Hora de envío :	19:44:31

Consulta:                Nro. 19

Consulta/Observación:

Referencia: Nota 1  
Se solicita admitir el reporte de Virus como Colifagos Somáticos (Virus)

Acápite de las bases :    Sección: Especifico        Numeral: III                   Literal: 7                   Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De conformidad al Memorando 244-2023-EEC  
Se admite los parametros indicados en el DS 031-2010 del Reglamento de la Calidad del agua para consumo humano.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA - SEDAPAL

Nomenclatura : CP-SM-5-2023-SEDAPAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE ANALISIS DE PARAMETROS QUIMICOS INORGANICOS Y ORGANICOS DEL AGUA.

Ruc/código :	20512225986	Fecha de envío :	19/04/2023
Nombre o Razón social :	AGQ PERU S.A.C.	Hora de envío :	19:44:31

Consulta: Nro. 20

Consulta/Observación:

Referencia: Nota 1

Se solicita admitir el reporte de Organismos de vida libre, como algas, protozoarios, copépodos, rotíferos, nemátodos en todos sus estadios evolutivos como Organismos de Vida Libre: Fitoplancton (algas) / Zooplancton (protozoarios, copépodos, rotíferos, nemátodos en todos sus estados evolutivos)

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 7 Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De conformidad al Memorando 244-2023-EEC  
Se admite los parametros indicados en el DS 031-2010 del Reglamento de la Calidad del agua para consumo humano.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA - SEDAPAL

Nomenclatura : CP-SM-5-2023-SEDAPAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE ANALISIS DE PARAMETROS QUIMICOS INORGANICOS Y ORGANICOS DEL AGUA.

Ruc/código :	20512225986	Fecha de envío :	19/04/2023
Nombre o Razón social :	AGQ PERU S.A.C.	Hora de envío :	19:44:31

**Consulta:** Nro. 21

**Consulta/Observación:**

Referencia: Nota 1

Se solicita admitir el reporte de Olor como Odor

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** III      **Literal:** 7      **Página:** 20

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

De conformidad al Memorando 244-2023-EEC

Se admite los parametros indicados en el DS 031-2010 del Reglamento de la Calidad del agua para consumo humano.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA - SEDAPAL

Nomenclatura : CP-SM-5-2023-SEDAPAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE ANALISIS DE PARAMETROS QUIMICOS INORGANICOS Y ORGANICOS DEL AGUA.

Ruc/código :	20512225986	Fecha de envío :	19/04/2023
Nombre o Razón social :	AGQ PERU S.A.C.	Hora de envío :	19:44:31

**Consulta:** Nro. 22

**Consulta/Observación:**

Referencia: Nota 1

Se solicita admitir el reporte de Sabor como Flavor

**Acápites de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** III      **Literal:** 7      **Página:** 20

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

De conformidad al Memorando 244-2023-EEC

Se admite los parametros indicados en el DS 031-2010 del Reglamento de la Calidad del agua para consumo humano.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA - SEDAPAL

Nomenclatura : CP-SM-5-2023-SEDAPAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE ANALISIS DE PARAMETROS QUIMICOS INORGANICOS Y ORGANICOS DEL AGUA.

Ruc/código :	20512225986	Fecha de envío :	19/04/2023
Nombre o Razón social :	AGQ PERU S.A.C.	Hora de envío :	19:44:31

**Consulta:** Nro. 23

**Consulta/Observación:**

Referencia: Nota 1

Se solicita admitir el reporte de Turbiedad como Turbidez (in situ)

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** III      **Literal:** 7      **Página:** 20

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

De conformidad al Memorando 244-2023-EEC

Se admite los parametros indicados en el DS 031-2010 del Reglamento de la Calidad del agua para consumo humano.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA - SEDAPAL

Nomenclatura : CP-SM-5-2023-SEDAPAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE ANALISIS DE PARAMETROS QUIMICOS INORGANICOS Y ORGANICOS DEL AGUA.

Ruc/código :	20512225986	Fecha de envío :	19/04/2023
Nombre o Razón social :	AGQ PERU S.A.C.	Hora de envío :	19:44:31

**Consulta:** Nro. 24

**Consulta/Observación:**

Referencia: Nota 1

Se solicita admitir el reporte de pH como pH (in situ)

**Acápites de las bases :** Sección: Especifico Numeral: III

**Literal:** 7

**Página:** 20

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

De conformidad al Memorando 244-2023-EECSe admite los parametros indicados en el DS 031-2010 del Reglamento de la Calidad del agua para consumo humano.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null



Entidad convocante : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA - SEDAPAL

Nomenclatura : CP-SM-5-2023-SEDAPAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE ANALISIS DE PARAMETROS QUIMICOS INORGANICOS Y ORGANICOS DEL AGUA.

Ruc/código :	20512225986	Fecha de envío :	19/04/2023
Nombre o Razón social :	AGQ PERU S.A.C.	Hora de envío :	19:44:31

Consulta: Nro. 25

Consulta/Observación:

Referencia: Nota 1

Se solicita admitir el reporte de Conductividad como Conductividad Eléctrica (in situ)

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 7 Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De conformidad al Memorando 244-2023-EEC

Se admite los parametros indicados en el DS 031-2010 del Reglamento de la Calidad del agua para consumo humano.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA - SEDAPAL

Nomenclatura : CP-SM-5-2023-SEDAPAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE ANALISIS DE PARAMETROS QUIMICOS INORGANICOS Y ORGANICOS DEL AGUA.

Ruc/código :	20512225986	Fecha de envío :	19/04/2023
Nombre o Razón social :	AGQ PERU S.A.C.	Hora de envío :	19:44:31

Consulta: Nro. 26

Consulta/Observación:

Referencia: Nota 1

Se solicita admitir el reporte de Dureza total como Dureza

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 7 Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De conformidad al Memorando 244-2023-EEC

Se admite los parámetros indicados en el DS 031-2010 del Reglamento de la Calidad del agua para consumo humano.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA - SEDAPAL

Nomenclatura : CP-SM-5-2023-SEDAPAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE ANALISIS DE PARAMETROS QUIMICOS INORGANICOS Y ORGANICOS DEL AGUA.

Ruc/código :	20512225986	Fecha de envío :	19/04/2023
Nombre o Razón social :	AGQ PERU S.A.C.	Hora de envío :	19:44:31

Consulta: Nro. 27

Consulta/Observación:

Referencia: Nota 1

Se solicita admitir el reporte de Hierro como Hierro total (validado)

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 7 Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De conformidad al Memorando 244-2023-EEC

Se admite los parametros indicados en el DS 031-2010 del Reglamento de la Calidad del agua para consumo humano.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA - SEDAPAL

Nomenclatura : CP-SM-5-2023-SEDAPAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE ANALISIS DE PARAMETROS QUIMICOS INORGANICOS Y ORGANICOS DEL AGUA.

Ruc/código :	20512225986	Fecha de envío :	19/04/2023
Nombre o Razón social :	AGQ PERU S.A.C.	Hora de envío :	19:44:31

Consulta: Nro. 28

Consulta/Observación:

Referencia: Nota 1

Se solicita admitir el reporte de Sodio como Sodio total (validado)

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 7 Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De conformidad al Memorando 244-2023-EEC

Se admite los parametros indicados en el DS 031-2010 del Reglamento de la Calidad del agua para consumo humano.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA - SEDAPAL

Nomenclatura : CP-SM-5-2023-SEDAPAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE ANALISIS DE PARAMETROS QUIMICOS INORGANICOS Y ORGANICOS DEL AGUA.

Ruc/código :	20512225986	Fecha de envío :	19/04/2023
Nombre o Razón social :	AGQ PERU S.A.C.	Hora de envío :	19:44:31

Consulta: Nro. 29

Consulta/Observación:

Referencia: Nota 1

Se solicita admitir el reporte de Cloruros como Cloruro

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 7 Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De conformidad al Memorando 244-2023-EEC

Se admite los parametros indicados en el DS 031-2010 del Reglamento de la Calidad del agua para consumo humano.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA - SEDAPAL

Nomenclatura : CP-SM-5-2023-SEDAPAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE ANALISIS DE PARAMETROS QUIMICOS INORGANICOS Y ORGANICOS DEL AGUA.

Ruc/código :	20512225986	Fecha de envío :	19/04/2023
Nombre o Razón social :	AGQ PERU S.A.C.	Hora de envío :	19:44:31

**Consulta:** Nro. 30

**Consulta/Observación:**

Referencia: Nota 1

Se solicita admitir el reporte de Sulfatos como Sulfato

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** III      **Literal:** 7      **Página:** 20

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

De conformidad al Memorando 244-2023-EEC

Se admite los parametros indicados en el DS 031-2010 del Reglamento de la Calidad del agua para consumo humano.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA - SEDAPAL

Nomenclatura : CP-SM-5-2023-SEDAPAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE ANALISIS DE PARAMETROS QUIMICOS INORGANICOS Y ORGANICOS DEL AGUA.

Ruc/código :	20512225986	Fecha de envío :	19/04/2023
Nombre o Razón social :	AGQ PERU S.A.C.	Hora de envío :	19:44:31

**Consulta:** Nro. 31

**Consulta/Observación:**

Referencia: Nota 1

Se solicita admitir el reporte de Boro como Boro total (validado)

**Acápites de las bases :** Sección: Especifico      Numeral: III      Literal: 7      Página: 20

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

De conformidad al Memorando 244-2023-EEC

Se admite los parametros indicados en el DS 031-2010 del Reglamento de la Calidad del agua para consumo humano.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA - SEDAPAL

Nomenclatura : CP-SM-5-2023-SEDAPAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE ANALISIS DE PARAMETROS QUIMICOS INORGANICOS Y ORGANICOS DEL AGUA.

Ruc/código :	20512225986	Fecha de envío :	19/04/2023
Nombre o Razón social :	AGQ PERU S.A.C.	Hora de envío :	19:44:31

Consulta: Nro. 32

Consulta/Observación:

Referencia: Nota 1

Se solicita admitir el reporte de Cloro como Cloro residual libre ( in situ)

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 7 Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De conformidad al Memorando 244-2023-EEC

Se admite los parametros indicados en el DS 031-2010 del Reglamento de la Calidad del agua para consumo humano.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null



Entidad convocante : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA - SEDAPAL

Nomenclatura : CP-SM-5-2023-SEDAPAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE ANALISIS DE PARAMETROS QUIMICOS INORGANICOS Y ORGANICOS DEL AGUA.

Ruc/código :	20512225986	Fecha de envío :	19/04/2023
Nombre o Razón social :	AGQ PERU S.A.C.	Hora de envío :	19:44:31

**Consulta:** Nro. 33

**Consulta/Observación:**

Referencia: Nota 1

Se solicita admitir el reporte de Nitratos como Nitrato

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** III      **Literal:** 7      **Página:** 20

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

De conformidad al Memorando 244-2023-EEC

Se admite los parametros indicados en el DS 031-2010 del Reglamento de la Calidad del agua para consumo humano.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA - SEDAPAL

Nomenclatura : CP-SM-5-2023-SEDAPAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE ANALISIS DE PARAMETROS QUIMICOS INORGANICOS Y ORGANICOS DEL AGUA.

Ruc/código :	20512225986	Fecha de envío :	19/04/2023
Nombre o Razón social :	AGQ PERU S.A.C.	Hora de envío :	19:44:31

**Consulta:** Nro. 34

**Consulta/Observación:**

Referencia: Nota 1

Se solicita admitir el reporte de Nitritos como Nitrito

**Acápites de las bases :** Sección: Especifico      Numeral: III      Literal: 7      **Página:** 20

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

De conformidad al Memorando 244-2023-EEC

Se admite los parametros indicados en el DS 031-2010 del Reglamento de la Calidad del agua para consumo humano.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA - SEDAPAL

Nomenclatura : CP-SM-5-2023-SEDAPAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE ANALISIS DE PARAMETROS QUIMICOS INORGANICOS Y ORGANICOS DEL AGUA.

Ruc/código :	20512225986	Fecha de envío :	19/04/2023
Nombre o Razón social :	AGQ PERU S.A.C.	Hora de envío :	19:44:31

**Consulta:** Nro. 35

**Consulta/Observación:**

Referencia: Nota 1

Se solicita admitir el reporte de Hidrocarburo disuelto o emulsionado; aceite mineral como Petroleum Hydrocarbon emulsified or dissolved (C10-C28 and greater than C28) Petroleum Hydrocarbon emulsified or dissolved mineral oil

**Acápites de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** III      **Literal:** 7      **Página:** 20

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

De conformidad al Memorando 244-2023-EEC

Se admite los parametros indicados en el DS 031-2010 del Reglamento de la Calidad del agua para consumo humano.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA - SEDAPAL

Nomenclatura : CP-SM-5-2023-SEDAPAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE ANALISIS DE PARAMETROS QUIMICOS INORGANICOS Y ORGANICOS DEL AGUA.

Ruc/código :	20512225986	Fecha de envío :	19/04/2023
Nombre o Razón social :	AGQ PERU S.A.C.	Hora de envío :	19:44:31

Consulta: Nro. 36

Consulta/Observación:

Referencia: Nota 1

Se solicita admitir el reporte de Benzopireno como Benzo(a)pireno

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 7 Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De conformidad al Memorando 244-2023-EEC

Se admite los parametros indicados en el DS 031-2010 del Reglamento de la Calidad del agua para consumo humano.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA - SEDAPAL

Nomenclatura : CP-SM-5-2023-SEDAPAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE ANALISIS DE PARAMETROS QUIMICOS INORGANICOS Y ORGANICOS DEL AGUA.

Ruc/código :	20512225986	Fecha de envío :	19/04/2023
Nombre o Razón social :	AGQ PERU S.A.C.	Hora de envío :	19:44:31

Consulta: Nro. 37

Consulta/Observación:

Referencia: Nota 1

Se solicita admitir el reporte de Ftalato de di (2-etilhexilo) como Bis (2- ethylhexyl) phthalate

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 7 Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De conformidad al Memorando 244-2023-EEC

Se admite los parametros indicados en el DS 031-2010 del Reglamento de la Calidad del agua para consumo humano.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA - SEDAPAL

Nomenclatura : CP-SM-5-2023-SEDAPAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE ANALISIS DE PARAMETROS QUIMICOS INORGANICOS Y ORGANICOS DEL AGUA.

Ruc/código :	20512225986	Fecha de envío :	19/04/2023
Nombre o Razón social :	AGQ PERU S.A.C.	Hora de envío :	19:44:31

Consulta: Nro. 38

Consulta/Observación:

Referencia: Nota 1

Se solicita admitir Diclorometano como Cloruro de Metileno

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 7 Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De conformidad al Memorando 244-2023-EEC

Se admite los parametros indicados en el DS 031-2010 del Reglamento de la Calidad del agua para consumo humano.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA - SEDAPAL

Nomenclatura : CP-SM-5-2023-SEDAPAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE ANALISIS DE PARAMETROS QUIMICOS INORGANICOS Y ORGANICOS DEL AGUA.

Ruc/código :	20512225986	Fecha de envío :	19/04/2023
Nombre o Razón social :	AGQ PERU S.A.C.	Hora de envío :	19:44:31

Consulta: Nro. 39

Consulta/Observación:

Referencia: Nota 1

Se solicita admitir el reporte de Carbofurano como Carbofuran

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 7 Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De conformidad al Memorando 244-2023-EEC

Se admite los parametros indicados en el DS 031-2010 del Reglamento de la Calidad del agua para consumo humano.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA - SEDAPAL

Nomenclatura : CP-SM-5-2023-SEDAPAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE ANALISIS DE PARAMETROS QUIMICOS INORGANICOS Y ORGANICOS DEL AGUA.

Ruc/código :	20512225986	Fecha de envío :	19/04/2023
Nombre o Razón social :	AGQ PERU S.A.C.	Hora de envío :	19:44:31

**Consulta:** Nro. 40

**Consulta/Observación:**

Referencia: Nota 1

Se solicita admitir Dicloroprop como Diclorprop

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** III      **Literal:** 7      **Página:** 20

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

De conformidad al Memorando 244-2023-EEC

Se admite los parametros indicados en el DS 031-2010 del Reglamento de la Calidad del agua para consumo humano.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null



Entidad convocante : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA - SEDAPAL

Nomenclatura : CP-SM-5-2023-SEDAPAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE ANALISIS DE PARAMETROS QUIMICOS INORGANICOS Y ORGANICOS DEL AGUA.

Ruc/código :	20512225986	Fecha de envío :	19/04/2023
Nombre o Razón social :	AGQ PERU S.A.C.	Hora de envío :	19:44:31

**Consulta:** Nro. 41

**Consulta/Observación:**

Referencia: Nota 1

Se solicita admitir Dimetato como Dimetoato

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** III      **Literal:** 7      **Página:** 20

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

De conformidad al Memorando 244-2023-EEC

Se admite los parametros indicados en el DS 031-2010 del Reglamento de la Calidad del agua para consumo humano.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA - SEDAPAL

Nomenclatura : CP-SM-5-2023-SEDAPAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE ANALISIS DE PARAMETROS QUIMICOS INORGANICOS Y ORGANICOS DEL AGUA.

Ruc/código :	20512225986	Fecha de envío :	19/04/2023
Nombre o Razón social :	AGQ PERU S.A.C.	Hora de envío :	19:44:31

Consulta: Nro. 42

Consulta/Observación:

Referencia: Nota 1

Se solicita admitir Metolacoloro como Metalacoloro

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 7 Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De conformidad al Memorando 244-2023-EEC

Se admite los parametros indicados en el DS 031-2010 del Reglamento de la Calidad del agua para consumo humano.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA - SEDAPAL

Nomenclatura : CP-SM-5-2023-SEDAPAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE ANALISIS DE PARAMETROS QUIMICOS INORGANICOS Y ORGANICOS DEL AGUA.

Ruc/código :	20512225986	Fecha de envío :	19/04/2023
Nombre o Razón social :	AGQ PERU S.A.C.	Hora de envío :	19:44:31

Consulta: Nro. 43

Consulta/Observación:

Referencia: Nota 1

Se solicita admitir Trifluralina como Trifluralin

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 7 Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De conformidad al Memorando 244-2023-EEC

Se admite los parametros indicados en el DS 031-2010 del Reglamento de la Calidad del agua para consumo humano.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA - SEDAPAL

Nomenclatura : CP-SM-5-2023-SEDAPAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE ANALISIS DE PARAMETROS QUIMICOS INORGANICOS Y ORGANICOS DEL AGUA.

Ruc/código :	20512225986	Fecha de envío :	19/04/2023
Nombre o Razón social :	AGQ PERU S.A.C.	Hora de envío :	19:44:31

**Consulta:** Nro. 44

**Consulta/Observación:**

Referencia: Nota 1

Se solicita admitir Cloropirifos como Clorpirifos

**Acápites de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** III      **Literal:** 7      **Página:** 20

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

De conformidad al Memorando 244-2023-EEC

Se admite los parametros indicados en el DS 031-2010 del Reglamento de la Calidad del agua para consumo humano.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA - SEDAPAL

Nomenclatura : CP-SM-5-2023-SEDAPAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE ANALISIS DE PARAMETROS QUIMICOS INORGANICOS Y ORGANICOS DEL AGUA.

Ruc/código :	20512225986	Fecha de envío :	19/04/2023
Nombre o Razón social :	AGQ PERU S.A.C.	Hora de envío :	19:44:31

Consulta: Nro. 45

Consulta/Observación:

Referencia: Nota 1

Se solicita admitir Hidrato de cloral (tricloroacetaldehido) como Chloral hydrate (trichloroacetaldehyde)

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 7 Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De conformidad al Memorando 244-2023-EEC

Se admite los parametros indicados en el DS 031-2010 del Reglamento de la Calidad del agua para consumo humano.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA - SEDAPAL

Nomenclatura : CP-SM-5-2023-SEDAPAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE ANALISIS DE PARAMETROS QUIMICOS INORGANICOS Y ORGANICOS DEL AGUA.

Ruc/código :	20512225986	Fecha de envío :	19/04/2023
Nombre o Razón social :	AGQ PERU S.A.C.	Hora de envío :	19:44:31

**Consulta:** Nro. 46

**Consulta/Observación:**

Referencia: Nota 1

Se solicita admitir Dibromoacetoniitrilo como Dibromoacetoniitrile

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** III      **Literal:** 7      **Página:** 20

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

De conformidad al Memorando 244-2023-EEC

Se admite los parametros indicados en el DS 031-2010 del Reglamento de la Calidad del agua para consumo humano.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA - SEDAPAL

Nomenclatura : CP-SM-5-2023-SEDAPAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE ANALISIS DE PARAMETROS QUIMICOS INORGANICOS Y ORGANICOS DEL AGUA.

Ruc/código :	20512225986	Fecha de envío :	19/04/2023
Nombre o Razón social :	AGQ PERU S.A.C.	Hora de envío :	19:44:31

**Consulta:** Nro. 47

**Consulta/Observación:**

Referencia: Nota 1

Se solicita admitir Dicloroacetato como Dichloroacetate

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** III      **Literal:** 7      **Página:** 20

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

De conformidad al Memorando 244-2023-EEC

Se admite los parametros indicados en el DS 031-2010 del Reglamento de la Calidad del agua para consumo humano.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA - SEDAPAL

Nomenclatura : CP-SM-5-2023-SEDAPAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE ANALISIS DE PARAMETROS QUIMICOS INORGANICOS Y ORGANICOS DEL AGUA.

Ruc/código :	20512225986	Fecha de envío :	19/04/2023
Nombre o Razón social :	AGQ PERU S.A.C.	Hora de envío :	19:44:31

**Consulta:** Nro. 48

**Consulta/Observación:**

Referencia: Nota 1

Se solicita admitir Dicloroacetoniitrilo como Dichloroacetoniitrile

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** III      **Literal:** 7      **Página:** 20

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

De conformidad al Memorando 244-2023-EEC

Se admite los parametros indicados en el DS 031-2010 del Reglamento de la Calidad del agua para consumo humano.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null



Entidad convocante : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA - SEDAPAL

Nomenclatura : CP-SM-5-2023-SEDAPAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE ANALISIS DE PARAMETROS QUIMICOS INORGANICOS Y ORGANICOS DEL AGUA.

Ruc/código :	20512225986	Fecha de envío :	19/04/2023
Nombre o Razón social :	AGQ PERU S.A.C.	Hora de envío :	19:44:31

**Consulta:** Nro. 49

**Consulta/Observación:**

Referencia: Nota 1

Se solicita admitir Monocloroacetato como Monochloroacetate

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** III      **Literal:** 7      **Página:** 20

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

De conformidad al Memorando 244-2023-EEC

Se admite los parametros indicados en el DS 031-2010 del Reglamento de la Calidad del agua para consumo humano.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA - SEDAPAL

Nomenclatura : CP-SM-5-2023-SEDAPAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE ANALISIS DE PARAMETROS QUIMICOS INORGANICOS Y ORGANICOS DEL AGUA.

Ruc/código :	20512225986	Fecha de envío :	19/04/2023
Nombre o Razón social :	AGQ PERU S.A.C.	Hora de envío :	19:44:31

Consulta: Nro. 50

Consulta/Observación:

Referencia: Nota 1

Se solicita admitir Tricloroacetato comoTrichloroacetate

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 7 Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De conformidad al Memorando 244-2023-EEC

Se admite los parametros indicados en el DS 031-2010 del Reglamento de la Calidad del agua para consumo humano.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA - SEDAPAL

Nomenclatura : CP-SM-5-2023-SEDAPAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE ANALISIS DE PARAMETROS QUIMICOS INORGANICOS Y ORGANICOS DEL AGUA.

Ruc/código :	20512225986	Fecha de envío :	19/04/2023
Nombre o Razón social :	AGQ PERU S.A.C.	Hora de envío :	19:44:31

Consulta: Nro. 51

Consulta/Observación:

Referencia: Nota 1

Se solicita admitir 2,4,6- Triclorofenol como 2,4,6-Trichlorophenol

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 7 Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De conformidad al Memorando 244-2023-EEC

Se admite los parametros indicados en el DS 031-2010 del Reglamento de la Calidad del agua para consumo humano.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA - SEDAPAL

Nomenclatura : CP-SM-5-2023-SEDAPAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE ANALISIS DE PARAMETROS QUIMICOS INORGANICOS Y ORGANICOS DEL AGUA.

Ruc/código :	20512225986	Fecha de envío :	19/04/2023
Nombre o Razón social :	AGQ PERU S.A.C.	Hora de envío :	19:44:31

**Consulta:** Nro. 52

**Consulta/Observación:**

Referencia: Nota 1

Se solicita admitir Dosis de referencia total como Dosis indicativa estimada

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico **Numeral:** III **Literal:** 7 **Página:** 20

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

De conformidad al Memorando 244-2023-EEC

Se admite los parametros indicados en el DS 031-2010 del Reglamento de la Calidad del agua para consumo humano.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA - SEDAPAL

Nomenclatura : CP-SM-5-2023-SEDAPAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE ANALISIS DE PARAMETROS QUIMICOS INORGANICOS Y ORGANICOS DEL AGUA.

Ruc/código :	20512225986	Fecha de envío :	19/04/2023
Nombre o Razón social :	AGQ PERU S.A.C.	Hora de envío :	19:44:31

**Consulta:** Nro. 53

**Consulta/Observación:**

Referencia: Nota 1

Se solicita admitir Dosis de referencia total como Dosis indicativa estimada

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico **Numeral:** III **Literal:** 7 **Página:** 20

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

De conformidad al Memorando 244-2023-EEC

Se admite los parametros indicados en el DS 031-2010 del Reglamento de la Calidad del agua para consumo humano.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA - SEDAPAL

Nomenclatura : CP-SM-5-2023-SEDAPAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE ANALISIS DE PARAMETROS QUIMICOS INORGANICOS Y ORGANICOS DEL AGUA.

Ruc/código :	20512225986	Fecha de envío :	19/04/2023
Nombre o Razón social :	AGQ PERU S.A.C.	Hora de envío :	19:44:31

**Consulta:** Nro. 54

**Consulta/Observación:**

Referencia: Nota 1

Se solicita admitir Actividad global ¿ como Actividad alfa total

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico Numeral: III

**Literal:** 7

**Página:** 20

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

De conformidad al Memorando 244-2023-EECSe admite los parametros indicados en el DS 031-2010 del Reglamento de la Calidad del agua para consumo humano.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA - SEDAPAL

Nomenclatura : CP-SM-5-2023-SEDAPAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE ANALISIS DE PARAMETROS QUIMICOS INORGANICOS Y ORGANICOS DEL AGUA.

Ruc/código :	20512225986	Fecha de envío :	19/04/2023
Nombre o Razón social :	AGQ PERU S.A.C.	Hora de envío :	19:44:31

Consulta: Nro. 55

Consulta/Observación:

Referencia: Nota 1

Se solicita admitir Actividad global ¿ como Actividad beta total

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 7 Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De conformidad al Memorando 244-2023-EEC

Se admite los parametros indicados en el DS 031-2010 del Reglamento de la Calidad del agua para consumo humano.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA - SEDAPAL

Nomenclatura : CP-SM-5-2023-SEDAPAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE ANALISIS DE PARAMETROS QUIMICOS INORGANICOS Y ORGANICOS DEL AGUA.

Ruc/código :	20100114349	Fecha de envío :	19/04/2023
Nombre o Razón social :	SGS DEL PERU S.A.C.	Hora de envío :	21:10:31

**Consulta:** Nro. 56

**Consulta/Observación:**

Indicar si es posible la subcontratación del análisis de un parámetro que el Laboratorio no realice.

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** -      **Literal:** -      **Página:** -

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

De conformidad al Memorando 244-2023-EECSe acepta la subcontratacion para los parametros de los anexos III y IV del Reglamento de la Calidad del Agua para Consumo Humano hasta el 40 % del monto total del contrato original

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

17. Puede realizar la subcontratacion para los parametros de los anexos III y IV del Reglamento de la Calidad del Agua para Consumo Humano hasta el 40 % del monto total del contrato original



Entidad convocante : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA - SEDAPAL

Nomenclatura : CP-SM-5-2023-SEDAPAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE ANALISIS DE PARAMETROS QUIMICOS INORGANICOS Y ORGANICOS DEL AGUA.

Ruc/código :	20100114349	Fecha de envío :	19/04/2023
Nombre o Razón social :	SGS DEL PERU S.A.C.	Hora de envío :	21:10:31

**Consulta:** Nro. 57

**Consulta/Observación:**

Se solicita ampliar el tiempo de resultados a 25 días hábiles.

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** III      **Literal:** 8      **Página:** 21

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

De conformidad al Memorando 244-2023-EEC

Considerando que es una cantidad razonable de parametros a medir se acepta la propuesta de la entrega de resultados a 25 días hábiles.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

7. y 8. El plazo de entrega de resultados de ensayos será hasta los 25 días hábiles contados a partir de la toma de la muestra. Así mismo entregará un informe trimestral, de resultados de los ensayos y en CD.

Entidad convocante : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA - SEDAPAL

Nomenclatura : CP-SM-5-2023-SEDAPAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE ANALISIS DE PARAMETROS QUIMICOS INORGANICOS Y ORGANICOS DEL AGUA.

---

Ruc/código :	20100114349	Fecha de envío :	19/04/2023
Nombre o Razón social :	SGS DEL PERU S.A.C.	Hora de envío :	21:10:31

**Consulta:** Nro. 58

**Consulta/Observación:**

Indicar si se requiere que todos los análisis que se realicen con metodologías acreditadas bajo la NTP ISO 17025.

**Acápites de las bases :** Sección: Especifico      Numeral: I      Literal: 1.2      **Página:** 13

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

De conformidad al Memorando 244-2023-EEC

Si se requiere que todos los análisis que se realicen sean acreditados a excepción del anexo IV

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA - SEDAPAL

Nomenclatura : CP-SM-5-2023-SEDAPAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE ANALISIS DE PARAMETROS QUIMICOS INORGANICOS Y ORGANICOS DEL AGUA.

Ruc/código :	20100114349	Fecha de envío :	19/04/2023
Nombre o Razón social :	SGS DEL PERU S.A.C.	Hora de envío :	21:13:33

Consulta: Nro. 59

Consulta/Observación:

Agradeceremos incluir en los servicios de experiencia del postor lo siguiente: Servicios de monitoreo de agua en general y/o servicios de calidad de agua en general.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: C Página: 31

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De conformidad al Memorando 244-2023-EEC  
No se acepta, en la medida de que su consulta es en forma general el rubro de muestreo general, puede abarcar aguas residuales, industriales , relaves mineros, etc, que tienen distintos procesos de muestreo

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA - SEDAPAL

Nomenclatura : CP-SM-5-2023-SEDAPAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE ANALISIS DE PARAMETROS QUIMICOS INORGANICOS Y ORGANICOS DEL AGUA.

Ruc/código :	20600651901	Fecha de envío :	19/04/2023
Nombre o Razón social :	ANALYTICAL LABORATORY E.I.R.L.	Hora de envío :	23:46:04

**Consulta:** Nro. 60

**Consulta/Observación:**

Se indica que el El contratista deberá asumir su transporte vehicular. Favor de indicar o confirmar si habrá alguna restricción por no usar camionetas 4x4 o 4x2. indicar antigüedad del vehiculo.

**Acápites de las bases :** Sección: Especifico      Numeral: 3.1.      Literal: 7.      **Página:** 20.

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

De conformidad al Memorando 244-2023-EEC

No se ha establecido un requisito tecnico para el tipo de vehiculo, sin embargo este debe garantizar el buen uso del transporte de las muestras de acuerdo a las consideraciones de ser laboratorio acreditado.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA - SEDAPAL

Nomenclatura : CP-SM-5-2023-SEDAPAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE ANALISIS DE PARAMETROS QUIMICOS INORGANICOS Y ORGANICOS DEL AGUA.

Ruc/código :	20600651901	Fecha de envío :	19/04/2023
Nombre o Razón social :	ANALYTICAL LABORATORY E.I.R.L.	Hora de envío :	23:46:04

**Consulta:** Nro. 61

**Consulta/Observación:**

Favor de indicar el Si todos los parámetros deben estar acreditados al 100%?. Se permite la subcontratación de acuerdo a la normativa?

**Acápites de las bases :** Sección: Especifico Numeral: 3.1. Literal: 7. **Página:** 20

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

De conformidad al Memorando 244-2023-EEC

Se puede reportar hasta el 12% del total de parametros del anexo III y el anexo IV del Reglamento de Calidad del agua como no acreditado .Se acepta la subcontratacion para los parametros de los anexos III y IV del Reglamento de la Calidad del Agua para Consumo Humano hasta el 40 % del monto total del contrato original

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

17. Puede realizar la subcontratacion para los parametros de los anexos III y IV del Reglamento de la Calidad del Agua para Consumo Humano hasta el 40 % del monto total del contrato original

Entidad convocante : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA - SEDAPAL

Nomenclatura : CP-SM-5-2023-SEDAPAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE ANALISIS DE PARAMETROS QUIMICOS INORGANICOS Y ORGANICOS DEL AGUA.

Ruc/código :	20600651901	Fecha de envío :	19/04/2023
Nombre o Razón social :	ANALYTICAL LABORATORY E.I.R.L.	Hora de envío :	23:46:04

Consulta: Nro. 62

Consulta/Observación:

Favor de considerar la formación academica de ing. Pesquero al Coordinador del Servicio (01)

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2. Literal: B.1.1 Página: 30

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De conformidad al Memorando 244-2023-EEC  
Por ser coordinador del servicio se acepta la propuesta

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Profesional Titulado en Ingeniería Ambiental y/o Biología y/o Ingeniería Industrial y/o Ingeniero Químico y/o Químico y/o Ingeniero Sanitario y/o Microbiólogo y/o Parasitólogo y/o Ing. pesquero colegiado y habilitado.  
La colegiatura y la habilitación serán presentados por EL CONTRATISTA al inicio del servicio al Equipo Evaluación de Calidad de SEDAPAL

Entidad convocante : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA - SEDAPAL

Nomenclatura : CP-SM-5-2023-SEDAPAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE ANALISIS DE PARAMETROS QUIMICOS INORGANICOS Y ORGANICOS DEL AGUA.

Ruc/código :	20600651901	Fecha de envío :	19/04/2023
Nombre o Razón social :	ANALYTICAL LABORATORY E.I.R.L.	Hora de envío :	23:46:04

**Consulta:** Nro. 63

**Consulta/Observación:**

Favor de confirmar si las funciones del Coordinador será de gabinete o también tendrá que asistir a campo, esto con el fin de considerar los costos de traslado.

**Acápites de las bases :** Sección: Especifico      Numeral: 3.2      Literal: b.1.1      **Página:** 30

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

De conformidad al Memorando 244-2023-EEC

Las funciones del coordinador solicitado es de supervision y coordinación del servicio, el lugar de trabajo corresponde a su representada.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA - SEDAPAL

Nomenclatura : CP-SM-5-2023-SEDAPAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE ANALISIS DE PARAMETROS QUIMICOS INORGANICOS Y ORGANICOS DEL AGUA.

Ruc/código :	20600651901	Fecha de envío :	19/04/2023
Nombre o Razón social :	ANALYTICAL LABORATORY E.I.R.L.	Hora de envío :	23:46:04

**Consulta:** Nro. 64

**Consulta/Observación:**

Favor de considerar como servicios similares a: Muestreo o monitoreo de calidad agua en general.

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** 3.2.      **Literal:** C.      **Página:** 31

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

De conformidad al Memorando 244-2023-EEC

No se acepta, en la medida de que su consulta es en forma general el rubro de muestreo general, puede abarcar aguas residuales, industriales , relaves mineros, etc, que tienen distintos procesos de muestreo

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null