

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante :	GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC-CHANKA
Nomenclatura :	AS-SM-8-2024-GSRCH-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Bien
Descripción del objeto :	ADQUISICION DE EQUIPOS MEDICOS PARA EL PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN LOS PUESTOS DE SALUD DEL NIVEL 1-2 DE LAS COMUNIDADES SAN ANTONIO DE CACHI, DISTRITO DE SAN ANTONIO DE CACHI PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS, REGION APURIMAC

Ruc/código :	20160340534	Fecha de envío :	21/06/2024
Nombre o Razón social :	MASTER MEDIC S.A.	Hora de envío :	17:17:49

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

A03 CON TENDENCIAS TABULARES Y GRAFICAS HASTA 120 HORAS O MAS Y QUE PERMITA DE MANERA OPCIONAL REALIZAR 100 CAPTURAS DE PANTALLAS Y ALMACENARLAS EN EL EQUIPO.

SOLICITAMOS QUE PARA UNA MAYOR PARTICIPACIÓN DE POSTORES LA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA SEA: A03 CON TENDENCIAS TABULARES Y/O GRAFICAS HASTA 120 HORAS O MAS Y QUE PERMITA DE MANERA OPCIONAL REALIZAR 100 CAPTURAS DE PANTALLAS Y ALMACENARLAS EN EL EQUIPO.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP III Literal: 11 Página: 24
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

VISTO LA CONSULTA REALIZADA POR EL PARTICIPANTE, ESTA AREA USUARIA ACLARA QUE ES MUY IMPORTANT E CONTAR CON TENDENCIAS TABULARES Y GRAFICAS EN VISTA, QUE ESTES DATOS PERMITIRA AL MEDICO REALIZAR LOS TRABAJOS DE MANERA EFICIENTE

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
NINGUNA

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC-CHANKA

Nomenclatura : AS-SM-8-2024-GSRCH-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS MEDICOS PARA EL PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN LOS PUESTOS DE SALUD DEL NIVEL 1-2 DE LAS COMUNIDADES SAN ANTONIO DE CACHI, DISTRITO DE SAN ANTONIO DE CACHI PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS, REGION APURIMAC

Ruc/código :	20160340534	Fecha de envío :	21/06/2024
Nombre o Razón social :	MASTER MEDIC S.A.	Hora de envío :	17:17:49

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

B01 A COLOR CON TECNOLOGIA LCD TFT (TOUCH SCREEN), OPCIONALMENTE SE ACEPTARA CON IDENTIFICACION A TRAVES DE SEGMENTOS O VENTANAS CON COLORES COMPLETOS QUE PERMITAN ACCESO DIRECTO A LA CONFIGURACION

SOLICITAMOS QUE PARA UNA MAYOR PARTICIPACIÓN DE POSTORES LA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA SEA:

B01 A COLOR CON TECNOLOGIA LCD TFT (TOUCH SCREEN - OPCIONAL), OPCIONALMENTE SE ACEPTARA CON IDENTIFICACION A TRAVES DE SEGMENTOS O VENTANAS CON COLORES COMPLETOS QUE PERMITAN ACCESO DIRECTO A LA CONFIGURACION

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP III Literal: 11 Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

VISTO LA CONSULTA REALIZADA POR EL PARTICIPANTE, ESTA AREA USUARIA ACLARA QUE ES MUY IMPORTANT E CONTAR CON COLOR TECNOLOGIA LCD TFT (TOUCH SCREEN) ,EN VISTA QUE ESTA PANTALLA TACTIL PERMITE AL MEDICO REALIZAR LOS TRABAJOS DE MANERA RAPIDA Y EFICIENTE. .

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NINGUNA

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC-CHANKA

Nomenclatura : AS-SM-8-2024-GSRCH-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS MEDICOS PARA EL PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN LOS PUESTOS DE SALUD DEL NIVEL 1-2 DE LAS COMUNIDADES SAN ANTONIO DE CACHI, DISTRITO DE SAN ANTONIO DE CACHI PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS, REGION APURIMAC

Ruc/código :	20160340534	Fecha de envío :	21/06/2024
Nombre o Razón social :	MASTER MEDIC S.A.	Hora de envío :	17:17:49

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

B05 RANGO DE 30 A 300 BPM O, MAS AMPLIO

SOLICITAMOS QUE PARA UNA MAYOR PARTICIPACIÓN DE POSTORES LA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA SEA:
B05 RANGO DE 10 A 300 BPM O, MAS AMPLIO

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP III Literal: 11 Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

VISTO LA CONSULTA REALIZADA POR EL PARTICIPANTE, ESTA AREA USUARIA ACLARA QUE EL RANGO ROPUESTO POR EL POSTOR ESTARIA DENTRO DE LO SOLICITADO POR ESTA AREA USUARIA .

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC-CHANKA

Nomenclatura : AS-SM-8-2024-GSRCH-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS MEDICOS PARA EL PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN LOS PUESTOS DE SALUD DEL NIVEL 1-2 DE LAS COMUNIDADES SAN ANTONIO DE CACHI, DISTRITO DE SAN ANTONIO DE CACHI PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS, REGION APURIMAC

Ruc/código :	20160340534	Fecha de envío :	21/06/2024
Nombre o Razón social :	MASTER MEDIC S.A.	Hora de envío :	17:17:49

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

B24 RANGO DE PULSO CARDIACO MEDIANTE PULSIOMETRIA: 30 A 240 LPM O, MAS AMPLIO

SOLICITAMOS QUE PARA UNA MAYOR PARTICIPACIÓN DE POSTORES LA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA SEA:
B24 RANGO DE PULSO CARDIACO MEDIANTE PULSIOMETRIA: 20 A 250 LPM O, MAS AMPLIO

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP III Literal: 11 Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

VISTO LA CONSULTA REALIZADA POR EL PARTICIPANTE, ESTA AREA USUARIA ACLARA QUE EL RANGO ROPUESTO POR EL POSTOR ESTARIA DENTRO DE LO SOLICITADO POR ESTA AREA USUARIA .

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NINGUNA

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC-CHANKA

Nomenclatura : AS-SM-8-2024-GSRCH-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS MEDICOS PARA EL PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN LOS PUESTOS DE SALUD DEL NIVEL 1-2 DE LAS COMUNIDADES SAN ANTONIO DE CACHI, DISTRITO DE SAN ANTONIO DE CACHI PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS, REGION APURIMAC

Ruc/código :	20160340534	Fecha de envío :	21/06/2024
Nombre o Razón social :	MASTER MEDIC S.A.	Hora de envío :	17:17:49

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

B29 MODOS PARA LA TOMA DE PRESION: MANUAL Y AUTOMATICO Y A INTERVALOS PROGRAMABLES

SOLICITAMOS QUE PARA UNA MAYOR PARTICIPACIÓN DE POSTORES LA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA SEA:
B29 MODOS PARA LA TOMA DE PRESION: MANUAL Y AUTOMATICO Y A INTERVALOS PROGRAMABLES Y/O DE ACUERDO A CADA FABRICANTE.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP III Literal: 11 Página: 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

VISTO LA CONSULTA REALIZADA POR EL PARTICIPANTE, ESTA AREA USUARIA ACLARA QUE EL MONITOR DE SIGNOS VITALES ES IMPORTA QUE SE MANUAL O AUTOMATICO DEBIDO A QUE SEGÚN SU FUNCIONALIDAD PERMITE AL MEDIDO DE TURNO REALIZAR LA PROGRAMACION DE MANERA ATUOTMATCA PARA TOMA DE PRESION O SEGUN SU NECESIDAD.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NINGUNA

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC-CHANKA

Nomenclatura : AS-SM-8-2024-GSRCH-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS MEDICOS PARA EL PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN LOS PUESTOS DE SALUD DEL NIVEL 1-2 DE LAS COMUNIDADES SAN ANTONIO DE CACHI, DISTRITO DE SAN ANTONIO DE CACHI PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS, REGION APURIMAC

Ruc/código :	20160340534	Fecha de envío :	21/06/2024
Nombre o Razón social :	MASTER MEDIC S.A.	Hora de envío :	17:17:49

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:

B34 RANGO DE MEDICION DE 25° A 45°C O MAS AMPLIO

SOLICITAMOS QUE PARA UNA MAYOR PARTICIPACIÓN DE POSTORES LA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA SEA:
B34 RANGO DE MEDICION DE 0° A 50°C O MAS AMPLIO

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP III Literal: 11 Página: 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

VISTO LA CONSULTA REALIZADA POR EL PARTICIPANTE, ESTA AREA USUARIA ACLARA QUE EL RANGO ROPUESTO POR EL POSTOR ESTARIA DENTRO DE LO SOLICITADO POR ESTA AREA USUARIA .

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NINGUNA

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC-CHANKA

Nomenclatura : AS-SM-8-2024-GSRCH-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS MEDICOS PARA EL PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN LOS PUESTOS DE SALUD DEL NIVEL 1-2 DE LAS COMUNIDADES SAN ANTONIO DE CACHI, DISTRITO DE SAN ANTONIO DE CACHI PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS, REGION APURIMAC

Ruc/código :	20160340534	Fecha de envío :	21/06/2024
Nombre o Razón social :	MASTER MEDIC S.A.	Hora de envío :	17:17:49

Consulta: Nro. 7

Consulta/Observación:

13. CONDICIONES DE OPERACIÓN

La fecha de fabricacion del equipo debera ser del año actual y/o debera estar como maximo dentro de los doce (12) meses a la fecha de entrega/recepcion del equipo.

EL AÑO DE FABRICACION DEL (S) EQUIPO(S) DEBERAN SER DE O IGUAL A DOCE (12) MESES A LA FECHA DE PRESENTACION DE LA(S) PORPUESTA(S).

SEGÚN LA LEY N° 30225 LEY DE CONTRATACIONES CON EL ESTADO
ARTICULO. PRINCIPIOS QUE RIGEN LAS CONTRATACIONES
G) VIGENCIA TECNOLÓGICA. LOS BIENES, SERVICIOS Y OBRAS DEBEN REUNIR LAS CONDICIONES DE CALIDAD Y MODERNIDAD TECNOLÓGICAS NECESARIAS PARA CUMPLIR CON EFECTIVIDAD LA FINALIDAD PÚBLICA PARA LOS QUE SON REQUERIDOS, POR UN DETERMINADO Y PREVISIBLE TIEMPO DE DURACIÓN, CON POSIBILIDAD DE ADECUARSE, INTEGRARSE Y REPOTENCIARSE SI FUERA EL CASO, CON LOS AVANCES CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS.

CONSIDERAMOS QUE SEGÚN FECHA DE FABRICACIÓN SOLICITADA, EL PRESENTE PROCESO RESTRINGE LA PARTICIPACIÓN DE POSTORES YA QUE NO NECESARIAMENTE EQUIPOS CON FECHA DE FABRICACIÓN ACTUAL (2024), GARANTIZAN LA MEJOR TECNOLOGÍA; DEBEMOS DE CONSIDERAR TAMBIÉN LOS ACCESORIOS, PIEZAS Y MATERIALES CON LOS QUE ESTOS FUERON FABRICADOS, PRUEBA DE ESTO LA QUE NUESTROS EQUIPOS EN LA ACTUALIDAD VENGAN FUNCIONANDO SATISFACTORIAMENTE EN DIFERENTES CENTROS DE SALUD A NIVEL NACIONAL Y CUMPLIENDO CON LOS REQUERIMIENTOS DEL PERSONAL USUARIO ASISTENCIAL.
CON LA FINALIDAD DE PERMITIR LA MAYOR PARTICIPACIÓN DE POSTORES, AMPARADOS EN EL PRINCIPIO QUE RIGE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO "LIBERTAD DE CONCURRENCIA"

MENCIONAR TAMBIÉN QUE NUESTROS EQUIPOS PRESENTAN LA ACTUALIZACIÓN DE VIGENCIA TECNOLÓGICA.

¿ACEPTARÁ EL COMITÉ LA PARTICIPACIÓN DE POSTORES, QUE CUENTEN CON EQUIPOS DE FECHA DE FABRICACIÓN 2021, YA QUE NUESTROS EQUIPOS SI CUENTAN CON LA VIGENCIA TECNOLÓGICA Y SOPORTE

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP III Literal: 13 Página: 52

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

VISTO LA CONSULTA REALIZADA POR EL PARTICIPANTE, ESTA AREA USUARIA TRAE EN COLACION EL LITERAL G) DEL ART. 2 DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO, EN LA MISMA QUE ESTABLECE TEXTUALMENTE " Los bienes, "... deben reunir las condiciones de calidad y modernidad tecnológicas necesarias para cumplir con efectividad la finalidad pública para los que son requeridos, por un determinado y previsible tiempo de duración, con posibilidad de adecuarse, integrarse y repotenciarse si fuera el caso, con los avances científicos y tecnológicos., EN MERITO A ELLO LOS EQUIPOS REQUERIDOS DEBEN SER ACTUALES O LOS EQUIPOS DEBEN SER IGUAL A DOCE (12) MESES A LA FECHA DE ENTREGA/ RECEPCION DEL EQUIPO, ESTO CON LA UNICA FINALIDAD DE GARANTIZAR QUE DICHOS EQUPOS CUENTEN CON RESPUESTO DE LA ULTIMA GENERACION.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NINGUNA

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC-CHANKA

Nomenclatura : AS-SM-8-2024-GSRCH-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS MEDICOS PARA EL PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN LOS PUESTOS DE SALUD DEL NIVEL 1-2 DE LAS COMUNIDADES SAN ANTONIO DE CACHI, DISTRITO DE SAN ANTONIO DE CACHI PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS, REGION APURIMAC

Ruc/código :	20553285101	Fecha de envío :	21/06/2024
Nombre o Razón social :	MEDSTEP PERU S.A.C.	Hora de envío :	21:14:15

Consulta: Nro. 8

Consulta/Observación:

1. Los bienes materia de la presente convocatoria se entregarán en el plazo de 30 DÍAS CALENDARIO a partir del día siguiente de la suscripción del contrato, el mismo que incluye dentro del mismo plazo, su instalación y puesta en funcionamiento, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratación.

Al respecto señalar que, de acuerdo a lo descrito en el requerimiento de especificaciones técnicas, se solicita equipos de tecnología de punta, los cuales son fabricados en el extranjero; ante ello se debe considera que, es de conocimiento público que en la actualidad existe una situación de inestabilidad internacional producida por el conflicto entre Rusia y Ucrania, lo que afecta el abastecimiento de materias primas, así como componentes electrónicos en la cadena de suministro global, lo que ha causado una reducción de disponibilidad de ciertos productos, y por ende, la demora en la fabricación y/o producción de equipos de tecnología; es por esta razón que, es necesario considerar que, el plazo de entrega solicitado solo podría cumplirse en caso se tenga stock de este equipamiento, sin embargo, la existencia de stock implica que el equipamiento ya tiene cierto tiempo de fabricado y esto puede afectar negativamente al cliente final. Lo razonable es, teniéndose la confirmación de un pedido, iniciar la fabricación del equipo para contar así con plena vigencia tecnológica y garantía por parte del fabricante.

En ese contexto, solicitamos al Comité Especial reformular el numeral 1.9 a fin de posibilitar la importación adecuada del equipamiento para asegurar equipamiento garantizado por el fabricante, nuevo y tecnológicamente vigentes, la reformulación solicitada se daría en los siguientes términos:

1.9 Plazo de Entrega

Los bienes materia de la presente convocatoria se entregarán en el plazo de 90 DÍAS CALENDARIO a partir del día siguiente de la suscripción del contrato, el mismo que incluye dentro del mismo plazo, su instalación y puesta en funcionamiento, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratación.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: I Literal: 1.9 Página: 12

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

VISTO LA CONSULTA REALIZADA POR EL PARTICIPANTE, ESTA AREA USUARIA ACLARA QUE DE ACUERDO A LA INDAGACION DEL MERCADO REALIZADO, PARA ESTE PROCESO DE SELECCIÓN EXISTE PLURALIDAD DE POSTORES QUE CUMPLEN CON EL PLAZO DE ENTREGA DEL BIEN, POR LO TANTO SE SUGIERE AL POSTOR SEÑIRSE A LAS BASES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NINGUNA