

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : AS-SM-10-2024-ESSALUD/RAPUNO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE TIRA REACTIVA PARA ORINA CON EQUIPO EN CESION EN USO PARA LA RED ASISTENCIAL PUNO

Ruc/código : 20607779695

Nombre o Razón social : CHAPOMEDIC S.A.C.

Fecha de envío : 15/07/2024

Hora de envío : 18:02:04

Observación: Nro. 1

Consulta/Observación:

solicitamos al comité de selección aceptar nuestros equipos que sean compatibles con las tiras reactivas de orina. asi permitir una mayor pluralidad de postores

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Ley N°30225 y Reglamento (DS 344-2018-EF)-Libertad de concurrencia, igualdad de trato y competencia

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se confirma que los equipos deben ser compatibles y de la misma marca de los reactivos y/o insumos, de acuerdo al anexo N° 12 y la directiva N° 04-GG-ESSALUD-2009 de las bases

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Ceñirse lo estipulado en las bases.

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : AS-SM-10-2024-ESSALUD/RAPUNO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE TIRA REACTIVA PARA ORINA CON EQUIPO EN CESION EN USO PARA LA RED ASISTENCIAL PUNO

Ruc/código :	20505110651	Fecha de envío :	15/07/2024
Nombre o Razón social :	W.P. BIOMED SOCIEDAD ANONIMA	Hora de envío :	20:21:44

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

Consulta:

De acuerdo al requerimiento del Analizador de Tiras de Orina solicitan dentro de las Características: Reporte cuantitativo de resultados para densidad, pH proteínas, Glucosa y eritrocitos como mínimo. Entendemos que el analizador de tiras de orina que los postores debemos ofertar debe contar con la capacidad de identificar, reconocer y cuantificar eritrocitos. Consultamos amablemente al comité si es correcta nuestra apreciación.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 3.1 Página: 41

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Debe cumplir las características indicadas en las bases.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Ceñirse lo estipulado en las bases.

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : AS-SM-10-2024-ESSALUD/RAPUNO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE TIRA REACTIVA PARA ORINA CON EQUIPO EN CESION EN USO PARA LA RED ASISTENCIAL PUNO

Ruc/código :	20505110651	Fecha de envío :	15/07/2024
Nombre o Razón social :	W.P. BIOMED SOCIEDAD ANONIMA	Hora de envío :	20:21:44

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

De acuerdo al requerimiento del Analizador de Tiras de Orina solicitan dentro de las Características: Reporte cuantitativo de resultados para densidad, pH proteínas, Glucosa y eritrocitos como mínimo. Teniendo en consideración que dentro de las características del analizador incluyen reporte cuantitativo de eritrocitos es necesario que el equipo cuente con la capacidad de reporte de elementos formes en orina. Consultamos amablemente al comité si es correcta nuestra apreciación.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 3.1 Página: 41

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Debe cumplir las características indicadas en las bases.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Ceñirse lo estipulado en las bases.

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : AS-SM-10-2024-ESSALUD/RAPUNO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE TIRA REACTIVA PARA ORINA CON EQUIPO EN CESION EN USO PARA LA RED ASISTENCIAL PUNO

Ruc/código :	20505110651	Fecha de envío :	15/07/2024
Nombre o Razón social :	W.P. BIOMED SOCIEDAD ANONIMA	Hora de envío :	20:21:44

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

De acuerdo al requerimiento del Analizador de Tiras de Orina solicitan dentro de las Características: Reporte cuantitativo de resultados para densidad, pH proteínas, Glucosa y eritrocitos como mínimo. De acuerdo a las características solicitadas, es necesario que se oferte un (01) sólo analizador con la capacidad de reportar todos los parámetros solicitados. Consultamos amablemente al comité si es correcta nuestra apreciación.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 3.1 Página: 41

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Debe cumplir las características indicadas en las bases.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Ceñirse lo estipulado en las bases.