

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : INSTITUTO NACIONAL MATERNO PERINATAL

Nomenclatura : AS-SM-12-2024-INMP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION ANUAL DE SENSOR DE SATURACION DE OXIGENO DESCARTABLE

Ruc/código : 20605853553

Nombre o Razón social : BOSON TEC S.A.C.

Fecha de envío : 20/11/2024

Hora de envío : 15:53:27

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

En la habilitacion capacidad legal se solicita lo siguiente
Certificado de Buenas Practicas de Manufactura (BPM)

sine embargo para productos importados de empresas manufactureras del exterior se deberia solicitar su equivalente como el ISO 13485 o el CE

por ello se solicita al comite considerar de la siguiente manera

Certificado de Buenas Practicas de Manufactura (BPM) y/o ISO 13485 y/o CE

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2

Literal: A

Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE LA CONSULTA Y SE ADICIONARA EN LAS BASES INTEGRADAS

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : INSTITUTO NACIONAL MATERNO PERINATAL

Nomenclatura : AS-SM-12-2024-INMP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION ANUAL DE SENSOR DE SATURACION DE OXIGENO DESCARTABLE

Ruc/código :	20601692351	Fecha de envío :	21/11/2024
Nombre o Razón social :	TRUSTTECH SERVICES S.A.C.	Hora de envío :	17:19:09

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

PAGINA : 22

ANTECEDENTES:

3.2 REQUISITOS DE CALIFICACION

A. CAPACIDAD LEGAL/ HABILITACION /REQUISITOS

Resolucion o Certificado de Registro Sanitario en caso el componente lo requiera (vigente), otorgado por ANM (DIGEMID) o por la Autoridad Regional de Medicamentos ¿ ARM del Ministerio de Salud (MINSA), según corresponda.

CONSULTA

SOLICITAMOS CONFIRMACION SI PERMITIRIAN QUE DICHO DOCUMENTO PUEDE SER TAMBIEN EMITIDO POR TERCERO.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: A Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE LA CONSULTA EL CUAL PUEDE ESTAR A NOMBRE DEL POSTOR O TERCEROS A FIN DE PERMITIR UNA MAYOR PLURALIDAD DE POSTORES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : INSTITUTO NACIONAL MATERNO PERINATAL

Nomenclatura : AS-SM-12-2024-INMP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION ANUAL DE SENSOR DE SATURACION DE OXIGENO DESCARTABLE

Ruc/código :	20601692351	Fecha de envío :	21/11/2024
Nombre o Razón social :	TRUSTTECH SERVICES S.A.C.	Hora de envío :	17:19:09

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

PAGINA : 22

ANTECEDENTES:

3.2 REQUISITOS DE CALIFICACION

A. CAPACIDAD LEGAL/ HABILITACION /REQUISITOS

Certificado de Protocolo de Analisis.

CONSULTA

SOLICITAMOS QUE EL CERTIFICADO DE PROTOCOLO DE ANALISIS, SEA PRESENTADO AL MOMENTO DE LA ENTREGA DE BIEN, YA QUE ES UN DOCUMENTO QUE CONTIENE DATOS ESPECIFICOS DEL PRODUCTO A ENTREGAR. Y SEA RETIRADO DE LOS REQUISITOS DE CALIFICACION.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: A Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE LA CONSULTA, FAVOR DE CEÑIRSE A LAS BASES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : INSTITUTO NACIONAL MATERNO PERINATAL

Nomenclatura : AS-SM-12-2024-INMP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION ANUAL DE SENSOR DE SATURACION DE OXIGENO DESCARTABLE

Ruc/código :	20601692351	Fecha de envío :	21/11/2024
Nombre o Razón social :	TRUSTTECH SERVICES S.A.C.	Hora de envío :	17:19:09

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

PAGINA : 22

ANTECEDENTES:

3.2 REQUISITOS DE CALIFICACION

A. CAPACIDAD LEGAL/ HABILITACION /REQUISITOS

Certificado de Buenas Practicas de Almacenamiento (BPA) vigente autorizado por DIGEMID..

CONSULTA

SOLICITAMOS CONFIRMACION SI ACEPTARAN EL CERTIFICADO DE BUENAS PRACTICAS DE ALMACENAMIENTO TERCERIZADO, ADJUNTANDO EL DOCUMENTO DE AUTORIZACION SANITARIA EMITIDA A NOMBRE DE LA DIGEMID DONDE INDICA LA RELACION ENTRE LA EMPRESA PROVEEDORA Y EL ALMACEN TERCERIZADO.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: A Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE LA CONSULTA Y SE AÑADIRA EN LAS BASES INTEGRADAS, COPIA SIMPLE DEL CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE ALMACENAMIENTO (CBPA), VIGENTE EXTENDIDO POR DIGEMID

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : INSTITUTO NACIONAL MATERNO PERINATAL

Nomenclatura : AS-SM-12-2024-INMP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION ANUAL DE SENSOR DE SATURACION DE OXIGENO DESCARTABLE

Ruc/código :	20601692351	Fecha de envío :	21/11/2024
Nombre o Razón social :	TRUSTTECH SERVICES S.A.C.	Hora de envío :	17:19:09

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

PAGINA : 22

ANTECEDENTES:

3.2 REQUISITOS DE CALIFICACION

B. EXPERIENCIA DEL POSTOR /REQUISITOS

SE CONSIDERAN BIENES SIMILARES A LOS SIGUIENTES: SENSOR DE SATURACION DE OXIGENO DESCARTABLE

CONSULTA

SOLICITAMOS PUEDAN AMPLIAR LA EXPERIENCIA DEL POSTOR, CON LA FINALIDAD DE MAYOR PLURALIDAD DE POSTORS, A LO SIGUIENTE: MATERIAL MEDICO, INSUMOS, DISPOSITIVOS Y EQUIPOS MEDICOS EN

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: A Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE PARCIALMENTE LA CONSULTA SE EXTENDERA PARA MATERIAL MEDICO E INSUMOS EN GENERAL

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null