

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH-SALUD UTES ELEAZAR GUZMAN BARRON

Nomenclatura : AS-SM-12-2023-HREGB-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS MEDICOS- EQUIPO DE ELECTROMIOGRAFIA

Ruc/código : 20604687137

Fecha de envío : 05/09/2023

Nombre o Razón social : DM SOLUCIONES MEDICAS S.A.C.

Hora de envío : 16:18:15

Observación: Nro. 1

Consulta/Observación:

SOLICITAN:

INTENSIDAD DE ESTIMULO: 0-135 DB SPL O MAYOR.

ESTA CARACTERISTICA ES DE UNA MARCA ESPECIFICA DE EMG.

SOLICITAMOS AL COMITE DE SELECCION PARA UNA MAYOR PLURALIDAD DE POSTORES AMPLIAR LA ESPECIFICACION A:

INTENSIDAD DE ESTIMULO: 0-130 DB SPL O MAYOR.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP. III

Literal: 5.1.1

Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

LEY N° 30225, ARTICULO N°2 , LITERAL a), b), c), e),f), y g).

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COMITÉ DE SELECCION ACOGE LA OBSERVACION, E INDICA QUE SE CAMBIARA EN LAS BASES.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

5.1 Características y condiciones .

5.1.1.CARACTERISTICAS GENERALES

D.02.

INTENSIDAD DE ESTIMULO: 0-130 DB SPL O MAYOR.