

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante :	SEGURO SOCIAL DE SALUD
Nomenclatura :	AS-SM-34-2024-ESSALUD/RAPI-1-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Bien
Descripción del objeto :	ADQUISICION DE DETECTOR FLAT PANEL PARA EL SERVICIO DE IMAGENOLOGIA DEL HOSPITAL II JORGE REATEGUI DELGADO DE LA RED ASISTENCIAL PIURA

Ruc/código :	20536160541	Fecha de envío :	20/12/2024
Nombre o Razón social :	DIGITAL IMAGING SYSTEMS S.A.C.	Hora de envío :	16:29:38

Observación: Nro. 1

Consulta/Observación:

En las especificaciones técnicas de las presentes bases requieren:

A06 TAMAÑO DE PIXEL 139 um

Observamos las bases y solicitamos al Comité de Selección para que el presente requerimiento obtenga mayor pluralidad de marca y postores consideren ampliar dicha característica técnica de la siguiente manera:

A06 TAMAÑO DE PIXEL 140 um O MENOR

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 4 Literal: A06 Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Artículo 2. Principios que rigen las contrataciones: a) Libertad de concurrencia

Análisis respecto de la consulta u observación:

LA OFICINA DE IMAGENOLOGIA DEL HII-JRS-PIURA, COMO AREA USUARIA, ACLARA QUE SE MANTENIENDOSE LO INDICADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS -CAPITULO III DE LAS BASES ESTANDAR DEL PRESENTE PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : AS-SM-34-2024-ESSALUD/RAPI-1-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE DETECTOR FLAT PANEL PARA EL SERVICIO DE IMAGENOLOGIA DEL HOSPITAL II JORGE REATEGUI DELGADO DE LA RED ASISTENCIAL PIURA

Ruc/código :	20536421794	Fecha de envío :	20/12/2024
Nombre o Razón social :	BLE SOLUCIONES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - BLE S.A.C.	Hora de envío :	20:55:36

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:  
EN LAS BASES DICE

ESPECIFICACIONES TECNICAS

A06 TAMAÑO DEL PIXEL 139 UM

SUSTENTO

La especificación es muy cerrada, para fomentar la participación solicitamos ampliarlo

Nuestro detector cumple con la característica de: Tamaño de píxel 140 um o menor

La diferencia de 1 um no afecta la calidad de la imagen y no es perceptible al ojo humano, por tanto, solicitamos cambiarlo

SOLICITUD

Con el objeto de fomentar la mayor cantidad de participantes, y según lo estipulado en la Ley de Contrataciones del Estado: "Principio de Libre concurrencia y Competencia, solicitamos respetuosamente al comité especial considerar lo siguiente:

ESPECIFICACIONES TECNICAS

A06 TAMAÑO DEL PIXEL 140 UM O MENOR

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 4 Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

La LCE señala: Artículo 2. Principios que rigen las contrataciones: a) Libertad de concurrencia

Análisis respecto de la consulta u observación:

LA OFICINA DE IMAGENOLOGIA DEL HII-JRS-PIURA, COMO AREA USUARIA, ACLARA QUE SE MANTENIENDOSE LO INDICADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS -CAPITULO III DE LAS BASES ESTANDAR DEL PRESENTE PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : AS-SM-34-2024-ESSALUD/RAPI-1-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE DETECTOR FLAT PANEL PARA EL SERVICIO DE IMAGENOLOGIA DEL HOSPITAL II JORGE REATEGUI DELGADO DE LA RED ASISTENCIAL PIURA

Ruc/código :	20536421794	Fecha de envío :	20/12/2024
Nombre o Razón social :	BLE SOLUCIONES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - BLE S.A.C.	Hora de envío :	20:55:36

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

EN LAS BASES DICE

ESPECIFICACIONES TECNICAS

A20 PESO (KG) 4.3

SUSTENTO

La tendencia de la tecnología es mejorar en todo incluido el peso de los detectores  
Esta especificación es limitante por lo que solicitamos considerar márgenes

SOLICITUD

Con el objeto de fomentar la mayor cantidad de participantes, y según lo estipulado en la Ley de Contrataciones del Estado: "Principio de Libre concurrencia y Competencia, solicitamos respetuosamente al comité especial considerar lo siguiente:

ESPECIFICACIONES TECNICAS

A20 PESO (KG) 4.3 O MENOR

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 4 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

La LCE señala: Artículo 2. Principios que rigen las contrataciones: a) Libertad de concurrencia

Análisis respecto de la consulta u observación:

LA OFICINA DE IMAGENOLOGIA DEL HII-JRS-PIURA, COMO AREA USUARIA, ACLARA QUE SE MANTENIENDOSE LO INDICADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS -CAPITULO III DE LAS BASES ESTANDAR DEL PRESENTE PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : AS-SM-34-2024-ESSALUD/RAPI-1-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE DETECTOR FLAT PANEL PARA EL SERVICIO DE IMAGENOLOGIA DEL HOSPITAL II JORGE REATEGUI DELGADO DE LA RED ASISTENCIAL PIURA

Ruc/código :	20536421794	Fecha de envío :	20/12/2024
Nombre o Razón social :	BLE SOLUCIONES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - BLE S.A.C.	Hora de envío :	20:55:36

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:  
EN LAS BASES DICE

ESPECIFICACIONES TECNICAS

A21 PROTECCION DE INGRESO IPX1

SUSTENTO  
La protección de los equipos incluido los detectores tiene diferentes rangos con la especificación solicitada están limitando la participación de más empresas

SOLICITUD

Con el objeto de fomentar la mayor cantidad de participantes, y según lo estipulado en la Ley de Contrataciones del Estado: "Principio de Libre concurrencia y Competencia, solicitamos respetuosamente al comité especial considerar lo siguiente:

ESPECIFICACIONES TECNICAS

A21 PROTECCION DE INGRESO IPX1 O SUPERIOR

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 4 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

La LCE señala: Artículo 2. Principios que rigen las contrataciones: a) Libertad de concurrencia

Análisis respecto de la consulta u observación:

LA OFICINA DE IMAGENOLOGIA DEL HII-JRS-PIURA, COMO AREA USUARIA, ACLARA QUE SE MANTENIENDOSE LO INDICADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS -CAPITULO III DE LAS BASES ESTANDAR DEL PRESENTE PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : AS-SM-34-2024-ESSALUD/RAPI-1-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE DETECTOR FLAT PANEL PARA EL SERVICIO DE IMAGENOLOGIA DEL HOSPITAL II JORGE REATEGUI DELGADO DE LA RED ASISTENCIAL PIURA

Ruc/código :	20536421794	Fecha de envío :	20/12/2024
Nombre o Razón social :	BLE SOLUCIONES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - BLE S.A.C.	Hora de envío :	20:55:36

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:  
EN LAS BASES DICE

C04 DEBE TENER BOTONES DE CONSULTA RAPIDA MINIMO ¿AYER¿, ¿HOY¿ QUE RECUPERAN LAS IMÁGENES DEL AYER Y HOY PERFECTAMENTE

SOLICITUD  
Con el objeto de fomentar la mayor cantidad de participantes, y según lo estipulado en la Ley de Contrataciones del Estado: "Principio de Libre concurrencia y Competencia, solicitamos respetuosamente al comité especial explicar a qué se refiere

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 4 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

La LCE señala: Artículo 2. Principios que rigen las contrataciones: a) Libertad de concurrencia

Análisis respecto de la consulta u observación:

LA OFICINA DE IMAGENOLOGIA DEL HII-JRS-PIURA, COMO AREA USUARIA, ACLARA QUE SE MANTENIENDOSE LO INDICADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS -CAPITULO III DE LAS BASES ESTANDAR DEL PRESENTE PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:  
null

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : AS-SM-34-2024-ESSALUD/RAPI-1-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE DETECTOR FLAT PANEL PARA EL SERVICIO DE IMAGENOLOGIA DEL HOSPITAL II JORGE REATEGUI DELGADO DE LA RED ASISTENCIAL PIURA

Ruc/código :	20536421794	Fecha de envío :	20/12/2024
Nombre o Razón social :	BLE SOLUCIONES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - BLE S.A.C.	Hora de envío :	20:55:36

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:  
EN LAS BASES DICE

C03 SE PUEDE VER OBJETOS ENCAPSULADOS PDF DICOM

SOLICITUD

Con el objeto de fomentar la mayor cantidad de participantes, y según lo estipulado en la Ley de Contrataciones del Estado: "Principio de Libre concurrencia y Competencia, solicitamos respetuosamente al comité especial dar una descripción o ejemplo de la opción

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 4 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

La LCE señala: Artículo 2. Principios que rigen las contrataciones: a) Libertad de concurrencia

Análisis respecto de la consulta u observación:

LA OFICINA DE IMAGENOLOGIA DEL HII-JRS-PIURA, COMO AREA USUARIA, ACLARA QUE SE MANTENIENDOSE LO INDICADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS -CAPITULO III DE LAS BASES ESTANDAR DEL PRESENTE PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:  
null

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : AS-SM-34-2024-ESSALUD/RAPI-1-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE DETECTOR FLAT PANEL PARA EL SERVICIO DE IMAGENOLOGIA DEL HOSPITAL II JORGE REATEGUI DELGADO DE LA RED ASISTENCIAL PIURA

Ruc/código :	20536421794	Fecha de envío :	20/12/2024
Nombre o Razón social :	BLE SOLUCIONES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - BLE S.A.C.	Hora de envío :	20:55:36

Consulta: Nro. 7

Consulta/Observación:  
EN LAS BASES DICE

C03 PUEDE VER INFORMES DE ESTRUCTURA (SR)

SOLICITUD  
Con el objeto de fomentar la mayor cantidad de participantes, y según lo estipulado en la Ley de Contrataciones del Estado: "Principio de Libre concurrencia y Competencia, solicitamos respetuosamente al comité especial dar una descripción o ejemplo de la opción

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 4 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

La LCE señala: Artículo 2. Principios que rigen las contrataciones: a) Libertad de concurrencia

Análisis respecto de la consulta u observación:

LA OFICINA DE IMAGENOLOGIA DEL HII-JRS-PIURA, COMO AREA USUARIA, ACLARA QUE SE MANTENIENDOSE LO INDICADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS -CAPITULO III DE LAS BASES ESTANDAR DEL PRESENTE PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:  
null

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : AS-SM-34-2024-ESSALUD/RAPI-1-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE DETECTOR FLAT PANEL PARA EL SERVICIO DE IMAGENOLOGIA DEL HOSPITAL II JORGE REATEGUI DELGADO DE LA RED ASISTENCIAL PIURA

Ruc/código :	20536421794	Fecha de envío :	20/12/2024
Nombre o Razón social :	BLE SOLUCIONES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - BLE S.A.C.	Hora de envío :	20:55:36

Consulta: Nro. 8

Consulta/Observación:  
EN LAS BASES DICE

C03 CONTROL DESLIZANTE PARA CAMBIAR LAS IMÁGENES

SOLICITUD

Con el objeto de fomentar la mayor cantidad de participantes, y según lo estipulado en la Ley de Contrataciones del Estado: "Principio de Libre concurrencia y Competencia, solicitamos respetuosamente al comité especial dar una descripción o ejemplo de la opción

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 4 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Artículo 2. Principios que rigen las contrataciones: a) Libertad de concurrencia

Análisis respecto de la consulta u observación:

LA OFICINA DE IMAGENOLOGIA DEL HII-JRS-PIURA, COMO AREA USUARIA, ACLARA QUE SE MANTENIENDOSE LO INDICADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS -CAPITULO III DE LAS BASES ESTANDAR DEL PRESENTE PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null



Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : AS-SM-34-2024-ESSALUD/RAPI-1-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE DETECTOR FLAT PANEL PARA EL SERVICIO DE IMAGENOLOGIA DEL HOSPITAL II JORGE REATEGUI DELGADO DE LA RED ASISTENCIAL PIURA

Ruc/código :	20536421794	Fecha de envío :	20/12/2024
Nombre o Razón social :	BLE SOLUCIONES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - BLE S.A.C.	Hora de envío :	20:55:36

Consulta: Nro. 9

Consulta/Observación:  
EN LAS BASES DICE

C05 DEBE MOSTRAR EL LOGO DE LA INSTITUCION DENTRO DE LA PLATAFORMA

SUSTENTO  
EL logo debe mostrarse en la pantalla del monitor o en el software al momento que se inicia la sesión

SOLICITUD

Solicitamos al Comité especial confirmar el requerimiento de un PACS para mostrar esta función

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 4 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

La LCE señala: Artículo 2. Principios que rigen las contrataciones: a) Libertad de concurrencia

Análisis respecto de la consulta u observación:

LA OFICINA DE IMAGENOLOGIA DEL HII-JRS-PIURA, COMO AREA USUARIA, ACLARA QUE SE MANTENIENDOSE LO INDICADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS -CAPITULO III DE LAS BASES ESTANDAR DEL PRESENTE PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:  
null

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : AS-SM-34-2024-ESSALUD/RAPI-1-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE DETECTOR FLAT PANEL PARA EL SERVICIO DE IMAGENOLOGIA DEL HOSPITAL II JORGE REATEGUI DELGADO DE LA RED ASISTENCIAL PIURA

Ruc/código :	20536421794	Fecha de envío :	20/12/2024
Nombre o Razón social :	BLE SOLUCIONES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - BLE S.A.C.	Hora de envío :	20:55:36

Consulta: Nro. 10

Consulta/Observación:  
EN LAS BASES DICE

C07 01 EQUIPO DE GESTION DE IMÁGENES MEDICAS DE 1 TB DE ALMACENAMIENTO, 8 GB DE MEMORIA RAM, MINIMO CORE I5

SOLICITUD  
Solicitamos a Comité especial confirmar si este equipo es parte de una estación de Diagnóstico y PACS

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 4 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

La LCE señala: Artículo 2. Principios que rigen las contrataciones: a) Libertad de concurrenceia

Análisis respecto de la consulta u observación:

LA OFICINA DE IMAGENOLOGIA DEL HII-JRS-PIURA, COMO AREA USUARIA, ACLARA QUE SE MANTENIENDOSE LO INDICADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS -CAPITULO III DE LAS BASES ESTANDAR DEL PRESENTE PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:  
null

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : AS-SM-34-2024-ESSALUD/RAPI-1-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE DETECTOR FLAT PANEL PARA EL SERVICIO DE IMAGENOLOGIA DEL HOSPITAL II JORGE REATEGUI DELGADO DE LA RED ASISTENCIAL PIURA

Ruc/código :	20536421794	Fecha de envío :	20/12/2024
Nombre o Razón social :	BLE SOLUCIONES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - BLE S.A.C.	Hora de envío :	20:55:36

Consulta: Nro. 11

Consulta/Observación:  
EN LAS BASES DICE

C08 05 TABLETS DE 11´´ 4 GB DE MEMORIA RAM

SOLICITUD  
Con el objeto de fomentar la mayor cantidad de participantes, y según lo estipulado en la Ley de Contrataciones del Estado: "Principio de Libre concurrencia y Competencia, solicitamos respetuosamente al comité especial Confirmar que estas Tabletas son para visores portátiles como parte de un PACS o estarán fijos en consultorios, de ser así sugerimos usar computadores de escritorio

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 4 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

La LCE señala: Artículo 2. Principios que rigen las contrataciones: a) Libertad de concurrencia

Análisis respecto de la consulta u observación:

LA OFICINA DE IMAGENOLOGIA DEL HII-JRS-PIURA, COMO AREA USUARIA, ACLARA QUE SE MANTENIENDOSE LO INDICADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS -CAPITULO III DE LAS BASES ESTANDAR DEL PRESENTE PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:  
null

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : AS-SM-34-2024-ESSALUD/RAPI-1-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE DETECTOR FLAT PANEL PARA EL SERVICIO DE IMAGENOLOGIA DEL HOSPITAL II JORGE REATEGUI DELGADO DE LA RED ASISTENCIAL PIURA

Ruc/código :	20536421794	Fecha de envío :	20/12/2024
Nombre o Razón social :	BLE SOLUCIONES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - BLE S.A.C.	Hora de envío :	20:55:36

Consulta: Nro. 12

Consulta/Observación:  
EN LAS BASES DICE

C09 01 ACCESS POINT DE BANDA DUAL 4.2 GHZ Y 5 GHZ

SUSTENTO

Si son 5 tablets y suponiendo que están en diferentes consultorios no necesitan 5 access point uno por tableta, sea el caso contrario las 5 tabletas estarán en el mismo ambiente y se conectaran al mismo acceso point.

No sería mejor 5 estaciones de visualización compuesta por un monitor y una estación de trabajo (mouse y teclado)

Por favor confirmar nuestra apreciación

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 4 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

La LCE señala: Artículo 2. Principios que rigen las contrataciones: a) Libertad de concurrencia

Análisis respecto de la consulta u observación:

LA OFICINA DE IMAGENOLOGIA DEL HII-JRS-PIURA, COMO AREA USUARIA, ACLARA QUE SE MANTENIENDOSE LO INDICADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS -CAPITULO III DE LAS BASES ESTANDAR DEL PRESENTE PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : AS-SM-34-2024-ESSALUD/RAPI-1-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE DETECTOR FLAT PANEL PARA EL SERVICIO DE IMAGENOLOGIA DEL HOSPITAL II JORGE REATEGUI DELGADO DE LA RED ASISTENCIAL PIURA

Ruc/código :	20536421794	Fecha de envío :	20/12/2024
Nombre o Razón social :	BLE SOLUCIONES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - BLE S.A.C.	Hora de envío :	20:55:36

Consulta: Nro. 13

Consulta/Observación:  
EN LAS BASES DICE

C10 INTEGRACION POR MEDIO DE DIOCM STORAGE AL FLAT PANEL  
SUSTENTO

Este punto hace referencia a la conexión del equipo de adquisición a un sistema PACS (DICOM)

Solicitamos al Comité especial confirmar nuestra apreciación

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 4 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

LA LCE SEÑALA: Artículo 2. Principios que rigen las contrataciones: a) Libertad de concurrencia

Análisis respecto de la consulta u observación:

LA OFICINA DE IMAGENOLOGIA DEL HII-JRS-PIURA, COMO AREA USUARIA, ACLARA QUE SE MANTENIENDOSE LO INDICADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS -CAPITULO III DE LAS BASES ESTANDAR DEL PRESENTE PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null