

CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS MÉDICOS EN LAS REDES ASISTENCIALES DE ESSALUD, EN ATENCIÓN A LA ALERTA DEL FENÓMENO DE "EL NIÑO" EN PERÚ 2023-2024-05 ÍTEMS, DEVIENE DE LA NULIDAD DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 126-2023-ESSALUD/CEABE-1 (DECRETO DE URGENCIA N° 32-2023) ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 32-2023 N° 126-2023-ESSALUD/CEABE-1 (2398A01261) DECRETO DE URGENCIA N° 32-2023

### ACTA DE OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

#### 1 NÚMERO DE ACTA

AS-DU-032-2023-SM-126-2023-ESSALUD/CEABE-1

#### 2 SOBRE LA INFORMACIÓN GENERAL

En Jesús María, a los 22 días del mes de abril del año 2024, en la sala de reuniones de la Sub Gerencia de Adquisición y Ejecución Contractual de la Gerencia de Adquisiciones de Bienes Estratégicos del CEABE, sito en el Jr. Domingo Cueto 120 - 5to Piso, Jesús María, siendo las 16:00 horas, se reunieron los integrantes del Comité de Selección, designados mediante Resolución de Gerencia de la Central de Abastecimiento de Bienes Estratégicos N° 117-CEABE-ESSALUD-2024, encargado de la preparación, conducción y realización del procedimiento de selección de CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS MÉDICOS EN LAS REDES ASISTENCIALES DE ESSALUD, EN ATENCIÓN A LA ALERTA DEL FENÓMENO DE "EL NIÑO" EN PERÚ 2023-2024-05 ÍTEMS, DEVIENE DE LA NULIDAD DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 126-2023-ESSALUD/CEABE-1 (DECRETO DE URGENCIA N° 32-2023) ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 32-2023 N° 126-2023-ESSALUD/CEABE-1 (2398A01261) DECRETO DE URGENCIA N° 32-2023, a fin de proseguir con los actos correspondientes al procedimiento de selección..

#### 3 SOBRE EL QUORUM Y LOS MIEMBROS PARTICIPANTES DE LA SESIÓN

El quorum necesario que exige la normativa de contrataciones del Estado se logró con la presencia de los siguientes miembros:

Presidente	VERONIKA ESPEJO CARDENAS	Titular	X	Dependencia:	Sub Gerencia de Equipamiento y Componentes Complementarios de la Gerencia de Ejecucion de Proyectos, de la Gerencia Central de Proyectos de Inversión
		Suplente			
Primer Miembro	MAYTE AGUILAR GUERRERO	Titular	X	Dependencia:	Sub Gerencia de Adquisiciones y Ejecución Contractual de la Gerencia de Adquisiciones de Bienes Estratégicos.
		Suplente			
Segundo Miembro	PEDRO RONALD DE LA CRUZ AQUIJE	Titular	X	Dependencia:	Sub Gerencia de Programación y Elaboración de Expedientes de la Gerencia de Adquisiciones de Bienes Estratégicos-GABE
		Suplente			


#### 4 OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

De acuerdo con los resultados obtenidos de la Admisión, Evaluación y Calificación de las Ofertas, según los Anexos 1, 2 y 3 del comité de selección, se ha determinado que el postor ganador de la buena pro es:

ITEM	Descripción del ITEM	Nombre o razón social del postor ganador	Monto adjudicado S/.
1	GASA CHICA (ESTAMPILLA) DE 5 CM X 5 CM	ALKHOFAR SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	S/ 480,136.50
2	GASA GRANDE DE 10 CM X 10 CM	ALKHOFAR SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	S/ 4,645,241.25
3	GASA MEDIANA DE 7.5 CM X 7.5 CM	ALKHOFAR SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	S/ 1,644,817.50
4	SABANA QUIRÚRGICA DESCARTABLE DE 1 1/2 PLAZA	L & M MEDICAL SUPPLIES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	S/ 342,000.00
5	DETERGENTE DESINFECTANTE DE SUPERFICIES MOBILIARIO EQUIPOS BIOMÉDICOS	GCG INVESTMENT S.A.C.	S/ 198,686.56

#### 5 BASE LEGAL

Numeral 76.3. del artículo 76 del Reglamento: "Definida la oferta ganadora, el comité de selección otorga la buena pro, mediante su publicación en el SEACE".



**6 ACUERDO ADOPTADO**

Los integrantes del comité de selección, por unanimidad, otorgan la buena pro al postor mencionado en el numeral 4.

**7**



**VERONIKA ESPEJO CARDENAS**  
Presidente del Comité de Selección



**MAYTE AGUILAR GUERRERO**  
Miembro del Comité de Selección




**PEDRO RONALD DE LA CRUZ AQUIJE**  
Miembro del comité de selección

CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS MÉDICOS PARA LAS REDES ASISTENCIALES DE ESSALUD EN ATENCIÓN A LA ALERTA DEL FENOMENO DEL NIÑO EN PERI  
ITEM

DOCUMENTACION DE PRESENTACIÓN OBLIGATORIA

NOMBRE DEL ITEM: 1		GASA CHICA (ESTAMPILLA) DE 5cm X 5 cm/ COD. 20102493						
		POSTORES						
Nº	DOCUMENTOS PARA LA ADMISIÓN DE LA OFERTA	1	2	3	4	5	6	7
		ALCOHAR	LAB. BARTON	CORP. ABANTOS	GEOMEDIC	GSDE LAB	LABOT	LANESA
4. Documentación de presentación obligatoria								
4.1	Certificado de Buenas Prácticas de Manufactura (CBPM).	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
4.2	Certificado de Buenas Prácticas de Almacenamiento (CBPA).	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
4.3	Registro Sanitario o Certificado de Registro Sanitario Vigente.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
4.4	El Certificado de Análisis del Dispositivo Médico (Protocolo de Análisis)	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
4.5	Manual de Instrucciones de Uso e Inserto.	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE
4.6	Rotulado de los envases mediano e inmediato	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
RESULTADO		CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
* Observaciones:								
CORPORACION ABANTO S.S.A.C.								
NO SE ENCUENTRA VIGENTE LA NORMA INTERNACIONAL ISO 10993-10:2017 A LA FECHA DE FABRICACION DEL DIA SEGÚN LO SEÑALADO EN LOS RTM EN EL NUMERAL 4.4., SIENDO DICHA NORMA A PUBLICADA EL 2021-11-16 Y LA FABRICACION DEL DIA FUE EL 01/09/2022. NO ACREREDITA LAS DIMENSIONES DEL ENVOLTORIO INTERNO.								
GEOMEDIC								
NO ACREREDITA QUE EL ENVASE INMEDIATO PRESENTE INDICADOR DE ESTERILIZACIÓN VISIBLE. / LAS NORMAS TÉCNICAS A LAS QUE SE ADOGE NO INDICAN EN AÑO DE TAL MANERA QUE NO SE PUE SEÑALADO EN LA NOTA DEL NUMERAL 4.4 DE LOS RTM.								



FICHA TECNICA DE EVALUACION

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 126-2023-ESSALUD/CEABE-1

CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS MÉDICOS PARA LAS REDES ASISTENCIALES DE ESSALUD EN ATENCIÓN A LA ALERTA DEL FENOMENO DEL NIÑO EN PERU 2023-2024, MATERIAL MÉDICO 05 ITEM

DOCUMENTACIÓN DE PRESENTACIÓN OBLIGATORIA

NOMBRE DEL ITEM: 2		GASA GRANDE DE 10cm X 10 cm/ COD. 20102494							
N°	DOCUMENTOS PARA LA ADMISIÓN DE LA OFERTA	POSTORES							
		1	2	3	4	5	6	7	8
	ALKHOFAR								
	LAB. BARTON								
	CORP. ABANTOS								
	GEOMEDIC								
	LABOT								
	LANESA								
	L&M MEDICAL								
	LA. TEXTILES SERLYMEDIC LOS ROSALES								
4. Documentación de presentación obligatoria									
4.1	Certificado de Buenas Prácticas de Manufactura (CBPM).	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
4.2	Certificado de Buenas Prácticas de Almacenamiento (CBPA).	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
4.3	Registro Sanitario o Certificado de Registro Sanitario Vigente.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
4.4	El Certificado de Análisis del Dispositivo Médico (Protocolo de Análisis)	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE
4.5	Manual de instrucciones de Uso o inserto.	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	CUMPLE	NO APLICA	NO APLICA	CUMPLE
4.6	Rotulado de los envases mediano e inmediato	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
	RESULTADO	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE
OBSERVACIONES:									
CORP. ABANTOS									
NO ACREDITA LAS DIMENSIONES DEL ENVOLTORIO INTERNO. / NO SE ENCUENTRA VIGENTE LA NORMA INTERNACIONAL ISO 10993-10:2017 A LA FECHA DE FABRICACION DEL DM SEGÚN LO SEÑALADO EN LOS RTM EN EL NUMERAL 4.4., SIENDO DICHA NORMA ANULADA POR LA ISO 10993-10:2021 PUBLICADA EL 2023-11-16 Y LA FECHA DE FABRICACIÓN EL /06/2022									
GEOMEDIC									
NO ACREDITA QUE EL ENVASE INMEDIATO PRESENTE INDICADOR DE ESTERILIZACIÓN VISIBLE. / LAS NORMAS TÉCNICAS A LAS QUE SE ACOGE NO INDICAN EN AÑO DE TAL MANERA QUE NO SE PUEDE VERIFICAR SU VIGENCIA, SEGÚN LO SEÑALADO EN LA NOTA DEL NUMERAL 4.4 DE LOS RTM.									
L&M MEDICAL									
NO CUMPLE CON LAS DIMENSIONES DEL DM SEGÚN LA FICHA TÉCNICA IETSI ES DE 10 cm X 10 cm, MUESTRAS QUE EL R.S DEL POSTOR ESTÁ AUTORIZADO EN LAS DIMENSIONES +/-2cm. DE ESTA MANERA NO CUMPLE CON LO REQUERIDO POR LA ENTIDAD. / EXISTE UNA INCONGRUENCIA EL COA INDICA DIMENSIONES SIN RANGO DE VARIACIÓN MIENTRAS QUE EL AUTORIZADO TIENE UNA VARIACIÓN DE +/- 2 cm DE ESTA MANERA SEGÚN LO AUTORIZADO EN SU R.S NO CUMPLE CON LAS DIMENSIONES DE LA GASA DOBLADA NI LA GASA EXTENDIDA.									
SERLYMEDIC									
NO ACREDITA LA CONDICION DE "NO PRE LAVADA", ATOXICA E HIPOALERGENICA, NO ACREDITA EL PESO DEL ENVOLTORIO INTERNO.									



FICHA TECNICA DE EVALUACION


ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 126-2023-ESSALUDICEABE-1

CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS MEDICOS PARA LAS REDES ASISTENCIALES DE ESSALUD EN ATENCIÓN A LA ALERTA DEL FENOMENO DEL NIÑO EN PERU 2023-2024.  
MATERIAL MEDICO 05 ITEM

DOCUMENTACIÓN DE PRESENTACIÓN OBLIGATORIA

NOMBRE DEL ITEM: 3		GASA MEDIANA DE 7.5cm X 7.5 cm/ COD. 20H02495							
N°	DOCUMENTOS PARA LA ADMISION DE LA OFERTA	POSTORES							
		1	2	3	4	5	6	7	
		ALHOFAR	LAB. BARTON	CORP. ABANTOS	GEOMEDIC	LABOT	LANESA	LA. TEXTILES LOS ROSALES	SERLYMEDIC
4. Documentación de presentación obligatoria									
4.1	Certificado de Buenas Prácticas de Manufactura (CBPM).	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
4.2	Certificado de Buenas Prácticas de Almacenamiento (CBPA).	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
4.3	Registro Sanitario o Certificado de Registro Sanitario Vigente.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
4.4	El Certificado de Análisis del Dispositivo Médico (Protocolo de Análisis)	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE
4.5	Manual de Instrucciones de Uso o Inserto.	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE
4.6	Rotulado de los envases mediano e inmediato	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
RESULTADO		CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE
* Observaciones:									
CORP. ABANTOS									
NO ACREREDITA LAS DIMENSIONES DEL ENVOLTORIO INTERNO. / NO SE ENCUENTRA VIGENTE LA NORMA INTERNACIONAL ISO 10993-10:2017 A LA FECHA DE FABRICACION DEL DM SEGUN LO SEÑALADO EN LOS RTM EN EL NUMERAL 4.4, SIENDO DICHA NORMA ANULADA POR LA ISO 10993-10:2021 PUBLICADA EL 2021-11-16 Y LA FECHA DE FABRICACIÓN EL /06/2022									
GEOMEDIC									
NO ACREREDITA QUE EL ENVASE INMEDIATO PRESENTE INDICADOR DE ESTERILIZACIÓN VISIBLE. / LAS NORMAS TÉCNICAS A LAS QUE SE ACOGE NO INDICAN EN AÑO DE TAL MANERA QUE NO SE PUEDE VERIFICAR SU VIGENCIA, SEGÚN LO SEÑALADO EN LA NOTA DEL NUMERAL 4.4 DE LOS RTM.									
SERLYMEDIC									
NO ACREREDITA LA CONDICION DE "NO PRE LAVADA", ATOXICA E HIPOALERGENICA, NO ACREREDITA EL PESO DEL ENVOLTORIO INTERNO, NO ACREREDITA LA CANTIDAD DE HILOS POR UROIMBRE POR 2.54cm, NO ACREREDITA LA CANTIDAD DEHILOS EN TRAMPA POR 2.54 cm, NO ACREREDITA LAS DIMENSIONES DE LA GASA EXTENDIDA.									

*[Handwritten signature]*



FICHA TECNICA DE EVALUACION

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 128-2023-ESSALUD/CEABE-1

CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS MÉDICOS PARA LAS REDES ASISTENCIALES DE ESSALUD EN ATENCIÓN A LA ALERTA DEL FENÓMENO DEL NIÑO EN PERÚ 2023-2024, MATERIAL MÉDICO 05 ITEM

DOCUMENTACIÓN DE PRESENTACIÓN OBLIGATORIA

NOMBRE DEL ÍTEM: 4		SABANA QUIRÚRGICA DESCARTABLE DE 1 1/2 PLAZA / COD. 20101644							
N°	DOCUMENTOS PARA LA ADMISIÓN DE LA OFERTA	POSTORES							
		1	2	3	4	5	6	7	8
		LAB. BARTON	CORP. ABANTOS	DROCCA	FMEDIC	LAB MEDIC	SAN RAFAEL	L&M MEDICAL	VALTAKS
4. Documentación de presentación obligatoria									
4.1	Certificado de Buenas Prácticas de Manufactura (CBPM)	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
4.2	Certificado de Buenas Prácticas de Almacenamiento (CBPA)	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
4.3	Registro Sanitario o Certificado de Registro Sanitario Vigente.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
4.4	El Certificado de Análisis del Dispositivo Médico (Protocolo de Análisis)	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
4.5	Manual de Instrucciones de Uso o Inserto.	NO APLICA	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	NO APLICA	CUMPLE
4.6	Rotulado de los envases inmediato o inmediato	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
	RESULTADO	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
* Observaciones:									
LAB MEDIC									
NO ACREDITA LAS DIMENSIONES DEL DM SEGÚN LO REQUERIDO EN LA FICHA TÉCNICA DEL ÍTEM. /NO ACREDITA LAS DIMENSIONES DE LOS BORDES ADHESIVOS.									
SAN RAFAEL									
NO CUMPLE CON PRESENTAR EL CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE MANUFACTURA, INCUMPLIENDO LO ESTABLECIDO EN EL NUMERAL 4.1 DE LOS RTM / NO CUMPLE CON PRESENTAR EL REGISTRO SANITARIO DEL DISPOSITIVO MÉDICO, INCUMPLIENDO EL NUMERAL 4.3 DE LOS RTM/ NO CUMPLE CON ACREDITAR LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS POR LA ENTIDAD CON LOS DOCUMENTOS, REQUERIDOS EN EL NUMERAL 4.4 DE LOS RTM/ NO CUMPLE CON PRESENTAR SUS ROTULADOS INCUMPLIENDO LO REQUERIDO EN EL NUMERAL 4.6 DE LOS RTM.									

*[Handwritten signature]*



FICHA TECNICA DE EVALUACION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 126-2023-ESSALUD/CEABE-1

CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS MÉDICOS PARA LAS REDES ASISTENCIALES DE ESSALUD EN ATENCIÓN A LA ALERTA DEL FENOMENO DEL NIÑO EN PERU 2023-2024, MATERIAL MEDICO 05 ITEM

DOCUMENTACIÓN DE PRESENTACIÓN OBLIGATORIA

NOMBRE DEL ITEM: 5		DETERGENTE DESINFECTANTE DE SUPERFICIES MOBILIARIO EQUIPOS BIOMEDICOS / COD. 20103353			
Nº	DOCUMENTOS PARA LA ADMISION DE LA OFERTA	POSTORES			
		1	2	3	4
		FERCO MEDICAL	GCG INVESTIMENT	IMPLANTES EXTERNOS	KRUPXEN
4. Documentación de presentación obligatoria					
4.1	Certificado de Buenas Prácticas de Manufactura (CBPM).	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
4.2	Certificado de Buenas Prácticas de Almacenamiento (CBPA).	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
4.3	Registro Sanitario o Certificado de Registro Sanitario Vigente.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
4.4	El Certificado de Análisis del Dispositivo Médico (Protocolo de Análisis)	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE
4.5	Manual de Instrucciones de Uso o Inserto.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
4.5	Rotulado de los envases maestro e inmediato	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
	RESULTADO	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE
* Observaciones:					
FERCO MEDICAL					
NO A CREDITA EN SU COMPOSICIÓN QUE EL AMONIO CUATERNARIO SEA DE ULTIMA GENERACIÓN./NO A CREDITA QUE SEA BIODEGRADABLE					
IMPLANTES EXTERNOS					
NO A CREDITA QUE SEA BIODEGRADABLE					