

## PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD AGRARIA

Nomenclatura : AS-SM-9-2025-SENASA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE KIT PCR EN TIEMPO REAL DE UN PASO P/DETECCION DE PATOGENOS VIRALES RT(TRANSCRIPTASA REVERSA) X 500 REACCIONES DE 20 µL

Ruc/código : 20160056062

Nombre o Razón social : BELOMED S.R.L.

Fecha de envío : 14/03/2025

Hora de envío : 17:27:53

**Consulta: Nro. 1**

### Consulta/Observación:

"Respecto a ITEM: KIT PCR EN TIEMPO REAL DE UN PASO P/DETECCIÓN DE PTÓGENOS VIRALES RT(TRANSCRIPTASA REVERSA) X 500 REACCIONES DE 20 µL, en III. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS DEL BIEN, mencionan:

""6. El kit debe contar con:

El producto ofertado debe ser aprobado por el National Veterinary Services Laboratory/ Animal and Plnat Health Inspection Service (NVLS/APHIS) u otro laboratorio de referencia para Influenza Aviar de la OMSA, según el procedimiento operativo estándar, SOP-NVSL-0068 del USDA-APHIS, lo cual será verificado por el área usuaria"".

Dado que se indica que esta aprobación será verificada por el área usuaria, se consulta al comité especial ACLARAR si la presentación de algún DOCUMENTO que sustente ello en la presentación de la oferta es OPCIONAL."

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III-3.1 Literal: III-6 Página: 21

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

### Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que la presentación de algún documento al respecto es OPCIONAL, puesto que la verificación será realizada por el area usuaria, bajos los procedimientos establecidos en el requerimiento.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD AGRARIA

Nomenclatura : AS-SM-9-2025-SENASA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE KIT PCR EN TIEMPO REAL DE UN PASO P/DETECCION DE PATOGENOS VIRALES RT(TRANSCRIPTASA REVERSA) X 500 REACCIONES DE 20 µL

Ruc/código :	20160056062	Fecha de envío :	14/03/2025
Nombre o Razón social :	BELOMED S.R.L.	Hora de envío :	17:27:53

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

"Respecto a ITEM: KIT PCR EN TIEMPO REAL DE UN PASO P/DETECCIÓN DE PTÓGENOS VIRALES RT(TRANSCRIPTASA REVERSA) X 500 REACCIONES DE 20 µL, en III. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS DEL BIEN, mencionan:

""1.- Presentación: KIT x 500 reacciones"".

Se consulta al comité especial en coordinación con el área usuaria si aceptaría el KIT x 500 reacciones de 25 uL de volumen de reacción."

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III-3.1 Literal: III-1 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Hecho el analisis de la consulta se acepta lo solicitado por lo que se precisa que tambiej sera valido la entrega del KIT x 500 reacciones de 25 uL de volumen de reacción, considerando que el volumen depende del protocolo que desarrolla el Area Usuaria

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

CAPITULO III	3.1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	III.
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS	1. Presentación: KIT x 500 reacciones de 20 uL o 25 uL	

Entidad convocante : SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD AGRARIA

Nomenclatura : AS-SM-9-2025-SENASA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE KIT PCR EN TIEMPO REAL DE UN PASO P/DETECCION DE PATOGENOS VIRALES RT(TRANSCRIPTASA REVERSA) X 500 REACCIONES DE 20 µL

Ruc/código :	20160056062	Fecha de envío :	14/03/2025
Nombre o Razón social :	BELOMED S.R.L.	Hora de envío :	17:27:53

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

"Respecto a ITEM: KIT PCR EN TIEMPO REAL DE UN PASO P/DETECCIÓN DE PTÓGENOS VIRALES RT(TRANSCRIPTASA REVERSA) X 500 REACCIONES DE 20 µL, en III. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS DEL BIEN, mencionan:

- ""1.- Presentación: KIT x 500 reacciones.
4. Características físicas y químicas:
- Master Mix Enzimático, conteniendo transcriptasa inversa y ADN polimerasa en un mismo vial y/o separado.
  - Buffer RT-PCR, el cual debe incluir ROX en el mismo vial o en vial diferente.
  - Potenciador de detección que permita mejorar la amplificación de plantillas con alto contenido de GC o estructura secundaria persistente"".

Se consulta al comité especial en coordinación con el área usuaria si aceptaría la presentación del kit solicitado en dos partes: una parte que contenga el Mater Mix Enzimático y Buffer RT-PCR con las características mencionadas, y la otra parte que contenga el potenciador de detección, ambas partes en presentación de 500 reacciones. La presentación ofrecida no afecta el rendimiento ni involucra un costo adicional a la propuesta."

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III-3.1 Literal: III-4 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Hecho el analisis de la consulta se acepta lo solicitado precisando que será válido también la entrega a lo ya establecido en las especificaciones tecncias asi mismo en dos partes:

Primera parte: Master Mix (un vial) y Buffer RT-PCR (un vial), ambos para 500 reacciones.

Segunda parte: Potenciador de detección (un vial) para 500 reacciones.

Concluyendo que la presentación ofrecida por el participante no afecta el rendimiento del kit en los ensayos a efectuarse.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

CAPITULO III	3.1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	III.
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS	(...)	4.
Características físicas y químicas:	(...)	será válido
también la entrega en 2 partes	Primera parte: Master Mix (un vial) y Buffer RT-PCR (un vial), ambos para 500 reacciones.	
Segunda parte: Potenciador de detección (un vial) para 500 reacciones.		

Entidad convocante : SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD AGRARIA

Nomenclatura : AS-SM-9-2025-SENASA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE KIT PCR EN TIEMPO REAL DE UN PASO P/DETECCION DE PATOGENOS VIRALES RT(TRANSCRIPTASA REVERSA) X 500 REACCIONES DE 20 µL

Ruc/código :	20501262260	Fecha de envío :	14/03/2025
Nombre o Razón social :	GEN LAB DEL PERU S.A.C.	Hora de envío :	23:10:35

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

Antecedentes:

CAPÍTULO I GENERALIDADES

1.9. PLAZO DE ENTREGA

Los bienes materia de la presente convocatoria se entregarán de manera periódica bajo el siguiente detalle:

Entrega 1: A los 90 días calendario, contabilizados a partir del día siguiente de la notificación de la orden de compra.

Entrega 2: A los 210 días calendario, contabilizados a partir del día siguiente de la notificación de la orden de compra.

Consulta:

Considerando que el bien objeto de la presente convocatoria se entregará de manera periódica (dos entregas) y que el plazo de cada entrega se a partir del día siguiente de la notificación de la orden de compra, ¿podría el Comité de Selección precisar si se emitirá una sola orden de compra por la totalidad del bien?

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: I Literal: 1.9. Página: 15

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Al respecto se precisa que se emitirá una sola orden de compra por la totalidad de los entregables.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD AGRARIA

Nomenclatura : AS-SM-9-2025-SENASA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE KIT PCR EN TIEMPO REAL DE UN PASO P/DETECCION DE PATOGENOS VIRALES RT(TRANSCRIPTASA REVERSA) X 500 REACCIONES DE 20 µL

Ruc/código :	20501262260	Fecha de envío :	14/03/2025
Nombre o Razón social :	GEN LAB DEL PERU S.A.C.	Hora de envío :	23:10:35

**Observación: Nro. 5**

**Consulta/Observación:**

Antecedentes:

CAPÍTULO II DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

2.6. FORMA DE PAGO

La Entidad realizará el pago de la contraprestación pactada a favor del contratista en único pago.

Observación:

Considerando que el bien objeto de la presente convocatoria se entregará de manera periódica (dos entregas), solicitamos al Comité de Selección tenga a bien modificar la forma de pago, de tal manera que el pago de la contraprestación sea por cada entrega.

**Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: II Literal: 2.6. Página: 18**

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Al respecto se acoge lo solicitado y se uniformisa la FORMA DE PAGO lo establecido en el Capítulo III con lo señalado en el capítulo II numeral 2.6 precisandose que el pago se efectuara de manera parcial de acuerdo al cumplimiento de cada entregable. Se precisará en las bases.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

CAPITULO II DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

2.6. FORMA DE PAGO

La Entidad realizará el pago de la contraprestación pactada a favor del contratista en pagos parciales.

Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad debe contar con la siguiente documentación para cada entregable: (...) CAPITULO

III 3.1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

III. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS (...)

VIII. FORMA DE PAGO

(...) Para efectos del pago de las contraprestaciones e

Entidad convocante : SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD AGRARIA

Nomenclatura : AS-SM-9-2025-SENASA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE KIT PCR EN TIEMPO REAL DE UN PASO P/DETECCION DE PATOGENOS VIRALES RT(TRANSCRIPTASA REVERSA) X 500 REACCIONES DE 20 µL

Ruc/código :	20501262260	Fecha de envío :	14/03/2025
Nombre o Razón social :	GEN LAB DEL PERU S.A.C.	Hora de envío :	23:10:35

Observación: Nro. 6

Consulta/Observación:

Antecedentes:

CAPÍTULO III REQUERIMIENTO

3.1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

II. OBJETIVOS DE LA CONTRATACIÓN

El presente procedimiento de selección tiene por objeto la contratación de Adquisición de KIT PCR EN TIEMPO REAL DE UN PASO P/DETECCION DE PATOGENOS VIRALES RT (TRANSCRIPTASA REVERSA) X 500 REACCIONES DE 20 µL permitirá contar con una herramienta diagnóstica confirmatoria para el virus de Influenza Aviar y la detección de diferentes agentes infecciosos que afectan la producción pecuaria en el país.

Observación:

En el mercado existen marcas para el diagnóstico de influenza Aviar que cuentan con distinta presentación en número de reacciones. En particular, el producto con el cual estamos evaluando nuestra participación, tiene una forma de presentación de "kit x 1000 reacciones de 50 µL", pudiendo entregarse de la siguiente manera:

1ra entrega: 1 kit x 1000 reacciones de 50 µL (en lugar de 2 kits x 500 reacciones de 20 µL)

2da entrega: 7 kits x 1000 reacciones de 50 µL (en lugar de 13 kits x 500 reacciones de 20 µL)

En virtud de que no se estaría incumpliendo con la cantidad mínima de reacciones para cada entrega, solicitamos respetuosamente al Comité de Selección tenga a bien aceptar nuestro producto.

Acápite de las bases : Sección: Específico Numeral: III Literal: 3.1. Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge la observación, se precisa que la menor presentación aceptable será de 500 uL, por motivos de flujo de trabajo y almacenamiento en el laboratorio.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD AGRARIA

Nomenclatura : AS-SM-9-2025-SENASA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE KIT PCR EN TIEMPO REAL DE UN PASO P/DETECCION DE PATOGENOS VIRALES RT(TRANSCRIPTASA REVERSA) X 500 REACCIONES DE 20 µL

Ruc/código :	20501262260	Fecha de envío :	14/03/2025
Nombre o Razón social :	GEN LAB DEL PERU S.A.C.	Hora de envío :	23:10:35

**Consulta: Nro. 7**

**Consulta/Observación:**

CAPÍTULO III REQUERIMIENTO

3.1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

III. CARACTERISTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS DEL BIEN

4.- Características físicas y químicas:

Debe incluir:

- Potenciador de detección que permita mejorar la amplificación de plantillas con alto contenido de GC o estructura secundaria persistente.

Consulta:

El producto con el cual estamos evaluando nuestra participación cuenta con una combinación de enzimas transcriptasas reversas Omniscript y Sensiscript que facilitan la transcripción sobre estructuras secundarias ¿Podría el Comité de Selección considerar esta química como el potenciador que permitirá la detección de estructuras secundarias persistentes?

**Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1. Página: 21**

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

No se acepta la solicitado, debido a que el protocolo SOP-NVSL-0068 del USDA-APHIS ha sido validado con todos los componentes que contiene el kit

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD AGRARIA

Nomenclatura : AS-SM-9-2025-SENASA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE KIT PCR EN TIEMPO REAL DE UN PASO P/DETECCION DE PATOGENOS VIRALES RT(TRANSCRIPTASA REVERSA) X 500 REACCIONES DE 20 µL

Ruc/código :	20501262260	Fecha de envío :	14/03/2025
Nombre o Razón social :	GEN LAB DEL PERU S.A.C.	Hora de envío :	23:10:35

Consulta: Nro. 8

Consulta/Observación:

Antecedentes:  
CAPÍTULO III REQUERIMIENTO  
3.1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS  
III. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS DEL BIEN  
6.- El kit debe contar con:  
- Certificado de análisis (el contratista debe entregarlo cuando ingrese el producto a almacén).

Consulta:  
¿Podría el Comité de Selección precisar que el certificado de análisis debe ser presentado junto al producto al momento de su ingreso al almacén de la entidad y no en la oferta?

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1. Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se precisa que la acreditación del certificado de análisis es en el momento del internamiento del producto en Almacén a cargo de Contratista.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null