

## PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : EJERCITO PERUANO

Nomenclatura : AS-SM-2-2025-EP/UO 0790-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS QUIRÚRGICOS PARA LA ATENCION AMBULATORIA, EN LA I DE, III DE Y CSM RIMAC¿ AF 2025

Ruc/código : 20503681499

Nombre o Razón social : LUAL MEDICA E.I.R.L.

Fecha de envío : 14/04/2025

Hora de envío : 17:11:52

### Observación: Nro. 1

#### Consulta/Observación:

Del protocolo¿

Siendo que algunos productos no cuentan con registro sanitario y se encuentran en listado DIGEMID, solicitamos que para los productos que no cuenten con R.S. no sea obligatoria la presentación del PROTOCOLO O CERTIFICADO DE ANALISIS, dado que muchos productos que no cuentan con R.S. no suelen contar con un protocolo de análisis emitidos por el fabricante.

Por lo que, solicitamos considere la presentación de: Ficha Técnica, Informe Técnico, Catálogo, Folletería y/o Análisis Técnico del producto .

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 2.2 Literal: e Página: 20

#### Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

ds016-2011-sa-

#### Análisis respecto de la consulta u observación:

Este Órgano en coordinación con el usuario acoge en parte su observación por lo que se considerara de la siguiente forma:

¿No será obligatoria la presentación del PROTOCOLO O CERTIFICADO DE ANALISIS en caso algún producto no requiera Registro Sanitario deberá adjuntar el documento emitido por la ANM, en el cual acredite que no requiera dicho documento. Sin embargo, para aquellos productos que no lo requieran el postor debe presentar Ficha Técnica, Informe Técnico, Catálogo, Folletería y/o Análisis Técnico del producto ofertado el cual esta deberá contener y cumplir las características técnicas solicitadas por la Entidad¿.

#### Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se precisará en la integración de las bases

Entidad convocante : EJERCITO PERUANO

Nomenclatura : AS-SM-2-2025-EP/UO 0790-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS QUIRÚRGICOS PARA LA ATENCION AMBULATORIA, EN LA I DE, III DE Y CSM RIMAC, AF 2025

Ruc/código :	20503681499	Fecha de envío :	14/04/2025
Nombre o Razón social :	LUAL MEDICA E.I.R.L.	Hora de envío :	17:11:52

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

del requerimiento: item 10

CALIBRADOR PARA EQUIPO AUTOMATIZADO

Por haber varias presentaciones, solicitamos se amplíe.  
1 X 7 ML ó CAJA X 2 FC DE 4 ML C/U  
ampliar la oferta

Acápite de las bases : Sección: Especifico      Numeral: 4.1      Literal: 10      Página: 28

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

ds014-2011-sa- ds016-2011-sa-

Análisis respecto de la consulta u observación:

Este Órgano en coordinación con el usuario no acoge su consulta por lo que se esta solicitando CALIBRADOR PARA SER USADO CON REACTIVO WIENER EN LABORATORIO EN ANALIZADORES AUTOMÁTICOS DE QUÍMICA CLÍNICA

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :	EJERCITO PERUANO
Nomenclatura :	AS-SM-2-2025-EP/UO 0790-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Bien
Descripción del objeto :	ADQUISICION DE MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS QUIRÚRGICOS PARA LA ATENCION AMBULATORIA, EN LA I DE, III DE Y CSM RIMAC, AF 2025

Ruc/código :	20503681499	Fecha de envío :	14/04/2025
Nombre o Razón social :	LUAL MEDICA E.I.R.L.	Hora de envío :	17:11:52

**Observación: Nro. 3**  
**Consulta/Observación:**  
del requerimiento: item 14  
CINTA TESTIGO PARA CALOR SECO 1226

Por motivos de agotamiento del producto en dicho código y por ser direccionado a una marca, solicitamos se omita el código: 1226, ampliar la oferta

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** 4.1    **Literal:** 14    **Página:** 28  
**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**  
ds014-2011-sa- ds016-2011-sa-  
**Análisis respecto de la consulta u observación:**  
Este Órgano en coordinación con el usuario acoge su observación por lo que se considerara de la siguiente forma:  
  
CINTA TESTIGO PARA CALOR SECO

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**  
Se suprimirá en la integración de las bases

Entidad convocante :	EJERCITO PERUANO
Nomenclatura :	AS-SM-2-2025-EP/UO 0790-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Bien
Descripción del objeto :	ADQUISICION DE MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS QUIRÚRGICOS PARA LA ATENCION AMBULATORIA, EN LA I DE, III DE Y CSM RIMAC, AF 2025

Ruc/código :	20503681499	Fecha de envío :	14/04/2025
Nombre o Razón social :	LUAL MEDICA E.I.R.L.	Hora de envío :	17:11:52

**Consulta: Nro. 4**  
**Consulta/Observación:**  
del requerimiento: ítem 52  
LAMINA CUBRE OBJETO 24 MM x 50MM x 100 UU

Por haber varias presentaciones, solicitamos se amplíe.  
LAMINA CUBRE OBJETO 22-24 MM x 50MM -60MM x 100 UU  
ampliar la oferta

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** 4.1    **Literal:** 52    **Página:** 33

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

ds014-2011-sa- ds016-2011-sa-

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Este Órgano en coordinación con el usuario acoge su consulta por lo que se considerara de la siguiente forma:

LAMINA CUBRE OBJETO 22-24 MM x 50MM -60MM x 100 UU

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

Se ampliará en la integración a las bases

Entidad convocante : EJERCITO PERUANO

Nomenclatura : AS-SM-2-2025-EP/UO 0790-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS QUIRÚRGICOS PARA LA ATENCION AMBULATORIA, EN LA I DE, III DE Y CSM RIMAC, AF 2025

Ruc/código :	20503681499	Fecha de envío :	14/04/2025
Nombre o Razón social :	LUAL MEDICA E.I.R.L.	Hora de envío :	17:11:52

**Consulta:** Nro. 5  
**Consulta/Observación:**  
del requerimiento: ítem 63  
PASTA PARA PROFILAXIS DENTAL X 50 GR

Por haber varias presentaciones, solicitamos se amplíe.  
PASTA PARA PROFILAXIS DENTAL X 50 GR -90 gr  
ampliar la oferta

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 4.1 Literal: 63 Página: 34

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):  
ds014-2011-sa- ds016-2011-sa-

Análisis respecto de la consulta u observación:  
Este Órgano en coordinación con el usuario acoge en parte su consulta por lo que se considerara de la siguiente forma:  
  
PASTA PARA PROFILAXIS DENTAL X 50 GR a mas

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**  
Se ampliará en la integración a las bases

Entidad convocante : EJERCITO PERUANO

Nomenclatura : AS-SM-2-2025-EP/UO 0790-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS QUIRÚRGICOS PARA LA ATENCION AMBULATORIA, EN LA I DE, III DE Y CSM RIMAC¿ AF 2025

Ruc/código :	20503681499	Fecha de envío :	14/04/2025
Nombre o Razón social :	LUAL MEDICA E.I.R.L.	Hora de envío :	17:11:52

**Observación: Nro. 6**  
**Consulta/Observación:**  
del requerimiento: item 67  
PELICULA RADIOGRAFICA MXG 8 X10 DIGITALES TIPO CARESTREAM

Se solicita aclaración  
Su requerimiento se dirige a:  
Las características de su requerimiento indican que la presentación de dicha película es sensible al verde, por 100 und.  
Informar que la marca carestream a descontinuado la fabricación de dicho producto

Se solicita respetuosamente que se suprima las palabras ¿digital y tipo carestream¿, para evitar confusión  
O se aclare su requerimiento

Acápite de las bases : Sección: Especifico      Numeral: 4.1      Literal: 67      Página: 34

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**  
ds014-2011-sa- ds016-2011-sa-

**Análisis respecto de la consulta u observación:**  
Este Órgano en coordinación con el usuario acoge su observación, por lo que se considerara de la siguiente forma:

DESCRIPCION:  
PELICULA RADIOGRAFICA MXG 8 X10

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**  
Se suprimirá en la integración de las bases

Entidad convocante : EJERCITO PERUANO

Nomenclatura : AS-SM-2-2025-EP/UO 0790-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS QUIRÚRGICOS PARA LA ATENCION AMBULATORIA, EN LA I DE, III DE Y CSM RIMAC, AF 2025

Ruc/código :	20503681499	Fecha de envío :	14/04/2025
Nombre o Razón social :	LUAL MEDICA E.I.R.L.	Hora de envío :	17:11:52

**Observación: Nro. 7**  
**Consulta/Observación:**  
del requerimiento: item 81  
PRUEBAS RAPIDAS PARA DIAGNOSTICO EMBARAZO x 100 PRUEBAS

Se solicita la aclaración de la presentación y cantidad de requerimiento  
La presentación del producto en mención es de 25 tiras por tubo

Acápite de las bases : Sección: Especifico      Numeral: 4.1      Literal: 81      Página: 35

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

ds014-2011-sa- ds016-2011-sa-

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Este Órgano en coordinación con el usuario aclara su observacion por lo que se está solicitando es caja

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : EJERCITO PERUANO

Nomenclatura : AS-SM-2-2025-EP/UO 0790-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS QUIRÚRGICOS PARA LA ATENCION AMBULATORIA, EN LA I DE, III DE Y CSM RIMAC, AF 2025

Ruc/código :	20503681499	Fecha de envío :	14/04/2025
Nombre o Razón social :	LUAL MEDICA E.I.R.L.	Hora de envío :	17:11:52

**Consulta:** Nro. 8  
**Consulta/Observación:**  
del requerimiento: item 97  
TGO (TRANSAMINASA ASPARTATO TRANSFERASA) x 200 ML

Indica:  
METODOLOGÍA: MÉTODO COLORIMÉTRICO, UV OPTIMIZADO (IFCC).

Se solicita por ser de mayor aplicación funcional y comercial se amplíe a MÉTODO CINÉTICO  
Quedando:  
METODOLOGÍA: MÉTODO COLORIMÉTRICO, UV OPTIMIZADO (IFCC). Ó CINÉTICO

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 4.1 Literal: 97 Página: 37

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):  
ds014-2011-sa- ds016-2011-sa-

**Análisis respecto de la consulta u observación:**  
Este Órgano en coordinación con el usuario acoge su consulta por lo que se considerara de la siguiente forma:  
  
METODOLOGÍA: MÉTODO COLORIMÉTRICO, UV OPTIMIZADO (IFCC). Ó CINÉTICO

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**  
Se formulará en la integración de las bases



Entidad convocante : EJERCITO PERUANO

Nomenclatura : AS-SM-2-2025-EP/UO 0790-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS QUIRÚRGICOS PARA LA ATENCION AMBULATORIA, EN LA I DE, III DE Y CSM RIMAC, AF 2025

Ruc/código :	20503681499	Fecha de envío :	14/04/2025
Nombre o Razón social :	LUAL MEDICA E.I.R.L.	Hora de envío :	17:11:52

Consulta: Nro. 9

Consulta/Observación:

del requerimiento: ítem 106

TRANSAMINASA TGO AST X 200 ML

Indica:

METODOLOGÍA: MÉTODO COLORIMÉTRICO, UV OPTIMIZADO (IFCC).

Se solicita por ser de mayor aplicación funcional y comercial se amplíe a MÉTODO CINÉTICO

Quedando:

METODOLOGÍA: MÉTODO COLORIMÉTRICO, UV OPTIMIZADO (IFCC). Ó CINÉTICO

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 4.1 Literal: 106 Página: 38

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

ds014-2011-sa- ds016-2011-sa-

Análisis respecto de la consulta u observación:

Este Órgano en coordinación con el usuario acoge su consulta por lo que se considerara de la siguiente forma:

METODOLOGÍA: MÉTODO COLORIMÉTRICO, UV OPTIMIZADO (IFCC). Ó CINÉTICO

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se formulará en la integración de las bases

Entidad convocante : EJERCITO PERUANO

Nomenclatura : AS-SM-2-2025-EP/UO 0790-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS QUIRÚRGICOS PARA LA ATENCION AMBULATORIA, EN LA I DE, III DE Y CSM RIMAC, AF 2025

Ruc/código : 20503681499

Nombre o Razón social : LUAL MEDICA E.I.R.L.

Fecha de envío : 14/04/2025

Hora de envío : 17:11:52

**Consulta:** Nro. 10

**Consulta/Observación:**

del requerimiento: ítem 99  
TGP (TRANSAMINASA ALANINA TRANSFERASA) x 200 ML

Indica:  
METODOLOGÍA: MÉTODO COLORIMÉTRICO, UV OPTIMIZADO (IFCC).

Se solicita por ser de mayor aplicación funcional y comercial se amplíe a MÉTODO CINÉTICO  
Quedando:  
METODOLOGÍA: MÉTODO COLORIMÉTRICO, UV OPTIMIZADO (IFCC). Ó CINÉTICO

**Acápito de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** 4.1      **Literal:** 99      **Página:** 38

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

ds014-2011-sa- ds016-2011-sa-

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Este Órgano en coordinación con el usuario acoge su consulta por lo que se considerara de la siguiente forma:

METODOLOGÍA: MÉTODO COLORIMÉTRICO, UV OPTIMIZADO (IFCC). Ó CINÉTICO

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

Se formulara en la integración de las bases

Entidad convocante : EJERCITO PERUANO

Nomenclatura : AS-SM-2-2025-EP/UO 0790-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS QUIRÚRGICOS PARA LA ATENCION AMBULATORIA, EN LA I DE, III DE Y CSM RIMAC, AF 2025

Ruc/código : 20503681499

Nombre o Razón social : LUAL MEDICA E.I.R.L.

Fecha de envío : 14/04/2025

Hora de envío : 17:11:52

**Consulta:** Nro. 11

**Consulta/Observación:**

del requerimiento: ítem 98  
TGO CINETICO X 250 ML

Indica:

METODOLOGÍA: MÉTODO COLORIMÉTRICO, UV OPTIMIZADO (IFCC).

Se solicita CORRECCIÓN por corresponder

Dice:

MÉTODO COLORIMÉTRICO, UV OPTIMIZADO (IFCC).

Debería decir: METODOLOGÍA:MÉTODO CINÉTICO

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico Numeral: 4.1

**Literal:** 98

**Página:** 37

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

ds014-2011-sa- ds016-2011-sa-

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Este Órgano en coordinación con el usuario acoge su consulta por lo que se considerara de la siguiente forma:

METODOLOGÍA: MÉTODO CINETICO.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

Se formulara en la integración de las bases

Entidad convocante : EJERCITO PERUANO

Nomenclatura : AS-SM-2-2025-EP/UO 0790-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS QUIRÚRGICOS PARA LA ATENCION AMBULATORIA, EN LA I DE, III DE Y CSM RIMAC, AF 2025

Ruc/código :	20503681499	Fecha de envío :	14/04/2025
Nombre o Razón social :	LUAL MEDICA E.I.R.L.	Hora de envío :	17:11:52

Consulta: Nro. 12

Consulta/Observación:

del requerimiento: item 100  
TGP CINETICO X 250 ML

Indica:  
METODOLOGÍA: MÉTODO COLORIMÉTRICO, UV OPTIMIZADO (IFCC).

Se solicita CORRECCIÓN por corresponder  
Dice:  
MÉTODO COLORIMÉTRICO, UV OPTIMIZADO (IFCC).

Debería decir: METODOLOGÍA: MÉTODO CINÉTICO

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 4.1 Literal: 100 Página: 37

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

ds014-2011-sa- ds016-2011-sa-

Análisis respecto de la consulta u observación:

Este Órgano en coordinación con el usuario acoge su consulta por lo que se considerara de la siguiente forma:

METODOLOGÍA: MÉTODO CINETICO.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se formulara en la integración de las bases

Entidad convocante : EJERCITO PERUANO

Nomenclatura : AS-SM-2-2025-EP/UO 0790-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS QUIRÚRGICOS PARA LA ATENCION AMBULATORIA, EN LA I DE, III DE Y CSM RIMAC, AF 2025

Ruc/código :	20503681499	Fecha de envío :	14/04/2025
Nombre o Razón social :	LUAL MEDICA E.I.R.L.	Hora de envío :	17:11:52

Consulta: Nro. 13

Consulta/Observación:

del requerimiento: ítem 110  
TUBOS AL VACÍO (VACUTAINER) DE 3 ML C/TAPA LILA 13 x 75 MM x 100 UND

DICE:  
CARACTERÍSTICAS: TUBO PARA EXTRACCIÓN DE SANGRE AL VACÍO CON SISTEMA BD VACUTAINER CON ANTICOAGULANTE K2 EDTA PULVERIZADO SEGÚN LO RECOMENDADO POR CLSI.

Se solicita ampliación por ser funcional y plural se acepten EDTA K2 y EDTA k3

CARACTERÍSTICAS: TUBO PARA EXTRACCIÓN DE SANGRE AL VACÍO CON SISTEMA BD VACUTAINER CON ANTICOAGULANTE K2 EDTA ó K3 EDTA PULVERIZADO SEGÚN LO RECOMENDADO POR CLSI.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 4.1 Literal: 110 Página: 38

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

ds014-2011-sa- ds016-2011-sa-

Análisis respecto de la consulta u observación:

Este Órgano en coordinación con el usuario acoge su consulta por lo que se considerara de la siguiente forma:

CARACTERÍSTICAS: TUBO PARA EXTRACCIÓN DE SANGRE AL VACÍO CON SISTEMA BD VACUTAINER CON ANTICOAGULANTE K2 o K3 EDTA PULVERIZADO SEGÚN LO RECOMENDADO POR CLSI

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se ampliara en la integración de las bases

Entidad convocante : EJERCITO PERUANO

Nomenclatura : AS-SM-2-2025-EP/UO 0790-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS QUIRÚRGICOS PARA LA ATENCION AMBULATORIA, EN LA I DE, III DE Y CSM RIMAC¿ AF 2025

Ruc/código :	20610308377	Fecha de envío :	14/04/2025
Nombre o Razón social :	LAB CEMEDIC SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	18:35:36

Consulta: Nro. 14

Consulta/Observación:

Señores del Comité, observamos que algunos de los productos a la fecha no cuentan con R.S., por lo que, solicitamos a la Entidad, que para los productos que no cuenten con R.S. la presentación del Certificado BPM sea opcional, esto sera evidenciado con la presentación de la Consulta DIGEMID o Listado DIGEMID que muestre que dicho producto no cuenta con R.S.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 2.2 Literal: 2.2.1.1 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Este Órgano aclara su consulta, el cual en las bases ya se precisa de la siguiente forma

¿En caso algún producto no requiera Registro Sanitario deberá adjuntar el documento emitido por la ANM, en el cual acredite que no requiera dicho documento. Se precisa que en el caso de los productos que no requieren Registro Sanitario basta con un documento emitido por la DIGEMID dirigido al postor o al fabricante del producto, con fecha de emisión por mayor de un (01) año de antigüedad teniendo como referencia el día de presentación de la propuesta. Asimismo, es válido adjuntar el listado publicado en el Portal Web oficial de DIGEMID (indicando la fecha de publicación) en el que se indique el producto ofertado¿

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EJERCITO PERUANO

Nomenclatura : AS-SM-2-2025-EP/UO 0790-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS QUIRÚRGICOS PARA LA ATENCION AMBULATORIA, EN LA I DE, III DE Y CSM RIMAC¿ AF 2025

Ruc/código :	20610308377	Fecha de envío :	14/04/2025
Nombre o Razón social :	LAB CEMEDIC SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	18:35:36

Consulta: Nro. 15

Consulta/Observación:

Señores del Comité, observamos que algunos de los productos a la fecha no cuentan con R.S., por lo que, solicitamos a la Entidad, que para los productos que no cuenten con R.S., acepte la presentación de la FICHA TECNICA y/o Documentación que evidencie el cumplimiento de las especificaciones técnicas en reemplazo del CERTIFICADO DE ANALISIS, esto sera evidenciado con la presentación de la Consulta DIGEMID o Listado DIGEMID que muestre que dicho producto no cuenta con R.S.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 2.2 Literal: 2.2.1.1 Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Este Órgano en coordinación con el usuario acoge en parte su consulta por lo que se considerara de la siguiente forma:

¿No será obligatoria la presentación del PROTOCOLO O CERTIFICADO DE ANALISIS en caso algún producto no requiera Registro Sanitario deberá adjuntar el documento emitido por la ANM, en el cual acredite que no requiera dicho documento. Sin embargo, para aquellos productos que no lo requieran el postor debe presentar Ficha Técnica, Informe Técnico, Catálogo, Folletería y/o Análisis Técnico del producto ofertado el cual esta deberá contener y cumplir las características técnicas solicitadas por la Entidad¿.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se precisará en la integración de las bases

Entidad convocante : EJERCITO PERUANO

Nomenclatura : AS-SM-2-2025-EP/UO 0790-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS QUIRÚRGICOS PARA LA ATENCION AMBULATORIA, EN LA I DE, III DE Y CSM RIMAC, AF 2025

Ruc/código :	20610308377	Fecha de envío :	14/04/2025
Nombre o Razón social :	LAB CEMEDIC SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	18:35:36

**Consulta:** Nro. 16

**Consulta/Observación:**

Señores del Comité, con respecto al SUB ITEM N°1.1 ACIDO ORTOFOSFORICO GEL 37% (ÁCIDO GRABADOR DE ESMALTE) X 13 GR, solicitamos se amplíe el rango de la presentación, aceptando también que sea "x 14 gr". Dado que la forma de presentación no afecta en absoluto las características principales del producto. Con el fin de tener una mayor pluralidad de marcas y no limitar la participación de los postores en el presente procedimiento.

**Acápites de las bases :** Sección: Especifico      Numeral: 3.1      Literal: 4.1      **Página:** 26

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Este Órgano en coordinación con el usuario acoge su consulta, por lo que se considerara de la siguiente forma:

**DESCRIPCION:**

ACIDO ORTOFOSFORICO GEL 37% (ACIDO GRABADOR DE ESMALTE) X 13 O 14 GR

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

Se ampliara en la integración de las bases



Entidad convocante : EJERCITO PERUANO

Nomenclatura : AS-SM-2-2025-EP/UO 0790-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS QUIRÚRGICOS PARA LA ATENCION AMBULATORIA, EN LA I DE, III DE Y CSM RIMAC, AF 2025

Ruc/código :	20610308377	Fecha de envío :	14/04/2025
Nombre o Razón social :	LAB CEMEDIC SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	18:35:36

**Consulta:** Nro. 17

**Consulta/Observación:**

Señores del Comité, con respecto a las especificaciones técnicas del SUB ITEM N°1.58 LISANTE HEMATOLOGICO X 500 UND, solicitamos nos aclare el Modelo del Equipo y de cuantas diferenciales están requiriendo, con el fin de evitar incongruencias o problemas al momento de internar los productos.

**Acápites de las bases :** Sección: Especifico      Numeral: 3.1      Literal: 4.1      Página: 33

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

ESTE ORGANO ACLARA SU CONSULTA, CON RESPECTO AL LISANTE HEMATOLOGICO X 500 UND DEBERA SER PARA EQUIPO URIT 3000- PLUS EQUIPO HEMATOLÓGICO DE 3 DIFERENCIALES

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

Se precisará en la integración de las bases

Entidad convocante : EJERCITO PERUANO

Nomenclatura : AS-SM-2-2025-EP/UO 0790-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS QUIRÚRGICOS PARA LA ATENCION AMBULATORIA, EN LA I DE, III DE Y CSM RIMAC, AF 2025

Ruc/código :	20610308377	Fecha de envío :	14/04/2025
Nombre o Razón social :	LAB CEMEDIC SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	18:35:36

Consulta: Nro. 18

Consulta/Observación:

Señores del Comité, con respecto a las especificaciones técnicas del SUB ITEM N°1.67 PELICULA RADIOGRAFICA MXG 8 X10 DIGITALES TIPO CARESTREAM, solicitamos se amplíe la forma de presentación aceptando la presentación en CAJA X 125 UNIDADES. Dado que la forma de presentación no afecta en absoluto las características principales del producto. Con el fin de tener una mayor pluralidad de marcas y no limitar la participación de los postores en el presente procedimiento.

Acápite de las bases : Sección: Especifico      Numeral: 3.1      Literal: 4.1      Página: 34

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Este Órgano en coordinación con el usuario acoge en parte su consulta, por lo que se considerara de la siguiente forma:  
PRESENTACIÓN: CAJA X 100 O 125 UND  
siempre y cuando se cumpla con las cantidades solicitadas (400 películas)

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:  
se formulará en la integración de las bases

Entidad convocante : EJERCITO PERUANO

Nomenclatura : AS-SM-2-2025-EP/UO 0790-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS QUIRÚRGICOS PARA LA ATENCION AMBULATORIA, EN LA I DE, III DE Y CSM RIMAC, AF 2025

Ruc/código :	20610308377	Fecha de envío :	14/04/2025
Nombre o Razón social :	LAB CEMEDIC SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	18:35:36

Consulta: Nro. 19

Consulta/Observación:

Señores del Comité, con respecto a las especificaciones técnicas del SUB ITEM N°1.91 RESINA FOTOCURADO 3M FILTEK Z350 XT DE 4 JERINGAS 4G C/U ADHESIVO ADPER SINGLER BOND 6G + DESMINERALIZANTE JERINGA 9 ML a mas, existe una incongruencia, en la descripción del producto solicitan que tenga 4 jeringas, pero en el cuadro de las especificaciones colocan que requieren 5 jeringas, por lo que, solicitamos a la Entidad realice la respectiva corrección siendo que debería de ser x 4 jeringas.

Acápite de las bases : Sección: Especifico      Numeral: 4.1      Literal: 3.1      Página: 36

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Este Órgano acoge su consulta, en vista en su descripción se consideró por error 5 jeringas debiendo ser 4 jeringas

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se corregirá en la integración de las bases

Entidad convocante : EJERCITO PERUANO

Nomenclatura : AS-SM-2-2025-EP/UO 0790-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS QUIRÚRGICOS PARA LA ATENCION AMBULATORIA, EN LA I DE, III DE Y CSM RIMAC, AF 2025

Ruc/código :	20610308377	Fecha de envío :	14/04/2025
Nombre o Razón social :	LAB CEMEDIC SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	18:35:36

**Consulta:** Nro. 20

**Consulta/Observación:**

Señores del Comité, con respecto a las especificaciones técnicas del SUB ITEM N°1.103 TIRAS DE OXIDASA X 25 TIRAS , solicitamos se amplíe la forma de presentación aceptando la presentación en TUBO DE 50 TIRAS. Dado que la forma de presentación no afecta en absoluto las características principales del producto. Con el fin de tener una mayor pluralidad de marcas y no limitar la participación de los postores en el presente procedimiento.

**Acápites de las bases :** Sección: Especifico      Numeral: 4.1      Literal: 3.1      **Página:** 37

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Este Órgano en coordinación con el usuario acoge su consulta, los cuales se considerarán de la siguiente forma:

PRESENTACION: TUBO DE 25 o 50 TIRAS  
siempre y cuando se cumpla con las cantidades solicitadas (50 Tiras)

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

Se formulará en la integración de las bases

Entidad convocante : EJERCITO PERUANO

Nomenclatura : AS-SM-2-2025-EP/UO 0790-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS QUIRÚRGICOS PARA LA ATENCION AMBULATORIA, EN LA I DE, III DE Y CSM RIMAC, AF 2025

Ruc/código :	20610308377	Fecha de envío :	14/04/2025
Nombre o Razón social :	LAB CEMEDIC SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	18:35:36

**Consulta:** Nro. 21

**Consulta/Observación:**

Señores del Comité, con respecto a las especificaciones técnicas del SUB ITEM N°105 TIRAS REACTIVAS PARA GLUCOMETRO, solicitamos a la Entidad indicar la marca del Glucometro al que le están requiriendo las tiras, pues no todas pueden ser compatibles con la marca que la Entidad pueda estar usando.

**Acápites de las bases :** Sección: Especifico      Numeral: 3.1      Literal: 4.1      **Página:** 37

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Este órgano en coordinación con el usuario aclara su consulta, el cual este debe ser compatible a Glucómetro Accu Chek Active

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

Se precisará en la integración de las bases

Entidad convocante : EJERCITO PERUANO

Nomenclatura : AS-SM-2-2025-EP/UO 0790-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS QUIRÚRGICOS PARA LA ATENCION AMBULATORIA, EN LA I DE, III DE Y CSM RIMAC, AF 2025

Ruc/código :	20610308377	Fecha de envío :	14/04/2025
Nombre o Razón social :	LAB CEMEDIC SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	18:35:36

**Consulta:** Nro. 22

**Consulta/Observación:**

Señores del Comité, observamos que para el caso del PROTOCOLO DE ANALISIS y el CERTIFICADO BPM, solicitan que en caso de encontrarse en idioma distinto al español debe adjuntarse su respectiva traducción oficial o sin valor oficial efectuada por traductor público juramentado o traducción certificada efectuada por traductor colegiado certificado. A lo que, y debido a la cantidad de productos solicitados para un mismo ítem y a las cantidades mínimas que requieren. Solicitamos acepte también la presentación de TRADUCCIONES SIMPLES para los documentos que se encuentren en idioma distinto al español, dado que los mismos fabricantes suelen entregar dichas traducciones junto a sus documentos.

**Acápite de las bases :** Sección: General      **Numeral:** 2.2      **Literal:** 2.2.1.1      **Página:** 20

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Este Órgano en coordinación con el usuario acoge en parte su consulta, se aceptará traducciones simples siempre y cuando se presente con información técnica complementaria contenida en folletos, instructivos, catálogos o similares, que debe ser presentada en el idioma español. El postor es responsable de la exactitud y veracidad de dichos documentos

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

Se precisará en la integración de las bases

Entidad convocante : EJERCITO PERUANO

Nomenclatura : AS-SM-2-2025-EP/UO 0790-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS QUIRÚRGICOS PARA LA ATENCION AMBULATORIA, EN LA I DE, III DE Y CSM RIMAC, AF 2025

Ruc/código :	20610308377	Fecha de envío :	14/04/2025
Nombre o Razón social :	LAB CEMEDIC SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	18:35:36

Consulta: Nro. 23

Consulta/Observación:

Señores del Comité, solicitamos que para el caso de productos que no cumplan con la vigencia mínima requerida en las especificaciones técnicas, acepte la presentación de una CARTA DE COMPROMISO DE CANJE POR VENCIMIENTO, asegurando la reposición inmediata de los productos de acuerdo al plazo que la Entidad asigne de acuerdo a su necesidad.

Acápite de las bases : Sección: General      Numeral: 2.2      Literal: 2.2.1.1      Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Este Órgano aclara su consulta, con respecto a la vigencia mínima del producto, este se encuentra establecido en las bases de la siguiente forma:

Excepcionalmente, para el producto que por sus propiedades biológicas, físicas y químicas no pueden cumplir con la vigencia mínima establecida podrán presentar vigencias menores, siempre que estas no sean inferiores al 60% del tiempo de vida útil especificado para el producto y declarado por el fabricante. Esta situación deberá encontrarse debidamente sustentada. Para este caso particular se deberá adjuntar Carta Notarial de Compromiso de canje por vencimiento con las mismas condiciones del producto que lo requiera.

En los casos de productos que no presente fecha de expiración estas deben tener una fecha de fabricación no mayor a tres (03) años contados retrospectivamente desde la fecha de recepción por parte de la entidad

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null