

## PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : AS-SM-17-2023-ESSALUD-RPA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO ESPECIALIZADO DEL MAMOGRAFO DIGITAL CON MESA DE ESTEROTAXIA BOMBA DE VACIO MARCA HOLOGIC DEL SERVICIO DE AYUDA AL DIAGNOSTICO Y RECUPERACION DEL CAP III ALFREDO PIAZZA ROBERTS-RPA SIN RESIDENCIA POR 24 MESES

Ruc/código : 20540726788

Nombre o Razón social : STEFANO & MASA S.A.C.

Fecha de envío : 04/04/2023

Hora de envío : 17:57:53

**Consulta:** Nro. 1

**Consulta/Observación:**

Cobertura del servicio, se solicita excluir de esta cobertura al detector por ser de alto valor y sobrepasar el valor referencial, lo cual restringe la participación de postores

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** 3.1      **Literal:** 8.1.2.2      **Página:** 22

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

Principio de Libre concurrencia

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Este colegiado, en atención a lo expuesto por el área usuaria, aclara que el postor deberá cumplir con lo que se indica en los terminos referenciales objeto de la convocatoria y reemplazar el detector del equipo las veces que sean necesarias para operativizar y mantener la disponibilidad de funcionamiento del equipo durante la vigencia del contrato. Asimismo, se precisa que este requisito fue parte de la indagación de mercado, por lo cual, se verificó la pluralidad de postores.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : AS-SM-17-2023-ESSALUD-RPA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO ESPECIALIZADO DEL MAMOGRAFO DIGITAL CON MESA DE ESTEROTAXIA BOMBA DE VACIO MARCA HOLOGIC DEL SERVICIO DE AYUDA AL DIAGNOSTICO Y RECUPERACION DEL CAP III ALFREDO PIAZZA ROBERTS-RPA SIN RESIDENCIA POR 24 MESES

Ruc/código : 20540726788

Nombre o Razón social : STEFANO & MASA S.A.C.

Fecha de envío : 04/04/2023

Hora de envío : 17:57:53

**Observación: Nro. 2**

**Consulta/Observación:**

Se solicita que la entidad precise que plazo de prestación del servicio toda vez que en la pág. 15, numeral 1.8 del cap. I se indica 365 días; sin embargo, el requerimiento del procedimiento de selección precisa que el servicio se solicita por 24 meses, incurriendo en una contradicción que afecta directamente al valor de la oferta económica a presentar.

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** 3.1    **Literal:** 8.1.10.2    **Página:** 43

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

Se solicita que la entidad precise que plazo de prestación del servicio toda vez que en la pág. 15,

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Este colegiado, en atención a lo expuesto por el área usuaria, se acoge la observación, se corregirá en las bases integradas, el cual se precisa que el plazo de vigencia es de 24 meses.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

Se corrige 1.8. PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO: El servicio materia de la presente convocatoria, se prestará en el plazo de veinticuatro (24) meses, el cual tendrá vigencia a partir del día siguiente de la firma del contrato, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratación

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : AS-SM-17-2023-ESSALUD-RPA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO ESPECIALIZADO DEL MAMOGRAFO DIGITAL CON MESA DE ESTEROTAXIA BOMBA DE VACIO MARCA HOLOGIC DEL SERVICIO DE AYUDA AL DIAGNOSTICO Y RECUPERACION DEL CAP III ALFREDO PIAZZA ROBERTS-RPA SIN RESIDENCIA POR 24 MESES

Ruc/código :	20540726788	Fecha de envío :	04/04/2023
Nombre o Razón social :	STEFANO & MASA S.A.C.	Hora de envío :	17:57:53

**Observación: Nro. 3**

**Consulta/Observación:**

Se solicita que se precise que los pagos serán de forma trimestral, considerando que esta es la frecuencia de ejecución del servicio; y se corrija lo establecido en el numeral 2.5 de la página 19 donde se menciona que el pago será de forma mensual.

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** 3.1    **Literal:** 2.5    **Página:** 19

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

Principio de Transparencia

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Este colegiado, en atención a lo expuesto por el área usuaria, se acoge la observación, se corregirá en las bases integradas, el cual se precisa que la forma de pago sera trimestral.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

Se corrige 2.5.FORMA DE PAGO: La Entidad realizará el pago de la contraprestación pactada a favor del contratista en PAGOS TRIMESTRALES.

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : AS-SM-17-2023-ESSALUD-RPA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO ESPECIALIZADO DEL MAMOGRAFO DIGITAL CON MESA DE ESTEROTAXIA BOMBA DE VACIO MARCA HOLOGIC DEL SERVICIO DE AYUDA AL DIAGNOSTICO Y RECUPERACION DEL CAP III ALFREDO PIAZZA ROBERTS-RPA SIN RESIDENCIA POR 24 MESES

Ruc/código : 20540726788

Nombre o Razón social : STEFANO & MASA S.A.C.

Fecha de envío : 04/04/2023

Hora de envío : 17:57:53

**Observación: Nro. 4**

**Consulta/Observación:**

Se ha solicitado que los repuestos sean originales y/o compatibles, considerando la flexibilidad expuesta, solicitamos al comité especial que se contemple la posibilidad y se agregue a los términos de referencia que los repuestos sean nuevos o remanufacturados originales de la marca del equipo, ya que los mismos garantizan fiabilidad y el buen funcionamiento al equipo objeto de convocatoria.

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** 3.1    **Literal:** 8.1.4.2.2    **Página:** 34

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

Principio de Competencia

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Este colegiado, en atención a lo expuesto por el área usuaria, aclara que el postor deberá cumplir con lo que se indica en los terminos referenciales objeto de la convocatoria, no se aceptaran repuestos remanufacturados sean originales de fabrica, debido a que no ofrecen la garantia del funcionamiento optimo del equipo.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : AS-SM-17-2023-ESSALUD-RPA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO ESPECIALIZADO DEL MAMOGRAFO DIGITAL CON MESA DE ESTEROTAXIA BOMBA DE VACIO MARCA HOLOGIC DEL SERVICIO DE AYUDA AL DIAGNOSTICO Y RECUPERACION DEL CAP III ALFREDO PIAZZA ROBERTS-RPA SIN RESIDENCIA POR 24 MESES

Ruc/código : 20540726788

Nombre o Razón social : STEFANO & MASA S.A.C.

Fecha de envío : 04/04/2023

Hora de envío : 17:57:53

**Consulta: Nro. 5**

**Consulta/Observación:**

Solicitamos al respetable comité de selección, mencionar cual es el estado actual del equipo mamógrafo y sus componentes periféricos.

**Acápites de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** 3.1      **Literal:** 3.1      **Página:** 20

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Este colegiado, en atención a lo expuesto por el área usuaria, aclara que el equipo objeto de la convocatoria se encuentra en estado operativo a la fecha.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : AS-SM-17-2023-ESSALUD-RPA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO ESPECIALIZADO DEL MAMOGRAFO DIGITAL CON MESA DE ESTEROTAXIA BOMBA DE VACIO MARCA HOLOGIC DEL SERVICIO DE AYUDA AL DIAGNOSTICO Y RECUPERACION DEL CAP III ALFREDO PIAZZA ROBERTS-RPA SIN RESIDENCIA POR 24 MESES

Ruc/código :	20540726788	Fecha de envío :	04/04/2023
Nombre o Razón social :	STEFANO & MASA S.A.C.	Hora de envío :	17:57:53

**Observación: Nro. 6**

**Consulta/Observación:**

Se observa que la formación solicitada para el especialista de campo es de Ingeniero Titulado y colegiado; sin embargo, considerando las actividades a realizar y que el responsable del servicio cuenta con la misma formación, se solicita al respetable comité de selección que para el caso del especialista de campo se acepte la formación de bachiller en ingeniería, con la finalidad de promover la participación de más postores, además al poseer dicho grado acredita contar la suficiente experiencia para brindar el soporte al equipo que requiere el servicio.

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** 3.1    **Literal:** 8.1.4.4.1    **Página:** 36

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

Principio de Libre concurrencia

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Este colegiado, en atención a lo expuesto por el área usuaria, no acoge la observación, con referencia a la solicitud del postor a aceptar la formacion academica minima de "Bachiller en Ingenieria" para el especialista del campo, por ser un equipo de alta tecnologia se solicita que ambos profesionales, el responsable de servicio y el especialista de campo cumplan con lo que se solicita en los terminos referenciales. Asimismo, se precisa que este requisito fue parte de la indagación de mercado, por lo cual, se verificó la pluralidad de postores.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : AS-SM-17-2023-ESSALUD-RPA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO ESPECIALIZADO DEL MAMOGRAFO DIGITAL CON MESA DE ESTEROTAXIA BOMBA DE VACIO MARCA HOLOGIC DEL SERVICIO DE AYUDA AL DIAGNOSTICO Y RECUPERACION DEL CAP III ALFREDO PIAZZA ROBERTS-RPA SIN RESIDENCIA POR 24 MESES

Ruc/código : 20540726788

Fecha de envío : 04/04/2023

Nombre o Razón social : STEFANO & MASA S.A.C.

Hora de envío : 17:57:53

**Observación: Nro. 7**

**Consulta/Observación:**

Se solicita que para la capacitación del especialista de campo y del responsable de servicio se acepte como similares a equipos mamógrafos y/o rayos X digitales, toda vez que estos pertenecen a la gama de equipos que emiten radiación ionizante, con la finalidad de promover la participación de más postores

**Acápites de las bases :** Sección: Especifico      Numeral: 3.1      Literal: 8.1.4.4.2.      **Página:** 37

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

Principio de Libre concurrencia

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Este colegiado, en atención a lo expuesto por el área usuaria, precisa que se acoge parcialmente la observación, adicionando en la capacitación para el especialista de campo el equipo similar a equipo de rayos x digital a los requisitos de calificación (capacitación).

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

Se añade Capacitación Técnica Mínima (para el Especialista de Campo): 40 horas lectivas capacitación y/o entrenamiento en equipos biomédicos iguales o equipos similares tales como mamógrafo digital, (Digitales y/o Convencionales), Tomógrafos, Angiógrafos, Densitómetros en General y equipo similar a equipo de rayos x digital, incluyendo a los del mismo fabricante del Equipo de Alta Tecnología al que se prestará el servicio.

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : AS-SM-17-2023-ESSALUD-RPA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO ESPECIALIZADO DEL MAMOGRAFO DIGITAL CON MESA DE ESTEROTAXIA BOMBA DE VACIO MARCA HOLOGIC DEL SERVICIO DE AYUDA AL DIAGNOSTICO Y RECUPERACION DEL CAP III ALFREDO PIAZZA ROBERTS-RPA SIN RESIDENCIA POR 24 MESES

Ruc/código : 20509997340

Nombre o Razón social : INTERNATIONAL DIAGNOSTIC IMAGING SAC

Fecha de envío : 04/04/2023

Hora de envío : 19:42:28

**Observación: Nro. 8**

**Consulta/Observación:**

Se ha verificado que en el numeral 8.1.4.2, del folio 34, solicitan que el servicio incluye los repuestos, partes, componentes, accesorios, materiales e insumos para el Mamografo Digital, sin embargo, no se solicita en los documentos de presentacion obligatoria de la Oferta que las empresas postoras cuenten con una Carta de Autorización emitida por el fabricante para el suministro de dichos repuestos, partes, componentes, accesorios, materiales e insumos para el equipo al cual se le brindara el servicio a todo costo, dicha omision, ocasionara que no se garantizara que el postor pueda cumplir con el servicio solicitado en el caso de que se requiera la necesidad del reemplazo de repuestos de alto costo, asi mismo, esto conllevaria incluso a que el postor adjudicado con la Buena Pro podria suministrar repuestos de dudosa procedencia, pudiendo ser inclusive robados en nuestro pais u otro pais, o ingresados ilegalmente a nuestro pais para ser comercializados.

informamos que Dado que el mamografo digital es un equipo de alta complejidad, alta tecnologia y de muy alta precision, y que a diferencia de otros equipos de radiodiagnostico digital computarizado, los primeros tienen como objetivo LA DETECCION DE CANCER en su estadio temprano. Por lo que la(s) empresa(s) que presente(n) ofertas a este proceso deberian ser empresas que garanticen la originalidad de los repuestos, partes, componentes, accesorios, materiales e insumos suministrados, esto con la finalidad de prevenir la instalacion de repuestos de dudosa procedencia y calidad al equipo, que ocasionen un mal diagnostico para los pacientes, lo cual podria conllevar a acciones legales hacia los funcionarios de la Entidad por parte de un paciente mal diagnosticado.

Solicitamos al respetable Comité de Selección que en 2.2.1.1 documentos para la admisión de la oferta, se solicite h) Copia simple de Carta de Autorización emitida por el fabricante o por empresa Autorizada por el fabricante para el suministro en Perú de dichos repuestos, partes, componentes, accesorios, materiales e insumos para el equipo al cual se le brindara el servicio.

**Acápiteme de las bases : Sección: Especifico Numeral: 2.2.1.2**

**Literal: .**

**Página: 17**

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

Art. 2 Principios que rigen las Contrataciones de la Ley de Contrataciones del Estado

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Este colegiado, en atención a lo expuesto por el área usuaria, precisa que no se acoge la observación, se precisa que al solicitar los documentos de presentación obligatoria de la Oferta que las empresas postoras cuenten con una Carta de Autorización emitida por el fabricante para el suministro de repuestos, partes, componentes, accesorios, materiales e insumos para el equipo objeto de la convocatoria, se vulnera el artículo 2 del principio de la libertad, concurrencia e igualdad de trato, ya que se estaría direccionando el proceso.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null